



**SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI DIALISI DI JESOLO E BIBIONE**  
**N. GARA SIMOG 8599279**  
**CIG 9270203D82**  
**ID SINTEL 161027456**

**4^ SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Successivamente oggi 21 marzo 2023, alle ore 10:00, presso il P.O. di Portogruaro, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione tecnica e dell'attribuzione dei punteggi, delle offerte ammesse alla procedura di gara in oggetto, indetta con Deliberazione del Direttore Generale nr. 582 del 21 giugno 2022.

La Commissione Giudicatrice, nominata con deliberazione del Direttore Generale n. 179 dell'8 marzo 2023, risulta così composta:

Presidente: dott. Stefano Gatto, Direttore U.O.C. Nefrologia e Dialisi;

Componente: dott.ssa Luison Barbara, Collaboratore Professionale Sanitario, Infermiere - cat. D, con incarico di coordinazione, in servizio presso l'U.O.C. Nefrologia e Dialisi, P.O. di Portogruaro;

Componente: dott.ssa Lucia Zanco, Collaboratore Professionale Sanitario, Infermiere - cat. D, con incarico di coordinazione, in servizio presso l'U.O.C. Professioni Sanitarie, P.O. di Portogruaro.

Il Presidente, verificata la regolare composizione della Commissione, dichiara aperta la seduta.

La Commissione Giudicatrice, data lettura del verbale della precedente seduta del 20 marzo 2023, prosegue la disamina della documentazione tecnica presentata dagli Operatori Economici.

La Commissione Giudicatrice, preso atto che all'art. 8 "*Caratteristiche delle apparecchiature per emodialisi*" del Capitolato Speciale d'Appalto, tra le caratteristiche tecniche minime delle apparecchiature è tra l'altro richiesto il seguente requisito: "*Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove, di ultima generazione, in possesso delle caratteristiche di minima indicate nel presente articolo, nonché nell'allegato n. 1 "Caratteristiche di minima" ed in grado di garantire, comunque, l'erogazione dei vari trattamenti dialitici di cui ai precedenti art. 1 e 2*".

La Ditta Nefrocenter Scarl nella propria offerta tecnica ha proposto l'apparecchiatura Fresenius 5008S CorDiax Therapy System che, per quanto di competenza, non risulta essere "di ultima generazione", come richiesto invece dagli atti di gara al succitato art. 8.

Si chiede pertanto al R.U.P. di verificare se l'apparecchiatura in parola sia effettivamente di ultima generazione o meno.

La Commissione Giudicatrice, preso atto che all'art. 13 "Personale" del Capitolato Speciale d'Appalto, tra i requisiti professionali è chiesta "la specializzazione in nefrologia conseguita in Italia o equiparata".

Dalla disamina dall'offerta tecnica della Ditta Nefrocenter Scarl non si evince che tutto il personale medico sia formato da medici specialisti in Nefrologia. Nell'offerta viene precisato che solo "il Responsabile clinico operativo" è specializzato in Nefrologia.

La Commissione Giudicatrice invita il R.U.P. a richiedere alla Ditta Nefrocenter Scarl di voler indicare in quale pagina del documento "Offerta tecnica" sia riportato che tutti i medici dedicati al servizio siano in possesso della specializzazione in Nefrologia conseguita in Italia o equiparata.



Il Presidente, attesa la richiesta della Commissione Giudicatrice, sospende la seduta e formula la richiesta al R.U.P. di un supplemento istruttorio per la valutazione dell'offerta tecnica della Ditta Nefrocenter Scarl.

Nell'impossibilità di concludere i lavori sospende la seduta. La successiva data di riunione della Commissione verrà fissata a seguito dei riscontri ricevuti.

La seduta si chiude alle ore 14:30.

Letto, approvato e sottoscritto:

f.to dott. Stefano Gatto

f.to dott.ssa Barbara Luison

f.to dott.ssa Lucia Zanco