

LOTTO N.2

Criteri di valutazione	Sottocriterio	Criteri motivazionali	Punteggio attribuibile al sottocriterio	Punteggio massimo attribuibile al sottocriterio	Punteggio massimo attribuibile al sottocriterio
Caratteristiche tecnico funzionali dell'apparecchiatura e del materiale.	Tempi di montaggio, calibrazione e settaggio dell'attrezzatura.	Verrà considerata la velocità del sistema ad auto settarsi e calibrarsi. Verrà considerata la modalità tecnica di montaggio da cui dipende la velocità di cambio tra un paziente e l'altro	6	18	18
	Funzionalità della pompa.	Verrà considerata la funzionalità in fase di faco frammentazione e irrigazione/ aspirazione	2		
	Energia emessa dai manipoli ad ultrasuoni.	Verrà maggiormente valorizzata la soluzione in grado di garantire la riduzione del danno endoteliale.	10		
Prova pratica	Precisione chirurgica in sala operatoria, efficacia, ergonomia e maneggevolezza.	Ergonomia dei manipoli (impugnabilità, peso, dimensioni, ecc.)	12	24	39
		Pedaliera e sua economicità in termini di autonomia del chirurgo nella gestione della macchina.	12		
	Tenuta di camera.	Verrà maggiormente valorizzata la soluzione in grado di garantire la maggiore sicurezza in tutte la fasi dell'intervento	10	10	
	Efficacia del vitrectomo anteriore e posteriore	Verrà considerata l'efficacia del taglio.	5	5	
Caratteristiche tecnico qualitative del materiale di consumo	Qualità dei bisturi con protezione antitaglio	Verrà maggiormente valutata la facilità di apertura e chiusura con una sola mano.	7	10	10
	Confezionamento, facilità di apertura, di preparazione del tavolo operatorio.	Verranno valorizzate la facilità di preparazione del circuito, velocità ed inequivocabilità nel montaggio	3		
Qualità dell'assistenza tecnica	Tempi di intervento di assistenza.	Inferiore o uguale a 48 ore	1	1	2
		Superiore a 48 ore	0		
	Assistenza e manutenzione.		1	1	
Formazione personale	Impegno temporale del corso ed argomentazioni del corso stesso	Pari o superiore a 8 ore	1	1	1
		Inferiore a 8 ore	0		
Totale					70