



SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE FULL RISK DELLA DIAGNOSTICA RADIOLOGICA DIGITALE "DRX EVOLUTION" PRESSO LA U.O. DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI SAN DONA' DI PIAVE DELL'AZIENDA ULLS N. 4 "VENETO ORIENTALE"

NUMERO GARA SIMOG 7617550

CIG 81244468ED

ID SINTEL 118816447

VERBALE SEDUTA APERTURA DOCUMENTAZIONE TECNICA E RELATIVA VALUTAZIONE

Oggi 16/04/2020, alle ore 11:00, si svolge a distanza, mediante procedura telematica a salvaguardia della riservatezza delle comunicazioni ai sensi dell'art. 77, comma 2, D.Lgs. 50/2016, ed in attuazione delle misure disposte con decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», la seduta della commissione giudicatrice nominata con deliberazione del direttore generale n. 192 del 28.02.2020 e così composta:

Presidente	Alan Pettenà	Collaboratore professionale tecnico - U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali
Componente	Svaluto Ferro	Dirigente medico - Responsabile U.O.S. di Radiologia San Donà e Jesolo
Componente	Monica Seclì	Collaboratore professionale tecnico sanitario - U.O.C. Radiologia

Il Presidente, verificata la regolare composizione della commissione, dichiara aperta la seduta.

I componenti della commissione giudicatrice dichiarano di accettare l'incarico.

Ai sensi dell'art. 11 "Modalità di svolgimento della procedura", in combinato disposto con l'art. 77, comma 2, D.Lgs. 50/2016, i componenti della commissione procedono, quindi, per l'esercizio delle proprie funzioni, con l'accesso alla busta telematica presentata dall'unica ditta offerente Carestream Health Italia S.r.l., con sede in Genova (GE) contenente la documentazione tecnica, mediante condivisione di apposita cartella nel Drive dell'Azienda ULSS n. 4, ed alla successiva verifica della documentazione prodotta.

Viene quindi data lettura del disciplinare di gara, in particolare dell'art. "7.A) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA" e dell'art. 8.2.) "STEP - BUSTA TECNICA".

Ai sensi di quanto previsto dal suindicato disciplinare di gara, la ditta ha presentato completa e regolare documentazione e, pertanto, la commissione giudicatrice procede alla disamina dell'offerta tecnica presentata al fine di effettuare le relative valutazioni e attribuzioni dei punteggi di qualità previsti dal disciplinare di gara medesimo e formula i seguenti giudizi.

Elemento di valutazione della qualità: numero di risorse (personale tecnico) in organico, disponibili e dedicate, specializzate nella riparazione dei dispositivi oggetto del servizio, specificando il numero di corsi di formazione frequentati presso la ditta produttrice o presso i canali di assistenza autorizzati.

Punteggio massimo attribuibile: 20

La commissione, letta l'offerta tecnica presentata, assegna alla ditta Carestream Health Italia S.r.l. il seguente punteggio: 20, per le seguenti ragioni:

Il personale dedicato alla riparazione dei dispositivi in oggetto risulta aver conseguito diversi corsi specifici presso la ditta stessa che risulta essere il produttore del dispositivo.

Elemento di valutazione della qualità: numero di dispositivi analoghi attualmente in gestione dello stesso produttore con servizio di manutenzione affine (specificando almeno il luogo di installazione ed il modello).

Punteggio massimo attribuibile: 10

La commissione, letta l'offerta tecnica presentata, assegna alla ditta Carestream Health Italia S.r.l. il punteggio di 10 punti in quanto gestisce 59 dispositivi simili a quello di gara.

Elemento di valutazione della qualità: descrizione dei processi che intercorrono dalla ricezione della chiamata di richiesta d'intervento alla conclusione dello stesso con esito positivo fornendo dettaglio delle modalità attraverso le quali si assicura il rispetto delle tempistiche imposte dal presente capitolato.

Punteggio massimo attribuibile: 20

La commissione, letta l'offerta tecnica presentata, assegna alla ditta Carestream Health Italia S.r.l. il seguente punteggio: 5, per le seguenti ragioni:

la ditta non rispetta in pieno quanto richiesto in capitolato non fornendo come da loro dichiarazione l'assistenza tecnica e il call center nella giornata di sabato e il servizio di reperibilità.

Elemento di valutazione della qualità: descrizione dei processi di approvvigionamento delle parti di ricambio, con il dettaglio delle attività che l'offerente intende mettere in atto per garantire la pronta disponibilità, nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato.

Punteggio massimo attribuibile: 10

La commissione, letta l'offerta tecnica presentata, assegna alla ditta Carestream Health Italia S.r.l. il seguente punteggio: 7, per le seguenti ragioni:

la ditta descrive in modo chiaro la gestione e l'approvvigionamento dei ricambi da parte dei tecnici nel magazzino centralizzato situato in Germania ma non descrive nulla sulla presenza ed eventuale capacità di stoccaggio di un magazzino sul territorio italiano.

Elemento di valutazione della qualità: esposizione delle azioni che l'offerente prevede di mettere in atto, in via anche preventiva, mirate alla riduzione dei fermi macchina, alla maggiore continuità d'esercizio e alla maggiore efficienza dei dispositivi assicurandone la funzionalità nel tempo.

Punteggio massimo attribuibile: 7

La commissione, letta l'offerta tecnica presentata, assegna alla ditta Carestream Health Italia S.r.l. il seguente punteggio: 7, per le seguenti ragioni:

la ditta mette a disposizione un servizio di monitoraggio da remoto che permette in modo automatico di verificare ed eventualmente intervenire sullo stato del dispositivo in modo continuativo.

Elemento di valutazione della qualità: Miglioria: ulteriori servizi o prestazioni aggiuntive o integrative a quelle richieste, purché attinenti all'oggetto del presente appalto e da ritenersi comunque comprese nel prezzo complessivo offerto.

Punteggio massimo attribuibile: 3

La commissione, letta l'offerta tecnica presentata, assegna alla ditta Carestream Health Italia S.r.l. il seguente punteggio: 0, per le seguenti ragioni:

non si rilevano migliorie rispetto a quanto richiesto in capitolato.

La seduta si chiude alle ore 12:00.

Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente: Ing. Alan Pettenà

Componente: dott. Svaluto Ferro

Componente: Monica Seci