



REGIONE DEL VENETO
AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10
"VENETO ORIENTALE"

Sede Direzionale:
Piazza De Gasperi, n.5 - 30027 San Donà di Piave (VE) Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02799490277

San Donà di Piave, 28 dicembre 2016

Prot. 78419

Allegati: 1-**allegato A Capitolato Tecnico**-

INDAGINE DI MERCATO

Questa Amministrazione ha in programma di procedere, a seguito dell'espletamento di apposita procedura di gara, all'affidamento della fornitura di **TERMINALI PER ABLAZIONE DEI TESSUTI MOLLI E DEL RELATIVO GENERATORE** (quest'ultimo fornito a titolo di comodato d'uso gratuito), da utilizzarsi in interventi di artroscopia sulle maggiori articolazioni (anca, spalla e ginocchio), e per la chirurgia mini-invasiva ortopedica. A tal fine intende effettuare un'indagine di mercato avente l'obiettivo di individuare gli operatori economici del settore, in grado di fornire il sistema sopra citato, che dovrà possedere le caratteristiche tecniche dettagliate nell'**allegato A (Capitolato Tecnico)**, alla presente.

Le ditte interessate potranno presentare **entro le ore 12.00 di venerdì 27 gennaio 2017**, mediante servizio postale al seguente indirizzo: Unità Locale Socio Sanitaria n.10 "Veneto Orientale" piazza A. De Gasperi n. 5, 30027 San Donà di Piave (VE), oppure mediante p.e.c., all'indirizzo protocollo.ulss10@pecveneto.it, la richiesta di essere invitate a partecipare alla procedura di cui sopra, corredata dalla seguente documentazione:

1. schede tecniche, redatte in lingua italiana del sistema eventualmente proposto.

Si precisa che la procedura sarà espletata mediante richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). A tal proposito, si invitano le ditte interessate a provvedere ad iscriversi al bando " BSS - Beni e Servizi per la Sanità" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), accedendo al sito internet www.acquistinretepa.it, sezione imprese.

"Si informa che i dati forniti e qualificati come personali dal Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196/2003 - formeranno oggetto di trattamento da parte della nostra Azienda esclusivamente per finalità istituzionali e con l'ausilio di mezzi informatici e cartacei idonei a garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi".

Il presente avviso costituisce indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo l'azienda unità locale socio sanitaria n.10 "Veneto Orientale", la quale si riserva la facoltà di procedere o meno all'aggiudicazione della procedura e all'affidamento del servizio.

Per informazioni e/o chiarimenti

Indirizzo e-mail: provveditorato.economato@ulss10.veneto.it

Il direttore
u.o.c provveditorato economato
gestione della logistica
- dott.ssa Marzia Capitanio -

Dipartimento Risorse Finanziarie, Materiali e per i Servizi Tecnici

Direttore: dott.ssa Silena Tadiotto

Unità Operativa Complessa Provveditorato Economato gestione della Logistica

Direttore: dott.ssa Marzia Capitanio

Referente istruttoria: dott.ssa Elisa Mamprin

pec: protocollo.ulss10@pecveneto.it
provveditorato.economato@ulss10.veneto.it
tel.0421.228123



REGIONE DEL VENETO
AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10
"VENETO ORIENTALE"

Sede Direzionale:
Piazza De Gasperi, n.5 - 30027 San Donà di Piave (VE) Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02799490277

Allegato A – Capitolato Tecnico -

CAPITOLATO TECNICO PER L'ACQUISIZIONE SI UN SISTEMA A RADIOFREQUENZA (TERMINALI E RELATIVO GENERATORE), PER INTERVENTI DI ARTROSCOPIA DI ANCA SPALLA E GINOCCHIO E PER CHIRURGIA MINI- INVASIVA ORTOPEDICA.

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

1. **Sistema multi-elettrodo** che consenta di suddividere la cessione di energia su più punti;
2. **Sistema a radiofrequenza bipolare** composto da una centralina con frequenza di emissione molto bassa (non oltre 1 100khz);
3. Il sistema deve possedere un **controllo "salva ottica"**, in grado di bloccare l'emissione di radiofrequenze non appena ci si avvicina con il terminale alla componente metallica dell'ottica, e di riavviarle automaticamente non appena ci si allontana;
4. Il sistema deve prevedere l'impiego di una **stessa centralina e di terminali dedicati alle singole patologie**, nello specifico:
 - **Tendinopatie croniche**: il terminale dedicato a questa tipologia di intervento dovrà essere in grado di produrre delle micro perforazioni, e deve essere dotato di un timer automatico all'interno del generatore stesso che impedisca che si possano creare accidentalmente delle lesioni tendinee;
 - **Lesioni cartilaginee**: il terminale dedicato a questo tipo di trattamento non deve superare i 45°C di temperatura in modo da non danneggiare irreversibilmente la struttura cartilaginea sottoposta al trattamento;
 - **Patologie di anca, ginocchio e spalla per via artroscopica** con la possibilità di monitoraggio in tempo reale, sul display della centralina, dei valori di temperatura assunti dal fluido intra-articolare, sia in modalità ablazione che in modalità emostasi.
5. La centralina dovrà prevedere un **segnale acustico del raggiungimento della temperatura critica di 45°C** (temperatura critica per il manifestarsi della necrosi cellulare).

Si precisa che l'importo presunto annuale della fornitura è pari ad euro 20.000,00 i.v.a. esclusa

SI PRECISA CHE IL GENERATORE DOVRA' ESSERE FORNITO A CODESTA AZIENDA A TITOLO DI COMODATO D'USO GRATUITO