

San Donà di Piave, **12 gennaio 2017**Prot. **0001793**
**INDAGINE DI MERCATO**

(Ai sensi dell'art. 36 del d.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)

È intenzione di questa Amministrazione, indire apposita procedura negoziata, da espletarsi mediante richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l'affidamento della **fornitura triennale in service di un litotritore extracorporeo**, per l'unità operativa complessa Urologia, presso il presidio ospedaliero di Portogruaro (Ve), dell'azienda ulss n. 4 Veneto Orientale.

La presente indagine ha per oggetto la fornitura, in noleggio, di un litotritore extracorporeo, il quale dovrà avere le seguenti caratteristiche.

**CARATTERISTICHE TECNICHE DEL LITOTRITORE**

L'apparecchiatura deve poter garantire l'esecuzione delle seguenti patologie urologiche:

- CALCOLOSI
  - o Renale
  - o Ureterale
  - o Vescicale
- INDURATIO PENIS PLASTICA

Inoltre, il litotritore dovrà possedere le seguenti funzionalità:

- consentire l'esecuzione di trattamenti di pazienti in età pediatrica e di pazienti obesi;
- possibilità di regolazione dell'energia focale;
- possibilità di regolazione delle dimensioni focali;
- profondità focale regolabile e distanza focale massima non inferiore a 150 mm;
- sistema di accoppiamento che garantisca la possibilità di trattamento senza l'ausilio di sedazione e/o analgesia, arrecando il minimo disturbo al paziente;
- facilità e semplicità di utilizzo;
- bassa rumorosità.

**SISTEMA ECOGRAFICO**

Il sistema di litotrissia deve essere dotato di un sistema di puntamento ecografico o in-line utilizzabile simultaneamente al sistema di puntamento radiologico;

La componente ecografica deve essere utilizzabile disgiuntamente dall'apparecchiatura di litotrissia.

**SISTEMA RADIOLOGICO**

Il sistema di litotrissia deve essere dotato di un sistema di puntamento radiologico utilizzabile simultaneamente al sistema di puntamento ecografico.

La componente radiologica deve essere utilizzabile disgiuntamente dall'apparecchiatura di litotrissia.

Dipartimento Risorse Finanziarie, Materiali e per i Servizi Tecnici

direttore: dott.ssa Silena Tadiotto

**Unità Operativa Complessa Provveditorato Economato**

**Gestione della Logistica**

Direttore: dott.ssa Marzia Capitano

responsabile dell'istruttoria: dott. Gian Marco Rizzetto

PEC: protocollo.aulss4@pecveneto.it

e-mail: [provveditorato.economato@aulss4.veneto.it](mailto:provveditorato.economato@aulss4.veneto.it)

fax 0421/228122

Tel. 0421/228130

#### LETTINO PORTA PAZIENTE

Il lettino porta paziente deve essere utilizzabile per manovre radio-endourologiche in configurazione indipendente dal sistema di litotrissia.

#### SOFTWARE DEDICATO

Il sistema proposto deve essere dotato di postazione computerizzata ed adeguato sistema software per l'archiviazione digitale delle immagine urologiche, radiologiche e dei dati del paziente.

#### ALTRO

La manutenzione dell'apparecchiatura deve essere garantita dall'Azienda produttrice della stessa. L'uso dell'apparecchiatura in sala deve essere garantito da personale della ditta fornitrice del noleggio e accompagnato da una dettagliata valutazione di tutti i rischi.

Questa Amministrazione stima da **12 a 16 sedute all'anno**, ciascuna da 10 a 13 pazienti e stima una base d'asta per singola seduta (accesso, noleggio, assistenza, ecc.) di circa euro **1.400,00 Iva esclusa**.

Le ditte interessate potranno presentare, entro le ore 12:00 del giorno **31 gennaio 2017**, a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo pec: [protocollo.aulss4@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss4@pecveneto.it), oppure mediante servizio postale, richiesta di essere invitate, in caso di avvio di apposita procedura di gara.

A tal proposito, si invitano le ditte interessate a provvedere ad iscriversi al bando " BSS – Beni e Servizi per la Sanità" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), accedendo al sito internet [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), sezione imprese.

Il presente avviso costituisce indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo l'azienda ulss 4 Veneto Orientale, la quale si riserva sia la facoltà di avviare o meno la procedura di gara, sia di invitare o meno i soggetti richiedenti o di invitare alla procedura anche Ditte, già conosciute, che non abbiano manifestato il proprio interesse in occasione della presente ricerca di mercato.

È responsabile unico del procedimento la dott.ssa Marzia Capitanio.  
È referente della presente istruttoria il dott. Gian Marco Rizzetto.

Il direttore  
u.o.c. provveditorato economato  
gestione della logistica  
- dott.ssa Marzia Capitanio -

