



**PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 1 TOMOGRAFO  
COMPUTERIZZATO (TAC o TC) SU MEZZO MOBILE PER LE UNITA' OPERATIVE COMPLESSE  
DI RADIOLOGIA DEI PRESIDII OSPEDALIERI DI JESOLO E PORTOGRUARO  
AZIENDA U.L.S.S. N. 4 "VENETO ORIENTALE"**

**CIG 9720482B7F**

**Riscontro alla richiesta di chiarimento nr. 2.**

**CHIARIMENTO NR. 2**

A seguito delle richieste di chiarimento pervenute, in merito alla procedura in esame, si provvede a riscontrare i seguenti punti:

Domanda nr. 2): **"... Rif. Capitolato Speciale Art.1 Oggetto della fornitura 4. esecuzione di tutti gli allacciamenti necessari (elettrici, dati,?.)**

*Si chiede di confermare che la predisposizione degli impianti ovvero, di cabina elettrica di alimentazione, presa di alimentazione elettrica penta polare interbloccata, rete dati, rete telefonica e quanto altro può servire all'operatività del servizio, saranno predisposti dal vs. Ente nei pressi del mezzo mobile (a distanza massima dal mezzo di 10 m) e che la ditta aggiudicataria provvederà al solo allacciamento del proprio mezzo ai suddetti impianti. Si fa inoltre presente che non è consentito, da parte di ditte terze, operare sul quadro elettrico in cabina appartenente al P.O. Si chiede di confermare che eventuali opere edili e opere connesse al corretto ingresso e posizionamenti del Mezzo richiesto, sia lungo i percorsi di ingresso sia nell'area di stazionamento dello stesso, siano in carico all'Azienda Ospedaliera ..."*

Risposta:

con riferimento al presente quesito, si conferma che la predisposizione degli impianti è a carico dell'Azienda U.L.S.S. n. 4; la ditta aggiudicataria, come indicato nel Capitolato, dovrà provvedere all'esecuzione di tutti gli allacciamenti necessari (elettrici, dati, ecc.) ed alla realizzazione di eventuali opere edili e opere connesse al corretto ingresso e posizionamento del mezzo, sia lungo i percorsi di ingresso, sia nell'area di stazionamento dello stesso.

Domanda nr. 3): **"... Rif. Capitolato Speciale Art.3 Relazione progettuale Per ciascun presidio ospedaliero d'interesse (Jesolo e Portogruaro), ciascuna ditta**

**Unità Operativa Complessa Provveditorato Economato Gestione della Logistica**

Direttore: dott.ssa Alessandra Bellomo

Pec: [protocollo.aulss4@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss4@pecveneto.it) - e-mail: [provveditorato.economato@aulss4.veneto.it](mailto:provveditorato.economato@aulss4.veneto.it) - Tel 0421/228125

Referenti istruttoria: Massimo De Faveri

Sede Direzionale: Piazza De Gasperi, n.5 – cap 30027 San Donà di Piave (VE) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02799490277

[www.aulss4.veneto.it](http://www.aulss4.veneto.it)

**concorrente dovrà inserire tra la documentazione tecnica di gara una dettagliata relazione progettuale comprensiva di render fotorealistici e dettaglio dei requisiti strutturali ed impiantistici necessari all'installazione e messa in utilizzo del sistema fornito. Il progetto dovrà contenere tutte le informazioni tecniche, grafiche, disegni etc. utili all'Amministrazione U.L.S.S. per l'esecuzione delle predisposizioni. Si segnala che eventuali opere la cui necessità non risultasse evidente da relazione progettuale si intendono a totale carico della ditta aggiudicataria, senza alcun onere aggiuntivo per l'Azienda U.L.S.S.**

*Si chiede di confermare che per "render" foto realistici si intenda foto dei siti con l'indicazione di massima sul posizionamento del Mezzo e del relativo tunnel. Si richiede inoltre una planimetria in formato dwg per entrambi i siti ..."*

Risposta:

con riferimento al presente quesito, si conferma che per "render" foto realistici si intenda foto dei siti con l'indicazione di massima sul posizionamento del Mezzo e del relativo tunnel.

Si provvede inoltre ad allegare le planimetrie per entrambi i siti, sia in formato dwg che pdf.

Domanda nr. 4): **"... Rif. Capitolato Speciale Art. 5 Caratteristiche tecniche iniettore per mezzo di contrasto di produzione Medrad Inc., pienamente compatibile con il materiale di consumo utilizzato dagli iniettori di mezzo di contrasto di produzione Medrad Inc. modello Stellant D.**

*Si chiede di confermare la possibilità di installare a bordo del Mezzo gli iniettori in uso presso i Reparti di Radiologia al fine di consentire l'uso dei materiali di consumo già in dotazione, come richiesto del Capitolato di gara ..."*

Risposta:

con riferimento al presente quesito, si conferma quanto indicato all'Art. 5 - Caratteristiche tecniche del Capitolato: l'apparecchiatura fornita dovrà essere dotata di iniettore per mezzo di contrasto di produzione Medrad Inc. pienamente compatibile con il materiale di consumo utilizzato dagli iniettori di mezzo di contrasto di produzione Medrad Inc. modello Stellant D.

Domanda nr. 5): **"... Rif. Capitolato Speciale ART. 6 - SERVIZI CONNESSI 5. smaltimento dei rifiuti e degli imballaggi.**

*Si chiede di confermare che si fa riferimento ai soli rifiuti e imballaggi prodotti durante l'installazione del mezzo mobile. NON è fornito lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ospedalieri prodotti durante l'attività diagnostica. ..."*

Risposta:

con riferimento al presente quesito, si conferma che si fa riferimento ai soli rifiuti e imballaggi prodotti durante l'installazione del mezzo mobile.

Domanda nr. 6): **"... Rif. Capitolato Speciale ART. 8 - COLLAUDO fare o programmare la formazione al corretto utilizzo, alla cura, alla pulizia, disinfezione, sterilizzazione, sanificazione e alla manutenzione a carico dell'utilizzatore: il Responsabile dell'U.O. destinataria individuerà gli operatori che dovranno parteciparvi.**

*Si chiede di confermare che la formazione relativa alla pulizia, disinfezione, sterilizzazione e sanificazione potrà essere gestita tramite la fornitura di una opportuna scheda tecnica descrittiva contenente i materiali da utilizzare e le attività da eseguire. ..."*

Risposta: con riferimento al presente quesito, si conferma quanto indicato all'Art. 9 - Formazione del personale sanitario e tecnico.

Domanda nr. 7): **"... Rif. Capitolato Speciale ART. 10 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL RISK Su richiesta dell'Azienda Sanitaria l'Appaltatore è tenuto a produrre il manuale d'uso e/o il manuale tecnico dei modelli di apparecchiature oggetto del contratto.**

*Dal momento che il servizio richiesto riguarda il noleggio di un Mezzo Mobile CT con incluso un servizio di assistenza tecnica full risk tramite idonea ditta di assistenza, si chiede di confermare che la richiesta del manuale tecnico trattasi di refuso ..."*

Risposta: con riferimento al presente quesito, si conferma che trattasi di un refuso

Cordiali saluti.

  
IL DIRETTORE  
U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO  
GESTIONE DELLA LOGISTICA  
- dott.ssa Alessandra Bellomo -  
*Documento informatico firmato digitalmente ex D.p.R. n. 445/2000 e  
D.lgs. n. 82/2005 e norme collegate*