PROCEDURA DI GARA D'APPALTO PER LA FORNITURA TRIENNALE *IN SERVICE* DI N. 1 FACOVITRECTOMO E RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO (LOTTO 1), N.1 FACOEMULSIFICATORE CON MODULO PER VITRECTOMIA POSTERIORE E RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO (LOTTO N. 2) E DI FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI CUSTOM PACK (LOTTO N.3), DA DESTINARSI ALL' U.O.C. OCULISTICA .

N. GARA SIMOG 9050361

ID SINTEL 168961714

4^ SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Successivamente oggi 7 novembre 2023, alle ore 12:30, si riunisce presso l'UOC Oculistica del P.O. di San Donà di Piave, Via Nazario Sauro n.25, San Donà di Piave (VE), la commissione giudicatrice nominata con deliberazione del Direttore Generale n.725 del 19 luglio 2023, così composta:

Presidente	Dr. Ernesto Strobbe	Dirigente Medico presso l'U.O.C. Oculistica
Componente	Dr. Francesco Giuseppe Stefanon	Dirigente Medico presso l'U.O.C. Oculistica
Componente	Ing. Davide Conte	Collaboratore Tecnico professionale – ingegnere - Area dei professionisti della salute e dei funzionari

Il Presidente, verificata la regolare composizione della Commissione, dichiara aperta la seduta.

La Commissione Giudicatrice, riprende i lavori sospesi nel precedente incontro del 18 settembre 2023.

In relazione al Lotto n. 3 la Commissione Giudicatrice prende atto di quanto comunicato dal R.U.P. con propria nota prot n. 63153 del 6 novembre 2023 e procede come segue.

Si dà atto che mediante note prot. 53285 e 53287, entrambe del 18 settembre c.a., il R.U.P. ha attivato soccorso procedimentale, richiedendo alla Ditta A.M.R. S.r.l. e alla Ditta Beaver-Visitec International Sales di integrare la campionatura in modo conforme alle indicazioni della documentazione di gara, con riferimento alla cd "cannula di Buratto" e, in difetto di riscontro, di motivare dettagliando le ragioni del mancato inserimento di predetta cannula nella campionatura richiesta.

La Ditta A.M.R. S.R.L., tramite Sintel, in data 21 settembre 2023, ha dichiarato che la cannula da idrodissezione fornita quale campionatura (cannula Sterimedix 25G) è a tutti gli effetti equivalente a quella di Buratto richiesta, dichiarando di non dover integrare alcuna campionatura.

La Ditta Beaver-Visitec International Sales Ltd, tramite Sintel, in data 19 settembre 2023, ha comunicato di aver spedito anche la cannula di Buratto mancante, a fronte della richiesta del R.U.P. sopra richiamata.

La Commissione, alla luce dei chiarimenti forniti, conferma che la campionatura inviata dalla Ditta A.M.R. S.R.L. deve considerarsi idonea, in base al principio dell'equivalenza.

Con riferimento alla Ditta Beaver-Visitec International Sales Ltd, la Commissione dà atto che:
- la concorrente nell'offerta tecnica aveva indicato la cannula di Buratto, quale parte integrante dell'offerta;
- all'interno del custom pack consegnato a titolo di campionatura, la stessa non aveva inserito la cannula di Buratto;
- la ditta ha integrato la campionatura inviando la cannula mancante.

La Commissione infine prende altresì atto delle seguenti valutazioni del R.U.P. comunicate con la medesima nota del 6

novembre soprarichiamata.

"Il RUP, alla luce di quanto sopra, chiede alla Commissione di verificare che l'offerta tecnica presentata dalla ditta Beaver-Visitec International Sales Ltd includesse anche la cannula di Buratto.

In tal caso, si deve ritenere inequivoca la volontà del concorrente di offrire tale dispositivo medico.

In merito alla campionatura si rappresenta che essa, per giurisprudenza costante, costituisce un elemento dimostrativo dell'offerta tecnica documentale, essendo destinata a comprovare, con la produzione di capi o prodotti dimostrativi detti, appunto, campioni, la capacità tecnica dei concorrenti e la loro effettiva idoneità a soddisfare le esigenze, complesse, della stazione appaltante.

Di conseguenza, l'errore in cui è incorso l'operatore Beaver-Visitec nella presentazione dei campioni senza la cannula di Buratto si deve ritenere sanato dal soccorso procedimentale effettuato dal sottoscritto, atteso che l'offerta tecnica risulta ab origine completa nella sua essenza documentale.

Alla luce di quanto sopra, si provvede ad inviare a codesta Spett.le Commissione la campionatura integrata dalla ditta Beaver-Visitec International Sales Ltd, per successiva Vs valutazione."

La Commissione pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, ritiene di poter procedere con la valutazione della cannula di Buratto consegnata.

In merito alla valutazione qualitativa già avviata nel mese di settembre 2023, la Commissione ritiene esaustive le prove pratiche svoltesi nelle date del 12, 13 e 14 settembre sulle campionature inviate da entrambe le ditte, con riferimento ai seguenti criteri di valutazione:
- caratteristiche dei bisturi;
- caratteristiche della teleria;
- caratteristiche della bottiglia da 25 ml;
- caratteristiche del vassoio e confezionamento del pack.

Ritiene inoltre di confermare la prova pratica già espletata in data 13 settembre in relazione ai campioni di cannula per idrodissezione marca Sterimedix, prodotti dalla Ditta A.M.R..

Diversamente ritiene di dover sottoporre a prova pratica i campioni di cannula di Buratto inviati dalla Ditta Beaver-Visitec International Sales Ltd in data 8 novembre, a seguito di soccorso procedimentale.

Nell'impossibilità di concludere i lavori sospende la seduta e, in considerazione degli impegni già fissati da ciascun commissario, fissa la data dell'8 novembre 2023, alle ore 12:30, presso il P.O. di San Donà di Piave, per la conclusione dei lavori.

La seduta si chiude alle ore 14:00.

Letto, approvato e sottoscritto:

Dott. Ernesto Strobbe

Dott. Francesco Giuseppe Stefanon

Ing. Davide Conte

Davide Conte

REGIONE DEL VENETO

ULSS4 VENETO ORIENTALE

PROCEDURA DI GARA D'APPALTO PER LA FORNITURA TRIENNALE *IN SERVICE* DI N. 1 FACOVITRECTOMO E RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO (LOTTO 1), N.1 FACOEMULSIFICATORE CON MODULO PER VITRECTOMIA POSTERIORE E RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO (LOTTO N. 2) E DI FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI CUSTOM PACK (LOTTO N.3), DA DESTINARSI ALL' U.O.C. OCULISTICA .

N. GARA SIMOG 9050361

ID SINTEL 168961714

5^ SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Successivamente oggi 8 novembre 2023, alle ore 12:30, si riunisce presso l'UOC Oculistica del P.O. di San Donà di Piave, Via Nazario Sauro n.25, San Donà di Piave (VE), la commissione giudicatrice nominata con deliberazione del Direttore Generale n.725 del 19 luglio 2023, così composta:

Presidente	Dr. Ernesto Strobbe	Dirigente Medico presso l'U.O.C. Oculistica
Componente	Dr. Francesco Giuseppe Stefanon	Dirigente Medico presso l'U.O.C. Oculistica
Componente	Ing. Davide Conte	Collaboratore Tecnico professionale – ingegnere - Area dei professionisti della salute e dei funzionari

Il Presidente, verificata la regolare composizione della Commissione, dichiara aperta la seduta.

La Commissione Giudicatrice, riprende i lavori sospesi nel precedente incontro del 7 novembre 2023 e all'esito della prova pratica svoltasi in data odierna alle ore 10:45, prosegue la valutazione dell'offerta tecnica della ditta B.V.I., con riferimento alla Cannula di Buratto.

Le risultanze delle valutazioni delle offerte tecniche delle ditte A.M.R. e B.V.I. di cui alle prove pratiche del 12, 13 e 14 settembre, nonché di oggi 8 novembre 2023, riportate negli allegati (Allegati nn. 2 e 3) che costituiscono parte integrante e contestuale del presente verbale.

La seduta si chiude alle ore 14:00.

Letto, approvato e sottoscritto:

Dott. Ernesto Strobbe

Dott. Francesco Giuseppe Stefanon

Ing. Davide Conte

Davide Conte

DITTA: A.M.R. S.r.l.						
Rif.	Criterio di valutazione	Sottocriterio	Criteri motivazionali	Massimo punteggio attribuibile al sottocriterio	Punteggio attribuito	Motivazione
1	Caratteristiche dei bisturi	Consistenza, finitura e capacità di taglio costante delle lame	Verrà valutata la robustezza e resistenza alle pressioni del bisturi	2	1	Appare buona la robustezza ma con resistenza alle pressioni incostante durante l'utilizzo.
			Verrà valutata la finitura del bisturi, in particolare il grip dell'impugnatura al fine di testarne la sicurezza e la facilità nell'impiego	2	2	Sufficienti l'impugnatura ed il grip.
			Verranno valutate in particolare la capacità del bisturi di incisione costante, la capacità, la precisione di taglio e la durata della lama nei tagli successivi al fine di testare la qualità del taglio	6	2	Le incisioni appaiono imprecise con bordi delle stesse irregolari. Il comportamento di taglio non è costante durante l'utilizzo con perdita di capacità già dopo il primo taglio. É richiesta una eccessiva pressione per ottenere i tagli corneali.
		Ergonomicità dei manici del bisturi	Verranno valutate, tra l'altro, la maneggevolezza ed il comfort nell'uso del bisturi, nonché l'ergonomicità soprattutto in relazione alla possibilità con manovra one hand di apertura e chiusura della lama al fine di testate la sicurezza del suo impiego	24	10	Maneggevolezza e sicurezza appaiono scarse: i taglienti non consentono un utilizzo one hand ed anche la manovra di apertura bimanuale appare particolarmente difficile, parimenti la chiusura. Pertanto, il meccanismo di sicurezza risulta poco ergonomico, poco sicuro per operatore e strumentista. Durante le manovre facilmente il guanto in lattice si impegna nello stesso.
		Praticità, efficacia ed intuitività dei sistemi di sicurezza del bisturi	Verrà valutata la maneggevolezza, la sicurezza e la ripetibilità rapida nella fase di chiusura one hand della lama al fine di valutarne la sicurezza nella manovra di consegna e restituzione del bisturi alla fine della procedura di taglio	20	8	
2	Caratteristiche della teleria	Adesività del film da incisione	Verrà valutata la adesività e facilità della fase di appoggio del film adesivo	5	4	Buona l'adesività del film adesivo.
		Attaccatura e posizionamento della sacca raccolta liquidi	Verrà valutatta la capacità di contenimento dei liquidi	5	2	La capacità di contenimento dei liquidi risulta ridotta dall'assenza di un contenimento superiore ed inferiore che funga da guida per il deflusso dei liquidi nella sacca di raccolta.
3	Caratteristiche delle canule	Rifinitura e confezionamento delle canule	Verrà valutata la qualità dei materiali in relazione al loro utilizzo	2	1	Buone rifinitura e confezionamento delle canule presenti nella campionatura.
	Caratteristiche della bottiglia da 25 ml		Verrà valutata la maneggevolezza del contenitore	2	2	Ottima la manegevolezza della bottiglia da 25 ml.
	Caratteristiche del vassoio e confezionamento del pack		Verrà valutata la facilità di apertura del pack e la sua maneggevolezza	2	2	Intuitiva e facile l'apertura del pack.
			TOTALI (DITTA A.M.R. S.r.l.)	70	34	

Dr. Ernesto Strobbe

Dr. Francesco Giuseppe Stefanon

Ing. Davide Conte

DITTA: BEAVER - VISITEC INTERNATIONAL SALES LTD						
Rif.	Criterio di valutazione	Sottocriterio	Criteri motivazionali	Massimo punteggio attribuibile al sottocriterio	Punteggio attribuito	Motivazione
1	Caratteristiche dei bisturi	Consistenza, finitura e capacità di taglio costante delle lame	Verrà valutata la robustezza e resistenza alle pressioni dei bisturi	2	2	La robustezza risulta ottima e costante la resistenza alle pressioni.
			Verrà valutata la finitura dei bisturi, in particolare il grip dell'impugnatura al fine di testarne la sicurezza e la facilità nell'impiego	2	2	Buona l'impugnatura ed il grip.
			Verranno valutate in particolare la capacità dei bisturi di incisione costante, la capacità, la precisione di taglio e la durata della lama nei tagli successivi al fine di testare la qualità del	6	6	Le incisioni richiedono poca pressione e appaiono precise anche dopo diversi tagli.
		Ergonomicità dei manici dei bisturi	Verranno valutate, tra l'altro, la maneggevolezza ed il comfort nell'uso dei bisturi, nonché l'economicità soprattutto in relazione alla possibilità con manovra one hand di apertura e chiusura della lama al fine di testate la sicurezza del suo impiego	24	21	Intuitivo e dotato di ottima ergonomicità il meccanismo di protezione. Maneggevolezza e sicurezza appaiono ottime: i taglienti sono facilmente apribili e richiudibili con una sola mano.
		Praticità, efficacia ed intuitività dei sistemi di sicurezza dei bisturi	Verrà valutata la maneggevolezza, la sicurezza e la ripetibilità rapida nella fase di chiusura one hand della lama al fine di valutarne la sicurezza nella manovra di consegna e restituzione dei bisturi alla fine della procedura di taglio	20	18	
2	Caratteristiche della teleria	Adesività del film da incisione	Verrà valutata la adesività e facilità della fase di appoggio del film adesivo	5	4	Buona l'adesività del film adesivo
		Attaccatura e posizionamento della sacca raccolta liquidi	Verrà valutatta la capacità di contenimento dei liquidi	5	5	Ottima la capacità di contenimento dei liquidi senza perdita superiore ed inferiore grazie a due tasche che fungono da guida per i fluidi verso la sacca di raccolta.
3	Caratteristiche delle canule	Rifinitura e confezionamento delle canule	Verrà valutata la qualità dei materiali in relazione al loro utilizzo	2	1	Buone rifinitura e confezionamento delle canule presenti nella campionatura.
	Caratteristiche della bottiglia da 25 ml		Verrà valutata la maneggevolezza del contenitore	2	2	Ottima la manegevolezza della bottiglia da 25 ml.
	Caratteristiche del vassoio e confezionamento del pack		Verrà valutata la facilità di apertura del pack e la sua maneggevolezza	2	2	Ottima l'apertura del pack.
TOTALI (DITTA BEAVER - VISITEC INTERNATIONAL SALES LTD.)				70	63	

Dr. Ernesto Strobbe

Dr. Francesco Giuseppe Stefanon

Ing. Davide Conte