San Donà di Piave, 26/01/2024. Prot. 0005039/2024.

COMUNICATO N. 02

INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA CON PREVENTIVO

OGGETTO: Affidamento diretto per la fornitura di varie apparecchiature elettromedicali, in fabbisogno alla Centrale Operativa Territoriale di San Donà di Piave, Azienda ULSS 4 Veneto Orientale.

ID Sintel: 178599263

Con riferimento alla procedura in oggetto indicata, facendo seguito ad alcune richieste di chiarimenti pervenute e ritenendo che il riscontro alle stesse possa essere di interesse comune a tutti gli Operatori Economici, si riscontra di seguito:

RICHIESTA CHIARIMENTO	RISPOSTA
"in relazione alla fornitura menzionata nel Riferimento 1 in cui viene richiesto "Le apparecchiature oggetto del presente lotto dovranno costituire un sistema integrato per l'esecuzione ECG a riposo e la spirometria statica con un'unica interfaccia software installabile su PC", si chiede gentilmente alla S.A. di chiarire se l'unica interfaccia software, può essere fornita su un dispositivo tablet anziché PC."	Si conferma che l'unica interfaccia software può essere fornita anche su un dispositivo tablet.
"[...] con la presente siamo a chiedere una proroga del termine ultimo di partecipazione offerta."	Si comunica che purtroppo non è possibile effettuare una proroga del termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Nel rimanere a disposizione, si porgono distinti saluti.

Il RUP
Responsabile U.O.S. Ingegneria Clinica
Ing. Alan Pettenà

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. nr. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

U.O.S. Ingegneria Clinica
Responsabile Ing. Alan Pettenà
pec protocollo.aulss4@pecveneto.it – *e-mail* servizi.tecnici.ingclinica@aulss4.veneto.it
tel. 0421 228072
sede piazza De Gasperi, 5 – 30027 San Donà di Piave (VE) - *CF-PI* 02799490277

Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge