

REGIONE DEL VENETO



ULSS4
VENETO ORIENTALE

Allegato 8 – INVENTARIO ANNO 2016

ATTIVITA' DI INVENTARIO DEL PARCO DI STRUMENTARIO CHIRURGICO

PORTOGRUARO

REPORT STRUMENTARIO IN USO

RIEPILOGO GENERALE

DURANTE L'ATTIVITA' SONO STATI ANALIZZATI **7563** STRUMENTI. DI SEGUITO SI RIPORTANO LA QUANTITA' DI STRUMENTI SUDDIVISA PER VALUTAZIONE:

TOTALE STRUMENTI "OK" 1556

TOTALE STRUMENTI "SUP. NO CE" 310

TOTALE STRUMENTI "OK NO CE" 311

TOTALE STRUMENTI "RIPARARE" 646

TOTALE STRUMENTI "SUPERFICIE" 775

TOTALE STRUMENTI "RIP. NO CE" 562

TOTALE STRUMENTI "SUP. SCRITTE" 26

TOTALE STRUMENTI "SOSTITUIRE" 3377

RIEPILOGO DEI DATI RELATIVI AL SOLO STRUMENTARIO VALUTATO "DA SOSTITUIRE", SUDDIVISO PER TIPOLOGIA:

TOTALE STRUMENTI "P" 1711 **TOTALE STRUMENTI "M"** 499 **TOTALE STRUMENTI "CR"** 73 **TOTALE STRUMENTI "CO"** 2 **TOTALE STRUMENTI "A"** 1092

DI SEGUITO SI RIPORTANO LE VALUTAZIONI DEGLI STRUMENTI SUDDIVISI PER SPECIALITA' E PER KIT/SET ANALIZZATO.

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

SPECIALITA'	CODICE CDC
-------------	------------

ANESTESIA

412100

Q.TA'	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
13	2	0	1	0	0	0	0	10	3	5	0	0	2

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

TORACENTESI

PESO 1 KG

ANESTESIA

SET VAPORE

13					2	0	1	0	0	0	0	10	3	5	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	12-100-16		PINZETTA ANAT.160MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4000-18		PINZETTA ANAT.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4102-14		PINZETTA DISSEZIONE 2X3D.145MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD559R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	PRESTIGE	SRP 401		PINZA P.ARTERIE CAIRNS RET.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH124R	PINZA P.ARTERIE CAIRNS RET.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	REDA	17174-25		PINZA P.TAMPONI RAMPLEY 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	LEIBINGER	32-01127		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.225MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3275-24		PINZA EMOSTATICA CRAFOORD CRV.245MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BC587R	FORBICI MAYO P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC316R	FORBICI CHIR.RET.SM/SM 165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM034R	DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY SOTTILE 210MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM066R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

SPECIALITA'	CODICE CDC
-------------	------------

CARDIOLOGIA

412225

Q.TA'	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
90	16	0	3	0	0	2	1	68	38	20	0	0	10

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

IMPIANTO PACEMAKER 1
PESO 3 KG

CARDIOLOGIA
KIT VAPORE

18					3	0	0	0	0	0	0	15	14	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	REDA	11110-14		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JK341		VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:120MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JK369		1/2-COPERCHIO VARIO, ARGENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JK359A		SOVRACOPERCH.P/CONT.VARIO 1/2 ALLU ARG.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	06.00.14		PINZETTA ANAT.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	REDA	19685-16		RETRATTORE ADSON-BABY 3X4 SEMITAG.ARTIC.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH124R	PINZA P.ARTERIE CAIRNS RET.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	REDA	15230-15		PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	16.15.18		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STIER	NON PRESENTE	BM360R	PORTAGHI MATHIEU 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STIER	02-1863		FORBICI CHIR.CRV.SM/AC 145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BC130R		FORBICI OFTALMOLOGIA E LEGAT.120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	REDA	15123-13		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MEDESY	1635		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	L & T	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

IMPIANTO PACEMAKER 2
PESO 3,5 KG

CARDIOLOGIA
KIT VAPORE

18					3	0	0	0	0	0	1	14	4	10	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK341		VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:120MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK369		1/2-COPERCHIO VARIO, ARGENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK355A		SOVRACOPERCH.P/CONT.VARIO 1/2 ALLU ROSSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	REDA	11102-14		DISSECTING FORCEPS, 145 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	REDA	11122-14		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDICON	24.30.17		RETRATTORE ADSON-BABY 3X4 SEMITAG.ARTIC.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDICON	19.16.20		PINZA POLIPI E MEDICAZ GROSS RET.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	15.40.12		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCLAP	BH644R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	03.04.11		FORBICI CHIR.RET.AC/AC 115MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDICON	03.57.15		FORBICI STILLE CRV.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	11.20.20		PORTAGHI MATHIEU 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	M.E.S.A.	NON PRESENTE	BF461R	PINZA CHAMPS DE LORNA 95MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	BOB	7155.13		PINZA CHAMP BACKHAUS 135MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCLAP	JG522R		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	CBM	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

IMPIANTO PACEMAKER 3

PESO 3 KG

CARDIOLOGIA

KIT VAPORE

18					4	0	0	0	0	0	0	14	6	5	0	0	3
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	JK341		VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:120MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JK369		1/2-COPERCHIO VARIO, ARGENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JK355A		SOVRACOPERCH.P/CONT.VARIO 1/2 ALLU ROSSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	REDA	11104-14		PINZETTA ANAT.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	REDA	11122-14		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STIER	NON PRESENTE	BV071R	DIVARICAT. DI WEITLANER, CON CHIUSURA LT	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	REDA	13233-12		PINZA MOSQUITO HALSTED CRV.1X2D.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH164R	PINZA EMOST.RANKIN RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	BH203R		PINZA EMOST.HALSTED CRV.185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	02.40.12		FORBICI P.STRABISMO RO/RO 115MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	REDA	09281-15		FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM153R	DUROGRIP PORTAGHI MATHIEU SOTTILE 197MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	M.E.S.A.	NON PRESENTE	BF461R	PINZA CHAMPS DE LORNA 95MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	REDA	15123-13		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	ULSS10	PR3012		PORTATAMPONI AD ANELLI FOERSTER, L.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	JG522R		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	47.30.10		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

IMPIANTO PACEMAKER 4
PESO 3 KG

CARDIOLOGIA
KIT VAPORE

18					3	0	1	0	0	0	0	14	8	3	0	0	3
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK341		VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:120MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK369		1/2-COPERCHIO VARIO, ARGENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK455A		SOVRACOPERCH.P/CONT.VARIO 1/1 ALLU ROSSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	REDA	11110-16		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	REDA	11122-14		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	REDA	13233-12		PINZA MOSQUITO HALSTED CRV.1X2D.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	24.30.17		RETRATTORE ADSON-BABY 3X4 SEMITAG.ARTIC.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH618R	PINZA ROCHESTER-OCHSN.RET.1X2D.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	16.15.18		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	BOB	3040.11		FORBICI CHIR.RET.AC/AC 115MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	REDA	09281-15		FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STIER	NON PRESENTE	BM360R	PORTAGHI MATHIEU 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	REDA	15123-13		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDESY	1635		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

IMPIANTO PACEMAKER 5

PESO 3 KG

CARDIOLOGIA

KIT VAPORE

18					3	0	2	0	0	2	0	11	6	2	0	0	3
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	JK341		VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:120MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JK369		1/2-COPERCHIO VARIO, ARGENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JK355A		SOVRACOPERCH.P/CONT.VARIO 1/2 ALLU ROSSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	REDA	11110-14		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	REDA	11120-14		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BV094R	RETRATTORE ADSON-BABY 3X4 SEMITAG.ARTIC.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	REDA	13230-12		PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH124R	PINZA P.ARTERIE CAIRNS RET.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	19.16.20		PINZA POLIPI E MEDICAZ GROSS RET.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	BC110R		FORBICI IRIDECTOMIA E LEGATURE 110MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	03.56.15		FORBICI STILLE RET.150MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	BOB	1102.20		PORTAGHI MATHIEU 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	REDA	15123-13		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDESY	1635		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	JG522R		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

SPECIALITA'	CODICE CDC
S.O. CHIRURGIA	410503

Q.TA'	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1665	315	49	129	4	63	200	117	788	503	65	21	0	199

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

BASE CHIRURGIA 1

PESO 11 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

89					2	1	8	0	2	14	8	54	40	1	2	0	11
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK442	VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK485	1/1-COPERCHIO BASIS, ROSSO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF212R	1/1 CESTELLO PERFORATO 485X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	MEDICON	01.28.04		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BB075R	MANICO P.BISTURI N.3L 211MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	STILLE	102-9040-20		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 200MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	STILLE	102-9040-25		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 250MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	STILLE	102-9040-30		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 305MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	STILLE	102-9304		PINZA ATR.MORSO 2,0MM 240MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
2	MEDICON	06.05.16		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BD726R	PINZETTA DISS.STILLE-BARRAYA 3X4D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GF862R	CANNULA ASPIRAZIONE DI POOL, CHARR. 30	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GF944R	CANNULA ASPIRAZIONE DI YANKAUER,MM 285	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 4497-15		DIVARICATORE FARABEUF, GRANDE,SERIE DI 2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 4551-50/02		DIVARICAT. MIDDELDORF GRANDE 45X50 MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	BV606R		VALVA MEDIA PER BV605, 47X80MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT622R	DIVARICAT. ADDOMIN. EPATICO DI MIKULICZ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT624R	DIVARICAT. ADDOMIN. EPATICO DI MIKULICZ	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	RUDOLF	RU 3071-16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	15.73.16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-375-16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH167R	PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	BH111R		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
3	GEOMED	AI 091-12		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0
3	MEDICON	16.57.23		PINZA BENGOLEA CRV.245MM	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3253-24/01		PINCE EMOST.OVERHOLT FINE #6 225MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCLAP	BH227R		PINZA ARTERIE CRAFOORD MODIF.240MM	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH447R	PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1
4	AESCLAP	BH211R		PINZA EMOST.HALSTED-MOSQ.CRV.200MM	0	0	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
1	MEDICON	17.34.20		PINZA INTEST. PENNINGTON	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 6515-20		PINZA INTESTINALE LOCKWOOS 200MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	BF058R		PINZA MAIER P.POLIPI C.CREM.RET.265MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MDE	106-0215-260		PINZA MAIER P.POLIPI C.CREM.RET.265MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM068R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 235MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	CODMAN	36-3011		DUROGRIP PORTAGHI P.VASI SOTTILE 230MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM067R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM068R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 235MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM030R	DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 270MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM035R	DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 3326-18		PINCE EMOST.GEMINI 180MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	103-10413-241		ARTERY FORCEPS, 240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	LEIBINGER	NON PRESENTE	BF112R	PINZA PORT.TAMP.FOERSTER-BALLENGER 180MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF112R	PINZA PORT.TAMP.FOERSTER-BALLENGER 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	MARTIN	14-352-25		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
3	MARTIN	30-134-25		PINZA P.INTESTINO ALLIS 5X6DENTI 255MM	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0
2	MARTIN	30-136-20		PINZA ATR.ALLIS 7,0MM 200MM	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	50.03.15		PINZA INTEST. DI ALLIS, 4X5 DENTI, MM155	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EA015R	PINZA INTEST. DI ALLIS, 4X5 DENTI, MM155	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
4	MARTIN	13-414-16		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	2	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3074-16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BH176R	PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC618R	FORBICI DISSEZ.NELSON-METZENBAUM 280MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	BC287R		DUROTIP FORBICI METZENBAUM CRV.230MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 1263-17M		DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	11-930-17		DUROTIP FORBICI MAYO RET.170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC607R	FORBICI DISS.METZENBAUM CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STIER	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG524R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 1,0 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

BASE CHIRURGIA 2

PESO 11 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

89					5	0	10	0	6	2	2	64	54	3	0	0	7
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK442	VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK485	1/1-COPERCHIO BASIS, ROSSO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF213R	1/1 CESTELLO PERFORATO 485X253X76MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BB084R	MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	10-133-31		MANICO P.BISTURI N.3L 211MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD051R	PINZETTA ANAT.200MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	STILLE	102-9040-25		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 250MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	STILLE	102-9040-30		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 305MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	STILLE	102-9304		PINZA ATR.MORSO 2,0MM 240MM	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	12-260-20		PINZETTA DISS.MOD.STRASBOURG 1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDICON	06.10.13		PINZETTA DISSEZIONE 2X3D.130MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4102-14		PINZETTA DISSEZIONE 2X3D.145MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	GF862R		CANNULA ASPIRAZIONE DI POOL, CHARR. 30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OM671R	CANNULA ASPIR.YANKAUER,FORO CENTR.LARGO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	BT021R		DIVARICATORE FARABEU F, GRANDE,SERIE DI 2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 4551-50		DIVARICAT. MIDDELDORPF,MEDIO,28X28MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BV606R		VALVA MEDIA PER BV605, 47X80MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT622R	DIVARICAT. ADDOMIN. EPATICO DI MIKULICZ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 4567-52		DIVARICAT. ADDOMIN. EPATICO DI MIKULICZ	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT624R	DIVARICAT. ADDOMIN. EPATICO DI MIKULICZ	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	13-384-16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BH176R	PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH176R	PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BH642R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	BH167R		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	MEDICON	15.73.16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3071-16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-375-16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BH111R		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-309-12		PINZA EMOST. TIPO MICRO-HALSTED MORSO ZIGRINATO CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	GEOMED	AI 091-12		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH111R	PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
4	AESULAP	BH211R		PINZA EMOST.HALSTED-MOSQ.CRV.200MM	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	16.57.23	PINZA BENGOLEA CRV.245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
3	MEDICON	16.57.23		PINZA BENGOLEA CRV.245MM	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MEDICON	16.11.20		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH447R	PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	103-10430-241		PINZA ARTERIE CRAFOORD MODIF.240MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LEIBINGER	32-02059		PINZA ARTERIE CRAFOORD MODIF.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EA041R	PINZA A DENTI COLLIN MORSI FENESTRATI	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 6055-18		DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 3860-25		PINZA MAIER P.POLIP C.CREM.RET.265MM	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM067R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM034R	DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY SOTTILE 210MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BM036R		DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 230MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM068R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 235MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 6054-26		DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	LEIBINGER	NON PRESENTE	BJ102R	PINCE EMOST.GEMINI 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BJ058R		PINCE EMOST.KANTROWITZ 245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BF122R		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	14-352-25		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF122R	PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	AESULAP	EA016R		PINZA INTESTINALE ALLIS 5X6 DENTI MM155	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	30-134-15		PINZA INTESTINALE ALLIS 5X6 DENTI MM155	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	107-13120-21		PINZA INTESTINALE ALLIS-THOMS 6X7D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EA020R	PINZA INTESTINALE ALLIS-THOMS 6X7D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	30-134-25		PINZA P.INTESTINO ALLIS 5X6DENTI 255MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEDICON	50.02.23		PINZA P.INTESTINO ALLIS 5X6DENTI 255MM	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1263-17		DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC592R	FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1263-17		DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BC275R		DUROTIP FORBICI METZENBAUM CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	04.33.23		FORBICI DISS.NELSON-METZENBAUM CRV.230MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1336-25		DUROTIP FORBICI NELSON-METZENBAUM 260MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 8985-03		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG524R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 1,0 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

BASE CHIRURGIA 3 (CONTAINER AESCULAP)

S.O. CHIRURGIA

PESO 11,5 KG

KIT VAPORE

89					41	1	12	0	0	10	2	23	20	0	0	0	3
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	JK442		VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JK469		1/1-COPERCHIO VARIO, ARGENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JK455A		SOVRACOPERCH.P/CONT.VARIO 1/1 ALLU ROSSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JF223R		1/1 CESTELLO PERFORATO 540X253X76MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BB084R		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GEOMED	AS 100-03		MANICO P.BISTURI N.3L 211MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BD559R		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	102-9270-20		PINZETTA A DENTI MOD.RUSSO 200MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BD051R		PINZETTA ANAT.200MM	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BD032R		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	FB404R		PINZA ATR.MORSO 2,0MM 240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BD032R		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 250MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FB404R		PINZA ATR.MORSO 2,0MM 240MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BD053R		PINZETTA ANAT.300MM	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	GF944R		CANNULA ASPIRAZIONE DI YANKAUER,MM 285	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	GF862R		CANNULA ASPIRAZIONE DI POOL, CHARR. 30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BT021R		DIVARICATORE FARABEUF, GRANDE,SERIE DI 2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	TEKNO	17181-02		DIVARICAT. MIDDELDORPF,GRANDE,45X50MM	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BV617R		VALVA SOLA P. DIVAR. ADDOM. DI BALFOUR	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	15-603-03		DIVARICAT. ADDOMIN. EPATICO DI MIKULICZ	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MARTIN	15-603-03		DIVARICAT. ADDOMIN. EPATICO DI MIKULICZ	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
6	RUDOLF	RU 3010-18		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
6	MARTIN	13-375-16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	1	0	3	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2	MARTIN	13-311-12		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-309-12		PINZA EMOST. TIPO MICRO-HALSTED MORSO ZIGRINATO CRV.125MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	103-10032-121		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
4	MARTIN	13-391-20		PINZA BENGOLEA CRV.225MM	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3	MARTIN	13-369-20		PINZA ARTERIE SEC.FUCHSIG CRV.190MM	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-391-20		PINZA BENGOLEA CRV.245MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BH447R		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.200MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 3275-24		PINZA EMOSTATICA CRAFOORD CRV.245MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	AESULAP	EA041R		PINZA A DENTI COLLIN MORSI FENESTRATI	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	BF058R		PINZA MAIER P.POLIPI C.CREM.RET.265MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BF076R		PINZA P.POL.SIMS-MAIER C.CREMA.RET.280MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BM035R		DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 180MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BM067R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDITECK	24-1604-23		DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 230MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BM078R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR 242MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	20-646-26		DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 250MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	103-10413-241		ARTERY FORCEPS, 240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BJ014R		PINZA EMOST.BABY-ADSON 180MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BF122R		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	14-352-25		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF112R	PINZA PORT.TAMP.FOERSTER-BALLENGER 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
3	AESULAP	EA018R		PINZA P.INTESTINO ALLIS 5X6DENTI 255MM	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	EA017R		PINZA INTESTINALE ALLIS DELICATA MM190	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	50.03.15		PINZA INTEST. DI ALLIS, 4X5 DENTI, MM155	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EA016R	PINZA INTESTINALE ALLIS 5X6 DENTI MM155	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BC281R		DUROTIP FORBICI NELSON-METZENBAUM 280MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BC287R		DUROTIP FORBICI METZENBAUM CRV.230MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BC607R		FORBICI DISS.METZENBAUM CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1263-17MC		DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BC284R		DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	11-170-17		FORBICI MAYO RET.170MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG524R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 1,0 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

BASE CHIRURGIA 3
PESO 11,5 KG

S.O. CHIRURGIA
KIT VAPORE

88					5	0	3	0	1	20	8	51	39	1	0	0	11
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK442	VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK485	1/1-COPERCHIO BASIS, ROSSO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF113R	1/2 CESTELLO PERFORATO 243X253X76MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BB084R	MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	GEOMED	AS 110-03		MANICO P.BISTURI N.3L 211MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	102-9060-17		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	NON PRESENTE	BD539R	PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STILLE	102-9846-20		PINZETTA BJORK-STILLE LARGH.MEDIA 200MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	102-9040-25		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	STILLE	102-9040-20		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 200MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	STILLE	102-9040-30		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 305MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	STILLE	102-9040-25		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FB404R	PINZA ATR.MORSO 2,0MM 240MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	AESCLAP	GF862R		CANNULA ASPIRAZIONE DI POOL, CHARR. 30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GF944R	CANNULA ASPIRAZIONE DI YANKAUER,MM 285	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	BT021R		DIVARICATORE FARABEUF, GRANDE,SERIE DI 2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 4551-50/02		DIVARICAT. MIDDELDORF GRANDE 45X50 MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BV617R	VALVA SOLA P. DIVAR. ADDOM. DI BALFOUR	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	GEOMED	AX 780-02		DIVARICAT. ADDOMIN. EPATICO DI MIKULICZ	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	GEOMED	AX 780-03		DIVARICAT. ADDOMIN. EPATICO DI MIKULICZ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	13-414-18		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	RUDOLF	RU 3074-16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	MARTIN	13-414-16		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2	MEDICON	15.73.16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH167R	PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH167R	PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MARTIN	13-309-12		PINZA EMOST. TIPO MICRO-HALSTED MORSO ZIGRINATO CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MARTIN	13-311-12		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3121-12		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 3253-24/01		PINCE EMOST.OVERHOLT FINE #6 225MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
3	AESULAP	BH211R		PINZA EMOST.HALSTED-MOSQ.CRV.200MM	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BH211R		PINZA EMOST.HALSTED-MOSQ.CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-577-19		PINZA EMOST.HALSTED-MOSQ.CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BH211R	PINZA EMOST.HALSTED-MOSQ.CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	16.15.74		PINZA EMOSTATICA CRAFOORD CRV.245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3253-24/01		PINCE EMOST.OVERHOLT FINE #6 225MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	16.11.20		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	GEOMED	AI 333-20		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.200MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	30-206-20		PINZA DUVAL TCGOLD L.205MM	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	RUDOLF	RU 3861-25		PINZA MAIER P.POLIP C.CREM.CRV.265MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM030R	DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 270MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM036R	DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 230MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM068R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 235MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM036R	DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 230MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM067R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	LEIBINGER	NON PRESENTE	BM022R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO-SEELEY	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM067R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BJ067R	PINCE EMOST.O'SHAUGNESSY 220MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 3326-18		PINCE EMOST.GEMINI 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	19.54.24		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL. PICCOLO 240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BF122R		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF112R	PINZA PORT.TAMP.FOERSTER-BALLENGER 180MM	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1
3	RUDOLF	RU 6505-25		PINZA ATR.ALLIS 8,4MM 255MM	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	EA020R		PINZA INTESTINALE ALLIS-THOMS 6X7D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MARTIN	30-134-19		PINZA INTESTINALE ALLIS DELICATA MM190	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EA017R	PINZA INTESTINALE ALLIS DELICATA MM190	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	CHIRBO	NON PRESENTE	BC618R	FORBICI DISSEZ.NELSON-METZENBAUM 280MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC615R	FORBICI DISS.NELSON-METZENBAUM CRV.230MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	BC265R		DUROTIP FORBICI DISS.METZB.CRV.200MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC284R	DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	CEATEC	AA 931.17		DUROTIP FORBICI LEXER DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC314R	FORBICI CHIR.RET.SM/SM 145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	LAWTON	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JG524R		VASCHETTA DA LABORATORIO, 1,0 LITRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

BASE VASCOLARE

PESO 7,5 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

78					10	1	14	0	8	10	0	35	20	3	1	0	11
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK741	VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AS MEDIZINTECHNIK	NON PRESENTE	JK769	3/4-COPERCHIO VARIO, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AS MEDIZINTECHNIK	NON PRESENTE	JK755A	SOVRACOPERCH.P/CONT.VARIO 3/4 ALLU ROSSO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF253R	3/4 CESTELLO PERFORATO 406X253X76MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	10-100-04		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AMPLIMED	NON PRESENTE	BD032R	PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	102-9040-17		PINZETTA ANAT.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	FB400R		PINZA ATR.MORSO 2MM 150MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	102-9300		PINZA ATR.MORSO 2MM 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	STILLE	102-9330		PINZA VASCOLARE ATR.200MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BD557R		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	OL166R		ELEVATORE DI FREER-YASARGIL, 185 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	09.79.75		AGO BOTTONUTO D.1,8 L.80MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR3011		COPPIA FARABEUF NASTRIFORMI L.125 (5,5X20) (5,5X17) MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	BT020R		DIVARICATORE FARABEUF, DOPPIO,SERIE DI 2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BT021R		DIVARICATORE FARABEUF, GRANDE,SERIE DI 2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CHIRBO	12729-20		DIVARICATORE WEITLANER SMUSSO 3X4D.195MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BV201R	DIVARICATORE WEITLANER SMUSSO 3X4D.195MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	DIENER, CHR.	9-171.20		DUROTIP FORBICI DISS.METZB.CRV.200MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	101-8175-18		SUPERCUT FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC606R	FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	LEIBINGER	37-11012		FORBICI DIETHRICH-HEGEMANN 45 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC664R	FORBICI SECONDO DIETHRICH 55 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BC284R		DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	11-951-16		DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ELCON	122-148		FORBICI CHIR.RET.SM/SM 165MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	MARTIN	13-311-62		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3121-12		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED CRV.125MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	15.45.12		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	AESULAP	BH111R		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH111R	PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
2	MEDICON	15.73.16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	LEIBINGER	32-01251		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3071-16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
6	RUDOLF	RU 3081-15		PINZA EMOST.LERICHE CRV.150MM	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	MARTIN	13-384-16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	EA010R		PINZA P.AFFERRARE BOYS-ALLIS MM 155	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	EA016R		PINZA INTESTINALE ALLIS 5X6 DENTI MM155	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	30-134-15		PINZA INTESTINALE ALLIS 5X6 DENTI MM155	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM067R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 6055-18		DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 185MM	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM022R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO-SEELEY	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH191R	PINZA P.ARTERIE DUNHILL CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1
2	AESULAP	BH211R		PINZA EMOST.HALSTED-MOSQ.CRV.200MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 3326-18		PINCE EMOST.GEMINI 180MM	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STILLE	103-10420-201		ARTERY FORCEPS, 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	17.05.19		PINZA EMOST.BABY-ADSON 180MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH209R	PINZA EMOST.HEISS MOLTO CUR.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	19.50.20	PINZA DA MEDICAZIONE FOERSTER-BALLENGER, L.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF046R	PINZA POLIPI E MEDICAZ GROSS RET.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	JG523R		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STIER	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

BASE VASCOLARE 2
PESO 8 KG

S.O. CHIRURGIA
KIT VAPORE

68					16	0	16	0	9	2	1	24	10	9	1	0	4
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	JK442		VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JK469		1/1-COPERCHIO VARIO, ARGENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JK456A		SOVRACOPERCHIO P/CONT.VARIO 1/1 ALLU BLU	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF213R	1/1 CESTELLO PERFORATO 485X253X76MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	10-130-03		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AMPLIMED	NON PRESENTE	BB084R	MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BD030R		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	102-9040-17		PINZETTA ANAT.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4110-16		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.160MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	06.07.16		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.160MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	OL166R		ELEVATORE DI FREER-YASARGIL, 185 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BT021R		DIVARICATORE FARABEUF, GRANDE,SERIE DI 2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	15-313-20		RETRATTORE LITTLE 13X15, L.205MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	04.33.20		FORBICI DISS.METZENBAUM CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC606R	FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	11-943-18		DUROTIP FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1261-17		FORBICI MAYO P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC592R	FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	11-180-17		FORBICI MAYO-STILLE RET.170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	CHIRBO	NON PRESENTE	BC532R	FORBIC.DIETHR.POTTS FINI 45 ANGOL.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SNOWDENPENC ER	0845		FORBICI DIETHRICH POTTS 45 ANGOL.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MEDICON	16.12.16		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	RUDOLF	RU 3030-16		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-414-16		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	EA016R		PINZA INTESTINALE ALLIS 5X6 DENTI MM155	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	EA010R		PINZA P.AFFERRARE BOYS-ALLIS MM 155	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	30-134-15		PINZA INTESTINALE ALLIS 5X6 DENTI MM155	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	EA015R	PINZA INTEST. DI ALLIS, 4X5 DENTI, MM155	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
5	RUDOLF	RU 3081-15		PINZA EMOST.LERICHE CRV.150MM	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-327-15		PINZA EMOST.LERICHE CRV.150MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BH167R		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	LEIBINGER	32-01251		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	GEOMED	AI 331-16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH167R	PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
4	AESULAP	BH211R		PINZA EMOST.HALSTED-MOSQ.CRV.200MM	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BJ102R	PINCE EMOST.GEMINI 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
3	RUDOLF	RU 3326-18		PINCE EMOST.GEMINI 180MM	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	LEIBINGER	NON PRESENTE	BM046R	DUROGRIP PORTAGHI A MORSO FINE 195MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 6054-18		DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM017R	DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 6050-18		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	19.51.24		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BF046R		PINZA POLIPI E MEDICAZ GROSS RET.200MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	AESULAP	BH111R		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-309-12		PINZA EMOST. TIPO MICRO-HALSTED MORSO ZIGRINATO CRV.125MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MARTIN	13-311-12		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	15.45.12		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH111R	PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	RUDOLF	RU 8985-02		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG524R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 1,0 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

LAPAROSCOPIA 1

PESO 7,5 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

44					10	2	0	0	1	9	3	19	11	3	0	0	5
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK441	VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:120MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK485	1/1-COPERCHIO BASIS, ROSSO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG212R	PANIERE 1/1 F.SENZA PIEDINI 485X253X44MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	STILLE	102-9060-17		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4000-20		PINZETTA ANAT.200MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	102-9040-20		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 200MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BT020R		DIVARICATORE FARABEUF, DOPPIO,SERIE DI 2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33132		NUOVA IMPUGNATURA CON STOP	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33310 ON		INS.PINZA DA PRESA FINE FINES.5/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33132		NUOVA IMPUGNATURA CON STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33310 ON		INS.PINZA DA PRESA FINE FINES.5/310MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	WOLF	8393.0003		NUOVA IMPUGNATURA SENZA STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	WOLF	8393.911		TUBO ESTERNO, 5/5MM, STRUM. LU. 220 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	WOLF	8393.205		INSERTO PINZA MARYLAND 5/310MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33121		IMPUGNATURA SENZA STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	34310 MS	INSERTOFOBICI MINIMETZENBAUM 5/310MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	26775 UF	GANCIO CON ELETTRODO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	BF432R		PINZA CHAMP BACKHAUS 110MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	17.55.10		PINZA CHAMP BACKHAUS 110MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MEDICON	15.73.16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BH167R		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3071-16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-414-16		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BH176R	PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BH176R	PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
1	AESULAP	BC575R		FORBICI MAYO-STILLE CRV.170MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1261-17		FORBICI MAYO P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3860-25		PINZA MAIER P.POLIP C.CREM.RET.265MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	TEKNO	NON PRESENTE	BF112R	PINZA PORT.TAMP.FOERSTER-BALLENGER 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BJ057R		PINCE EMOST.KANTROWITZ 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	EA017R		PINZA INTESTINALE ALLIS DELICATA MM190	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EA017R	PINZA INTESTINALE ALLIS DELICATA MM190	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM067R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM022R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO-SEELEY	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JG524R		VASCHETTA DA LABORATORIO, 1,0 LITRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 0490-35 B		CAVO ELETTRODI,3,5M PER SPINA A BANANA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

LAPAROSCOPIA 2

S.O. CHIRURGIA

PESO 7,5 KG

KIT VAPORE

44					9	1	2	0	0	9	2	21	16	0	1	0	4
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK441	VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:120MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK485	1/1-COPERCHIO BASIS, ROSSO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG213R	PANIERE 1/1 F.SENZA PIEDINI 485X253X64MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	BD557R		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	06.05.16		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	BD051R		PINZETTA ANAT.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4000-20		PINZETTA ANAT.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	BT020R		DIVARICATORE FARABEUF, DOPPIO,SERIE DI 2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33132		NUOVA IMPUGNATURA CON STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33310 ON		INS.PINZA DA PRESA FINE FINES.5/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33132		NUOVA IMPUGNATURA CON STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33310 ON		INS.PINZA DA PRESA FINE FINES.5/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	WOLF	8393.0003		NUOVA IMPUGNATURA SENZA STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	WOLF	8393.911		TUBO ESTERNO, 5/5MM, STRUM. LU. 220 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	WOLF	8393.205		INSERTO PINZA MARYLAND 5/310MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33121		IMPUGNATURA SENZA STOP	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	34310 MS	INSERTO FORBICI MINIMETZENBAUM 5/310MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	26775 UF		GANCIO CON ELETTRODO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	17.55.13		PINZA CHAMP BACKHAUS 135MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-915-13		PINZA CHAMP BACKHAUS 135MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	15.73.16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH167R	PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	LEIBINGER	32-01251		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	GEOMED	AI 333-16		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.160MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BH176R	PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH176R	PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SIMAL	NON PRESENTE	BH176R	PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	11-931-17		DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC284R	DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3861-25		PINZA MAIER P.POLIP C.CREM.CRV.265MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3910-18		PINZA PORT.TAMP.FOERSTER-BALLENGER 180MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-421-18		PINZA EMOST.BABY-ADSON 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	50.02.16		PINZA INTESTINALE ALLIS 5X6 DENTI MM155	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	30-134-15		PINZA INTESTINALE ALLIS 5X6 DENTI MM155	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDITECK	24-1904-20		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 6055-18		DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 185MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG524R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 1,0 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 0490-35 B		CAVO ELETTRODI,3,5M PER SPINA A BANANA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

LAPAROSCOPIA 3

PESO 8 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

45					12	1	0	0	2	4	3	23	16	1	0	0	6
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK442		VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK469		1/1-COPERCHIO VARIO, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK455A		SOVRACOPERCH.P/CONT.VARIO 1/1 ALLU ROSSO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF212R	1/1 CESTELLO PERFORATO 485X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	STILLE	102-9040-20		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 200MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	STILLE	102-9060-17		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	AESCLAP	BT020R		DIVARICATORE FARABEUF, DOPPIO,SERIE DI 2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33121		IMPUGNATURA SENZA STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33310 MD		INSERTO PINZA MARYLAND 5/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33132		NUOVA IMPUGNATURA CON STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33310 ON		INS.PINZA DA PRESA FINE FINES.5/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33132		NUOVA IMPUGNATURA CON STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33310 ON		INS.PINZA DA PRESA FINE FINES.5/310MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33121		IMPUGNATURA SENZA STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	34310 MS		INSERTO FORBICI MINIMETZENBAUM 5/310MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	26775 UF		GANCIO CON ELETTRODO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 3010-16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-414-16		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH642R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BH642R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCLAP	BH165R		PINZA EMOST.RANKIN CRV.160MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	15.73.86		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	15.73.16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3071-16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EA017R	PINZA INTESTINALE ALLIS DELICATA MM190	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	RUDOLF	RU 1263-17MC		DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1261-17		FORBICI MAYO P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF112R	PINZA PORT.TAMP.FOERSTER-BALLENGER 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BJ055R	PINCE EMOST.MIXTER 228MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM017R	DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	14-222-27		PINZA MAIER P.POLIPI C.CREM.RET.265MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	MEDICON	17.55.13		PINZA CHAMP BACKHAUS 135MM	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM019R	DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	UPL	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 8985-05		VASCHETTA DA LABORATORIO, 1,0 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 0490-35 B		CAVO ELETTRODI,3,5M PER SPINA A BANANA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

LAPAROSCOPIA 4

PESO 7,5 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

45					14	2	5	0	0	3	2	19	16	0	0	0	3
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCU LAP	JK442		VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JK469		1/1-COPERCHIO VARIO, ARGENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JK455A		SOVRACOPERCH.P/CONT.VARIO 1/1 ALLU ROSSO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG213R	PANIERE 1/1 F.SENZA PIEDINI 485X253X64MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 4102-14		PINZETTA DISSEZIONE 2X3D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	12-301-14		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	12-100-20		PINZETTA ANAT.200MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BT020R		DIVARICATORE FARABEUF, DOPPIO,SERIE DI 2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	WOLF	8393.0003		NUOVA IMPUGNATURA SENZA STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	WOLF	8393.911		TUBO ESTERNO, 5/5MM, STRUM. LU. 220 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	WOLF	8393.205		INSERTO PINZA MARYLAND 5/310MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33132		NUOVA IMPUGNATURA CON STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33310 ON		INS.PINZA DA PRESA FINE FINES.5/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33132		NUOVA IMPUGNATURA CON STOP	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	33310 ON	INS.PINZA DA PRESA FINE FINES.5/310MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33121		IMPUGNATURA SENZA STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	34310 MS		INSERTO FORBICI MINIMETZENBAUM 5/310MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26775 UF		ELETTRODO A L, MONOPOLARE, 5MM L.360MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF491R	CLAMP P.STERILIZZAZIONE BUNT 105MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	BF432R		PINZA CHAMP BACKHAUS 110MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF432R	PINZA CHAMP BACKHAUS 110MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	15.73.16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BH167R	PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MEDICON	15.73.16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 3030-16		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BH642R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BH642R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 1263-17		DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BF057R		PINZA MAIER P.POLIP S.CREM.CRV.265MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	14-352-25		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3326-18		PINCE EMOST.GEMINI 180MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	50.02.19		PINZA INTESTINALE ALLIS DELICATA MM190	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LAWTON	NON PRESENTE	EA020R	PINZA INTESTINALE ALLIS-THOMS 6X7D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 6050-20		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM067R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	JG524R		VASCHETTA DA LABORATORIO, 1,0 LITRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 0490-35 B		CAVO ELETTRODI,3,5M PER SPINA A BANANA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

MINI CHIRURGIA 1

PESO 4,5 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

32					2	0	2	0	0	6	4	18	15	0	1	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AS MEDIZINTECHNIK	NON PRESENTE	JK341	VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:120MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AS MEDIZINTECHNIK	NON PRESENTE	JK389	1/2-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AS MEDIZINTECHNIK	NON PRESENTE	JK375A	SOVRACOPERCH.P/CONT.BASE 1/2 ALLU ROSSO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG113R	PANIERE 1/2 F.SENZA PIEDINI 243X253X64MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 003-004-00		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	STILLE	102-9040-17		PINZETTA ANAT.180MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	HERMANN	NON PRESENTE	06.02.65	DUROGRIP PINZETTA 150MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MEDICON	06.07.17		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	RUDOLF	RU 4102-14		PINZETTA DISSEZIONE 2X3D.145MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	06.40.85		PINZETTA DISSEZIONE GILLIES 1X2D.155MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	LEIBINGER	31-19292		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4495-12		DIVARICATORE FARABEUF, DOPPIO,SERIE DI 2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4497-15		DIVARICATORE FARABEUF, GRANDE,SERIE DI 2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BH176R	PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	BH642R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	15.73.16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BH111R		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BH167R	PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MARTIN	13-311-12		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	15.15.12		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MEDITECK	24-1904-16		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	50.02.16		PINZA INTESTINALE ALLIS 5X6 DENTI MM155	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1263-17		DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	101-8175-15		FORBICI LEGAT.CRV.145MM SUPERCUT	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	KERNA	TQ 010-102-17		FORBICI DISSEZ.LEXER SOTTILE RET.165MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	CEATEC	AT 352.20		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3860-25		PINZA MAIER P.POLIPI C.CREM.RET.265MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

MINI CHIRURGIA 2
PESO 4,5 KG

S.O. CHIRURGIA
KIT VAPORE

33					2	0	1	0	1	4	2	23	8	8	1	0	6
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AS MEDIZINTECHNIK	NON PRESENTE	JK342	VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AS MEDIZINTECHNIK	NON PRESENTE	JK389	1/2-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AS MEDIZINTECHNIK	NON PRESENTE	JK375A	SOVRACOPERCH.P/CONT.BASE 1/2 ALLU ROSSO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF113R	1/2 CESTELLO PERFORATO 243X253X76MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	KERNA	TQ 003-003-00		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BB084R	MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	STILLE	102-9040-17		PINZETTA ANAT.180MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
1	STILLE	102-9077-20		PINZA ANATOMICA CRAFOORD-STILLE L.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD031R	PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCLAP	BD660R		PINZETTA DISSEZIONE GILLIES 1X2D.155MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	BD559R		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	STILLE	102-9060-17		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	AESCLAP	BT020R		DIVARICATORE FARABEUF, DOPPIO,SERIE DI 2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BT022R	DIVARICATORE COLLIN, DOPPIO, SERIE DI 2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH176R	PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1
1	AESCLAP	BH111R		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	13-375-16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
2	MEDICON	15.45.12		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH111R	PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM035R	DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MEDICON	50.02.16		PINZA INTESTINALE ALLIS 5X6 DENTI MM155	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC284R	DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STILLE	101-8175-18		SUPERCUT FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	101-8175-15		FORBICI LEGAT.CRV.145MM SUPERCUT	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	LEIBINGER	NON PRESENTE	BF112R	PINZA PORT.TAMP.FOERSTER-BALLENGER 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	19.16.20		PINZA POLIPI E MEDICAZ GROSS RET.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

MINI CHIRURGIA 3
PESO 4,5 KG

S.O. CHIRURGIA
KIT VAPORE

33					1	0	3	0	1	7	5	16	10	1	0	0	5
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AS MEDIZINTECHNIK	NON PRESENTE	JK341	VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:120MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AS MEDIZINTECHNIK	NON PRESENTE	JK389	1/2-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AS MEDIZINTECHNIK	NON PRESENTE	JK375A	SOVRACOPERCH.P/CONT.BASE 1/2 ALLU ROSSO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF113R	1/2 CESTELLO PERFORATO 243X253X76MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	01.27.07		MANICO P.BISTURI NO.7 162MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	10-100-04		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	REDA	11110-14		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	STILLE	102-9040-17		PINZETTA ANAT.180MM	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	102-9252-20		PINZETTA DISSEZIONE WAUGH 1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	06.06.14		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.145MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	06.05.14		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	MEDICON	06.40.85		PINZETTA DISSEZIONE GILLIES 1X2D.155MM	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4497-12		DIVARICATORE FARABEUF, DOPPIO,SERIE DI 2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT021R	DIVARICATORE FARABEUF, GRANDE,SERIE DI 2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BH642R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3074-16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH167R	PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	MARTIN	13-311-12		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1	LEIBINGER	NON PRESENTE	BH111R	PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	103-10032-121		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	RUDOLF	RU 6055-18		DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	50.03.15		PINZA INTEST. DI ALLIS, 4X5 DENTI, MM155	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1263-17		DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1314-14		DUROTIP FORBICI P.LEGAT.METZB.CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 010-102-17		FORBICI DISSEZ.LEXER SOTTILE RET.165MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF112R	PINZA PORT.TAMP.FOERSTER-BALLENGER 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF046R	PINZA POLIPI E MEDICAZ GROSS RET.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	56-231-11		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

MINI CHIRURGIA 4

PESO 4,5 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

33					1	0	1	0	2	7	3	19	10	1	2	0	6
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK341	VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AS MEDIZINTECHNIK	NON PRESENTE	JK389	1/2-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AS MEDIZINTECHNIK	NON PRESENTE	JK375A	SOVRACOPERCH.P/CONT.BASE 1/2 ALLU ROSSO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF113R	1/2 CESTELLO PERFORATO 243X253X76MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	KERNA	TQ 003-003-00		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	10-100-04		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	102-9040-17		PINZETTA ANAT.180MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4000-18		PINZETTA ANAT.180MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD238R	PINZETTA ANAT.CUSHING 180MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	AESCLAP	BD660R		PINZETTA DISSEZIONE GILLIES 1X2D.155MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	GEOMED	AE 406-14		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	06.06.14		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	REDA	NON PRESENTE	BD537R	PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4497-12		DIVARICATORE FARABEUF, DOPPIO,SERIE DI 2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	BT021R	DIVARICATORE FARABEUF, GRANDE,SERIE DI 2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	16.12.16		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	LEIBINGER	32-01172		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDICON	15.73.16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3071-16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	MEDICON	15.45.12		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0
1	LEIBINGER	NON PRESENTE	BH111R	PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	RUDOLF	RU 3121-12		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM065R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EA010R	PINZA P.AFFERRARE BOYS-ALLIS MM 155	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1263-17MC		DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	REDA	09283-15		FORBICI METZENBAUM CRV.FINE 145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	GEOMED	AA 100-14		FORBICI CHIR.RET.SM/SM 145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	LEIBINGER	NON PRESENTE	BF116R	PINZA P.TAMPONI RAMPLEY 180MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF123R	PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

MINI LAPARO

PESO 5 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

24					19	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCU LAP	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JK769		3/4-COPERCHIO VARIO, ARGENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JK755A		SOVRACOPERCH.P/CONT.VARIO 3/4 ALLU ROSSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG253R	PANIERE 3/4 F.SENZA PIEDINI 406X253X64MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	30117 G1		CANNULA, CON LUER-LOCK, D.3,9MM, L.100MM VERDE-ROSSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	30117 L1		TAPPO PER TROCAR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	30117 P		MANDRINO PER TROCAR, PUNTA PIRAMIDALE, D.3,9MM VERDE-ROSSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	30117 G1		CANNULA, CON LUER-LOCK, D.3,9MM, L.100MM VERDE-ROSSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	30117 L1		TAPPO PER TROCAR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	30117 P		MANDRINO PER TROCAR, PUNTA PIRAMIDALE, D.3,9 VERDE-ROSSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	30117 G1		CANNULA, CON LUER-LOCK, D.3,9MM, L.100MM VERDE-ROSSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	30117 L1		TAPPO PER TROCAR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	30117 P		MANDRINO PER TROCAR, PUNTA PIRAMIDALE, D.3,9 VERDE-ROSSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EK315R		CANNULA, D.3,5MM L.110MM	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EK349R		MANDRINO PER TROCAR, PUNTA CONICA SMUSSA, D.3,5MM L.110MM	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EK314R		CANNULA CON RUBINETTO, D.4,0MM L.110MM	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EK359R		MANDRINO PER TROCAR, PUNTA CONICA SMUSSA, D.4,0MM L.110MM	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	PO381R		IMPUGNATURA CON STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	PO345R		INSERTO PINZA INTESTINALE DORSEY L.290MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	PO342810		INSERTO INTERNO PER MOVIMENTO PINZA DA LPS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33122		IMPUGNATURA CON STOP MANHES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	30710 ON		PINZA DA PRESA ATRAUMATICA FENESTRATA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33122		IMPUGNATURA CON STOP MANHES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	30710 ON		PINZA DA PRESA ATRAUMATICA FENESTRATA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PICCOLA CHIRURGIA 1

PESO 7 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

62					8	3	4	0	0	5	2	40	26	0	5	0	9
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AS MEDIZINTECHNIK	NON PRESENTE	JK741	VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:120MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AS MEDIZINTECHNIK	NON PRESENTE	JK789	3/4-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AS MEDIZINTECHNIK	NON PRESENTE	JK775A	SOVRACOPERCH.P/CONT.BASE 3/4 ALLU ROSSO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	01.28.04		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JF254R		3/4 CESTELLO PERFORATO 406X253X106MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4000-18		PINZETTA ANAT.180MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	102-9040-17		PINZETTA ANAT.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	102-9040-20		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 020-002-20		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 200MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	06.05.16		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	06.07.16		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	06.01.20		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	06.42.20		PINZETTA DI WAUGH 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
2	STILLE	102-9270-15		PINZETTA A DENTI MOD.RUSSO 150MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	ULSS10	PR1001		COPPIA DIVARICATORI FARABEU F (5X20) (5X20) L.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	BT020R		DIVARICATORE FARABEU F, DOPPIO,SERIE DI 2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BT022R		DIVARICATORE COLLIN, DOPPIO, SERIE DI 2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	RUDOLF	RU 3030-16		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BH642R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STILLE	103-10205-161		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 3071-16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MEDICON	15.73.16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0
1	LEIBINGER	32-01251		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
3	MARTIN	13-391-20		PINZA BENGOLEA CRV.245MM	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	16.57.20		PINZA EMOST.HALSTED-MOSQ.CRV.200MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3910-18		PINZA PORT.TAMP.FOERSTER-BALLENGER 180MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LEIBINGER	82-07142		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	RUDOLF	RU 3326-18		PINCE EMOST.GEMINI 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-421-16		PINZA EMOST.BABY-MIXTER 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF426R	PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BF426R	PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	EA016R		PINZA INTESTINALE ALLIS 5X6 DENTI MM155	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	50.02.16		PINZA INTESTINALE ALLIS 5X6 DENTI MM155	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	20-642-20		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 6055-18		DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	STILLE	101-8175-20		SUPERCUT FORBICI METZENBAUM CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC587R	FORBICI MAYO P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	11-931-17		DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	101-8175-15		FORBICI LEGAT.CRV.145MM SUPERCUT	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	GEOMED	AA 100-14		FORBICI CHIR.RET.SM/SM 145MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	04.33.20		FORBICI DISS.METZENBAUM CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3861-25		PINZA MAIER P.POLIPI C.CREM.CRV.265MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SIMAL	NON PRESENTE	EA040R	PINZA A DENTI COLLIN MORSI FENESTRATI	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3121-12		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	15.45.12		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	MARTIN	13-309-12		PINZA EMOST. TIPO MICRO-HALSTED MORSO ZIGRINATO CRV.125MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH111R	PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PICCOLA CHIRURGIA 2
PESO 6,5 KG

S.O. CHIRURGIA
KIT VAPORE

62					4	3	6	0	2	5	6	36	22	0	2	0	12
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AS MEDIZINTECHNIK	NON PRESENTE	JK741	VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:120MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AS MEDIZINTECHNIK	NON PRESENTE	JK789	3/4-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AS MEDIZINTECHNIK	NON PRESENTE	JK775A	SOVRACOPERCH.P/CONT.BASE 3/4 ALLU ROSSO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG213R	PANIERE 1/1 F.SENZA PIEDINI 485X253X64MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	01.28.04		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	10-130-04		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	06.01.18		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 180MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STILLE	102-9040-20		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 200MM	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	12-120-20		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 200MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BD557R		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	SIMAL	01.390.20		PINZETTA DISSEZIONE MOD.RUSSO 200MM	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	12-120-20		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 200MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	102-9040-17		PINZETTA ANAT.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR1001		COPPIA DIVARICATORI FARABEUF (5X20) (5X20) L.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	BT020R		DIVARICATORE FARABEUF, DOPPIO,SERIE DI 2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4497-15		DIVARICATORE FARABEUF, GRANDE,SERIE DI 2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 3074-16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	15.72.66		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BH176R	PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH176R	PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
3	RUDOLF	RU 3071-16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	15.73.16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BH167R	PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH167R	PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	MEDICON	16.57.20		PINZA EMOST.HALSTED-MOSQ.CRV.200MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH211R	PINZA EMOST.HALSTED-MOSQ.CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	MARTIN	13-577-19		PINZA EMOST.HALSTED-MOSQ.CRV.200MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3910-18		PINZA PORT.TAMP.FOERSTER-BALLENGER 180MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF112R	PINZA PORT.TAMP.FOERSTER-BALLENGER 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
3	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BF426R	PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF426R	PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 3326-18		PINCE EMOST.GEMINI 180MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-443-02		PINZA EMOST.OVERHOLT-GEISSEND.#1 209MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	50.02.16		PINZA INTESTINALE ALLIS 5X6 DENTI MM155	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	30-134-15		PINZA INTESTINALE ALLIS 5X6 DENTI MM155	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 6050-20		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 20516-18		DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC607R	FORBICI DISS.METZENBAUM CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 1263-17		DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	101-8175-18		SUPERCUT FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1263-17MC		DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC324R	FORBICI CHIR.RET.SM/AC 145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1314-14		DUROTIP FORBICI P.LEGAT.METZB.CRV.145MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	SIMAL	NON PRESENTE	EA040R	PINZA A DENTI COLLIN MORSI FENESTRATI	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF058R	PINZA MAIER P.POLIPI C.CREM.RET.265MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STILLE	103-10032-121		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	BH109R		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH111R	PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	13-310-12		PINZA EMOST.HALSTED RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PICCOLA CHIRURGIA 3
PESO 6,5 KG

S.O. CHIRURGIA
KIT VAPORE

62					2	1	2	0	0	15	8	34	24	1	0	0	9
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AS MEDIZINTECHNIK	NON PRESENTE	JK742	VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AS MEDIZINTECHNIK	NON PRESENTE	JK789	3/4-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AS MEDIZINTECHNIK	NON PRESENTE	JK755A	SOVRACOPERCH.P/CONT.VARIO 3/4 ALLU ROSSO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF253R	3/4 CESTELLO PERFORATO 406X253X76MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	KERNA	TQ 003-004-00		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BB073R	MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	MARTIN	12-100-20		PINZETTA ANAT.200MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MARTIN	12-100-16		PINZETTA ANAT.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD049R	PINZETTA ANAT.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	06.07.16		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	06.05.14		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	STILLE	102-9077-20		PINZA ANATOMICA CRAFOORD-STILLE L.200MM	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	9270-15		PINZETTA A DENTI MOD.RUSSO 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4220-15		PINZETTA A DENTI MOD.RUSSO 150MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR1001		COPPIA DIVARICATORI FARABEUF (5X20) (5X20) L.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT020R	DIVARICATORE FARABEUF, DOPPIO,SERIE DI 2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 4497-15		DIVARICATORE FARABEUF, GRANDE,SERIE DI 2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
3	AESCLAP	BH642R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	103-10205-161		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH642R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	RUDOLF	RU 3071-16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	MEDICON	15.73.16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2	LEIBINGER	32-01251		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3253-19/01		PINCE EMOST.OVERHOLT FINE #6 225MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-577-19		PINZA EMOST.HALSTED-MOSQ.CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MARTIN	13-391-20		PINZA BENGOLEA CRV.245MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BF112R		PINZA PORT.TAMP.FOERSTER-BALLENGER 180MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 15182-20		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.200MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3326-18		PINCE EMOST.GEMINI 180MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BJ020R	PINZA EMOST.OVERHOLT-GEISSEND.#0 194MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BF426R	PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF426R	PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	50.03.15		PINZA INTEST. DI ALLIS, 4X5 DENTI, MM155	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	EA015R	PINZA INTEST. DI ALLIS, 4X5 DENTI, MM155	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 6053-20		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR 206MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM034R	DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY SOTTILE 210MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC316R	FORBICI CHIR.RET.SM/SM 165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	101-8175-20		SUPERCUT FORBICI METZENBAUM CRV.200MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	101-8175-18		SUPERCUT FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	11-931-17		DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC284R	DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 1314-14		DUROTIP FORBICI P.LEGAT.METZB.CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MARTIN	30-540-18		PINZA PER ORGANI, SCHEIBE, STRETTA, L.180MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3861-25		PINZA MAIER P.POLIPI C.CREM.CRV.265MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	MEDICON	15.45.12		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	AESULAP	BH111R		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	LEIBINGER	32-01007		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JG523R		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PICCOLA CHIRURGIA 4

S.O. CHIRURGIA

PESO 6,5 KG

KIT VAPORE

62					1	0	8	0	1	12	5	35	26	2	0	0	7
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AS MEDIZINTECHNIK	NON PRESENTE	JK742	VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AS MEDIZINTECHNIK	NON PRESENTE	JK789	3/4-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AS MEDIZINTECHNIK	NON PRESENTE	JK755A	SOVRACOPERCH.P/CONT.VARIO 3/4 ALLU ROSSO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF253R	3/4 CESTELLO PERFORATO 406X253X76MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	10-100-04		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 003-003-00		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCLAP	BD239R		PINZETTA ANAT.CUSHING 200MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	12-100-20		PINZETTA ANAT.200MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4000-20		PINZETTA ANAT.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MARTIN	12-100-16		PINZETTA ANAT.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MEDICON	06.06.14		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4120-14		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4220-15		PINZETTA A DENTI MOD.RUSSO 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	KERNA	TO 020-456-15		PINZETTA A DENTI MOD.RUSSO 150MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR1001		COPPIA DIVARICATORI FARABEUF (5X20) (5X20) L.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	BT020R		DIVARICATORE FARABEUF, DOPPIO,SERIE DI 2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR1002		COPPIA DIVARICATORI FARABEUF (12X32) (16X38) L.155MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	BH642R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH642R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
3	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BH642R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
4	MEDICON	15.73.16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH167R	PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-375-16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MARTIN	13-391-20		PINZA BENGOLEA CRV.245MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
2	MEDICON	16.57.20		PINZA EMOST.HALSTED-MOSQ.CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	CEATEC	AT 352.20		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.200MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	19.51.18		PINZA PORT.TAMP.FOERSTER-BALLENGER 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3326-18		PINCE EMOST.GEMINI 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	103-10420-201		ARTERY FORCEPS, 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	KERNA	TQ 030-044-16		PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF426R	PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BF426R	PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BF491R		CLAMP P.STERILIZZAZIONE BUNT 105MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	30-134-15		PINZA INTESTINALE ALLIS 5X6 DENTI MM155	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	EA016R	PINZA INTESTINALE ALLIS 5X6 DENTI MM155	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM034R	DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY SOTTILE 210MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 6055-18		DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	04.33.20		FORBICI DISS.METZENBAUM CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1263-17MC		DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC284R	DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 1331-18MC		SUPERCUT FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	101-8175-15		FORBICI LEGAT.CRV.145MM SUPERCUT	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC324R	FORBICI CHIR.RET.SM/AC 145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	EA041R	PINZA A DENTI COLLIN MORSI FENESTRATI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	30-540-18		PINZA PER ORGANI, SCHEIBE, STRETTA, L.180MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BF123R		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	MARTIN	13-311-12		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	56-231-11		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PICCOLA CHIRURGIA 5

PESO 6,5 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

62					3	0	8	0	3	18	1	29	23	0	1	0	5
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AS MEDIZINTECHNIK	NON PRESENTE	JK742	VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AS MEDIZINTECHNIK	NON PRESENTE	JK789	3/4-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AS MEDIZINTECHNIK	NON PRESENTE	JK755A	SOVRACOPERCH.P/CONT.VARIO 3/4 ALLU ROSSO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF252R	3/4 CESTELLO PERFORATO 406X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BB073R	MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	KERNA	TQ 003-004-00		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	12-100-16		PINZETTA ANAT.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	HERMANN	NON PRESENTE	12-258-15	DUROGRIP PINZETTA 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	12-100-16		PINZETTA ANAT.160MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	06.06.16		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.160MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD557R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	12-100-20		PINZETTA ANAT.200MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4220-15		PINZETTA A DENTI MOD.RUSSO 150MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	12-100-20		PINZETTA ANAT.200MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 020-456-15		PINZETTA A DENTI MOD.RUSSO 150MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	HERMANN	NON PRESENTE	12-258-15	DUROGRIP PINZETTA 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR1001		COPPIA DIVARICATORI FARABEUF (5X20) (5X20) L.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 4497-12		DIVARICATORE FARABEUF, DOPPIO,SERIE DI 2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4497-15		DIVARICATORE FARABEUF, GRANDE,SERIE DI 2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NOPA	AA 216/16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	GEOMED	AI 416-16		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-384-16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BH642R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	103-10205-161		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
5	RUDOLF	RU 3071-16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	4	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	15.73.16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	AESULAP	BH211R		PINZA EMOST.HALSTED-MOSQ.CRV.200MM	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	16.57.20		PINZA EMOST.HALSTED-MOSQ.CRV.200MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	CEATEC	AT 352.20		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.200MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BF112R		PINZA PORT.TAMP.FOERSTER-BALLENGER 180MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-421-18		PINZA EMOST.BABY-ADSON 180MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BJ121R		PINCE EMOST.O'SHAUGNESSY 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
3	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BF426R	PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF426R	PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF491R	CLAMP P.STERILIZZAZIONE BUNT 105MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	50.02.16		PINZA INTESTINALE ALLIS 5X6 DENTI MM155	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	30-136-20		PINZA ATR.ALLIS 7,0MM 200MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 6055-18		DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	20-642-20		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BC575R		FORBICI MAYO-STILLE CRV.170MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1263-17		DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BC265R		DUROTIP FORBICI DISS.METZB.CRV.200MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1103-16		DUROTIP FORBICI MAYO CRV.170MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1311-14		FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	101-8175-18		SUPERCUT FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	EA040R	PINZA A DENTI COLLIN MORSI FENESTRATI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	EA041R	PINZA A DENTI COLLIN MORSI FENESTRATI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	14-222-27		PINZA MAIER P.POLIPI C.CREM.RET.265MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BH111R		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	15.15.12		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	MEDICON	15.41.12		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH111R	PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	56-231-11		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PICCOLA CHIRURGIA 6

PESO 6,5 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

62					2	4	7	0	2	13	6	28	17	1	1	0	9
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK742	VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR1001		COPPIA DIVARICATORI FARABEUF (5X20) (5X20) L.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AS MEDIZINTECHNIK	NON PRESENTE	JK789	3/4-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AS MEDIZINTECHNIK	NON PRESENTE	JK775A	SOVRACOPERCH.P/CONT.BASE 3/4 ALLU ROSSO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JF254R		3/4 CESTELLO PERFORATO 406X253X106MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 003-003-00		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GEOMED	AS 100-04		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HI-TECH	NON PRESENTE	BD049R	PINZETTA ANAT.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	102-9040-17		PINZETTA ANAT.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	102-9314		PINZA ATR.RETTA 200MM 2,8MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	12-192-21		PINZETTA ANAT.CUSHING 200MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	12-100-20		PINZETTA ANAT.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	102-9040-20		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 4102-14		PINZETTA DISSEZIONE 2X3D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	KERNA	TO 020-456-15		PINZETTA A DENTI MOD.RUSSO 150MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BT020R		DIVARICATORE FARABEUF, DOPPIO,SERIE DI 2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BT021R		DIVARICATORE FARABEUF, GRANDE,SERIE DI 2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	BH642R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3074-16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BH176R	PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH176R	PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
3	MARTIN	13-375-16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3074-16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BH167R	PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH167R	PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MEDICON	16.57.20		PINZA EMOST.HALSTED-MOSQ.CRV.200MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1	MDE	104-282-220		PINZA EMOST.HALSTED-MOSQ.CRV.200MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH211R	PINZA EMOST.HALSTED-MOSQ.CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 3910-18		PINZA PORT.TAMP.FOERSTER-BALLENGER 180MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	LEIBINGER	NON PRESENTE	BF112R	PINZA PORT.TAMP.FOERSTER-BALLENGER 180MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	103-10420-201		ARTERY FORCEPS, 200MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	103-10413-211		PINZA EMOST.OVERHOLT-GEISSEND.#3 227MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
4	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF426R	PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
2	MEDICON	50.02.19		PINZA INTESTINALE ALLIS DELICATA MM190	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	20-642-20		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 6055-18		DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 185MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1263-17M		DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM SUPERCUT	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DIENER, CHR.	9-171.20		DUROTIP FORBICI DISS.METZB.CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	STILLE	101-8175-15		FORBICI LEGAT.CRV.145MM SUPERCUT	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	101-8175-18		SUPERCUT FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC284R	DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 6520-18		PINZA A DENTI COLLIN MORSI FENESTRATI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 6521-18		PINZA INTEST.ATR.TIPO COLLIN 180 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3861-25		PINZA MAIER P.POLIPI C.CREM.CRV.265MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
4	AESULAP	BH111R		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	56-231-12		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

PINZE SATINSKY

PESO 4 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

26					5	0	1	0	3	0	3	14	1	2	0	0	11
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK342		VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK369		1/2-COPERCHIO VARIO, ARGENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK355A		SOVRACOPERCH.P/CONT.VARIO 1/2 ALLU ROSSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF112R	1/2 CESTELLO PERFORATO 243X253X56MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH013R	PINZA BULLDOG JOHNS-HOPKINS 56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH014R	PINZA BULLDOG JOHNS-HOPKINS 63MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	AESCLAP	FB563R		PINZA PER ANASTOMOSI BABY-BACK,CURV.ANG.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCLAP	FB420R		PINZA BULLDOG ATR.,DE BAKEY,RET.,25/80MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	FB561R		PINZA BABY DERRA, MOD. MEDIO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	AESCLAP	FB511R		CLAMP VASCOL.DE BAKEY,MORSO 55 MM, 230MM	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	0	0	0
1	MARTIN	24-395-23		PINZA P.POSARE LE CLAMPS BULLDOG 240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	LEIBINGER	NON PRESENTE	FB506R	PINZA ATRAUMAT. DEBAKEY-SATINSKY,235MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FB568R	PINZA BABY PER IMP. MULTIPLO,CURVA 60GR.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2	ULSS10	PR3013		PINZA VASCOLARE ATRAUMATICA DE BAKEY, L.25, MORSO 58MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	ULSS10	PR3014		PINZA VASCOLARE ATRAUMATICA DE BAKEY, L.18, MORSO 58MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR3015		PINZA VASCOLARE ATRAUMATICA SATINSKY, L.21, MORSO 46MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR3016		PINZA VASCOLARE ATRAUMATICA SATINSKY, L.24, MORSO 55MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR3017		AESCLAP PINZA VASCOLARE ATRAUMATICA DE BAKEY, L.23, MORSO MOLTO CURVO 90MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR3018		AESCLAP PINZA VASCOLARE ATRAUMATICA DE BAKEY, L.23, MORSO MOLTO CURVO 80MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

SPATOLE 1

PESO 10,5 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

25					1	3	0	0	2	4	0	15	14	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK441	VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:120MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK485	1/1-COPERCHIO BASIS, ROSSO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG112R	PANIERE c F.SENZA PIEDINI 243X253X44MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	GEOMED	AZ 492-70		VALVA MEDIA PER BV610, 80X80MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BV606R		VALVA MEDIA PER BV605, 47X80MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	23.71.06		DIVARICAT. HARRINGTON-PEMBERTON, FLES.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	GEOMED	AX 780-03		DIVARICAT. ADDOMIN. EPATICO DI MIKULICZ	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	GEOMED	AX 780-03		DIVARICAT. ADDOMIN. EPATICO DI MIKULICZ	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	GEOMED	AX 780-02		DIVARICAT. ADDOMIN. EPATICO DI MIKULICZ	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESCLAP	EL635R		SPECOLO VAGINALE DI DOYEN,90X45MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	23.73.50		DIVARICATORE DI DEAYER,FIG.4,50 X305 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT614R	DIVARICATORE DI DEAYER,FIG.4,50 X305 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR1005		DIVARICAT. ADDOMINALE GUARDUCCI A DOPPIA PIEGATURA, MOD. BRACCI 35X100MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR1006		DIVARICAT. ADDOMINALE GUARDUCCI A DOPPIA PIEGATURA, MOD. BRACCI 50X100MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR1007		DIVARICAT. ADDOMINALE GUARDUCCI A DOPPIA PIEGATURA, MOD. BRACCI 15X130MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR1008		DIVARICAT. ADDOMINALE GUARDUCCI A DOPPIA PIEGATURA, MOD. BRACCI 25X130MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR1009		DIVARICAT. ADDOMINALE GUARDUCCI A DOPPIA PIEGATURA, MOD. BRACCI 35X130MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR1010		DIVARICAT. ADDOMINALE GUARDUCCI A DOPPIA PIEGATURA, MOD. BRACCI 50X130MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR1011		DIVARICAT. ADDOMINALE GUARDUCCI A DOPPIA PIEGATURA, MOD. BRACCI 35X160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	ULSS10	PR1012		DIVARICAT. ADDOMINALE GUARDUCCI A DOPPIA PIEGATURA, MOD. BRACCI 50X160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MULLER	SU3091-01		SPATOLA MALLEABILE "A TRAPEZIO" 60X75MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MULLER	SU3091-02		SPATOLA MALLEABILE "A TRAPEZIO" 145X55MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MULLER	SU3091-03		SPATOLA MALLEABILE "A TRAPEZIO" 50X150MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

SPATOLE 2

PESO 5,5 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

10					4	0	0	0	1	0	0	5	3	1	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JK769		3/4-COPERCHIO VARIO, ARGENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JK755A		SOVRACOPERCH.P/CONT.VARIO 3/4 ALLU ROSSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF253R	3/4 CESTELLO PERFORATO 406X253X76MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	CHIRBO	12901-05		DIVARICAT. ADDOMINALE ROCHARD 155MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	24.80.54		DIVARICAT. ADDOMINALE ROCHARD 135MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CHIRBO	12865-60		VALVA MEDIA PER BV608, 62X76MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	CHIRBO	12865-45		VALVA MEDIA PER BV605, 47X80MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BV609R		VALVA MEDIA PER BV608, 62X76MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BV609R	VALVA MEDIA PER BV608, 62X76MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

DRENAGGIO TORACICO 1
PESO 1 KG

S.O. CHIRURGIA
SET VAPORE

7					0	0	2	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STILLE	102-9040-17		PINZETTA ANAT.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	9060-17		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 3275-24		PINZA EMOSTATICA CRAFOORD CRV.245MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH650R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1261-17		FORBICI MAYO P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM017R	DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

DRENAGGIO TORACICO 2

S.O. CHIRURGIA

PESO 1 KG

SET VAPORE

7					0	0	1	0	1	0	2	3	2	1	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	BD050R		PINZETTA ANAT.180MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	06.06.14		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.145MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	16.37.20		PINZA ROCHESTER-CARMALT CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	16.11.22		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.225MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	32-744-27		PINZA NOTO P.POLIPI RETTA FENESTRATA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1103-16		DUROTIP FORBICI MAYO CRV.170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 6050-16		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

DRENAGGIO TORACICO 3
PESO 1 KG

S.O. CHIRURGIA
SET VAPORE

7					1	0	0	0	0	3	0	3	1	1	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MESA	NON PRESENTE	BD027R	PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 145MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4102-14		PINZETTA DISSEZIONE 2X3D.145MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3000-22		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.225MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	REDA	13311-18		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.185MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BH447R	PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC581R	FORBICI STILLE CRV.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM067R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

SATINSKY UROLOGIA

S.O. CHIRURGIA

PESO 1 KG

SET VAPORE

6					0	4	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	PILLING	35-4816		PINZA ATRAUMAT. COOLEY,MORSO DERRA,175MM	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	PILLING	35-3660		CLAMP VASCOL.DE'BAKEY,MORSO 38MM,200MM	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PILLING	35-4004		PINZA ATRAUMAT. DEBAKEY-SATINSKY,235MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PILLING	35-4000		PINZA ATRAUMAT.DEBASEY-SATINSKY,245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

OTTICHE 0°+ 30° 5MM 1

S.O. CHIRURGIA

PESO 1 KG

SET VAPORE

3					2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STERISAFE	E42		VASCHETTA PORTAOTTICA CON COPERCHIO E CESTINO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26046 AA		OTTICA GRANDANG.D: 5,0MM, 0 GRADI,310 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26046 BA		OTTICA GRANDANG.D: 5,0MM,30 GRADI,310 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

OTTICHE 0°+ 30° 5MM 2

S.O. CHIRURGIA

PESO 1 KG

SET VAPORE

3					2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STERISAFE	E42		VASCHETTA PORTAOTTICA CON COPERCHIO E CESTINO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26046 AA		OTTICA GRANDANG.D: 5,0MM, 0 GRADI,310 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26046 BA		OTTICA GRANDANG.D: 5,0MM,30 GRADI,310 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

OTTICHE 0°+ 30° 10MM 1

S.O. CHIRURGIA

PESO 1 KG

SET VAPORE

3					1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STERISAFE	E42		VASCHETTA PORTAOTTICA CON COPERCHIO E CESTINO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26003 AA		OTTICA GRANDANG.D: 10 MM, 0 GRADI,330 MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26003 BA		OTTICA GRANDANG.D: 10 MM,30 GRADI,330 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

OTTICHE 0°+ 30° 10MM 2

S.O. CHIRURGIA

PESO 1 KG

SET VAPORE

3					3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STERISAFE	E42		VASCHETTA PORTAOTTICA CON COPERCHIO E CESTINO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26003 AA		OTTICA GRANDANG.D: 10 MM, 0 GRADI,330 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26003 BA		OTTICA GRANDANG.D: 10 MM,30 GRADI,330 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PINZE INTESTINALI 1

S.O. CHIRURGIA

PESO 1 KG

SET VAPORE

2					0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	RUDOLF	RU 6541-25		PINZA INTEST.MAYO-ROBSON CURVA 250MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PINZE INTESTINALI 2

PESO 1 KG

S.O. CHIRURGIA

SET VAPORE

2					0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	RUDOLF	RU 6541-25		PINZA INTEST.MAYO-ROBSON CURVA 250MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PINZE VLS 1

S.O. CHIRURGIA

PESO 1 KG

SET VAPORE

3					3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	33132		NUOVA IMPUGNATURA CON STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33400 CM		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.400MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33410 ON		INS.PINZA DA PRESA FINE FINES.5/400MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PINZE VLS 2

PESO 1 KG

S.O. CHIRURGIA

SET VAPORE

3					3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCU LAP	PO958R		NUOVA IMPUGNATURA SENZA STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	PM975R		TUBO ESTERNO 5/10MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	PO606R		INSERTO PINZA OVERHOLT 10/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PINZE VLS 3

S.O. CHIRURGIA

PESO 1 KG

SET VAPORE

3					3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	33121		IMPUGNATURA SENZA STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33400		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI,LG.420MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	34410 DB		INS.PINZA DA PREPARAZIONE/PRESA BLAKESLEY 5/420MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PINZE VLS 4

S.O. CHIRURGIA

PESO 1 KG

SET VAPORE

3					3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	33132		NUOVA IMPUGNATURA CON STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33310 ON		INS.PINZA DA PRESA FINE FINES.5/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PINZE VLS 5

PESO 1 KG

S.O. CHIRURGIA

SET VAPORE

3					2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	33132		NUOVA IMPUGNATURA CON STOP	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33310 AI		PINZA DA PRESA FENESTRATA 5/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PINZE VLS 6

S.O. CHIRURGIA

PESO 1 KG

SET VAPORE

6					6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33132		NUOVA IMPUGNATURA CON STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33400		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI,LG.420MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33410 ON		INS.PINZA DA PRESA FINE FINES.5/400MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33132		NUOVA IMPUGNATURA CON STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33400		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI,LG.420MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33410 ON		INS.PINZA DA PRESA FINE FINES.5/400MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PINZE VLS 7

PESO 1 KG

S.O. CHIRURGIA

SET VAPORE

3					2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	33132		NUOVA IMPUGNATURA CON STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33310 ON		INS.PINZA DA PRESA FINE FINES.5/310MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PINZE VLS 8

S.O. CHIRURGIA

PESO 1 KG

SET VAPORE

4					4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	PO950R		MANICO SENZA BLOCCO,ISOL.CON ATTACCO-HF	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	PM975R		TUBO ESTERNO 5/10MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	PM600201		TUBO INT. CONTENITORE MORSI 310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	PO606R		INSERTO PINZA OVERHOLT 10/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PINZE VLS 9

PESO 1 KG

S.O. CHIRURGIA

SET VAPORE

3					2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	33132		NUOVA IMPUGNATURA CON STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STORZ	33310 ON		INS.PINZA DA PRESA FINE FINES.5/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PINZE VLS 10

PESO 1 KG

S.O. CHIRURGIA

SET VAPORE

3					3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	33122		IMPUGNATURA CON STOP MANHES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33310 ON		INS.PINZA DA PRESA FINE FINES.5/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PINZE VLS 11

S.O. CHIRURGIA

PESO 1 KG

SET VAPORE

3					3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	33132		NUOVA IMPUGNATURA CON STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33310 C		INSERTO PINZA DORSEY 5/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PINZE VLS 12

PESO 1 KG

S.O. CHIRURGIA

SET VAPORE

3					3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	WOLF	8393.962		NUOVA IMPUGNATURA CON STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	WOLF	8393.911		TUBO ESTERNO, 5/5MM, STRUM. LU. 220 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	WOLF	8393.205		INSERTO PINZA MARYLAND 5/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

SET VLS 1

PESO 1 KG

S.O. CHIRURGIA

SET VAPORE

9					5	1	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33132		NUOVA IMPUGNATURA CON STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33310 ON		INS.PINZA DA PRESA FINE FINES.5/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33121		IMPUGNATURA SENZA STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	34310 MS		INSERTO FORBICI MINI METZENBAUM 5/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	WOLF	8393.964		NUOVA IMPUGNATURA CON STOP	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	WOLF	8393.911		TUBO ESTERNO, 5/5MM, STRUM. LU. 220 MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	WOLF	8393.205		INSERTO PINZA MARYLAND 5/310MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

SET VLS 2

PESO 1 KG

S.O. CHIRURGIA

SET VAPORE

9					7	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33132		NUOVA IMPUGNATURA CON STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33310 ON		INS.PINZA DA PRESA FINE FINES.5/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	WOLF	8393.964		NUOVA IMPUGNATURA CON STOP	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	WOLF	8393.911		TUBO ESTERNO, 5/5MM, STRUM. LU. 220 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	WOLF	8393.205		INSERTO PINZA MARYLAND 5/310MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33121		IMPUGNATURA SENZA STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	34310 MS		INSERTOFOBICI MINIMETZENBAUM 5/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

SET VLS 3

PESO 1 KG

S.O. CHIRURGIA

SET VAPORE

9					6	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33132		NUOVA IMPUGNATURA CON STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33310 ON		INS.PINZA DA PRESA FINE FINES.5/310MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33121		IMPUGNATURA SENZA STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33310 MD		INSERTO PINZA MARYLAND 5/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	WOLF	8393.962		NUOVA IMPUGNATURA CON STOP	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	WOLF	8393.911		TUBO ESTERNO, 5/5MM, STRUM. LU. 220 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	WOLF	8393.024		FORB.METZENB.DUROTIP 15MM,L.310MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PINZA VLS BIPOLARE 1

S.O. CHIRURGIA

PESO 1 KG

SET VAPORE

4					3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MICRO FRANCE	CEV 669B		MANICO PINZA BIPOLARE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MICRO FRANCE	CEV 6795B		CAMICIA PINZA BIPOLARE ENDOSCOPICA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MICRO FRANCE	CEV 636-1A		INSERTO PER PINZA LAPARO BIPOLARE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GK183	CAVO BIPOL.2 SPINE BAN.SPINA EURO PIATTA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PINZA VLS BIPOLARE 2

S.O. CHIRURGIA

PESO 1 KG

SET VAPORE

4					2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	PO958R		NUOVA IMPUGNATURA SENZA STOP	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	PM973R		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	PM431R		INSERTO PINZA MARYLAND 5/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GK200	CAVO PER COAGULATORE, 3,5 M	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PINZA VLS BIPOLARE 3

S.O. CHIRURGIA

PESO 1 KG

SET VAPORE

4					3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MICRO FRANCE	CEV 669E		IMPUGNATURA BIPOLARE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MICRO FRANCE	CEV 647B5		TUBO ESTERNO 5MM L.300MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MICRO FRANCE	CEV 625H		INSERTO PINZA FENESTRATA BIPOLARE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GK183	CAVO BIPOL.2 SPINE BAN.SPINA EURO PIATTA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PINZA VLS BIPOLARE 4

S.O. CHIRURGIA

PESO 1 KG

SET VAPORE

4					2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	PM450R		MANIGLIA ANELLO ISOL.SZ.BLOCC.C.RACC.HF	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	PM973R		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	PM431R		INSERTO PINZA MARYLAND 5/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GK193	CAVO BIPOL. VALLEYLAB/SPINA AAG PIATTA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

FORBICI VLS 1

PESO 1 KG

S.O. CHIRURGIA

SET VAPORE

3					2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	WOLF	8393.0003		NUOVA IMPUGNATURA SENZA STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	WOLF	8393.911		TUBO ESTERNO, 5/5MM, STRUM. LU. 220 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	WOLF	NON PRESENTE	34310 MA	INSERTO FORB.METZENB.DUROTIP 5/310MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

FORBICI VLS 2

PESO 1 KG

S.O. CHIRURGIA

SET VAPORE

6					4	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	33121		IMPUGNATURA SENZA STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33121		IMPUGNATURA SENZA STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	34310 MS		INSERTOFOBICHI MINIMETZENBAUM 5/310MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	34310 MS	INSERTOFOBICHI MINIMETZENBAUM 5/310MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

FORBICI VLS 3

PESO 1 KG

S.O. CHIRURGIA

SET VAPORE

6					5	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	33121		IMPUGNATURA SENZA STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33121		IMPUGNATURA SENZA STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	34310 MS		INSERTO FORBICI MINIMETZENBAUM 5/310MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	34310 MA		INSERTO FORB.METZENB.DUROTIP 5/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

ELETTRODO MONOPOLARE 1

S.O. CHIRURGIA

PESO 1 KG

SET VAPORE

2					2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	26775 UF		GANCIO CON ELETTRODO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 0490-35 B		CAVO ELETTRODI,3,5M PER SPINA A BANANA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

ELETTRODO MONOPOLARE 2

S.O. CHIRURGIA

PESO 1 KG

SET VAPORE

2					2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	26775 UF		GANCIO CON ELETTRODO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 0490-35 B		CAVO ELETTRODI,3,5M PER SPINA A BANANA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

ELETTRODO MONOPOLARE 3

S.O. CHIRURGIA

PESO 1 KG

SET VAPORE

2					2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	26775 UF		GANCIO CON ELETTRODO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 0490-35 B		CAVO ELETTRODI,3,5M PER SPINA A BANANA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

SET PINZE DA LINFONODI 1

PESO 1 KG

S.O. CHIRURGIA

SET VAPORE

4					0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	MEDICON	07.17.23		PINZETTA SEQUEST.TUTTLE P.POLMONE 230MM	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EO342R		PINZA P.POLIP I UTERINI BONNEY 240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STILLE	107-12486		PINZA FOERSTER STILLE CRV, MORSO STRETTO SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

SET PINZE DA LINFONODI 2

PESO

1

KG

S.O. CHIRURGIA

SET VAPORE

4					0	0	0	0	2	0	0	2	0	2	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	AESULAP	BD801R		PINZETTA SEQUEST.TUTTLE P.POLMONE 230MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	EO342R		PINZA P.POLIPY UTERINI BONNEY 240MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PINZE DE BAKEY 1

S.O. CHIRURGIA

PESO 1 KG

SET VAPORE

2					0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	AESCLAP	FB517R		PINZA ATRAUMATICA DI DE BAKEY, 255 MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PINZE PER CALCOLI 1 PESO 1 KG

S.O. CHIRURGIA SET VAPORE

4					0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SIMAL	NON PRESENTE	EF051R	PINZA PER CALCOLI RENALI RANDALL	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	EF052R	PINZA PER CALCOLI RENALI RANDALL	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	EF054R	PINZA PER CALCOLI RENALI RANDALL	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	EF055R		PINZA PER CALCOLI RENALI RANDALL	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

FORBICI 1

PESO 1 KG

S.O. CHIRURGIA

SET VAPORE

3					0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STILLE	101-8172-23		DUROTIP FORBICI SOTTILE METZENBAUM CRV.230MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BC644R		FORBICI SSEZ. STRULLY CRV.220MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC615R	FORBICI DISS.NELSON-METZENBAUM CRV.230MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

OLLIER MEDI 1

S.O. CHIRURGIA

PESO 1 KG

SET VAPORE

2					0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	AESCLAP	BT406R		DIVARICAT. MIDDELDORPF,MEDIO,28X28MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

OLLIER GRANDI 1
PESO 1 KG

S.O. CHIRURGIA
SET VAPORE

2					0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	23.33.22	DIVARICATORE MIDDELDORPF 50X45MM L.250MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

CALBRATORI INTESTINO 1

S.O. CHIRURGIA

PESO 1 KG

SET VAPORE

3					0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ETHICON	EEA-25		CALBRATORE CIRCOLARE DA INTESTINO 25MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ETHICON	EEA-28		CALBRATORE CIRCOLARE DA INTESTINO 28MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ETHICON	EEA-31		CALBRATORE CIRCOLARE DA INTESTINO 31MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

DIVARICATORE AUTOSTATICO 1

PESO 1 KG

S.O. CHIRURGIA

SET VAPORE

2					0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCULAP	BV520R		RETRATTORE SOLO DIVARICAT.ADDOMIN.BV530M	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	BV551R		VALVE LATERALI,PAIO,37X62MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

DIVARICATORE AUTOSTATICO 2

PESO 1 KG

S.O. CHIRURGIA

SET VAPORE

3					0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	15-820-00		DIVARICAT. P. PARETE ADD. C.2 PAIA VALV.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	BV326R	PAIO LAME, 18X42 MM PER BV329R	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	BV328R	PAIO LAME, 28X42 MM PER BV329R	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

DIVARICATORE AUTOSTATICO 3

PESO 1 KG

S.O. CHIRURGIA

SET VAPORE

3					0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	15-820-00		DIVARICAT. P. PARETE ADD. C.2 PAIA VALV.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	BV326R	PAIO LAME, 18X42 MM PER BV329R	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	BV328R	PAIO LAME, 28X42 MM PER BV329R	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

DIVARICATORE AUTOSTATICO 4

PESO 1 KG

S.O. CHIRURGIA

SET VAPORE

3					0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	15-820-00		DIVARICAT. P. PARETE ADD. C.2 PAIA VALV.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	BV326R	PAIO LAME, 18X42 MM PER BV329R	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	BV328R	PAIO LAME, 28X42 MM PER BV329R	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

SPATOLE 1

PESO 1 KG

S.O. CHIRURGIA

SET VAPORE

3					0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	CHIRBO	12932-25		SPATOLA DI TUFFIER,MALLEABILE, CONICA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CHIRBO	12934-40		SPATOLA ADDOM.MALLEAB.LUNG.330X40MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CHIRBO	12934-50		SPATOLA ADDOM.MALLEAB.LUNG.330X50MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

SPATOLE 2

PESO 1 KG

S.O. CHIRURGIA

SET VAPORE

3					0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	CHIRBO	12932-30		SPATOLA ADDOM.MALLEAB.LUNG.330X30MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CHIRBO	12932-45		SPATOLA ADDOM.MALLEAB.LUNG.330X45MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CHIRBO	12934-30		SPATOLA ADDOM.MALLEAB.LUNG.330X30MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

RETRATTORI 1

S.O. CHIRURGIA

PESO 1 KG

SET VAPORE

4					0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT471R	DIVARICAT. RICHARDSON-EASTMAN, PICCOLO	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT472R	DIVARICAT. DI RICHARDSON-EASTMAN, GRANDE	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AGO ASPIRAZIONE 1

PESO 1 KG

S.O. CHIRURGIA

SET VAPORE

2					1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	27502		TUBING CONNECTION, LUER-LOCK	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ANTYLLOS	101-93-330-14		AGO ASPIRAZIONE L.345MM D.1,5-5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AGO ASPIRAZIONE 2

PESO 1 KG

S.O. CHIRURGIA

SET VAPORE

2					1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	27502		TUBING CONNECTION, LUER-LOCK	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	101-93-330-14	AGO ASPIRAZIONE L.345MM D.1,5-5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PINZE BIPOLARI 1
PESO 1 KG

S.O. CHIRURGIA
SET VAPORE

2					2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	FAULHABER	081/0622-A		PINZETTA BIPOLARE COMPL.ISOLATA 230MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	INVIDIA	67-532-30		CAVO BIPOL.VALLEYLAB/EURONORM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PINZE BIPOLARI 2
PESO 1 KG

S.O. CHIRURGIA
SET VAPORE

2					0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR1040		PINZA BIPOLARE ISOLATA CON ASPIRAZIONE, L.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GK183	CAVO BIPOL.2 SPINE BAN.SPINA EURO PIATTA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PINZE BIPOLARI 3

S.O. CHIRURGIA

PESO 1 KG

SET VAPORE

2					1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	VALLEYLAB	E 700355		PINZA BIPOLARE MORSO ATRAUMATICO 250MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GK183	CAVO BIPOL.2 SPINE BAN.SPINA EURO PIATTA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PINZE BIPOLARI 4

PESO 1 KG

S.O. CHIRURGIA

SET VAPORE

2					0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	VALLEYLAB	E 700355		PINZA BIPOLARE MORSO ATRAUMATICO 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GK183	CAVO BIPOL.2 SPINE BAN.SPINA EURO PIATTA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PINZE BIPOLARI 5

S.O. CHIRURGIA

PESO 1 KG

SET VAPORE

2					1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	FAULHABER	081/0622-A		PINZETTA BIPOLARE COMPL.ISOLATA 230MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GK183	CAVO BIPOL.2 SPINE BAN.SPINA EURO PIATTA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PINZE MONOPOLARI 1

S.O. CHIRURGIA

PESO 1 KG

SET VAPORE

2					2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	80-902-25		PINZA ISOLATA MONOPOLARE 250MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	80-285-55-04		CAVO DI COLLEGAMENTO PER PINZETTE ISOLIT CON 3 PIN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PINZE MONOPOLARI 2

PESO 1 KG

S.O. CHIRURGIA

SET VAPORE

2					1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	80-902-25	PINZA ISOLATA MONOPOLARE 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 0490-35 A		CAVO ELETTRODI,3,5M PER SPINA A BANANA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PINZA MONOPOLARE 3

S.O. CHIRURGIA

PESO 1 KG

SET VAPORE

2					1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	80-902-25	PINZA ISOLATA MONOPOLARE 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 0490-35 A		CAVO ELETTRODI,3,5M PER SPINA A BANANA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

SET SONDE 1

S.O. CHIRURGIA

PESO 1 KG

SET VAPORE

4					2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	16-189-16		SON.P.FIST.LOCKHART-MUMMERY 90;#3/165MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	16-170-16		SONDA SCANALATA A PUNTE BOTT.140MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	50.94.34		SON.FIST.LOCKHART-MUMMERY RETRO.#4/165MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR1041		AGO BOTTONUTO CURVO D.2,5 L.90MM CON OLIVA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

SET SONDE 2

S.O. CHIRURGIA

PESO 1 KG

SET VAPORE

5					2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	16-170-16		SONDA SCANALATA A PUNTE BOTT.140MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN036R	SONDA BOTT.A CRUNA D:2,5/160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	16-150-16		SONDA BOTT.IN FOGLIA MIRTO D:2/160MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN134R	SONDA BOTTONUTA D:2/145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	FK842R		CURETTA DOPPIA VOLKMANN,TAGLIENTE,170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

SET SONDE 3

S.O. CHIRURGIA

PESO 1 KG

SET VAPORE

3					0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCULAP	BN024R		SON.FIST.LOCKHART-MUMMERY RETRO.#4/165MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN022R	SON.P.FIST.LOCKHART-MUMMERY 45 #2/165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN023R	SON.P.FIST.LOCKHART-MUMMERY 90 #3/165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

SET SONDE 4

PESO 1 KG

S.O. CHIRURGIA

SET VAPORE

4					2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	16-170-16		SONDA SCANALATA A PUNTE BOTT.140MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	16-150-16		SONDA BOTT.IN FOGLIA MIRTO D:2/160MM	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR1041		AGO BOTTONUTO CURVO D.2,5 L.90MM CON OLIVA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

DIVARICATORE RETTALE 1

PESO 1 KG

S.O. CHIRURGIA

SET VAPORE

4					0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	TEKNO	NON PRESENTE	BV581R	DIVARICATORE SOLO,P.RETRATTORE BV585	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	TEKNO	NON PRESENTE	BV583R	PAIO DI VALVE SOLE, 70MM PROF.P.BV585R	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	TEKNO	NON PRESENTE	BV586R	PAIO DI VALVE SOLE, 90MM PROF.P.BV581	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	TEKNO	NON PRESENTE	BV591R	VALVA CENTRALE,P.DIVARICATORE BV581R	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

DIVARICATORI CUSHING 1

PESO 1 KG

S.O. CHIRURGIA

SET VAPORE

4					4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	KERNA	TQ 062-220-11		UNCINO CUSHING, 25CM, TERMINALE 11X14 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 062-220-11		UNCINO CUSHING, 25CM, TERMINALE 11X14 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KERNA	TQ 062-220-23		UNCINO CUSHING, 25CM, TERMINALE 23X16 MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

DIVARICATORI CUSHING 2

PESO 1 KG

S.O. CHIRURGIA

SET VAPORE

4					0	0	0	0	0	0	1	3	3	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR1042		SIMAL: DIVARICATORE CUSHING L.250MM TERMINALE 5X8MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	BT200R	UNCINO CUSHING, 25CM, TERMINALE 11X14 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	20.17.34		UNCINO CUSHING, 25CM, TERMINALE 11X14 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	TQ 062-220-23	UNCINO CUSHING, 25CM, TERMINALE 23X16 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

COLEDOSCOPIO

S.O. CHIRURGIA

PESO 1 KG

SET ETO

3					2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	2007-05	JF252R	3/4 CESTELLO PERFORATO 406X253X56MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	11292 BD		COLEDOCOSCOPIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	11273 FE		MICRO PINZA DA PRESA L.800MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

SONDA ECO OPEN

S.O. CHIRURGIA

PESO 1 KG

SET ETO

1					0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ESAOTE	IOE13A		SONDA ECO OPEN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

SONDA ECO VLS
PESO 1 KG

S.O. CHIRURGIA
SET ETO

2					0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	H0	SCATOLA PORTASTRUMENTI 730X180X45MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ESAOTE	LP13A		SONDA ECO VLS	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PINZE PER OCCLUSIONE 1

S.O. CHIRURGIA

PESO 1 KG

SET ETO

2					0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	MEDICON	51.57.75		PINZA CHIUSURA WERTHEIM-CULLEN 90;217MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

ASPIRATORE-IRRIGATORE 1

S.O. CHIRURGIA

PESO 1 KG

SET ETO

3					2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	GIMMI	T.0044.02		IMPUGNATURA PER ASPIRATORE-IRRIGATORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GIMMI	T.0044.10		TUBO L.340MM D.10MM 4 FORI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GIMMI	T.0044.05		TUBO L.340MM D.5MM 4 FORI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

FORBICI BIPOLARI 1

PESO 1 KG

S.O. CHIRURGIA

SET ETO

2					1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC687R	FORBICI P.DISSEZIONE BIPOLARI 230MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ETHICON	BP940		CAVO BIPOL.DISTANZA FISSA TRA I PIN,5M	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PINZE MONOPOLARI 1

S.O. CHIRURGIA

PESO 1 KG

SET ETO

3					1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GK010R	PINZETTA ISOL 230MM RACCORDO DOWNS	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GK005R	PINZETTA ISOL 180MM RACCORDO DOWNS	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	POLLUTION	P8004-MSF		CAVO MONOPOLARE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PINZE MONOPOLARI 2

S.O. CHIRURGIA

PESO 1 KG

SET ETO

2					1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	GK010R		PINZETTA ISOL 230MM RACCORDO DOWNS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GK180	CAVO MONOPOL.SPINA BANANA 4MM PRESA 5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

ELETTRODO MONOPOLARE 1

S.O. CHIRURGIA

PESO 1 KG

SET ETO

6					2	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SNOWDENPENC ER	89-7200		ELETTRODO MONOPOLARE CON ASPIRAZIONE L.320MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR1043		DENTAG: STRIPPER D.6MM L.420MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR1044		DENTAG: STRIPPER D.8MM L.420MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 0490-35 A		CAVO ELETTRODI,3,5M PER SPINA A BANANA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR1045		DENTAG: SONDA D.3MM L.450MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR1046		STRIPPER ROTANTE D.6MM L.500MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

STRIPPER 2

S.O. CHIRURGIA

PESO 1 KG

SET ETO

3					0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR1045		DENTAG: SONDA D.3MM L.450MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR1047		DENTAG: STRIPPER D.4MM L.420MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR1048		STRIPPER ROTANTE D.4MM L.500MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

STRIPPER 3

PESO 1 KG

S.O. CHIRURGIA

SET ETO

3					0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR1046		STRIPPER ROTANTE D.6MM L.500MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR1043		DENTAG: STRIPPER D.6MM L.420MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	ULSS10	PR1047		DENTAG: STRIPPER D.4MM L.420MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

CANNULE LIPOSUZIONE

PESO 1 KG

S.O. CHIRURGIA

SET ETO

3					0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR1049		CANNULA LIPOSUZIONE MISURA 3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR1050		CANNULA LIPOSUZIONE MISURA 4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR1051		CANNULA LIPOSUZIONE MISURA 5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

DIVARICATORE COLLINS 1

PESO 1 KG

S.O. CHIRURGIA

PACCO VAPORE

3					0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	BV528R		RETRATTORE SOLO P.DIVARIC.ADDOMIN.BV545	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BV558R		VALVE LATERALI,PAIO,59X80MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BV369R		VALVA CENTRALE PER BV345, 74X82 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

DIVARICATORE COLLINS 2

PESO 1 KG

S.O. CHIRURGIA

PACCO VAPORE

3					0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCULAP	BV528R		RETRATTORE SOLO P.DIVARIC.ADDOMIN.BV545	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	BV558R		VALVE LATERALI,PAIO,59X80MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCULAP	BV369R		VALVA CENTRALE PER BV345, 74X82 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

DIVARICATORE COLLINS 3

PESO 1,5 KG

S.O. CHIRURGIA

PACCO VAPORE

4					0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF252R	3/4 CESTELLO PERFORATO 406X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCULAP	BV528R		RETRATTORE SOLO P.DIVARIC.ADDOMIN.BV545	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	BV558R		VALVE LATERALI,PAIO,59X80MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	BV369R		VALVA CENTRALE PER BV345, 74X82 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

ENDOCLOSE

PESO 1 KG

S.O. CHIRURGIA

PACCO VAPORE

4					0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	1	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF112R	1/2 CESTELLO PERFORATO 243X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	GORE	GSP01		SUTURE PASSER	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	GORE	GSP02		SUTURE PASSER INSTRUMENTS	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

FERRI INTESTINO 1

PESO 1 KG

S.O. CHIRURGIA

PACCO VAPORE

10					1	0	1	0	0	1	1	6	5	1	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	RUDOLF	RU 6541-25		PINZA INTEST.MAYO-ROBSON CURVA 250MM	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	EA016R		PINZA INTESTINALE ALLIS 5X6 DENTI MM155	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	30-134-15		PINZA INTESTINALE ALLIS 5X6 DENTI MM155	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AUTO SUTURE	USSC ASP 50		PINZA DONATI "TIPO BORSA DI TABACCO" 235 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	MEDICON	16.36.20		PINZA ROCHESTER-CARMALT RET.200MM	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR1025		FORBICI THOREK CRV.255MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	LEIBINGER	32-01016		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH108R	PINZA EMOST.MICRO-HALSTED RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

FERRI INTESTINO 2

PESO 1 KG

S.O. CHIRURGIA

PACCO VAPORE

10					0	0	1	0	0	4	2	3	3	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	RUDOLF	RU 6541-25		PINZA INTEST.MAYO-ROBSON CURVA 250MM	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2	MEDICON	50.03.15		PINZA INTEST. DI ALLIS, 4X5 DENTI, MM155	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	DG-544	USSC ASP 50	PINZA DONATI "TIPO BORSA DI TABACCO" 235 MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 3170-20		PINZA ROCHESTER-CARMALT RET.200MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	101-8470		FORBICE MOLTO CURVA SMUSSA L.220MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	AESCLAP	BH110R		PINZA EMOST.HALSTED RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

FERRI LUNGHISSIMI

PESO 1 KG

S.O. CHIRURGIA

PACCO VAPORE

6					1	1	1	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	RUDOLF	RU 3241-26		PINZA BENGOLEA CRV.245MM	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
1	MOVI	NON PRESENTE	16.65.91	PINZA EMOST.ZENKER CRV.280MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MEDICON	16.51.97		PINCE EMOST.KANTROWITZ 274MM	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	101-8098-30		FORBICI MAYO-HARRINGTON URVE 300MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

MAMMELLA
PESO 1 KG

S.O. CHIRURGIA
PACCO VAPORE

13					3	1	0	0	0	0	0	9	7	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCULAP	EL635R		SPECOLO VAGINALE DI DOYEN,90X45MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	LEIBINGER	32-01127		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.225MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
4	KERNA	TQ 030-044-16		PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BF426R	PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
4	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF426R	PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	2

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

SATINSKY DOTT. FIDANZA

PESO 1 KG

S.O. CHIRURGIA

PACCO VAPORE

6					2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	24-400-22		PINZA DE BAKEY-GLOVER COARTAZ., 225 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	24-401-22		PINZA DE BAKEY-GLOVER COARTAZ., 225 MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	24-403-22		PINZA DE BAKEY-GLOVER COARTAZ., 225 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	24-408-19		PINZA DE'BAKEY PER DISSEZ.LEGAT.190MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	24-408-23		PINZA DE'BAKEY PER DISSEZ.LEGAT.230MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

SET TORACE

PESO 2,5 KG

S.O. CHIRURGIA

PACCO VAPORE

10					0	0	0	0	1	0	1	8	0	2	1	0	5
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF112R	1/2 CESTELLO PERFORATO 243X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FB803R	DIVARICAT. COSTALE FINOCHIETTO, P.ADULTI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	NON PRESENTE	BT560R	DIVARICAT. ALLISON,CM32, VALVA 54MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK402R	RASCHIATORE DI DOYEN, PER ADULTI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK403R	RASCHIATORE DI DOYEN, PER ADULTI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FO526R	PINZA SGORBIA LEKSELL MORS 5X16MM 245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	23-959-24	CESOIA PER OSSA SEMB CURVA 245MM MORSO 28MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR1003		AVVICINATORE COSTALE 270MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	13-417-02		PINZA PREPARAZ.FORMA A S CRV.210MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	MARTIN	13-417-03		PINZA PREPARAZ.FORMA A S CRV.215MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

VIE BLIARI

PESO 2 KG

S.O. CHIRURGIA

PACCO VAPORE

23					0	0	0	0	0	0	0	23	6	13	0	0	4
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF212R	1/1 CESTELLO PERFORATO 485X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	BD240R		PINZETTA ANAT.CUSHING 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-577-19		PINZA EMOST.HALSTED-MOSQ.CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH187R	PINZA EMOST.DI JACOBSON CUR.188MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-317-21		PINZA EMOST.HALSTED-MOSQ.CRV.210MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH211R	PINZA EMOST.HALSTED-MOSQ.CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	BC532R	FORBIC.DIETHR.POTTS FINI 45; ANGOL.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	CHIRBO	NON PRESENTE	EB061R	DILATATORE OLIVARE PER COLEDOCO, MM 1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	CHIRBO	NON PRESENTE	EB062R	DILATATORE OLIVARE PER COLEDOCO, MM 2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	CHIRBO	NON PRESENTE	EB063R	DILATATORE OLIVARE PER COLEDOCO, MM 3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	CHIRBO	NON PRESENTE	EB064R	DILATATORE OLIVARE P. COLEDOCO, MM 4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	CHIRBO	NON PRESENTE	EB065R	DILATATORE OLIVARE P. COLEDOCO, MM 5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	CHIRBO	NON PRESENTE	EB066R	DILATATORE OLIVARE P. COLEDOCO, MM 6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	CHIRBO	NON PRESENTE	EB067R	DILATATORE OLIVARE P. COLEDOCO, MM 7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	CHIRBO	NON PRESENTE	EB068R	DILATATORE OLIVARE P. COLEDOCO, MM 8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	CHIRBO	NON PRESENTE	EB069R	DILATATORE OLIVARE P. COLEDOCO, MM 9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	CHIRBO	NON PRESENTE	EB070R	DILATATORE OLIVARE P. COLEDOCO, MM 10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EB169R	CURETTA LUER PER CALCOLI BILIARI, 3,4 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EB170R	CURETTA LUER PER CALCOLI BILIARI, 4,3 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EB171R	CURETTA LUER PER CALCOLI BILIARI, 5,5 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	CROMA	CRM.09.05.008		AGO BOTTONUTO D.1,2 X 80MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	MEDICON	09.79.73		AGO BOTTONUTO D.1,5 L.80MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

URO SET BABY

PESO 2 KG

S.O. CHIRURGIA

PACCO VAPORE

20					0	1	0	0	0	3	4	12	10	1	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	052013	JF253R	3/4 CESTELLO PERFORATO 406X253X76MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	06.01.14		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 145MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	06.40.85		PINZETTA DISSEZIONE GILLIES 1X2D.155MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	102-9027		PINZETTA DISSEZIONE MC'INDOE 1X2D.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	HERMANN	NON PRESENTE	BD160R	DUROGRIP PINZETTA CUSHING 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF491R	CLAMP P.STERILIZZAZIONE BUNT 105MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM065R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MARTIN	13-421-14		PINZA EMOST.BABY-ADSON 140MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BC259R		DUROTIP FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BC605R	FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BH111R		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	15.45.12		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	LEIBINGER	NON PRESENTE	BH111R	PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BH120R		PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH106R	PINZA EMOST.DI JACOBSON RETTA 130MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	NON PRESENTE	BH642R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BF046R		PINZA POLIPI E MEDICAZ GROSS RET.200MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	STIER	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

OBESI

S.O. CHIRURGIA

PESO 3,5 KG

PACCO VAPORE

7					3	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR1004		SCATOLA PORTA STRUMENTI 740X170X60MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STORZ	30623 GB		RETRATTORE PER ANELLO GASTRICO D.10MM L.360MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SNOWDENPENC ER	89-6113		RETRATTORE ARTICOLATO LAPARO CIRCOLARE 40MM L.360MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SNOWDENPENC ER	89-6131		RETRATTORE ARTICOLATO LAPARO ANGOLARE 40MM L.450MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	89-6131	RETRATTORE ARTICOLATO LAPARO ANGOLARE 40MM L.450MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SNOWDENPENC ER	89-6112		RETRATTORE ARTICOLATO LAPARO TRIANGOLARE 80MM L.360MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	SNOWDENPENC ER	89-6109		RETRATTORE ARTICOLATO LAPARO TRIANGOLARE 60MM L.360MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PINZE VLS 1

S.O. CHIRURGIA

PESO 1 KG

PACCO ETO

3					3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MICRO FRANCE	CEV 1029 10B		IMPUGNATURA CON CREMAGLIERA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MICRO FRANCE	CEV 649-10B		TUBO ESTERNO 10MM ACCAIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MICRO FRANCE	CEV 433H		INSERTO PINZA DA PRESA 10MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PINZE VLS 2

S.O. CHIRURGIA

PESO 1 KG

PACCO ETO

3					3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	33132		NUOVA IMPUGNATURA CON STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33500		TUBO ESTERNO 5/10MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33510 DU		INSERTO PINZA DA PRESA 10/370MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

SPECIALITA'	CODICE CDC
S.O. GINECOLOGIA	411002

Q.TA'	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1379	287	35	191	3	59	170	102	532	235	106	12	0	179

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

BOOKWALTER 1

PESO 15,5 KG

S.O. GINECOLOGIA

KIT VAPORE

42					10	0	22	0	0	4	0	6	5	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	JK442		VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JK469		1/1-COPERCHIO VARIO, ARGENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JK456A		SOVRACOPERCHIO P/CONT.VARIO 1/1 ALLU BLU	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF223R	1/1 CESTELLO PERFORATO 540X253X76MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	CODMAN	50-4591		VALVA MOSEL	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	CODMAN	50-4594		VALVA MOSEL	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	CODMAN	50-4591		VALVA MOSEL	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
2	CODMAN	50-4568		BOOKWALTER KELLY LAMA (50 X 75) MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	CODMAN	50-4572		BOOKWALTER LAMA STANDARD 2X2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	CODMAN	50-4569		VALVE MOSER (50 X 100) MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CODMAN	50-4592		BOOKWALTER VALVA DEAYER PICCOLA, 25X89MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CODMAN	50-4593		BOOKWALTER VALVA DEAYER LARGE, 25X127MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CODMAN	50-4576		VALVA DI KOCHER	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CODMAN	50-4567		VALVA GRANDE MALLEABILE (75 X 170)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	50-4567	VALVA GRANDE MALLEABILE (75 X 170)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	CODMAN	50-4566		RETRATTORE A CUORE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	CODMAN	50-4636		PROLUNGA PER ANELLO,LUNGO 100 MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	CODMAN	50-4638		PROLUMGA RETTA PER ANELLO, L.203MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
2	CODMAN	50-4583		ANELLO ORIENTABILE	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CODMAN	50-4554		DOPPIO INNESTO A SNODO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	CODMAN	50-4580		PINZA DI FISSAGGIO A GREMAGLIERA	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CODMAN	50-4589		MORSETTO GRANDE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CODMAN	50-4582		BARRA SECONDARIA A SNODO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	CODMAN	50-4581		BARRA ATTACCO LETTO OPERATORIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

CESAREO 1

PESO 10 KG

S.O. GINECOLOGIA

KIT VAPORE

59					3	0	6	0	2	8	3	37	24	7	0	0	6
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK442	VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK486	1/1-COPERCHIO BASIS, BLU	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF212R	1/1 CESTELLO PERFORATO 485X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STIER	H106-10400		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 4000-20		PINZETTA ANAT.200MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BD559R		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 4122-21		PINZETTA DISSEZIONE 2X3D.200MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	32-920-25		CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#10 23,5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BT021R		DIVARICATORE FARABEUF, GRANDE,SERIE DI 2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT618R	DIVARICATORE ADDOMINALE DI MIKULICZ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	BV524R		RETRATTORE SOLO DIVARIC.ADDOM.BV535/536	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BV555R		VALVE LATERALI,PAIO,48X59MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BV338R	VALVA CENTRALE SOLA, 63 X 74 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	BV556R		VALVE LATERALI,PAIO,58X80MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	BH110R		PINZA EMOST.HALSTED RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-320-12		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BH167R		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BH166R		PINZA EMOST.CRILE RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-374-16		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	13-410-16		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
2	SIMAL	NON PRESENTE	BH646R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MARTIN	13-382-18		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	RUDOLF	RU 3010-18		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3	AESULAP	BH644R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0
1	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BH203R	PINZA EMOST.HALSTED CRV.185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-317-18		PINZA EMOST.HALSTED CRV.185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BH654R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.280MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM066R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM067R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1261-17		FORBICI MAYO P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC284R	DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STILLE	101-8090		FORBICI MAYO-NOBLE, L.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	BC607R		FORBICI DISS.METZENBAUM CRV.200MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	AESULAP	EA095R		PINZA ATR.ALLIS 7,0MM 200MM	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BF122R		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 3910-25		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MARTIN	14-352-25		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	19.50.24		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF122R	PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3861-25		PINZA MAIER P.POLIP C.CREM.CRV.265MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH650R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STORZ	277		CAVO MONOPOLARE PER RESETTORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	GK010R		PINZETTA ISOL 230MM RACCORDO DOWNS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG524R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 1,0 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	JG506R	BACINELLA RENIFORME, 250 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

CESAREO 2

PESO 9,5 KG

S.O. GINECOLOGIA

KIT VAPORE

58					2	0	5	0	0	16	5	30	16	4	1	0	9
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK442	VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK486	1/1-COPERCHIO BASIS, BLU	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF213R	1/1 CESTELLO PERFORATO 485X253X76MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	KERNA	003-004-00		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 4000-20		PINZETTA ANAT.200MM	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	06.06.14		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	BD559R		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD561R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4122-21		PINZETTA DISSEZIONE 2X3D.200MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	32-920-25		CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#10 23,5MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4498-00		DIVARICATORE COLLIN, DOPPIO, SERIE DI 2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BT618R		DIVARICATORE ADDOMINALE DI MIKULICZ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BV524R		RETRATTORE SOLO DIVARIC.ADDOM.BV535/536	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BV555R		VALVE LATERALI,PAIO,48X59MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BV338R	VALVA CENTRALE SOLA, 63 X 74 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	15.44.12		PINZA EMOST.HALSTED RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH110R	PINZA EMOST.HALSTED RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
2	AESCU LAP	BH167R		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BH166R		PINZA EMOST.CRILE RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BH166R	PINZA EMOST.CRILE RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MEDICON	15.72.16		PINZA EMOST.CRILE RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
3	MARTIN	13-414-16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AMPLIMED	NON PRESENTE	BH176R	PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 3010-16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
2	SIMAL	NON PRESENTE	BH646R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH648R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.225MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM077R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR 206MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	20-642-18		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	11-931-17		DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BC284R		DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	101-8092		FORBICI MAYO-NOBLE CRV.170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STILLE	101-8175-20		SUPERCUT FORBICI METZENBAUM CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-317-21		PINZA EMOST.HALSTED-MOSQ.CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BH203R		PINZA EMOST.HALSTED CRV.185MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	TEKNO	NON PRESENTE	BH648R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.225MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH450R	PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	MEDICON	19.50.24		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1
1	AESULAP	BF122R		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
3	MEDICON	19.50.24		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
2	STILLE	107-13120-21		PINZA INTESTINALE ALLIS DELICATA MM190	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	GK181		CAVO MONOPOL. VALLEYL. 8MM PRESA 5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	GK010R		PINZETTA ISOL 230MM RACCORDO DOWNS	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	JG524R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 1,0 LITRI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	M.E.S.A.	NON PRESENTE	JG506R	BACINELLA RENIFORME, 250 MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

CESAREO 3

PESO 9,5 KG

S.O. GINECOLOGIA

KIT VAPORE

58					8	0	8	0	1	15	7	19	11	1	1	0	6
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCU LAP	JK442		VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JK469		1/1-COPERCHIO VARIO, ARGENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JK456A		SOVRACOPERCHIO P/CONT.VARIO 1/1 ALLU BLU	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF212R	1/1 CESTELLO PERFORATO 485X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	KERNA	003-004-00		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	12-100-20		PINZETTA ANAT.200MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 020-002-20		PINZETTA ANAT.200MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD561R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 4102-14		PINZETTA DISSEZIONE 2X3D.145MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	32-920-25		CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#10 23,5MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BT021R		DIVARICATORE FARABEU F, GRANDE,SERIE DI 2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BT618R		DIVARICATORE ADDOMINALE DI MIKULICZ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BV524R		RETRATTORE SOLO DIVARIC.ADDOM.BV535/536	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BV555R		VALVE LATERALI,PAIO,48X59MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CROMA	CRM 07.04.038		VALVA CENTRALE PER DIVARICATORE AUTOSTATICO ADDOMINALE, 73X73 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	STILLE	107-13130		PINZA ATR.ALLIS 7,0MM 200MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BH224R	PINZA EMOST.SAROT RET.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-369-20		PINZA ARTERIE SEC.FUCHSIG CRV.190MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH198R	PINZA ARTERIE SEC.FUCHSIG CRV.190MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	STILLE	101-8175-20		SUPERCUT FORBICI METZENBAUM CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC569R	FORBICI MAYO-NOBLE CRV.170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	11-171-17		FORBICI MAYO CRV.SULLA PUNTA 170MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC592R	FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
3	RUDOLF	RU 3000-16		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-410-16		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3071-16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	15.73.16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	15.40.12		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH110R	PINZA EMOST.HALSTED RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 6053-20		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDITECK	24-1904-20		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
3	MARTIN	19.50.24		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3910-25		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	14-352-25		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF122R	PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH652R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.260MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	16.12.22		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.225MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	16.12.20		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.200MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	REDA	13320-20		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.200MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6	RUDOLF	RU 3010-16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	1	0	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	GK181		CAVO MONOPOL. VALLEYL. 8MM PRESA 5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	GK010R		PINZETTA ISOL 230MM RACCORDO DOWNS	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG524R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 1,0 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

CESAREO 4

PESO 8,5 KG

S.O. GINECOLOGIA

KIT VAPORE

55					2	0	5	0	0	30	2	16	4	1	0	0	11
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AS MEDIZINTECHNIK	NON PRESENTE	JK442	VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AS MEDIZINTECHNIK	NON PRESENTE	JK489	1/1-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AS MEDIZINTECHNIK	NON PRESENTE	JK476A	SOVRACOPERCHIO P/CONT.BASE 1/1 ALLU BLU	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF212R	1/1 CESTELLO PERFORATO 485X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BB084R	MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	KERNA	TQ 020-002-20		PINZETTA ANAT.200MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	12-100-20		PINZETTA ANAT.200MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD559R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD561R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 4122-21		PINZETTA DISSEZIONE 2X3D.200MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	32-920-30		CURETTA PER ABORTO DI BUMM, SMUSSA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT021R	DIVARICATORE FARABEUF, GRANDE,SERIE DI 2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	BT618R		DIVARICATORE ADDOMINALE DI MIKULICZ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	ME.TEC	15.0221		PINZA EMOST.HALSTED RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	MARTIN	13-347-16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
4	MARTIN	13-410-18		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.185MM	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
6	MARTIN	13-414-18		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH646R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1
2	MARTIN	13-317-21		PINZA EMOST.HALSTED-MOSQ.CRV.200MM	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 12080-22		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.225MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	BM067R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	20-642-18		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1263-17		DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC284R	DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	11-181-17		FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	11-943-20		DUROTIP FORBICI DISS.METZB.CRV.200MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	MARTIN	30-136-20		PINZA ATR.ALLIS 7,0MM 200MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	19.50.24		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
5	MARTIN	14-352-25		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-414-26		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.260MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	GK181		CAVO MONOPOL. VALLEYL. 8MM PRESA 5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	GK010R		PINZETTA ISOL 230MM RACCORDO DOWNS	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	CBM	NON PRESENTE	JG524R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 1,0 LITRI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG506R	BACINELLA RENIFORME, 250 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

COLPO ISTERECTOMIA 1

PESO 15 KG

S.O. GINECOLOGIA

KIT VAPORE

110					3	2	24	0	8	3	15	55	34	18	1	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK442	VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK486	1/1-COPERCHIO BASIS, BLU	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JF224R		1/1 CESTELLO PERFORATO 540X253X106MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BB084R		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	BD049R		PINZETTA ANAT.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	AESULAP	BD051R		PINZETTA ANAT.200MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	STILLE	102-9040-25		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 250MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
1	STILLE	102-9060-17		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDICON	06.05.16		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BD561R		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	102-9060-20		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BD562R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BD562R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	EO010R		ISTEROMETRO DI SIMS GRADUATO D:4/330MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BM831R		AGO P.LEGATURE BRUNNER 300MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	15-405-04		DIVARICATORE DI HOESEL, 120 X 30 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	15-405-05		DIVARICATORE DI HOESEL, 140 X 30 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	EL694R		SPECOLO VAGINALE DI BREISKY,130X25MM	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	EL698R		SPECOLO VAGINALE DI BREISKY,130X40MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	EL708R		SPECOLO VAGINALE DI BREISKY,100X40MM	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	EL739R		SPECOLO VAGINALE DI AUWARD,105X43-40MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EL759R	MANICO SPECOLO VAGINALE BOZEMANN,A,230MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	EL753R		VALVA SPECOLO VAGIN. DI BOZEMANN,85X35MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCU LAP	EL754R		VALVA SPECOLO VAGIN. DI BOZEMANN,95X35MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EL747R		PESO PER SPECOLO VAGINALE DI SCHERBAK	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	LEIBINGER	32-02059		PINZA ARTERIE CRAFOORD MODIF.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
3	AESCU LAP	BH227R		PINZA ARTERIE CRAFOORD MODIF.240MM	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	AESCU LAP	BH111R		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-311-12		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BH110R		PINZA EMOST.HALSTED RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ME.TEC	15.0221		PINZA EMOST.HALSTED RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BH120R		PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	10035-121		PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1336-25		DUROTIP FORBICI NELSON-METZENBAUM 260MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	BC285R		DUROTIP FORBICI DISS.CRV.350MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1103-16		DUROTIP FORBICI MAYO CRV.170MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC592R	FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	BC290R		DUROTIP FORBICI SIMS SM/SM CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	11-170-17		FORBICI MAYO RET.170MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	20-646-23		DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 230MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDITECK	24-1804-24		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 235MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ELCON	NON PRESENTE	BM077R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR 206MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	BM101R		DUROGRIP PORTAGHI WERTHEIM 240MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BM100R		DUROGRIP PORTAGHI WERTHEIM 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-374-16		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-410-16		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	BH166R		PINZA EMOST.CRILE RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	MEDICON	15.72.16		PINZA EMOST.CRILE RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MEDICON	15.73.16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
1	AESCU LAP	EO110R		PINZA A DENTI SCHROEDER 250MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HELJESTRAND	NON PRESENTE	EO108R	PINZA A DENTI BRAUN 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	32-618-26		PINZA A DENTI POZZI MM 255	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	52.46.25		PINZA SCHROEDER 1X2 DENTI RETTA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
3	GUARDUCCI	BG 712		PINZA DI KROBACK, 3X4 DENTI, L.250MM	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	AESULAP	BF122R		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	BJ055R		PINCE EMOST.MIXTER 228MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	103-10413-211		PINZA EMOST.OVERHOLT-GEISSEND.#3 227MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-384-16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	AESULAP	BH176R		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	BH644R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3010-18		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3011-18		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.185MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BH645R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.185MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	19.17.26		PINZA MAIER P.POLIP C.CREM.CRV.265MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BH650R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BH450R		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.240MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-432-24		PINZA EMOST.SAROT RET.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BJ325R		PINZA PERITONEO FAURE 205MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-753-20		PINZA PERITONEO FAURE 205MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BJ509R		PINZA ISTERECTOMIA WERTHEIM 245MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-719-23		PINZA ISTERECTOMIA WERTHEIM 235MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	HERZBERG	NON PRESENTE	BJ507R	PINZA ISTERECTOMIA WERTHEIM 235MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	BJ552R		ATR.PINZA PARAMETR.WERTHEIM 241MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BJ531R		ATR.PINZA ISTERECTOMIA HEANEY 220MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ZEPELIN	16177 GY		PINZA LEINZA MOLTO CURVA 240 MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 6505-25		PINZA ATR.ALLIS 8,4MM 255MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	H0	SPILLA CON ALLIS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	EA016R		PINZA INTESTINALE ALLIS 5X6 DENTI MM155	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	AESULAP	EA010R		PINZA P.AFFERRARE BOYS-ALLIS MM 155	0	0	0	0	0	0	0	7	2	5	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	CBM	NON PRESENTE	JG524R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 1,0 LITRI	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG506R	BACINELLA RENIFORME, 250 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

COLPO ISTERECTOMIA 2

PESO 15 KG

S.O. GINECOLOGIA

KIT VAPORE

102					4	2	6	0	2	28	22	38	23	8	0	0	7
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCU LAP	JN444		VASCHETTA P.CONT.1/1 PERF.ALTEZZA:187MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JK489		1/1-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JK456A		SOVRACOPERCHIO P/CONT.VARIO 1/1 ALLU BLU	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JF223R		1/1 CESTELLO PERFORATO 540X253X76MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BB084R		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BD049R		PINZETTA ANAT.160MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD051R		PINZETTA ANAT.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD051R	PINZETTA ANAT.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD052R	PINZETTA P.MEDICAZ.ANAT.250MM	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
2	AESCU LAP	BD557R		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	9060-20		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD561R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	MARTIN	12-301-25		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.250MM	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EO010R		ISTEROMETRO DI SIMS GRADUATO D:4/330MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	52.25.73		SPECOLO VAGINALE DI DOYEN,112X45MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EL747R		PESO PER SPECOLO VAGINALE DI SCHERBAK	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	15-405-04		DIVARICATORE DI HOESEL, 120 X 30 MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	15-405-05		DIVARICATORE DI HOESEL, 140 X 30 MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	BJ531R		ATR.PINZA ISTERECTOMIA HEANEY 220MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	30-134-25		PINZA P.INTESTINO ALLIS 5X6DENTI 255MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH652R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.260MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	AESCU LAP	BJ509R		PINZA ISTERECTOMIA WERTHEIM 245MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	RUDOLF	RU 3861-25		PINZA MAIER P.POLIPI C.CREM.CRV.265MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
3	MARTIN	13-310-12		PINZA EMOST.HALSTED RET.125MM	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ME.TEC	15.0221		PINZA EMOST.HALSTED RET.125MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	SIMAL	NON PRESENTE	BH111R	PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0
1	MARTIN	13-410-16		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH442R	PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	2
2	RUDOLF	RU 3071-16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
3	AESULAP	BH644R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3010-18		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3	AESULAP	BH645R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.185MM	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BJ325R		PINZA PERITONEO FAURE 205MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BJ325R	PINZA PERITONEO FAURE 205MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 3436-22		PINZA ISTERECTOMIA WERTHEIM 245MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3000-22		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.225MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	16.10.22		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.225MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	BF122R		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BJ552R		ATR.PINZA PARAMETR.WERTHEIM 241MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
7	AESULAP	EA010R		PINZA P.AFFERRARE BOYS-ALLIS MM 155	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	50.02.16		PINZA INTESTINALE ALLIS 5X6 DENTI MM155	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BC575R		FORBICI MAYO-STILLE CRV.170MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BC575R	FORBICI MAYO-STILLE CRV.170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	BC265R		DUROTIP FORBICI DISS.METZB.CRV.200MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	101-8175-23		FORBICI TIPO METZENBAUM CRV.230MM SUPERCUT	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC615R	FORBICI DISS.NELSON-METZENBAUM CRV.230MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BC616R	FORBICI DISS.NELSON-METZENBAUM CRV.250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	BC290R		DUROTIP FORBICI SIMS SM/SM CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BM022R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO-SEELEY	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM067R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM068R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 235MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	BM100R		DUROGRIP PORTAGHI WERTHEIM 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	BM101R		DUROGRIP PORTAGHI WERTHEIM 240MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	103-10220-201		PINZA BENGOLEA RET.245MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	103-10227-201		PINZA BENGOLEA CRV.1X2D.245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
4	AESULAP	BH227R		PINZA ARTERIE CRAFOORD MODIF.240MM	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BH229R		PINZA BENGOLEA CRV.245MM	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BJ080R	PINCE EMOST.OVERHOLT FINE #0 215MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BJ058R		PINCE EMOST.KANTROWITZ 245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	EO110R		PINZA A DENTI SCHROEDER 250MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	32-622-25		PINZA A DENTI SCHROEDER 250MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	52.44.25		PINZA A DENTI SCHROEDER 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	EO150R	PINZA SCHROEDER 1X2 DENTI RETTA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG506R	BACINELLA RENIFORME, 250 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	56-231-16		VASCHETTA DA LABORATORIO, 1,0 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

COMPLEMENTARE WERTHEIN

PESO 6 KG

S.O. GINECOLOGIA

KIT VAPORE

19					3	0	6	0	6	0	0	4	1	1	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCU LAP	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JK769		3/4-COPERCHIO VARIO, ARGENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JK756A		SOVRACOPERCHIO P/CONT.VARIO 3/4 ALLU BLU	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF253R	3/4 CESTELLO PERFORATO 406X253X76MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	KERNA	TQ 020-516-28		PINZA DI TUTTLE AD ANELLO, L.280MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BT604R		DIVARICATORE DI DEEVER, 300 X 38 MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BF118R		PINZA P.TAMPONI RAMPLEY 250MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	13-615-23		PINZA ISTERECTOMIA HEANEY 245MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BJ579R		PINZA CHIUSURA WERTHEIM-CULLEN 90;217MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BJ561R		PINZA PARAMETRIUM BURKE 250MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PILLING	24-2005		PROSTATECTOMY CLAMP, LEFT	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	PILLING	24-2006		PROSTATECTOMY CLAMP, RIGHT	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	52.50.75		PINZA PER AFFERRARE UTERO COLLIN	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	ULSS10	PR3001		SIMAL - PINZA ILO-RENALE, ATRAUMATICA, CURVA, L.230MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

ISTERECTOMIA 1

PESO 12,5 KG

S.O. GINECOLOGIA

KIT VAPORE

100					14	3	2	3	6	2	9	61	42	4	1	0	14
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK442	VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK486	1/1-COPERCHIO BASIS, BLU	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	JF224R		1/1 CESTELLO PERFORATO 540X253X106MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BB084R		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	01.28.14		MANICO P.BISTURI N.4L 213MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BB079R		MANICO BISTURI NO.3 INCLIN.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD051R	PINZETTA ANAT.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	NON PRESENTE	BD051R	PINZETTA ANAT.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 4000-25		PINZETTA P.MEDICAZ.ANAT.250MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MARTIN	12-100-25		PINZETTA P.MEDICAZ.ANAT.250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4100-16		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	BD549R		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD561R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	12-301-23		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD562R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	12-260-20		PINZA DISSEZIONE 1X2D. 200MM TC GOLD	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD760R		PINZETTA DISSEZIONE MOD.RUSSO 200MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BT021R		DIVARICATORE FARABEUF, GRANDE,SERIE DI 2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BT749R		VALVA DI REVERDIN, CM 285	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BT618R		DIVARICATORE ADDOMINALE DI MIKULICZ	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT552R	DIVARICAT. HARRINGTON, FLESS. 123X64 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	13-311-12		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH111R	PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	STILLE	10035-121		PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
2	STILLE	103-10037-121		PINZA MOSQUITO HALSTED CRV.1X2D.125MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
4	MEDICON	15.73.16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	1	0	0
2	AESULAP	BH166R		PINZA EMOST.CRILE RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MEDICON	15.72.16		PINZA EMOST.CRILE RET.160MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-410-16		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-382-18		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	AESULAP	BH644R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3010-18		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	1	0	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BH647R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	AESULAP	BJ325R		PINZA PERITONEO FAURE 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	KERNA	040-605-23		PINZA ISTERECTOMIA HOLZBACH 230MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BJ325R	PINZA PERITONEO FAURE 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	ZEPELIN	16177 GY		PINZA LEINZA MOLTO CURVA 240 MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	EA095R		PINZA ATR.ALLIS 7,0MM 200MM	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
2	STILLE	107-13120-21		PINZA INTESTINALE ALLIS DELICATA 210MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	AESULAP	EA062R		PINZA ATR.INTESTINALE 230MM	2	0	-2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	30-192-20		PINZA INTEST.BABCOCK 215MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF426R	PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2	AESULAP	BH451R		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.240MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH451R	PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.240MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	AESULAP	BH229R		PINZA BENGOLEA CRV.245MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BH203R		PINZA EMOST.HALSTED CRV.185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM101R	DUROGRIP PORTAGHI WERTHEIM 240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM100R	DUROGRIP PORTAGHI WERTHEIM 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM067R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	20-642-18		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	LEIBINGER	36-06518		DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BM078R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR 242MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC284R	DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	RUDOLF	RU 1263-17		DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	11-950-21		FORBICE LEXER 210MM TC GOLD	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BC265R		DUROTIP FORBICI DISS.METZB.CRV.200MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	11-943-23		DUROTIP FORBICI DISS.METZB.CRV.230MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BC290W		DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.200MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	MEDICON	52.46.25		PINZA SCHROEDER 1X2 DENTI RETTA	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MARTIN	32-618-26		PINZA A DENTI POZZI MM 255	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	HELJESTRAND	NON PRESENTE	EO110R	PINZA A DENTI SCHROEDER 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	16.51.97		PINCE EMOST.KANTROWITZ 274MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ZEPELIN	13011 GY		PINZA ATR.DE'BAKEY 235MM CURVA DOPPIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	3326-18		PINCE EMOST.GEMINI 180MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	AESULAP	BH652R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.260MM	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BH450R		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.240MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 3861-25		PINZA MAIER P.POLIPI C.CREM.CRV.265MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG506R	BACINELLA RENIFORME, 250 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	L & T	NON PRESENTE	JG524R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 1,0 LITRI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

ISTERECTOMIA 2

PESO 12,5 KG

S.O. GINECOLOGIA

KIT VAPORE

116					5	0	4	0	5	35	17	50	25	13	3	0	9
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK442	VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK486	1/1-COPERCHIO BASIS, BLU	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF212R	1/1 CESTELLO PERFORATO 485X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	01.28.04		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BB085R		MANICO P.BISTURI N.4L 213MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	ULSS10	PR3002		PORTALAMA PER BISTURI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BD051R		PINZETTA ANAT.200MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD052R		PINZETTA P.MEDICAZ.ANAT.250MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	06.00.25		PINZETTA P.MEDICAZ.ANAT.250MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	102-9040-25		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	STILLE	102-9060-17		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD561R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BD562R		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.250MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD760R		PINZETTA DISSEZIONE MOD.RUSSO 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4497-15		DIVARICATORE FARABEU F, GRANDE,SERIE DI 2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BT618R		DIVARICATORE ADDOMINALE DI MIKULICZ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BT553R		DIVARICAT. HARRINGTON-PEMBERTON, FLES.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BT749R		VALVA DI REVERDIN, CM 285	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	STILLE	103-10035-121		PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
2	STILLE	103-10037-121		PINZA MOSQUITO HALSTED CRV.1X2D.125MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BH111R		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BH167R		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
3	MEDICON	15.73.16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BH166R		PINZA EMOST.CRILE RET.160MM	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
4	RUDOLF	RU 3000-16		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-382-18		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	AESULAP	BH644R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3010-18		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STILLE	10207-161		PINZA EMOST. KOCHER CRV.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
2	MARTIN	13-383-16		PINZA EMOST.CRILE CRV.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0
2	AESULAP	BH647R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BJ501R	PINZA EISTERECTOMIA PHANEUF 205MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
3	AESULAP	BJ325R		PINZA PERITONEO FAURE 205MM	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BJ531R		ATR.PINZA ISTERECTOMIA HEANEY 220MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BJ509R		PINZA ISTERECTOMIA WERTHEIM 245MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	30-134-19		PINZA INTESTINALE ALLIS DELICATA MM190	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDICON	50.02.19		PINZA INTESTINALE ALLIS DELICATA MM190	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	BF122R		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	STILLE	107-13120-21		PINZA INTESTINALE ALLIS DELICATA MM190	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	19.50.24		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BF123R		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF123R	PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	107-12563		PINZA A DENTI COLLIN MORSI FENESTRATI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	HELJESTRAND	NON PRESENTE	EA042R	PINZA A DENTI COLLIN MORSI FENESTRATI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	STILLE	107-12370		PINZA INTEST.BABCOCK 215MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF426R	PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	CHIRBO	08893-16		PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	LEIBINGER	32-82059		PINZA ARTERIE CRAFOORD MODIF.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
2	AESULAP	BH451R		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.240MM	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3241-26		PINZA BENGOLEA CRV.245MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BH229R		PINZA BENGOLEA CRV.245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	24-408-23		PINZA DE'BAKEY PER DISSEZ.LEGAT.230MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	BM101R		DUROGRIP PORTAGHI WERTHEIM 240MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BM100R		DUROGRIP PORTAGHI WERTHEIM 200MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM066R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM067R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	10.18.73		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR 242MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1103-16		DUROTIP FORBICI MAYO CRV.170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	BC287R		DUROTIP FORBICI METZENBAUM CRV.230MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BC551R		DUROTIP FORBICI CRV.COME BJ551R	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1336-25		DUROTIP FORBICI NELSON-METZENBAUM 260MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC592R	FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	BC290W		DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.200MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BC275R		DUROTIP FORBICI METZENBAUM CRV.200MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC611R	FORBICI DISSEZ.NELSON-METZENBAUM 230MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	EO150R		PINZA SCHROEDER 1X2 DENTI RETTA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EO150R	PINZA SCHROEDER 1X2 DENTI RETTA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	AESULAP	EO110R		PINZA A DENTI SCHROEDER 250MM	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	EO222R	PINZA MUSEAUX 2X2 DENTI LEGG.RETTA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BJ058R		PINCE EMOST.KANTROWITZ 245MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-317-18		PINZA EMOST.HALSTED CRV.185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	BH650R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.240MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH650R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.240MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	SIMAL	NON PRESENTE	BH646R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 3000-22		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.225MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3861-25		PINZA MAIER P.POLIPI C.CREM.CRV.265MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BF058R		PINZA MAIER P.POLIPI C.CREM.RET.265MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	LAWTON	07-1134		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STIER	NON PRESENTE	JG524R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 1,0 LITRI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG506R	BACINELLA RENIFORME, 250 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

LAPAROSCOPIA 1

PESO 12,5 KG

S.O. GINECOLOGIA

KIT VAPORE

109					38	0	17	0	7	4	2	41	15	10	0	0	16
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	JK442		VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JK469		1/1-COPERCHIO VARIO, ARGENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JK456A		SOVRACOPERCHIO P/CONT.VARIO 1/1 ALLU BLU	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JF213R		1/1 CESTELLO PERFORATO 485X253X76MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	NON PRESENTE	BB073R	MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STIER	H106-10400		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STIER	H106-10402		MANICO P.BISTURI N.3L 211MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STILLE	102-9040-17		PINZETTA ANAT.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
3	MARTIN	12-100-25		PINZETTA P.MEDICAZ.ANAT.250MM	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BD559R		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD561R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD692R	PINZETTA DISS.MOD.STRASBOURG 1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MARTIN	12-302-25		PINZETTA DISSEZIONE 2X3D.250MM	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BD760R		PINZETTA DISSEZIONE MOD.RUSSO 200MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	EO010R		ISTEROMETRO DI SIMS GRADUATO D:4/330MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BT020R		DIVARICATORE FARABEUF, DOPPIO,SERIE DI 2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT021R	DIVARICATORE FARABEUF, GRANDE,SERIE DI 2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDICON	22.05.45		VALVA DI REVERDIN, CM 285	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BT618R		DIVARICATORE ADDOMINALE DI MIKULICZ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	15-603-03		DIVARICAT. ADDOMIN. EPATICO DI MIKULICZ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	15-603-02		DIVARICAT. ADDOMIN. EPATICO DI MIKULICZ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EL447R	SPECOLO VAGINALE KRISTELLER,110X30MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EL457R	DIVARICAT. VAGINALE KRISTELLER,115X26MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	MARTIN	30-190-20		PINZA INTEST.ATR.BABCOCK 215MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF426R	PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	BF426R		PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM037R	DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	BM037R		DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 250MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 6050-20		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	20-642-20		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM101R	DUROGRIP PORTAGHI WERTHEIM 240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 1261-17		FORBICI MAYO P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	11-931-17		DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC277R	DUROTIP FORBICI SOTTILE CRV.230MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	11-943-25		DUROTIP FORBICI NELSON-METZENBAUM 260MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	32-618-26		PINZA A DENTI POZZI MM 255	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	EO110R		PINZA A DENTI SCHROEDER 250MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	32-622-25		PINZA A DENTI SCHROEDER 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	32-682-24		PINZA SCHROEDER 1X2 DENTI RETTA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	16.51.97	PINCE EMOST.KANTROWITZ 274MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 3291-27		PINZA EMOST.OVERHOLT-GEISSEND.#4 272MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	13-414-24		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.240MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH648R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.225MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	BH210R		PINZA EMOST.HALSTED-MOSQ.RET.200MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	103-10220-201		PINZA BENGOLEA RET.245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 3861-25		PINZA MAIER P.POLIPI C.CREM.CRV.265MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH650R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	13-313-12		PINZA MOSQUITO HALSTED CRV.1X2D.125MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	103-10037-121		PINZA MOSQUITO HALSTED CRV.1X2D.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-312-12		PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-312-62		PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	13-375-16		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.160MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BH167R		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
3	MARTIN	13-410-16		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	16.10.16		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	BH176R		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 3010-18		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-384-16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3030-16		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH176R	PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	BH645R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.185MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3011-18		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.185MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3512-20		PINZA PERITONEO FAURE 205MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BJ326R	PINZA PERITONEO FAURE 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	AESULAP	EA095R		PINZA ATR.ALLIS 7,0MM 200MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MARTIN	14-352-25		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BF122R		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEDICON	16.37.23		PINZA EMOSTATIVA CALMART CURVA, L.230MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	13-391-20		PINZA BENGOLEA CRV.220MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BH203R		PINZA EMOST.HALSTED CRV.185MM	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 0490-35 B		CAVO MONOPOL.SPINA BANANA 4MM PRESA 5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	COOPER SURGICAL	UMH600		MANIPOLATORE UTERINO RUMI COOPER SURGICAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26775 UF		UNCINO MONOPOLARE D. 5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33121		IMPUGNATURA SENZA STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33310 ML		INSERTO PINZA MARYLAND 5/310MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33132		NUOVA IMPUGNATURA CON STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STORZ	33310 ON		INS.PINZA DA PRESA FINE FINES.5/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33132		NUOVA IMPUGNATURA CON STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	33310 ON		INS.PINZA DA PRESA FINE FINES.5/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33125		NUOVA IMPUGNATURA SENZA STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STORZ	34310 MS		INSERTO FORBICI MINIMETZENBAUM 5/310MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG524R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 1,0 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	JG524R		VASCHETTA DA LABORATORIO, 1,0 LITRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	56-673-25		BACINELLA RENIFORME, 250 MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

LAPAROSCOPIA OPERATIVA 1

S.O. GINECOLOGIA

PESO 12,5 KG

KIT VAPORE

108					20	1	48	0	1	6	1	31	12	7	2	0	10
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK442		VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AS MEDIZINTECHNIK	NON PRESENTE	JK486	1/1-COPERCHIO BASIS, BLU	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AS MEDIZINTECHNIK	NON PRESENTE	JK476A	SOVRACOPERCHIO P/CONT.BASE 1/1 ALLU BLU	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	10-130-04		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	KERNA	003-004-00		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	10-133-31		MANICO P.BISTURI N.3L 211MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	12-100-20		PINZETTA ANAT.200MM	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
3	MARTIN	12-100-25		PINZETTA P.MEDICAZ.ANAT.250MM	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	12-331-15		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	12-301-20		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	MARTIN	12-301-25		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.250MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	12-420-25		PINZETTA DISSEZIONE MOD.RUSSO 250MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EO010R	ISTEROMETRO DI SIMS GRADUATO D:4/330MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AS MEDIZINTECHNIK	16-071-28		VALVA DI REVERDIN, CM 285	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT020R	DIVARICATORE FARABEUF, DOPPIO,SERIE DI 2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	15-665-00		DIVARICATORE FARABEUF, GRANDE,SERIE DI 2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EL447R	SPECOLO VAGINALE KRISTELLER,110X30MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EL457R	DIVARICAT. VAGINALE KRISTELLER,115X26MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	15-607-26		DIVARICATORE ADDOMINALE DI MIKULICZ	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	15-581-02		DIVARICAT. HARRINGTON, FLESS. (B7552R) 400 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	MARTIN	13-391-26		PINZA BENGOLEA CRV.245MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	30-540-23		PINZA ATR.INTESTINALE 230MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	13-391-20		PINZA BENGOLEA CRV.220MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	30-192-20		PINZA INTEST.BABCOCK 215MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	13-921-16		PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM037R	DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	BM042R		DUROGRIP PORTAGHI WANGENSTEEN 275MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	20-659-24		DUROGRIP PORTAGHI WERTHEIM 240MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 051-080-20		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	20-642-18		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	11-914-25		DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.260MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BC277R		DUROTIP FORBICI SOTTILE CRV.230MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1261-17		FORBICI MAYO P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC579R	FORBICI DISSEZ.MAYO-STILLE CRV.170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCLAP	EO110R		PINZA A DENTI SCHROEDER 250MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	32-618-26		PINZA A DENTI POZZI MM 255	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0
1	MARTIN	32-682-24		PINZA SCHROEDER 1X2 DENTI RETTA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-487-24		PINCE EMOSTATICA 245MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BJ055R	PINCE EMOST.MIXTER 228MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
4	MARTIN	13-414-24		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.240MM	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	BH111R		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	GEOMED	AI 091-12		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED CRV.125MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH111R	PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	LEIBINGER	32-01016		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED RET.125MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	MARTIN	13-375-16		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.160MM	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH166R	PINZA EMOST.CRILE RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
3	MARTIN	13-410-16		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	MARTIN	13-415-20		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.200MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-414-16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3010-16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	15.72.66		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	STILLE	103-10205-161		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	AESCLAP	BH644R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-719-23		PINZA ISTERECTOMIA WERTHEIM 235MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-753-20		PINZA PERITONEO FAURE 205MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	30-136-20		PINZA ATR.ALLIS 7,0MM 200MM	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MARTIN	14-352-25		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	13-411-26		PINZA EMOSTATICA PEAN CRV.260MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	13-410-24		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.240MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	14-222-27		PINZA MAIER P.POLIPI C.CREM.RET.265MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3850-25		PINZA MAIER P.POLIPI C.CREM.RET.265MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 0490-35 B		CAVO MONOPOL.SPINA BANANA 4MM PRESA 5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26775 UF		UNCINO MONOPOLARE D. 5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33132		NUOVA IMPUGNATURA CON STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33310 ON		INS.PINZA DA PRESA FINE FINES.5/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33132		NUOVA IMPUGNATURA CON STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33310 ON		INS.PINZA DA PRESA FINE FINES.5/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33121		IMPUGNATURA SENZA STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	34310 MS		INSERTO FORBICI MINIMETZENBAUM 5/310MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	WOLF	8393.0003		NUOVA IMPUGNATURA SENZA STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	WOLF	8393.911		SHEATH TUBE 310 MM, INSULATED	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	WOLF	8393.281		INSERTO PINZA MARYLAND 5/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG513R	BICCHIERE GRADUATO P.MEDICINE, 30CCM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG524R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 1,0 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	CBM	NON PRESENTE	JG506R	BACINELLA RENIFORME, 250 MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

MORCELLATORE 1

PESO 6,5 KG

S.O. GINECOLOGIA

KIT VAPORE

25					23	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	JK440		VASCHETTA PER CONTAINER 1/1 ALTEZZA:90MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JK489		1/1-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JK479A		SOVRACOPERCHIO P/CONT.BASE 1/1 ALLU ARG.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26713030		MOTORE AD ALBERO CAVO, PER LAMA ROTOCUT	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26713051		TROCAR PUNTA OBLIQUA 12 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26713050		LAMA PER MORCELLATORE 15MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26713040		LAMA ROTOCUT	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26713151		TROCAR CON PUNTA OBLIQUA D. 15MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26713150		LAMA PER MORCELLATORE 15MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26713140		OTTURATORE CON PUNTA CONICA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26713053		VALVOLA ROSSA 12 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26713153		VALVOLA MOTORE NERA, 15 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26713436		IMPUGNATURA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	STORZ	26713034		VALVOLA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	STORZ	26713038		PIASTRA DISTALE	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33132		NUOVA IMPUGNATURA CON STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33590		TUBO ESTERNO 10/10MM,PSTRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33510 UM		PINZA PER MIOMA AD UNCINO DIAM. 12MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33132		NUOVA IMPUGNATURA CON STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33550		TUBO ESTERNO 10/10MM,PSTRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33510 UM		PINZA PER MIOMA AD UNCINO DIAM. 12MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

OTTICA 0° 10MM 1

S.O. GINECOLOGIA

PESO 1 KG

KIT VAPORE

2					2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STERISAFE	E42		CONTAINER PORTA OTTICHE CON COPERCHIO, 430X110X70 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26003 AA		OTTICA GRANDANG.D: 10 MM, 0 GRADI,330 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

OTTICA 0° 10MM 2

PESO 1 KG

S.O. GINECOLOGIA

KIT VAPORE

2					2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STERISAFE	E42		CONTAINER PORTA OTTICHE CON COPERCHIO, 430X110X70 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26003 AA		OTTICA GRANDANG.D: 10 MM, 0 GRADI,330 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

OTTICA 12° 4MM 1

S.O. GINECOLOGIA

PESO 1 KG

KIT VAPORE

3					2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STERISAFE	E42		CONTAINER PORTA OTTICHE CON COPERCHIO, 430X110X70 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27005 FA		OTTICA GRANDANG.D: 4,0MM,12 GRADI,300 MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	723750 E		PROTECTION TUBE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

OTTICA 12° 4MM 2

S.O. GINECOLOGIA

PESO 1 KG

KIT VAPORE

3					2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STERISAFE	E42		CONTAINER PORTA OTTICHE CON COPERCHIO, 430X110X70 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27005 FA		OTTICA GRANDANG.D: 4,0MM,12 GRADI,300 MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	723750 E		PROTECTION TUBE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

OTTICA 12° 4MM 3

PESO 1 KG

S.O. GINECOLOGIA

KIT VAPORE

3					2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STERISAFE	E42		CONTAINER PORTA OTTICHE CON COPERCHIO, 430X110X70 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27005 FA		OTTICA GRANDANG.D: 4,0MM,12 GRADI,300 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	723750 E		PROTECTION TUBE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

OTTICA + CAMICIA 1

S.O. GINECOLOGIA

PESO 1 KG

KIT VAPORE

4					2	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STERISAFE	E42		CONTAINER PORTA OTTICHE CON COPERCHIO, 430X110X70 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	COMEG	165 293 002		OTTICA GRANDANG.D: 2,9MM,30 GRADI,303 MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	723750 E		PROTECTION TUBE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26161 CE		STRUMENTO OPERATIVO PER ISTEROSCOPIO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

OTTICHE + CAMICIE 1

S.O. GINECOLOGIA

PESO 1 KG

KIT VAPORE

13					3	0	3	0	1	0	0	6	3	2	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR3019		CONTAINER CON COPERCHIO, DOPPIO FILTRO, 415X180X70 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
3	STORZ	26161 CE		STRUMENTO OPERATIVO PER ISTEROSCOPIO	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
1	STORZ	26161 VS		CAMICIA DIAGNOSTICA, D.4,1MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26120 BA		OTTICA GRANDANG.D: 2,9MM,30 GRADI,303 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	723750 E		PROTECTION TUBE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26120 BA		OTTICA GRANDANG.D: 2,9MM,30 GRADI,303 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	723750 E		PROTECTION TUBE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STORZ	27020 BA		OTTICA HOPKINS II 30°	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	723750 E		PROTECTION TUBE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STORZ	27020 BA		OTTICA HOPKINS II 30°	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	723750 E		PROTECTION TUBE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

2 FORBICI

S.O. GINECOLOGIA

PESO 0,1 KG

SET VAPORE

2					0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	BC552R		DUROTIP FORBICI CRV.COME BJ552R	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	11-945-23		FORBICE METZENBAUM THOREK 230MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

2 BENGOLEE

S.O. GINECOLOGIA

PESO 0,1 KG

SET VAPORE

2					0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	BH229R		PINZA BENGOLEA CRV.245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3253-24/01		PINCE EMOST.OVERHOLT FINE #6 225MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

2 FAURE

PESO 0,1 KG

S.O. GINECOLOGIA

SET VAPORE

2					1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	KERNA	TQ 040-723-20		PINZA PERITONEO FAURE 205MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HERZBERG	NON PRESENTE	BJ501R	PINZA EISTERECTOMIA PHANEUF 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

MANIPOLATORE UTERINO 1

S.O. GINECOLOGIA

PESO 2 KG

SET ETO

16					12	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF212R	1/1 CESTELLO PERFORATO 485X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STORZ	26168 KA		IMPUGNATURA A "T", MANIPOLATORE UTERINO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26168 KB		ASTA DEL MANIPOLATORE UTERINO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26168 KE		CAMPANA PER CERVICE PICCOLA, 32X38MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26168 KC		CAMPANA PER CERVICE GRANDE, 32X47MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26168 KD		CAMPANA PER CERVICE MEDIA, 32X40MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26168 KG		ATTACCO A SPIRALE PICCOLO, D. 15MM, MANIPOLATORE UTE.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26168 KF		ATTACCO A SPIRALE GRANDE, D. 20MM, MANIPOLATORE UTE.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26168 KH		INSERTO 40MM, MANIPOLATORE UTE.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26168 KS		INSERTO 60MM, MANIPOLATORE UTE.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26168 KM		INSERTO 80MM, MANIOLATORE UTE.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26168 KL		INSERTO 100MM, MANIPOLATORE UTE.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26168 KR		CHIAVE PER ATTACCO A SPIRALE, MANIPOLATORE UTE.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	COOPER SURGICAL	KCP-30		COPPETTA BLU PICCOLA D.30MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	COOPER SURGICAL	KCP-35		COPPETTA BLU PICCOLA D.35MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	COOPER SURGICAL	KCP-40		COPPETTA BLU PICCOLA D.40MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

MANIPOLATORE UTERINO 2

S.O. GINECOLOGIA

PESO 2 KG

SET ETO

5					4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF212R	1/1 CESTELLO PERFORATO 485X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RZ MEDIZINTECHNIK	350-660-101		MANIPOLATORE UTERINO SOLO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RZ MEDIZINTECHNIK	350-660-114		INSERTO Sonda per Manipolatore Uterino D.3 L.55mm	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RZ MEDIZINTECHNIK	350-660-115		INSERTO Sonda per Manipolatore Uterino D.3,2 L.34mm	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RZ MEDIZINTECHNIK	350-660-116		INSERTO Sonda per Manipolatore Uterino D.3,2 L.45	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PORTAGHI GINE 1

S.O. GINECOLOGIA

PESO 2 KG

SET ETO

5					1	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF212R	1/1 CESTELLO PERFORATO 485X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STORZ	26596 SK		SPINGINODO KOCKERLING, D.5 L.360MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26173 KL		DUROGRIP-PORTAGHI,CUR.A SINIS.,D:5/310MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26173 KC		DUROGRIP PORTAGHI CURVO DX D:5/310MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26173 SC		DUROGRIP-PORTAGHI,RETTO,D:5/310MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

DIVARICATORE CESAREO BALFOUR 1

PESO 0,5 KG

S.O. GINECOLOGIA

SET ETO

1					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	15-852-00		DIVARICATORE ADDOMINALE DI BALFOUR	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

DIVARICATORE CESAREO COLLIN 1

PESO 1 KG

S.O. GINECOLOGIA

SET ETO

3					2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCU LAP	BV524R		RETRATTORE SOLO DIVARIC.ADDOM.BV535/536	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BV555R		VALVE LATERALI,PAIO,48X59MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CROMA	CRM 07.04.038		VALVA CENTRALE PER DIVARICATORE AUTOSTATICO ADDOMINALE, 73X73 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

MAZZETTO GINECOLOGIA 1

S.O. GINECOLOGIA

PESO 2,5 KG

SET ETO

25					7	2	1	0	0	0	2	13	3	4	1	0	5
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF253R	3/4 CESTELLO PERFORATO 406X253X76MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	06.01.18		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 180MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	12-100-25		PINZETTA P.MEDICAZ.ANAT.250MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4102-14		PINZETTA DISSEZIONE 2X3D.145MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JAKOBI	14 0600		PINZETTA DISSEZIONE WAUGH 1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	MARTIN	12-302-25		PINZETTA DISSEZIONE 2X3D.250MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF123R	PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC925R	SUPERCUT FORBICI MAYO CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BC607R	FORBICI DISS.METZENBAUM CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1336-25		DUROTIP FORBICI NELSON-METZENBAUM 260MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM066R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM100R	DUROGRIP PORTAGHI WERTHEIM 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	BM101R		DUROGRIP PORTAGHI WERTHEIM 240MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH111R	PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	13-375-13		PINZA EMOSTATICHE PEAN CRV.130MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3071-16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH167R	PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	BH166R		PINZA EMOST.CRILE RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	13-374-16		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BH229R		PINZA BENGOLEA CRV.245MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH812R	PINZA EMOSTATICA ROBERTS RET.250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	103-10037-121		PINZA MOSQUITO HALSTED CRV.1X2D.125MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-313-12		PINZA MOSQUITO HALSTED CRV.1X2D.125MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STILLE	103-10205-161		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3010-18		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

MAZZETTO GINECOLOGIA 2

S.O. GINECOLOGIA

PESO 1 KG

SET ETO

22					5	1	0	0	0	1	6	9	4	2	1	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	KERNA	TQ 020-002-20		PINZETTA ANAT.200MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD051R	PINZETTA ANAT.200MM	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1
1	STILLE	102-9060-17		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	102-9060-20		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.200MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BD562R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.250MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	14-352-25		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF123R	PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1263-17		DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1261-17		FORBICI MAYO P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC607R	FORBICI DISS.METZENBAUM CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM067R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDICON	10.37.74		DUROGRIP PORTAGHI WERTHEIM 240MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM100R	DUROGRIP PORTAGHI WERTHEIM 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	MARTIN	13-322-10		PINZA MOSQUITO 1X2D.RET.100MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	13-323-10		PINZA MOSQUITO 1X2D.CRV.100MM	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
1	AESCLAP	BH166R		PINZA EMOST.CRILE RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-374-16		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3071-16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GEOMED	AI 331-16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

VALVE VAGINALI 1

PESO 1,5 KG

S.O. GINECOLOGIA

SET ETO

6					0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	AESCULAP	EL708R		SPECOLO VAGINALE DI BREISKY,100X40MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCULAP	EL704R		SPECOLO VAGINALE DI BREISKY,100X25MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	EL697R		SPECOLO VAGINALE DI BREISKY,130X35MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	32-324-30		SPECOLO VAGINALE DI BREISKY,130X30MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

DILATATORI 1
PESO 1 KG

S.O. GINECOLOGIA
SET ETO

26					17	6	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	KERNA	TQ 180-350-03		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	REDA	71415-03		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 3,5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EM104R		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EM134R		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 4,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 7100-05		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 180-351-05		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 5,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EM106R		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EM136R		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 6,5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EM107R		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 180-351-07		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 7,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 7100-08		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EM138R		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 8,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 180-350-09		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 180-351-09		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 9,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 7100-10		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EM140R		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE MM 10,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 7100-11		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EM141R		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE MM 11,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EM112R		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 12	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EM142R		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE MM 12,5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EM113R		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 13	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 180-350-13		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM114R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	RUDOLF	RU 7100-15		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 7100-16		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 7100-17		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

DILATATORI SOTTILI 1

PESO 0,1 KG

S.O. GINECOLOGIA

SET ETO

3					2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM101R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	REDA	71410-02		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	REDA	71415-01		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 1,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

DILATATORI PICCOLI 1

PESO 0,1 KG

S.O. GINECOLOGIA

SET ETO

4					3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM102R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	EM133R		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 3,5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 180-351.03		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 3,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 7100-04		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

2 PINZE AD ANELLI

S.O. GINECOLOGIA

PESO 0,1 KG

SET ETO

2					0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCULAP	BF123R		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF123R	PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

2 PINZE DA COLLO

S.O. GINECOLOGIA

PESO 0,1 KG

SET ETO

2					0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	AESCLAP	EO108R		PINZA A DENTI BRAUN 250MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

2 PINZE HEANEY

S.O. GINECOLOGIA

PESO 0,1 KG

SET ETO

2					0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	AESCLAP	BJ531R		ATR.PINZA ISTERECTOMIA HEANEY 220MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

FORCIPE 1

S.O. GINECOLOGIA

PESO 0,1 KG

SET ETO

1					0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	ET205R	FORCIPE NAEGELE 355MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PORTAGHI LAPARO 1

PESO 0,1 KG

S.O. GINECOLOGIA

SET ETO

2					2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	26173 KL		DUROGRIP-PORTAGHI,CUR.A SINIS.,D:5/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26173 KC		DUROGRIP PORTAGHI CURVO DX D:5/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PINZE LAPARO 1

S.O. GINECOLOGIA

PESO 0,1 KG

SET ETO

6					5	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33122		IMPUGNATURA CON STOP MANHES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33310 ME		INSERTO PINZA PRESA DENTI LONGIT.5/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33122		IMPUGNATURA CON STOP MANHES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STORZ	33310 G		INSERTO PINZA PRESA 2X4DENTI 5/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PINZE LAPARO 2

S.O. GINECOLOGIA

PESO 0,1 KG

SET ETO

6					4	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33122		IMPUGNATURA CON STOP MANHES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STORZ	33310 ME		INSERTO PINZA PRESA DENTI LONGIT.5/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33132		NUOVA IMPUGNATURA CON STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33310 G		INSERTO PINZA PRESA 2X4DENTI 5/310MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

SET ASPIRAZIONE/IRRIGAZIONE 1

S.O. GINECOLOGIA

PESO 0,1 KG

SET ETO

3					1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	GIMMI	T.0044.02		IMPUGNATURA PER ASPIRAZIONE/IRRIGAZIONE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 0361-48/630		CANNULA PER ASPIRAZIONE/IRRIGAZIONE GRADUATA, D.9,5 L.340MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GIMMI	T.0044.05		CANNULA PER ASPIRAZIONE/IRRIGAZIONE GRADUATA, D.5 L.340MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

ISTEROSCOPIA OPERATIVA 1

PESO 1 KG

S.O. GINECOLOGIA

PACCO VAPORE

10					8	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF253R	3/4 CESTELLO PERFORATO 406X253X76MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STORZ	27050 E		RESETTORE MOVIMENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 SL		CAMICIA PER RESETTORE 8MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27040 OC		MANDRINO 240MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	27050 XA	CAMICIA PER RESETTORE 5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 J		UNCINO RETTO "CALDO"	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 NK		ELETTRODO A PALLINA 5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 G		ELETTRODO A CAPPIO A 90 24 CH.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 L		UNCINO CURVO "CALDO"	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	277		CAVO MONOPOLARE PER RESETTORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

ISTEROSCOPIA OPERATIVA 2

PESO 1 KG

S.O. GINECOLOGIA

PACCO VAPORE

9					8	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG112R	PANIERE ¢ F.SENZA PIEDINI 243X253X44MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	STORZ	27050 E		RESETTORE MOVIMENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 SL		CAMICIA PER RESETTORE 8MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 XA		CAMICIA PER RESETTORE 5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 J		UNCINO RETTO "CALDO"	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 G		ELETTRODO A CAPPIO A 90 24 CH.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 L		UNCINO CURVO "CALDO"	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 NK		ELETTRODO A PALLINA 5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	277		CAVO MONOPOLARE PER RESETTORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

RCU COMPLETO 1

PESO 3,5 KG

S.O. GINECOLOGIA

PACCO VAPORE

37					6	1	9	0	2	2	2	15	1	4	0	0	10
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF212R	1/1 CESTELLO PERFORATO 485X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	12-100-23		PINZETTA P.MEDICAZ.ANAT.250MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BF112R		PINZA PORT.TAMP.FOERSTER-BALLENGER 180MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3896-25		PINZA P.TAMPONI RAMPLEY 250MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2026		RUDOLF: PINZA P.POLIP I UTERINI BONNEY CURVO 250MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BH229R		PINZA BENGOLEA CRV.245MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	32-618-26		PINZA A DENTI POZZI MM 255	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
1	AESCU LAP	ER320R		CURET.UTER.RECAMIER SM/RIG.#0 7,5MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	ER321R		CURET.UTER.RECAMIER SM/RIG.#1 8,5MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	32-920-09		CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#1 8,5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	ER223R	CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#3 12,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 7322-05		CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#00 4,5MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EO010R	ISTEROMETRO DI SIMS GRADUATO D:4/330MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EL427R	SERIE DI SPECOLI KRISTELLER, 110 X 30 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 180-350-04		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 180-351-04		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 4,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ -180-350-05		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ -180-351-05		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 5,5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM106R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	KERNA	TQ -180-351-06		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 6,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ -180-350-07		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ -180-351-07		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 7,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	KERNA	TQ -180-350-08		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ -180-351-08		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 8,5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM109R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	KERNA	TQ -180-351-09		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 9,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ -180-350-10		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	EM140R		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE MM 10,5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM111R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	EM141R		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE MM 11,5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM112R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM142R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE MM 12,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 7100-13		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 13	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM143R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE MM 13,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM114R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

RCU COMPLETO 2

PESO 3,5 KG

S.O. GINECOLOGIA

PACCO VAPORE

35					7	5	5	0	1	2	1	14	0	4	0	0	10
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF212R	1/1 CESTELLO PERFORATO 485X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 4000-25		PINZETTA P.MEDICAZ.ANAT.250MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MDE	106-0215-260		PINZA POLIPI E MEDICAZ GROSS RET.200MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	107-12486		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	14-352-25		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	52.44.25		PINZA A DENTI SCHROEDER 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	32-622-25		PINZA A DENTI SCHROEDER 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	ER320R		CURET.UTER.RECAMIER SM/RIG.#0 7,5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	ER321R		CURET.UTER.RECAMIER SM/RIG.#1 8,5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	ER222R	CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#2 10,5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	ER222R	CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#2 10,5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	ER223R	CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#3 12,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	EO010R		ISTEROMETRO DI SIMS GRADUATO D:4/330MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EL428R	SERIE DI SPECOLI KRISTELLER, 110 X 36 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	EM133R		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 3,5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 180-351-04		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 4,5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM105R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	KERNA	TQ 180-351-05		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 5,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM106R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	KERNA	TQ 180-351-06		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 6,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM107R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	EM137R		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 7,5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 180-350-08		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	KERNA	TQ 180-351-08		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 8,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM109R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	EM139R		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 9,5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	EM110R		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	EM140R		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE MM 10,5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	EM111R		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 180-351-11		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE MM 11,5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 180-350-12		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 180-351-12		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE MM 12,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 180-350-13		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	EM143R		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE MM 13,5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

RCU COMPLETO 3

PESO 3,5 KG

S.O. GINECOLOGIA

PACCO VAPORE

37					14	0	4	0	3	0	0	16	6	1	0	0	9
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF212R	1/1 CESTELLO PERFORATO 485X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	KERNA	TQ 020-008-25		PINZETTA P.MEDICAZ.ANAT.250MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 7160-25		PINZA A DENTI SCHROEDER 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 7165-26		PINZA A DENTI POZZI MM 255	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	14-370-25		PINZA P.TAMPONI RAMPLEY 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2026		RUDOLF: PINZA P.POLIPI UTERINI BONNEY CURVO 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	14-352-25		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	32-920-05		CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#00 4,5MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	ER321R		CURET.UTER.RECAMIER SM/RIG.#1 8,5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	ER322R		CURET.UTER.RECAMIER SM/RIG.#2 10,5MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	ER403R	CURETTA UTERINA SIMS TAGL.RIGIDA #3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	ER223R	CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#3 12,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EO010R		ISTEROMETRO DI SIMS GRADUATO D:4/330MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BH229R		PINZA BENGOLEA CRV.245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EL427R	SERIE DI SPECOLI KRISTELLER, 110 X 30 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 180-350-04		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM134R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 4,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	KERNA	TQ -180-350-05		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 180-351-05		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 5,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM106R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	EM136R		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 6,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 180-350-07		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	KERNA	TQ 180-351-07		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 7,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	EM108R		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 180-351-08		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 8,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	EM109R		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 180-351-09		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 9,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM110R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	KERNA	TQ 180-351-10		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE MM 10,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM111R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	KERNA	TQ 180-351-11		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE MM 11,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 180-350-12		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM142R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE MM 12,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	KERNA	TQ 180-350-13		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 180-351-13		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE MM 13,5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 180-350-14		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

RCU COMPLETO 4
PESO 3,5 KG

S.O. GINECOLOGIA**PACCO VAPORE**

37					8	2	3	0	6	3	3	12	0	2	0	0	10
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF212R	1/1 CESTELLO PERFORATO 485X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	KERNA	TQ 020-008-25		PINZETTA P.MEDICAZ.ANAT.250MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BH229R		PINZA BENGOLEA CRV.245MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EO110R		PINZA A DENTI SCHROEDER 250MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	EO110R	PINZA A DENTI SCHROEDER 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF123R	PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	BF122R		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2026		RUDOLF: PINZA P.POLIPI UTERINI BONNEY CURVO 250MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	ER320R		CURET.UTER.RECAMIER SM/RIG.#0 7,5MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	ER321R		CURET.UTER.RECAMIER SM/RIG.#1 8,5MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	ER322R		CURET.UTER.RECAMIER SM/RIG.#2 10,5MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	ER323R		CURET.UTER.RECAMIER SM/RIG.#3 12,0MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	ER324R		CURET.UTER.RECAMIER SM/RIG.#4 14,0MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EO010R	ISTEROMETRO DI SIMS GRADUATO D:4/330MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EL428R	SERIE DI SPECOLI KRISTELLER, 110 X 36 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EM133R		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 3,5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EM104R		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 180-351-04		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 4,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 180-350-05		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM135R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 5,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM106R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM136R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 6,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM107R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	EM137R		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 7,5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	EM108R		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 180-351-08		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 8,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 7100-09		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 180-351-09		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 9,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 180-350-10		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM140R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE MM 10,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	EM111R		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 11	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 180-351-11		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE MM 11,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM112R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	EM142R		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE MM 12,5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 180-350-13		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 13	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 180-351-13		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE MM 13,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

RCU COMPLETO 5

PESO 3,5 KG

S.O. GINECOLOGIA

PACCO VAPORE

37					12	3	1	0	0	4	1	16	2	3	0	0	11
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG212R	PANIERE 1/1 F.SENZA PIEDINI 485X253X44MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	KERNA	TQ 020-008-25		PINZETTA P.MEDICAZ.ANAT.250MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 7160-25		PINZA A DENTI SCHROEDER 250MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BH227R		PINZA ARTERIE CRAFOORD MODIF.240MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF046R	PINZA POLIPI E MEDICAZ GROSS RET.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	14-352-25		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2026		RUDOLF: PINZA P.POLIPI UTERINI BONNEY CURVO 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	32-920-05		CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#00 4,5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	ER223R	CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#3 12,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	32-920-09		CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#1 8,5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	ER404R	CURETTA UTERINA SIMS TAGL.RIGIDA #4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	ER401R	CURETTA UTERINA SIMS TAGL.RIGIDA #1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	EO010R		ISTEROMETRO DI SIMS GRADUATO D:4/330MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EL428R	SERIE DI SPECOLI KRISTELLER, 110 X 36 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 180-350-04		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM134R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 4,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	EM105R		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM135R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 5,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 7100-06		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 180-351-06		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 6,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 180-350-07		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 180-351-07		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 7,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM108R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM138R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 8,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	KERNA	TQ 180-350-09		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	EM139R		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 9,5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 180-350-10		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 180-351-10		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE MM 10,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM111R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	KERNA	TQ 180-351-11		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE MM 11,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 180-350-12		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	EM142R		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE MM 12,5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM113R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 13	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	KERNA	TQ 180-351-13		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE MM 13,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 180-350-14		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 14	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

RCU COMPLETO 6

PESO 3,5 KG

S.O. GINECOLOGIA

PACCO VAPORE

40					8	4	2	0	2	1	1	22	0	5	0	0	17
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG212R	PANIERE 1/1 F.SENZA PIEDINI 485X253X44MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	BD052R		PINZETTA P.MEDICAZ.ANAT.250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	BH229R		PINZA BENGOLEA CRV.245MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	ET301R		PINZA PER ABORTO WINTER RETTA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	EO110R		PINZA A DENTI SCHROEDER 250MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 7165-26		PINZA A DENTI POZZI MM 255	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	EO342R		PINZA P.POLIPI UTERINI BONNEY 240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	14-352-25		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BF118R		PINZA P.TAMPONI RAMPLEY 250MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	ER220R	CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#0 7,5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	ER221R		CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#1 8,5MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	ER221R	CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#1 8,5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	ER323R		CURET.UTER.RECAMIER SM/RIG.#3 12,0MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	ER324R		CURET.UTER.RECAMIER SM/RIG.#4 14,0MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EO010R		ISTEROMETRO DI SIMS GRADUATO D:4/330MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EL428R	SERIE DI SPECOLI KRISTELLER, 110 X 36 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM132R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 2,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM103R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM133R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 3,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	EM104R		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 180-350-05		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM135R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 5,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	KERNA	TQ 180-350-06		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	EM136R		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 6,5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM107R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM137R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 7,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM108R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	EM138R		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 8,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	EM109R		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	EM139R		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 9,5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM110R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	KERNA	TQ 180-351-10		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE MM 10,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM111R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM141R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE MM 11,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM112R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	EM142R		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE MM 12,5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM113R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 13	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	KERNA	TQ 180-351-13		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE MM 13,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 180-350-14		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

SPECIALITA'	CODICE CDC
S.O. O.R.L.	410802

Q.TA'	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1496	263	98	110	9	61	57	132	766	450	136	6	2	172

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

ADENOTONSILLE 2

PESO 4,5 KG

S.O. O.R.L.

KIT VAPORE

30					0	0	3	0	3	3	1	20	8	7	0	0	5
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	Aesculap	JK342		VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	JK369		1/2-COPERCHIO VARIO, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	JK358A		SOVRACOPERCHIO P/CONT.VARIO 1/2 ALLU ORO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF112R	1/2 CESTELLO PERFORATO 243X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	10-130-03		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4850-31		MANICO P.BISTURI N.3L 211MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4060-20		PINZETTA P.DISSEZIONE BROPHY 200MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	38-222-10		STAFFA SOLA, PER OM 100	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	38-222-03		ABASSA-LINGUA SOLO MC'IVOR 25X55MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	38-222-02		ABASSA-LINGUA SOLO MC'IVOR 25X62MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	38-222-01		ABASSA-LINGUA SOLO MC'IVOR 25X75MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	39-289-23		SEPARATORE E SCOLLATORE DI HENKE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	ULSS10	PR4025		SCOLLATORE DOPPIO SMUSSO L.210MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 6147-23		FORCHETTA P.NODI IN PROFONDITA 230MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OM453R	COLTELLO BECKMANN PER VEG.ADENOIDI,FIG.3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	37-756-02		COLTELLO VEGETAZ.ADENOIDI NEGUS #1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OM473R	COLTELLO DI BARNHILL PER VEG.ADENOIDI #3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	72.40.21		PINZA DI BLOHMKE P.AFFER.LE TONSILLE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1331-18		FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC592R	FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BH145R	PINZA EMOST.CRILE CRV.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	RUDOLF	RU 6054-18		DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 180MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NOPA	AA311/20		PINZA BENGOLEA CRV.220MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BH216R		PINZA EMOST.HEISS RET.1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	19.55.24		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	09.78.54	SIRINGA A TRE ANELLI P.ANESTES,10 ML,LL	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	09.77.98	AGO CON ATTACCO LUER LOCK 0,9MMX125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	JG522R		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

FERRI NUOVI DOTT. SCHIESARI (7G.)

PESO 6 KG

S.O. O.R.L.

KIT VAPORE

11					5	0	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JN440	VASCHETTA P.CONT.1/1 PERF.ALTEZZA:90MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK489	1/1-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STORZ	8793 GHZ		PINZA DA PRESA HAVAS RETTA GANASCIA TRIANGOLARE 250MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STORZ	550000		IMPUGNATURA IN METALLO	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	8793 AZ		PINZA DA PRESA HAVAS RETTA 250MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	8791 AZ		PINZA HAVAS GANASCIA A CUCCHIAIO D.2MM RETTA 250MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	8794 AZ		FORBICE HAVAS RETTA 250MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	8594 A		MICRO-FORBICE P.LARINGE,RETTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	8594 C		MICRO-FORBICE P.LARINGE, DESTRA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	8594 D		MICRO-FORBICE P.LARINGE,SINISTRA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STORZ	456509 B		RHINOFORCE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	651010		RHINOFORCE FORCEPS 12CM 3MM UPWARD	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GYRUS	326200		FORBICE NASALE LAMA INF. FISSA L.OP. 130MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	459040		RHINOFORCE PARSON PUNCH	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	452831		RHINOFORCE II	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	452832		RHINOFORCE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	456001		PINZA P.ETMOIDE DI WEIL-BLAKESLEY,3,6MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	451000 B		RHINOFORCE GRUENWALD RETTO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	451500 B		RHINOFORCE BLAKESLEY 45°	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GYRUS	326801		PINZA DI WEIL RETTA MORSO 2MM L.OP. 125MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GYRUS	326803		PINZA DI WEIL CURVA DA FRONTALE MORSO 2MM L.OP.125MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OP152R	MANICO UNIVERSALE HUBER 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	OK705R		PINZA TAGLIENTE DI OSTROM,PER OP150-152	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RICHARDS	23-0730		PINZA DI GRUNVALD 4,8MM L.OP.110MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GYRUS	515510		PINZA DI WEILS CURVA ROTANTE L.OP.110MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RICHARDS	7023-0712		FORBICE LAMA INF. FISSA L.OP.100MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RICHARDS	23-0868		PINZA DI WEIL-BLAKESLEY ANG ALTO 45° MORSO 2MM L.OP.115MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RICHARDS	76510555		PINZA TAGLIENTE RETTA D. 3,5MM L.OP.190MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GYRUS	334965		PINZA TAGLIENTE ANGOLATA ALTO D.3,5MM L.OP. 190MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	452023		PINZA BASKET RETTA L.OP120MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	BEAVER	1310		MANICO SOLO RASCH./CURETTE L.100MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	BEAVER	5910		LAMA DA BISTURI 3X1MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG521R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,063 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	56-231-11		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	REDA	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	BH166R	PINZA EMOST.CRILE RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	11-181-17		FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BF452R		PINZA P.TELO E TESSUTO 195MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	723005 A		SINUSKOPIE TROCAR, D: 5 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STORZ	449203		NASAL SCISSORS,WORK.L.130MM,LEFT CURVED	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	449202		NASAL SCISSORS,WORK.L.130MM,RIGHT CURVED	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	RICHARDS	23-0576		NASAL SCISSORS,WORK.LENG.130MM,STRAIGHT	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	GYRUS	334965		PINZA TAGLIENTE ANGOLATA ALTO D.3,5MM L.OP. 190MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	GYRUS	334735		PINZA A MORSO CIRCOLARE STAMMBERGER D. 4,5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FF513R		RONGEUR DI CASPAR, 3,0MM,140MM,ANGOL.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FF503R		RONGEUR DI CASPAR,3MM,STELO 140MM,RETTO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FF523R		RONGEUR DI CASPAR, 3,0MM,140MM,ANGOL.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	456001		PINZA P.ETMOIDE DI WEIL-BLAKESLEY,3,6MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	FISCHER	131 707/1		PINZA PER ETMOIDE CURVA A DX	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	FISCHER	131 707/2		PINZA PER ETMOIDE CURVA A SX	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	456509 B		RHINOFORCE II STELO ANGOLATO IN ALTO 25° MORSO 45° IN ALTO 130MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RICHARDS	23-0727		PINZA PEDIATRICA DA TAGLIO, GANASCE 2,5MM 45° IN ALTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GYRUS	335800		PINZA TAGLIENTE RETTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GYRUS	326803		PINZA DI WEIL CURVA DA FRONTALE MORSO 2MM L.OP.125MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	451000 B		RHINOFORCE GRUENWALD RETTO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	451500 B		RHINOFORCE BLAKESLEY 45°	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	653000		ANTROPUNCH CURVO IN BASSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	459010		RHINOFORCE ANTRUM PUNCH, UP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GYRUS	335015		ANTRUM PUNCH ROTAZIONE 360° MORSO 1,5MM L.OPER. 100MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	455010		RHINOFORCE CONCHOTOM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GYRUS	515510		PINZA DI WEILS CURVA ROTANTE L.OP.110MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	56-231-06		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,063 LITRI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JG522R		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	56-231-11		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

LASER (7G.)

PESO 5 KG

S.O. O.R.L.

KIT VAPORE

10					3	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JN440	VASCHETTA P.CONT.1/1 PERF.ALTEZZA:90MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK489	1/1-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4046		CREATION - TUBO FILETTATO CANNULATO IN METALLO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4047		CREATION - MANDRINO CORTO, FILETTATO D. 1,5MM L.100MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4048		CREATION - MANDRINO LUNGO, FILETTATO D. 1,5MM L.150MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4046		CREATION - TUBO FILETTATO CANNULATO IN METALLO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4047		CREATION - MANDRINO CORTO, FILETTATO D. 1,5MM L.100MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4049		FIBRA OTTICA LASER CON ATTACCO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4049		FIBRA OTTICA LASER CON ATTACCO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4049		FIBRA OTTICA LASER CON ATTACCO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

MIRINGOTOMIA 1

PESO 3,5 KG

S.O. O.R.L.

KIT VAPORE

27					5	1	-1	1	0	0	3	18	11	2	0	1	4
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JN340	VASCHETTA P.CONT.1/2 PERF.ALTEZZA:90MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK389	1/2-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JF945		TAPPETI.IN RILIEVO IN SILICONE 248X237MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ELCON	141-330		PINZETTA LUCAE BAION.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	BD878R		PINZETTA LUCAE BAION.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	OG001R		MICRO-AGO,RETTO,(PERFORATORE)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	OF268R		ANSA AURICOL.DI SNELLEN, FIG.1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	OG003R		MICRO-AGO,CURVO FORTEMENTE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	154500		AGO P.PARACENTESI, DI LUCAE, SOTTILE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	62.18.25		AGO P.PARACENTESI, DI LUCAE, SOTTILE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	154500		AGO P.PARACENTESI, DI LUCAE, SOTTILE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	18-610-15	AGO BOTTONUTO D.1,5MM 80MM RACCORDO A OLIVA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	NON PRESENTE	203410	CANNULA DI ASPIRAZIONE BARON, 1MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	62.22.15	CANNULA DI ASPIRAZIONE BARON, 1,5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STORZ	NON PRESENTE	203423	CANNULA DI ASPIRAZIONE BARON, 2,3MM L.OPER. 75MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	OG345R		MICRO PINZA, MORSO 1,3X0,8 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RICHARDS	13-1041		PINZA MINI MCGEE RETTA MORSO PIATTO 4MM 80MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RICHARDS	13-0548		STRUMENTO DI INTRODUZIONE PER TUBICINO TIMPANICO L.OPER. 100MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	66.05.51		SPECOLO NASALE,VIENNESE, MEDIO, MM140	1	0	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	HERMANN	NON PRESENTE	BC257R	DUROTIP FORBICI P DISSEZ.CRV.115MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH618R	PINZA ROCHESTER-OCHSN.RET.1X2D.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	39-447-19		PINZA EMOST.TONSILLE SCHNIDT CRV.185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	123207		SPECOLO ENDOAURALE HOLMGREEN AUTOSTATICO D. 7MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	123206		SPECOLO AURICOLARE CON MANCIO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG521R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,063 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

MOTORE AESCULAP 1

PESO 5,5 KG

S.O. O.R.L.

KIT VAPORE

14					3	8	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCULAP	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	JP014		PRIMELINE, 3/4 COPERCHIO, OCRA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF114R	1/2 CESTELLO PERFORATO 243X253X106MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCULAP	GB020R		CHIAVE DI SERRAGGIO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCULAP	GD455R		TERMINALE ANGOLATO, 1:2, PUNTA 70MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	GD450R		TERMINALE RETTO, 1:1, PUNTA LUNG.70 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	GA500		MOTORE PNEUMATICO MICROLAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	GB128R		SEGA OSCILLANTE PER GA-176	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	JG698R		SUPPORTO GIREVOLE P 12 STRUMENTI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0003		FRESE VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	GC578R		LAMA SEGA A GOMITO/GB128R 11/8/0,5/0,7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	GC580R		LAMA SEGA A GOMITO/GB128R 11/16/0,5/0,7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GC575R	LAMA DI SEGA P.GB128R 25/8,0/0,5/0,7MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCULAP	GA513		TUBO DOPPIO,CON ATTACCO AESCULAP-DRAEGER	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

MOTORE AESCULAP 2

PESO 5,5 KG

S.O. O.R.L.

KIT VAPORE

11					3	4	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	3
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK741	VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK789	3/4-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF112R	1/2 CESTELLO PERFORATO 243X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCULAP	GA513R		TUBO PNEUM.3,0M AESC.-DRAEGER/AAG-PICC.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	GB129		MICROSEGA OSCILLANTE PER GA176	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	GA500		MOTORE PNEUMATICO MICROLAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	GD450R		TERMINALE RETTO, 1:1, PUNTA LUNG.70 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4029		CHIAVE DA 14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCULAP	GD102R		SUPPORTO PER FRESE,P.24 FRESE C D.2,35MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0003		FRESE VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0008		LAME PER SEGA VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

MOTORE STORZ

PESO 4 KG

S.O. O.R.L.

KIT VAPORE

11					9	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK340	VASCHETTA PER CONTAINER 1/2 ALTEZZA:90MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK389	1/2-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	40711040		MANIPOLO SHAVER DRILLCUT-X	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	41202 KN		LAMA SHAVER CON IRRIG. ANG. 35° D.4MM 120MM ROSSO-BLU	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	41201 LN		LAMA SHAVER CON IRRIG. RETTA D.4MM 120MM BLU-NERO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	41201 LN		LAMA SHAVER CON IRRIG. RETTA D.4MM 120MM BLU-NERO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	41201 LSA		LAMA SHAVER CON IRRIG. RETTA D.3MM 120MM BLU-NERO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	41201 LSA		LAMA SHAVER CON IRRIG. RETTA D.3MM 120MM BLU-NERO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	41201 KSA		LAMA SHAVER CON IRRIG. RETTA D.3MM 120MM ROSSO-BLU	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	41201 KSA		LAMA SHAVER CON IRRIG. RETTA D.3MM 120MM ROSSO-BLU	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	41201 KN		LAMA SHAVER CON IRRIG. RETTA D.4MM 120MM ROSSO-BLU	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

MOTORE VEDISE
PESO 3,5 KG

S.O. O.R.L.
KIT VAPORE

4					2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JN340	VASCHETTA P.CONT.1/2 PERF.ALTEZZA:90MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK369	1/2-COPERCHIO VARIO, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SPIGGLE&THEIS	77MM010		MICRO MOTORE DA 500 A 40'000 RPM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SPIGGLE&THEIS	77SVW00		MANIPOLO RASOIO ANGOLATO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

RINOPLASTICA
PESO 5,5 KG

S.O. O.R.L.
KIT VAPORE

48					5	10	6	0	3	4	6	14	8	4	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK344	VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:187MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK389	1/2-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	JF945		TAPPETI.IN RILIEVO IN SILICONE 248X237MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	OL214R		UNCINO NASALE C. GUIDA P.SEGA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	OL214R		UNCINO NASALE C. GUIDA P.SEGA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	OL321R		SCALPELLO P.OSTEOTOM LATERALE, SIN.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	OL322R		SCALPELLO P.OSTEOTOM.LATERALE, DES.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	37-629-01	SCALPELLO NASALE PARKES 160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	67.38.10		OSTEOTOMO-CESELLO, RETTO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	OL623R		UNCINO DI JOSEPH, MM 165	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	OL624R		UNCINO P.MUCOSA DI JOSEPH, 2 DENTI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	OL326R		OSTEOTOMO DI CINELLI, 10MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	OL329R		OSTEOTOMO DI CINELLI, 16MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	OL427R		RASPA DUROGRIP 7/8, 36/44 DENTI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	OL155R		ELEVATORE DOPPIO DI COTTLE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	OL617R		DIVARICATORE DI COTTLE, ACUTO, 162 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	OL111R		BISTURI DI JOSEPH, MM 140	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	OL619R		UNCINO DI COTTLE, 180 GRD., CURVO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4028		DIVARICATORE NASALE DOPPIO, FRANCESCHINI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STORZ	478400		ELEVATORE DOPPIO DI COTTLE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ U.S.A.	N4610		RASPA DI JOSEPH, TAGLIENTE, MM 160	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MOVI	NON PRESENTE	DO546R	RASPATORE WARD	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STORZ	525500		REGOLO ACCIAIO SCALA MILL.E POL.200MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	489047		CALIBRO SEC.NONIUS MISURA 100MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	XOMED	30-52460		REGOLO 140MM E DI DIAMETRI DA 0,4 A 6MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	489043		SUPPORTO DI GUIDA PER OSTEOTOMI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	OL327R		OSTEOTOMO DI CINELLI, 12MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	OL328R		OSTEOTOMO DI CINELLI, 14MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	67.37.12		OSTEOTOMO DI CINELLI, 12MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	489018	OSTEOTOMO DI COTTLE, IMP. A "T" CON PROT. LAT. 10MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STORZ	484202		OSTEOTOMO DI COTTLE, GRADUATO CON IMPUGNATURA A "T" 2MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	484204		OSTEOTOMO DI COTTLE, GRADUATO CON IMPUGNATURA A "T" 4MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	OL452R	SEGA NASALE JOSEPH, CURVA A SIN.,170 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	OL451R	SEGA NASALE JOSEPH,CURVA A DEST.,170 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	521400		RASPA DI MALTZ, PER RINOPLASTICA, MM181	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	521600		RASPA TESTA INCLINATA 200MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	67.60.62		RASPA DUROGRIP 5/6, 24/30 DENTI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	OL423R		RASPA DUROGRIP 3/4, 16/20 DENTI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	523600		RASPA-DOPPIA FOMON LUNG.210MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	523700		RASPA-DOPPIA, DI FOMON,LUNG.210 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	REDA	47551-16		SPECOLO NASALE DI AUFRICHT, MM 160	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	174200		MARTELLO DI COTTLE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STORZ	469200		FORBICI PER DORSO NASALE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	20.50.02		UNCINO DI JOSEPH, MM 165	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	20.50.10		UNCINO DERMAT. MC INDOE,LA: 9MM 152 MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	489026		UNCINO DI COTTLE, BOTTONE DESTRA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	489025		UNCINO DI COTTLE, BOTTONE SINISTRA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	REDA	47556-16		DIVARICATORE NASALE DI FOMON, 5 X 14 L.170 MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

SETTOPLASTICA 1

PESO 6,5 KG

S.O. O.R.L.

KIT VAPORE

51					6	3	1	0	3	1	7	30	19	7	0	0	4
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JP014		PRIMELINE, 3/4 COPERCHIO, OCRA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JF112R	1/2 CESTELLO PERFORATO 243X253X56MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	M.E.S.A.	NON PRESENTE	BB073R	MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	496500		MANICO P.BISTURI P.LAME MICRO 155MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	496800		COLTELLO DI MASING 130MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STORZ	426516		PINZETTA JANSEN BAION.160MM	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BD547R		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	12-400-12		PINZETTA ADSON-BROWN ATR.120MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	37-728-11		PINZA PER FISSARE GRAEFE 110MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	OL010R		PINZA PER COLUMELLA DI COTTLE, MM100	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STORZ	489023		UNCINO 6MM 140MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	474000		MR-ELEVATORE FREER,TAGLIENTE/SMUSSO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	37-601-16		SCALPELLO PER RINOPLASTICA, DI KILLIAN	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	OL211R		UNCINO P.NARICE DI MASING 6X12MM 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	489030		PROTETTORE PER ALAE DI COTTLE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	37-606-07		SGORBIA P.SEPTUM,LARGH.6 MM, 180MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	523600		RASPA-DOPPIA FOMON LUNG.210MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	OL218R		UNCINO DOPPIO, DI AUFRICHT, 13CM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GF936R	CANNULA DI ASPIRAZIONE BARRON, 2MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	203730	ASPIRATORE D. 3MM L.110MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	203740	ASPIRATORE D. 3MM L.110MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GF980R	CANNULA DI ASPIRAZ.E DISSEZ. DI LANDOLT	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	37-652-00		COMPRESSORE OSSA CARTILAGINI,CON PINZA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4024		PIASTRA METALLICA 90X110MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	67.40.20		MARTELLO DI COTTLE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	OK507R		PINZA P.ETMOIDE DI WEIL-BLAKESLEY,4,2MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	OK508R		PINZA P.ETMOIDE DI WEIL-BLAKESLEY,4,8MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	66.28.04		PINZA P.ETMOIDE DI WEIL-BLAKESLEY,4,8MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	66.25.45		PINZA ETMOIDE DI WATSON-WILLIAMS,DENT.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	634822		PINZA TAGLIENTE,LUNGA 110MM,MORSO 3,5 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	OK047R		SPECOLO NASALE HARTMANN-HALLE, MM 155	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	403555		SPECOLO NASALE DI KILLIAN, C/CHIUSURA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	OK093R	SPECOLO NASALE DI KILLIAN, CM 14	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	13-311-12		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM017R	DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	13-391-26		PINZA BENGOLEA CRV.245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STILLE	101-8062-2		FORBICE JABALEY STILLE ERGO CURVA ACUTA 125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	513200 DS		FORBICI IRIDECTOMIA DI GRAEFE, MM 100 1 ANELLO DORATO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	11-705-11		FORBICI DI COTTLE, P.NASO,MM105 CURVA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BC584R	FORBICI MAYO RET.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	OK372R		FORBICI DI FOMON, MM 135	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	OK370R		FORBICI PER NASO DI FOMON, MM 145	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	OK371R		FORBICE PER RINOPLASTICA DI COTTLE,165MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	OK350R		FORBICI DI HEYMANN, PER NASO, MM175	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	449002 DS		FORBICI DI HEYMANN, PER NASO, MM175 1 ANELLO DORATO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	56-231-11		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

SETTOPLASTICA 2

PESO 5,5 KG

S.O. O.R.L.

KIT VAPORE

46					10	5	2	0	4	0	5	20	11	4	0	0	5
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	Aesculap	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	JP014		PRIMELINE, 3/4 COPERCHIO, OCRA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STORZ	496500		MANICO P.BISTURI P.LAME MICRO 155MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	OC100R		PINZA PER FISSARE GRAEFE 110MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCULAP	BD547R		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	07.30.16		PINZETTA JANSEN BAION.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	426516		PINZETTA JANSEN BAION.160MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	OL010R		PINZA PER COLUMELLA DI COTTLE, MM100	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	496800		COLTELLO DI MASING 130MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	OL335R		SCALPELLO DI KILLIAN-CLAUS, CM 16	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	474000		MR-ELEVATORE FREER,TAGLIENTE/SMUSSO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	489022		UNCINO DI COTTLE, 180 GRD., CURVO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	OL211R		UNCINO P.NARICE DI MASING 6X12MM 140MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	484207	OSTEOTOMO DI COTTLE, FRADUATO CON IMPUGNATURA A "T" 7MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	67.40.20		MARTELLO DI COTTLE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	489005		RASPATORE CON ASPIRATORE E MANDRINO, 4MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	NON PRESENTE	GF935R	CANNULA DI ASPIRAZIONE BARRON, 1MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	MD129R	CANNULA ASPIRAZIONE FRAZIER D:4,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OL187R	TUBO DI ASPIRAZ.NASALE GILLIES, 190 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	ULSS10	PR4024		PIASTRA METALLICA 90X110MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCULAP	OL460R		COMPRESSORE OSSA CARTILAGINI,CON PINZA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	OK507R		PINZA P.ETMOIDE DI WEIL-BLAKESLEY,4,2MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	OK508R		PINZA P.ETMOIDE DI WEIL-BLAKESLEY,4,8MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	OK509R		PINZA P.ETMOIDE DI WEIL-BLAKESLEY,5,6MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OK509R	PINZA P.ETMOIDE DI WEIL-BLAKESLEY,5,6MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STORZ	634822		PINZA TAGLIENTE,LUNGA 110MM,MORSO 3,5 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	66.25.45		PINZA ETMOIDE DI WATSON-WILLIAMS,DENT.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OK091R	SPECOLO NASALE DI KILLIAN, CM 14	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OK106R	SPECOLO NASALE COTTLE, MIS.2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STORZ	403440		SPECULUM NASALE CON ATTACCO BRACCIO AUTOSTATICO VALVA 40MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	403455		SPECULUM NASALE CON ATTACCO BRACCIO AUTOSTATICO VALVA 55MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	403490		SPECULUM NASALE CON ATTACCO BRACCIO AUTOSTATICO VALVA 90MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	OK092R	SPECOLO NASALE DI KILLIAN, CM 14	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	OK093R		SPECOLO NASALE DI KILLIAN, CM 14	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BH443R	PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	10.12.62		DUROGRIP PORTAGHI WEBSTER 125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	513200 DS		FORBICI IRIDECTOMIA DI GRAEFE, MM 100 1 ANELLO DORATO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BC177R		FORBICI JAMESON 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	11-181-15		FORBICI STILLE CRV.150MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	OK371R		FORBICE PER RINOPLASTICA DI COTTLE,165MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	OK350R		FORBICI DI HEYMANN, PER NASO, MM175	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	449002 DS		FORBICI DI HEYMANN, PER NASO, MM175 1 ANELLO DORATO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG521R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,063 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

SETTOPLASTICA 3

PESO 7 KG

S.O. O.R.L.

KIT VAPORE

54					6	4	4	0	4	2	7	27	17	5	0	0	5
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JP014		PRIMELINE, 3/4 COPERCHIO, OCRA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JF252R	3/4 CESTELLO PERFORATO 406X253X56MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	LEIBINGER	NON PRESENTE	BD557R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	OL010R		PINZA PER COLUMELLA DI COTTLE, MM100	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	OL211R		UNCINO P.NARICE DI MASING 6X12MM 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	203750	ASPIRATORE D. 5MM L.110MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STORZ	456003		PINZA P.ETMOIDE DI WEIL-BLAKESLEY,4,8MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	66.28.04		PINZA P.ETMOIDE DI WEIL-BLAKESLEY,4,8MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	458000		PINZA ETMOIDE DI WATSON-WILLIAMS,DENT.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	66.02.01		SPECOLO NASALE HARTMANN, MM 160	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	OK092R	SPECOLO NASALE DI KILLIAN, CM 14	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	30.71.02		PINZA-SGORBIA DI BEYER, MM 175	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	OC100R		PINZA PER FISSARE GRAEFE 110MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	07.30.16		PINZETTA JANSEN BAION.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	36-395-16		PINZETTA JANSEN BAION.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	TEKNO	40450		BISTURI PER MUCOSA DI FREER 130MM CURVO 45°	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	489023		UNCINO 6MM 140MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	26.35.02		MR-ELEVATORE FREER,TAGLIENTE/SMUSSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	489009		ELEVATORE PER SEPTUM MASING	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	37-601-16		SCALPELLO PER RINOPLASTICA, DI KILLIAN	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	OL336R		SCALPELLO PER RINOPLASTICA, DI KILLIAN	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	OL298R		SGORBIA P.SEPTUM,LARGH. 8MM, 180MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	GF980R		CANNULA DI ASPIRAZ.E DISSEZ. DI LANDOLT	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	203730	ASPIRATORE D. 3MM L.110MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ U.S.A.	N613L		CANNULA DI ASPIRAZIONE BARRON, 2,5MM L.OPER. 100MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	OK507R	PINZA P.ETMOIDE DI WEIL-BLAKESLEY,4,2MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	67.40.20		MARTELLO DI COTTLE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	403855		SPECOLO NAsALE COTTLE, MIS.2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	403375		SPECOLO NAsALE COTTLE, MIS. 4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	OK094R		SPECOLO NAsALE DI KILLIAN, CM 14	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	523900		COMPRESSORE OSSA CARTILAGINI,CON PINZA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4024		PIASTRA METALLICA 90X110MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM065R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH445R	PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STORZ	513200		FORBICI IRIDECTOMIA DI GRAEFE, MM 100	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BC605R		FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	791815		FORBICI REYNOLDS 145MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RICHARDS	23-0322		FORBICI METZENBAUM RET.FINE 155MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC284R	DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	REDA	NON PRESENTE	OK370R	FORBICI PER NASO DI FOMON, MM 145	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	OK350R		FORBICI DI HEYMANN, PER NASO, MM175	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	449002 DS		FORBICI DI HEYMANN, PER NASO, MM175 1 ANELLO DORATO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JAKOBI	36 0406		RASPATORE YASARGIL A BAIONETTA, MM 185	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JAKOBI	36 0407		RASPATORE YASARGIL A BAIONETTA, MM 185	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BB046R	MANICO P.BISTURI P.LAME MICRO 135MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	REDA	47562-18		DIVARICATORE DI GILLIES, PICCOLO, 180 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4027		SCOLLATORE PUNTA A BAIONETTA LANCEOLATA 165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OF439R	PINZA POLIPI AURIC.HARTMANN,D2,5MM,RETTA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	CBM	NON PRESENTE	JG521R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,063 LITRI	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

SETTOPLASTICA 4

PESO 7 KG

S.O. O.R.L.

KIT VAPORE

52					4	5	0	0	1	8	7	27	16	1	1	0	9
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	CBM	NON PRESENTE	JK344	VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:187MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	JK389	1/2-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JF112R	1/2 CESTELLO PERFORATO 243X253X56MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BB046R	MANICO P.BISTURI P.LAME MICRO 135MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	37-441-01		BISTURI DI JOSEPH, MM 145	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	REDA	11130-14		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	07.30.19		PINZETTA DISSEZ.GRUENWALD BAION.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	REDA	11174-12		DUROGRIP PINZETTA ADSON 120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	533214		PINZETTA ADSON-BROWN ATRAU. DENTI LATERALI CON CARBURO DI TUNGSTENO 120MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	OL010R		PINZA PER COLUMELLA DI COTTLE, MM100	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	STORZ	489022		UNCINO DI COTTLE, 180 GRD., CURVO	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	REDA	47556-16		DIVARICATORE NASALE DI FOMON, 5 X 14 L.170 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	489030		PROTETTORE PER ALAE DI COTTLE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	67.21.25		SPECOLO NASALE TIPO DI AUFRICHT MORSO 25MM (OK099R)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OL166R	ELEVATORE DI FREER-YASARGIL, 185 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	67.16.65		ELEVATORE DOPPIO DI COTTLE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 112-538-10		OSTEOTOMO DI CINELLI, 10MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 112-538-12		OSTEOTOMO DI CINELLI, 12MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	484202		OSTEOTOMO DI COTTLE, GRADUATO CON IMPUGNATURA A "T" 2MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	489017		OSTEOTOMO-CESELLO, COTTLE, RETTO 5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FL223R	SCALPELLO DI PARTSCH, CM 17, LARG. MM 3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FL226R	SCALPELLO DI PARTSCH, CM 17, LARG. MM 6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	KERNA	TQ 112-295-01		RASPA DUROGRIP 9/10,52/62 DENTI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 112-295-03		RASPA DUROGRIP 5/6, 24/30 DENTI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	479800		RASPATORE CON ASPIRATORE E MANDRINO, 4MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	37-840-20		RASPA ASPIRANTE, A BAION. 5 MM, 200 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 6421-10		CANNULA ASPIR.FERGUSSON D:3,0MM LL:110MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OL195R	RASPATORE CON ASPIRATORE E MANDRINO, 4MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GF980R	CANNULA DI ASPIRAZ.E DISSEZ. DI LANDOLT	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	27.04.90		MARTELLO DOYEN D. 30MM 200G	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	523900		COMPRESSORE OSSA CARTILAGINI,CON PINZA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4019		PIASTRA IN VETRO 150 X 35 X 5 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	OK509R		PINZA P.ETMOIDE DI WEIL-BLAKESLEY,5,6MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	489051		MICRO PORTAGHI L.OPER. 80MM IMPUGNATURA CON STOP	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	OK048R		SPECOLO NASALE HARTMANN-HALLE, MM 155	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	403655		SPECOLO NASALE DI COTTLE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OK083R	SPECOLO NASALE DI KILLIAN, C/CHIUSURA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	OK084R		SPECOLO NASALE DI KILLIAN, C/CHIUSURA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	15.45.12		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3010-16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BM218R		PORTAGHI CRILE-WOOD FINO 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	MEDICON	67.52.12		FORBICI NASALE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	02.41.62		DUROTIP FORBICI P DISSEZ.CRV.115MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC605R	FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BC581R		FORBICI STILLE CRV.150MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	TONTARRA	010-511-16		FORBICE PER RINOPLASTICA DI COTTLE,165MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	OK350R	FORBICI DI HEYMANN, PER NASO, MM175	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG516R	BICCHIERE GRADUATO 0,25 LTR.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

ESOFAGOSCOPIO

PESO 6,5 KG

S.O. O.R.L.

KIT VAPORE

29					2	3	6	0	1	1	4	12	11	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JN444		VASCHETTA P.CONT.1/1 PERF.ALTEZZA:187MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK488		1/1-COPERCHIO BASIS, VERDE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK478A	SOVRACOPERCHIO P/CONT.BASE 1/1 ALLU ORO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STORZ	10390 BN		ASPIRATORE DI COAGULAZIONE ISOLATO D.3MM 350MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	12081 C		ESOFAGOSCOPIO SENZA ALLUNGA, 5 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	12081 B		ESOFAGOSCOPIO SENZA ALLUNGA, 6 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	12080 D		ESOFAGOSCOPIO CON ALLUNGA, 8X12 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	12080 B		ESOFAGOSCOPIO CON ALLUNGA, 12X16 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	12080 C		ESOFAGOSCOPIO CON ALLUNGA, 10X14 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AUTO SUTURE	06107		PINZA DA PRESA D. 2MM L.330MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	10386 VH		IMPUGNATURA A TRE ANELLI	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	6901790		TUBO GUIDA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	10386 AE		CESTELLO PER CORPI ESTRANEI L.550MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	10381 A	TUBO DI ASPIRAZ.,PUNTA IN GOMMA, 500 MM D. 4MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	10372 JL		PINZA DENTATA PER CORPI ESTRANEI PIATTI D. 1,5MM 350MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	10372 KL		PINZA PER ARACHIDI PER CORPI ESTRANEI MORBIDI D. 1,5MM 350MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	10372 HL		PINZA MORSO A COCCODRILLO PER CORPI ESTRANEI DURI D. 1,5MM 350MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	NON PRESENTE	10372 HL	PINZA DA PRESA PER BRONCOSCOPIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	NON PRESENTE	10372 KL	PINZA PER ARACHIDI PER CORPI ESTRANEI MORBIDI D. 1,5MM 350MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	10370 K		PINZA P.BRONCOSCOPIA D:3,0MM LUNG.500 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	10370 J		PINZA DENTATA PER CORPI ESTRANEI PIATTI D. 2,5MM 500MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	10370 H		PINZA P.BRONCOSCOPIA D:2,5MM LUNG.500MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	NON PRESENTE	10371 HL	PINZA GANASCIA A COCCODRILLO D:2,0MM LUNG.450MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	NON PRESENTE	10370 U	PINZA GANASCIA UNIVERSALE PER BIOPSIA E CORPI ESTRANEI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	NON PRESENTE		PINZA PER CORPI ESTRANEI MORBIDI E PER ARACHIDI D. 2MM 450MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	NON PRESENTE	10371 LL	PINZA A CUCCHIAIO ROTONDA PER BIOPSIA D:2,0MM LUNG.450 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	NON PRESENTE	10370 J	PINZA DENTATA PER CORPI ESTRANEI PIATTI D. 2,5MM 500MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	10384 A	PORTA COTONE 500 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

TIMPANOPLASTICA 1

PESO 7,5 KG

S.O. O.R.L.

KIT VAPORE

132					17	9	3	0	2	1	15	85	49	9	1	0	26
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK742	VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	JK788		3/4-COPERCHIO BASIS, ORO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JK778A		SOVRACOPERCHIO P/CONT.BASE 3/4 ALLU ORO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1
1	AESULAP	BB084R		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BD880R		PINZETTA JANSEN BAION.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD151R	DUROGRIP PINZETTA ADSON 120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	HERZBERG	NON PRESENTE	BD160R	DUROGRIP PINZETTA CUSHING 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	12-372-15		PINZETTA DISSEZIONE SEMKEN 1X2D.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BD557R		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	06.05.16		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RICHARDS	23-0346		PINZETTA PER OSSICINI CON VITE DI SERRAGGIO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT020R	DIVARICATORE FARABEUF, DOPPIO,SERIE DI 2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	ASANUS	GF 0409		MICRO SPATOLA DI VARADY, 175 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	OL170R		ELEVATORE DI KILLIAN TAGLIENTE/SMUSSO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	FK321R		RASPATORE, CURVO, LAMA TONDO, 6,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RICHARDS	55-0437		RASPATORIO OBWEGESER 9MM 180MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RICHARDS	55-0589		RASPATORE, CURVO, LAMA RETTA, 7,0MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	OF268R		ANSA AURICOL.DI SNELLEN, FIG.1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4030		BISTURI A BAIONETTA 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	OK047R		SPECOLO NASALE HARTMANN-HALLE, MM 155	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BV077R	DIVARICATORE DI WULLSTEIN, CM 13,SMUSSI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BV075R	DIVARICAT. WEITLANER, CHIUSURA LT, SMUS.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	219717		DIVARICAT.3X3DENTI,SEMI-ACUTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	203730	ASPIRATORE D. 3MM L.110MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	18-610-12	AGO BOTTONUTO D.1,2MM 80MM RACCORDO A OLIVA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	18-610-15	AGO BOTTONUTO D.1,5MM 80MM RACCORDO A OLIVA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	FISCHER	110 142		SOSTEGNO PER STERILIZZARE E CONSERVARE SPECOLI AURICOLARI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	DIENER, CHR.	NON PRESENTE	OF111C	SPECOLO AURICOLARE HARTMANN, D: 3,5 MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	DIENER, CHR.	NON PRESENTE	OF112C	SPECOLO AURICOLARE DI HARTMANN, D:5,0 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	DIENER, CHR.	NON PRESENTE	OF113C	SPECOLO AURICOLARE DI HARTMANN, D:6,5 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	OF128C		SPECOLO AURICOLARI TOYNBEE,FIG.3,? 7,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	DIENER, CHR.	NON PRESENTE	OF113C	SPECOLO AURICOLARE DI HARTMANN, D:6,5 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	DIENER, CHR.	NON PRESENTE	OF114C	SPECOLO AURICOLARE DI HARTMANN, D:8,0 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	123205		SPECOLO ENDOAURALE HOLMGREEN AUTOSTATICO D. 5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	123206		SPECOLO ENDOAURALE HOLMGREEN AUTOSTATICO D. 6MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	123207		SPECOLO ENDOAURALE HOLMGREEN AUTOSTATICO D. 7MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4019		PIASTRA IN VETRO 150 X 35 X 5 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR4024		PIASTRA METALLICA 90X110MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR4031		SUPPORTO ONDULATO IN ACCIAIO PER PINZE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	OG350R		MICRO-FORBICE DI BELLUCCI,RETTA,ACUTA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	222604 R		MICRO-FORBICE, BELLUCCI, CURVA DES.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	222605 L		FORBICE MICROCHIR.,BELLUCCI, CURVA SIN.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	221310		PINZETTA AURICOLARE EXTRA DELICATA ANGOLATA 90° L. OPER. 80MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	221307		MICRO-PINZA, MORSO 45 GRADI, 0,8X3,5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	OG320R		SUPPORTO P. MICRO-PINZE P.ORECCHIO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	62.34.16	MICRO PINZA, MORSO CURV.DESTRA, 1X5MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	62.39.14	MICRO PINZA,CURVA,OVALE, 0,6X0,5MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	62.39.17	MICRO PINZA,CURV.SX,MORSO OV.0,6X0,5MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	OG352R		FORBICE MICROCHIR.,BELLUCCI, CURVA SIN.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	OG353R		MICRO-FORBICE, BELLUCCI, CURVA DES.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	62.34.17	MICRO PINZA,MORSO CURV.SIN., 3X0,5MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	169142		MICRO PINZA,MORSO PIATTO CURV.SINISTRA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	62.34.12		MICRO-PINZA, MORSO RETTA, 0,8X3,5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	OG355R		MICRO-FORBICE DI BELLUCCI, ORIZZONTALE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MEDICON	NON PRESENTE	62.39.16	MICRO PINZA,CURV.DESTRA,MORSO OV.0,6X0,5MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4032		MEDICON - GRINVALDINO GROSSO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	RICHARDS	13-0333		PINZA DISSEZ. HARTMANN-WULLSTEIN VERSO BASSO NOIR	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	221406		MICRO PINZA, MORSO 1,3X0,8 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RICHARDS	23-0038		MICRO-PINZA COCCODRILLO IN TITANIO GRANDE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RICHARDS	13-1010		MICRO-PINZA COCCODRILLO IN TITANIO MEDIA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	221406		MICRO PINZA, MORSO 1,3X0,8 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RICHARDS	13-1205		MICRO PINZA, RETTA, OVALE, 1X0,9MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	222606		MICROFORBICI CAWTHORNE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	NON PRESENTE	OG151R	RACK DI DEPOSITO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	RICHARDS	13-0162		COLTELLO ANGOLATO 0,6 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OG132R	COLTELLO ROTONDO,D: 3,0MM,ANGOL.45GRADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OG110R	COLTELLO ROTONDO,D: 2,0MM,ANGOL.45GRADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	OG014R		MICRO-UNCINO, 90 GRADI,ANGOLATO,1,0MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	N1701-22		ELEVATORE P.STAFFA, CURVO,LAR.1 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OG051R	RASCHIATORE 1,8MM LARG.CURVU LEGGERM.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RICHARDS	13-0401		COLTELLO ROTONDO,D: 3MM,ANGOL.45°	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STORZ	223500		ELEVATORE P.STAFFA, CURVO,LAR.1 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OG140R	SONDA GRADUATA PROTESI OTOLOGIA(STAFFA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	OG060R		DISSETTORE,DOPPIA CURVATURA A SINISTRO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	OG061R		DISSETTORE,DOPPIA CURVATURA A DESTRA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OG150R	SUPPORTO PER 6 STRUMENTI MICRO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	OG180R		CUCCHIAIO DI SHEA, OVALE,1,5X2,5MM,RETTO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	OG177R		CUCCHIAIO SHEA, OVALE,1,5X2,5MM,ANGOL.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	OG158R		SCOLLATORE RETTO LANCIOLATO 160MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	OF351R		CURETTA AURICOL.BUCK,CURVA TAGLIENTE,F.0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OG051R	RASCHIATORE 1,8MM LARG.CURVU LEGGERM.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	OG001R		MICRO-AGO,RETTO,(PERFORATORE)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	OG003R		MICRO-AGO,CURVO FORTEMENTE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	OG014R		MICRO-UNCINO, 90 GRADI,ANGOLATO,1,0MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OG150R	SUPPORTO PER 6 STRUMENTI MICRO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR4033		MISURATORE PROTESI DA 2,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR4034		MISURATORE PROTESI DA 2,5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4035		MISURATORE PROTESI DA 3,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4036		MISURATORE PROTESI DA 3,5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4037		MISURATORE PROTESI DA 4,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4038		MISURATORE PROTESI DA 4,5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4039		MISURATORE PROTESI DA 5,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4040		MISURATORE PROTESI DA 5,5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	OG184R		CUCCHIAIO-DOPPIO HOUSE, TAGL.1,0,E 1,2MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	204001	MANICO D'ASPIRAZ.CON INTERRU.T., LUER	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	204007	CANNULA DI ASPIRAZ. VERHOEVEN, D:22SWG	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	204008	CANNULA DI ASPIRAZ. VERHOEVEN, D:20SWG	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	204010	DIVARICATORE DI JANSEN, MM 101	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	STORZ	204010		ASPIRATORE CURVO A GOMITO D.1MM L.OPER. 60MM CON LUER-LOCK	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	204013	CANNULA DI ASPIRAZ. VERHOEVEN, D:18SWG	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	204015	CANNULA DI ASPIRAZ. VERHOEVEN, D:16SWG	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	204020	ASPIRATORE CURVO A GOMITO D.2MM L.OPER. 60MM CON LUER-LOCK	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	204025	ASPIRATORE CURVO A GOMITO D.2,5MM L.OPER. 60MM CON LUER-LOCK	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	STORZ	204310		ASPIRATORE RETTO FLESSIBILE D. 10MM 100MM CON LUER-LOCK	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	CRM.09.05.008	AGO BOTTONUTO Ø 1,2X80	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	11-593-11		FORBICI LA GRANGE 110MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC605R	FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	11-326-14		FORBICI METZENBAUM RET.FINE 145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MULLER	CH 6950-008		DUROTIP FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	11-180-15		FORBICI MAYO-STILLE RET.140MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BC581R	FORBICI STILLE CRV.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	MARTIN	13-385-16		PINZA EMOST.CRILE CRV.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	13-311-12		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ELECTA	NON PRESENTE	BH111R	PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	AESULAP	BM065R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	AESULAP	BH105R		PINZA EMOST.BABY-MOSQUITO CRV.100MM	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
1	ELCON	200-110		DUROGRIP PORTAGHI HALSEY 130MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MARTIN	56-231-06		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,063 LITRI	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

TIMPANOPLASTICA 2

PESO 7,5 KG

S.O. O.R.L.

KIT VAPORE

125					23	9	20	0	15	4	6	48	24	14	1	0	9
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK742	VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	JK788		3/4-COPERCHIO BASIS, ORO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JK778A		SOVRACOPERCHIO P/CONT.BASE 3/4 ALLU ORO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 10100-14		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	DIENER, CHR.	04-0204.14		PINZETTA SEMKIN FINE 150MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SIMAL	0117015		PINZETTA SEMKIN FINE 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	DIENER, CHR.	04-1208.16		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.160MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	214600		PINZETTA PER GLI OSSICINI DELL'UDITO, DERLACKI, L.120MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	36-375-12		PINZETTA AD ANGOLO WILDE 115MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SWANN MORTON	BS 2982		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STORZ	478000		RASPA DI JOSEPH, TAGLIENTE, MM 160	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RICHARDS	55-0324		RASCHIATORE DI LEMPert,LARG.3MM 160MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	37-585-16		SCOLLATORE DI COTTLE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	DIENER, CHR.	15-3146.15		SCOLLATORE TIPO LAMBOTTE, MM 15	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FK631R		CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 000	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BT020R		DIVARICATORE FARABEUF, DOPPIO,SERIE DI 2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	DIENER, CHR.	NON PRESENTE	BT022R	DIVARICATORE COLLIN, DOPPIO, SERIE DI 2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	DIENER, CHR.	10-1061.12		DIVARICATORE DI VOLKMANN, 2 DENTI SMUSSI	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	36-845-02		SPECOLO NAsALE HARTMANN-HALLE, MM 155	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	DIENER, CHR.	10-5371.01		DIVARICATORE 11CM, MORSO DEST.2 DENTI	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DIENER, CHR.	10-5371.02		DIVARICATORE, 110MM, MORSO DES.2 DENTI	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RICHARDS	55-0160		DIVARICATORE DI WULLSTEIN, 130MM,ACUTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	BV085R		DIVARICAT. ADSON-BABY,C.ARTICOLAZ.MM 140	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BV068R	DIVARICAT. WEITLANER,3X4DENTI,SEMI-ACUTO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	219717		DIVARICAT.3X3DENTI,SEMI-ACUTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 7813-04		SPECOLO AURICOLARE RICHNAU-HOLMGREN D. 4MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	62.04.42	SPECOLO AURICOLARE RICHNAU-HOLMGREN D.5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 7813-06		SPECOLO AURICOLARE RICHNAU-HOLMGREN D.6MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	204004		MANICO D'ASPIRAZ.CON INTERRU.T., LUER	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	OG950R		CANNULA D.ASPIRAZ.BELLUCCI C.3 PUNTE ASP	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STORZ	NON PRESENTE	204700	CANNULA DI ASPIRAZ. ZOELLNER	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STORZ	NON PRESENTE	203417	CANNULA DI ASPIRAZIONE BARON, D.1,7MM L.OPER. 75MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	FISCHER	114031/1		CANNULA DI ASPIRAZIONE BARRON, 1MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	62.22.15	CANNULA DI ASPIRAZIONE BARRON, D.1,5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GF923R	CANNULA ASPIRAZIONE FRAZIER, DIAM.3MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STORZ	227525		BLOCCO DA TAGLIO SEC. FISCH	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4019		PIASTRA IN VETRO 150 X 35 X 5 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	FISCHER	110 142		SOSTEGNO PER STERILIZZAZRE E CONSERVARE SPECOLI AURICOLARI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	122004		SPECOLO AURIC.HARTMANN, NERO,4 MM,522094	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	OF113C		SPECOLO AURICOLARE DI HARTMANN, D:6,5 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	DIENER, CHR.	NON PRESENTE	OF114C	SPECOLO AURICOLARE DI HARTMANN, D:8,0 MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	OF114C		SPECOLO AURICOLARE DI HARTMANN, D:8,0 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4020		SPECOLO AURICOLARE DI HARTMANN, D:10,0 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	NON PRESENTE	62.04.12	SPECOLO AURICOLARE HOLMGREN D. 7MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	OG320R		SUPPORTO P. MICRO-PINZE P.ORECCHIO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	221307		MICRO-PINZA, MORSO 45 GRADI, 0,8X3,5MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RICHARDS	23-0073		MICRO-FORBICE TITANIO CURVA DX	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RICHARDS	23-0073		MICRO-FORBICE TITANIO CURVA DX	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	221200		MICRO-PINZA, MORSO RETTA, 0,8X3,5MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RICHARDS	13-1014		MICRO-PINZA, MORSO 45 GRADI, 0,8X3,5MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RICHARDS	13-1096		PINZA PER INTRODURRE STANTUFFO IN TEFLON	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RICHARDS	13-1015		MICRO PINZA,MORSO 45GR.V.BASSO,0,8X3,5MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	221310		PINZETTA AURICOLARE EXTRA DELICATA ANGOLATA 90° L. OPER. 80MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RICHARDS	13-1222		MICRO PINZA VERSO ALTO L.OPER. 70MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	RICHARDS	23-0077		PINZA P.MALLEUS DI DIETER,TAGLIENTE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 7892-11/13		MICRO-FORBICE DI BELLUCCI,RETTA,ACUTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RICHARDS	23-0071		MICRO-FORBICE TITANIO RETTA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	222605 L		FORBICE MICROCHIR.,BELLUCCI, CURVA SIN.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	222606		MICROFORBICI CAWTHORNE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	222604 R		MICRO-FORBICE, BELLUCCI, CURVA DES.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RICHARDS	23-0072		MICRO-FORBICE TITANIO CURVA SX	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RICHARDS	23-0072		MICRO-FORBICE TITANIO CURVA SX	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	OG150R		SUPPORTO PER 6 STRUMENTI MICRO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	OG112R		COLTELLO ROTONDO,D: 2,6MM,ANGOL.45GRADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	XOMED	3722041		COLTELLO ROTONDO,D: 0,75MM,ANGOL.60° L.150MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OG001R	MICRO-AGO,RETTO,(PERFORATORE)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	OG002R		MICRO-AGO,CURVO LEGGERMENTE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	OG003R		MICRO-AGO,CURVO FORTEMENTE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	OG048R		PORTA IMPIANTI E RASPATORE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	OG150R		SUPPORTO PER 6 STRUMENTI MICRO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RICHARDS	13-0041		UNCINO DISARTICOLATORE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	OG003R		MICRO-AGO,CURVO FORTEMENTE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RICHARDS	13-0040		MICRO-AGO PUNTA ANGOLATA 45° 165MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RICHARDS	13-0045		MICRO-SCALPELLO RETTO 165MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RICHARDS	13-0166		ELEVATORE ANGOLATO 20°, 165MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RICHARDS	13-0164		ELEVATORE ANGOLATO 15° CON LAMA 2X7MM, 165MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4021		JANACH- SCOLLAPERIOSTIO DELICATO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	JAKOBI	36 0462		BISTURI FALCIFORMI ANGOLATO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	JAKOBI	36 0402		RASPATORE LEGGERMENTE CURVO, MM 185	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JAKOBI	36 0403		RASPATORE DI YASARGIL, LARGO, MM 185	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JAKOBI	36 0404		RASPATORE DI YASARGIL, ANGOLATO, MM 185	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	OG184R		CUCCHIAIO-DOPPIO HOUSE,TAGL.1,0,E 1,2MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RICHARDS	13-0568		CUCCHIAIO DOPPIO,HOUSE,TAGL.1,5 E 1,8MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RICHARDS	13-0568		CUCCHIAIO DOPPIO,HOUSE,TAGL.1,5 E 1,8MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4022		CANNULA D.0,9MM 35MM CON ATTACCO LUER-LOCK	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR4023		CANNULA D.1,8MM 45MM CON ATTACCO A OLIVA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	204200		ADATTATORE DI ASPIRAZIONE HOUSE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	204005		CANNULA DI ASPIRAZ. VERHOEVEN, D:24SWG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STORZ	204007		CANNULA DI ASPIRAZ. VERHOEVEN, D:22SWG	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STORZ	204008		CANNULA DI ASPIRAZ. VERHOEVEN, D:20SWG	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	204010		ASPIRATORE CURVO A GOMITO D.1MM L.OPER. 60MM CON LUER-LOCK	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STORZ	204013		CANNULA DI ASPIRAZ. VERHOEVEN, D:18SWG	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STORZ	204015		CANNULA DI ASPIRAZ. VERHOEVEN, D:16SWG	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STORZ	204020		ASPIRATORE CURVO A GOMITO D.2MM L.OPER. 60MM CON LUER-LOCK	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STORZ	204025		ASPIRATORE CURVO A GOMITO D.2,5MM L.OPER. 60MM CON LUER-LOCK	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	11-181-15		FORBICI STILLE CRV.150MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	11-170-14		FORBICI MAYO RET.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDICON	04.33.14		FORBICI METZENBAUM CRV.FINE 145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	BC605R		FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BC154R	FORBICI LA GRANGE 110MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	AESCU LAP	BH105R		PINZA EMOST.BABY-MOSQUITO CRV.100MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BH111R		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	BH120R	PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	MARTIN	13-414-14		PINZA EMOST.KOCHER RET.1X2D.140MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	AESCU LAP	BM033R		DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	RUDOLF	RU 6054-18		DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 180MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BF452R		PINZA P.TELO E TESSUTO 195MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	CBM	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

TONSILLE 5P

PESO 4,5 KG

S.O. O.R.L.

KIT VAPORE

23					3	3	0	0	1	0	4	12	6	1	0	0	5
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JN341	VASCHETTA P.CONT.1/2 PERF.ALTEZZA:120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK389	1/2-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	38-222-10		STAFFA SOLA, PER OM 100	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	38-222-02		ABASSA-LINGUA SOLO MC'IVOR 25X62MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	38-222-01		ABASSA-LINGUA SOLO MC'IVOR 25X75MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	38-222-03		ABASSA-LINGUA SOLO MC'IVOR 25X55MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	37-756-02		COLTELLO VEGETAZ.ADENOIDI NEGUS #1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	37-755-03		COLTELLO DI BARNHILL PER VEG.ADENOIDI #3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OM473R	COLTELLO DI BARNHILL PER VEG.ADENOIDI #3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 4850-31		MANICO P.BISTURI N.3L 211MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	39-289-23		SEPARATORE E SCOLLATORE DI HENKE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4025		SCOLLATORE DOPPIO SMUSSO L.210MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	13-375-14		PINZA EMOSTATICHE PEAN CRV.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	16.61.19		PINZA ARTERIE SEC.FUCHSIG CRV.190MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BH210R		PINZA EMOST.HALSTED-MOSQ.RET.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BC323R		FORBICI CHIR.RET.SM/AC 130MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	STIER	S08-28118		FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	19.55.24		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OM617R	PINZA DI BLOHMKE P.AFFER.LE TONSILLE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	GK183		CAVO BIPOL.2 SPINE BAN.SPINA EURO PIATTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	VALLEYLAB	E 700176		PINZA COAGUL.ISOL.OP.155MM PUNTE ANGOLATE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

TONSILLE 6P

PESO 5 KG

S.O. O.R.L.

KIT VAPORE

27					4	2	2	2	0	0	4	13	7	3	1	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JN342	VASCHETTA P.CONT.1/2 PERF.ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK389	1/2-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	38-222-10		STAFFA SOLA, PER OM 100	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	38-222-03		ABASSA-LINGUA SOLO MC'IVOR 25X55MM	1	0	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	38-222-02		ABASSA-LINGUA SOLO MC'IVOR 25X62MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	38-222-01		ABASSA-LINGUA SOLO MC'IVOR 25X75MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	744202		ABBASSA-LINGUA DI RUSSEL-DAVIS, 75X33MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	744203		ABBASSA-LINGUA DI RUSSEL-DAVIS, 85X38MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	744204		ABBASSA-LINGUA DI RUSSEL-DAVIS, 92X40MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4850-31		MANICO P.BISTURI N.3L 211MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4060-20		PINZETTA P.DISSEZIONE BROPHY 200MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	06.35.60		PINZETTA DISSEZIONE WAUGH 1X2D.250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	RUDOLF	RU 6147-23		FORCHETTA P.NODI IN PROFONDITA 230MM	1	0	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 8546-23		SEPARATORE DI NAGER PER TONSILLE, MM230	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	REDA	NON PRESENTE	72.25.30	DISSETTORE TONSILLARE ALDERDICE 230MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-375-13		PINZA EMOSTATICHE PEAN CRV.130MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	39-443-19		PINZA EMOST.TONSILLE SCHNIDT CRV.185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	AESCLAP	BH216R		PINZA EMOST.HEISS RET.1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STIER	NON PRESENTE	BC584R	FORBICI MAYO RET.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STILLE	101-8175-20		SUPERCUT FORBICI METZENBAUM CRV.200MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM067R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	WIDIA	NON PRESENTE	BM081R	DUROGRIP PORTAGHI HEANEY CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	19.55.24		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	39-423-20		PINZA DI BLOHMKE P.AFFER.LE TONSILLE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	GK183		CAVO BIPOL.2 SPINE BAN.SPINA EURO PIATTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	VALLEYLAB	E 700376		PINZETTA BIPOL.PARZIALM.ISOLATA ANG.200	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

TRACHEOSTOMIA 1

PESO 4 KG

S.O. O.R.L.

KIT VAPORE

46					2	2	-1	2	3	0	9	29	17	9	0	0	3
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JN340	VASCHETTA P.CONT.1/2 PERF.ALTEZZA:90MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	JK386		1/2-COPERCHIO BASIS, BLU	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK379A		SOVRACOPERCHIO P/CONT.BASE 1/2 ALLU ARG.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	01.27.17		SCALPEL HANDLE, NO. 7 K, SHORT	0	1	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LAWTON	BS 2982		MANICO P.BISTURI NO.7 162MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESCLAP	BD029R		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	STORZ	426516		PINZETTA JANSEN BAION.160MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BD597R		PINZETTA DISSEZIONE 4X5D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	12-303-16		PINZETTA DISSEZIONE 3X4D.160MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT020R	DIVARICATORE FARABEUF, DOPPIO,SERIE DI 2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BT021R	DIVARICATORE FARABEUF, GRANDE,SERIE DI 2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4026		CROMA-COPPIA RETRATTORI FARABEUF L=165 (45X20) (35X12)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BT128R		DIVARIC. FERITE E TRACHEA,SMUSSO 3 DENTI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	BT170R		DIVARICATORI,DUE DENTI,SMUSSI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BM809R		AGO DESCHAMPS SMUSSO CRV.DES.210MM	0	1	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OK093R	SPECOLO NASALE DI KILLIAN, CM 14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	37-309-02		PINZA NASALE HARTMANN, FIG.2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	203730	ASPIRATORE D. 3MM L.110MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	203740	ASPIRATORE D. 4MM L.110MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	203960	ASPIRATORE CURVO CON OLIVA D.6MM 190MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCLAP	BC605R		FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STIER	H108-17015		FORBICI MAYO RET.165MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC592R	FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC581R	FORBICI STILLE CRV.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	13-384-16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BH176R	PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	BH131R		PINZA EMOST.PROVIDENCE-HOSP.CRV.140MM	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BH111R		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	13-321-12		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BH645R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.185MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SAMO	NON PRESENTE	BM100R	DUROGRIP PORTAGHI WERTHEIM 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM067R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BM022R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO-SEELEY	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	MEDICON	NON PRESENTE	17.30.14	PINZA ARTERIE CHAPUT PICC.2X3D.125MM	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BJ103R		PINCE EMOST.GEMINI 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-375-16		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH443R	PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	JG522R		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

TRACHEOSTOMIA 2

PESO 5,5 KG

S.O. O.R.L.

KIT VAPORE

68					4	1	0	1	1	5	11	45	37	5	0	0	3
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK341		VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:120MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK369		1/2-COPERCHIO VARIO, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK358A		SOVRACOPERCHIO P/CONT.VARIO 1/2 ALLU ORO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG112R	PANIERE c F.SENZA PIEDINI 243X253X44MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCLAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	06.20.12		PINZETTA ADSON SCANALATURA TRASVER.120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	TEKNO	TK 10100-14		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 145MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MARTIN	12-100-16		PINZETTA ANAT.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RICHARDS	55-0053		PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	06.31.12		PINZETTA DISSEZIONE SEMKEN 1X2D.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	06.05.14		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	06.10.14		PINZETTA DISSEZIONE 2X3D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT022R	DIVARICATORE COLLIN, DOPPIO, SERIE DI 2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	CRM.06.03.028	RETRATTORE DI FARABEU L=150 (28X18) (32X18)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	37-546-18		MR-ELEVATORE FREER,TAGLIENTE/SMUSSO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3	RUDOLF	RU 4486-02		BABY-WUNDHAKEN N SENN-MILLER, SMUSS.	3	0	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BV074R	DIVARICAT. WEITLANER, CHIUSURA LT, SMUS.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FA006R	DILATATORE DI LABORDE, MM 125	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	66.08.05		SPECOLO NASALE DI KILLIAN, CM 14	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	66.02.03		SPECOLO NASALE HARTMANN-HALLE, MM 160	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	OK084R		SPECOLO NASALE DI KILLIAN, C/CHIUSURA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	15.46.12		PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	BH120R		PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	12-721-13		PINZETTA P.SCHEGGIE STIEGLITZ CRV.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	20-390-20		PORTAGHI HEGAR-MAYO 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MEDICON	10.20.18		PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	19.50.18		PINZA PORT.TAMP.FOERSTER-BALLENGER 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	19.16.20		PINZA POLIPI E MEDICAZ GROSS RET.200MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BH216R	PINZA EMOST.HEISS RET.1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC605R	FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC554R	FORBICI MAYO CRV.SULLA PUNTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDICON	02.41.62		DUROTIP FORBICI P DISSEZ.CRV.115MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC592R	FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1314-14		DUROTIP FORBICI P.LEGAT.METZB.CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BH109R		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
3	MEDICON	15.45.12		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
4	REDA	13221-12		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0
1	LEIBINGER	32-01017		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH111R	PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF300R	PINZA ARTERIE CHAPUT PICC.2X3D.125MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MEDICON	16.12.16		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH642R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-414-14		PINZA EMOST.KOCHER RET.1X2D.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MARTIN	13-374-13		PINZA EMOSTATICHE PEAN RET.130MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	MEDICON	16.15.20		PINZA EMOST.HALSTED-MOSQ.CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-375-13		PINZA EMOSTATICHE PEAN CRV.130MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	15.25.14		PINZA EMOST.BABY-CRILE CRV.140MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	EA010R		PINZA P.AFFERRARE BOYS-ALLIS MM 155	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BJ008R		PINZA EMOST.MICRO-ADSON 140MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3279-19		PINCE EMOST.GEMINI 200MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	16.64.22		PINZA PREPARAZ.FORMA A S CRV.220MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JG522R		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

TONSILLE 1

PESO 3,5 KG

S.O. O.R.L.

KIT VAPORE

24					3	0	0	0	0	0	2	19	7	4	0	0	8
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	JK340		VASCHETTA PER CONTAINER 1/2 ALTEZZA:90MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JP024		PRIMELINE, 1/2 COPERCHIO, OCRA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	38-212-00		STAFFA SOLA, DAVIS-BOYLE,P.ADOLESCENTI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OM101R	ABASSA-LINGUA SOLO MC'IVOR 25X55MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OM102R	ABASSA-LINGUA SOLO MC'IVOR 25X62MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OM103R	ABASSA-LINGUA SOLO MC'IVOR 25X75MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR4016		ABASSA-LINGUA 25X105MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	10-133-31		MANICO P.BISTURI N.3L 211MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	OM661R		SCOLLATORE E SEPARATORE DI HURD	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OM452R	COLTELLO BECKMANN PER VEG.ADENOIDI,FIG.2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OM453R	COLTELLO BECKMANN PER VEG.ADENOIDI,FIG.3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OM456R	COLTELLO BECKMANN PER VEG.ADENOIDI,FIG.6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BH139R	PINZA EMOSTATICA DANDY CRV.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	BH961R	PINZA EMOST.TONSILLE SCHNIDT CRV.185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH963R	PINZA EMOST.TONSILLE SCHNIDT CRV.185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC284R	DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STIER	H108-28520		DUROTIP FORBICI DISS.METZB.CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	OM617R		PINZA DI BLOHMKE P.AFFER.LE TONSILLE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4017		ASPIRATORE D.8MM 170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR4018		ASPIRATORE D.6MM 190MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	GK200		CAVO PER COAGULATORE, 3,5 M	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GK940R	PINZA BIPOLARE,195MM,MORSO 1,0MM, RETTA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

TONSILLE 4

PESO 3,5 KG

S.O. O.R.L.

KIT VAPORE

24					5	0	0	0	0	1	3	15	5	4	0	0	6
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK340		VASCHETTA PER CONTAINER 1/2 ALTEZZA:90MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JP024		PRIMELINE, 1/2 COPERCHIO, OCRA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SERVICE MED	NON PRESENTE	OM119R	STAFFA SOLA, DAVIS-BOYLE,P.ADOLESCENTI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OM101R	ABASSA-LINGUA SOLO MC'IVOR 25X55MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OM102R	ABASSA-LINGUA SOLO MC'IVOR 25X62MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OM103R	ABASSA-LINGUA SOLO MC'IVOR 25X75MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR4016		ABASSA-LINGUA 25X105MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	10-133-31		MANICO P.BISTURI N.3L 211MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCLAP	OM472R		COLTELLO DI BARNHILL PER VEG.ADENOIDI #2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OM473R	COLTELLO DI BARNHILL PER VEG.ADENOIDI #3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	37-755-05		COLTELLO DI BECKMANN, FIG.4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4017		ASPIRATORE D.8MM 170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	ULSS10	PR4018		ASPIRATORE D.6MM 190MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OM668R	SEPARATORE E SCOLLATORE DI HENKE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BH131R		PINZA EMOST.PROVIDENCE-HOSP.CRV.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	39-447-19		PINZA EMOST.TONSILLE SCHNIDT CRV.185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SERVICE MED	NON PRESENTE	BH963R	PINZA EMOST.TONSILLE SCHNIDT CRV.185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	BC607R		FORBICI DISS.METZENBAUM CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	101-8087-17		SUPERCUT FORBICI MAYO CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	OM617R	PINZA DI BLOHMKE P.AFFER.LE TONSILLE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GK183	CAVO BIPOL.2 SPINE BAN.SPINA EURO PIATTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	VALLEYLAB	E 700176		PINZA COAGUL.ISOL.OP.155MM PUNTE ANGOLATE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	56-231-08		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

TONSILLE 3

PESO 3,5 KG

S.O. O.R.L.

KIT VAPORE

24					3	0	0	0	0	1	4	16	6	5	0	0	5
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK340		VASCHETTA PER CONTAINER 1/2 ALTEZZA:90MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JP024		PRIMELINE, 1/2 COPERCHIO, OCRA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	38-212-00		STAFFA SOLA, DAVIS-BOYLE,P.ADOLESCENTI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OM101R	ABASSA-LINGUA SOLO MC'IVOR 25X55MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OM102R	ABASSA-LINGUA SOLO MC'IVOR 25X62MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OM103R	ABASSA-LINGUA SOLO MC'IVOR 25X75MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR4016		ABASSA-LINGUA 25X105MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	10-133-31		MANICO P.BISTURI N.3L 211MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OM472R	COLTELLO DI BARNHILL PER VEG.ADENOIDI #2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OM473R	COLTELLO DI BARNHILL PER VEG.ADENOIDI #3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	37-755-05		COLTELLO DI BECKMANN, FIG.4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OM668R	SEPARATORE E SCOLLATORE DI HENKE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4017		ASPIRATORE D.8MM 170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	ULSS10	PR4018		ASPIRATORE D.6MM 190MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	CHIFA	NON PRESENTE	BH145R	PINZA EMOST.CRILE CRV.140MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BH201R		PINZA EMOSTATICA ADSON CRV.185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH210R	PINZA EMOST.HALSTED-MOSQ.RET.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	101-8175-18		SUPERCUT FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STILLE	101-8087-17		SUPERCUT FORBICI MAYO CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	OM617R		PINZA DI BLOHMKE P.AFFER.LE TONSILLE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STIER	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	BISSINGER	80100012		CAVO BIPOL.2 SPINE BAN.SPINA EURO PIATTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	VALLEYLAB	E 700175		PINZA COAGUL.ISOL.20CM PUNTE ANGOLATE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

SETTOPLASTICA 1 BIS

PESO 5,5 KG

S.O. O.R.L.

KIT VAPORE

56					11	0	4	1	3	8	2	27	17	6	0	0	4
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	JK342		VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JK369		1/2-COPERCHIO VARIO, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JK358A		SOVRACOPERCHIO P/CONT.VARIO 1/2 ALLU ORO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF112R	1/2 CESTELLO PERFORATO 243X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	01.27.03		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	10-130-04		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BB046R	MANICO P.BISTURI P.LAME MICRO 135MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	REDA	11174-12		DUROGRIP PINZETTA ADSON 120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BD883R		PINZETTA DISSEZ.GRUENWALD BAION.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD539R	PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDICON	67.58.60		PINZA PER COLUMELLA DI COTTLE, MM100	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	37-466-15		BISTURI DI JOSEPH, MM 140	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	37-549-22		ELEVATORE DOPPIO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	489010		ELEVATORE DOPPIO DI COTTLE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OL165R	MR-ELEVATORE FREER,TAGLIENTE/SMUSSO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	JAKOBI	36 0410		DISSETTORE DI YASARGIL, MM 185	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	489022		UNCINO DI COTTLE, 180 GRD., CURVO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OL617R	DIVARICATORE DI COTTLE, ACUTO, 162 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDICON	67.20.11		UNCINO P.MUCOSA DI JOSEPH, 2 DENTI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	489031		UNCINO NASALE C. GUIDA P.SEGA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	489029		SPECOLO NASALE TIPO DI AUFRICHT MORSO 25MM (OK099R)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 112-330-45		SPECOLO NASALE DI AUFRICHT, MM 160	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OM208R	ABBASSA-LINGUA DI BRUENINGS, MM190	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	KERNA	NON PRESENTE	OL271R	OSTEOTOMO DI COTTLE, GRADUATO CON IMPUGNATURA A "T" 4MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	TONTARRA	112-509-06		SCALPELLO P.SEPTUM DI COTTLE, CURVO,6MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	23-105-02		SCALPELLO DI PARTSCH, CM 14, LARG. MM 3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FL224R	SCALPELLO DI PARTSCH, CM 17, LARG. MM 4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FL223R	SCALPELLO DI PARTSCH, CM 17, LARG. MM 3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	37-625-01		SCALPELLO P.OSTEOTOM.LATERALE, DES.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	37-625-02		SCALPELLO P.OSTEOTOM.LATERALE, DES.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	37-625-03	OSTEOTOMO-CESELLO, NEIVERT-ANDERSON RETTO 7MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	23-216-01		MARTELLO 80G CAPO D:22,5MM 165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	523900		COMPRESSORE OSSA CARTILAGINI,CON PINZA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	489005		RASPATORE CON ASPIRATORE E MANDRINO, 4MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	37-840-20		RASPA ASPIRANTE, A BAION. 5 MM, 200 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	203530		CANNULA ASPIRAZIONE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	REDA	41290-21		CANNULA P. ASPIRAZIONE ADSON D.4MM 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	456001		PINZA P.ETMOIDE DI WEIL-BLAKESLEY,3,6MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	OK048R		SPECOLO NASALE HARTMANN-HALLE, MM 155	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	403655		SPECOLO NASALE DI COTTLE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	NON PRESENTE	OK083R	SPECOLO NASALE DI KILLIAN, C/CHIUSURA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	REDA	15123-13		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	BH111R		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	15.72.16		PINZA EMOST.CRILE RET.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM012R	DUROGRIP PORTAGHI HALSEY 130MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STORZ	513410		FORBICI DI COTTLE, P.NASO,MM105 CURVA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	KERNA	TQ 11-519-11		FORBICI IRIDECTOMIA DI GRAEFE, MM 100	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	513612		FORBICI NASALE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	513612		FORBICI NASALE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC606R	FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDICON	03.06.14		FORBICI CHIR.RET.SM/AC 145MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDITECK	08-4001-18		FORBICI DI HEYMANN, PER NASO, MM190	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	18-610-15	CANNULA D.1,5MM 80MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JG522R		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	56-231-08		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

LARINGE SVUOTAMENTO

S.O. O.R.L.

PESO 9 KG

KIT VAPORE

136					8	10	-1	1	2	3	13	100	71	17	1	1	10
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK742	VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	JK785		3/4-COPERCHIO BASIS, ROSSO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK778A	SOVRACOPERCHIO P/CONT.BASE 3/4 ALLU ORO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	AESCU LAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BB084R		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	ELCON	140-303		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD049R		PINZETTA ANAT.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MARTIN	12-266-15		DUROGRIP PINZETTA WANGENSTEEN 150MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	AESCU LAP	FB400R		PINZA ATR.MORSO 2MM 150MM	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BD236R	PINZETTA ANAT.MC'INDOE 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD755R		PINZETTA A DENTI MOD.RUSSO 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	36-395-16		PINZETTA JANSEN BAION.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	BD880R		PINZETTA JANSEN BAION.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD557R		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	12-260-14	PINZETTA CHIRURGICA 1X2 DENTI, OEHLER CON CARBURO DI TUNGSTENO 145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	06.83.85		PINZETTA DISS.ADLERCREUTZ 4X5D.150MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD701R		PINZETTA BROWN ATR.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	12-303-14		PINZETTA DISSEZIONE 3X4D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	HERZBERG	NON PRESENTE	BD587R	PINZETTA DISSEZIONE 3X4D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
3	STORZ U.S.A.	NON PRESENTE	203417	CANNULA DI ASPIRAZIONE BARON, 1,7MM L.OPER. 75M	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	NON PRESENTE	203423	CANNULA DI ASPIRAZIONE BARON, 2,3MM L. OPER. 75M	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
5	NON PRESENTE	NON PRESENTE	203730	ASPIRATORE D. 3MM L.110MM	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	203740	ASPIRATORE D. 4MM L.110MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	18-610-12	AGO BOTTONUTO D.1,2MM 80MM RACCORDO A OLIVA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	04.51.15		FORBICI JOSEPH 150MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BC605R		FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC605R	FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	101-8175-15		FORBICI LEGAT.CRV.145MM SUPERCUT	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STIER	S08-28515		DUROTIP FORBICI P.LEGAT.METZB.CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STIER	H108-17115		FORBICI STILLE CRV.150MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	03.51.14		FORBICI MAYO CRV.SULLA PUNTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	11-180-17		FORBICI MAYO-STILLE RET.170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	AESCU LAP	BC581R		FORBICI STILLE CRV.150MM	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC581R	FORBICI STILLE CRV.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
3	MARTIN	13-321-12		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
10	AESCU LAP	BH111R		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0
4	AESCU LAP	BH131R		PINZA EMOST.PROVIDENCE-HOSP.CRV.140MM	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0
4	MEDICON	NON PRESENTE	BH110R	PINZA EMOST.HALSTED RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	BH110R	PINZA EMOST.HALSTED RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
4	MARTIN	13-375-16		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EA016R		PINZA INTESTINALE ALLIS 5X6 DENTI MM155	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MEDICON	NON PRESENTE	BF300R	PINZA ARTERIE CHAPUT PICC.2X3D.125MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	BF426R	PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	REDA	15123-13		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BH119R		PINZA MOSQUITO HALSTED CRV.1X2D.125MM	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
2	STORZ	535612		PINZA MOSQUITO HALSTED CRV.1X2D.125MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
1	MARTIN	13-385-16		PINZA EMOST.CRILE CRV.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	MARTIN	13-384-16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
3	MEDICON	NON PRESENTE	BH176R	PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0
3	AESCU LAP	BH118R		PINZA MOSQUITO HALSTED RET.1X2D.125MM	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	STORZ	535412		PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MEDICON	NON PRESENTE	BH120R	PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	BJ013R		PINZA EMOST.BABY-ADSON 140MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	BM236R	PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM218R	PORTAGHI CRILE-WOOD FINO 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	KERNA	051-060-15		DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM065R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	H0	MANCA GRIGLIA SUPERIORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BT020R		DIVARICATORE FARABEUF, DOPPIO,SERIE DI 2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BT031R		DIVARICATORE D.ROUX 19X22/23X30MM 145MM	0	1	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ELCON	160-522		DIVARICATORE COLLIN, DOPPIO, SERIE DI 2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	15-242-03		DIVARICAT. KOCHER, SEMI-ACUTO, 3 DENTI	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	23.07.16		DIVARICATORE DI LANGENBECK,43X13MM,230MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	CHIRON	NON PRESENTE	BT322R	DIVARICATORE DI LANGENBECK,33X14MM,210MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	BT446R	DIVARICAT. DI HOESEL,VALVA 220 X 40 MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BT185R		DIVARICATORE DI CUSHING, 14 X 18 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
1	MARTIN	38-271-15		ABBASSA-LINGUA DI HARTMANN, MM150	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ULSS10	PR4041		CROMA - RETRATTORE TIPO LANGENBECK 70 X 20 L.180MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM810R	AGO DESCHAMPS SMUSSO CRV.SIN.215MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM811R	AGO DESCHAMPS SMUSSO CRV.DES.215MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OL166R	ELEVATORE DI FREER-YASARGIL, 185 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	68.54.15		ELEVATORE PER SETTO NASALE, DOPPIO, KILLIAN ACUTO/SMUSSO 230MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MOVI	NON PRESENTE	BT901R	DIVARICAT. MANNERFELT,MOD.1DENTE,SMUSSO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MOVI	NON PRESENTE	BT902R	DIVARICAT.,MODIF.MANNERFELT,1DENTE,ACUTO	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	29.53.52	VOLKMANN BONE CURETTE STR.FIG.2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	403555		SPECOLO NASALE DI KILLIAN, C/CHIUSURA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OK093R	SPECOLO NASALE DI KILLIAN, CM 14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR4042		FORBICE PER LARINGECTOMIA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	30-178-13	BV077R	DIVARICATORE DI WULLSTEIN, CM 13,SMUSSI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	11-455-17		FORBICI DURA-MADRE SCHMIEDEN-TAYLOR155MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	FB568R		PINZA BABY PER IMP. MULTIPLO,CURVA 60GR.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	FB466R		PINZA DE BAKEY VASI PERIF., CURVA 180MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	UPL	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	56-231-08		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	07-1133		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

LARINGO POLIPO E BENDARELLA

PESO 6 KG

S.O. O.R.L.

KIT VAPORE

30					4	3	6	0	4	4	1	8	3	1	0	0	4
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCU LAP	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JK788		3/4-COPERCHIO BASIS, ORO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JK778A		SOVRACOPERCHIO P/CONT.BASE 3/4 ALLU ORO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF253R	3/4 CESTELLO PERFORATO 406X253X76MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STORZ	8590 C		LARINGOSCOPIO INTERV.CHIR.140MM MEDIO (TIPO OP293R)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	WOLF	8291.23		ASPIRATORE D.2,5MM L.300MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	11-170-14		FORBICI MAYO RET.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JG522R		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	OP310R		MICRO-FORBICE P.LARINGE,RETTA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	OP311R		MICRO-FORBICE P.LARINGE,SINISTRA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	OP312R		MICRO-FORBICE P.LARINGE, DESTRA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	OP313R		MICRO-FORBICE P.LARINGE,CURV.VERS.ALTO,	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	OP310R		MICRO-FORBICE P.LARINGE,RETTA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	OP312R		MICRO-FORBICE P.LARINGE, DESTRA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	OP313R		MICRO-FORBICE P.LARINGE,CURV.VERS.ALTO,	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CEATEC	LA 013.25		MICRO-FORBICE P.LARINGE,SINISTRA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MICRO FRANCE	MCL 15		MICRO-PINZA P.LARINGE, SINISTRA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MICRO FRANCE	MCL 18		MICRO-PINZA P.LARINGE,DESTRA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MICRO FRANCE	MCL 25		MICRO-PINZA P.LARINGE, RETTA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	8591 A		MICRO-PINZA P.LARINGE, RETTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	WOLF	8283.02		PINZA MORSO CUCCHIAIO CRV DX L. 230MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MICRO FRANCE	MCL 29		MICRO PINZA,CURV.SX,MORSO OV.1,3X0,8MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MICRO FRANCE	MCL 30		MICRO PINZA,CURV.DESTRA,MORSO OV.1,3X0,8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MICRO FRANCE	MCL 67		MICRO-PINZA P.LARINGE,CURV.VERS.ALTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	EXPLORENT	632055		PINZA A TRIANGOLO FENESTRATO CRV A DX L.OPER. 230MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	EXPLORENT	632058		PINZA A TRIANGOLO FENESTRATO, RETTA L.OPER. 230MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	87.33.53	PROLUNGA PER ELETTRODI	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

LARINGOSOSPENSIONE

PESO 4,5 KG

S.O. O.R.L.

KIT VAPORE

28					4	1	1	1	1	3	0	17	6	6	1	0	4
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK740		VASCHETTA PER CONTAINER 3/4 ALTEZZA:90MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JP014		PRIMELINE, 3/4 COPERCHIO, OCRA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	8661 AN		LARINGOSCOPIO OPERATIVO DIVARICABILE SEC. STEINER	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	OP293R		LARINGOSCOPIO INTERV.CHIR.140MM MEDIO	0	1	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	WOLF	8449.32		LARINGOSCOPIO INTERV.CHIR.140MM MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	11-170-14		FORBICI MAYO RET.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4043		SOLLEVATORE PER CORDE VOCALI 2MM L.OPER. 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	WOLF	8291.23		ASPIRATORE D.2,5MM L.300MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	OP320R		PINZA P.LARINGE RETTA,FINESTRATA,250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	AESCLAP	OP325R		PINZA P.LARINGE,RETТА,TAGL.250MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	56-231-08		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STIER	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	OP312R		MICRO-FORBICE P.LARINGE, DESTRA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	8594 B		MICRO-FORBICE P.LARINGE,CURV.VERS.ALTO,	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	8594 D		MICRO-FORBICE P.LARINGE,SINISTRA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MICRO FRANCE	MCL 11		MICRO-FORBICE P.LARINGE,RETТА	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	8594 C	MICRO-FORBICE P.LARINGE, DESTRA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	8594 D	MICRO-FORBICE P.LARINGE,SINISTRA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	8591 C	MICRO-PINZA P.LARINGE, DESTRA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	8591 D	MICRO-PINZA P.LARINGE, SINISTRA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	8660 H	GRASPING FORCEPS SERRATED	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4044		PINZA DA PRESA CRV A DX, 1X2DENTI, D.2MM L.250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	ULSS10	PR4045		PINZA DA PRESA CRV A SX, 1X2DENTI, D.2MM L.250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	8591 V		MORSO DI BRUENINGS CURVA A DX	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	8591 W		MORSO DI BRUENNINGS CURVA A SX	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	87.33.53	PROLUNGA PER ELETTRODI	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

OTTICA 0° 4MM 1

S.O. O.R.L.

PESO 1 KG

SET VAPORE

3					2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	39301 A		VASSIO OTTICA PER ARTROSCOPIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	7230 AA		OTTICA GRANDANG.D: 4,0MM, 0 GRADI,175 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	723750 B		TUBO DI PROTEZIONE 175MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

OTTICA 0° + 45° 4MM 1

S.O. O.R.L.

PESO 1 KG

SET VAPORE

5					2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	39301 A		VASSIO OTTICA PER ARTROSCOPIO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	7230 AA		OTTICA GRANDANG.D: 4,0MM, 0 GRADI,175 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	723750 B		TUBO DI PROTEZIONE 175MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	7230 FA		OTTICA GRANDANG D: 4,0 MM 45 GRADI 175 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	723750 B		TUBO DI PROTEZIONE 175MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

OTTICA 0° + 45° 4MM 2

S.O. O.R.L.

PESO 1 KG

SET VAPORE

4					3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	39301 A		VASSIO OTTICA PER ARTROSCOPIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	7230 AA		OTTICA GRANDANG.D: 4,0MM, 0 GRADI,175 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	723750 B		TUBO DI PROTEZIONE 175MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	7230 FA		OTTICA GRANDANG D: 4,0 MM 45 GRADI 175 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

OTTICA 0° + 45° 4MM 3

S.O. O.R.L.

PESO 1 KG

SET VAPORE

3					3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	39301 A		VASSIO OTTICA PER ARTROSCOPIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	7230 AA		OTTICA GRANDANG.D: 4,0MM, 0 GRADI,175 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	7230 FA		OTTICA GRANDANG D: 4,0 MM 45 GRADI 175 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

OTTICA 0° + 45° 4MM 4

S.O. O.R.L.

PESO 1 KG

SET VAPORE

5					3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	39301 A		VASSIO OTTICA PER ARTROSCOPIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	7230 AA		OTTICA GRANDANG.D: 4,0MM, 0 GRADI,175 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	723750 B		TUBO DI PROTEZIONE 175MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	7230 FA		OTTICA GRANDANG D: 4,0 MM 45 GRADI 175 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	723750 B		TUBO DI PROTEZIONE 175MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

OTTICA 30° 4MM 1

PESO 1 KG

S.O. O.R.L.

SET VAPORE

2					2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	39301 C		VASSOIO P.2 OTTICA FINO A 340MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27005 BA		OTTICA GRANDANG.D: 4,0MM,30 GRADI,302 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

OTTICA 30° 4MM 2

S.O. O.R.L.

PESO 1 KG

SET VAPORE

2					1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	39301 A		VASSIO OTTICA PER ARTROSCOPIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DATOMED	NON PRESENTE	7230 BA	OTTICA GRANDANG.4MM, 30 °	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

OTTICA 45° 2,9MM 1

S.O. O.R.L.

PESO 1 KG

SET VAPORE

3					2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	39301 A		VASSIO OTTICA PER ARTROSCOPIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	EXPLORENT	830045		OTTICA 45° 3MM INGRANDITA L.140MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	723750 B	TUBO DI PROTEZIONE 175MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

OTTICA 45° 2,9MM 2

S.O. O.R.L.

PESO 1 KG

SET VAPORE

3					2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	39301 A		VASSIO OTTICA PER ARTROSCOPIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	EXPLORENT	830045		OTTICA 45° 3MM INGRANDITA L.140MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	723750 B	TUBO DI PROTEZIONE 175MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

BISTURI MLS

PESO 1 KG

S.O. O.R.L.

SET VAPORE

4					0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OP389R	CUCCHIAIO DISSEZ. D:3,5MM,45GRD.,P.OP380	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OP380R	MANICO PER STRUMENTI OP386-OP396R	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OP386R	COLTELLO, 250MM, ADATT. A OP380	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OP380R	MANICO PER STRUMENTI OP386-OP396R	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PINZA BIPOLARE 1
PESO 1 KG

S.O. O.R.L.
SET VAPORE

2					1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	VALLEYLAB	E 700178		PINZETTA BIPOL.PARZIALM.ISOLATA ANG.200	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GK194	CAVO BIPOL.VALLEYLAB/EURONORM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PINZA BIPOLARE 2

S.O. O.R.L.

PESO 1 KG

SET VAPORE

2					1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	80-924-20		PINZA P.COAGULAZ.20 CM RETTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GK194	CAVO BIPOL.VALLEYLAB/EURONORM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PINZA BIPOLARE 3

S.O. O.R.L.

PESO 1 KG

SET VAPORE

2					1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	80-925-20		PINZA COAGUL.ISOL.20CM PUNTE ANGOLATE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GK194	CAVO BIPOL.VALLEYLAB/EURONORM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PINZA BIPOLARE 4

PESO 1 KG

S.O. O.R.L.

SET VAPORE

2					0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	80-993-17-04	PINZA BIPOL.ISOL. A BAIONETTA 170MM, MORSO SMUSSO 2MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GK194	CAVO BIPOL.VALLEYLAB/EURONORM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PINZA BIPOLARE 5

S.O. O.R.L.

PESO 1 KG

SET VAPORE

2					1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ERBE	20195-034		PINZA BIPOLARE,195MM,MORSO 2,0MM, RETTA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	BISSINGER	80100012		CAVO BIPOL.2 SPINE BAN.SPINA EURO PIATTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PINZA BIPOLARE 6

S.O. O.R.L.

PESO 1 KG

SET VAPORE

2					0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	VALLEYLAB	NON PRESENTE	GK886R	PINZETTA BIPOL.COMPL.ISOLATA ANGOL.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GK183	CAVO BIPOL.2 SPINE BAN.SPINA EURO PIATTA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

FORBICE BIPOLARE 1

S.O. O.R.L.

PESO 1 KG

SET VAPORE

2					2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	BISSINGER	85717150		FORBICE BIPOLARE "BITECH" MICRO 175MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	BISSINGER	80100081		CAVO BIPOLARE, 2 BANANE, SPINA TONDA, 3M	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

FORBICE BIPOLARE 2

S.O. O.R.L.

PESO 1 KG

SET VAPORE

2					2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	BISSINGER	85717150		FORBICE BIPOLARE "BITECH" MICRO 175MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	BISSINGER	80100081		CAVO BIPOLARE, 2 BANANE, SPINA TONDA, 3M	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

TURBINATI

PESO 1 KG

S.O. O.R.L.

SET VAPORE

2					0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	404040		NASAL SPECULUM,W.COLD LIGHT,13,5CM,40MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	36-375-12		PINZETTA AD ANGOLO WILDE 115MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PINZA DESSY 1

S.O. O.R.L.

PESO 1 KG

SET VAPORE

3					3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	26184 HM		MANICO SENZA CREMAGLIERA HF BIPOLARE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	28164 FSS		PINZA DESSY 45°	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26176 L		CAVO BIPOLARE ALTA FREQUENZA, 2 BANANE, SPINA TONDA 4MM, L.3M	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PINZA BIPOLARE CASTELNUOVO 1

S.O. O.R.L.

PESO 1 KG

SET VAPORE

5					5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	26284 HM		IMPUGNATURA BIPOL. PER ANELLO TAKE-APART	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	462010		CAMICIA ESTERNA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	402011		CAMICIA INTERNA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	402021		INSERTO PINZA BIPOLARE SEC. CASTELNUOVO, 45°, SOTTILE, 2MM, L.140MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26176 L		CAVO BIPOLARE ALTA FREQUENZA, 2 BANANE, SPINA TONDA 4MM, L.3M	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

FRATTURA OSSA NASALI 1

S.O. O.R.L.

PESO 1 KG

SET VAPORE

9					0	0	1	0	0	0	0	8	4	1	0	0	3
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD870R	PINZETTA ADSON A BAIONETTA 175MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STORZ	525800		STRUM.PER FRATTURE DEL NASO, DI BOIES	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR1013		CANNULA ASPIRAZIONE CURVA CON ATTACCO LUER D.3 L.120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STIER	NON PRESENTE	BC580R	FORBICI STILLE RET.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OL470R	PINZA ASH PER RADRIZZ. IL SETTO, MM220	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AMPLIMED	NON PRESENTE	OK053R	SPECOLO NASALE DI BECKMANN 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	66.02.02		SPECOLO NASALE HARTMANN, MM 160	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	OK092R		SPECOLO NASALE DI KILLIAN, CM 14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

ALLIS

S.O. O.R.L.

PESO 1 KG

SET VAPORE

4					0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
4	HI-TECH	NON PRESENTE	EA095R	PINZA ATR.ALLIS 7,0MM 200MM	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

KIT TAMPONI NASALI 1

S.O. O.R.L.

PESO 1 KG

SET VAPORE

5					1	0	1	0	0	0	1	2	1	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MEDICON	07.30.16		PINZETTA JANSEN BAION.160MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	03.02.15		FORBICI CHIR.RET.SM/SM 150MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	GF352R		CANNULA ASPIR.FERGUSSON,D:2,5MM,LL:110MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	36-845-02		SPECOLO NASALE HARTMANN-HALLE, MM 155	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG521R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,063 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

KIT TAMPONI NASALI 2

S.O. O.R.L.

PESO 1 KG

SET VAPORE

3					0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD878R	PINZETTA LUCAE BAION.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	CROMA	NON PRESENTE	OK085R	SPECOLO NASALE DI COTTLE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

KIT TAMPONI NASALI 3

PESO 1 KG

S.O. O.R.L.

SET VAPORE

4					0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	426516		PINZETTA JANSEN BAION.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR1013		CANNULA ASPIRAZIONE CURVA CON ATTACCO LUER D.3 L.120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	36-861-45	SPECOLO NASALE DI COTTLE NERO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	JG522R		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

COPRIMOTORE AESCULAP

PESO 1 KG

S.O. O.R.L.

SET ETO

2					0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCULAP	GA500		MOTORE PNEUMATICO MICROLAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	GD450		MICROLINE HANDPIECE 70MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

CANNULE ASPIRAZIONE

PESO

1

KG

S.O. O.R.L.

SET ETO

16					16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	STORZ	204005		CANNULA DI ASPIRAZ. VERHOEVEN, D:24SWG	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STORZ	204007		CANNULA DI ASPIRAZ. VERHOEVEN, D:22SWG	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STORZ	204008		CANNULA DI ASPIRAZ. VERHOEVEN, D:20SWG	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STORZ	204010		ASPIRATORE CURVO A GOMITO D.1MM L.OPER. 60MM CON LUER-LOCK	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STORZ	204013		CANNULA DI ASPIRAZ. VERHOEVEN, D:18SWG	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STORZ	204015		CANNULA DI ASPIRAZ. VERHOEVEN, D:16SWG	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STORZ	204020		ASPIRATORE CURVO A GOMITO D.2MM L.OPER. 60MM CON LUER-LOCK	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STORZ	204025		ASPIRATORE CURVO A GOMITO D.2,5MM L.OPER. 60MM CON LUER-LOCK	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

BRONCOSCOPIO PEDIATRICO RIGIDO

PESO 2,5 KG

S.O. O.R.L.

PACCO VAPORE

19					16	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	39360B		CONTAINER IN MATERIALE SINTETICO CON COPERCHIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	10383 A		ASPIRATORE CON FORO INTERRUETTORE SUZIONE D. 3MM 350MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	10339 CD		BRONCOSCOPIO DOESEL-HUZLY D.3,5MM 300MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	NON PRESENTE	10339 C	BRONCOSCOPIO DOESEL-HUZLY D.4MM 300MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	10386 VH		IMPUGNATURA A TRE ANELLI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	6901890		TUBO GUIDA L.OPER. 350MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	10386 BE		CESTELLO PER CORPI ESTRANEI L.350MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	10387 HF		PINZA DA PRESA L.OPER. 330MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	10387 KF		PINZA DA PRESA FENESTRATA L.OPER. 330MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	10338 N		TAPPO DI CHIUSURA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	10338 M		TAPPO DI CHIUSURA CON FINESTRA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	10338 S		ELEMENTO GUIDA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	10101 FA		RIFLETTORE PRISMATICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	10924 D		ADATTATORE PER ASPIRATORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STORZ	10338 K		CANNULA INIEZIONE 2,7MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	10338 P		INSERTO FLUVOG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	10324 AA		OTTICA 0° D.2,9MM 360MM COD. COLORE VERDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	723750 H		TUBO DI PROTEZIONE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

KIT ESOFAGOSCOPIO

PESO

3

KG

S.O. O.R.L.

PACCO VAPORE

12					7	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JG222R		PANIERE 1/1 F.SENZA PIEDINI 540X253X44MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	10381 AL		TUBO DI ASPIRAZ.,PUNTA IN GOMMA, 500 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	12070		IMPUGNATURA PER ESOFAGOSCOPI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	12060 B		ESOFAGOSCOPIO 12X16 MM LUNG. 300MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	12060 F		ESOFAGOSCOPIO 8X12MM 300MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	12060 A		ESOFAGOSCOPIO, 12 X 16 MM, LENGTH 50 CM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	12060 E		ESOFAGOSCOPIO ROBERTS-JESBERG OVALE 8X12MM 500MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	10370 L		PINZA BIOPSIA P.BRONCOSCOPIA D:2,5MM LUNG.500 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	10370 H		PINZA COCCODRILLO P.BRONCOSCOPIA D:2,5MM LUNG.500MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	10370 U		PINZA PER BIOPSIA E RIMOZIONE CORPI ESTRANEI D. 2,5MM 500MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	10370 J		PINZA DENTATA PER CORPI ESTRANEI PIATTI D. 2,5MM 500MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	10370 K		PINZA PER CORPI ESTRANEI MORBIDI D.2,5MM 500MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

MINI ORL

PESO 2 KG

S.O. O.R.L.

PACCO VAPORE

45					3	0	6	0	3	0	0	33	21	5	0	0	7
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF112R	1/2 CESTELLO PERFORATO 243X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	01.27.03		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BB077R	MANICO P.BISTURI NO.7 162MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4369-00		PINZETTA ADSON MORSO PIATTO120MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	TEKNO	11505-12		PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MARTIN	12-100-16		PINZETTA ANAT.160MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4134-12		PINZETTA DISS.ADSON MORS.STRI.1X2D.120MM CON TUNG.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BD537R		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD557R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	NON PRESENTE	OL165R	MR-ELEVATORE FREER,TAGLIENTE/SMUSSO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN003R	SONDA SCANALATA 130MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	STIER	H118-30204		DIVARICATORE DI MEYERDING, FIG.A, 180 MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	NON PRESENTE	15-161-02	DIVARIC. LANGENBECK-GREEN, 6X16 MM, FINE	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	MARTIN	15-087-04		UNCINO, MODELLO FINE, 4 DENTI SMUSSI	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4497-12		DIVARICATORE FARABEUF, DOPPIO,SERIE DI 2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT021R	DIVARICATORE FARABEUF, GRANDE,SERIE DI 2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	RU 5560-12	PINZA SGORBIA 2MM MINI-FRIEDMANN, CURVA, 125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	BH109R		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	BH111R		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	REDA	13223-12		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	LEIBINGER	32-01016		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC606R	FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	RUDOLF	RU 1263-17		DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BC259R		DUROTIP FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MULLER	CH 5681		FORBICE PECK-JOSEPH SMUSSA 135MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	BJ008R		PINZA EMOST.MICRO-ADSON 140MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BJ014R		PINZA EMOST.BABY-ADSON 180MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH442R	PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2	AESULAP	BH120R		PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	15.47.12		PINZA MOSQUITO HALSTED CRV.1X2D.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	BH121R	PINZA MOSQUITO HALSTED CRV.1X2D.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF123R	PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	BM025R		DUROGRIP PORTAGHI P.VASI SOTTILE 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BM066R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	JG522R		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	47.30.08		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

TRACHEOSTOMIA 1

PESO 3 KG

S.O. O.R.L.

PACCO VAPORE

64					1	0	13	0	2	2	1	45	26	12	0	0	7
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF112R	1/2 CESTELLO PERFORATO 243X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	AESCLAP	BD220R		PINZETTA ADSON P.DISSEZ.120MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MEDICON	06.00.14		PINZETTA ANAT.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	REDA	11104-14		PINZETTA ANAT.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	AESCLAP	BD512R		PINZETTA DISS.ADSON MORS.STRI.1X2D.120MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MARTIN	12-301-14		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	BD557R		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	37-546-18		MR-ELEVATORE FREER,TAGLIENTE/SMUSSO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MARTIN	15-167-16		BABY-WUNDHAKEN N SENN-MILLER, SMUSS.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT020R	DIVARICATORE FARABEUFG, DOPPIO,SERIE DI 2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	CRM.06.03.028	RETRATTORE DI FARABEUFG L=150 (28X18) (32X18)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	NON PRESENTE	BV071R	DIVARICAT. DI WEITLANER, CON CHIUSURA LT	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	FA006R		DILATATORE DI LABORDE, MM 125	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	12-721-13		PINZETTA P.SCHEGGEG STIEGLITZ CRV.140MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	36-856-01		SPECOLO NASALE DI KILLIAN, CM 14	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	36-856-02		SPECOLO NASALE DI KILLIAN, CM 14	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	36-856-03		SPECOLO NASALE DI KILLIAN, CM 14	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM066R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	BM013R		DUROGRIP PORTAGHI BABY-CRILE-WOOD 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	REDA	25134-13		DUROGRIP PORTAGHI WEBSTER LISCIO 125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF122R	PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	BJ055R		PINCE EMOST.MIXTER 228MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BJ014R		PINZA EMOST.BABY-ADSON 180MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-421-14		PINZA EMOST.BABY-ADSON 140MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	19.16.20		PINZA POLIPI E MEDICAZ GROSS RET.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BC581R		FORBICI STILLE CRV.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	11-181-15		FORBICI STILLE CRV.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1311-14/MC		SUPERCUT FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BC259R		DUROTIP FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1311-14		FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	15.46.12		PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	13-312-12		PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	REDA	13223-12		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
4	REDA	13221-12		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0
1	MEDICON	15.41.12		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	15.45.12		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH111R	PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
3	AESULAP	BH109R		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	0	0
1	MARTIN	13-256-13		PINZA ARTERIE CHAPUT PICC.2X3D.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BF300R		PINZA ARTERIE CHAPUT PICC.2X3D.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
3	MARTIN	13-414-14		PINZA EMOST.KOCHER RET.1X2D.140MM	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
2	MARTIN	13-327-15		PINZA EMOST.LERICHE CRV.150MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	13-326-15		PINZA EMOST.LERICHE RET.150MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	16.11.18		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDICON	16.15.20		PINZA EMOST.HALSTED-MOSQ.CRV.200MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	EA092R		PINZA ATR.ALLIS 6,2MM 155MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	L & T	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

TAMPONAMENTO NASALE POSTERIORE

S.O. O.R.L.

PESO 0,5 KG

PACCO VAPORE

9					0	0	0	0	0	0	0	9	7	2	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCU LAP	BD883R		PINZETTA DISSEZ.GRUENWALD BAION.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OM230R	ABBASSA-LINGUA DI HARTMANN, MM150	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	03.51.14		FORBICI MAYO CRV.SULLA PUNTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BJ012R		PINZA EMOST.BABY-MIXTER 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BH216R	PINZA EMOST.HEISS RET.1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	OK052R		SPECOLO NASALE DI TIECK-HALLE, MM 135	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OK042R	SPECOLO NASALE HARTMANN, MM 160	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	OK083R		SPECOLO NASALE DI KILLIAN, C/CHIUSURA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GF364R	CANNULA ASPIR.FERGUSSON D:4,0MM LL:130MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

SPECIALITA'	CODICE CDC
S.O. ORTOPEDIA	410903

Q.TA'	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2122	432	114	227	7	112	164	175	891	295	131	29	0	436

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

MOTORE SYNTHES
PESO 10,5 KG

S.O. ORTOPEDIA
KIT VAPORE

10					6	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESFULAP	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESFULAP	JK769		3/4-COPERCHIO VARIO, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESFULAP	JK759A		SOVRACOPERCH.P/CONT.VARIO 3/4 ALLU ARG.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESFULAP	JF254R		3/4 CESTELLO PERFORATO 406X253X106MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	511.606		AIR REAMER/DRILL 2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	511.610		CORPO MOTORE "AIR OSCILLATOR"	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	530.780		MANDRINO C.INNESTO RAPIDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	TMT	05140		MOTORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	519.510		TUBO DOPPIA VIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0008		LAME PER SEGA VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

SET ACROMION PLASTICA 1

PESO 7,5 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

45					0	1	5	0	1	12	2	24	3	4	1	0	16
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	Aesculap	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	JK789		3/4-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	JK779A		SOVRACOPERCHIO P/CONT.BASE 3/4 ALLU ARG.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF253R	3/4 CESTELLO PERFORATO 406X253X76MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	01.28.04		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BB084R	MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4850-07		MANICO P.BISTURI NO.7 162MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4015-16		PINZETTA ANAT.MORSO 1,5MM 155MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 11505-12		PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	06.05.14		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	TEKNO	TK 11505-12		PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4100-16		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	06.35.60		PINZETTA DISSEZIONE WAUGH 1X2D.250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	MEDICON	22.42.02		DIVARICATORE DI VOLKMANN, 2 DENTI ACUTI	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT242R	DIVARICATORE DI VOLKMANN, 2 DENTI ACUTI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT325R	DIVARICATORE DI LANGENBECK,40X10MM,210MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT326R	DIVARICATORE DI LANGENBECK,40X13MM,210MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	REDA	33747-18		RASPATORE, CURVO, LAMA TONDO, 14,0MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	26.64.13		RASPATORE CURVO LAMA RETTA 3,0MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	26.64.16		RASPATORE, CURVO, LAMA RETTA, 6,0MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	013571		RASPA SEMISFERICA D.11MM L.230MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK814R	CURETTA DOPPIA WILLIGER,TAGLIENTE,145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 5440-24		LEVA PER OSSA DI HOHMANN, MM 260	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ACCURATUS	35.54.66		OSTEOTOMO LAMBOTTE RET.15MM LG.245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	FL652R		OSTEOTOMO LAMBOTTE RET.10MM LG.245MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FL651R		OSTEOTOMO LAMBOTTE RET.8MM LG.245MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FL066R	MARTELLO DI OMBREDANNE 550G.D:40MM 240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN903R	TUBO REDON CH.10 LEGG.CRV.PUNTA COLT.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FO515R	HOHLMEISSELZANGE N.ZAUFAL-JANSEN, 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FO502R	PINZA SGORBIA CURVA MORSO 5MM 160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	15.72.66		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3010-16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH176R	PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 1263-17M		FORBICI DI MAYO-STILLE CURVA CARBURO TUNGSTENO SUPERCAT L.170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1311-14		FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC605R	FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM019R	DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	BM100R		DUROGRIP PORTAGHI WERTHEIM 200MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM362R	PORTAGHI MATHIEU 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MDE	660-0320-170		PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	MD465R	PINZA ARTERIALE COLLER CURVA 143MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 3861-25		PINZA MAIER P.POLIPI C.CREM.CRV.265MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

SET ACROMION PLASTICA 2

PESO 7,5 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

45					2	1	5	0	2	6	3	26	6	5	0	0	15
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	Aesculap	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JK789		3/4-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JK779A		SOVRACOPERCHIO P/CONT.BASE 3/4 ALLU ARG.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF112R	1/2 CESTELLO PERFORATO 243X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	01.28.04		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BB084R	MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STIER	H106-10700		MANICO P.BISTURI NO.7 162MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	06.22.12		PINZETTA ADSON P.DISSEZ.120MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	06.20.05		PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	TEKNO	TK 11505-12		PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4120-14		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	06.10.16		PINZETTA DISSEZIONE 2X3D.160MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	06.35.60		PINZETTA DISSEZIONE WAUGH 1X2D.250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	AESCU LAP	BT359R		DIVARICAT. DI KOCHER-LANGENBECK,41X11MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	MEDICON	22.34.02		DIVARICATORE DI VOLKMANN, 2 DENTI ACUTI	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT242R	DIVARICATORE DI VOLKMANN, 2 DENTI ACUTI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 5440-24		LEVA PER OSSA DI HOHMANN, MM 260	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK325R	RASPATORE, CURVO, LAMA TONDO, 14,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ACUFEX	013572		RASPA SEMICILINDRICA D.11MM L.230MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	26.64.13		RASPATORE CURVO LAMA RETTA 3,0MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 5368-01		CURETTA DOPPIA WILLIGER,TAGLIENTE,145MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN903R	TUBO REDON CH.10 LEGG.CRV.PUNTA COLT.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FL066R	MARTELLO DI OMBREDANNE 550G.D:40MM 240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK319R	RASPATORE, CURVO, LAMA RETTA, 6,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	TEKNO	NON PRESENTE	FL652R	OSTEOTOMO LAMBOTTE RET.10MM LG.245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FL653R	OSTEOTOMO LAMBOTTE RET.13MM LG.245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STILLE	NON PRESENTE	FL654R	OSTEOTOMO LAMBOTTE RET.15MM LG.245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STIER	H132-21315		PINZA SGORBIA 3 SNODI LEGGERM. CURVA L.150MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	31.07.05		PINZA SGORBIA DI RUSKIN, MM 190	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	11-931-17		DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 1314-14		DUROTIP FORBICI P.LEGAT.METZB.CRV.145MM	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3010-16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH176R	PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF426R	PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	MD465R		PINZA ARTERIALE COLLER CURVA 143MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3860-25		PINZA MAIER P.POLIPI C.CREM.RET.265MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM067R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM100R	DUROGRIP PORTAGHI WERTHEIM 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STIER	H124-37402TC		PORTAGHI MATHIEU 200MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STIER	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

ACUFEX PER LCA 1

S.O. ORTOPEDIA

PESO 9 KG

KIT VAPORE

74					21	20	10	0	2	3	9	9	1	2	0	0	6
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AS MEDIZINTECHNIK	NON PRESENTE	JK789	3/4-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AS MEDIZINTECHNIK	NON PRESENTE	JK779A	SOVRACOPERCHIO P/CONT.BASE 3/4 ALLU ARG.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF253R	3/4 CESTELLO PERFORATO 406X253X76MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	02.06.10		FORBICI P.MICROSCOPIA RET.108MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	ARTHREX	AR-1867		UNCINO TIBIALE DX	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ARTHREX	AR-1866		UNCINO TIBIALE SX	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	7205517		MANICO PER GUIDA TIBIALE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	7205518		UNCINO PER GUIDA TIBIALE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	7205519		UNCINO PER GUIDA TIBIALE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MITEK	219355		GUIDA FEMORALE 5MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MITEK	219356		GUIDA FEMORALE 6MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MITEK	219357		GUIDA FEMORALE 7MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINVATEC	8567		BULLSEYE GUIDA FEMORALE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 5640-14		PINZA TAGLIENTE LISTON RETTA 140MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	7205525		GUIDA PER PUNTE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ARTHREX	AR-1234		GRAFT SHAPERL.190MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ARTHREX	AR-1875		GUIDA TIBIALE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ARTHREX	AR-1876		GUIDA PER FILO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	REDA	33611-10		SCALPELLO DI PARTSCH, CM 17, LARG. MM 9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ARTHREX	AR-3026		SWICH-STIK	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	BIOMET	90342		SUPERMAXCUTTER	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	23-340-03		CURETTA SIMON TAGLIENTE, RIGIDA, 234 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ARTHREX	AR-1845		TUNNEL NOTCHER FOR BIO-INTERFERENCE SCREWS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ARTHREX	AR-1801		PUNTATORE FEMORALE 7MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ARTHREX	AR-1803		GUIDA TRAPANO 5MM PER TIBIA E FEMORE L.235MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ARTHREX	AR-1804		PUNTATORE FEMORALE 6MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	LINVATEC	8750		STRIPPER PER TENDINI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	BIOSYSTEM PLUS	OP-ML001		MISURATORE PUNTE DA 6.5 A 10.0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	OSTEO	13380		GUIDA VITI PROTEGGI TESSUTI D.2,0MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2039		SUPPORTO PER PERFORATORI DA 6 A 12MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ACUFEX	013542		PERFORATORE D.6MM L.65/175MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	013543		PERFORATORE D.7MM L.65/175MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	013544		PERFORATORE D.8MM L.65/175MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	013545		PERFORATORE D.9MM L.65/175MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	013546		PERFORATORE D.10MM L.65/175MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2040		ACUFEX CENTRAPUNTE 2,5MM L.80MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
				MAZZETTO CON:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BT020R		DIVARICATORE FARABEUF, DOPPIO,SERIE DI 2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	101-8175-20		SUPERCUT FORBICI METZENBAUM CRV.200MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BH951R		PINZA EMOSTASI D.TONSILLE NEGUS 190MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
				MAZZETTO CON:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	BIOMET	909733		IMPUGNATURA CON ATTACCO RAPIDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ATLANTECH	160-007		DILATATORE FORATO CON MANICO A T L.220MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	BIOMET	905274		STELO 9-10-11MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	BIOMET	11000467		STELO 7-8MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2041		ALESATTORE 5MM L.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				MAZZETTO CON:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HIT MEDICA	HMS 7830-05		ALESATTORE 5MM L.175MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HIT MEDICA	HMS 7830-06		ALESATTORE 6MM L.175MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HIT MEDICA	HMS 7830-07		ALESATTORE 7MM L.175MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	7207493		FRESA 7,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	013661		FRESA 8 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ACUFEX	7207494		FRESA 8,5 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	013662		FRESA ELICOIDALE GRADUATA 9MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	013663		FRESA ELICOIDALE GRADUATA 10MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	013664		FRESA ELICOIDALE GRADUATA 11MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	013665		FRESA ELICOIDALE GRADUATA 12 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	013666		FRESA ELICOIDALE GRADUATA 13MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	013522		GUIDA PER FRESA DA 6MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	013523		GUIDA PER FRESA DA7MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	013524		GUIDA PER FRESA 8MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	013525		GUIDA PER FRESA DA 9MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	013526		GUIDA PER FRESA 10MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	013527		GUIDA PER FRESA 11MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	013528		GUIDA PER FRESA 12MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	013529		GUIDA PER FRESA 13MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	DIOMET	909640		GUIDA PER PUNTA FEMORALE D.2,5MM L.410MM	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	310.140		PERFORATORE 1,5 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	310.140	PERFORATORE 1,5 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ULSS10	PR2042		PERFORATORE D.2,5MM L.15/310MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
3	ULSS10	PR2043		FILI GUIDA D.1MM L.350MM	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

ALLUCE VALGO (7G)
PESO 5,5 KG

S.O. ORTOPEDIA
KIT VAPORE

20					7	1	1	0	3	3	0	5	0	0	0	0	5
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JN340	VASCHETTA P.CONT.1/2 PERF.ALTEZZA:90MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	CBM	NON PRESENTE	JK386	1/2-COPERCHIO BASIS, BLU	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	HIT MEDICA	393-02		VASSOIO CON ALLOGGIAMENTI PER STRUMENTARIO ALLUCE VALGO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HIT MEDICA	HMA 246-2		MANICO METTICLIP	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	K MEDIC	KM 69-760		OSTEOTOMO CURVO MC. GLAMRY 11MM L.170MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	K MEDIC	KM 69-764		OSTEOTOMO CURVO MC. GLAMRY 15MM L.170MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HIT MEDICA	HMV 392		CACCIAVITE MANICO ORO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	HIT MEDICA	HMV 440-06		CACCIAVITE PUNTA QUADRATA FORATO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	HIT MEDICA	HME 353-01		GUIDA GRADUATA PER FILO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HIT MEDICA	HMV 412		FRESA QUADRATA FORATA D. 2 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HIT MEDICA	HMV 440-04		FRESA FORATA D. 3 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2032		GUIDA DA TAGLIO PER ALLUCE VALGO 60°	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR2033		GUIDA DA TAGLIO PER ALLUCE VALGO 70°	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR2034		GUIDA DA TAGLIO PER ALLUCE VALGO 80°	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR2035		GUIDA DA TAGLIO PER ALLUCE VALGO 90°	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	HIT MEDICA	HMV 393-01		VASSOIO GRIGIO PER VITI E CAMBRE CON COPERCHIO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0001		VITI VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0006		CAMBRE VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0004		FILI DI KIRSCHNER VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1				FILI DI KIRSCHNER IN TITANIO FILETTATI 1,6MM L.170MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

BASE GRANDE 2

PESO 17 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

100					1	1	12	0	4	5	9	68	23	7	4	0	34
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR2009		BATTITORE DOPPIO D.10 E D.13MM L.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK444	VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:187MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AS MEDIZINTECHNIK	NON PRESENTE	JK489	1/1-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AS MEDIZINTECHNIK	NON PRESENTE	JK479A	SOVRACOPERCHIO P/CONT.BASE 1/1 ALLU ARG.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JF224R		1/1 CESTELLO PERFORATO 540X253X106MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AMPLIMED	NON PRESENTE	BB084R	MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BB084R	MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	01.27.07		MANICO P.BISTURI NO.7 162MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AMPLIMED	NON PRESENTE	BB075R	MANICO P.BISTURI N.3L 211MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	NON PRESENTE	BB085R	MANICO P.BISTURI N.4L 213MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	06.35.60		PINZETTA DISSEZIONE WAUGH 1X2D.250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	MEDICON	06.01.20		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	ACCURATUS	07.28.15		PINZETTA DISSEZ.MICRO-ADSON 1X2D.150MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MEDICON	06.05.14		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	LINK	64-4159/22		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	06.10.14		PINZETTA DISSEZIONE 2X3D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	12-302-25		PINZETTA DISSEZIONE 2X3D.250MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK633R	CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ACCURATUS	29.09.14		RASPATORE, CURVO, LAMA TONDO, 14,0MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FR110R	PERFO-RATORE CHAMPIONNIERE 170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	CITIEFFE	3190		ESTRATTORE PER DIVARICATORE L.150MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN903R	TUBO REDON CH.10 LEGG.CRV.PUNTA COLT.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN904R	TUBO REDON CH.12 LEGG.CRV.PUNTA COLT.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN907R	TUBO REDON CH.18 LEGG.CRV.PUNTA COLT.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR0004		FILI DI KIRSCHNER VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2001		DISSETTORE DOPPIO CURVO 4,5 E 6MM L.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK336R	RASPATORE MITCHELL, RETTO, 210MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MATHYS	3.30.513		DIVARICATORE VLKMANN ACUTO CON ALETTE L.235MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT284R	DIVARICATORE DI ISRAEL, 4 DENTI SMUSSI	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT353R	DIVARICATORE SAUERBRUCH, GRANDE, 72X19MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT522R	DIVARICAT. CORYLLOS, MEDIO, 115 X 38 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK319R	RASPATORE, CURVO, LAMA RETTA, 6,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	ACCURATUS	24.51.36		LEVA OSSA, 8 MM LARG., 220 MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MEDICON	77.11.18		LEVA P.OSSA,LARG.17MM, PUNTA CORTA FINE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK171R	LEVA P.OSSA,LARG.17MM, PUNTA CORTA FINE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK176R	LEVA PER OSSA DI HOHMANN, MM 260	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	MEDICON	77.11.42		LEVA VERBRUGGE-MULLER PER OSSA MM 44	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	ZIMMER	76.15.11 G		LEVA OSSA, 15 MM LARG., 250 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK176R	LEVA PER OSSA DI HOHMANN, MM 260	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ZIMMER	75.22.07		LEVA OSSA, 20 MM LARG., 250 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ZIMMER	75.22.06		LEVA OSSA, 20 MM LARG., 250 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2004		75.22.07: LEVA OSSA 22MM L.370MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	AA805R	REGOLO ACCIAIO SCALA MILL.E POL.300MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF060R	PINZA AESCULAP P.MEDICAZIONI RET.220MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	ULSS10	PR2010		PROTEK: CURETTE MANICO ANGOLATO 28X38MM L.240MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ZIMMER	75.13.89 C		CURETTA CURVA TAGLIENTE DENTATA 15MM 270MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ZIMMER	75.20.93		OSTEOTOMO 20MM L.300MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2011		OSTEOTOMO LEG. CURVO 17MM L.300MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	PROTEK	75.00.37		METAL INSERT/EXTRACT DEVICE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	PROTEK	75.05.82		CURETTE DENTELLATA 9X12MM L.280MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	PROTEK	NON PRESENTE	ND124R	SGORBIA DI WAGNER, RETTA, 9 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ZIMMER	75.00.21 C		PERFORAT.P.ESTRAZIONE DI TESTA FEMORALE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	PROTEK	75.26.05		BONE LEVER, 26MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ZIMMER	75.25.36 D		CUCCHIAIO ELEVATORE 320MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR2012		BATTITORE D.38MM L.270MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	LIMA	9095.10.222		CACCIAVITE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FL066R	MARTELLO DI OMBREDANNE 550G.D:40MM 240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 5764-00		PINZA PLATTA,185 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	AA846R	CALIBRO SEC.NONIUS MISURA 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	PROTEK	75.00.42		FORBICI RESANO CRV.SUL PIANO 250MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FO182R	PINZA VERBRUGGE PER OSSA MEDIA 265MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ROSTFREI	NON PRESENTE	FO182R	PINZA VERBRUGGE PER OSSA MEDIA 265MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FO526R	PINZA SGORBIA LEKSELL MORS 5X16MM 245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FO527R	PINZA SGORBIA LEKSELL MORS 3X16MM 245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH654R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.280MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	MEDICON	19.16.20		PINZA POLIPI E MEDICAZ GROSS RET.200MM	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC607R	FORBICI DISS.METZENBAUM CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 1263-17M		FORBICI DI MAYO-STILLE CURVA CARBURO TUNGSTENO SUPERCAT L.170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	RU 1263-17M	FORBICI DI MAYO-STILLE CURVA CARBURO TUNGSTENO SUPERCAT L.170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3010-16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	15.72.66		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	BH176R	PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH176R	PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	32-614-17		PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF426R	PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH649R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.225MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 5539.20		PINZA P OSSA PER OSSA GRANDI 205MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BH203R		PINZA EMOST.HALSTED CRV.185MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH203R	PINZA EMOST.HALSTED CRV.185MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	STIER	H124-37420TC		DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 150MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	STIER	H124-18420TC		DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM019R	DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STIER	H112-32022		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.225MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH648R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.225MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DO733R	OSTEOTOMO EAST GRINDSTEAD/WARD, 5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FL653R	OSTEOTOMO LAMBOTTE RET.13MM LG.245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FL656R	OSTEOTOMO LAMBOTTE RET.20MM LG.245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ZIMMER	NON PRESENTE	FL658R	OSTEOTOMO LAMBOTTE RET.25MM LG.245MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 194-450-30		OSTEOTOMO LAMBOTTE RET.30MM LG.245MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG524R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 1,0 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

BASE GRANDE 3

PESO 17 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

99					5	0	9	0	5	7	11	62	31	4	0	0	27
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK442	VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SAMO	NON PRESENTE	JK489	1/1-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AS MEDIZINTECHNIK	NON PRESENTE	JK479A	SOVRACOPERCHIO P/CONT.BASE 1/1 ALLU ARG.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF222R	1/1 CESTELLO PERFORATO 540X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BB084R	MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	MEDICON	01.27.13		MANICO P.BISTURI N.3L 211MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	01.28.14		MANICO P.BISTURI N.4L 213MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STIER	H106-10700		MANICO P.BISTURI NO.7 162MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	FB412R		PINZA VASCOLARE ATR.200MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD198R	CUSHING DUROGRIP PINZETTA RET.210MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ACCURATUS	07.28.15		PINZETTA DISSEZ.MICRO-ADSON 1X2D.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STIER	H110-18015		PINZETTA DISSEZ.MICRO-ADSON 1X2D.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD557R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 4102-14		PINZETTA DISSEZIONE 2X3D.145MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 4122-21		PINZETTA DISSEZIONE 2X3D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	AA805R	REGOLO ACCIAIO SCALA MILL.E POL.300MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR2014		OSTEOTOMO LEG. CURVO 7MM L.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK325R	RASPATORE, CURVO, LAMA TONDO, 14,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	CITIEFFE	3190		ESTRATTORE PER DIVARICATORE L.150MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN903R	TUBO REDON CH.10 LEGG.CRV.PUNTA COLT.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN904R	TUBO REDON CH.12 LEGG.CRV.PUNTA COLT.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN906R	TUBO REDON CH.16 LEGG.CRV.PUNTA COLT.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MEDICON	57.36.04		DISETTORE DI DAVIS, DOPPIO, MM 245	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0004		FILI DI KIRSCHNER VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2009		BATTITORE DOPPIO D.10 E D.13MM L.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	78.03.01		ALESATORE, 150MM, C. 2 SCANELLATURE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	23-304-10		CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK336R	RASPATORE MITCHELL, RETTO, 210MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	23.21.40		DIVARICATORE DI KOCHER, 75X40MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT353R	DIVARICATORE SAUERBRUCH, GRANDE, 72X19MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2	ULSS10	PR2020		STILLE: DIVARICATORE DI KOERTE, 3 DENTI SMUSSI 36X49MM L.255MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	PROTEK	75.00.03		DIVARICAT. VOLKMANN, 1 DENTE ACUTO, LAR.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	399.430		MARTELLO DI HEATH, IN RAME	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ZIMMER	1272		SCOLLATORE 19MM L.300MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PROTEK	75.13.89		CURETTE GROSSA DENTELLATO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	391.850		PINZA PLATTA,185 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ZIMMER	75.16.12G		OSTEOTOMO CURVO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ZIMMER	75.27.34		CUCCHIAIO TAGLIENTE 37X30MM 325MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2021		CURETTE DENTELLATA MANICO ANGOLATO 12X9MM L.275MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ZIMMER	75.00.42		FORBICE LAMA ANGOLATA ACUTA/SMUSSA L.250MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2022		ZIMMER: OSTEOTOMO RETTO 20MM L.310MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ZIMMER	75.00.37/D		BATTITORE 290MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LIMA	9095.10.222		CACCIAVITE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2023		BATTITORE D.30MM L.220MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	PROTEK	75.09.15		SGORBIA, CURVA, LARGH. MM 9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	METROLOGY	NON PRESENTE	AA846R	CALIBRO SEC.NONIUS MISURA 150MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ZIMMER	75.00.48		PINZA AESCULAP P.MEDICAZIONI RET.220MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FO526R	PINZA SGORBIA LEKSELL MORS 5X16MM 245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FO532R	PINZA SGORBIA DI LEKSELL-STILLE, MM 240	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2024		TRAPANO MANUALE D.12MM L.250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	NON PRESENTE	D 2904-42	FO181R	PINZA VERBRUGGE PER OSSA PICCOLA 255MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	ACCURATUS	24.51.36		LEVA OSSA, 8 MM LARG., 220 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 5442-18		LEVA P.OSSA,LARG.17MM, PUNTA LUNGA FINE	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 5442-42		LEVA VERBRUGGE-MULLER PER OSSA MM 44	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK174R	LEVA VERBRUGGE-MULLER PER OSSA MM 44	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 5440-24		LEVA PER OSSA DI HOHMANN, MM 260	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	77.10.95		LEVA PER OSSA DI HOHMANN, MM 260	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	75.15.11	FK186R	LEVA OSSA, 15 MM LARG., 250 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ZIMMER	75.22.06		LEVA OSSA, 20 MM LARG., 250 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PROTEK	75.22.07		LEVA OSSA, 22 MM LARG., 300 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	INNOMED	6420		LEVA 90° OSSA 22MM L.360MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2025		LEVA OSSA CURVO 26MM L.340MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STIER	H116-11020		PINZA POLIPI E MEDICAZ GROSS RET.200MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCUAP	BF059R		PINZA MAIER P.POLIPI C.CREM.CRV.265MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF123R	PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC607R	FORBICI DISS.METZENBAUM CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC587R	FORBICI MAYO P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1103-16		DUROTIP FORBICI MAYO CRV.170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MEDICON	16.12.16		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3010-16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STIER	H112-32016		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	17.54.16		PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	NON PRESENTE	BF426R	PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 12080-22		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.225MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH648R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.225MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 5539-20		PINZA P OSSA PER OSSA GRANDI 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH650R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
3	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH197R	PINZA ARTERIALE BIRKETT CRV.185MM	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM025R	DUROGRIP PORTAGHI P.VASI SOTTILE 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM019R	DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM132R	DUROGRIP PORTAGHI LICHTENBERG 193MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OL296R	SGORBIA P.SEPTUM,LARGH.6 MM, 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	OSTEO	700225		OSTEOTOMO LAMBOTTE RET.10MM LG.245MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ZIMMER	100.05.850		OSTEOTOMO LAMBOTTE RET.25MM LG.245MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STILLE	111-21441-30		OSTEOTOMO LAMBOTTE RET.30MM LG.245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	111-21441-40		OSTEOTOMO LAMBOTTE RET.38MM LG.245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	JG523R		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG524R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 1,0 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	JG524R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 1,0 LITRI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

BASE GRANDE 4

PESO 17 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

92					10	7	8	0	6	5	12	44	7	4	5	0	28
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK444	VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:187MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SAMO	NON PRESENTE	JK489	1/1-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK479A		SOVRACOPERCHIO P/CONT.BASE 1/1 ALLU ARG.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BB084R		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STIER	H106-10400		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	01.27.07		MANICO P.BISTURI NO.7 162MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STIER	H106-10402		MANICO P.BISTURI N.3L 211MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STIER	H106-10302		MANICO P.BISTURI N.4L 213MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	06.60.17		CUSHING DISSECTING FORCEPS 180MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BD239R	PINZETTA ANAT.CUSHING 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	ACCURATUS	07.28.15		PINZETTA DISSEZ.MICRO-ADSON 1X2D.150MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0
1	RUDOLF	RU 4120-14		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	RUDOLF	RU 4102-14		PINZETTA DISSEZIONE 2X3D.145MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4122-21		PINZETTA DISSEZIONE 2X3D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	RUDOLF	RU 4120-21		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2001		DISSETTORE DOPPIO CURVO 4,5 E 6MM L.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK633R	CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR2002		DOWNES: BATTITORE DOPPIO 1/2" E 3/4" L. 200MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FR110R	PERFO-RATORE CHAMPIONNIERE 170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	15-230-01		DIVARICAT. VOLKMANN, 1 DENTE ACUTO, LAR.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	75.18.02	FK167R	LEVA D'ANCA DI WAGNER	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SYNTHES	399.27		LEVA P.OSSA,LARG.17MM, PUNTA CORTA FINE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	399.200		LEVA OSSA, 8 MM LARG., 220 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	75.24.03	FK172R	LEVA HOHMANN OSSA, 24 MM LARG., 260 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	NON PRESENTE	75.24.03	FK172R	LEVA HOHMANN OSSA, 24 MM LARG., 260 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SYNTHES	399.24		LEVA OSSA, 42 MM LARG0, 240 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	73.43.01	FK188R	LEVA OSSA, 43 MM LARG., 230 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	MEDICON	23.15.02		DIVARICATORE SAUERBRUCH, MEDIO, 55X22MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	ZIMMER	76.15.11 H		LEVA OSSA DOPPIA ANGOLATURA 15MM L.270MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PROTEK	75.22.07		LEVA OSSA, 22 MM LARG., 300 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4084		75.22.07: LEVA OSSA 22MM L.370MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT285R	DIVARICATORE DI ISRAEL, 5 DENTI SMUSSI	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	PROTEK	75.00.21		PERFORAT.P.ESTRAZIONE DI TESTA FEMORALE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PROTEK	75.27.34		CUCCHIAIO TAGLIENTE 37X30MM 325MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	399.350		RASPATORY, 14MM BR., 200MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2005		OSTEOTOMO LEG. CURVO L.290MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2006		CURETTE MANICO ANGOLATO 13X9MM L.270MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR2007		CURETTE DENTELLATA MANICO ANGOLATO 20X15MM L.275MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK336R	RASPATORE MITCHELL, RETTO, 210MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ALLO PRO	6005		DISSETTORE 9MM L.340MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	314.270		CACCIAVITE SW3,5 L200MM C.MOLLA A TENERE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FL185R	SCALPELLO DI PARTSCH,CM17, LARG. MM5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	PROTEK	75.00.37		METAL INSERT/EXTRACT DEVICE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ZIMMER	75.26.05/A		RETRATTORE FEMORALE 260MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FL066R	MARTELLO DI OMBREDANNE 550G.D:40MM 240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2008		BATTITORE D.38MM L.170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	PIONER	NON PRESENTE	AA846R	CALIBRO SEC.NONIUS MISURA 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	PASTORINO	NON PRESENTE	LX170R	PINZA PIATTA PER FILI, MORSO ZIGRINATO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SYNTHES	398.82		PINZA P.OSSA AUTOCENTRANTE 265MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FO172R		PINZA P.OSSA AUTOCENTRANTE 3,5/11/260MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CODMAN	53-1133		PINZA SGORBIA STILLE, CURVA LATER.,MM230	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FO526R	PINZA SGORBIA LEKSELL MORS 5X16MM 245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	H0	SPILLA CON BF426	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF426R	PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	TEKNO	TK 15121-22		PINZA ULRICH-AESULAP P.MEDICA.CRV.265MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	RUDOLF	RU 3860-20		PINZA POLIPI E MEDICAZ GROSS RET.200MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3861-25		PINZA MAIER P.POLIPI C.CREM.CRV.265MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC615R	FORBICI DISS.NELSON-METZENBAUM CRV.230MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC587R	FORBICI MAYO P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC581R	FORBICI STILLE CRV.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STIER	H112-32016		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-414-16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	13-384-16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH648R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.225MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	TEKNO	TK 12081-22		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.225MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FO118R	PINZA P OSSA PER OSSA GRANDI 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	AESULAP	BH203R		PINZA EMOST.HALSTED CRV.185MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
1	MARTIN	13-317-18		PINZA EMOST.HALSTED CRV.185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STIER	H124-18420TC		DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 200MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM019R	DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STIER	H124-37420TC		DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	PROTEK	75.00.43		PINZA WELLER PER MENISCO 200MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF426R	PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	PROTEK	75.00.42		FORBICI RESANO CRV.SUL PIANO 250MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	TEKNO	NON PRESENTE	FL651R	OSTEOTOMO LAMBOTTE RET.8MM LG.245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	FL653R		OSTEOTOMO LAMBOTTE RET.13MM LG.245MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 194-450-20		OSTEOTOMO LAMBOTTE RET.20MM LG.245MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 194-450-30		OSTEOTOMO LAMBOTTE RET.30MM LG.245MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 5330-38		OSTEOTOMO LAMBOTTE RET.38MM LG.245MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0004		FILI DI KIRSCHNER VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN904R	TUBO REDON CH.12 LEGG.CRV.PUNTA COLT.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN905R	TUBO REDON CH.14 LEGG.CRV.PUNTA COLT.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	CBM	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	L & T	NON PRESENTE	JG524R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 1,0 LITRI	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

VITI ACCIAIO 4,5 (7G)

PESO 10,5 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

13					6	2	0	0	0	0	1	4	0	1	0	0	3
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JN442	VASCHETTA P.CONT.1/1 PERF.ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK489	1/1-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR1014		CESTELLO PORTA VITI DI VARIE MISURE, CON MISURATORE, 470X260X50MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR0001		VITI VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	OSTEO	700520		CACCIAVITE SW3,5 L200MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	OSTEO	700521		CACCIAVITE CON PUNTA ESAGONALE 3,5MM CON FERMAVITI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	310.310		PERFORATORE SPIR.ASSE AO, D.3,2MM,145 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	310.440		PERFORATORE SPIR.,ASSE AO D. 4,5MM,145MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	355.790		MISURATORE DI VITI FINO A 90MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	OSTEO	13500		MISURATORE DI VITI FINO A 100MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	OSTEO	700465		PERFORATORE MANUALE D.4,5MM L.170MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AMPLIMED	6630065		PERFORATORE MANUALE GRADUATO D.6,5MM L.270MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0001		VITI VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

VITI 1,5 - 2,0
PESO 4,5 KG

S.O. ORTOPEDIA
KIT VAPORE

11					8	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK342		VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK369		1/2-COPERCHIO VARIO, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK358A		SOVRACOPERCHIO P/CONT.VARIO 1/2 ALLU ORO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	60.110.002		SCATOLA PORTA VITI "LCP COMPACT HAND 2.0"	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ALL'INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0001		VITI VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	682.486		SCATOLA PORTA VITI "COMPACT HAND 1.5"	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ALL'INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0001		VITI VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	319.003		MISURATORE PER VITI FINO A 25MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LEIBINGER	01-08070		PINZA PIEGAPLACCHE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	311.012		MANICO C.MANDRINO P.ATTACCO DENTALE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0001		VITI VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PLACCHE KERBOUL

PESO

8

KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

4					1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK339	VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:57MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK399	1/2-COPERCHIO BASIS,P.CONT.75MM,ARGENTO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JF111R	1/2 CESTELLO PERFORATO 243X253X36MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0002		PLACCHE VARE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PLACCHE ACCIAIO (7G)

PESO 6,5 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

3					1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JN340	VASCHETTA P.CONT.1/2 PERF.ALTEZZA:90MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK389	1/2-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR0002		PLACCHE VARE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

INTERV DI MINI ORTOPEDIA 1

S.O. ORTOPEDIA

PESO 5 KG

KIT VAPORE

46					4	2	7	0	3	6	2	22	7	10	0	0	5
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	JK342		VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OL165R	MR-ELEVATORE FREER,TAGLIENTE/SMUSSO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	JK399 AUF JK339		1/2-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JK379A		SOVRACOPERCHIO P/CONT.BASE 1/2 ALLU ARG.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	MEDICON	01.27.07		MANICO P.BISTURI NO.7 162MM	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4369-00/12		PINZETTA ADSON MORSO PIATTO, L.125MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4132-12		PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	TEKNO	TK 11505-12		PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDICON	06.05.14		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4100-14		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDICON	20.10.01		DIVARICATORE DI MEYERDING, FIG.A, 180 MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	20.10.04		DIVARICATORE DI MEYERDING,FIG.E,180 MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LAWTON	20-0251		DIVARICATORE DI MEYERDING, FIG.A, 180 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	20.10.01		DIVARICATORE DI MEYERDING, FIG.A, 180 MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 4463-03		UNCINO, MODELLO FINE, 3 DENTI SMUSSI	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4490-02		UNCINO, 2 DENTI, ACUTI	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 4466-02		DIVARICATORE KNAPP, 4 DENTI, SMUSSO, 6MM L.160MM	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	JAKOBI	16 0352		DIVARICATORE PICC.SMUSSO,MALLEAB.,2DENTI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	SYNTHESES	399.180		LEVA OSSA,PICC.PUNTA CORTA/STRETTA, 6MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FO415R	PINZA SGORBIA BLUMENTHAL, LEGGERM. CURVA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 5640-17		PINZA TAGLIENTE LISTON RETTA 170MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MEDICON	19.16.20		PINZA POLIPI E MEDICAZ GROSS RET.200MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STIER	H112-32016		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1263-17MC		FORBICI DI MAYO-STILLE CURVA CARBURO TUNGSTENO SUPERCAT L.170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1314-14		DUROTIP FORBICI P.LEGAT.METZB.CRV.145MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STIER	NON PRESENTE	OC430R	FORBICI ENUCLEAZIONE DI LANDOLT 120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 6055-18		DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BC065R		FORBICI FINE CRV.120MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	02.41.60		DUROTIP FORBICI P DISSEZ.CRV.115MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	LEIBINGER	32-01018		PINZA MOSQUITO HALSTED RET.1X2D.125MM	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3081-15		PINZA EMOST.LERICHE CRV.150MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	17.54.16		PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BF300R		PINZA ARTERIE CHAPUT PICC.2X3D.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AMPLIMED	NON PRESENTE	BF300R	PINZA ARTERIE CHAPUT PICC.2X3D.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BN003R		SONDA SCANALATA 130MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN034R	SONDA BOTT.A CRUNA D:2,5/145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN140R	SONDA BOTTONUTA D:2/200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STIER	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

INTERV DI MINI ORTOPEDIA 2
PESO 5 KG

S.O. ORTOPEDIA
KIT VAPORE

47					6	0	12	0	3	0	0	26	7	4	3	0	12
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK342	VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK389	1/2-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK379A	SOVRACOPERCHIO P/CONT.BASE 1/2 ALLU ARG.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF113R	1/2 CESTELLO PERFORATO 243X253X76MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 4850-07		MANICO P.BISTURI NO.7 162MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEDICON	01.27.07		MANICO P.BISTURI NO.7 162MM	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	12-168-12		PINZETTA ADSON SCANALATURA TRASVER.120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4132-12		PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	06.20.05		PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4100-14		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	06.05.14		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	26.35.02		MR-ELEVATORE FREER,TAGLIENTE/SMUSSO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AMPLIMED	NON PRESENTE	20.12.10	DIVARIC. LANGENBECK-GREEN, 5X10 MM, FINE	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT193R	DIVARICATORE DI MEYERDING, FIG.A, 180 MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2	RUDOLF	RU 4466-02		DIVARICATORE KNAPP, 4 DENTI, SMUSSO, 6MM L.160MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4463-03		UNCINO, MODELLO FINE, 3 DENTI SMUSSI	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT118R	UNCINO, MODELLO FINE, 3 DENTI SMUSSI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 4490-02		UNCINO, 2 DENTI, ACUTI	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHESES	399.180		LEVA OSSA,PICC.PUNTA CORTA/STRETTA, 6MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FO413R	PINZA SGORBBIA, CURVA 45 GRADI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	MEDICON	33.20.17		PINZA TAGLIENTE LISTON RETTA 170MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BN034R		SONDA BOTT.A CRUNA D:2,5/145MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN134R	SONDA BOTTONUTA D:2/145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	BN004R		SONDA SCANALATA 145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 3860-20		PINZA POLIPI E MEDICAZ GROSS RET.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MULLER	CH5681		FORBICE TIPO FOMON, CURVA, L.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	CH5681	FORBICE TIPO FOMON, CURVA, L.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	02.41.60		DUROTIP FORBICI P DISSEZ.CRV.115MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1263-17		DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BC628R		FORBICI DISSEZ.DEI NERVI CRV.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	15.46.12		PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	AMPLIMED	NON PRESENTE	BH120R	PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
2	MARTIN	13-258-13		PINZA P.ARTERIE TUFFIER 5X6D.125MM	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-309-12		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED CRV.125MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 6055-18		DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH618R	PINZA ROCHESTER-OCHSN.RET.1X2D.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF426R	PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

INTERV DI MINI ORTOPEDIA 3
PESO 5 KG

S.O. ORTOPEDIA
KIT VAPORE

44					1	1	2	1	1	6	3	29	21	6	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	JK341		VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:120MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JK369		1/2-COPERCHIO VARIO, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JK359A		SOVRACOPERCH.P/CONT.VARIO 1/2 ALLU ARG.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BB068R	MANIPOLO P.SCALPELLO BARRON N.3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MEDICON	01.27.07		MANICO P.BISTURI NO.7 162MM	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4136-12		PINZETTA DISS.ADSON MORS.STRI.1X2D.120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4135-12		PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 11505-12		PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	06.06.14		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD547R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN134R	SONDA BOTTONUTA D:2/145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN034R	SONDA BOTT.A CRUNA D:2,5/145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	37-546-18		MR-ELEVATORE FREER,TAGLIENTE/SMUSSO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BN003R		SONDA SCANALATA 130MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK118R	LEVA OSSA,PICC.PUNTA CORTA/STRETTA, 8MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK117R	LEVA OSSA,PICC.PUNTA CORTA/STRETTA, 6MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	JAKOBI	16 0122		RETRATTORE AD UNCINO DOPPIO, ACUTO, L.120MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	16 0122	RETRATTORE AD UNCINO DOPPIO, ACUTO, L.120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	20.12.20		DIVARICAT. DI LANGENBECK,TREANGLE,20X6MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	20.12.20	DIVARICAT. DI LANGENBECK,TREANGLE,20X6MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 4466-02		DIVARICATORE KNAPP, 4 DENTI, SMUSSO, 6MM L.160MM	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEDICON	20.05.08		DIVARICATORE SENN-MILLER PER BIMBI,ACUTO	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 5560-12		PINZA SGORBIA BLUMENTHAL, LEGGERM. CURVA 120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MEDICON	33.20.17		PINZA TAGLIENTE LISTON RETTA 170MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF426R	PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 6055-18		DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	02.41.60		DUROTIP FORBICI P DISSEZ.CRV.115MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1314-14		DUROTIP FORBICI P.LEGAT.METZB.CRV.145MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1103-16		DUROTIP FORBICI MAYO CRV.170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1314-14		DUROTIP FORBICI P.LEGAT.METZB.CRV.145MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1293-14		DUROTIP FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	HERZBERG	BS 2328		PINZA EMOST.MICRO-ADSON 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MEDICON	15.46.12		PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MARTIN	13-258-13		PINZA P.ARTERIE TUFFIER 5X6D.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BF301R	PINZA P.ARTERIE TUFFIER 5X6D.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	BH176R		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3887-25		PINZA P MEDICAZ.COLLIN C.CREMA.RET.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

INTERV DI MINI ORTOPEDIA 5

S.O. ORTOPEDIA

PESO 5 KG

KIT VAPORE

47					5	1	6	0	2	6	9	18	7	5	0	0	6
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE		MANCA FORBICE A PUNTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JK342		VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JK399		1/2-COPERCHIO BASIS,P.CONT.75MM,ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JK379A		SOVRACOPERCHIO P/CONT.BASE 1/2 ALLU ARG.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF112R	1/2 CESTELLO PERFORATO 243X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 4136-12		PINZETTA DISS.ADSON MORS.STRI.1X2D.120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MEDICON	01.27.07		MANICO P.BISTURI NO.7 162MM	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	12-404-12		PINZETTA ADSON P.DISSEZ.120MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	01.27.07		MANICO P.BISTURI NO.7 162MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 11505-12		PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	06.05.14		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	BD557R		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDICON	20.10.04		DIVARICATORE DI MEYERDING,FIG.E,180 MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	LAWTON	20-0252		DIVARICATORE DI MEYERDING,FIG.E,180 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MEDICON	20.10.01		DIVARICATORE DI MEYERDING, FIG.A, 180 MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 4463-03		UNCINO, MODELLO FINE, 3 DENTI SMUSSI	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	20.55.17		DIVARICATORE KNAPP, 4 DENTI, SMUSSO, 6MM L.160MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4466-02		DIVARICATORE KNAPP, 4 DENTI, SMUSSO, 6MM L.160MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	20.52.02		UNCINO DI FREER, MM 150	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	20.52.02	UNCINO DI FREER, MM 150	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	26.35.02		MR-ELEVATORE FREER,TAGLIENTE/SMUSSO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	SYNTHES	399.180		LEVA OSSA,PICC.PUNTA CORTA/STRETTA, 6MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 5560-14		PINZA SGORBIA LUER-FRIEDMANN,CURVA,MM146	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	RUDOLF	RU 5640-14		PINZA TAGLIENTE LISTON RETTA 140MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 1311-14		FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1263-17		DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1314-14		DUROTIP FORBICI P.LEGAT.METZB.CRV.145MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC021R	FORBICI P.PREPARAZIONE FINE CRV.115MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF046R	PINZA POLIPI E MEDICAZ GROSS RET.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	LEIBINGER	32-01018		PINZA MOSQUITO HALSTED RET.1X2D.125MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	BH118R	PINZA MOSQUITO HALSTED RET.1X2D.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	ROSTFREI	NON PRESENTE	BH642R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF426R	PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-258-13		PINZA P.ARTERIE TUFFIER 5X6D.125MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 6055-18		DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 185MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BF300R		PINZA ARTERIE CHAPUT PICC.2X3D.125MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BH111R		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BN003R	SONDA SCANALATA 130MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN034R	SONDA BOTT.A CRUNA D:2,5/145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN138R	SONDA BOTTONUTA D:2/180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	CBM	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

INTERV DI MINI ORTOPEDIA 6
PESO 4 KG

S.O. ORTOPEDIA
KIT VAPORE

44					6	1	8	0	1	3	1	24	12	6	0	0	6
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK341		VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:120MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK369		1/2-COPERCHIO VARIO, ARGENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK359A		SOVRACOPERCH.P/CONT.VARIO 1/2 ALLU ARG.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BB073R	MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	01.27.07		MANICO P.BISTURI NO.7 162MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STIER	H106-10700		MANICO P.BISTURI NO.7 162MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4369-00/12		PINZETTA ADSON MORSO PIATTO, L.125MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEDICON	06.20.05		PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	BD557R		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	06.06.14		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.145MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	26.35.02		MR-ELEVATORE FREER,TAGLIENTE/SMUSSO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	20.12.10	DIVARIC. LANGENBECK-GREEN, 5X10 MM, FINE	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	MARTIN	15-161-01		DIVARIC. LANGENBECK-GREEN, 6X24 MM, FINE	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MEDICON	20.55.17		DIVARICATORE KNAPP, 4 DENTI, SMUSSO, 6MM L.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4466-02		DIVARICATORE KNAPP, 4 DENTI, SMUSSO, 6MM L.160MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 4463-03		UNCINO, MODELLO FINE, 3 DENTI SMUSSI	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JAKOBI	16 0122		RETRATTORE AD UNCINO DOPPIO, ACUTO, L.120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT174R	UNCINO, 2 DENTI, ACUTI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 5560-14		PINZA SGORBIA LUER-FRIEDMANN,CURVA,MM146	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	33.20.17		PINZA TAGLIENTE LISTON RETTA 170MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN134R	SONDA BOTTONUTA D:2/145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN034R	SONDA BOTT.A CRUNA D:2,5/145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	BN003R		SONDA SCANALATA 130MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 3860-20		PINZA POLIPI E MEDICAZ GROSS RET.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	RUDOLF	RU 2463-11		DUROTIP FORBICI P DISSEZ.CRV.115MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1293-14		DUROTIP FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCLAP	BC259R		DUROTIP FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1314-14		DUROTIP FORBICI P.LEGAT.METZB.CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1103-16		DUROTIP FORBICI MAYO CRV.170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MEDICON	15.46.12		PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	NOPA	AA 072/02		PINZA ARTERIE CHAPUT PICC.2X3D.125MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3081-15		PINZA EMOST.LERICHE CRV.150MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM065R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	16.12.85		PINZA EMOST.DIXON-LOVEL.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF426R	PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STIER	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PICCOLA ORTOPEDIA 1

PESO 8 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

65					2	0	13	0	2	7	10	31	8	4	1	0	18
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK742	VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AS MEDIZINTECHNIK	NON PRESENTE	JK789	3/4-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AS MEDIZINTECHNIK	NON PRESENTE	JK779A	SOVRACOPERCHIO P/CONT.BASE 3/4 ALLU ARG.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF253R	3/4 CESTELLO PERFORATO 406X253X76MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	MEDICON	01.28.04		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	01.27.07		MANICO P.BISTURI NO.7 162MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BB077R	MANICO P.BISTURI NO.7 162MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	12-404-12		PINZETTA ADSON P.DISSEZ.120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	06.20.05		PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD511R	PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	12-301-14		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4110-16		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.160MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	23.06.10		DIVARICATORE DI LANGENBECK,40X10MM,210MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT325R	DIVARICATORE DI LANGENBECK,40X10MM,210MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MEDICON	20.10.01		DIVARICATORE DI MEYERDING, FIG.A, 180 MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT128R	DIVARIC. FERITE E TRACHEA,SMUSSO 3 DENTI	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT222R	DIVARICATORE DI VOLKMANN A 2 DENTI ACUTI	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FL055R	MARTELLO IN METALLO 300GR.D:30MM 235MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR2013		BATTITORE DOPPIO D.8MM E D.14MM L.105MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	RUDOLF	RU 5440-06		LEVA OSSA,PICC.PUNTA CORTA/STRETTA, 6MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 5438-55		LEVA PER OSSA, LARGA 6,0 MM, MM 150	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	OSTEO	NON PRESENTE	FK170R	LEVA HOHMANN OSSA, 10 MM LARG., 220MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK170R	LEVA HOHMANN OSSA, 10 MM LARG., 220MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	RUDOLF	RU 5442-18		LEVA P.OSSA,LARG.17MM, PUNTA LUNGA FINE	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 5440-24		LEVA PER OSSA DI HOHMANN, MM 260	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN903R	TUBO REDON CH.10 LEGG.CRV.PUNTA COLT.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	MEDICON	NON PRESENTE	DO547R	RASPATORE SYMES	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	FK814R	CURETTA DOPPIA WILLIGER,TAGLIENTE,145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	RUDOLF	RU 5764-00NR		PINZA PLATTA,185 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FO500R	PINZA SGORBIA, MORSO MM 3, MM 155	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR2014		OSTEOTOMO LEG. CURVO 7MM L.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	STIER	H116-11020		PINZA POLIPI E MEDICAZ GROSS RET.200MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1103-16		DUROTIP FORBICI MAYO CRV.170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1314-14		DUROTIP FORBICI P.LEGAT.METZB.CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	15.72.66		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	STIER	H112-32016		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3010-16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH176R	PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	AESULAP	BC257R		DUROTIP FORBICI P DISSEZ.CRV.115MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-312-14		PINZA EMOS.BABY-CRILE RET.1X2D.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	BH150R		PINZA EMOS.BABY-CRILE RET.1X2D.140MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	45.80.15		PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF426R	PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	RUDOLF	RU 7159-00/17		PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	15.57.15		PINZA EMOST.LERICHE CRV.150MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3081-15		PINZA EMOST.LERICHE CRV.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM019R	DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	NON PRESENTE	BM017R	DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM165R	DUROGRIP PORTAGHI HOESEL 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 5527-17		PINZA VERBRUGGE PER OSSA MOLTO PICCOLA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LAWTON	NON PRESENTE	FO180R	PINZA VERBRUGGE PER OSSA MOLTO PICCOLA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 8985-02		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 8985-03		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PICCOLA ORTOPEDIA 2
PESO 8 KG

S.O. ORTOPEDIA
KIT VAPORE

63					5	0	16	0	3	9	1	29	7	4	1	0	17
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	Aesculap	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	Aesculap	JK789		3/4-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	JK779A		SOVRACOPERCHIO P/CONT.BASE 3/4 ALLU ARG.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	JF254R		3/4 CESTELLO PERFORATO 406X253X106MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 003-003-00		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 003-004-00		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4850-04		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4850-07		MANICO P.BISTURI NO.7 162MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 11505-12		PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	06.22.12		PINZETTA ADSON P.DISSEZ.120MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4134-12		PINZETTA DISS.ADSON MORS.STRI.1X2D.120MM CON TUNG.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	06.06.14		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.145MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD539R	PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT322R	DIVARICATORE DI LANGENBECK,33X14MM,210MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	MEDICON	20.10.01		DIVARICATORE DI MEYERDING, FIG.A, 180 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	20.10.04		DIVARICATORE DI MEYERDING,FIG.E,180 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT228R	DIVARICAT. DI VOLKMANN A 3 DENTI SMUSSI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT223R	DIVARICATORE DI VOLKMANN A 3 DENTI ACUTI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT242R	DIVARICATORE DI VOLKMANN, 2 DENTI ACUTI	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2	SYNTHES	399.180		LEVA OSSA,PICC.PUNTA CORTA/STRETTA, 6MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 5438-55		LEVA PER OSSA, LARGA 6,0 MM, MM 150	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 5442-18		LEVA P.OSSA,LARG.17MM, PUNTA LUNGA FINE	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 5440-24		LEVA PER OSSA DI HOHMANN, MM 260	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FL055R	MARTELLO IN METALLO 300GR.D:30MM 235MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR2015		BATTITORE D.12MM L.120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 5764-00NR		PINZA PLATTA,185 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STIER	H132-21315		PINZA SGORBIA 3 SNODI LEGGERM. CURVA L.150MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1103-16		DUROTIP FORBICI MAYO CRV.170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1311-14		FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	02.41.60		DUROTIP FORBICI P DISSEZ.CRV.115MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN903R	TUBO REDON CH.10 LEGG.CRV.PUNTA COLT.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	ULSS10	PR2014		OSTEOTOMO LEG. CURVO 7MM L.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	26.35.02		MR-ELEVATORE FREER,TAGLIENTE/SMUSSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 5368-00		CURETTA DOPPIA MARTINI,TAGLIENTE,140MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF046R	PINZA POLIPI E MEDICAZ GROSS RET.200MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	MARTIN	13-384-16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	15.72.66		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH176R	PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
1	LEIBINGER	32-01018		PINZA MOSQUITO HALSTED RET.1X2D.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDICON	15.42.12		PINZA MOSQUITO HALSTED RET.1X2D.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	RUDOLF	RU 3081-15		PINZA EMOST.LERICHE CRV.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BH161R	PINZA EMOST.LERICHE CRV.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
3	RUDOLF	RU 3620-16		PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF426R	PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STIER	H124-18420TC		DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM025R	DUROGRIP PORTAGHI P.VASI SOTTILE 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STIER	H124-37420TC		DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 150MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 5527-17		PINZA VERBRUGGE PER OSSA MOLTO PICCOLA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FO180R	PINZA VERBRUGGE PER OSSA MOLTO PICCOLA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	CBM	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STIER	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PICCOLA ORTOPEDIA 3

S.O. ORTOPEDIA

PESO 8 KG

KIT VAPORE

60					4	1	11	0	3	6	5	30	17	3	0	0	10
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MEDICON	NON PRESENTE	RU 5368-00	CURETTA DOPPIA MARTINI,TAGLIENTE,140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	Aesculap	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	JK789		3/4-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	JK779A		SOVRACOPERCHIO P/CONT.BASE 3/4 ALLU ARG.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	JF254R		3/4 CESTELLO PERFORATO 406X253X106MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	TONTARRA	003-004-00		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	01.27.07		MANICO P.BISTURI NO.7 162MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4850-07		MANICO P.BISTURI NO.7 162MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	06.22.12		PINZETTA ADSON P.DISSEZ.120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 11505-12		PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4132-12		PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 4120-14		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCULAP	BT325R		DIVARICATORE DI LANGENBECK,40X10MM,210MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT243R	DIVARICATORE DI VOLKMANN, 3 DENTI ACUTI	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT005R	UNCINO KILNER, A DUE REBBI, 152 MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN903R	TUBO REDON CH.10 LEGG.CRV.PUNTA COLT.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN904R	TUBO REDON CH.12 LEGG.CRV.PUNTA COLT.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	26.35.02		MR-ELEVATORE FREER,TAGLIENTE/SMUSSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	399.420		MALLET , 500 G, 230 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2014		OSTEOTOMO LEG. CURVO 7MM L.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 5563-18		PINZA SGORBIA BANE, CURVA,STRETTA MM175	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 5764-00NR		PINZA PLATTA,185 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2015		BATTITORE D.12MM L.120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SYNTHES	399.180		LEVA OSSA,PICC.PUNTA CORTA/STRETTA, 6MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 5440-06		LEVA OSSA,PICC.PUNTA CORTA/STRETTA, 6MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	23-537-06		LEVA PER OSSA, LARGA 6,0 MM, MM 150	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 5442-18		LEVA P.OSSA,LARG.17MM, PUNTA LUNGA FINE	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	23-547-24		LEVA PER OSSA DI HOHMANN, MM 260	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	19.12.20		PINZA POLIPI E MEDICAZ GROSS RET.200MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3860-20		PINZA POLIPI E MEDICAZ GROSS RET.200MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1103-16		DUROTIP FORBICI MAYO CRV.170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1311-14		FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC023R	FORBICI DISSEZ.METZENB.DELIC.CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 3010-16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STIER	H112-32016		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH176R	PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	AESCLAP	BH120R		PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 030-044-16		PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-921-16		PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF426R	PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 3081-15		PINZA EMOST.LERICHE CRV.150MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3071-16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM019R	DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM013R	DUROGRIP PORTAGHI BABY-CRILE-WOOD 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 5527-17		PINZA VERBRUGGE PER OSSA MOLTO PICCOLA	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	56-231-11		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PICCOLA ORTOPEDIA 4

PESO 8 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

63					1	0	15	0	0	8	1	38	14	3	1	0	20
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK789		3/4-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK779A		SOVRACOPERCHIO P/CONT.BASE 3/4 ALLU ARG.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF253R	3/4 CESTELLO PERFORATO 406X253X76MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	RUDOLF	RU 4850-04		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STIER	H106-10700		MANICO P.BISTURI NO.7 162MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	01.27.07		MANICO P.BISTURI NO.7 162MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	12-404-12		PINZETTA ADSON P.DISSEZ.120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	RUDOLF	RU 4132-12		PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD559R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	06.10.14		PINZETTA DISSEZIONE 2X3D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DO462R	DIVARICAT.PARTI MOLLI 42X11 215MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT193R	DIVARICATORE DI MEYERDING, FIG.A, 180 MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT242R	DIVARICATORE DI VOLKMANN, 2 DENTI ACUTI	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2	RUDOLF	RU 4431-02/03		UNCINO, MODELLO FINE, 3 DENTI SMUSSI	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 5800-23		MARTELLO IN METALLO 300GR.D:30MM 235MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 5764-00		PINZA PLATTA,185 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2015		BATTITORE D.12MM L.120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN903R	TUBO REDON CH.10 LEGG.CRV.PUNTA COLT.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN904R	TUBO REDON CH.12 LEGG.CRV.PUNTA COLT.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR2014		OSTEOTOMO LEG. CURVO 7MM L.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 5368-00		CURETTA DOPPIA MARTINI,TAGLIENTE,140MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	26.35.02		MR-ELEVATORE FREER,TAGLIENTE/SMUSSO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FO511R	PINZA SGORBIA DI MAYFIELD, MM 175	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 5440-06		LEVA OSSA,PICC.PUNTA CORTA/STRETTA, 6MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SYNTHESES	399.180		LEVA OSSA,PICC.PUNTA CORTA/STRETTA, 6MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 5438-55		LEVA PER OSSA, LARGA 6,0 MM, MM 150	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 5442-18		LEVA P.OSSA,LARG.17MM, PUNTA LUNGA FINE	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 5440-24		LEVA PER OSSA DI HOHMANN, MM 260	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 3860-20		PINZA POLIPI E MEDICAZ GROSS RET.200MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	19.16.20		PINZA POLIPI E MEDICAZ GROSS RET.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 3010-16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-384-16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH176R	PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	15.46.12		PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	AESCULAP	BH120R		PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 030-044-16		PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF426R	PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	2
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM132R	DUROGRIP PORTAGHI LICHTENBERG 193MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 3081-15		PINZA EMOST.LERICHE CRV.150MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM025R	DUROGRIP PORTAGHI P.VASI SOTTILE 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STIER	NON PRESENTE	BM066R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1263-17		DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC021R	FORBICI P.PREPARAZIONE FINE CRV.115MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC145R	FORBICI P.OFTALM.E LEGATURE 130MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FO180R	PINZA VERBRUGGE PER OSSA MOLTO PICCOLA	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PICCOLA ORTOPEDIA 5

PESO 8,5 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

64					2	1	15	0	1	8	7	30	7	6	1	0	16
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	26.35.02	MR-ELEVATORE FREER,TAGLIENTE/SMUSSO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JK789		3/4-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JK779A		SOVRACOPERCHIO P/CONT.BASE 3/4 ALLU ARG.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JF254R		3/4 CESTELLO PERFORATO 406X253X106MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEDICON	01.28.04		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BB077R	MANICO P.BISTURI NO.7 162MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	AESULAP	FB402R		PINZA ATR.MORSO 2MM 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 4120-14		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEDICON	06.20.05		PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	15-293-04		DIVARICATORE DI LANGENBECK,40X10MM,210MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT325R	DIVARICATORE DI LANGENBECK,40X10MM,210MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	20.10.04		DIVARICATORE DI MEYERDING,FIG.E,180 MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT197R	DIVARICATORE DI MEYERDING,FIG.E,180 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT123R	DIVARIC. FERITE E TRACHEA ACUTO, 3 DENTI	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	RUDOLF	RU 4508-02		DIVARICAT. KOCHER, SEMI-ACUTO, 2 DENTI	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN903R	TUBO REDON CH.10 LEGG.CRV.PUNTA COLT.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN904R	TUBO REDON CH.12 LEGG.CRV.PUNTA COLT.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FL055R	MARTELLO IN METALLO 300GR.D:30MM 235MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 5368-01		CURETTA DOPPIA WILLIGER,TAGLIENTE,145MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	26.64.16		RASPATORE, CURVO, LAMA RETTA, 6,0MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FL095R	STRUMENTO PER FRAMMENTI OSSO D:7MM 160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 5563-18		PINZA SGORBIA BANE, CURVA,STRETTA MM175	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	RUDOLF	RU 5764-00		PINZA PLATTA,185 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	OSTEO	26 110		LEVAOSSA 8MM L.150MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 5440-06		LEVA OSSA,PICC.PUNTA CORTA/STRETTA, 6MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	399.180		LEVA OSSA,PICC.PUNTA CORTA/STRETTA, 6MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK170R	LEVA HOHMANN OSSA, 10 MM LARG., 220MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2	RUDOLF	RU 5442-18		LEVA P.OSSA,LARG.17MM, PUNTA LUNGA FINE	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 5440-24		LEVA PER OSSA DI HOHMANN, MM 260	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STIER	H116-11020		PINZA POLIPI E MEDICAZ GROSS RET.200MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF046R	PINZA POLIPI E MEDICAZ GROSS RET.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	11-181-15		FORBICI STILLE CRV.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1281-11MC		FORBICI SUPERCUT SMUSSE LAME 30MM L.110MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC935R	SUPERCUT FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 3010-16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BH176R		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	MEDICON	17.54.16		PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH176R	PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
1	KERNA	TQ 030-044-16		PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF426R	PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1
1	AESCLAP	BH120R		PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	15.46.12		PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	STIER	H124-18420TC		DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 3081-15		PINZA EMOST.LERICHE CRV.150MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM019R	DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STIER	H124-37420TC		DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 150MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 5527-17		PINZA VERBRUGGE PER OSSA MOLTO PICCOLA	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STIER	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

INTERV. DI ACH 1

PESO 7,5 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

36					3	0	8	0	2	4	4	15	5	0	2	0	8
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK742	VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	19-03019	PINZA DA MENISCO CURVA SX 1X2D L.OP.100MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	JK789		3/4-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JK779A		SOVRACOPERCHIO P/CONT.BASE 3/4 ALLU ARG.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF223R	1/1 CESTELLO PERFORATO 540X253X76MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	MEDICON	01.27.07		MANICO P.BISTURI NO.7 162MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 11505-12		PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC557R	FORBICI MAYO CRV.SULLA PUNTA 170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BC263R		DUROTIP FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ACUFEX	010001		MANICO, 125MM LUNGO, P.FO731-743	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3399-95		SONDA A GANCIO,PROF.5MM, TOT. 230MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SMITH & NEPHEW	72200829		CANNULA DIAGNOSTICA PER ARTROSCOPIA D.6MM 2 VIE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DYONICS	2711		TROCAR SYSTEM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	DYONICS	2209		MANDRINO PER CANNULA OP. SMUSSO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	ULSS10	PR2038		MANDRINO SMUSSO 4MM L.290MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	ACUFEX	010900		BASKET ANGOLATO DX	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	012015		DUCKBILL BASKET PUNCH 1.5MM CVD LEFT	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	012203		PUNCH POSTERIORE RETTO 2X2,5MM D.3,6MM L.OP120MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	011014		GRASPERS-ALLIGATOR RETTO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	012011		DUCKBILL BASKER LINEAR PUNCH 2.7MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	012030		DUCKBILL BASKER UPBITER PUNCH 2.7MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	012016		DUCKBILL BASKET PUNCH 1.5MM UP CVD RT	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	RUDOLF	RU 0250-01		DUCKBILL BASKET PUNCH 1.5MM UPBITE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 3071-16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF123R	PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	STIER	H112-32016		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	REDA	15123-13		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BF465R		PINZA P.CARTA BOTONUTA 115MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 6055-18		DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 185MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DYONICS	2147		CAVO LUCE A FIBRE OTTICHE D. 3,5MM L.230MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SMITH & NEPHEW	72200617		MOTORE DYONICS POWERMAX ELITE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

INTERV. DI ACH 2

PESO 7 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

39					9	1	4	0	0	3	2	20	6	0	0	0	14
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	DYONICS	2711		TROCAR SYSTEM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK742	VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR2037		MANDRINO PER DYONICS 3869	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK789	3/4-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK779A	SOVRACOPERCHIO P/CONT.BASE 3/4 ALLU ARG.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF253R	3/4 CESTELLO PERFORATO 406X253X76MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	01.27.07		MANICO P.BISTURI NO.7 162MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STIER	H110-18015		PINZETTA DISSEZ.MICRO-ADSON 1X2D.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	11-181-15		FORBICI STILLE CRV.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC606R	FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	REDA	NON PRESENTE	19-00019	PINZA DA MENISCO RETTA 1X2D. L.OP.100MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	19-03019	PINZA DA MENISCO CURVA SX 1X2D L.OP.100MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	DYONICS	3869		CANNULA PER ARTROSCOPIO 4 MM, IRRIG./ASPIR.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2037		MANDRINO PER DYONICS 3869	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	DYONICS	2209		MANDRINO PER CANNULA OP. SMUSSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	010001		MANICO, 125MM LUNGO, P.F0731-743	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ULSS10	PR2038		MANDRINO SMUSSO 4MM L.290MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	ACUFEX	012016		DUCKBILL BASKET PUNCH 1.5MM UP CVD RT	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	012015		DUCKBILL BASKET PUNCH 1.5MM CVD LEFT	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	012203		PUNCH POSTERIORE RETTO 2X2,5MM D.3,6MM L.OP120MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	010913		PUNCH DX 2,2 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	012011		DUCKBILL BASKER LINEAR PUNCH 2.7MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	012014		DUCKBILL BASKET PUNCH 1.5MM UPBITE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ACUFEX	010912		PUNCH SX	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	012014	DUCKBILL BASKET PUNCH 1.5MM UPBITE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 3010-16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH165R	PINZA EMOST.RANKIN CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	LEIBINGER	NON PRESENTE	BM026R	DUROGRIP PORTAGHI P.VASI SOTTILE 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF123R	PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	MEDESY	1635		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	REDA	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DYONICS	1986		ADATTATORE PER INFUSIONE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DYONICS	2147		CAVO LUCE A FIBRE OTTICHE D. 3,5MM L.230MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SMITH & NEPHEW	72200617		MOTORE DYONICS POWERMAX ELITE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

INTERV. DI ACH 3

PESO 6 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

33					10	2	0	0	1	4	3	13	3	2	0	0	8
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK342	VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK369	1/2-COPERCHIO VARIO, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK359A	SOVRACOPERCH.P/CONT.VARIO 1/2 ALLU ARG.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF112R	1/2 CESTELLO PERFORATO 243X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	01.27.07		MANICO P.BISTURI NO.7 162MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 11505-12		PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	DYONICS	3869		CANNULA PER ARTROSCOPIO 4 MM, IRRIG./ASPIR.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DYONICS	467575		OTURATORE SMUSSO 4,5MM L.OP160MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	DYONICS	2711		TROCAR SYSTEM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DYONICS	2209		MANDRINO PER CANNULA OP. SMUSSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	010901		BASKET ANGOLATO SX	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	010001		MANICO, 125MM LUNGO, P.FO731-743	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	28146 UH		PINZA OLIVER CROMA RETTA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	28171 BC		ART(H)CUT STAND.(5,5X2,4)15\CVO ALT.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	012015		DUCKBILL BASKET PUNCH 1.5MM CVD LEFT	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	012011		DUCKBILL BASKER LINEAR PUNCH 2.7MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	012016		DUCKBILL BASKET PUNCH 1.5MM UP CVD RT	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 0250-00		ART(H) CUT STAND3X5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	012020		PUNCH 1,5 UPBITER	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1				SPILLA CON BF464R	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC283WB	FORB.DI LEXER NOIR TAGLIO OND.CVO.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC607R	FORBICI DISS.METZENBAUM CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MEDICON	15.72.66		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-375-16		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.160MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF123R	PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	MEDITECK	24-1804-18		DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 180MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	REDA	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDESY	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG524R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 1,0 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DYONICS	2147		CAVO LUCE A FIBRE OTTICHE D. 3,5MM L.230MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SMITH & NEPHEW	72200617		MOTORE DYONICS POWERMAX ELITE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

MOTORE COLIBRI 1
PESO 8,5 KG

S.O. ORTOPEDIA
KIT VAPORE

46					18	0	3	0	5	4	3	13	5	1	0	0	7
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	Aesculap	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	JK789		3/4-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	JK779A		SOVRACOPERCHIO P/CONT.BASE 3/4 ALLU ARG.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF253R	3/4 CESTELLO PERFORATO 406X253X76MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	MEDICON	17.55.10		PINZA CHAMP BACKHAUS 110MM	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC557R	FORBICI MAYO CRV.SULLA PUNTA 170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3887-25		PINZA P MEDICAZ.COLLIN C.CREMA.RET.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM170R	DUROGRIP PORTAGHI ZWEIFEL 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SYNTHESES	391.963		PINZA L.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 5764-00		PINZA PLATTA,185 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2015		BATTITORE D.12MM L.120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	HIT MEDICA	HMA 246-5		BATTITORE L.140MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	22-523-22		TAGLIAFIL, 235MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	22-523-16		TENAGLIA FILI ACCIAIO,REILL,175MM,CURVA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OL605-23	TRONCHESE 220MM DOPPIO SNODO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	HIT MEDICA	NON PRESENTE	LS071S	BOCCOLA PROT.TESS.P.FILETTATORE D3,5MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	OSTEO	700076		BOCCOLA PROT.TESS.P.FILETTATORE D2,5MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	LS077S	PROTETTORE D.TESSUTO, D.4,5MM, COMPLETO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	55-704-15		PORTA FILI DI KIRSCHNER 1,5 L.330MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0004		FILI DI KIRSCHNER VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	55-704-15		PORTA FILI DI KIRSCHNER 1,5 L.330MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0004		FILI DI KIRSCHNER VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	55-704-10		PORTA FILI DI KIRSCHNER 1,0MM L.330MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR0004		FILI DI KIRSCHNER VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	55-704-20		WIRE DISPENSER F. 310 MM, 20 MM DIAMETER	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0004		FILI DI KIRSCHNER VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	55-704-25		PORTA FILI DI KIRSCHNER 2,5MM L.330MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0004		FILI DI KIRSCHNER VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	532.004		INSERITORE BATTERIA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	510.191		CHIAVE DI SERRAGGIO "T" PER MANDRINI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	532.021		SEGA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	532.014		MANDRINO DI JACOBS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	532.014		MANDRINO DI JACOBS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	532.022		PASSAFILI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	532.001		MOTORE COLIBRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.310		PERFORATORE SPIR.ASSE AO, D.3,2MM,145 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.156		PERFORATORE SPIR.ASSE AO D.1,5MM L.110MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.250		PERFORAT.SPIRALE,ASSE AO D. 2,5MM,110MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.350		PERFORATORE SPIR.,ASSE AO,D.3,5MM,110 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.440		PERFORATORE SPIR.,ASSE AO D. 4,5MM,145MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0006		CAMBRE VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0003		FRESE VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0004		FILI DI KIRSCHNER VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

MOTORE COLIBRI 2
PESO 8,5 KG

S.O. ORTOPEDIA
KIT VAPORE

50					33	1	3	0	0	4	1	8	2	2	0	0	4
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JK769		3/4-COPERCHIO VARIO, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JK759A		SOVRACOPERCH.P/CONT.VARIO 3/4 ALLU ARG.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JF253R		3/4 CESTELLO PERFORATO 406X253X76MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-915-11		PINZA CHAMP BACKHAUS 110MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3600-13		PINZA CHAMP BACKHAUS 135MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1103-16		DUROTIP FORBICI MAYO CRV.170MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF046R	PINZA POLIPI E MEDICAZ GROSS RET.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM170R	DUROGRIP PORTAGHI ZWEIFEL 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	SYNTHESES	391.963		PINZA L.165MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 5764-00		PINZA PLATTA,185 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2015		BATTITORE D.12MM L.120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	HIT MEDICA	HMA 246-5		BATTITORE L.140MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	22-523-22		TAGLIAFILI, 235MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OL605-23	TRONCHESE 220MM DOPPIO SNODO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SYNTHESES	312.280		GUIDA DI FORAGGIO 3,5/2,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR1024		GUIDA PER PUNTE D.4,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	55-732-08		PORTA FILI KIRSCHNER D.1,0MM L.180MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0004		FILI DI KIRSCHNER VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	55-732-10		PORTA FILI KIRSCHNER D.1,0MM L.180MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0004		FILI DI KIRSCHNER VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	55-732-15		PORTA FILI KIRSCHNER D.1,5MM L.180MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0004		FILI DI KIRSCHNER VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	55-732-20		PORTA FILI KIRSCHNER D.2,0 L.180MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0004		FILI DI KIRSCHNER VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	55-734-08		PORTA FILI KIRSCHNER D.0,8MM L.330MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0004		FILI DI KIRSCHNER VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	55-734-10		PORTA FILI KIRSCHNER D.1,0MM L.330MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0004		FILI DI KIRSCHNER VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	55-734-18		PORTA FILI KIRSCHNER D.1,8MM L.330MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0004		FILI DI KIRSCHNER VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	55-734-20		PORTA FILI KIRSCHNER D.2,0MM L.330MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0004		FILI DI KIRSCHNER VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	55-734-25		PORTA FILI KIRSCHNER D.2,5MM L.330MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	532.001		MOTORE COLIBRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	532.013		ATTACCO RAPIDO PER PUNTE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	532.014		MANDRINO DI JACOBS	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SYNTHESES	532.021		SEGA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	532.004		INSERITORE BATTERIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	532.022		PASSAFILI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.310		PERFORATORE SPIR.ASSE AO, D.3,2MM,145 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.440		PERFORATORE SPIR.,ASSE AO D. 4,5MM,145MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.190		PERFORATORE SPIR.,ASSE AO,D.2,0MM,100MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.350		PERFORATORE SPIR.,ASSE AO,D.3,5MM,110 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.250		PERFORAT.SPIRALE,ASSE AO D. 2,5MM,110MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0008		LAME PER SEGA VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0006		CAMBRE VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0004		FILI DI KIRSCHNER VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

MOTORE COMPACT 1
PESO 6,5 KG

S.O. ORTOPEDIA
KIT VAPORE

18					12	0	0	0	0	1	3	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	05.001.083	TUBO ARIA PER MOTORE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	JK341		VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:120MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JK359A		SOVRACOPERCH.P/CONT.VARIO 1/2 ALLU ARG.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JK399 AUF JK339		1/2-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF112R	1/2 CESTELLO PERFORATO 243X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SYNTHESES	511.701		COMPACT AIR DRIVE II	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	511.801		ACCESSORIO SEGA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	511.791		PUNTA PER FILI D.0,6-3,2MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	511.785		ADAPTOR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	511.731		MANDRINO PER PUNTE DA TRAPANO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	511.783		ADATTATORE,MANDRINO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	511.782		ADATTATORE HUDSON	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	511.730		MANDRINO JACOBS D. 0/6,5 MM+ CHIAVE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	511.750		QUICK ACT. CHUCK	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	510.190		CHIAVE DI SERRAGGIO "T" PER MANDRINI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.440		PERFORATORE SPIR.,ASSE AO D. 4,5MM,145MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.310		PERFORATORE SPIR.ASSE AO, D.3,2MM,145 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0008		LAME PER SEGA VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

MOTORE REAMER
PESO 5,5 KG

S.O. ORTOPEDIA
KIT VAPORE

11					9	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	JK342		VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JK369		1/2-COPERCHIO VARIO, ARGENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JK359A		SOVRACOPERCH.P/CONT.VARIO 1/2 ALLU ARG.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF111R	1/2 CESTELLO PERFORATO 243X253X36MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SYNTHES	511.605		AIR REAMER/DRILL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	519.510		TUBO DOPPIA VIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	510.131		UNIVERSAL CHUCK, WITHOUT KEY	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	511.782		ADATTATORE HUDSON	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	510.101		QUICK COUPLING, SMALL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	310.310		PERFORATORE SPIR.ASSE AO, D.3,2MM,145 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	310.440		PERFORATORE SPIR.,ASSE AO D. 4,5MM,145MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

MOTORE COMPACT 2
PESO 6,5 KG

S.O. ORTOPEDIA
KIT VAPORE

19					17	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK341		VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:120MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK369		1/2-COPERCHIO VARIO, ARGENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK358A		SOVRACOPERCHIO P/CONT.VARIO 1/2 ALLU ORO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF112R	1/2 CESTELLO PERFORATO 243X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SYNTHES	511.701		COMPACT AIR DRIVE II	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	511.801		ACCESSORIO SEGA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	511.902		ACCESSORIO SEGA COLTELLARE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	511.791		PUNTA PER FILI D.0,6-3,2MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	511.761		ATTACCO RAPIDO PER MOTORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	511.782		ADATTATORE HUDSON	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	511.783		ADATTATORE,MANDRINO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	511.730		MANDRINO JACOBS D. 0/6,5 MM+ CHIAVE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	511.750		QUICK ACT. CHUCK	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	511.731		MANDRINO PER PUNTE DA TRAPANO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	511.785		ADAPTOR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	310.310		PERFORATORE SPIR.ASSE AO, D.3,2MM,145 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	310.440		PERFORATORE SPIR.,ASSE AO D. 4,5MM,145MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0008		LAME PER SEGA VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	519.510		TUBO DOPPIA VIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

MOTORE TPS
PESO 9 KG

S.O. ORTOPEDIA
KIT VAPORE

52					23	2	2	0	2	7	1	15	5	4	0	0	6
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	55-732-10		PORTA FILI KIRSCHNER D.1,0MM L.180MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Aesculap	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	JK789		3/4-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	JK779A		SOVRACOPERCHIO P/CONT.BASE 3/4 ALLU ARG.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	JF254R		3/4 CESTELLO PERFORATO 406X253X106MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	JF945		TAPPETI.IN RILIEVO IN SILICONE 248X237MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4110-16		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1261-17		FORBICI MAYO P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	17.55.13		PINZA CHAMP BACKHAUS 135MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3600-13		PINZA CHAMP BACKHAUS 135MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM361R	PORTAGHI MATHIEU 170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	BETA	1150-160		PINZA PIATTA PER FILI, MORSO ZIGRINATO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SYNTHESES	391.963		PINZA L.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	22-523-16		TENAGLIA FILI ACCIAIO,REILL,175MM,CURVA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	GEOMED	AL 200-20		PINZA PORT.TAMP.FOERSTER-BALLENGER 210MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2028		DOWNS: BATTITORE DOPPIO L. 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SYNTHESES	391.850		PINZA PLATTA,185 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	22-523-25		TRONCHESE HERCULES	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	OSTEO	700076		BOCCOLA PROT.TESS.P.FILETTATORE D2,5MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	OSTEO	700066		BOCCOLA PROT.TESS.P.FILETTATORE D6,5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	OSTEO	700064		BOCCOLA PROT.TESS.P.FILETTATORE D3,5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	ULSS10	PR0004		FILI DI KIRSCHNER VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	55-732-15		PORTA FILI KIRSCHNER D.1,5MM L.180MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	55-732-20		WIRE-DISPENSER F. 160 MM, 20 MM DIAMETER	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0004		FILI DI KIRSCHNER VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	55-734-10		PORTA FILI KIRSCHNER D.1,0MM L.330MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0004		FILI DI KIRSCHNER VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	55-734-12		PORTA FILI KIRSCHNER D.1,2MM L.330MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0004		FILI DI KIRSCHNER VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	55-734-15		PORTA FILI KIRSCHNER D.1,5MM L.330MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	ULSS10	PR0004		FILI DI KIRSCHNER VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	55-734-18		WIRE DISPENSER F. 310 MM, 18 MM DIAMETER	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0004		FILI DI KIRSCHNER VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	55-734-20		WIRE DISPENSER F. 310 MM, 20 MM DIAMETER	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0004		FILI DI KIRSCHNER VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	55-734-25		WIRE DISPENSER F. 310 MM, 25 MM DIAMETER	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STRYKER	4100-131-132		CHIAVE SERRAGGIO P.MAND.3 GAN.GRD.6,5MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GA031R	CHIAVE SERRAGGIO P.MAND.3 GAN.GRD.6,5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STRYKER	296-80-110		SYNTHES CHUCK	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2029		MANDRINO PER STRYKER 5100-88	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	ULSS10	PR2030		LANCIAFILI	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	STRYKER	5100-88		CORPO MOTORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2031		CAVO ELETTRICO PER MOTORE STRYKER 5100-88	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	310.156		PERFORATORE SPIR.ASSE AO D.1,5MM L.110MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	310.250		PERFORAT.SPIRALE,ASSE AO D. 2,5MM,110MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	310.350		PERFORATORE SPIR.,ASSE AO,D.3,5MM,110 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	310.310		PERFORATORE SPIR.ASSE AO, D.3,2MM,145 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	310.440		PERFORATORE SPIR.,ASSE AO D. 4,5MM,145MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0004		FILI DI KIRSCHNER VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JG522R		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

MOTORE ZIMMER

PESO 4,5 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

6					1	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	Aesculap	JK342		VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	JK369		1/2-COPERCHIO VARIO, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	JK358A		SOVRACOPERCHIO P/CONT.VARIO 1/2 ALLU ORO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	ZIMMER	5044-02		MOTORE ZIMMER HALL OSCILLATOR	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ZIMMER	5052-10		TUBO ARIA PER MOTORE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0003		FRESE VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

SET MINI (7G)

PESO 4,5 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

43					1	0	9	1	3	1	4	24	8	2	2	0	12
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JN342	VASCHETTA P.CONT.1/2 PERF.ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FO622R	PINZA TAGLIENTE LISTON RETTA 170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK399	1/2-COPERCHIO BASIS,P.CONT.75MM,ARGENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	MEDICON	01.27.07		MANICO P.BISTURI NO.7 162MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	NON PRESENTE	BB077R	MANICO P.BISTURI NO.7 162MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4369-00/12		PINZETTA ADSON MORSO PIATTO, L.125MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4132-12		PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	GIMA	NON PRESENTE	BD511R	PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	06.05.14		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	06.07.16		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	MARTIN	15-087-04		UNCINO, MODELLO FINE, 4 DENTI SMUSSI	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 4490-02		UNCINO, 2 DENTI, ACUTI	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	20.55.17		DIVARICATORE KNAPP, 4 DENTI, SMUSSO, 6MM L.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4466-02		DIVARICATORE KNAPP, 4 DENTI, SMUSSO, 6MM L.160MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JAKOBI	45 0860		RETRATTORE DOPPIO 17X5MM 9X3MM L.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	45 0860	RETRATTORE DOPPIO 17X5MM 9X3MM L.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STIER	H146-41518		MR-ELEVATORE FREER,TAGLIENTE/SMUSSO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 5440-06		LEVA OSSA,PICC.PUNTA CORTA/STRETTA, 6MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FO415R	PINZA SGORBIA BLUMENTHAL, LEGGERM. CURVA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 3860-20		PINZA POLIPI E MEDICAZ GROSS RET.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC023R	FORBICI DISSEZ.METZENB.DELIC.CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	RUDOLF	RU 1263-17M		FORBICI DI MAYO-STILLE CURVA CARBURO TUNGSTENO SUPERCAT L.170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1311-14		FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	GEOMED	AA 201-14		FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC015R	FORBICI P.VASO REYNOLDS-JAMESON 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	15.46.12		PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH120R	PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
2	STILLE	NON PRESENTE	EA012R	PINZA INTEST.BABY ALLIS 130MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	15.45.12		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	RUDOLF	RU 6050-16		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH642R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF426R	PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BN003R		SONDA SCANALATA 130MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN036R	SONDA BOTT.A CRUNA D:2,5/160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN136R	SONDA BOTTONUTA D:2/160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 8985-02		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

SET RIMOZIONE CEMENTO + ALESATORI 1

PESO 12 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

39					6	3	8	0	12	2	1	7	0	2	0	0	5
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	Aesculap	JK442		VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:135MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK489		1/1-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK479A		SOVRACOPERCHIO P/CONT.BASE 1/1 ALLU ARG.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF222R	1/1 CESTELLO PERFORATO 540X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	PROTEK	75.98.14		HAND REAMER, D. 14,0 MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PROTEK	75.98.13		HAND REAMER, D. 13,0 MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PROTEK	75.98.12		HAND REAMER, D. 12,0 MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PROTEK	75.98.11		HAND REAMER, D. 11,0 MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PROTEK	75.98.10		HAND REAMER, D. 10,0 MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PROTEK	75.98.09		HAND REAMER, D. 9,0 MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PROTEK	75.98.08		HAND REAMER, D. 8,0 MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PROTEK	75.00.61		ALESATORE AD INNESTO RAPIDO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SULZERMEDICA	76.08.92 F		CACCIAVITE A TAGLIO L.275MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LIMA	9045.10.250		BATTITORE A PAUNTA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2016		MANICO A T PER ALESATORI MANUALI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	LINK	130-684		ALESATORE MANUALE D.11MM L.500MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINK	130-682		ALESATORE MANUALE D.9MM L.500MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINK	130-680		ALESATORE MANUALE D.7MM L.500MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LIMA	9095.10.294		ALESATORE MANUALE D.10MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF222R	1/1 CESTELLO PERFORATO 540X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SYNTHESES	310.440		PERFORATORE SPIR.,ASSE AO D. 4,5MM,145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	LINK	130-670E		ALESATORE D.10MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINK	130-668		ALESATORE 8MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	LINK	130-664		ALESATORE 6MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PROTEK	75.51.90		CEMENT EXTRACTION HOOK, 8MM WIDE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PROTEK	75.51.92		CEMENT EXTRACTION HOOK, 10MM WIDE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PROTEK	75.51.94		CEMENT EXTRACTION HOOK	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	31.07.25		SGORBIA RUSKIN-ROETTGEN, 240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	ULSS10	PR2017		PINZA LAPARO MORSO A COCCODRILLO L.OP.350MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR2018		CENTRA PUNTE ANGOLATO D.8MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ZIMMER	75.03.60		SCALPELLO DI LEXER, MM 310 LARGO 3 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SULZERMEDICA	75.11.65 G		SCALPELLO CON GUIDA 12MM L. 250MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ZIMMER	75.05.60		SCALPELLO 5MM 310 MM CURVO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ZIMMER	75.75.67 D		SCALPELLO CURVO 8MM L.310MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SULZERMEDICA	75.09.64 E		SGORBIA A BAIONETTA CURVA 8,5MM L.340MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ZIMMER	70.44.00		IMPUGNATURA PER SCALPELLO L.190MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ZIMMER	01.00531.108		PUNTA SCALPELLO 8MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ZIMMER	01.00531.110		PUNTA SCALPELLO 10MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ZIMMER	01.00531.106		PUNTA SCALPELLO 6MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

SET RIDUZIONE 1

PESO 6 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

23					8	2	0	0	1	1	4	7	3	0	0	0	4
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK341	VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AS MEDIZINTECHNIK	NON PRESENTE	JK399	1/2-COPERCHIO BASIS,P.CONT.75MM,ARGENTO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AS MEDIZINTECHNIK	NON PRESENTE	JK375A	SOVRACOPERCH.P/CONT.BASE 1/2 ALLU ROSSO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	ULSS10	PR2019		PIEGAPLACCHE L.270MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	RUDOLF	RU 2665-23		FORBICE SMUSSA L.240MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHES	399.06		PINZA OSSA CREMAGL.VITE 150MM PICCOLA	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	SYNTHES	399.05		PINZA OSSA CREMAGL.VITE L.240MM	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	SYNTHES	399.092		PINZA PER OSSA GRANDI 225MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHES	399.084		PINZA OSSA CON CREMAGLIERA 170 MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHES	399.071		OSTEOSTATO A BACKHAUS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHES	399.99		PINZA OSSA CON CREMAGL.PICCOLA 145MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				MAZZETTO CON:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	OSTEO	A700625		PINZA PER RIMETTERE A POSTO FRAMM.OSSO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	D 2905-46	FO180R	PINZA VERBRUGGE PER OSSA MOLTO PICCOLA	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1
2	MEDICON	NON PRESENTE	BF300R	PINZA ARTERIE CHAPUT PICC.2X3D.125MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

ACH RISERVA 1
PESO 4 KG

S.O. ORTOPEDIA
KIT VAPORE

17					3	0	5	0	6	0	3	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR2027		MARTIN: CONTAINER CON COPERCHIO 280X280X70MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MITEK	228301		FISSATORE ARTROSCOPICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	012702		SCAVINO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	23-340-03		CURETTA SIMON TAGLIENTE, RIGIDA, 234 MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	012701		RASPATORE TAGLIENTE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	012037		FORBICE DELICATA PUNCH IN ALTO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ARTHREX	AR-12540		PINZA AD ANELLO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	011024		ALLIGATOR MAX	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	010812		FORBICE CURVA SX	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	010813		FORBICE CURVA DX	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	012059		STING-RAY	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	TEKNO	NON PRESENTE	011014	GRASPERS-ALLIGATOR RETTO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	012058		STING-RAY RIGHT	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	014720		RONGUER "RAPTOR"	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	REMA	13-00335		HOOK PUNCH 4,0 MM RETTA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	STORZ	495 G		RACCORDO GRANDE PER FONTE LUMINOSA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

INTERV. DI MEDIA ORTOPEDIA 1

S.O. ORTOPEDIA

PESO 12 KG

KIT VAPORE

84					2	0	0	0	0	9	8	65	34	2	0	0	29
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK442	VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JK469		1/1-COPERCHIO VARIO, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JK459A		SOVRACOPERCH.P/CONT.VARIO 1/1 ALLU ARG.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF222R	1/1 CESTELLO PERFORATO 540X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	APMPLIMED	NON PRESENTE	BB084R	MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BB084R	MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BB077R	MANICO P.BISTURI NO.7 162MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	BB075R		MANICO P.BISTURI N.3L 211MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BB085R	MANICO P.BISTURI N.4L 213MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	HERMANN	NON PRESENTE	BD027R	PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	06.46.20		PINZETTA ANAT.CUSHING 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD239R	PINZETTA ANAT.CUSHING 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ACCURATUS	07.28.15		PINZETTA DISSEZ.MICRO-ADSON 1X2D.150MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	LEIBINGER	31-19216		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDICON	06.05.14		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STIER	NON PRESENTE	BD539R	PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	12-301-20		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4122-21		PINZETTA DISSEZIONE 2X3D.200MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN903R	TUBO REDON CH.10 LEGG.CRV.PUNTA COLT.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN904R	TUBO REDON CH.12 LEGG.CRV.PUNTA COLT.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN906R	TUBO REDON CH.16 LEGG.CRV.PUNTA COLT.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DO547R	RASPATORE SYMES	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT240R	DIVARICAT. VOLKMANN, 1 DENTE ACUTO, LAR.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	BT370R	DIVARICATORE DI KOCHER, 60 X20 MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT370R	DIVARICATORE DI KOCHER, 60 X20 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT358R	DIVARICAT. DI KOCHER-LANGENBECK,35X15MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2	ULSS10	PR2036		DIVARICATORE DI ISRAEL, 3 DENTI SMUSSI 40X40MM L.250MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2	RUDOLF	RU 4508-02		DIVARICAT. KOCHER, SEMI-ACUTO, 2 DENTI	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	ACCURATUS	24.51.36		LEVA OSSA, 8 MM LARG., 220 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STIER	H132-80108		LEVA OSSA, 8 MM LARG., 220 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 5442-18		LEVA P.OSSA,LARG.17MM, PUNTA LUNGA FINE	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK174R	LEVA VERBRUGGE-MULLER PER OSSA MM 44	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	RUDOLF	RU 5440-24		LEVA PER OSSA DI HOHMANN, MM 260	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK174R	LEVA VERBRUGGE-MULLER PER OSSA MM 44	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	HIT MEDICA	HMG 0921		PINZA PLATTA,185 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2002		DOWNS: BATTITORE DOPPIO 1/2" E 3/4" L. 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SYNTHESES	399.420		MALLET, 500 G, 230 MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK336R	RASPATORE MITCHELL, RETTO, 210MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	31.07.05		PINZA SGORBIA DI RUSKIN, MM 190	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FO532R	PINZA SGORBIA DI LEKSELL-STILLE, MM 240	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	AA804R	REGOLO ACCIAIO SCALA MILL.E POL.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 5410-02		RASPATORE CURVO LAMA RETTA 3,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK325R	RASPATORE, CURVO, LAMA TONDO, 14,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK634R	CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	LINK	NON PRESENTE	FO182R	PINZA VERBRUGGE PER OSSA MEDIA 265MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FO182R	PINZA VERBRUGGE PER OSSA MEDIA 265MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	BOB	9161.20		PINZA POLIPI E MEDICAZ GROSS RET.200MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	19.12.20		PINZA POLIPI E MEDICAZ GROSS RET.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	11-931-17		DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1263-17		DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC606R	FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
3	STIER	H112-32016		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-384-16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-414-16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	BH120R		PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	LEIBINGER	32-01018		PINZA MOSQUITO HALSTED RET.1X2D.125MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH648R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.225MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	16.12.22		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.225MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	LEPINE	12 234 121		PINZA EMOST.HEISS RET.1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3620-16		PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BF426R		PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF426R	PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH170R	PINZA EMOS.LERICHE RET.1X2D.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH191R	PINZA P.ARTERIE DUNHILL CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	RUDOLF	RU 3081-15		PINZA EMOST.LERICHE CRV.150MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BH161R		PINZA EMOST.LERICHE CRV.150MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM132R	DUROGRIP PORTAGHI LICHTENBERG 193MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	10.18.73		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR 242MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM026R	DUROGRIP PORTAGHI P.VASI SOTTILE 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	LAWTON	NON PRESENTE	FO180R	PINZA VERBRUGGE PER OSSA MOLTO PICCOLA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FO180R	PINZA VERBRUGGE PER OSSA MOLTO PICCOLA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG524R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 1,0 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

STRUMENTARIO PFN 1

PESO 15 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

29					5	0	1	0	1	2	0	20	7	2	1	0	10
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC569R	FORBICI MAYO-NOBLE CRV.170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	JK444		VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:187MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK469		1/1-COPERCHIO VARIO, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK459A		SOVRACOPERCH.P/CONT.VARIO 1/1 ALLU ARG.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTARIO IN COMODATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF112R	1/2 CESTELLO PERFORATO 243X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	TONTARRA	003-004-00		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BB077R	MANICO P.BISTURI NO.7 162MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 4110-16		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.160MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEDICON	06.35.60		PINZETTA DISSEZIONE WAUGH 1X2D.250MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0
1	HI-TECH	NON PRESENTE	BD561R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN904R	TUBO REDON CH.12 LEGG.CRV.PUNTA COLT.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	23-461-10		RASPATORE DI LAMBOTTE, MM 10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ULSS10	PR2048		RETRATTORE 60X30MM L.235MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2	RUDOLF	RU 5442-18		LEVA P.OSSA,LARG.17MM, PUNTA LUNGA FINE	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 5440-24		LEVA PER OSSA DI HOHMANN, MM 260	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK176R	LEVA PER OSSA DI HOHMANN, MM 260	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF491R	CLAMP P.STERILIZZAZIONE BUNT 105MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	11-931-17		DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM034R	DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY SOTTILE 210MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH648R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.225MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	16.12.22		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.225MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDICON	16.61.19		PINZA ARTERIE SEC.FUCHSIG CRV.190MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	RUDOLF	RU 3860-20		PINZA POLIPI E MEDICAZ GROSS RET.200MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 8985-02		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG524R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 1,0 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

STRUMENTARIO PFN 2

PESO 15 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

27					1	0	4	0	1	2	3	16	3	1	1	0	11
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	CBM	NON PRESENTE	JK446	VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:247MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF222R	1/1 CESTELLO PERFORATO 540X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				STRUMENTARIO IN COMODATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF112R	1/2 CESTELLO PERFORATO 243X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	TONTARRA	003-004-00		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	01.27.07		MANICO P.BISTURI NO.7 162MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEDICON	06.35.60		PINZETTA DISSEZIONE WAUGH 1X2D.250MM	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
1	AESCU LAP	BD557R		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4120-21		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.200MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC555R	FORBICI MAYO CRV.SULLA PUNTA 155MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC591R	FORBICI LEXER P DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN903R	TUBO REDON CH.10 LEGG.CRV.PUNTA COLT.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR2051		DISSETTORE 12MM L.210MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	ULSS10	PR2052		RETRATTORE 70X19MM L.165MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	MEDICON	77.11.18		LEVA P.OSSA,LARG.17MM, PUNTA CORTA FINE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK171R	LEVA P.OSSA,LARG.17MM, PUNTA CORTA FINE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 5440-24		LEVA PER OSSA DI HOHMANN, MM 260	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK176R	LEVA PER OSSA DI HOHMANN, MM 260	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF491R	CLAMP P.STERILIZZAZIONE BUNT 105MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF123R	PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NOPA	AA 311/22		PINCE EMOST.OVERHOLT FINE #6 225MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	16.12.22		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.225MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH648R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.225MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STIER	H124-18420TC		DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 200MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG524R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 1,0 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

OTTICA 4MM 30° 1

S.O. ORTOPEDIA

PESO 1 KG

KIT VAPORE

2					0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STERISAFE	E42		CONTAINER PORTA OTTICHE CON COPERCHIO 430X110X70MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SMITH & NEPHEW	23-0851		OTTICA GRANDANG.4MM, 30 GR.PER EJ563R	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

OTTICA 4MM 30° 2

S.O. ORTOPEDIA

PESO 1 KG

KIT VAPORE

2					0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SMITH & NEPHEW	23-0851		OTTICA GRANDANG.4MM, 30 GR.PER EJ563R	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STERISAFE	E42		CONTAINER PORTA OTTICHE CON COPERCHIO 430X110X70MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

OTTICA 4MM 30° 3

S.O. ORTOPEDIA

PESO 1 KG

KIT VAPORE

2					0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	DYONICS	NON PRESENTE	PE505A	OTTICA GRANDANG.4MM, 30 GR.PER EJ563R	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STERISAFE	E42		CONTAINER PORTA OTTICHE CON COPERCHIO 430X110X70MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

MINI FISSATORI 1

PESO 1 KG

S.O. ORTOPEDIA

SET VAPORE

6					3	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SMITH & NEPHEW	NON PRESENTE	304.564	SCATOLA PER MINI FISSATORE ESTERNO E IMPIANTO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	392.040		HAND CHUCK, FOR K WIRES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	395.304		SOCKET WRENCH, 5,5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	395.302	CHAVE INGLESE COMBINATA MISURA 5,5MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	H0	MATERIALE CONSUMABILE (CLAMP, MORSETTI, BARRE, FILI KIRSCHNER)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

MINI FISSATORI 2

PESO 1 KG

S.O. ORTOPEDIA

SET VAPORE

6					1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR1019		SCATOLA PORTA STRUMENTI 195X100X20MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	392.040	HAND CHUCK, FOR K WIRES	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	395.304	SOCKET WRENCH, 5,5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	H0	MATERIALE CONSUMABILE (CLAMP, MORSETTI,BARRE, FILI DI KIRSCHNER)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	395.302	CHAVE INGLESE COMBINATA MISURA 5,5MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

FISSATORI ESTERNI FEMORE

PESO 1,5 KG

S.O. ORTOPEDIA

SET VAPORE

16					16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	STRYKER	4920-2-020		MORSETTO UNIVERSALE IBRIDO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	STRYKER	4920-1-020		ARTICOLAZIONE PER ASTE DI CONNESSIONE BLU/GRIGIO	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STRYKER	4920-2-120		ASTA DI RACCORDO DRITTA IN ACCIAIO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STRYKER	4920-1-140		ASTA DI RACCORDO CURVA IN ACCIAIO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STRYKER	5029-8-150		BARRA RETTA 150MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	STRYKER	5029-8-350		BARRA RETTA 350MM	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

LEVE DI PUTTI 1

PESO 1 KG

S.O. ORTOPEDIA

SET VAPORE

2					2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	CITIEFFE	3082		LEVA DI PUTTI L.150MM LARGH.15MM SP.4MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

LEVE DI PUTTI 2

PESO 1 KG

S.O. ORTOPEDIA

SET VAPORE

2					2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	CITIEFFE	3083		LEVA DI PUTTI L.130MM LARGH.15MM SP.4MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

LEVE PER OSSA

PESO 1 KG

S.O. ORTOPEDIA

SET VAPORE

2					2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	ACCURATUS	24.51.36		LEVA OSSA, 8 MM LARG., 220 MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

MINI OSTEOTOMI

S.O. ORTOPEDIA

PESO 1 KG

SET VAPORE

6					0	4	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	23-136-04		OSTEOTOMO DI LAMBOTTE, MM 125,LARG.MM 4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	23-136-06		OSTEOTOMO DI LAMBOTTE, MM 125,LARG.MM 6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	23-136-08		OSTEOTOMO DI LAMBOTTE, MM 125,LARG.MM 8	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	23-136-10		OSTEOTOMO DI LAMBOTTE, MM 125,LARG.MM 10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	23-136-12		OSTEOTOMO DI LAMBOTTE, MM 125,LARG.MM 12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	23-136-15		OSTEOTOMO DI LAMBOTTE, MM 125,LARG.MM 15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

SCALPELLI 1

PESO 1 KG

S.O. ORTOPEDIA

SET VAPORE

4					0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FL401R	SGORBIA DI LEXER,22CM, LARGO 5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FL403R	SCALPELLO DI LEXER, CM 22, MM 10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FL405R	SCALPELLO DI LEXER, CM 22, MM 15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FL406R	SCALPELLO DI LEXER, CM 22, MM 20	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

SCALPELLI 2

PESO 1 KG

S.O. ORTOPEDIA

SET VAPORE

6					3	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	LINK	64-4159/16		MANICO PER LAME OSTEOTOMO L.200MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINK	NON PRESENTE	GB020R	CHIAVE DI SERRAGGIO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	399.580		LAMA CESELLI, 5MM LARGA, P.FL665	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	399.550		LAMA CESELLI, 10MM LARGA, P.FL665	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	399.560		LAMA CESELLI, 16MM LARGA, P.FL665	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	399.570		LAMA CESELLI,25MM LARGA,P.FL665	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

SCALPELLI 3

PESO 1 KG

S.O. ORTOPEDIA

SET VAPORE

6					3	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SYNTHES	399.540		MANICO P.CESELLI FL668-682	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	OSTEO	700521		CACCIAVITE CON PUNTA ESAGONALE 3,5MM CON FERMAVITI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	399.580		LAMA CESELLI, 5MM LARGA, P.FL665	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	399.55		LAMA CESELLI, 10MM LARGA, P.FL665	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	399.560		LAMA CESELLI, 16MM LARGA, P.FL665	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FL672R	LAMA CESELLI,25MM LARGA,P.FL665	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

SUTURE TENDINI

PESO 1 KG

S.O. ORTOPEDIA

SET VAPORE

8					0	0	0	0	0	0	2	6	3	1	1	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM853R	AGO P.LEGATURE 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM801R	AGO P.LEGAT. KRONECKER CRV.SIN.155MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	FK814R		CURETTA DOPPIA WILLIGER,TAGLIENTE,145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK366R	RASCHIATORE SCHNEIDER-SAUERBRUCH, 190MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	OL160R	ELEVATORE P.SETTO NAS.DI HALLE, 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	ULSS10	PR1026		PUNTERUOLO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR1027		ULRICH: TUNNELIZZATORE MISURA 5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR1028		ULRICH: TUNNELIZZATORE MISURA 5,5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

BATTITORI

S.O. ORTOPEDIA

PESO 1 KG

SET VAPORE

3					0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SYNTHES	397.700		INPUGNATURA CON ATTACCO RAPIDO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	397.740		BATTITORE PICCOLO RETTANGOLARE, SCANALATO, 6X16MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	397.720		BATTITORE CURVO D. 4MM PUNTA CONVESSA PIRAMIDALE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PUNTE TRAPANO

PESO 1 KG

S.O. ORTOPEDIA

SET VAPORE

13					0	0	0	0	0	0	0	13	0	12	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GC010R	PERFORATORE 2,5 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
3	ULSS10	PR1029		PERFORATORE D.3,0MM L.60MM	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GC006R	PERFORATORE 3,5 MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
2	ULSS10	PR1030		PERFORATORE D.4,0MM L.70MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
3	ULSS10	PR1031		PERFORATORE D.5,0MM L.85MM	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0
2	ULSS10	PR1032		PERFORATORE D.6,0MM L.90MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PINZE A MORSO SILCUT

PESO 1 KG

S.O. ORTOPEDIA

SET VAPORE

2					0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	28171 CB		PINZA A MORSO SILCUT, CRV 30°SX, MORSO 3,4MM L.120MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	28171 DB		PINZA A MORSO SILCUT, CRV 30°DX, MORSO 3,4MM L.120MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

GUAINA ZIMMER 2

PESO 1 KG

S.O. ORTOPEDIA

SET ETO

1					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ZIMMER	5052-10		TUBO ARIA PER MOTORE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

KIT MICROCHIRURGIA 1

S.O. ORTOPEDIA

PESO 1 KG

SET ETO

19					1	0	0	0	6	0	8	4	0	3	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK187	VASCHETTA P.CONTAINER MINI ALTEZZA:30MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	15.15.76		PINZA BULLDOG JOHNS-HOPKINS 80MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH016R	PINZA BULLDOG JOHNS-HOPKINS 80MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
3	MIRCO	NON PRESENTE	MB739R	BULLDOG VASCOLARE DI COOLEY MORSO 45MM L.85MM	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
3	ULSS10	PR2045		MIRCO: BULLDOG VASCOLARE COOLEY CRV MORSO 45MM L.80MM	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	15-792-00		DIV. AUTOST. CON VALVE X MANO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	15-798-01		DIVARICATORE AUTOSTATICO SMUSSO VICKERS L.50MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	15-792-02		VALVA CENTRALE 12X10MM DI 15-792-00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	11-773-00		FORBICE A MOLLA MICROCH., RETTA, 160 MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	11-773-01		FORBICE A MOLLA MICROCH., CURVA, 160 MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	20-306-14		PORTAGHI CASTROVIEJO 145MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LEIBINGER	36-06652		DUROGRIP PORTAGHI 0,2/180MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	12-530-01		MICROPINZA IN TOTANIO RETTA 8MM L.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	12-531-01		MICROPINZA IN TITANIO CURVA 8MM L.180MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	12-541-00		MICRO PINZA IN TITANIO CURVA ANGOLATA 1X2D L.180MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

DERMOTOMO

S.O. ORTOPEDIA

PESO 1,5 KG

SET ETO

1					0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GB231R	MICRO-LINE DERMATOMO DI WAGNER	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

DESCHAMPS

PESO 1 KG

S.O. ORTOPEDIA

SET ETO

6					0	0	0	0	0	0	4	2	1	1	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM808R	AGO DESCHAMPS SMUSSO CRV.SIN.210MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BM811R		AGO DESCHAMPS SMUSSO CRV.DES.215MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	BM822R		AGO DECHAMPS P.LEGATURE CRV.SIN.240MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BM823R		AGO DECHAMPS P.LEGATURE CRV.DES.240MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BM824R		AGO DESCHAMPS SMUSSO CRV.SIN.280MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BM825R		AGO DESCHAMPS SMUSSO CRV.DES.280MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

OSTEOTOMI PISANI

S.O. ORTOPEDIA

PESO 1 KG

SET ETO

8					0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR1021		SCATOLA PORTASTRUMENTI 320X145X30MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR1033		OSTEOTOMO SECONDO PISANI A "V" 5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR1034		OSTEOTOMO SECONDO PISANI A "V" 10MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR1035		OSTEOTOMO SECONDO PISANI A "V" 15MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR1036		OSTEOTOMO SECONDO PISANI, SEMICIRCOLARE 15MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR1037		OSTEOTOMO SECONDO PISANI, SEMICIRCOLARE 18MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR1038		OSTEOTOMO SECONDO PISANI, CIRCOLARE 15MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR1039		OSTEOTOMO SECONDO PISANI, CIRCOLARE 18MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

SET VITI ROTTE 1

PESO 1 KG

S.O. ORTOPEDIA

PACCO VAPORE

35					29	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SYNTHES	398.650		PINZA TOGLIERE VITI ROTTE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	311.440		MANICO PER TRAPANO MANUALE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	311.440	IMPUGNATURA C.MANDRINO,ATTACCO RAPIDO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SYNTHES	399.680		CESELLO P RIMUOVERE VITI ROTTE, 220 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	309.450		MANICO PER FRESA 4.5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	309.470		VITE DIAM. 4,5 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	309.480		FRESA CAVA RICAMBIO P/309.450	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	SYNTHES	309.520		GUIDA PER FRESA DIAM. 2,5 MM	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	SYNTHES	309.521		ESTRATTORE VITI CONICO PER D. 3,5MM	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SYNTHES	309.530		GUIDA PER FRESA DIAM. 5 MM	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	309.46		MANICO PER FRESA 4.5MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	309.47		GUIDA PER FRESA 4.5 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	309.480		FRESA CAVA RICAMBIO P/309.450	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	309.66		MANICO PER FRESA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	309.67		GUIDA PER FRESA 6.5 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	309.068		FRESA CAVA COMP TAGLIO 6,5/7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	309.035		MANICO PER FRESA FORATA D. 3,5/ 4,0MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SYNTHESES	309.370		BULLONE CAVO RICAMBIO P/FRESE CAVE P/30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	309.038		FRESA CAVA-RICAMBIO P/ 309.035	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				FINE GRUPPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	309.480		FRESA CAVA RICAMBIO P/309.450	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	309.038		FRESA CAVA-RICAMBIO P/ 309.035	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	309.069		BULLONE ESTRAZIONE PER VITI DIAM. 6,5 + 7 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	309.039		BULLONE ESTRAZIONE PER VITI DIAM. 3,5 + 4 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	309.490		BULLONE ESTRAZIONE PER VITI DIAM. 4,5 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

GUAINA ZIMMER 1

PESO 1 KG

S.O. ORTOPEDIA

PACCO VAPORE

1					0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ZIMMER	5052-10		TUBO ARIA PER MOTORE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

CAMBRE

PESO 4 KG

S.O. ORTOPEDIA

PACCO VAPORE

12					1	0	0	0	0	0	2	9	0	1	0	0	8
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG252R	PANIERE 3/4 F.SENZA PIEDINI 406X253X44MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BL943R	SCATOLA P.AGHI PERF.12 OMP.205X120X12MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				ALL'INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0006		CAMBRE VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	KX518R	PESTONE DI BLOUNT	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	CITIEFFE	NON PRESENTE	KX517R	SUPPORTO AGRAFES E IMPATTATORE,DI BLOUNT	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	CITIEFFE	NE 85060		IMPATTATORE PER CAMBRE L.250MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	76.09.70	SUPPORTO AGRAFES E IMPATTATORE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	76.09.07	SUPPORTO AGRAFES E IMPATTATORE,DI BLOUNT	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	76.09.08	PESTONE DI BLOUNT	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	CITIEFFE	NON PRESENTE	76.09.09	ESTRATTORE DI BLOUNT	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR1017		IMPATTATORE CON TESTA SFERICA, D.13MM L.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR1018		IMPATTATORE CON TESTA SFERICA FORATA, D.13MM L.170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

FILI FILETTATI

PESO 2 KG

S.O. ORTOPEDIA

PACCO VAPORE

1					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR1015		ORTHOFIX: SCATOLE PORTA FILI FILETTATI SMALL-MEDIUM-LARGE D.1,2-1,6-2,2MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

SET DIVARICATORE DA GINOCCHIO

PESO 1 KG

S.O. ORTOPEDIA

PACCO VAPORE

6					0	0	0	0	0	0	1	5	0	2	0	0	3
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SYNTHESES	399.420		MALLET, 500 G, 230 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDICON	31.07.05		PINZA SGORBIA DI RUSKIN, MM 190	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT325R	DIVARICATORE DI LANGENBECK,40X10MM,210MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT326R	DIVARICATORE DI LANGENBECK,40X13MM,210MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	22.43.02		DIVARICATORE DI VOLKMANN, 2 DENTI SMUSSI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT252R	DIVARICATORE DI VOLKMANN, 2 DENTI SMUSSI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

VITI INTERFERENZA

PESO 2,5 KG

S.O. ORTOPEDIA

PACCO VAPORE

6					2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR1016		CONTAINER+COPERCHIO, SCOMPARTI INTERNI PER VITI E STRUMENTI, 300X145X80MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR0001		VITI VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	014270		CACCIAVITE PUNTA ESAGONALE 3,0MM CANULATO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	014271		CACCIAVITE PUNTA ESAGONALE 3,5MM CANULATO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	014815		CACCIAVITE PUNTA ESAGONALE 3,5MM CANULATO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	014815	CACCIAVITE PUNTA ESAGONALE 3,5MM CANULATO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

STRUMENTARIO SPALLA

PESO 4 KG

S.O. ORTOPEDIA

PACCO VAPORE

33					6	6	0	0	11	0	5	5	2	1	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG253R	PANIERE 3/4 F.SENZA PIEDINI 406X253X64MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	LINK	64-4160/14		SKID LEVER DOUBLE-ENDED 280MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINK	64-4160/32		DIVARICATORE PER GLENOIDE LUNG.270MM LARG. PUNTA 15MM DENTATA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINK	64-4160/33		RETRATT.D'ANCA PUNTA A V	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINK	64-4160/11		BONE LEVER FOR HUMERUS-HEAD, 180 MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINK	64-4160/07		UNCINO DA SPALLA PUNTA SMUSSA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINK	64-4160/08		UNCINO DA SPALLA FORATO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINK	64-4160/06		UNCINO DA SPALLA PUNTA ACUTA 195MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	LINK	64-4159/12		DIVARICATORE DI RICHARDSON, 47 X 21 MM	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	LINK	64-4165		DIVAR. TESTA OMERO L.210MM IMPUGNATURA A "T" BASE FORATA L.35MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	LINK	64-4161/02		RETRATTORE AUTOSTATICO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	LINK	64-4161/04		VALVA MEDIA	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	LINK	64-4161/03		VALVA PICCOLA	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	LINK	64-4161/05		VALVA GRANDE	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINK	64-4160/05		PENETRATING AWL MEDIUM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINK	64-4159/10		CESELLO CON IMPUGNATURA 3,5MM 225MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINK	64-4159/18		PINZA SGORBIA DI MAYFIELD, MM 175	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
4	MEDICON	15.46.12		PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BH154R		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.140MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	LINK	64-4160/10		PINZA DA RIPOSIZIONAMENTO L.180MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BM100R		DUROGRIP PORTAGHI WERTHEIM 200MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR0004		FILI DI KIRSCHNER VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0004		FILI DI KIRSCHNER VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

MENISCO

PESO 1 KG

S.O. ORTOPEDIA

PACCO VAPORE

14					5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ACUFEX	012600		ACUFEX MENISCAL STITCHER SET	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	012601		DOPPIA CANNULA CURVA IN ALTO-DX N.1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	012602		DOPPIA CANNULA CURVA IN ALTO-SX N.2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	012603		DOPPIA CANNULA RETTA N.3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	012604		DOPPIA CANNULA CURVA SX-DX N.4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	012605		DOPPIA CANNULA RETTA ALTO-BASSO N.5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ACUFEX	012606		CANNULA SINGOLA RETTA N.6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ACUFEX	012608		AGO D.0,8MM L.250MM	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	012609		THIMBLE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	012612		STRUMENTO PER PIEGARE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

TRONCHESONE 1

PESO 2,5 KG

S.O. ORTOPEDIA

PACCO VAPORE

1					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	COPER	9-056		TRONCHESONE MAX 6,3MM L.570MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

TRONCHESONE 2

PESO 1 KG

S.O. ORTOPEDIA

PACCO VAPORE

1					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	22-528-01		TRONCHESE PER FILI FINO A 3,2MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

TRONCHESONE 3

PESO 1 KG

S.O. ORTOPEDIA

PACCO VAPORE

1					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MEDICON	76.45.81		TRONCHESONE MAX 6,4MM L.570MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

SET GUAINA SYNTHES 1

S.O. ORTOPEDIA

PESO 1 KG

PACCO VAPORE

1					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SYNTHES	519.530		TUBO A DOPPIA VIA, LUNGHEZZA 5 M	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

SET GUAINA SYNTHES 2

S.O. ORTOPEDIA

PESO 1 KG

PACCO VAPORE

1					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SYNTHES	519.530		TUBO A DOPPIA VIA, LUNGHEZZA 5 M	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

MINI FRESA

S.O. ORTOPEDIA

PESO 1 KG

PACCO VAPORE

5					2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR1019		SCATOLA PORTA STRUMENTI 195X100X20MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STRYKER	5100-15		MANDRINO MICRO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STRYKER	5100-15-250		TERMINALE MOTORE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STRYKER	5100-9		SUPPORTO NERO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0003		FRESE VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

MORSETTO PELVICO

PESO 4,5 KG

S.O. ORTOPEDIA

PACCO VAPORE

16					10	4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF212R	1/1 CESTELLO PERFORATO 485X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SYNTHESES	398.382		BRACCIO MORSETTO PELVICO L.390MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	398.381		BRACCIO MORSETTO PELVICO L.390MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	398.301		STAFFA L.500MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	398.311		STAFFA DI ESTENSIONE L.300MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	398.340		CHIODO L.220MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	398.350		ESTENSIONE PER CHIODO L.70MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	398.360		TUBO FILETTATO PER CHIODO L.110MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	398.340		CHIODO L.220MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	398.350		ESTENSIONE PER CHIODO L.70MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	398.360		TUBO FILETTATO PER CHIODO L.110MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	398.320		MARTELLO CON CHIAVE A BUSSOLA L.190MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	321.200		CHIAVE CON CRICCHETTO 11MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	314.270		CACCIAVITE SW3,5 L200MM C.MOLLA A TENERE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	314.02		CACCIAVITE ESAGONALE 2,5MM, L.200MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	314.06		BOCCOLA A TENERE P.VITE D2,7/3,5/4,5MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

MOTORE PEAN DRIVE
PESO 1 KG

S.O. ORTOPEDIA
PACCO VAPORE

15					9	4	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF112R	1/2 CESTELLO PERFORATO 243X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	SYNTHES	05.001.080		MOTORE AIR PEN DRIVE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	05.001.030		MANDRINO PER MOTORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	05.001.045		MANDRINO PER MOTORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	05.001.082		SUPPORTO PER MOTORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	05.001.083		TUBO ARIA PER MOTORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	05.001.086		CAPPUCCIO DI PROTEZIONE PER MOTORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KOMET MEDICAL	NS0909.014		FRESA D.6MM 10/45MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KOMET MEDICAL	NS0909.016		FRESA D.6MM 10/55MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2046		FRESA D.4MM 10/45MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	513.140		PERFORATORE SPIR.D.2,0 MM,RACCORDO ANGOL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHES	513.030		PERFORATORE SPIR.D.1,1 MM,RACC.ANGOL	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	03.000.70		FRESA D.4MM 8/52MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	03.000.073		FRESA D.5MM 10/55MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PIEGA PLACCHE

S.O. ORTOPEDIA

PESO 6 KG

PACCO VAPORE

2					1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	LS218R	DISPOSITIVO CURVARE E CONTORN.DI PLACCA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	H0	IN DOPPIA BUSTA, ESTERNA AL PACCO: MANICO PER PIEGA PLACCHE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

PLACCHE L

PESO 11 KG

S.O. ORTOPEDIA

PACCO VAPORE

24					2	6	1	0	4	0	3	8	0	3	1	0	4
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF213R	1/1 CESTELLO PERFORATO 485X253X76MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	ULSS10	PR0002		PLACCHE VARE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINK	64-5200/24		GUIDA, 200MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINK	64-5200/20		BLADE CHISEL, 300MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	321.150		CHIAVE A SNODO PER DADI	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	OSTEO	A 700235		IMPATT./ESTRATT.P.PLACCHE ANG./PROF.U	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	OSTEO	A 700210		POSIZIONATORE SCANALATO FORATO 15MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	OSTEO	A 700211		POSIZIONATORE GRADUATO 15MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	OSTEO	NON PRESENTE	KT024R	BULINO INCUDINE CHiodo-PLACCHE BAMBINI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0002		PLACCHE VARE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR1021		SCATOLA PORTASTRUMENTI 320X145X30MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	OSTEO	700465		PERFORATORE MANUALE D.4,5MM L.170MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	OSTEO	13500		MISURATORE DI VITI FINO A 100MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	OSTEO	702209		PUNTA ELICOIDALE D.3,2MM L.145MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINK	64-5200/23		CACIAVITE A PUNTA ESAGONALE D.6MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	OSTEO	NON PRESENTE	KT005R	APPARECCHIO PER CONDILI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	OSTEO	NON PRESENTE	KT007R	COLTELLO ANGOLATO OSTEOTOM. COLLO FEMORE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	OSTEO	NON PRESENTE	KT029R	MARTELLO FINESTR. ESTRAZIONE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	LINK	64-5200/22		IMPATTATORE, 230MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	OSTEO	A 700132		GUIDA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	OSTEO	D 632050		POSIZIONATORE ANGOLATO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR1023		OSTEO: SERIE DI 4 SUPPORTI PER POSIZIONATORE ANGOLATO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR1022		BATTITORE A PUNTA CONICA D.15MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR1024		GUIDA PER PUNTE D.4,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

VITI ACCIAIO 3,5

PESO 2,5 KG

S.O. ORTOPEDIA

PACCO VAPORE

10					8	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SYNTHESES	690.438		VASSOIO PORTASTRUMENTI PER "LOW PROFILE PELVIC SYSTEM"	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0001		VITI VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	319.090		MISURATORE DI VITI FINO A 110MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	314.070		CACCIAVITE SW2,5 L200MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHESES	310.230		PERFORATORE SPIRALE DIAM. 2,5 MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHESES	310.250		PERFORAT. SPIRALE,ASSE AO D. 2,5MM,110MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	314.030		GIRAVITE, ASSE AO, 2,5MM SW	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR1020		GUIDA PER PUNTE D.2,5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

SET SCALPELLI 1

PESO 1 KG

S.O. ORTOPEDIA

PACCO VAPORE

7					3	0	0	0	1	0	0	3	1	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ZIMMER	5061-88		LIMA PER OSSA E RASPA, MM 220	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2047		UNGHIA PER MISURAZIONE L.110MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	KERNA	TO 194-450-04		OSTEOTOMO LAMBOTTE RET.4MM LG.245MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACCURATUS	35.54.61		OSTEOTOMO LAMBOTTE RET.10MM LG.245MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	111-21441-15		OSTEOTOMO LAMBOTTE RET.15MM LG.245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ZIMMER	100.05.840		OSTEOTOMO LAMBOTTE RET.20MM LG.245MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FL658R	OSTEOTOMO LAMBOTTE RET.25MM LG.245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

SET SCALPELLI 2

PESO 1 KG

S.O. ORTOPEDIA

PACCO VAPORE

7					1	0	0	0	1	0	1	4	2	1	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR2047		UNGHIA PER MISURAZIONE L.110MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ZIMMER	5061-88		LIMA PER OSSA E RASPA, MM 220	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	111-21441-7		OSTEOTOMO LAMBOTTE RET.7MM LG.245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 5330-10		OSTEOTOMO LAMBOTTE RET.10MM LG.245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ACCURATUS	35.54.66		OSTEOTOMO LAMBOTTE RET.15MM LG.245MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 194-450-20		OSTEOTOMO LAMBOTTE RET.20MM LG.245MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	111-21441-25		OSTEOTOMO LAMBOTTE RET.25MM LG.245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

SET BACINO

PESO 4 KG

S.O. ORTOPEDIA

PACCO VAPORE

10					2	0	1	0	1	0	1	5	0	0	1	0	4
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF212R	1/1 CESTELLO PERFORATO 485X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	SYNTHES	398.540		PUNTERUOLO A SFERA DA RIDUZIONE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	398.890		PINZA PER RIDUZIONE PELVICA RETTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	398.84		PINZA PER RIDUZIONE PELVICA PICCOLO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	398.860		PINZA PER RIDUZIONE PELVICA A SFERE LUNGHE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	398.88		PELVIS-REPOSITION FORCEPS 330MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ULSS10	PR2050		LEVA OSSA MALLEABILE 300MM	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

SET ALESATTORI FLESSIBILI 1

PESO 2 KG

S.O. ORTOPEDIA

PACCO VAPORE

18					1	1	0	0	9	0	7	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
				MAZZETTO CON:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HOWMEDICA	K 344584		ALESATORE DIAM. 12MM LUNG. 400MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HOWMEDICA	K 324835		ALESATORE DIAM. 13MM LUNG. 400MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HOWMEDICA	K 340422		ALESATORE DIAM. 14MM LUNG. 400MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HOWMEDICA	K 343644		ALESATORE DIAM. 15MM LUNG. 400MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HOWMEDICA	K 354743		ALESATORE DIAM. 16MM LUNG. 400MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HOWMEDICA	K 345263		ALESATORE DIAM. 17MM LUNG. 400MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
				MAZZETTO CON:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STRYKER	K562762		ALESATORE DIAM. 8MM LUNG. 400MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HOWMEDICA	K 355280		ALESATORE DIAM. 9MM LUNG. 400MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HOWMEDICA	NON PRESENTE	K 355280	ALESATORE DIAM. 9MM LUNG. 400MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	HOWMEDICA	K 345259		ALESATORE DIAM. 10MM LUNG. 400MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HOWMEDICA	K 330812		ALESATORE DIAM. 11MM LUNG. 400MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HOWMEDICA	NON PRESENTE	K 344584	ALESATORE DIAM. 12MM LUNG. 400MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
				MAZZETTO CON:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HOWMEDICA	K 345257		ALESATORE DIAM. 8MM LUNG. 400MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HOWMEDICA	NON PRESENTE	K 324835	ALESATORE DIAM. 13MM LUNG. 400MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	HOWMEDICA	NON PRESENTE	K 340422	ALESATORE DIAM. 14MM LUNG. 400MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	HOWMEDICA	NON PRESENTE	K 343644	ALESATORE DIAM. 15MM LUNG. 400MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	HOWMEDICA	NON PRESENTE	K 354743	ALESATORE DIAM. 16MM LUNG. 400MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	355.01		TUBO MIDOLLARE D.9MM L.430MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

ALESATORI 1

PESO 2 KG

S.O. ORTOPEDIA

PACCO VAPORE

20					15	0	3	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF212R	1/1 CESTELLO PERFORATO 485X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	SYNTHESES	355.010		TUBO MIDOLLARE D.9MM L.430MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	352.040		MANICO PER ALESATORI L.500MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	675.504		SUPPORTO IN PLASTICA PER ALESATORI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	352.085		ALESATORE D. 8,5 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	352.090		ALESATORE D. 9 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	352.095		ALESATORE D. 9,5 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	352.100		ALESATORE D. 10 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	352.105		ALESATORE D. 10,5 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	352.110		ALESATORE D. 11 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	352.115		ALESATORE 11,5 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	352.120		ALESATORE D. 12 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	352.125		ALESATORE D. 12,5 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	352.130		ALESATORE 13 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	352.135		ALESATORE 13,5 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	352.140		ALESATORE D. 14 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	352.145		ALESATORE D. 14,5 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	352.150		ALESATORE D. 15 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	351.783		VASCHETTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ALL'INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	352.055		INSERTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

ALESATORI 2

PESO 2 KG

S.O. ORTOPEDIA

PACCO VAPORE

26					15	0	8	0	0	0	0	3	1	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF212R	1/1 CESTELLO PERFORATO 485X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SYNTHESES	355.01		TUBO MIDOLLARE D.9MM L.430MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	352.040		ALBERO RIGIDO X ALESATORI LUN. 495 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	352.040	ALBERO RIGIDO X ALESATORI LUN. 495 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SYNTHESES	675.504		SUPPORTO IN PLASTICA PER ALESATORI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	352.085		ALESATORE D. 8,5 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	352.090		ALESATORE D. 9 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	352.095		ALESATORE D. 9,5 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SYNTHESES	352.100		ALESATORE D. 10 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	352.105		ALESATORE D. 10,5 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	352.110		ALESATORE D. 11 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	352.115		ALESATORE 11,5 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	352.120		ALESATORE D. 12 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	352.125		ALESATORE D. 12,5 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	352.130		ALESATORE 13 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	352.135		ALESATORE 13,5 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	352.140		ALESATORE D. 14 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	352.145		ALESATORE D. 14,5 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	352.150		ALESATORE D. 15 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	352.155		ALESATORE D. 15,5 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	352.160		ALESATORE D. 16 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	352.165		ALESATORE D. 16,5 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	352.170		ALESATORE D. 17 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SYNTHESES	351.050		PROTEGGI TESSUTO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	352.050		INSERTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	352.055		INSERTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

SET MINI ORT 1

PESO 1 KG

S.O. ORTOPEDIA

PACCO VAPORE

19					2	0	5	0	0	2	0	10	3	3	0	0	4
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	04-020011	BD043R	PINZETTA ANAT.115MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MEDICON	01.27.07		MANICO P.BISTURI NO.7 162MM	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	06.20.05		PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4132-12		PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC021R	FORBICI P.PREPARAZIONE FINE CRV.115MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC557R	FORBICI MAYO CRV.SULLA PUNTA 170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC605R	FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH109R	PINZA EMOST.MICRO-HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	RUDOLF	RU 6055-01		DUROGRIP PORTAGHI BABY-CRILE-WOOD 150MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN004R	SONDA SCANALATA 145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	20.10.01		DIVARICATORE DI MEYERDING, FIG.A, 180 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	20.10.04		DIVARICATORE DI MEYERDING,FIG.E,180 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STIER	H118-30201		DIVARICATORE DI MEYERDING,FIG.E,180 MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	26.35.02		MR-ELEVATORE FREER,TAGLIENTE/SMUSSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF112R	PINZA PORT.TAMP.FOERSTER-BALLENGER 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

SET MINI ORT 2

PESO 1 KG

S.O. ORTOPEDIA

PACCO VAPORE

19					3	0	0	5	1	0	1	9	6	1	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MEDICON	01.27.07		MANICO P.BISTURI NO.7 162MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	01.27.17		SCALPEL HANDLE, NO. 7 K, SHORT	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 10100-14		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4134-12		PINZETTA DISS.ADSON MORS.STRI.1X2D.120MM CON TUNG.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	CHIMO	SRS 335		PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC021R	FORBICI P.PREPARAZIONE FINE CRV.115MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1311-14		FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1263-17		DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	HERZBERG	NON PRESENTE	BH109R	PINZA EMOST.MICRO-HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM016R	DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF123R	PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STIER	H146-41518		MR-ELEVATORE FREER,TAGLIENTE/SMUSSO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BN003R		SONDA SCANALATA 130MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STIER	H118-30201		DIVARICATORE DI MEYERDING,FIG.E,180 MM	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STIER	H118-30204		DIVARICATORE DI MEYERDING, FIG.A, 180 MM	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	56-231-08		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

SET MINI ORT 3

PESO 1 KG

S.O. ORTOPEDIA

PACCO VAPORE

19					2	2	3	0	0	1	0	11	6	3	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	MEDICON	01.27.07		MANICO P.BISTURI NO.7 162MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4369-00/12		PINZETTA ADSON MORSO PIATTO, L.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	TEKNO	TK 11505-12		PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	02.41.60		DUROTIP FORBICI P DISSEZ.CRV.115MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BH109R		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC605R	FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	HERMANN	NON PRESENTE	BC581R	FORBICI STILLE CRV.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	RUDOLF	RU 6055-01		DUROGRIP PORTAGHI BABY-CRILE-WOOD 150MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF046R	PINZA POLIPI E MEDICAZ GROSS RET.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BN003R		SONDA SCANALATA 130MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	26.35.02		MR-ELEVATORE FREER,TAGLIENTE/SMUSSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEDICON	20.10.04		DIVARICATORE DI MEYERDING,FIG.E,180 MM	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT007R	BABY-WUNDHAKEN N SENN-MILLER, SMUSS.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2	CBM	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

ACH SPALLA 1

PESO 3 KG

S.O. ORTOPEDIA

PACCO VAPORE

38					10	1	3	0	1	5	5	13	9	1	1	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF252R	3/4 CESTELLO PERFORATO 406X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	MEDICON	01.28.04		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	01.27.07		MANICO P.BISTURI NO.7 162MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4100-16		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	12-301-16		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 11505-12		PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	06.20.05		PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2044		PERFORATORE GRADUATO D.4MM L.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ARTHREX	AR-5009H		SPINGI/TIRA NODO L.265MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	ARTHREX	AR-5008H		UNCINO TIPO UNCINETTO L.260MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	ARTHREX	AR-10010		SONDA A GANCIO 5MM 265MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ARTHREX	AR-1342-15		ELEVATORE PER TESSUTI 4MM 15° L.250MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ARTHREX	AR-1299		SPINGI NODO CON ANELLO L.OP.170MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	ARTHREX	AR-1305		SPINGINODO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ARTHREX	AR-3026		SWICH-STIK	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEDICON	22.34.52		DIVARICAT. VOLKMANN, SEMI ACUTO, 2 DENTI	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	NON PRESENTE	BT370R	DIVARICATORE DI KOCHER, 60 X20 MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	BIOMET	902099		BIPASS SUTURE PUNCH	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MITEK	214646		PINZA TAGLIA FILI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ARTHREX	AR-11890 E		AGO PASSAFILO GRASPER PENETRATING	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ARTHREX	AR-11880		AGO PASSAFILO RETTO L.OP.135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ARTHREX	AR-11800		PUNCH UP 45°, MORSO 2,75MM L.OP.130MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	011022		PINZA DA MENISCO PITBULL	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF491R	CLAMP P.STERILIZZAZIONE BUNT 105MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ARTHREX	AR-13960		PINZA DA PRESA ATRAUMATICA 4MM L.OP.155MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3121-12		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	BH109R		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	RUDOLF	RU 3081-15		PINZA EMOST.LERICHE CRV.150MM	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-318-18		PINZA EMOST.HALSTED 1X2D.RET.185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3010-16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-384-16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	02.71.14		FORBICE BEUSE CURVA SMUSSA ZIGRIN. 40MM L.140MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MESA	NON PRESENTE	BC587R	FORBICI MAYO P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	LINK	64-4159/24		DUROGRIP PORTAGHI HEANEY CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	REDA	25180-20		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

SPECIALITA'	CODICE CDC
S.O. UROLOGIA	410602

Q.TA'	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
798	241	15	114	3	15	53	35	322	187	36	5	0	94

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

ADENOMA PROSTATICO 1

PESO 10 KG

S.O. UROLOGIA

KIT VAPORE

51					4	0	15	0	0	5	5	22	18	3	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK442	VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JP002	PRIMELINE, 1/1 COPERCHIO, BLU	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JF692R		CESTELLO PERF. 540X254X 70MM P.CONTAINER	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	GEOMED	AS 100-04		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEDICON	06.05.14		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	12-100-25		PINZETTA P.MEDICAZ.ANAT.250MM	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	STILLE	NON PRESENTE	102-9270-20	PINZETTA A DENTI MOD.RUSSO 200MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	SIMAL	01-390-25		PINZETTA DISSEZIONE MOD.RUSSO 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	12-420-25		PINZETTA DISSEZIONE MOD.RUSSO 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MARTIN	15-381-01		DIVARICAT. RICHARDSON-EASTMAN, PICCOLO	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	15-381-02		DIVARICAT. DI RICHARDSON-EASTMAN, GRANDE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BT472R		DIVARICAT. DI RICHARDSON-EASTMAN, GRANDE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GUARDUCCI	BG 140		DIVARICATORE PROSTATICO COMPLETO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	51.97.02		PINZA P.AFFERR.CAPS.DENTI ATR.MM245	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	11-945-23		FORBICE METZENBAUM THOREK 230MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GEOMED	AA 100-14		FORBICI CHIR.RET.SM/SM 145MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	11-887-25		DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.260MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BC287R		DUROTIP FORBICI METZENBAUM CRV.230MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STILLE	101-8087-19		FORBICE STILLE-MAYO SUPER CUT CURVA 190MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC284R	DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MARTIN	30-136-20		PINZA ATR.ALLIS 7,0MM 200MM	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	14-352-20		PINZA PORT.TAMP.FOERSTER-BALLENGER 180MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STILLE	NON PRESENTE	BF122R	PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM068R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 235MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	RUDOLF	RU 6050-24		DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 230MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 6050-20		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM067R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDICON	16.57.20		PINZA EMOST.HALSTED-MOSQ.CRV.200MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	103-10222-201		PINZA BENGOLEA CRV.245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
4	MARTIN	13-375-16		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.160MM	0	0	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MARTIN	13-309-12		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MEDICON	15.45.12		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH111R	PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
4	MARTIN	13-414-16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	32-744-27		PINZA NOTO P.POLIPI RETTA FENESTRATA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	BJ055R		PINCE EMOST.MIXTER 228MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	56-231-11		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG524R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 1,0 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

ADENOMA PROSTATICO 2

PESO 9,5 KG

S.O. UROLOGIA

KIT VAPORE

48					5	3	15	1	2	2	4	16	6	4	0	0	6
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK440	VASCHETTA PER CONTAINER 1/1 ALTEZZA:90MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK487	1/1-COPERCHIO BASIS, VERDE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF212R	1/1 CESTELLO PERFORATO 485X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	GEOMED	AS 100-04		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	06.05.14		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LEIBINGER	31-19216		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	102-9270-20		PINZETTA A DENTI MOD.RUSSO 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	HELJESTRAND	NON PRESENTE	102-9270-20	PINZETTA A DENTI MOD.RUSSO 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	SIMAL	01-390-25		PINZETTA DISSEZIONE MOD.RUSSO 250MM	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MARTIN	15-381-01		DIVARICAT. RICHARDSON-EASTMAN, PICCOLO	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	15-381-02		DIVARICAT. DI RICHARDSON-EASTMAN, GRANDE	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BG140	DIVERICATORE VESCICALE MODEL. BRACCI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	51.97.02		PINZA P.AFFERR.CAPS.DENTI ATR.MM245	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BJ104R		PINCE E MOST.GEMINI 230MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CHIRBO	NON PRESENTE	BC616R	FORBICI DISS.NELSON-METZENBAUM CRV.250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	LAWTON	05-2007		DUROTIP FORBICI DISS.METZB.CRV.230MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC284R	DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	11-181-15		FORBICI STILLE CRV.150MM	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	03.06.15		FORBICI CHIR.RET.SM/AC 150MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	50.02.19		PINZA INTESTINALE ALLIS DELICATA MM190	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EA017R	PINZA INTESTINALE ALLIS DELICATA MM190	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	14-352-25		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	14-352-20		PINZA PORT.TAMP.FOERSTER-BALLENGER 180MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	10.18.73		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR 242MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM068R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 235MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM019R	DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM067R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	MARTIN	13-309-12		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED CRV.125MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 3071-14		PINZA EMOST.CRILE CRV.140MM	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	13-414-16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GEOMED	AI 416-16		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH176R	PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	13-391-20		PINZA BENGOLEA CRV.225MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MDE	104-0282-220		PINZA BENGOLEA CRV.205MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	13-411-30	PINZA EMOSTATICA PEAN CRV.300MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3	MARTIN	13-375-16		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.160MM	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH443R	PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	56-230-11		BACINELLA, 11,1X7,2X5,6CM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	56-231-16		VASCHETTA DA LABORATORIO, 1,0 LITRI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

BASE URO 1

PESO 12,5 KG

S.O. UROLOGIA

KIT VAPORE

105					11	0	10	0	4	3	1	76	51	7	0	0	18
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK442		VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK489		1/1-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AS MEDIZINTECHNIK	NON PRESENTE	JK477A	SOVRACOPERCH.P/CONT.BASE 1/1 ALLU VERDE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF224R	1/1 CESTELLO PERFORATO 540X253X106MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	GEOMED	AS 100-04		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BB075R		MANICO P.BISTURI N.3L 211MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LEIBINGER	NON PRESENTE	BD239R	PINZETTA ANAT.CUSHING 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD239R	PINZETTA ANAT.CUSHING 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	06.46.25		PINZETTA ANAT.CUSHING 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STILLE	102-9040-25		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BD032R	PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	STILLE	102-9030-25		PINZETTA ANAT.MODELLO SVEDESE 250MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	LAWTON	NON PRESENTE	FB404R	PINZA ATR.MORSO 2,0MM 240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	KERNA	TQ 020-516-28		PINZETTA SEQUEST.TUTTLE P.POLMONE 280MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	MEDICON	06.05.14		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	STILLE	102-9270-20		PINZETTA DISSEZIONE MOD.RUSSO 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BD760R	PINZETTA DISSEZIONE MOD.RUSSO 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	07.15.25	PINZA DA DISSEZIONE MOD.RUSSO, L.250MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MARTIN	20-886-23		FORCHETTA P.NODI IN PROFONDITA 230MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT021R	DIVARICATORE FARABEUF, GRANDE,SERIE DI 2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT471R	DIVARICAT. RICHARDSON-EASTMAN, PICCOLO	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT472R	DIVARICAT. DI RICHARDSON-EASTMAN, GRANDE	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR4002		SPATOLA DOPPIA PIEGATURA 15 X 100MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR4003		SPATOLA DOPPIA PIEGATURA 25 X 160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT622R	DIVARICAT. ADDOMIN. EPATICO DI MIKULICZ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	CRM.06.04.112	RETRATTORE DI MIKULICZ MM.165X45	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 3010-16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BH176R	PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	BH176R	PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BH176R	PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH176R	PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	MEDICON	15.57.15		PINZA EMOST.LERICHE CRV.150MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH161R	PINZA EMOST.LERICHE CRV.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MEDICON	15.73.16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3071-16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	13-375-16		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.160MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-309-12		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MARTIN	13-311-12		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	15.45.12		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NOPA	AA 150/12		PINZA EMOST.HALSTED RET.125MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ME.TEC	15.0221		PINZA EMOST.HALSTED RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
4	AESCU LAP	BH211R		PINZA EMOST.HALSTED-MOSQ.CRV.200MM	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	RUDOLF	RU 3253-24/01		PINCE EMOST.OVERHOLT FINE #6 225MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	MEDICON	16.57.23		PINZA BENGOLEA CRV.245MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BJ018R	PINZA PREPARAZ.FORMA A S CRV.220MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	LAWTON	36-1363		PINZA DE'BAKEY PER DISSEZIONE E LEGATURA, L.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	36-1363	PINZA DE'BAKEY PER DISSEZIONE E LEGATURA, L.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	PILLING	35-2562		PINZA ATR.DE'BAKEY 230MM CURVA DOPPIA	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MEDICON	16.51.97		PINCE EMOST.KANTROWITZ 274MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3326-18		PINCE EMOST.GEMINI 180MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	14-352-25		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	19.50.20	PINZA PORT.TAMP.FOERSTER-BALLENGER, L.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	30-540-18		PINZA INTESTINALE SCHEIBE, STRETTA, L.180MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	EA052R		PINZA INTEST.ATR.BABCOCK 215MM	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MEDICON	50.02.23		PINZA P.INTESTINO ALLIS 5X6DENTI 255MM	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EA020R	PINZA INTESTINALE ALLIS-THOMS 6X7D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	AESULAP	BF076R		PINZA P.POL.SIMS-MAIER C.CREMA.RET.280MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF091R	PINZA P MEDICAZ.COLLIN C.CREMA.RET.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM030R	DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD, 0.4, L.270MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MARTIN	20-642-20		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM026R	DUROGRIP PORTAGHI P.VASI SOTTILE 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	20-642-20		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM067R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BF493R		SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	101-8175-26		FORBICE METZENBAUM 260 MM. SUPER CUT	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	101-8175-23		FORBICI TIPO METZENBAUM CRV.230MM SUPERCUT	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STILLE	101-8175-20		SUPERCUT FORBICI METZENBAUM CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC638R	FORBICE VASCOLARE HOHENFELLNER, CURVA, L.225MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1336-18		DUROTIP FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1103-16		DUROTIP FORBICI MAYO CRV.170MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	11-931-17		DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	SIMAL	03.419.29		PINZA EMOST.TIPO OVERHOLT-MIOTTI 290MM CURVA	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SIMAL	03.419.26		PINZA EMOST.TIPO OVERHOLT-MIOTTI 260MM CURVA	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MEDICON	16.11.20		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH447R	PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BH227R		PINZA ARTERIE CRAFOORD MODIF.240MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LEIBINGER	32-02059		PINZA ARTERIE CRAFOORD MODIF.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	JG523R		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG524R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 1,0 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

BASE URO 2

PESO 12,5 KG

S.O. UROLOGIA

KIT VAPORE

101					3	2	8	0	4	11	12	61	52	0	1	0	8
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AS	NON PRESENTE	JK444	VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:187MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AS	NON PRESENTE	JK489	1/1-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AS	NON PRESENTE	JK477A	SOVRACOPERCH.P/CONT.BASE 1/1 ALLU VERDE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	94-102-12		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BB075R	MANICO P.BISTURI N.3L 211MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF213R	1/1 CESTELLO PERFORATO 485X253X76MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	GEOMED	AE 406-14		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	06.05.14		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	GEOMED	AE 120-20		PINZETTA ANAT.CUSHING 200MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD051R	PINZETTA ANAT.200MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	STILLE	102-9030-25		PINZETTA ANAT.MODELLO SVEDESE 250MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	KERNA	020-516-28		PINZETTA SEQUEST.TUTTLE P.POLMONE 280MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	GEOMED	AE 806-20		PINZETTA DISSEZIONE MOD.RUSSO 200MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	MARTIN	12-420-25		PINZETTA DISSEZIONE MOD.RUSSO 250MM	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT021R	DIVARICATORE FARABEUF, GRANDE,SERIE DI 2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	LEIBINGER	02-11035		PINZA VASCOLARE DELICATA IN TITANEO 240 MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GEOMED	AX 670-00		DIVARICATORI RICHARDSON-EASTMAN,SERIE 2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT470R	DIVARICATORI RICHARDSON-EASTMAN,SERIE 2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	15-603-02		DIVARICAT. ADDOMIN. EPATICO DI MIKULICZ	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	CROMA	NON PRESENTE	CRM.06.04.112	RETRATTORE DI MIKULICZ MM.165X45	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4002		SPATOLA DOPPIA PIEGATURA 15 X 100MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4003		SPATOLA DOPPIA PIEGATURA 25 X 160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	GEOMED	AI 211-22		PINZA BENGOLEA CRV.215MM MORSO ZIGRINATO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
4	GEOMED	AI 211-20		PINZA BENGOLEA CRV.195MM MORSO ZIGRINATO	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0
3	STILLE	103-10032-181		PINZA EMOSTATICA ADSON CRV.185MM	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BH111R		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH111R	PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3121-12		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MEDICON	15.45.12		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0
1	MARTIN	13-310-12		PINZA EMOST.HALSTED RET.125MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	GEOMED	AI 416-16		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	2	0	3	3	0	0	0	0
1	AESULAP	BH165R		PINZA EMOST.RANKIN CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
4	MEDICON	15.73.16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	EO315R		PINZA NOTO P.POLIPI RETTA FENESTRATA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	GEOMED	AL 120-27		PINZA MAIER P.POLIPI C.CREM.RET.265MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	STILLE	107-13130		PINZA ATR.ALLIS 7,0MM 200MM	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
2	GEOMED	MC 120-25		PINZA P.INTESTINO ALLIS 5X6DENTI 255MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 6519-20		PINZA INTEST.ATR.BABCOCK 215MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GEOMED	MC 400-20		PINZA INTEST.ATR.BABCOCK "TC" 200MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3291-27		PINZA EMOST.OVERHOLT-GEISSEND.#4 272MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	GEOMED	AL 200-20		PINZA PORT.TAMP.FOERSTER 200MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	GEOMED	AL 200-25		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	PILLING	34-2562		PINZA ATR.DE'BAKEY 230MM CURVA DOPPIA	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	PILLING	35-2562		PINZA ATR.DE'BAKEY 230MM CURVA DOPPIA	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BJ025R	PINZA EMOST.OVERHOLT-GEISSEND.#5 229MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	GEOMED	AI 333-20		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.200MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3297-27		PINZA EMOST.ZENKER CRV.270MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	16.57.23		PINZA BENGOLEA CRV.245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
3	GEOMED	AI 211-22		PINZA BENGOLEA CRV.215MM MORSO ZIGRINATO	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	GEOMED	AD 531-17		DUROTIP FORBICI MAYO CRV.170MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1	GEOMED	AA 100-14		FORBICI CHIR.RET.SM/SM 145MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	101-8175-20		SUPERCUT FORBICI METZENBAUM CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	101-8175-26	FORBICE METZENBAUM 260 MM. SUPER CUT	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	CHIRBO	NON PRESENTE	BC618R	FORBICI DISSEZ.NELSON-METZENBAUM 280MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	101-8470		FORBICI THOREK DA DISSEZIONE MOLTO CURVE, 210MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	20-642-26		DUROGRIP PORTAGHI MASSON 265MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LEIBINGER	36-06514		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR 242MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MARTIN	20-642-20		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM026R	DUROGRIP PORTAGHI P.VASI SOTTILE 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	20-646-26		DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 230MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SIMAL	03.419.26		PINZA EMOST.TIPO OVERHOLT-MIOTTI 260MM CURVA	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
2	SIMAL	03.419.29		PINZA EMOST.TIPO OVERHOLT-MIOTTI 290MM CURVA	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	L & T	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG524R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 1,0 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

MEDIA UROLOGIA

PESO 10,5 KG

S.O. UROLOGIA

KIT VAPORE

83					10	2	38	0	0	2	0	31	25	1	0	0	5
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	JK444		VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:187MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JK469		1/1-COPERCHIO VARIO, ARGENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JK457A		SOVRACOPERCH.P/CONT.VARIO 1/1 ALLU VERDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JF223R		1/1 CESTELLO PERFORATO 540X253X76MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BB084R		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BB075R		MANICO P.BISTURI N.3L 211MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM950R	FORCHETTA P.NODI IN PROFONDITA 230MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	BD559R		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	MARTIN	24-388-24		PINZA ATR.MORSO 2,0MM 240MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BD052R		PINZETTA P.MEDICAZ.ANAT.250MM	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	102-9030-25		PINZETTA ANAT.MODELLO SVEDESE 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 020-008-25		PINZETTA ANAT.MODELLO SVEDESE 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	BD760R		PINZETTA DISSEZIONE MOD.RUSSO 200MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SIMAL	01-390-25		PINZETTA DISSEZIONE MOD.RUSSO 250MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	KERNA	TQ 020-516-28		PINZETTA SEQUEST.TUTTLE P.POLMONE 280MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BT021R		DIVARICATORE FARABEUF, GRANDE,SERIE DI 2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BT471R		DIVARICAT. RICHARDSON-EASTMAN, PICCOLO	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BT472R		DIVARICAT. DI RICHARDSON-EASTMAN, GRANDE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	15-381-02		DIVARICAT. DI RICHARDSON-EASTMAN, GRANDE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
5	AESULAP	BH167R		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	2	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
5	AESULAP	BH642R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	AESULAP	BH111R		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	STILLE	103-10032-121		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH111R	PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1
1	AESCU LAP	BH110R		PINZA EMOST.HALSTED RET.125MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	AESCU LAP	BH229R		PINZA BENGOLEA CRV.245MM	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MEDICON	16.57.23		PINZA BENGOLEA CRV.245MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BH227R		PINZA ARTERIE CRAFOORD MODIF.240MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	103-10430-24		PINZA ARTERIE CRAFOORD MODIF.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BH447R		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.200MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BJ017R	PINZA PREPARAZ.FORMA A S CRV.215MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BF122R		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BJ104R		PINCE EMOST.GEMINI 230MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	16.51.97		PINCE EMOST.KANTROWITZ 274MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	AESCU LAP	EA052R		PINZA INTEST.ATR.BABCOCK 215MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	EA018R		PINZA P.INTESTINO ALLIS 5X6DENTI 255MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BF058R		PINZA MAIER P.POLIP C.CREM.RET.265MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	EA017R		PINZA INTESTINALE ALLIS DELICATA MM190	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	101-8175-23		FORBICI TIPO METZENBAUM CRV.230MM SUPER CUT	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	101-8175-26	FORBICE METZENBAUM 260 MM. SUPER CUT	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	11-945-23		FORBICE METZENBAUM THOREK 230MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	101-8174-26	FORBICI DISS.NELSON-METZENBAUM CRV.250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	BC570R		FORBICI MAYO-STILLE RET.140MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BC283R		DUROTIP FORBICI LEXER DISSEZ.CRV.165MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BC284R		DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BM022R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO-SEELEY	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BM067R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BM037R		DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 250MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	20-642-26		DUROGRIP PORTAGHI MASSON 265MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM090R	DUROGRIP PORTAGHI MASSON 265MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	MARTIN	56-231-16		VASCHETTA DA LABORATORIO, 1,0 LITRI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

NEFROSCOPIO DI DRESDEN

PESO 5 KG

S.O. UROLOGIA

KIT VAPORE

12					10	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	JK741		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:120MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JK769		3/4-COPERCHIO VARIO, ARGENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JK759A		SOVRACOPERCH.P/CONT.VARIO 3/4 ALLU ARG.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF253R	3/4 CESTELLO PERFORATO 406X253X76MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	WOLF	8964.401		NEFROSCOPIO DRESDEN PANOVIEW 12°	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	WOLF	8964.021		CAMICIA PER NEFROSCOPIO, 20.8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	WOLF	8964.121		OTTURATORE PER CAMICIA PER NEFROSCOPIO, 20.8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	WOLF	8964.041		CAMICIA PER LAVAGGIO NEFROSCOPIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	WOLF	8964.671		PINZA DA CALCOLI A 3 DENTI A SCOMPARSA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	WOLF	8964.601		PINZA DA PRESA, L.350MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0007		TUBO IN GOMMA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27281		RACCORDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PCN BLU

PESO 7,5 KG

S.O. UROLOGIA

KIT VAPORE

30					4	0	3	0	0	3	1	19	6	2	0	0	11
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK441	VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:120MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK487	1/1-COPERCHIO BASIS, VERDE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF212R	1/1 CESTELLO PERFORATO 485X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	JF948		TAPPETI.IN RILIEVO IN SILICONE 472X242MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	102-9040-17		PINZETTA ANAT.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	06.07.16		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	BOB	5104.12		PINZA EMOST.HALSTED RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	15.45.14		PINZA EMOST.BABY-CRILE CRV.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-384-16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM065R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC592R	FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BH206R	PINZA EMOST.HEISS RET.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	27093 BN		CAMICIA A UNA VIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27093 ON		OTTURATORE CAVO E DILATATORE FASCIALE, COD. COLORE NERO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27090 M		PINZA COCCODRILLO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27090 H		PINZA DA PRESA A 3 DENTI	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27093 LK		SONDA PER LA LITOTRIPSIA AD ULTRASUONI, D.3,5MM L.300MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27093 LL		SONDA PER LA LITOTRIPSIA AD ULTRASUONI, D.3,5MM L.400MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4004		DISOSTRUTTORE ROBUSTO 310MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR4005		DISOSTRUTTORE SOTTILE CON MANICO 590MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR4006		SONDA BOTTONUTA RIGIDA 575MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR4007		SONDA BOTTONUTA FLESSIBILE 575MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR4008		CHIAVE INGLESE MIS. 7/9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR4009		DILATATORE DI ALCKEM D. 3MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR4010		DILATATORE DI ALCKEM D. 4MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR4011		DILATATORE DI ALCKEM D. 5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR4012		DILATATORE DI ALCKEM D. 6MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR4013		DILATATORE DI ALCKEM D. 7MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR4014		DILATATORE DI ALCKEM D. 8MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STORZ	27092 AMA		OTTICA NEFROSCOPIA 0° 3MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

PCN EMS
PESO 5,5 KG

S.O. UROLOGIA
KIT VAPORE

18					10	5	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AS MEDIZINTECHNIK	NON PRESENTE	JK441	VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:120MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AS MEDIZINTECHNIK	NON PRESENTE	JK489	1/1-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AS MEDIZINTECHNIK	NON PRESENTE	JK479A	SOVRACOPERCHIO P/CONT.BASE 1/1 ALLU ARG.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	JF223R		1/1 CESTELLO PERFORATO 540X253X76MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	EMS	FR-084		SONDA ULTRASONICA D.3,3 L.403MM	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	EMS	FR-083		SONDA ULTRASONICA 11,4FR 3,9MM, L.403MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	EMS	EL-220		SONDA LITHOCLAST 1MM, 3FR, L.570MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	EMS	DT-098A		CHIAVE MISURA 5MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	EMS	DT-100A		CHIAVE MISURA 8MM	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	EMS	EL-219		INTERFACCIA DI REGOLAZIONE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	EMS	EL-378A		CONNETTORE DI SUZIONE LATERALE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	EMS	EL-379A		CONNETTORE DI SUZIONE RETTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	EMS	AD-584		TAPPO PER MANIPOLO UNLTRASUONICO VARIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	EMS	EN-055#		MANIPOLO ULTRASONICO VARIO US3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PCN OBESI

PESO 8,5 KG

S.O. UROLOGIA

KIT VAPORE

37					16	0	6	0	0	1	1	13	7	3	1	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK442	VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK487	1/1-COPERCHIO BASIS, VERDE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF223R	1/1 CESTELLO PERFORATO 540X253X76MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF945	TAPPETI.IN RILIEVO IN SILICONE 248X237MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4000-18		PINZETTA ANAT.180MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BD557R		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF122R	PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	RUDOLF	RU 3071-16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3030-16		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC925R	SUPERCUT FORBICI MAYO CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDITECK	24-1804-16		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	27290 SA		FORBICI PER NEFROSCOPIA, UNA GANASCIA MOBILE, L.380MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	27290 M		PINZA PER GRANDI CALCOLI, DENTATA, GANASCE MOBILI, L.380MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27290 F		PINZA DA CALCOLO FENESTRATA, IMP. A MOLLA, L.380MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27290 H		PINZA PER GRANDI CALCOLI, 3 GANASCE DENTATE, IMP. A MOLLA, L.380MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STORZ	27294 SH		BISTURI FALCATO CON IMP. A 3 ANELLI, L.380MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
1	STORZ	27293 BN		RENOSCOPIO RIGIDO CAMICIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	27293 BL		RENOSCOPIO RIGIDO OTTURATORE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	8194790-9		DILATATORE TELESCOPICO DI ALKEN, 9FR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	6882591-12		DILATATORE TELESCOPICO DI ALKEN, 12FR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	6882491-15		DILATATORE TELESCOPICO DI ALKEN, 15FR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	6882391-18		DILATATORE TELESCOPICO DI ALKEN, 18FR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	6882291-21		DILATATORE TELESCOPICO DI ALKEN, 21FR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	6882191-24		DILATATORE TELESOPICO DI ALKEN, 24FR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STORZ	27093 LL		SONDA PER LA LITOTRIPSIA AD ULTRASUONI, D.3,5MM L.400MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	EMS	EL-044		SONDA LITHOCLAST RIGIDA D. 2,0 MM (6.0 FR), L. 425 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4007		SONDA BOTTONUTA FLESSIBILE 575MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4006		SONDA BOTTONUTA RIGIDA 575MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27216 LO		SIRINGA SECONDO REINER-ALEXANDER 100 ML	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	27040 LB		ADATTATORE PER SISTEMI OTTICI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	STORZ	27093 GN		ADATTATORE PER RESETTOSCOPIA E NEFROSCOPIA	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4015		CHIAVE INGLESE MIS. 6/7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STORZ	27292 AMA		SISTEMA OTTICO HOPKINS, VISIONE RETTILINEA 6°	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

PCN ROSSO
PESO 8 KG

S.O. UROLOGIA
KIT VAPORE

38					8	0	6	0	0	2	2	20	4	4	0	0	12
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK442	VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK487	1/1-COPERCHIO BASIS, VERDE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF212R	1/1 CESTELLO PERFORATO 485X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	JF948		TAPPETI.IN RILIEVO IN SILICONE 472X242MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	102-9040-17		PINZETTA ANAT.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4102-14		PINZETTA DISSEZIONE 2X3D.145MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH144R	PINZA EMOST.CRILE RET.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	13-382-18		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC566R	FORBICI MAYO-NOBLE RET.170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM065R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	27093 BN		CAMICIA A UNA VIA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27090 K		PINZA DA CALCOLO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27290 K		PINZA DA CALCOLO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27090 H		PINZA DA PRESA A 3 GANASCE IMPUGNATURA A MOLLA 380MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27290 F		PINZA DA CALCOLO GANASCE FENESTRATE IMPUGNATURA A MOLLA 380MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27290 H		PINZA PER CALCOLO A 3 GANASCE IMPUGNATURA A MOLLA 380MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STORZ	27093 LK		SONDA PER LA LITOTRIPSIA AD ULTRASUONI, D.3,5MM L.300MM	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	27093 LL		SONDA PER LA LITOTRIPSIA AD ULTRASUONI, D.3,5MM L.400MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	27094 Y		TUBO DI ASPIRAZIONE D. 4MM 340MM CON ATTACCO LUER-LOCK	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27094 S		UNCINO TAGLIENTE CON IMPUGNATURA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	ULSS10	PR4004		DISOSTRUTTORE ROBUSTO 310MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR4005		DISOSTRUTTORE SOTTILE CON MANICO 590MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR4006		SONDA BOTTONUTA RIGIDA 575MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR4007		SONDA BOTTONUTA FLESSIBILE 575MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	ULSS10	PR4015		CHIAVE INGLESE MIS. 6/7	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
1	ULSS10	PR4009		DILATATORE DI ALCKEM D. 3MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR4010		DILATATORE DI ALCKEM D. 4MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR4011		DILATATORE DI ALCKEM D. 5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR4012		DILATATORE DI ALCKEM D. 6MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR4013		DILATATORE DI ALCKEM D. 7MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR4014		DILATATORE DI ALCKEM D. 8MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STORZ	27092 AMA		OTTICA NEFROSCOPIA 0° 3MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	OLYMPUS	WA33038A		CAMICIA A UNA VIA 28 FR.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	OLYMPUS	WA33037A		CAMICIA DA 25 FR. A 2 VIE PER FLUSSO DI IRRIGAZIONE CONTINUO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	OLYMPUS	WA33036A		OTTICA 30° 4MM PER NEFROSCOPIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	OLYMPUS	A3342		ATTACCO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

RESETTORE 1

PESO 5,5 KG

S.O. UROLOGIA

KIT VAPORE

19					9	0	2	0	0	3	0	5	1	1	0	0	3
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK769		3/4-COPERCHIO VARIO, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK757A		SOVRACOPERCH.P/CONT.VARIO 3/4 ALLU VERDE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD031R	PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK639R	CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	BF076R		PINZA P.POL.SIMS-MAIER C.CREMA.RET.280MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27560		DILATATORE PER URETRA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27040 OC		MANDRINO 240MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26050 SL		CAMICIA PER RESETTORE A DUE VIE 9 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 XA		CAMICIA PER RESETTORE 5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 E		RESETTORE MOVIMENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 L		UNCINO CURVO "CALDO"	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 G		ELETTRODO A CAPPIO A 90 24 CH.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27218 LO		SIRINGA IN VETRO DA 150ML + STANTUFFO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4001		SCOLINO D. 120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STORZ	277		CAVO MONOPOLARE PER RESETTORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RFQ	NON PRESENTE	495 NCS	CAVO P.LUCE, FIBRA VETRO, D:4,8MM 2,5 M	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	L & T	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

RESETTORE 2

PESO 5,5 KG

S.O. UROLOGIA

KIT VAPORE

19					14	0	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	3
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK769		3/4-COPERCHIO VARIO, ARGENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK757A		SOVRACOPERCH.P/CONT.VARIO 3/4 ALLU VERDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	12-100-20		PINZETTA ANAT.200MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK638R	CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF123R	PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	27560		DILATATORE PER URETRA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 E		RESETTORE MOVIMENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 XA		CAMICIA PER RESETTORE 5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 SL		CAMICIA PER RESETTORE 8MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27040 OC		MANDRINO 240MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27218 LO		SIRINGA IN VETRO DA 150ML + STANTUFFO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4001		SCOLINO D. 120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STORZ	27050 G		ELETTRODO A CAPPIO A 90 24 CH.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 L		UNCINO CURVO "CALDO"	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	277		CAVO MONOPOLARE PER RESETTORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RFQ	NON PRESENTE	495 NCS	CAVO P.LUCE, FIBRA VETRO, D:4,8MM 2,5 M	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	56-231-11		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG524R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 1,0 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

RESETTORE BIPOLARE

PESO 5,8 KG

S.O. UROLOGIA

KIT VAPORE

22					12	0	1	0	1	3	0	5	2	1	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK769		3/4-COPERCHIO VARIO, ARGENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK757A		SOVRACOPERCH.P/CONT.VARIO 3/4 ALLU VERDE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	102-9040-17		PINZETTA ANAT.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF123R	PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK636R	CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STORZ	27560		DILATATORE PER URETRA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 SL		CAMICIA PER RESETTORE 8MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 XA		CAMICIA PER RESETTORE 5MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 E		RESETTORE MOVIMENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27040 OC		OTTURATORE COD. COLORE GIALLO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GYRUS	217146811		RESETTORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GYRUS	217146820		RACCORDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 G		ELETTRODO A CAPPIO A 90 24 CH.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 L		UNCINO CURVO "CALDO"	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27218 LO		SIRINGA IN VETRO DA 150ML + STANTUFFO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STORZ	277		CAVO MONOPOLARE PER RESETTORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GYRUS	3900		CAVO ELETTRICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	495 NCS		CAVO P.LUCE, FIBRA VETRO, D:4,8MM 2,5 M	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4001		SCOLINO D. 120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	CBM	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STIER	NON PRESENTE	JG524R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 1,0 LITRI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

RESETTORE BIPOLARE 2

PESO 6 KG

S.O. UROLOGIA

KIT VAPORE

21					14	0	0	0	0	0	0	7	1	3	0	0	3
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK769		3/4-COPERCHIO VARIO, ARGENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK757A		SOVRACOPERCH.P/CONT.VARIO 3/4 ALLU VERDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	102-9040-20		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK638R	CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	RUDOLF	RU 3887-25		PINZA P MEDICAZ.COLLIN C.CREMA.RET.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	27560	DILATATORE PER URETRA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STORZ	27218 LO		SIRINGA IN VETRO DA 150ML + STANTUFFO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 E		RESETTORE MOVIMENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GYRUS	217146811		ELEMENTO OPERATIVO PER RESETTORE BIPOLARE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 XA		CAMICIA PER RESETTORE 5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 SL		CAMICIA PER RESETTORE 8MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27049 BO		OTTURATORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4001		SCOLINO D. 120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STORZ	27050 G		ELETTRODO A CAPPIO A 90 24 CH.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 L		UNCINO CURVO "CALDO"	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GYRUS	3900		CAVO ELETTRICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	277		CAVO MONOPOLARE PER RESETTORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	495 NCS	CAVO P.LUCE, FIBRA VETRO, D:4,8MM 2,5 M	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG524R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 1,0 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP.NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	--------------	-------	---	---	----	----	---

SPECIALITÀ

S.O. UROLOGIA
KIT VAPORE

19					9	0	1	0	0	3	0	6	4	1	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCULAP	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	JK769		3/4-COPERCHIO VARIO, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	JK757A		SOVRACOPERCH.P/CONT.VARIO 3/4 ALLU VERDE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4000-18		PINZETTA ANAT.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	23-305-01		CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	19.16.20		PINZA POLIPI E MEDICAZ GROSS RET.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	27560	DILATATORE PER URETRA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	27040 OC		OTTURATORE PER CAMICIE DA 24/26 CHARR. COD. COLORE GIALLO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 SL		CAMICIA PER RESETTORE 26 CHARR. COD. COLORE GIALLO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 XA		CAMICIA PER RESETTORE 26 CHARR.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 E		RESETTORE MOVIMENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 L		UNCINO CURVO "CALDO"	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 G		ELETTRODO A CAPPIO A 90 24 CH.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STORZ	27218 LO		SIRINGA IN VETRO DA 150ML + STANTUFFO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4001		SCOLINO D. 120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STORZ	277		CAVO MONOPOLARE PER RESETTORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	1461	495 NCS	CAVO P.LUCE, FIBRA VETRO, D:4,8MM 2,5 M	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	JG523R		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

RESETTORE STORZ 2

PESO 5,5 KG

S.O. UROLOGIA

KIT VAPORE

19					12	0	0	1	0	4	1	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK769		3/4-COPERCHIO VARIO, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK757A		SOVRACOPERCH.P/CONT.VARIO 3/4 ALLU VERDE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 4000-18		PINZETTA ANAT.180MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	23-305-02		CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3896-25		PINZA P.TAMPONI RAMPLEY 250MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27560		DILATATORE PER URETRA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27040 OC		OTTURATORE 24/26 CHARR. COD. COLORE GIALLO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 SL		CAMICIA PER RESETTORE 8MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 XA		CAMICIA PER RESETTORE 5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 E		RESETTORE MOVIMENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 L		UNCINO CURVO "CALDO"	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 G		ELETTRODO A CAPPIO A 90 24 CH.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4001		SCOLINO D. 120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STORZ	27218 LO		SIRINGA IN VETRO DA 150ML + STANTUFFO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	277		CAVO MONOPOLARE PER RESETTORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RFQ	NON PRESENTE	495 NCS	CAVO P.LUCE, FIBRA VETRO, D:4,8MM 2,5 M	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 8985-02		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STIER	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

CISTOSCOPIO 19CH 1

PESO 1 KG

S.O. UROLOGIA

SET VAPORE

3					0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	27026 D		INTRODUTTORE CISTOSCOPIO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	27026 DO	MANDRINO CISTOSCOPIO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	27025 G	VALVOLA CISTOSCOPIO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

URETROTOMO 1
PESO 1 KG

S.O. UROLOGIA
SET VAPORE

4					4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	27050 E		RESETTORE MOVIMENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27068 D		CAMICIA RESETTORE A DUE VIE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27068 DO		OTTURATORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27069 L		BISTURI PER URETROTOMO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

URETROTOMO 2

PESO 1 KG

S.O. UROLOGIA

SET VAPORE

4					3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	26050 E		ELEMENTO DI LAVORO PASSIVO D. 4 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27068 D		CAMICIA RESETTORE A DUE VIE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STORZ	27068 DO		OTTURATORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27069 L		BISTURI PER URETROTOMO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

RESETTORE 1

PESO 1 KG

S.O. UROLOGIA

SET VAPORE

3					3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	GYRUS	217146811		RESETTORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GYRUS	217146820		RACCORDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GYRUS	3900		CAVO ELETTRICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

RESETTORE 2

PESO 1 KG

S.O. UROLOGIA

SET VAPORE

3					3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	GYRUS	217146811		RESETTORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GYRUS	217146820		RACCORDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GYRUS	3900		CAVO ELETTRICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

OTTICHE 0° + 30° 5MM 1

S.O. UROLOGIA

PESO 1 KG

SET VAPORE

3					3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STERISAFE	E42		VASCHETTA PORTAOTTICA CON COPERCHIO E CESTINO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26046 AA		OTTICA GRANDANG.D: 5,0MM, 0 GRADI,310 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26046 BA		OTTICA GRANDANG.D: 5,0MM,30 GRADI,310 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

OTTICHE 0° + 30° 4MM 1

S.O. UROLOGIA

PESO 1 KG

SET VAPORE

5					5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STERISAFE	E42		VASCHETTA PORTAOTTICA CON COPERCHIO E CESTINO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27005 AIA		OTTICA D: 4,0MM, 0 GRADI,300 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	723750 E		PROTECTION TUBE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27005 BIA		OTTICA D: 4MM, 30 GRADI, 300MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	723750 E		PROTECTION TUBE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

OTTICHE 0° + 30° 4MM 2

S.O. UROLOGIA

PESO 1 KG

SET VAPORE

5					5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STERISAFE	E42		VASCHETTA PORTAOTTICA CON COPERCHIO E CESTINO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27005 AA		OTTICA GRANDANG.D: 5,0MM, 0 GRADI,300 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	723750 E		PROTECTION TUBE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27005 BA		OTTICA GRANDANG.D: 4,0MM,30 GRADI,302 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	723750 E		PROTECTION TUBE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

OTTICHE 0° + 30° 5MM 2

S.O. UROLOGIA

PESO 1 KG

SET VAPORE

5					5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STERISAFE	E42		VASCHETTA PORTAOTTICA CON COPERCHIO E CESTINO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27005 AA		OTTICA GRANDANG.D: 5,0MM, 0 GRADI,300 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	723750 E		PROTECTION TUBE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27005 BA		OTTICA GRANDANG.D: 4,0MM,30 GRADI,302 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	723750 E		PROTECTION TUBE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

OTTICHE 0° + 30° 5MM 3

S.O. UROLOGIA

PESO 1 KG

SET VAPORE

5					5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STERISAFE	E42		VASCHETTA PORTAOTTICA CON COPERCHIO E CESTINO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27005 AA		OTTICA GRANDANG.D: 5,0MM, 0 GRADI,300 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	723750 E		PROTECTION TUBE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27005 BA		OTTICA GRANDANG.D: 4,0MM,30 GRADI,302 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	723750 E		PROTECTION TUBE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

CISTOSCOPIO 22CH 1

S.O. UROLOGIA

PESO 1 KG

SET VAPORE

3					1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	27026 B		INTRODUTTORE CISTOSCOPIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27026 EF		PARTE OPERATIVA CISTOSCOPIO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27026 BO		INTRODUTTORE COSTOSCOPIO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

CISTOSCOPIO 22CH 2

PESO 1 KG

S.O. UROLOGIA

SET VAPORE

3					1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	27026 B		INTRODUTTORE CISTOSCOPIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27026 EF		PARTE OPERATIVA CISTOSCOPIO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STORZ	27026 BO		INTRODUTTORE COSTOSCOPIO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

CISTOSCOPIO 25CH 1

PESO 1 KG

S.O. UROLOGIA

SET VAPORE

3					2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	27026 A		CAMICIA PER CISTOSCOPIO 25CH	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27026 AO		OTTURATORE PER CAMICIA CISTO-URETROSCOPIO 27026A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27026 EF		PARTE OPERATIVA CISTOSCOPIO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

MAZZETTO UROLOGIA 1

S.O. UROLOGIA

PESO 1 KG

SET VAPORE

6					0	0	0	1	1	2	0	2	2	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STILLE	102-9040-17		PINZETTA ANAT.160MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	12-301-16		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	DIENER, CHR.	06-1030.18		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3021-16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM017R	DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1103-16		DUROTIP FORBICI MAYO CRV.170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

MAZZETTO UROLOGIA 2

S.O. UROLOGIA

PESO 1 KG

SET VAPORE

6					2	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	RUDOLF	RU 4015-16		PINZETTA ANAT.MORSO 1,5MM 155MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BD559R		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3010-18		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3081-15		PINZA EMOST.LERICHE CRV.150MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	20-642-18		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 1263-17		DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

MAZZETTO UROLOGIA 3

S.O. UROLOGIA

PESO 1 KG

SET VAPORE

6					0	0	0	0	0	1	1	4	3	0	1	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STILLE	102-9040-17		PINZETTA ANAT.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	102-9060-17		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	15.72.66		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH167R	PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM017R	DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	BC547R		FORBICI MAYO RET.170MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

DIV.BRACCI + BRANCHE

S.O. UROLOGIA

PESO 4 KG

SET ETO

9					0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	9
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF213R	1/1 CESTELLO PERFORATO 485X253X76MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR3003		CORPO PER DIVARICATORE BRACCI, APERTURA UTILE 300MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR3004		ASTA PER VALVA MEDIANA DIVARICATORE BRACCI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR3005		COPPIA VALVE LATERALI PIENE 50X55 E VALVA CENTRALE FORATA 50X75	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR3006		COPPIA VALVE LATERALI FORATE 50X70 E VALVA CENTRALE FORATA 50X90	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR3007		COPPIA VALVE LATERALI FORATE 64X64 E VALVA CENTRALE FORATA 64X72	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR3008		COPPIA VALVE LATERALI FORATE 65X72 E VALVA CENTRALE FORATA 65X80	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR3009		COPPIA VALVE LATERALI FORATE 60X84 E VALVA CENTRALE FORATA 50X90	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR3010		COPPIA VALVE LATERALI FORATE 83X85 E VALVA CENTRALE FORATA 83X90	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

URETERORESETTORE

S.O. UROLOGIA

PESO 1 KG

SET ETO

10					5	0	0	0	0	1	0	4	2	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	39301 LA		CONTENTORE PER URETROSCOPIO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STORZ	27023 ABA		SISTEMA OTTICO HOPKINS A VISIONE RETTILINEA 0°, D.2,8, L.450MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	723750 H		TUBO DI PROTEZIONE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27023 RB		CAMICIA CON 2 RUBINETTI LUER-LOCK, 12CH. L.365MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
3	STORZ	27023 L		ANSA PER RESEZIONE MONOPOLARE A CAPPIO, L.430MM	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27045 E		ELEMENTO OPERATIVO PER RESETTORE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	STORZ	278		CAVO MONOPOLARE PER ALTA FREQUENZA, L.300CM	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PINZE PER CISTOSCOPIO PLESSIBILE

S.O. UROLOGIA

PESO 1 KG

SET ETO

2					0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	CIRCON	RGF-360		PINZA DA PRESA PER CISTOSCOPIO FLEX L.650MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CIRCON	FBC-360		PINZA DA BIOPSIA PER CISTOSCOPIO FLEX L.650MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

FERRI OSSA

PESO 1 KG

S.O. UROLOGIA

PACCO VAPORE

4					0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STILLE	111-22280-2		RASCHIATORE DI SEMB, 231 MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	111-22280-4		RASCHIATORE DI SEMB, 230 MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	31.07.25		SGORBIA RUSKIN-ROETTGEN, 240MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	105-16860		PINZA TAGLIENTE LISTON-STILLE 265MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD																SPECIALITA'	
GOMMA UROLOGIA 1																S.O. UROLOGIA	
PESO 3 KG																PACCO VAPORE	

8													5	0	0	0	0	0	0	3	1	0	2	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A								
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF212R	1/1 CESTELLO PERFORATO 485X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0								
1	VALLEYLAB	LS3110		PINZA LIGASURE MEDIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0								
1	ETHICON	BP540		FORBICE BIPOLARE 230 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
1	ETHICON	BP560		FORBICE BIPOLARE 280 MM CRV	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
1	RUDOLF	RU 0490-35 A		CAVO MONOPOLARE M/M	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
1	ETHICON	BP940		CAVO BIPOL.DISTANZA FISSA TRA I PIN,5M	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
1	MARTIN	80-902-21		PINZA ISOLATA MONOPOLARE PER COAGULO, L.210MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
1	GRAPHIC CONTROLS	116 MAGNADRAPE		TAPPETTINO MAGNETICO PER STRUMENTI CHIRURGICI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0								

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

GOMMA UROLOGIA 2

PESO 3 KG

S.O. UROLOGIA

PACCO VAPORE

8					4	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF212R	1/1 CESTELLO PERFORATO 485X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	VALLEYLAB	LS3110		PINZA LIGASURE MEDIA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	80-902-25		PINZA ISOLATA MONOPOLARE PER COAGULO, L.250MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ETHICON	BP540		FORBICE BIPOLARE 230 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ETHICON	BP560		FORBICE BIPOLARE 280 MM CRV	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 0490-35 A		CAVO MONOPOLARE M/M	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ETHICON	BP940		CAVO BIPOL.DISTANZA FISSA TRA I PIN,5M	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GRAPHIC CONTROLS	116 MAGNADRAPE		TAPPETTINO MAGNETICO PER STRUMENTI CHIRURGICI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

NEFROSCOPIO DRESDEN

PESO 2 KG

S.O. UROLOGIA

PACCO VAPORE

14					8	0	3	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF212R	1/1 CESTELLO PERFORATO 485X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STORZ	27095 AA		SISTEMA OTTICO HOPKINS, VISIONE RETTILINEA 6°	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	723750 E		PROTECTION TUBE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STORZ	27095 B		CAMICIA OPERATIVA, 17 CH.	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STORZ	27095 BO		OTTURATORE CAVO / DILATATORE FASCIALE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27502		RACCORDO LUER-LOCK CON RUBINETTO PER TUBO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27095 F		PINZA MICRO DA PRESA, L. OPE. 280MM D.1,5MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27095 Z		PINZA DA BIOPSIA, GANASCE MOBILI, 5CH. L.300MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26159 EHW		FORBICI SEMIRIGIDE, SMUSSE, UNA GANASCIA MOBILE, 5CH. L.340MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STORZ	27095 LK		SONDA PER LITOTRIPSIA AD ULTRASUONI	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27095 CG		SONDA GUIDA RIGIDA, BOTTONUTA, L.390MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27095 CL		SONDA GUIDA FLESSIBILE, BOTTONUTA, L.390MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

RESETTORE OLYMPUS

PESO 3 KG

S.O. UROLOGIA

PACCO VAPORE

11					10	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF213R	1/1 CESTELLO PERFORATO 485X253X76MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STORZ	26120 BA		OTTICA GRANDANG.D: 2,9MM,30 GRADI,303 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	723750 E		PROTECTION TUBE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	INVIDIA	77-400-17		ELEMENTO OPERATIVO PER RESETTORE, TAGLIO PASSIVO, 17CH.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	INVIDIA	77-417-17		CAMICIA INTERNA PER RESETTORE A LAVAGGIO CONTINUO, ROTANTE A 360°	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	INVIDIA	77-417-18		CAMICIA ESTERNA PER RESETTORE A LAVAGGIO CONTINUO, ROTANTE A 360°	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	INVIDIA	77-417-02		OTTURATORE PER CAMICIA 17CH.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	INVIDIA	77-410-17		ELETTRODO AD ANSA, ANGOLATO 30°	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RFQ	NON PRESENTE	495 NCS	CAVO P.LUCE, FIBRA VETRO, D:4,8MM 2,5 M	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	INVIDIA	67-324-50		CAVO MONOPOLARE 5MT	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	INVIDIA	77-902-15		SIRINGA IN VETRO DA 150ML	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

URETEROSCOPIO CORTO

PESO

2

KG

S.O. UROLOGIA

PACCO VAPORE

5					3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	39301 LA		CONTENTORE PER URETROSCOPIO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27001 K		OTTICA 6° PER URETERORENOSCOPIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27424 R		PINZA DA PRESA PEREZ-CASTRO, GANASCE LUNGHE MOBILI, 4CH. L.600MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	STORZ	27001 G		COULOTTE	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

URETEROSCOPIO STORZ CORTO

PESO 2,5 KG

S.O. UROLOGIA

PACCO VAPORE

6					5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	39301 LA		CONTENTORE PER URETROSCOPIO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27001 K		OTTICA 6° PER URETERORENOSCOPIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27424 R		PINZA DA PRESA PEREZ-CASTRO, GANASCE LUNGHE MOBILI, 4CH. L.600MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	EMS	EL-046		SONDA LITHOCLAST RIGIDA D. 0,8 MM (2.4 FR), L. 605 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STORZ	27001 G		INSERTO PER STRUMENTI CON SISTEMA DI TENUTA E CHIUSURA RAPIDA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

URETEROSCOPIO LUNGO STORZ

PESO 2 KG

S.O. UROLOGIA

PACCO VAPORE

7					7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	WOLF	NON PRESENTE	39301 LA	CONTENTORE PER URETROSCOPIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27013 L		URETERO-RENOSCOPIO 6°, 8 CHARR, 430MM CANALE OPER. 5 CH.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27424 R		PINZA DA PRESA PEREZ-CASTRO, GANASCE LUNGHE MOBILI, 4CH. L.600MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27424 Z		PINZA DA BIOOSIA RIGIDA, GANASCE MOBILI, 4CH. L.600MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	EMS	EL-045		SONDA LITHOCLAST RIGIDA D. 1MM (3.0 FR), L. 605 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STORZ	27001 G		COULOTTE	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

BOOKWALTER

PESO 5 KG

S.O. UROLOGIA

PACCO VAPORE

4					1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF213R	1/1 CESTELLO PERFORATO 485X253X76MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	CODMAN	50-4582		BARRA SECONDARIA A SNODO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CODMAN	50-4554		DOPPIO INNESTO A SNODO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	CODMAN	50-4590		ANELLO PER RETRATTORE BOOKWALTER VAGINALE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

SIRINGONE

PESO 1 KG

S.O. UROLOGIA

PACCO VAPORE

1					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	27218 LO		SIRINGA IN VETRO DA 150ML + STANTUFFO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ATTIVITA' DI INVENTARIO DEL PARCO DI STRUMENTARIO CHIRURGICO

SAN DONÀ DI PIAVE

REPORT STRUMENTARIO IN USO

RIEPILOGO GENERALE

DURANTE L'ATTIVITA' SONO STATI ANALIZZATI **10130** STRUMENTI. DI SEGUITO SI RIPORTANO LA QUANTITA' DI STRUMENTI SUDDIVISA PER VALUTAZIONE:

TOTALE STRUMENTI "OK" 2673

TOTALE STRUMENTI "SUP. NO CE" 860

TOTALE STRUMENTI "OK NO CE" 950

TOTALE STRUMENTI "RIPARARE" 291

TOTALE STRUMENTI "SUPERFICIE" 670

TOTALE STRUMENTI "RIP. NO CE" 908

TOTALE STRUMENTI "SUP. SCRITTE" 10

TOTALE STRUMENTI "SOSTITUIRE" 3794

RIEPILOGO DEI DATI RELATIVI AL SOLO STRUMENTARIO VALUTATO "DA SOSTITUIRE", SUDDIVISO PER TIPOLOGIA:

TOTALE STRUMENTI "P" 1761 **TOTALE STRUMENTI "M"** 606 **TOTALE STRUMENTI "CR"** 69 **TOTALE STRUMENTI "CO"** 38 **TOTALE STRUMENTI "A"** 1320

DI SEGUITO SI RIPORTANO LE VALUTAZIONI DEGLI STRUMENTI SUDDIVISI PER SPECIALITA' E PER KIT/SET ANALIZZATO.

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

SPECIALITA'	CODICE CDC
-------------	------------

ANESTESIA

Q.TA'	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
12	2	2	0	0	4	0	0	4	1	1	0	0	2

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

INCANNULAZIONE OMBELICALE 2

ANESTESIA

PESO 0,1 KG

SET VAPORE

6					0	1	0	0	4	0	0	1	0	1	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	LEIBINGER	31-09801		PINZA PER VASI ATR.150MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	REDA	11170-12		PINZETTA ADSON SCANALATURA TRASVER.120MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-320-12		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED RET.125MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	15.41.12		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC606R	FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	SIMAL	1335016		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 150MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

INCANNULAZIONE OMBELICALE 1

ANESTESIA

PESO 0,1 KG

SET VAPORE

6					2	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	BD023R		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 115MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD151R	DUROGRIP PINZETTA ADSON 120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH110R	PINZA EMOST.HALSTED RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	BH111R		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BC605R		FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	20-344-13		PORTAGHI DOYEN 125MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

SPECIALITA'	CODICE CDC
S.O. OCULISTICA	420502

Q.TA'	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
806	255	111	48	0	31	15	85	261	111	68	9	0	73

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

CESTO URGENZA SEGMENTO ANTERIORE

PESO

3

KG

S.O. OCULISTICA

KIT VAPORE

24					8	3	5	0	0	0	2	6	0	1	0	0	5
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	JANACH	J 4626		SCATOLA CON FERMA STRUMENTI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2180.2		PHACO-CHOPPER ANGOLATO SMUSSA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4076		PORTA LAME	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	JANACH	J 2192.1		UNCINO PER LENTI INTRAOCULARI IOL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	7825C		SPATOLA PER IRIDE BARRAQUER 12MM TERMINA CON UNA PICCOLA SFERA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	8149		PORTAGHI CURVA CON ARRESTO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	35-644-11		PINZETTA P.DISSEZIONE MOLTO FINE 115MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	NON PRESENTE	17161	PINZA DI FAULKNER MORSO PIATTO 11MM, ANGOLATO, PER IMPIANTI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 4196	PORTAGHI PER SUTURA CORNEALE, CURVO CON ARRESTO, CON PIANI DELICATI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	JANACH	J 2180.29A		PHACO-CHOPPER ANGOLATO, BRACCIO 10MM TAGLIO 90° L.115MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 1456		FORBICE CORNEALE CURVA SMUSSA, LAME 5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	85770		SONDA-ASPIRATORE ANGOLATA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DUCKWORTH & KENT	2-2-716G-6R		MICROPINZA CON MICROPRESA ANGOLATA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	13167		PINZA SERRAFILI RETTA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	7850 A		PINZA DA MICRO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SIR OFTALMICA	D-7792		PINZA SUTURA 1X2 DENTI OBLIQUI 0,9MM L.90MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 4230	FORBICE PER CAPSULOTOMIA CRV, SMUSSA, LAME DA 5MM L.55MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	GEUDER	G-19435		FORBICI P.STRABISMO 115MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2031		BLEFAROSTATO A VITE LIEBERMANN	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	JANACH	J 2640.4		CANNULA X ARIA C.A., D.0,3MM,CURVA, AP.SUL FRONTE	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 2257	CANNULA PER ASPIRAZIONE 0.60 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	13230A	CANNULA DI CHARLEUX-SIMCOE D.0,6MM PER ASPIRAZIONE, FORO LATERALE D.0,3MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	G-16115	CANNULA AD ANSA IRRIGANTE PER NUCLEO, 3 FORI FRONTALI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

CATARATTA 1
PESO 3 KG

S.O. OCULISTICA
KIT VAPORE

18					11	2	0	0	1	1	0	3	3	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	JANACH	J 4626		SCATOLA CON FERMA STRUMENTI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2031		BLEFAROSTATO A VITE LIEBERMANN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 1026		FORBICE CURVA, SMUSSA 95 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	7850 A		PINZA DA MICRO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GEUDER	G-32012		MANIPOLO IRRIGAZIONE 21 GAUGE FORO 0,5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GEUDER	G-32011		MANIPOLO ASPIRATORE 21 GAUGE FORO 0,3MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2201		PINZA PER INSERIRE IOL	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	DUCKWORTH & KENT	2.2.716G.6R		PINZA PER CAPSULORES L.120MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 3276.1		PINZA MCPHEARSON ANGOLATA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2180.29A		PHACO-CHOPPER ANGOLATO, BRACCIO 10MM TAGLIO 90° L.115MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	85770		SONDA-ASPIRATORE ANGOLATA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	H0	TAPPETI.IN RILIEVO IN SILICONE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	NON PRESENTE	J 2640.4	CANNULA X ARIA C.A., D.0,3MM,CURVA, AP.SUL FRONTE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 2640.4	CANNULA X ARIA C.A., D.0,3MM,CURVA, AP.SUL FRONTE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	JANACH	J 1456		FORBICE CORNEALE CURVA SMUSSA, LAME 5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	8149		PORTAGHI CURVA CON ARRESTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	7850C		PINZA SERRAFILI RETTA 100MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4060		ALCON - CHIAVE PER PUNTE PHACO ALCON	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

CATARATTA 2

PESO

3

KG

S.O. OCULISTICA

KIT VAPORE

9					5	1	0	0	0	1	0	2	1	0	1	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	JANACH	J 4626		SCATOLA CON FERMA STRUMENTI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2031		BLEFAROSTATO A VITE LIEBERMANN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 1356		FORBICE DA STRABISMO CURVA SMUSSA 110 MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2180.29A		PHACO-CHOPPER ANGOLATO, BRACCIO 10MM TAGLIO 90° L.115MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DUCKWORTH & KENT	2.2.716G.6R		PINZA PER CAPSULORES I L.120MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 3276.1		PINZA MCPHEARSON ANGOLATA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	7850 A		PINZA DA MICRO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	JANACH	J 2201		PINZA PER INSERIRE IOL	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	85770		SONDA-ASPIRATORE ANGOLATA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

CATARATTA 3
PESO 3 KG

S.O. OCULISTICA
KIT VAPORE

9					6	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	JANACH	J 4626		SCATOLA CON FERMA STRUMENTI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2031		BLEFAROSTATO A VITE LIEBERMANN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 1356		FORBICE DA STRABISMO CURVA SMUSSA 110 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MORIA	7850 A		PINZA DA MICRO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2201		PINZA PER INSERIRE IOL	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2180.29 A		CHOPPER ANGOLATO BRACCIO 10MM SMUSSO TAGLIO 90°	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DUCKWORTH & KENT	2-2-716G-8R		MICROPINZA CON MICROPRESA ANGOLATA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 3276.1		PINZA MCPHEARSON ANGOLATA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	85770		SONDA-ASPIRATORE ANGOLATA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

COMPLEMENTARE CATARATTA

PESO 3 KG

S.O. OCULISTICA

KIT VAPORE

30					6	1	6	0	3	0	4	10	6	0	0	0	4
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 4626	SCATOLA CON FERMA STRUMENTI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	JANACH	J 2193.6		UNCINO A FORCELLA OSHER ANGOLATO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	NON PRESENTE	7825C	SPATOLA PER IRIDE BARRAQUER 12MM TERMINA CON UNA PICCOLA SFERA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	JANACH	J 2192.1		UNCINO PER LENTI INTRAOCULARI IOL	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2180.2		PHACO-CHOPPER ANGOLATO SMUSSA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	CB 7102	J 2180.2	PHACO-CHOPPER ANGOLATO SMUSSA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	GEUDER	NON PRESENTE	G-14020	SCALPELLO DI KUHNT PER CORNEA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2180.29A		PHACO-CHOPPER ANGOLATO, BRACCIO 10MM TAGLIO 90° L.115MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GEUDER	G-32012		MANIPOLO IRRIGAZIONE 21 GAUGE FORO 0,5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GEUDER	G-32011		MANIPOLO ASPIRATORE 21 GAUGE FORO 0,3MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2201		PINZA PER INSERIRE IOL	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	2-130	PINZA COLIBRI, PUNTA 2MM CON FORO 0,25MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MORIA	13167		PINZA SERRAFILI RETTA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	7850 A		PINZA DA MICRO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	NON PRESENTE	8149	PORTAGHI CURVA CON ARRESTO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	DUCKWORTH & KENT	2-2-716G-6R		MICROPINZA CON MICROPRESA ANGOLATA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 3135.1		P.CAPSULORESSI GIANNETTI MICROINC., APERT.CONTROLL.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	85770		SONDA-ASPIRATORE ANGOLATA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 4010		PORTAGHI PALPEBRALI	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GEUDER	NON PRESENTE	J 1454	MICRO-FORBICE CURVA ACUTA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	JANACH	J 2032		BLEFAROSTATO REGOLABILE, LEGGERO, VALVE PIENE DA 13MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2820.2		COMPASSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 4230	FORBICE PER CAPSULOTOMIA CRV, SMUSSA, LAME DA 5MM L.55MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	F1KV	J 4230	FORBICE PER CAPSULOTOMIA CRV, SMUSSA, LAME DA 5MM L.55MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 2640.4	CANNULA X ARIA C.A., D.0,3MM,CURVA, AP.SUL FRONTE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 2257	CANNULA PER ASPIRAZIONE 0.60 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	13230A	CANNULA DI CHARLEUX-SIMCOE D.0,6MM PER ASPIRAZIONE, FORO LATERALE D.0,3MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4062		CHIAVE PER PUNTA PHACO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

CESTO PHACO

PESO 4 KG

S.O. OCULISTICA

KIT VAPORE

33					10	2	3	0	1	1	4	12	5	4	0	0	3
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK344	VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:187MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK389	1/2-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JF113R	1/2 CESTELLO PERFORATO 243X253X76MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JF945		TAPPETI.IN RILIEVO IN SILICONE 248X237MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2031		BLEFAROSTATO A VITE LIEBERMANN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2820.1		COMPASSO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SIR OFTALMICA	BI 120/T		CANNULA INFUSIONE CRV, FORO INFERIORE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SIR OFTALMICA	BA 105/T		MANICO CON CANNULA ASP.D.0,8MM,CURVA, FORO SUP.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	85770		SONDA-ASPIRATORE ANGOLATA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 1506	FORBICE CORNEALE LAME 7MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	JANACH	J 2201		PINZA PER INSERIRE IOL	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2191.1		PINZA UNIVERSALE PER PIEGARE IOL	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	13100		PORTAGHI DELICATO SENZA ARRESTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	13167		PINZA SERRAFILI RETTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	NON PRESENTE	J 4020	PORTAGHI,RETTO,BRANCHE ROBUSTE,UNA ZIGRINATA, CON ARRESTO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 2192.2	MANIPOLATORE DEL NUCLEO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	JANACH	J 2192.2		MANIPOLATORE DEL NUCLEO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 2180.2	PHACO-CHOPPER UNCINO MANIPOLATORE IOL	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	JANACH	J 2256		CANNULA ASP,D.0,6MM,CURVA,LUNGA,APER. SUL FRONTE	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
2	JANACH	J 2640.4		CANNULA X ARIA C.A., D.0,3MM,CURVA, AP.SUL FRONTE	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	JG521R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,063 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	56-231-06		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,063 LITRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	CBM	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	ULSS10	PR4063		MANOPOLA PER MICROSCOPIO GRANDE	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4062		CHIAVE PER PUNTA PHACO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
4	ULSS10	PR4064		MANOPOLA PER MICROSCOPIO PICCOLA	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

BISET

PESO 5 KG

S.O. OCULISTICA

KIT VAPORE

41					18	5	2	0	1	0	2	13	2	4	0	0	7
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JN344	VASCHETTA P.CONT.1/2 PERF.ALTEZZA:187MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK389	1/2-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	NON PRESENTE	JF112R	1/2 CESTELLO PERFORATO 243X253X56MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JF945		TAPPETI.IN RILIEVO IN SILICONE 248X237MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2031		BLEFAROSTATO A VITE LIEBERMANN	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2295.0		ANELLO DA FISSAZIONE BULBO D. 15MM, APERTURA DA 9MM SUL FRONTE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 2192.2	MANIPOLATORE DEL NUCLEO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	JANACH	J 2180.29A		PHACO-CHOPPER ANGOLATO, BRACCIO 10MM TAGLIO 90° L.115MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	85770		SONDA-ASPIRATORE ANGOLATA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 1036		FORBICE SOTTILE DI COTTLE,SMUSSA,CURVA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 3276.1		PINZA MCPHEARSON ANGOLATA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	7850 A		PINZA DA MICRO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DUCKWORTH & KENT	2.2.716G.6R		PINZA PER CAPSULORES L.120MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2191.1		PINZA UNIVERSALE PER PIEGARE IOL	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 2201	PINZA PER INSERIRE IOL	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	BH015R		PINZA BULLDOG JOHNS-HOPKINS 70MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	JANACH	J 2640.4		CANNULA X ARIA C.A., D.0,3MM,CURVA, AP.SUL FRONTE	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	13230A	CANNULA DI CHARLEUX-SIMCOE D.0,6MM PER ASPIRAZIONE, FORO LATERALE D.0,3MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 2257	CANNULA PER ASPIRAZIONE 0.60 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	ULSS10	PR4062		CHIAVE PER PUNTA PHACO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	NON PRESENTE	JF112R	1/2 CESTELLO PERFORATO 243X253X56MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JF945		TAPPETI.IN RILIEVO IN SILICONE 248X237MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	JANACH	J 2031		BLEFAROSTATO A VITE LIEBERMANN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2295.0		ANELLO DA FISSAZIONE BULBO D. 15MM, APERTURA DA 9MM SUL FRONTE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	7825C		SPATOLA PER IRIDE BARRAQUER 12MM TERMINA CON UNA PICCOLA SFERA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2180.29A		PHACO-CHOPPER ANGOLATO, BRACCIO 10MM TAGLIO 90° L.115MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	85770		SONDA-ASPIRATORE ANGOLATA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 1356		FORBICE DA STRABISMO CURVA SMUSSA 110 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MORIA	7850 A		PINZA DA MICRO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 3276.1		PINZA MCPHEARSON ANGOLATA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DUCKWORTH & KENT	2-2-716G-6R		MICROPINZA CON MICROPRESA ANGOLATA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2191.1		PINZA UNIVERSALE PER PIEGARE IOL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2201		PINZA PER INSERIRE IOL	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BH015R		PINZA BULLDOG JOHNS-HOPKINS 70MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	JANACH	J 2640.4		CANNULA X ARIA C.A., D.0,3MM,CURVA, AP.SUL FRONTE	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 2257	CANNULA PER ASPIRAZIONE 0.60 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	13230A	CANNULA DI CHARLEUX-SIMCOE D.0,6MM PER ASPIRAZIONE, FORO LATERALE D.0,3MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	ULSS10	PR4062		CHIAVE PER PUNTA PHACO	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

RISERVA CATARATTA DR. DI GIORGIO - DR BAROSCO

PESO

3

KG

S.O. OCULISTICA

KIT VAPORE

22					10	4	0	0	1	1	0	6	1	4	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	JANACH	J 4626		SCATOLA CON FERMA STRUMENTI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2295.0		ANELLO DA FISSAZIONE BULBO D. 15MM, APERTURA DA 9MM SUL FRONTE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	7850 A		PINZA DA MICRO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	HEISS	H-1053		BLEFAROSTATO A VITE LIEBERMANN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PMS	25-553		FORBICE PICCOLA PUNTA CURVA, SMUSSA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	DUCKWORTH & KENT	2.2.716G.6R		PINZA PER CAPSULORES L.120MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2201		PINZA PER INSERIRE IOL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2160.2		PHACO-CHOPPER ANGOLATO, BRACCIO DA 10MM PUNTA SMUSSA ANGOLO 90°	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	7825C		SPATOLA PER IRIDE BARRAQUER 12MM TERMINA CON UNA PICCOLA SFERA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2180.29A		PHACO-CHOPPER ANGOLATO, BRACCIO 10MM TAGLIO 90° L.115MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	13167		PINZA SERRAFILI RETTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	E-3243		FORBICE CORNEALE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	85770		SONDA-ASPIRATORE ANGOLATA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 4135		PORTAGHI CURVO CON ARRESTO 135 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2191.1		PINZA UNIVERSALE PER PIEGARE IOL	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BH015R		PINZA BULLDOG JOHNS-HOPKINS 70MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	JANACH	J 2640.4		CANNULA X ARIA C.A., D.0,3MM,CURVA, AP.SUL FRONTE	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
1	JANACH	J 2256		CANNULA ASP,D.0,6MM,CURVA,LUNGA,APER. SUL FRONTE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2257		CANNULA PER ASPIRAZIONE 0.60 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	ULSS10	PR4060		ALCON - CHIAVE PER PUNTE PHACO ALCON	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4062		CHIAVE PER PUNTA PHACO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

CIOTOLE + MANOPOLE

PESO 4 KG

S.O. OCULISTICA

KIT VAPORE

27					0	17	1	0	0	1	2	6	0	4	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK341	VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:120MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK389	1/2-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	MARTIN	56-231-06		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,063 LITRI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	CBM	NON PRESENTE	JG521R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,063 LITRI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BD049R		PINZETTA ANAT.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BD047R	PINZETTA ANAT.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDICON	06.05.18		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD559R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
8	SI	305810-0100-810		MANIPOLO SILICONE BLU X MICROSCOP., D.23MM	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	SI	30 25 01-9060		MANIPOLO PLASTICA BLU X MICROSCOP., D.31MM	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

URGENZA 1

PESO 5 KG

S.O. OCULISTICA

KIT VAPORE

70					15	5	3	0	1	2	8	36	21	7	4	0	4
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK342	VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK389	1/2-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JF112R	1/2 CESTELLO PERFORATO 243X253X56MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JF945		TAPPETI.IN RILIEVO IN SILICONE 248X237MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GEUDER	NON PRESENTE	G-17040	SPATOLA PER PALPEBRE DI JAEGER	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	JANACH	J 2100.2		ELEVATORE DI DESMARRES	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	JANACH	J 2100.1		DESMARRES MM11	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	JANACH	J 2100.0		ELEVATORE PALBEBRALE PER NEONATI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AMSA	FM351		RETRATTORE A MANINA 3 REBBY 6X2MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	GEUDER	NON PRESENTE	J 2155.2	UNCINO DA STRABISMO DI GRAEFE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	JANACH	NON PRESENTE	G-14020	SCALPELLO DI KUHN T PER CORNEA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	GEUDER	NON PRESENTE	G-15880	CHALAZION CURETTE MEYHOEFER, 3MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	GEUDER	NON PRESENTE	G-15910	CURETTE DOPPIA	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 2626	DILATATORE ANGOLATO DI GIESSEN, MANICO CORTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	JANACH	J 4500		ROMPI E PORTA LAME, MM 120	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	JANACH	NON PRESENTE	G-19270	ROMPI E PORTA LAME, MM 120	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	NON PRESENTE	J 4020	PORTAGHI,RETTO,BRANCHE ROBUSTE,UNA ZIGRINATA, CON ARRESTO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	JANACH	J 4135		PORTAGHI CURVO CON ARRESTO 135 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	METICO	33-300		MICROPINZA PORTAGHI PIATTA, RETTA CON STOP	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MORIA	NON PRESENTE	J 4065	MICRO PORTAGHI CURVO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	GEUDER	NON PRESENTE	J 4135	PORTAGHI CURVO CON ARRESTO 135 MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	GEUDER	NON PRESENTE	J 4121	PORTAGHI CURVO SENZA ARRESTO 115MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	JANACH	J 3500.1		PINZA DA PARBEBRA PICCOLO	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0
1	JANACH	J 3500.2		PINZA DA CALAZIO 26MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	E9LF	J 3500.3	PINZA DA CALAZIO GRANDE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 2257	CANNULA PER ASPIRAZIONE 0.60 MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
1	JANACH	J 2640.4		CANNULA X ARIA C.A., D.0,3MM,CURVA, AP.SUL FRONTE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	JANACH	J 2630.4		CANNULA VIE LACRIMALI CURVA D.0,50MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JF112R	1/2 CESTELLO PERFORATO 243X253X56MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JF945		TAPPETI.IN RILIEVO IN SILICONE 248X237MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	JANACH	J 2031		BLEFAROSTATO A VITE LIEBERMANN	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 2820.2	COMPASSO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	JANACH	J 3237.2		PINZA SCLERALE CON 1X2 DENTI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	35-644-11		PINZETTA P.DISSEZIONE MOLTO FINE 115MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	CB 10862	J 3220	PINZA CONGIUNTIVALE DA FISSAZIONE RETTA 1X2 DENTI OBLIQUI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	2280A		PINZA DI LESTER 1X2DENTI 1MM L.110MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	E-1500		PINZA CONGIUNTIVALE, DELICATA, RETTA 1X2 DENTI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	MORIA	3225		PINZA CONGIUNTIVALE E DA FISSAZIONE 1X2 DENTI CURVI 0,6MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	35-644-11		PINZETTA P.DISSEZIONE MOLTO FINE 115MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	7850 C		PINZA DI MORIA CON MICRO PLACCA, 100MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CLIMOPTIC	E9MP		PINZA DI MORIA CON MICRO PLACCA, 100MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	JANACH	J 3272.1		PINZA SERRAFILI TIPO DI TENNANT	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PMS	E30-438		PINZA CORNEALE 1X2 DENTI DELICATA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MORIA	7850 A		PINZA DA MICRO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 3364		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.115MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	STORZ	E 3220		FORBICE CORNEALE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 1454	MICRO-FORBICE CURVA ACUTA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MORIA	9721		FORBICE CONGIUNTIVALE CASTROVIEJO LAME 10MM CURVE SMUSSE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 1456		FORBICE CORNEALE CURVA SMUSSA, LAME 5MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH104R	PINZA EMOST.BABY-MOSQUITO RET.100MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	CB 50906	J 1010	FORBICI FINE CRV.95MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 1110	FORBICE FICE ACUTA RETTA, LAME 15MM L.88MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	JANACH	NON PRESENTE	J 2720	PINZA EMOSTATICA, RETTA, PIANI INTERNI ZIGRINATI L.100MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	GEUDER	NON PRESENTE	J 1336	FORBICE CURVA PICCOLA SMUSSA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AMANN	NON PRESENTE	J 1214	FORBICE CURVA ACUTA LAME 25MM L.100MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	JANACH	J 1016		FORBICI FINE CRV.95MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ULSS10	PR4064		MANOPOLA PER MICROSCOPIO PICCOLA	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	56-231-06		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,063 LITRI	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

URGENZA 2

PESO 3 KG

S.O. OCULISTICA

KIT VAPORE

41					9	3	0	0	2	0	5	22	10	8	0	0	4
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK340	VASCHETTA PER CONTAINER 1/2 ALTEZZA:90MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK389	1/2-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	NON PRESENTE	JF112R	1/2 CESTELLO PERFORATO 243X253X56MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JF945		TAPPETI.IN RILIEVO IN SILICONE 248X237MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	NON PRESENTE	J 2120	PLACCA DI JAEGER	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 2160	UNCINO DA STRABISMO BOTTONUTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	JANACH	NON PRESENTE	G-15910	CURETTE DOPPIA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	GEUDER	NON PRESENTE	G-19270	ROMPI E PORTA LAME, MM 120	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	GEUDER	NON PRESENTE	G-15880	CHALAZION CURETTE MEYHOEFER, 3MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 2626	DILATATORE ANGOLATO DI GIESSEN, MANICO CORTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	BONTEMPI	MAB-3		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	35-644-11		PINZETTA P.DISSEZIONE MOLTO FINE 115MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	METICO	2-114		PINZA 1X2 DENTI RETTI CON PPF, IN TITANIO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	13167		PINZA SERRAFILI RETTA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MORIA	3225		PINZA CONGIUNTIVALE E DA FISSAZIONE 1X2 DENTI CURVI 0,6MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 3220	PINZA CONGIUNTIVALE DA FISSAZIONE RETTA 1X2 DENTI OBLIQUI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	JANACH	J 3271		PINZA SERRAFILI CURVA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MORIA	7850 C		PINZA DI MORIA CON MICRO PLACCA, 100MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MORIA	13246		PINZA DI BONN-KRAFF DENTI 0,1MM CON PPF MANICO ERGONOMICO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	JANACH	J 3217		PINZA SERRAFILI RETTA, SMUSSA, CON PIANI DA 4MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	JANACH	NON PRESENTE	J 3090	PINZA CHIRURGICA DA CUTE 1X2 DENTI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	JANACH	NON PRESENTE	J 3092	PINZA DA FISSAZIONE E DA CUTE 1X2 DENTI RETTI 1,3MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	METICO	33-302		PORTAGHI CURVO BARRAQUER 135 MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MORIA	8149		PORTAGHI CURVA CON ARRESTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2032		BLEFAROSTATO REGOLABILE, LEGGERO, VALVE PIENE DA 13MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2820.2		COMPASSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	NON PRESENTE	J 3500.2	PINZA DA CALAZIO 26MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MORIA	2125		PINZA DI DESMARRES 28MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MORIA	9601 BIS		FORBICE CATARATTA DI VANNAS, CURVA,85MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AMANN	A-1540		FORBICE CORNEALE CURVA SMUSSA, LAME 5MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 1466		FORBICE CURVA CONGIUNTIVALE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	JANACH	NON PRESENTE	J 1012	FORBICE DA 90MM RETTA SMUSSA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	JANACH	J 1016		FORBICI FINE CRV.95MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	GEUDER	NON PRESENTE	J 1336	FORBICE CURVA PICCOLA SMUSSA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	NON PRESENTE	J 2720	PINZA EMOSTATICA, RETTA, PIANI INTERNI ZIGRINATI L.100MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	JANACH	J 2630.4		CANNULA VIE LACRIMALI CURVA D.0.50MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	ULSS10	PR4064		MANOPOLA PER MICROSCOPIO PICCOLA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	56-231-06		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,063 LITRI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

VITRECTOMIA 1

PESO 3 KG

S.O. OCULISTICA

KIT VAPORE

18					2	1	6	0	2	0	0	7	5	1	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	JANACH	J 4627		SCATOLA INOX CON FERMA STRUMENTI IN SILICONE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2031		BLEFAROSTATO A VITE LIEBERMANN	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 1056		FORBICE CURVA SMUSSA 115 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MORIA	13167		PINZA SERRAFILI RETTA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MORIA	7850 A		PINZA DA MICRO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 4488.6	DOPPIO DEPRESSORE SCLERALE, A CILINDRI SATINATI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	DORC	1277/1272 F04		PINZA PER CHIODI SCLERALI, AZIONE INCROCIATA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	35-644-11		PINZETTA P.DISSEZIONE MOLTO FINE 115MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	JANACH	J 2701		PINZA EMOSTATICA RETTA, PIANI LISCI. MORSO 20MM, L.100MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CLIMOPTIC	E8EW		FORBICE RETTA, ACUTA LAME DA 10MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DORC	1281 A		MANIPOLO ASPIRATORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ U.S.A.	E 4800		BACKFLUSH 20 GAUGE/0,9MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	METICO	33-302		PORTAGHI CURVO BARRAQUER 135 MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 4135		PORTAGHI CURVO CON ARRESTO 135 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	NON PRESENTE	J 2640.4	CANNULA X ARIA C.A., D.0,3MM,CURVA, AP.SUL FRONTE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 2257	CANNULA PER ASPIRAZIONE 0.60 MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

VITRECTOMIA 2

PESO 3 KG

S.O. OCULISTICA

KIT VAPORE

18					6	2	1	0	0	0	1	8	4	0	2	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	JANACH	J 4627		SCATOLA INOX CON FERMA STRUMENTI IN SILICONE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2031		BLEFAROSTATO A VITE LIEBERMANN	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 1356		FORBICE DA STRABISMO CURVA SMUSSA 110 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	DORC	1277/1272 F04		PINZA PER CHIODI SCLERALI, AZIONE INCROCIATA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	MORIA	7850 A		PINZA DA MICRO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MORIA	7850 C		PINZA DI MORIA CON MICRO PLACCA, 100MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	35-644-11		PINZETTA P.DISSEZIONE MOLTO FINE 115MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KATENA	NON PRESENTE	BH104R	PINZA EMOST.BABY-MOSQUITO RET.100MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	MARTIN	13-321-12		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	1043	DOPPIO DEPRESSORE SCLERALE A CILINDRI SATINATI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	DORC	1281 A		MANIPOLO ASPIRATORE	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 1466		FORBICE CURVA CONGIUNTIVALE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	8149		PORTAGHI CURVA CON ARRESTO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	CB 2305	J 4196	PORTAGHI PER SUTURA CORNEALE, CURVO, CON ARRESTO, CON PIANI DELICATI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	JANACH	J 2640.4		CANNULA X ARIA C.A., D.0,3MM,CURVA, AP.SUL FRONTE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	JANACH	NON PRESENTE	J 2257	CANNULA PER ASPIRAZIONE 0.60 MM	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

VITRECTOMIA 3
PESO 3 KG

S.O. OCULISTICA
KIT VAPORE

18					1	5	5	0	1	0	1	5	3	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	JANACH	J 4627		SCATOLA INOX CON FERMA STRUMENTI IN SILICONE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2031		BLEFAROSTATO A VITE LIEBERMANN	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 1046		FORBICE CURVA SMUSSA LAME 31MM L.115MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MORIA	7850 A		PINZA DA MICRO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	13167		PINZA SERRAFILI RETTA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DORC	1277/1272 F04		PINZA PER CHIODI SCLERALI, AZIONE INCROCIATA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	35-644-11		PINZETTA P.DISSEZIONE MOLTO FINE 115MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	G-32714	DEPRESSORE SCLERALE DOPPIO, A CILINDRI SATINATI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	JANACH	J 2701		PINZA EMOSTATICA RETTA, PIANI LISCI. MORSO 20MM, L.100MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	2301		PINZA EMOST.BABY-MOSQUITO RET.100MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STORZ U.S.A.	E4800		MANIPOLO ASPIRATORE	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	9721		FORBICE CONGIUNTIVALE CASTROVIEJO LAME 10MM CURVE SMUSSE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	8149		PORTAGHI CURVA CON ARRESTO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	CB 2305	J 4196	PORTAGHI PER SUTURA CORNEALE, CURVO, CON ARRESTO, CON PIANI DELICATI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	JANACH	J 2640.4		CANNULA X ARIA C.A., D.0,3MM,CURVA, AP.SUL FRONTE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 2257	CANNULA PER ASPIRAZIONE 0.60 MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

COMPLEMENTARE DISTACCO RETINA

PESO

3

KG

S.O. OCULISTICA

KIT VAPORE

28					8	3	2	0	2	0	3	10	5	4	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	JANACH	J 4626		SCATOLA CON FERMA STRUMENTI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	NON PRESENTE	7270	RETRATTORE MOD. UNIVERSITA DI BONN CURVATO 30° 16MM L.150MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	13130		RETRATTORE MOD. UNIVERSITA DI BONN CURVATO 30° 16MM L.150MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	JANACH	NON PRESENTE	J 2155.2	UNCINO DA STRABISMO DI GRAEFE	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	GEUDER	NON PRESENTE	J 2155.2	UNCINO DA STRABISMO DI GRAEFE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	JANACH	NON PRESENTE	J 2155.3	UNCINO DA STRABISMO DI GRAEFE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MORIA	NON PRESENTE	18104	MANIPOLATORE DI LEBUISSON, BRACCIO 12MM ESTREMITA' A OLIVA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2180.2		PHACO-CHOPPER ANGOLATO SMUSSA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GEUDER	NON PRESENTE	G-14020	SCALPELLO DI KUHN PER CORNEA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	GRIESHABER	NON PRESENTE	G-14020	SCALPELLO DI KUHN PER CORNEA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	BEAVER	4310		MANICO P.BISTURI P.LAME MICRO 100MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	35-644-11		PINZETTA P.DISSEZIONE MOLTO FINE 115MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 3250		PINZA WATZE PER DILATAZIONE SLEEVE IN SILICONE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	JANACH	J 2820.2		COMPASSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	35-644-11		PINZETTA P.DISSEZIONE MOLTO FINE 115MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DORC	1292 E06		PICK X MEMBR.EPIRETIN. APICE ACUTO 23G	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	9627 A		BLEFAROSTATO REGOLABILE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	DORC	1120 06		MANIPOLO ENDODIATERMIA 23G/0,6MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2701		PINZA EMOSTATICA RETTA, PIANI LISCI. MORSO 20MM, L.100MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 1360	FORBICE RETTA, SMUSSA 120MM LAME DA 22MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	JANACH	J 4064		PORTAGHI CASTROVIEJO RETTO, CON ARRESTO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 4010		PORTAGHI PALPEBRALI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2640.4		CANNULA X ARIA C.A., D.0,3MM,CURVA, AP.SUL FRONTE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 2257	CANNULA PER ASPIRAZIONE 0.60 MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	H0	2 CANNULE MONOPAZIENTE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

TRAPIANTO CORNEA

S.O. OCULISTICA

PESO 3 KG

KIT VAPORE

33					17	4	2	0	1	0	4	5	5	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	JANACH	J 4626		SCATOLA CON FERMA STRUMENTI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	H0	SOTTO LA GRIGLIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ULSS10	PR4067		CAPSULA DI PETRI	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	HO	IN GRIGLIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	20007		SPATOLA DI BUSIN	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	19095		MARCATORE CORNEALE D.9MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	CB 7102	J 2180.2	PHACO-CHOPPER ANGOLATO SMUSSA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2293.4		MARCATORE CORNEALE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ U.S.A.	E-730		SPATOLA, ANGOLATA CRV 10MM L.95MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GRIESHABER	NON PRESENTE	G-14010	SCALPELLO DI KUHN PER CORNEA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	9601 BIS		FORBICE CATARATTA DI VANNAS, CURVA,85MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	19091		GANCIO DI PRICE L.120MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	19077/A		SPATOLA PER TIRARE DESCOMET. PUNTA ANGOLATA 45° L.125MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 1035		FORBICE CURVA, ACUTA A SINISTRA, 106MM, LAME 26MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AMSA	FM544		PINZA DA SUTURA CORNEALE, ANGOLATA INTERSPAZIO 3MM 1X2 DENTI	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	35-644-11		PINZETTA P.DISSEZIONE MOLTO FINE 115MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	13167		PINZA SERRAFILI RETTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	7850 A		PINZA DA MICRO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2031		BLEFAROSTATO A VITE LIEBERMANN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DORC	1286 W 0606		MICROPINZA PRESA FINE E DELICATA, MANICO IN TITANIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	7252BIS		PORT'AGHI DI BARRAQUER-DE LAAGE, MORSO 0,8MM L.130MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GEUDER	NON PRESENTE	J 4061	PORTAGHI DI CASTROVIEJO 140MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	7850 A		PINZA DA MICRO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	JANACH	J 2820.3		COMPASSO DI CASTROVIEJO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	2301		PINZA EMOST.BABY-MOSQUITO RET.100MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	METICO	2-526		PINZA MC PHERSON ANGOLATA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CLIMOPTIC	F1KV		FORBICE PER CAPSULOTOMIA CRV, SMUSSA, LAME DA 5MM L.55MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 2257	CANNULA PER ASPIRAZIONE 0.60 MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	JANACH	J 2640.4		CANNULA X ARIA C.A., D.0,3MM,CURVA, AP.SUL FRONTE	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 2649.7	MANTENITORE D CAMERA ANTERIORE 20G	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

COMPLEMENTARE TRAPIANTO

PESO 3 KG

S.O. OCULISTICA

KIT VAPORE

30					9	3	0	0	2	0	6	10	4	6	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK340	VASCHETTA PER CONTAINER 1/2 ALTEZZA:90MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK389	1/2-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JF112R	1/2 CESTELLO PERFORATO 243X253X56MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JF945		TAPPETI.IN RILIEVO IN SILICONE 248X237MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KATENA	K3-8812		MARCATORE CORNEALE A 8 PUNTE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 2192.2A	MANIPOLATORE DA NUCLEO ANGOLATO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 2180.2A	UNCINO-MANIPOLATORE IOL ANGOLATO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MORIA	19077/B		SPATOLA 90° PER TIRARE DESCOMET. PUNTA ANGOLATA 90° L.125MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AMANN	D-7101		PINZA CORNEO-SCLERALE, RETTA, 1X2 DENTI OBLIQUI DA 0,30MM CON PPF	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 3020		PINZA ANATOMICA RETTA 110MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 3220		PINZA CONGIUNTIVALE DA FISSAZIONE RETTA 1X2 DENTI OBLIQUI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	NON PRESENTE	2-132-1	PINZA CORNEALE TIPO COLIBRI 1X2 DENTI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	NON PRESENTE	8023A	FORBICE DI KATZIN SMUSSA LAMA 6MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	NON PRESENTE	8023B	FORBICE DI KATZIN SMUSSA, LAMA 6MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	NON PRESENTE	J 1360	FORBICE SMUSSA 120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	E-3843		PORTAGHI CURVO, CON ARRESTO, 135MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	2321		PINZA DI DE WECKER RETTA 75MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 2256	CANNULA ASP,D.0,6MM,CURVA,LUNGA,APER. SUL FRONTE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4061		DORC - CONTENITORE IN MATERIALE PLASTICO CON TAPPETTINO E COPERCHIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2192.30A		DISSETTORE CORDEALE PER DALK, APICE TRIANGOLARE APERTURA SUPERIORE. L.110MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2192.32A		SPATOLA PER SCOLLAMENTO ADESIONI INTRASTROMALI, PIATTO IN PUNTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2256		CANNULA ASP,D.0,6MM,CURVA,LUNGA,APER. SUL FRONTE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	JANACH	NON PRESENTE	J 2641.7	CANULA IDRODISSEZIONE D.0,4MM PER INCISIONE DI SERVIZIO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AMANN	C-5020		PORTA LEMBO CORNEALE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	E3042		PORTA CORNEA FORATO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 4375	SUPPORTO LENTE CORNEALE X TRAP.,SILICONE, AUTOCL.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 2090.1	ANELLO DI FLIERINGA D.14MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 2090.2	ANELLO DI FLIERINGA D.16MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 2088	ANELLO DOPPIO DI LEGRAND 14/24MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

CESTO DSAEK (MICRO CHERATOMO)

PESO 7 KG

S.O. OCULISTICA

KIT VAPORE

20					3	4	3	0	6	0	2	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK444		VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:187MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JP006		PRIMELINE, 1/1 COPERCHIO, ANTRACITE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4069		MORIA - CONTAINER 200X90X65 MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	19161		CAMERA ARTIFICIALE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	19162		COPERCHIO PER CAMERA ARTIFICIALE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	19171		ANELLO CON VITE DI FERMO, PER CAMERA ARTIFICIALE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4070		MORIA - COPERCHIO VERDE 205X95 MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4071		CONTAINER ANTRACITE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR4079		DOPPIO TUBO BIANCO CON DUE RACCORDI A VITE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	19303		TURBINA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4080		VASSOIO IN TEFLON CON COPERCHIO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	19170/130		CBM ALTK 130	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	19170/200		CBM ALTK 200	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	19170/300		CBM ALTK 300	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	19309/-1		ANELLO DI ASPIRAZIONE MANUALE, DIMENSIONE MENO 1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	19309/0		ANELLO DI ASPIRAZIONE MANUALE, DIMENSIONE ZERO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	19309/1		ANELLO DI ASPIRAZIONE MANUALE, DIMENSIONE PIU' 1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	19309/2		ANELLO DI ASPIRAZIONE MANUALE, DIMENSIONE PIU' 2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4081		COPERCHIO ANTRACITE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	17169		CILINDRO ALLOGGIAMENTO DONATORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

VIE LACRIMALI

PESO 3 KG

S.O. OCULISTICA

KIT VAPORE

34					8	10	2	0	0	0	4	10	8	1	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	JANACH	J 4626		SCATOLA CON FERMA STRUMENTI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2100.0		ELEVATORE PALBEBRALE PER NEONATI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 1356		FORBICE DA STRABISMO CURVA SMUSSA 110 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2031		BLEFAROSTATO A VITE LIEBERMANN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	JANACH	J 2610.4		SONDA DI BOWMANN DOPPIA 00-0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	JANACH	J 2610.5		SONDA DI BOWMANN DOPPIA 0-1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	13167		PINZA SERRAFILI RETTA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	JANACH	J 2352		FALCE BOTTONUTA L.130MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 2352	FALCE BOTTONUTA L.130MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	CLIMOPTIC	NON PRESENTE	J 2352	FALCE BOTTONUTA L.130MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	NON PRESENTE	J 2615.1	PROBE PER ADULTI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2622.1		DILATATORE PER VIE LACRIMALI SOTTILE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2625.3		DILATATORE SMUSSO LUNGO L.100MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2625.0		DILATATORE ACUTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	CB 42110	J 2625.2	DILATATORE DI WILDER GRANDEZZA 2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 1456		FORBICE CORNEALE CURVA SMUSSA, LAME 5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	NON PRESENTE	2773/4	SONDA PER VIE LACRIMALI DI GALEZOWSKI N°4, PUNTA A OLIVA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	JANACH	J 3364		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.115MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	35-644-11		PINZETTA P.DISSEZIONE MOLTO FINE 115MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GEUDER	NON PRESENTE	J 4105	PORTAGHI CURVO SENZA ARRESTO 130 MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3	JANACH	J 2630.4		CANNULA VIE LACRIMALI CURVA D.0,50MM	0	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	ULSS10	PR4064		MANOPOLA PER MICROSCOPIO PICCOLA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	NON PRESENTE	J 2352.1	COLTELLO LACRIMALE DI WEBER RETTO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	CLIMOPTIC	E9UX		COLTELLO LACRIMALE DI WEBER CURVO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AMANN	F-11053		CANNULA PER VIE LACRIMALI CON FORO LATERALE 0,3MM 60MM D.0.8MM 21G	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AMANN	F-11051		CANNULA PER VIE LACRIMALI CON FORO LATERALE 0,3MM 60MM D.0.65MM 23G	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

STRABISMO

S.O. OCULISTICA

PESO 4 KG

KIT VAPORE

39					4	3	0	0	2	2	8	20	10	2	1	0	7
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK340	VASCHETTA PER CONTAINER 1/2 ALTEZZA:90MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK389	1/2-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JF112R	1/2 CESTELLO PERFORATO 243X253X56MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JF945		TAPPETI.IN RILIEVO IN SILICONE 248X237MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2031		BLEFAROSTATO A VITE LIEBERMANN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 2026.1	BLEFAROSTATO REGOLABILE PER DISTACCO RETINA VALVE DA 16MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ALCON	7010		PORTA LAMA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	NON PRESENTE	J 2155.1	UNCINO DA STRABISMO MISURA 1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	JANACH	NON PRESENTE	J 2155.2	UNCINO DA STRABISMO DI GRAEFE MISURA 2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 2074	SPATOLA RETRATTORE ANGOLATA 16MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	JANACH	J 3234.1		PINZA COLIBRI' 1X2 DENTI OBLIQUI 0,12MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GEUDER	NON PRESENTE	G-19030	PINZA SERRAFILI RETTA CON PIANI 6MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	GRIESHABER	NON PRESENTE	J 3210	PINZA DA SUTURA CORNEALE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	MORIA	7850 A		PINZA DA MICRO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	35-644-11		PINZETTA P.DISSEZIONE MOLTO FINE 115MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 3224	PINZA CONGIUNTIVALE E DA FISSAZIONE 1X2 DENTI CURVI 0,6MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	CB 5302	J 1502	FORBICE CORNEALE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 3410		PINZA DA MUSCOLO, CON FERMO, DESTRA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 3411		PINZA DA MUSCOLO, CON FERMO, SINISTRA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	GEUDER	NON PRESENTE	G-17535	PORTAGHI MICRO DI BARRAQUER,120MM, CURVO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 4196	PORTAGHI PER SUTURA CORNEALE CURVO, CON ARRESTO, PIANI DELICATI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	CB 23740	J 4064	PORTAGHI CASTROVIEJO RETTO, CON ARRESTO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	GEUDER	NON PRESENTE	G-17615	PORTAGHI DI KALT, CURVO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	KATENA	K5-9900		PINZA EMOST.BABY-MOSQUITO RET.100MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	JANACH	J 1052		FORBICE RETTA SMUSSA 115 MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 1356		FORBICE DA STRABISMO CURVA SMUSSA 110 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	NON PRESENTE	G-19525	FORBICI ENUCLEAZIONE DI LANDOLT 120MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2820.1		COMPASSO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	CLIMOPTIC	NON PRESENTE	2321	PINZA DI DE WECKER 75MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 2716.1	CLAMP VASCOL. DIEFFENBACH RET.38MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 2717	CLAMP VASCOL. DIEFFENBACH CRV.38MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2	JANACH	J 2640.4		CANNULA X ARIA C.A., D.0,3MM,CURVA, AP.SUL FRONTE	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	JANACH	J 2257		CANNULA PER ASPIRAZIONE 0.60 MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	JANACH	J 2256		CANNULA ASP,D.0,6MM,CURVA,LUNGA,APER. SUL FRONTE	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

CESTO BIOM VECCHIO

S.O. OCULISTICA

PESO 4 KG

KIT VAPORE

7					3	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MEDICON	NON PRESENTE	JN340	VASCHETTA P.CONT.1/2 PERF.ALTEZZA:90MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	JK386	1/2-COPERCHIO BASIS, BLU	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	OCULUS	54185		GRIGLIA PORTA STRUMENTI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	OCULUS	54423		PIASTRA DI ADATTAMENTO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	OCULUS	54462		STAFFA DI FISSAGGIO PER MICROSCOPIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	OCULUS	54545		LENTE PER FASCIO LUMINOSO D.INT 44MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	OCULUS	53603		LENTE PER MICROSCOPIO BIOM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

CESTO BIOM NUOVO

PESO 3 KG

S.O. OCULISTICA

KIT VAPORE

7					5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	JK340		VASCHETTA PER CONTAINER 1/2 ALTEZZA:90MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JK386		1/2-COPERCHIO BASIS, BLU	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	OCULUS	54185		GRIGLIA PORTA STRUMENTI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	OCULUS	55423		PIASTRA DI ADATTAMENTO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	OCULUS	54462		STAFFA DI FISSAGGIO PER MICROSCOPIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	OCULUS	54545		LENTE PER FASCIO LUMINOSO D.INT 44MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	OCULUS	53604		LENTE PER MICROSCOPIO 90D	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

CESTO DACRIOCISTECTOMIA

PESO 5 KG

S.O. OCULISTICA

KIT VAPORE

75					2	9	0	0	2	4	22	36	7	17	0	0	12
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JN344	VASCHETTA P.CONT.1/2 PERF.ALTEZZA:187MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK389	1/2-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JF112R	1/2 CESTELLO PERFORATO 243X253X56MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JF945		TAPPETI.IN RILIEVO IN SILICONE 248X237MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	NON PRESENTE	FL215R	SCALPELLO DI PARTSCH, CM 14, LARG. MM 5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	NON PRESENTE	J2762.4	SGORBIA PER RINOSTOMIA LARGHEZZA 6MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	NON PRESENTE	J2760.1	SCALPELLO PER RINOSTOMIA LARGHEZZA 3MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	NON PRESENTE	60.17.55	SCALPELLO DI ROLLET, PER SACCO LACRIMALE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	NON PRESENTE	J7323	SCOLLAPERIOSTIO DELICATO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	1780		RETRATTORE DI WELLS A FORMA DI CUCCHIAIO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	MC-61		PINZA CHIRURGICA 1X2 DENTI 125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DF114R	MARTELLO 165G CAPO D:24,8MM 190MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	16.12.16		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH442R	PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MORIA	NON PRESENTE	J2752.2	PINZA PER DACRIOCISTORINOSTOMIA DI KERRISON 4MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	NON PRESENTE	OF768R	PINZA TAGLIENTE DI CITELLI-BEYER, 1,8MM 190 MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SIR OFTALMICA	L-0080		PINZA SGORBIA DI BEYER, MM 180	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	615-3356		PORTAGHI DI VANTEY-DESVIGNES CURVO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	NON PRESENTE	J2000	BLEFAROSTATO MELLINGER AUTOBLOCCANTE VALVE DA 16MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4057		MORIA - SCOLLAPERIOSTIO 4MM 140MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JF112R	1/2 CESTELLO PERFORATO 243X253X56MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JF945		TAPPETI.IN RILIEVO IN SILICONE 248X237MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	NON PRESENTE	J2630.4	CANNULA VIE LACRIMALI CURVA D.0,50MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 2256	CANNULA ASP,D.0,6MM,CURVA,LUNGA,APER. SUL FRONTE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	JANACH	J 4500		PORTALAMA CON ARRESTO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	NON PRESENTE	OM309R	RASPA DI KOENIG, MM155	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4058		MORIA - SCOLLAPERIOSTIO 5MM 145MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4059		GRIESHABER - SCARIFICATORE 4MM 110MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 2143.1	UNCINO PER CUTE A 3 DENTI SMUSSI 5MM 135MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	JANACH	NON PRESENTE	J 2145.2	DIVARICATORE PICC.SMUSSO 4DENTI 7MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	MORIA	NON PRESENTE	J 2145.3	DIVARICATORE 4 REBBI SMUSSI 10MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2615.1		PROBE PER ADULTI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LAWTON	80-1123		DIVARICAT. MANNERFELT,MOD.1DENTE,SMUSSO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	NON PRESENTE	J7323	DOPPIO SCOLLAPERIOSTIO DELICATO, QUARANTA LEONI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MORIA	NON PRESENTE	60.17.55	SCALPELLO DI ROLLET, PER SACCO LACRIMALE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	NON PRESENTE	FK813R	CURETTA DI JACOBSON,TAGLIENTE,140MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	NON PRESENTE	29.13.01	CUCCHIAIO TAGLIENTE 150MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2076		SPATOLA RETRATTORE PER DISTACCO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 3221.1	PINZA CORNEALE 1X2 DENTI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	JANACH	J 3364		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.115MM	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 3237.2		PINZA SCLERALE CON 1X2 DENTI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	JANACH	NON PRESENTE	J 3094	PINZETTA MOLTO FINE 2X3D.110MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	JANACH	J 4064		PORTAGHI CASTROVIEJO RETTO, CON ARRESTO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	CB 23830	J 4020	PORTAGHI,RETTO,BRANCHE ROBUSTE,UNA ZIGRINATA, CON ARRESTO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	CB 2305	J4196	PORTAGHI CURVO CON ARRESTO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	GEUDER	NON PRESENTE	J 4131	PORTAGHI CURVO 135MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	18195		BLEFAROSTATO DI SHAPIRA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CLIMOPTIC	E9HF		BLEFAROSTATO PER DISTACCO DI RETINA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 2716.2	CLAMP VASCOL. DIEFFENBACH RET.48MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	MORIA	2773/1		SONDA VIE LACRIMALI DI GALEZOWSKI N°1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
1	GEUDER	NON PRESENTE	J 1285	FORBICE PER PUNTI 90 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 1114	FORBICE CURVA ACUTA 88 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	GEUDER	NON PRESENTE	J 1286	FORBICE PER PUNTI CURVA ACUTA, LAMA 18MM , L.103MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AMANN	A-3337		FORBICE DA ENUCLEAZIONE MEDIO CURVA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	2873A	DILATATORE PER VIE LACRIMALI SICHEL, CONICO SMUSSO, DELICATO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	2873B	DILATATORE PER VIE LACRIMALI SICHEL, CONICO SMUSSO, MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 2570.1	CUCCHIAIO DI TARTUFERI, APERTO, FIG. 1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 2570.2	CUCCHIAIO DI TARTUFERI, APERTO, FIG. 2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 2570.3	CUCCHIAIO DI TARTUFERI, APERTO, FIG. 3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2	MORIA	NON PRESENTE	2773/1	SONDA VIE LACRIMALI DI GALEZOWSKI N°1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
2	MORIA	NON PRESENTE	2773/2	SONDA VIE LACRIMALI DI GALEZOWSKI N°2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
2	MORIA	NON PRESENTE	2773/3	SONDA VIE LACRIMALI DI GALEZOWSKI N°3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
1	MORIA	NON PRESENTE	2773/4	SONDA VIE LACRIMALI DI GALEZOWSKI N°4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	MORIA	NON PRESENTE	2773/5	SONDA VIE LACRIMALI DI GALEZOWSKI N°5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
1	MORIA	NON PRESENTE	2773/6	SONDA VIE LACRIMALI DI GALEZOWSKI N°6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

SET ELETTROBISTURI + PINZA BIPOLARE VECCHIO

PESO

3

KG

S.O. OCULISTICA

KIT VAPORE

21					10	3	0	0	0	0	2	6	0	1	0	0	5
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JN340	VASCHETTA P.CONT.1/2 PERF.ALTEZZA:90MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK389	1/2-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	E2100	MANICO US CON TASTO E CAVO 5 M	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GK183	CAVO BIPOL.2 SPINE BAN.SPINA EURO PIATTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GIMMI	B.9100.00		PINZA BIPOLARE PER COAGULAZIONE, ISOLATA BLU, 150MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GK183	CAVO BIPOL.2 SPINE BAN.SPINA EURO PIATTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	80-910-16		PINZA COAGULAZ.ISOL.16CM RETTA P.SOTT.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	BL941R	SCATOLA P.AGHI PERF.7 OMP.150X90X10MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	T.1913.32	ELETTRODO A SFERA, ANGOLATO D.4MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GK144R	ELETTR.AGHIF.,RETTO,ASTA CORTA, D:2,4MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	JANACH	NON PRESENTE	BL941R	SCATOLA P.AGHI PERF.7 OMP.150X90X10MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4075		TAPPETTINO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GIMMI	T.1913.43		ADATTATORE CON ASTA D.4MM PER ELETTRODI CON ASTA D.1,6MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	GIMMI	T.1913.87		ELETTRODO A SFERA, ANGOLATO, D.1,7MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GIMMI	T.1913.73		ELETTRODO AD ANSA D. 3MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GIMMI	T.1973.74		ELETTRODO AD ANSA D. 5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GIMMI	T.1913.70		ELETTRODO AD AGO, RETTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GIMMI	T.1913.71		ELETTRODO AD AGO, ANGOLATO 45°	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PINZE ENDOBIPOLARI

S.O. OCULISTICA

PESO 2 KG

KIT VAPORE

13					5	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JN340	VASCHETTA P.CONT.1/2 PERF.ALTEZZA:90MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK389	1/2-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	BAUSH & LOMB	CX9430		CAVO PER DIATERMIA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	BAUSH & LOMB	CX9400		CAVO BIPOLARE CON 2 CONNETTORI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ULSS10	PR4077		ALCON - CAVO BIPOLARE	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	BAUSH & LOMB	D 8201		AGO 28MM PUNTA ACUTA 45° BIPOLARE PER EMOSTASI SCLERALE, 131MM	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	BAUSH & LOMB	D 8203		SONDA PER DIATERMIA INTRAOCULARE PUNTA ACUTA DELICATA, 132MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

SONDA CRIO

PESO 1 KG

S.O. OCULISTICA

KIT VAPORE

3					0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JN340	VASCHETTA P.CONT.1/2 PERF.ALTEZZA:90MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK389	1/2-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	OPTIKON	7989		SONDA PER CRIOTRATTAMENTO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

SET GLAUCOMA

PESO 3 KG

S.O. OCULISTICA

KIT VAPORE

25					10	3	1	0	1	0	1	9	6	0	1	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	JANACH	J 4626		SCATOLA CON FERMA STRUMENTI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2031		BLEFAROSTATO A VITE LIEBERMANN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GEUDER	G-19435		FORBICI P.STRABISMO 90MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KATENA	K5-9900		PINZA EMOST.BABY-MOSQUITO RET.100MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	DUCKWORTH & KENT	2-687		CLAMP DI PROTEZIONE BORDO CONGIUNTIVALE 12MM IN TITANIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 3234.1		PINZA COLIBRI' 1X2 DENTI OBLIQUI 0,12MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	7850 A		PINZA DA MICRO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 3291	PINZA CORNEALE 1X2 DENTI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	JANACH	J 2192.3		SPATOLA-MANIPOLATORE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GEUDER	NON PRESENTE	J 1456	FORBICE CORNEALE CURVA SMUSSA, LAME 5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	JANACH	J 3362		PINZA DA PRESA MORSO ZIGRINATO DA 1,2MM CRV 100MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	KATENA	K2-9510		FORA MEMBRANE DI DESCOMET D.1.0MM PROFONDO 0,75MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GRIESHABER	NON PRESENTE	J 1426	FORBICE BARRAQUER ANGOLATA, SMUSSA, BRANCHE DA 7MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	7825C		SPATOLA PER IRIDE BARRAQUER 12MM TERMINA CON UNA PICCOLA SFERA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	7252BIS		PORT'AGHI DI BARRAQUER-DE LAAGE, MORSO 0,8MM L.130MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 4058	PORTAGHI CURVO BARRAQUER 135 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	REDA	25671-14		MICRO PORTAGHI CURVO CON ARRESTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2820.1		COMPASSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 4230		FORBICE PER CAPSULOTOMIA CRV, SMUSSA, LAME DA 5MM L.55MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BH015R		PINZA BULLDOG JOHNS-HOPKINS 70MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 2256	CANNULA ASP,D.0,6MM,CURVA,LUNGA,APER. SUL FRONTE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	JANACH	NON PRESENTE	J 2640.4	CANNULA X ARIA C.A., D.0,3MM,CURVA, AP.SUL FRONTE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	JANACH	J 3153		MICROPINZA MOD. BONN, MANICO PIATTO, SOLO PIANO PER FILO, ANGOLATA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	DUCKWORTH & KENT	2-502N		PINZA MORSO PIATTO, PUNTA SFERICA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	2-130	PINZA COLIBRI, PUNTA 2MM CON FORO 0,25MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

CROSS LINKING

PESO 2 KG

S.O. OCULISTICA

KIT VAPORE

17					4	4	2	0	0	1	1	5	3	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JN187	VASCHETTA PERFOR.P.CONTAINER MINI 30MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK174	COPERCHIO SOLO,PERF.,P.MINI-CONT.,ARGEN	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCULAP	JF934		STUOIA GROPPPO DI SILICONE, 277 X 126 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2031		BLEFAROSTATO A VITE LIEBERMANN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AMANN	B-4210		COMPASSO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	7850 A		PINZA DA MICRO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	13167		PINZA SERRAFILI RETTA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GRIESHABER	NON PRESENTE	G-14010	SCALPELLO DI KUHNT PER CORNEA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	PMS	E25-553		FORBICE CURVA SMUSSA 88MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	19095		MARCATORE CORNEALE D.9MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 2257	CANNULA PER ASPIRAZIONE 0.60 MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	JANACH	J 2640.4		CANNULA X ARIA C.A., D.0,3MM,CURVA, AP.SUL FRONTE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	JANACH	J 4801.1		RING IN SILICONE PER LENTI	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	JANACH	J 2092		ANELLO INOX PER LENTI DA VITRECTOMIA, 2 BRACCIA	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

CESTO INTRAVITREALI 1

PESO 4 KG

S.O. OCULISTICA

KIT VAPORE

29					21	2	0	0	1	0	2	3	1	1	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK340	VASCHETTA PER CONTAINER 1/2 ALTEZZA:90MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK389	1/2-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	55-809-24		1/2 CESTELLO PERFORATO 243X253X56MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JF945		TAPPETI.IN RILIEVO IN SILICONE 248X237MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	JANACH	J 2031		BLEFAROSTATO A VITE LIEBERMANN	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MORIA	7850 A		PINZA DA MICRO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 3209	PINZA CHIRURGICA MICRO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MORIA	7850 A		PINZA DA MICRO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	GEUDER	G-19130		COMPASSO DI CASTROVIEIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HEISS	H-2631		COMPASSO DI CASTROVIEIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	JANACH	J 2820.2		COMPASSO SCALA 20MM	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	JANACH	J 2820.3		COMPASSO DI CASTROVIEJO	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	56-231-06		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,063 LITRI	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

CESTO INTRAVITREALI 2

PESO 3 KG

S.O. OCULISTICA

KIT VAPORE

14					9	0	1	0	0	0	0	4	0	3	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK340	VASCHETTA PER CONTAINER 1/2 ALTEZZA:90MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK389	1/2-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCULAP	JF945		TAPPETI.IN RILIEVO IN SILICONE 248X237MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	JANACH	J 2031		BLEFAROSTATO A VITE LIEBERMANN	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	J 2031	BLEFAROSTATO A VITE LIEBERMANN	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
1	JANACH	J 2820.2		COMPASSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	JANACH	J 2820.3		COMPASSO DI CASTROVIEJO	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	56-231-06		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,063 LITRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

FORBICE 23G

PESO 0,1 KG

S.O. OCULISTICA

SET VAPORE

3					3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR4072		DORC - CONTENITORE IN MATERIALE PLASTICO CON COPERCHIO 190X55X20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DORC	1286 M06		CURVED HORIZONTAL SCISSORS 23GAUGE/0,6MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4073		PROTEGGI PUNTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

COCCODRILLO DIAMANTATA 23G

PESO 0,1 KG

S.O. OCULISTICA

SET VAPORE

3					3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR4072		DORC - CONTENITORE IN MATERIALE PLASTICO CON COPERCHIO 190X55X20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DORC	1286 DIA06		MICRO PINZA DA PRESA RETTA MORSO A POLVERE DI DIAMANTATO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4073		PROTEGGI PUNTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

COCODRILLO 23G

PESO 0,1 KG

S.O. OCULISTICA

SET VAPORE

3					3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR4072		DORC - CONTENITORE IN MATERIALE PLASTICO CON COPERCHIO 190X55X20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DORC	1286 C06		PINZA DA PRESA MORSO A COCCODRILLO 23GAUGE/0,6MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4073		PROTEGGI PUNTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

ECKARDT 23G

S.O. OCULISTICA

PESO 0,1 KG

SET VAPORE

3					3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR4072		DORC - CONTENITORE IN MATERIALE PLASTICO CON COPERCHIO 190X55X20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DORC	1286.W06		MICROP. PER ILM, PRESA FRONTALE DI ECKARDT, 23G/0,6MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4073		PROTEGGI PUNTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

COCCODRILLO 25 G

S.O. OCULISTICA

PESO 0,1 KG

SET VAPORE

1					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	DORC	1286 W05		MICRO PINZA, PRESA IN PUNTA, 25G/0,5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

COCCODRILLO + ECKARDT 25G

PESO 0,1 KG

S.O. OCULISTICA

SET VAPORE

5					4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	DORC	NON PRESENTE	J 4702	SCATOLA IN PSU CON TAPPETO IN SILICONE 181X49X18MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DORC	1286 W05		MICRO PINZA ECKARDT, PRESA IN PUNTA, 25G/0,5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4073		PROTEGGI PUNTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GEUDER	G-36322		PINZA DA PRESA MORSO A COCCODRILLO 25GAUGE/0,5MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4073		PROTEGGI PUNTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

VERISYSE 1

PESO 0,1 KG

S.O. OCULISTICA

SET VAPORE

4					4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR4074		AMO - SCATOLA IN MATERIALE PLASTICO CON TAPPETTINO E COPERCHIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AMO	VERIFLEX LEFT		FINZA VERIFLEX SINISTRA L.110MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AMO	VERIFLEX RIGHT		FINZA VERIFLEX DESTRA L.110MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AMO	VERIFLEX		SPATOLA VITREO BOTTONE CENTRALE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

VERISYSE 2

S.O. OCULISTICA

PESO 0,1 KG

SET VAPORE

4					4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR4074		AMO - SCATOLA IN MATERIALE PLASTICO CON TAPPETTINO E COPERCHIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AMO	MANIPULATOR		MANIPOLATORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AMO	ENCLAVATION FORCEPS		PINZA 1X2 DENTI, CURVA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AMO	HOLDING FORCEPS		PINZA TENUTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

ANELLO DI MENDEZ

PESO 0,1 KG

S.O. OCULISTICA

SET VAPORE

2					2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR4068		KATENA - SCATOLA IN MATERIALE PLASTICO CON TAPPETTINO E COPERCHIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2294.5		MARCATORE ASSIALE ANELLO GRAD. 360° D.14/18MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

BUSTA CATARATTA

PESO 0,5 KG

S.O. OCULISTICA

SET VAPORE

5					3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR4068		KATENA - SCATOLA IN MATERIALE PLASTICO CON TAPPETTINO E COPERCHIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	85770		SONDA-ASPIRATORE ANGOLATA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2201		PINZA PER INSERIRE IOL	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DUCKWORTH & KENT	2-2-716G-6R		MICROPINZA CON MICROPRESA ANGOLATA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JANACH	J 2180.29A		PHACO-CHOPPER ANGOLATO, BRACCIO 10MM TAGLIO 90° L.115MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

SPECIALITA'	CODICE CDC
S.O. CHIRURGIA	422002

Q.TA'	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2307	361	54	306	0	387	37	129	1033	667	112	17	5	232

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

APPENDICE 1
PESO 6 KG

S.O. CHIRURGIA
KIT VAPORE

64					8	2	9	0	18	0	4	23	13	2	1	0	7
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JP011		PRIMELINE, 3/4 COPERCHIO, ROSSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCLAP	BD049R		PINZETTA ANAT.160MM	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
1	REDA	11102-18		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	BD052R		PINZETTA P.MEDICAZ.ANAT.250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	FB402R		PINZA ATR.MORSO 2MM 200MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DIMEDA	10.256.15		PINZETTA A DENTI MOD.RUSSO 150MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCLAP	BD537R		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.145MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCLAP	BD597R		PINZETTA DISSEZIONE 4X5D.145MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BT020R		DIVARICATORE FARABEUF, DOPPIO,SERIE DI 2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	CRM.06.03.032	RETRATTORE DI FARABEUF L=160 (40X14) (30X12)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	CROMA	CRM.06.03.009		RETRATTORE DI FARABEUF SAGOMATO L=200 (55X27) (47X20)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT404R	DIVARICAT. MIDDELDORFF, PICC. 15X15 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	DIMEDA	18.344.26		DIVARICAT. MIDDELDORPF,MEDIO,28X28MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	15-363-03		DIVARICAT. MIDDELDORPF,MEDIO,28X28MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCLAP	BM861R		AGO LEGATURE FLESSIBILE CRV.IN AV.230MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	BM810R	AGO DESCHAMPS SMUSSO CRV.SIN.215MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	13.32.19		SONDA SCHMIEDEN P.GOZZO 8/185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN905R	TUBO REDON CH.14 LEGG.CRV.PUNTA COLT.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BC605R		FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SERVICE MED	NON PRESENTE	BC606R	FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STIER	H108-17115		FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	11-170-14		FORBICI MAYO RET.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	AESULAP	BH642R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-410-16		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	16.10.16		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	SIMAL	04.340.08		PINZA P.POLIPI UTERINI BONNEY MA LUNG. 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	SIMAL	0434013		PINZA DA MEDICAZIONE AD ANELLI FOERSTER-BALLANGER, L.200MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	107-12487		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BF122R		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BF452R		PINZA P.TELO E TESSUTO 195MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-935-20		PINZA P.TELO E TESSUTO 195MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	MARTIN	13-322-12		PINZA MOSQUITO HALSTED RET.1X2D.125MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STIER	S12-22112		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH108R	PINZA EMOST.MICRO-HALSTED RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SIMAL	NON PRESENTE	BH110R	PINZA EMOST.HALSTED RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
6	AESULAP	BH167R		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	1	0	4	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MARTIN	13-375-16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-317-18		PINZA EMOST.HALSTED CRV.185MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	WOLKS	NON PRESENTE	BJ103R	PINCE EMOST.GEMINI 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-393-20		PINZA BENGOLEA CRV.1X2D.245MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BM077R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR 206MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BM066R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM035R	DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	AESULAP	JG522R		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	56-231-11		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

BOOK WALTER

PESO 13,5 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

15					14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	CBM	NON PRESENTE	JK922	CONTAINER A CERN. C.ASOLA,592X290X152MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	CODMAN	50-4581		BARRA ATTACCO LETTO OPERATORIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CODMAN	50-4582		BARRA SECONDARIA A SNODO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CODMAN	50-4583		ANELLO ORIENTABILE (CERCHIO+2 PROUNGHE RETTE)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CODMAN	50-4554		DOPPIO INNESTO A SNODO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	CODMAN	50-4580		PINZA DI FISSAGGIO A GREMAGLIERA	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CODMAN	50-4567		VALVA GRANDE (75 X 170)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CODMAN	50-4568		BOOKWALTER KELLY LAMA (50 X 75) MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CODMAN	50-4570		BOOKWALTER LAMA MODIF. 2"X5"	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CODMAN	50-4571		BOOKWALTER LAMA KELLY 2"X6"	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	CODMAN	50-4576		VALVA BALFOUR	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

HEGAR

PESO 5 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

19					2	14	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCU LAP	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JP011		PRIMELINE, 3/4 COPERCHIO, ROSSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BT672R		GANCIO PELVIS, ST.MARKS, 174X60MM, 330MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BT674R		GANCIO PELVIS, ST.MARKS, 178X60MM, 330MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EM115R		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EM116R		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 16	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EM117R		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 17	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EM118R		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 18	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EM119R		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 19	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EM120R		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 20	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EM121R		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 21	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EM122R		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 22	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EM123R		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 23	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EM124R		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 24	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EM125R		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 25	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EM126R		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 26	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CROMA	CRM.05.04.027		DILATATORE UTERINO DI HEGAR Ø 27 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	CROMA	CRM.05.04.028		DILATATORE UTERINO DI HEGAR Ø 28 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	CROMA	CRM.05.04.030		DILATATORE UTERINO DI HEGAR Ø 30 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

COMPLEMENTARE 1A

S.O. CHIRURGIA

PESO 4,5 KG

KIT VAPORE

14					0	0	9	0	3	0	1	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR3029		MARTIN - CONTAINER 1/2 UNITA' CON COPERCHIO, H.195MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	PILLING	34-2273		FORBICI PREPARAZ.ANGOLATA 230MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3	AESCU LAP	EA097R		PINZA ATR.ALLIS 8,4MM 255MM	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	AESCU LAP	BJ096R		PINCE EMOST.OVERHOLT FINE #6 300MM	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BJ090R		PINCE EMOST.OVERHOLT FINE #0 294MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	FB954R		PINZA MORSO, 60MM, LUNGH. 230MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	FB501R		CLAMP VASCOL.DE'BAKEY,MORSO 48MM,265 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CEATEC	PC 596.24		PINZA PER BORSA DI TABACCO, L.230MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

COMPLEMENTARE 1B

PESO 4,5 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

14					0	0	2	0	8	0	1	3	2	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR3029		MARTIN - CONTAINER 1/2 UNITA' CON COPERCHIO, H.195MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	PILLING	34-2273		FORBICI PREPARAZ.ANGOLATA 230MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3	AESCU LAP	EA097R		PINZA ATR.ALLIS 8,4MM 255MM	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0
5	AESCU LAP	BJ096R		PINCE EMOST.OVERHOLT FINE #6 300MM	0	0	0	0	4	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BJ090R		PINCE EMOST.OVERHOLT FINE #0 294MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	FB501R		CLAMP VASCOL.DE'BAKEY,MORSO 48MM,265 MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	FB954R		PINZA MORSO, 60MM, LUNGH. 230MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ETHICON	EH40		BORSA DI TABACCO 260MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

COMPLEMENTARE 1C

PESO 5 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

39					1	0	4	0	10	1	3	20	13	2	3	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR2053		CONTAINER 1/2 US CON COPERCHIO ALTEZZA 135MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD049R	PINZETTA ANAT.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	FB402R		PINZA ATR.MORSO 2MM 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	FB404R		PINZA ATR.MORSO 2,0MM 240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	24-388-30		PINZA ATR.MORSO 2MM 300MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD662R		PINZETTA DISSEZ.GERALD RET.1X2D.175MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD672R		PINZETTA DISSEZIONE WAUGH 1X2D.250MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LEIBINGER	31-19408		RUSSIAN PATTERN TISSUE FCPS. 250MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC592R	FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	BC566R		FORBICI MAYO-NOBLE RET.170MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	STIER	S08-28118		FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BC263R		DUROTIP FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	LAWTON	05-0622		FORBICI DISS.METZENBAUM CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BC615R		FORBICI DISS.NELSON-METZENBAUM CRV.230MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	24-423-26		PINZA DE BAKEY PER ANEURISMA, MM 270	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EA207R		PINZA INTEST.ATR.KOCHER CUR.280MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EA203R		PINZA INTEST.ATR.KOCHER CUR.220MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-921-16		PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BF426R		PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	45.80.15		PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BH642R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	15.72.66		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BH176R	PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BH176R	PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BJ011R		PINZA EMOST.BABY-MIXTER 140MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BF310R		PINZA P.AFFERR.I TESSU.LAHEY 3X3D.155MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BJ102R		PINCE EMOST.GEMINI 180MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BJ062R		PINCE EMOST.MIXTER 251MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BJ045R		PINZA EMOST.RUMEL #5 241MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-461-05		PINZA EMOST.RUMEL #4 241MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BM027R		DUROGRIP PORTAGHI P.VASI SOTTILE 230MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BM077R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR 206MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	AESULAP	FB423R		PINZA BULLDOG ATR.,DE BAKEY,CUR.,31/86MM	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	3	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

COMPLEMENTARE DIVARICATORI 2A

S.O. CHIRURGIA

PESO 5,5 KG

KIT VAPORE

19					3	2	2	0	6	0	2	4	3	1	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCU LAP	JK740		VASCHETTA PER CONTAINER 3/4 ALTEZZA:90MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JP011		PRIMELINE, 3/4 COPERCHIO, ROSSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BT190R		DIVARICATORE DI CUSHING-KOCHER, 10X10 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	15-091-18		ELEVATORE PALPEBRALE DI DESMARRES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BT020R		DIVARICATORE FARABEUF, DOPPIO,SERIE DI 2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LAWTON	20-0629		RETRATTORE MIDDELDORPF 70X55, L.280MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BT710R		DISPOSITIVO DI FISSAGGIO DI ROCHARD	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	EL636R	SPECOLO VAGINALE DI DOYEN,120X45MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EL639R		SPECOLO VAGINALE DI DOYEN,120X60MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT624R	DIVARICAT. ADDOMIN. EPATICO DI MIKULICZ	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BT551R		DIVARICAT. HARRINGTON, FLESS. 123X45 MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BT553R		DIVARICAT. HARRINGTON-PEMBERTON, FLES.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BT711R		VALVA DI ROCHARD, PICCOLA, MM 90	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BT713R		VALVA DI ROCHARD, GRANDE, MM 120	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LAWTON	20-0873		SPATOLA ADDOM. HABERER, MALLEABILE, CON.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BV075R		DIVARICAT. WEITLANER, CHIUSURA LT, SMUS.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PILLING	16-2210		CANNULA ASPIRAZIONE DI POOL, CHARR. 30	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	13-410-20		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.200MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

COMPLEMENTARE DIVARICATORI 2B

PESO 6,5 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

18					2	2	2	0	5	0	0	7	3	2	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCU LAP	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JP011		PRIMELINE, 3/4 COPERCHIO, ROSSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BT020R		DIVARICATORE FARABEUF, DOPPIO,SERIE DI 2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BT948R		RETRATTORE,MANICO TRIANGOLO,PICCOLO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	15-091-16		ELEVATORE PALPEBRALE DI DESMARRES	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LAWTON	20-1011		DISPOSITIVO DI FISSAGGIO DI ROCHARD	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BT710R		DISPOSITIVO DI FISSAGGIO DI ROCHARD	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BT713R		VALVA DI ROCHARD, GRANDE, MM 120	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LAWTON	20-1016		VALVA DI ROCHARD, MEDIA, MM 105	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	CHIRBO	12413-03		DIVARICAT. MIDDELDORF EXTRA LARGE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	EL635R	SPECOLO VAGINALE DI DOYEN,90X45MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	EL639R		SPECOLO VAGINALE DI DOYEN,120X60MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CROMA	CRM.06.04.408		RETRATTORE DOYEN L = 120 X 100	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BT553R		DIVARICAT. HARRINGTON-PEMBERTON, FLES.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	BT624R	DIVARICAT. ADDOMIN. EPATICO DI MIKULICZ	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	PILLING	16-2210		CANNULA ASPIRAZIONE DI POOL, CHARR. 30	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	ULSS10	PR3049		MORSETTO CON CATENA PER DIVARICATORE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR3050		PORTA SIRINGA MAYO 20ML	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

CONTAINER A

PESO 15,5 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

129					13	2	6	0	25	3	10	70	49	2	4	0	15
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JN444	VASCHETTA P.CONT.1/1 PERF.ALTEZZA:187MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK489	1/1-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BB084R		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BB075R	MANICO P.BISTURI N.3L 211MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD049R	PINZETTA ANAT.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BD030R		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 180MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	FB400R		PINZA ATR.MORSO 2MM 150MM	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	FB402R		PINZA ATR.MORSO 2MM 200MM	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESCU LAP	FB404R		PINZA ATR.MORSO 2,0MM 240MM	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD760R		PINZETTA DISSEZIONE MOD.RUSSO 200MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BD537R		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD549R		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	LAWTON	NON PRESENTE	BD549R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD671R		PINZETTA DISSEZIONE WAUGH 1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD672R		PINZETTA DISSEZIONE WAUGH 1X2D.250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	CROMA	CRM.06.03.012		RETRATTORE DI FARABEUF L=180 (50X15) (40X12)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	CROMA	CRM.06.03.009		RETRATTORE DI FARABEUF SAGOMATO L=200 (55X27) (47X20)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	CROMA	CRM.06.03.029		RETRATTORE DI FARABEUF SAGOMATO L=220 (70X35) (60X30)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	BT405R		DIVARICAT. MIDDELDORPF, MEDIO, 20X22 MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BT406R		DIVARICAT. MIDDELDORPF,MEDIO,28X28MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	15-441-02		DIVARICAT. MIDDELDORPF GRANDE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EL635R		SPECOLO VAGINALE DI DOYEN,90X45MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EL638R	SPECOLO VAGINALE DI DOYEN,90X60MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT761R	SPATOLA ADDOM.MALLEAB.LUNG.330X30MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN905R	TUBO REDON CH.14 LEGG.CRV.PUNTA COLT.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	BM905R		SONDA SCHMIEDEN P.GOZZO 8/185MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BM808R		AGO DESCHAMPS SMUSSO CRV.SIN.210MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BC605R		FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BC592R		FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	STIER	H108-17015		FORBICI DISSEZ.LEXER SOTTILE RET.165MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC606R	FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BC607R		FORBICI DISS.METZENBAUM CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BC615R		FORBICI DISS.NELSON-METZENBAUM CRV.230MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BC616R		FORBICI DISS.NELSON-METZENBAUM CRV.250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BC648R		FORBICI POTTS-DE MARTEL ANGOL.45 185MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BC245R		DUROTIP FORBICI DE'BAKEY ANGOL.60 220MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
5	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH120R	PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	2	0	2
2	AESCU LAP	BH111R		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
4	AESCU LAP	BH131R		PINZA EMOST.PROVIDENCE-HOSP.CRV.140MM	0	0	0	0	3	0	0	1	1	0	0	0	0
4	MARTIN	13-321-12		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	2	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MARTIN	13-410-16		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	AESCU LAP	BH642R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	AESCU LAP	BH644R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BF122R		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	EA040R	PINZA A DENTI COLLIN MORSI FENESTRATI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ELECTA	NON PRESENTE	EA036R	PINZA INTESTINALE LOCKWOOS 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-935-20		PINZA P.TELO E TESSUTO 195MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	CEATEC	AC 935.20		PINZA P.TELO E TESSUTO 195MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STIER	H114-12313		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
7	AESCU LAP	BH167R		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	2	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	TEKNO	TK 12059-16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MARTIN	13-429-22		PINZA EMOSTATICA ROBERTS CRV.215MM	0	0	2	0	1	0	0	3	3	0	0	0	0
4	AESULAP	BJ026R		PINZA EMOST.OVERHOLT-GEISSEND.#6 226MM	0	0	0	0	2	0	0	2	2	0	0	0	0
1	AESULAP	BJ080R		PINCE EMOST.OVERHOLT FINE #0 215MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BJ055R		PINCE EMOST.MIXTER 228MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BJ044R		PINZA EMOST.RUMEL #4 241MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BJ045R		PINZA EMOST.RUMEL #5 241MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	EA203R		PINZA INTEST.ATR.KOCHER CUR.220MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	30-150-20		PINZA INTESTINALE ALLIS-THOMS 6X7D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	EA207R		PINZA INTEST.ATR.KOCHER CUR.280MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	EA095R		PINZA ATR.ALLIS 7,0MM 200MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
4	AESULAP	BF426R		PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	1	0	1	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MARTIN	13-393-26		PINZA BENGOLEA CRV.1X2D.245MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	103-10227-241		PINZA BENGOLEA CRV.1X2D.245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BM042R		DUROGRIP PORTAGHI WANGENSTEEN 275MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BM037R		DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 250MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM067R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1
1	AESULAP	BM022R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO-SEELEY	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM022R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO-SEELEY	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	AESULAP	BM066R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	AESULAP	BM025R		DUROGRIP PORTAGHI P.VASI SOTTILE 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM035R	DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR3024		GUARDUCCI BG110 - DIVARICATORE ADDOMINALE COLLIN, CORPO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR3025		GUARDUCCI BG110 - DIVARICATORE COLLIN, ASTA PER VALVA MEDIANA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR3026		GUARDUCCI BG110 - DIVARICATORE COLLIN, 3 VALVE 55MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR3027		GUARDUCCI BG110 - DIVARICATORE COLLIN, 3 VALVE 65MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR3028		GUARDUCCI BG110 - DIVARICATORE COLLIN, 3 VALVE 85MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG521R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,063 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	56-231-11		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	56-231-18		ROUND BOWLS D 187 X 85 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

CONTAINER B

PESO 15 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

131					8	2	13	0	18	2	10	78	51	9	1	1	16
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JN444	VASCHETTA P.CONT.1/1 PERF.ALTEZZA:187MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK489	1/1-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	10-130-04		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	BB084R		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BB075R	MANICO P.BISTURI N.3L 211MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD049R	PINZETTA ANAT.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	AESCU LAP	BD030R		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 180MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	FB400R		PINZA ATR.MORSO 2MM 150MM	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESCU LAP	FB402R		PINZA ATR.MORSO 2MM 200MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	AESCU LAP	FB404R		PINZA ATR.MORSO 2,0MM 240MM	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD760R		PINZETTA DISSEZIONE MOD.RUSSO 200MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BD537R		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BD559R		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD671R		PINZETTA DISSEZIONE WAUGH 1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	BD672R		PINZETTA DISSEZIONE WAUGH 1X2D.250MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CROMA	CRM.06.03.012		RETRATTORE DI FARABEUF L=180 (50X15) (40X12)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	CROMA	CRM.06.03.009		RETRATTORE DI FARABEUF SAGOMATO L=200 (55X27) (47X20)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CROMA	CRM.06.03.029		RETRATTORE DI FARABEUF SAGOMATO L=220 (70X35) (60X30)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT405R	DIVARICAT. MIDDELDORPF, MEDIO, 20X22 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
1	MARTIN	15-361-03		DIVARICAT. MIDDELDORPF,MEDIO,28X28MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	15-441-01		DIVARICAT. MIDDELDORPF 42X45MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	EL636R		SPECOLO VAGINALE DI DOYEN,120X45MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EL635R	SPECOLO VAGINALE DI DOYEN,90X45MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	BT758R		SPATOLA ADDOM. HABERER, MALLEABILE, CON.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN905R	TUBO REDON CH.14 LEGG.CRV.PUNTA COLT.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	BM905R		SONDA SCHMIEDEN P.GOZZO 8/185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MEDICON	13.12.1934		AGO DESCHAMPS SMUSSO CRV.SIN.210MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
1	AESCU LAP	BC605R		FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	11-170-14		FORBICI MAYO RET.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STIER	H108-17115		FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	11-181-17		FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC606R	FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BC607R		FORBICI DISS.METZENBAUM CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BC615R		FORBICI DISS.NELSON-METZENBAUM CRV.230MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BC616R		FORBICI DISS.NELSON-METZENBAUM CRV.250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	LAWTON	NON PRESENTE	BC649R	FORBICI POTTS-DE MARTEL ANGOL.60 185MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BC245R		DUROTIP FORBICI DE'BAKEY ANGOL.60 220MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
5	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH121R	PINZA MOSQUITO HALSTED CRV.1X2D.125MM	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	4
4	AESCU LAP	BH131R		PINZA EMOST.PROVIDENCE-HOSP.CRV.140MM	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	AESCU LAP	BH111R		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	3	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	STIER	NON PRESENTE	BH111R	PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BH442R		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BH644R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STIER	H112-32018		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-414-18		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BF122R		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF122R	PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EA040R		PINZA A DENTI COLLIN MORSI FENESTRATI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	LEIBINGER	NON PRESENTE	FB930R	PINZA SECONDO DUVAL 230MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	CEATEC	AC 935.20		PINZA P.TELO E TESSUTO 195MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STIER	NON PRESENTE	BF452R	PINZA P.TELO E TESSUTO 195MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
5	AESCU LAP	BH167R		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	3	0	0	2	2	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
6	MARTIN	13-429-22		PINZA EMOSTATICA ROBERTS CRV.215MM	0	0	2	0	1	0	0	3	3	0	0	0	0
3	MARTIN	13-375-16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
4	AESULAP	BJ026R		PINZA EMOST.OVERHOLT-GEISSEND.#6 226MM	0	0	1	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BJ080R		PINCE EMOST.OVERHOLT FINE #0 215MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BJ055R		PINCE EMOST.MIXTER 228MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BJ045R		PINZA EMOST.RUMEL #5 241MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BJ044R		PINZA EMOST.RUMEL #4 241MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	EA203R		PINZA INTEST.ATR.KOCHER CUR.220MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	EA207R		PINZA INTEST.ATR.KOCHER CUR.280MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	AESULAP	EA095R		PINZA ATR.ALLIS 7,0MM 200MM	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0
3	AESULAP	BF426R		PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	45.80.15		PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	16.53.20		PINZA EMOST.HEISS CRV.1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH239R	PINZA BENGOLEA CRV.1X2D.245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BM037R		DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 250MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BM042R		DUROGRIP PORTAGHI WANGENSTEEN 275MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BM077R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR 206MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	AESULAP	BM022R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO-SEELEY	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	AESULAP	BM066R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BM025R		DUROGRIP PORTAGHI P.VASI SOTTILE 180MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	LAWTON	08-0100		DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 180MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				SPILLA CON BACKHAUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
4	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0
1	ULSS10	PR3024		GUARDUCCI BG110 - DIVARICATORE ADDOMINALE COLLIN, CORPO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR3025		GUARDUCCI BG110 - DIVARICATORE COLLIN, ASTA PER VALVA MEDIANA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR3026		GUARDUCCI BG110 - DIVARICATORE COLLIN, 3 VALVE 55MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR3027		GUARDUCCI BG110 - DIVARICATORE COLLIN, 3 VALVE 65MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR3028		GUARDUCCI BG110 - DIVARICATORE COLLIN, 3 VALVE 85MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG521R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,063 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	56-231-11		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG524R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 1,0 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	56-231-18		ROUND BOWLS D 187 X 85 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

CONTAINER C

PESO 14,5 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

127					12	1	24	0	13	0	3	74	60	8	0	0	6
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JN444	VASCHETTA P.CONT.1/1 PERF.ALTEZZA:187MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK489	1/1-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	AESCU LAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BB084R		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BB075R		MANICO P.BISTURI N.3L 211MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD049R		PINZETTA ANAT.160MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BD030R		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 180MM	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	FB400R		PINZA ATR.MORSO 2MM 150MM	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESCU LAP	FB402R		PINZA ATR.MORSO 2MM 200MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	AESCU LAP	FB400R		PINZA ATR.MORSO 2MM 150MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MEDICON	07.15.20		PINZETTA DISSEZIONE MOD.RUSSO 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BD537R		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.145MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD670R	PINZA A DENTI WAUGH 1X2D.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BD549R		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	06.48.25		PINZETTA DISSEZIONE WAUGH 1X2D.250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	CROMA	CRM.06.03.012		RETRATTORE DI FARABEUF L=180 (50X15) (40X12)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	CROMA	CRM.06.03.009		RETRATTORE DI FARABEUF SAGOMATO L=200 (55X27) (47X20)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	CROMA	CRM.06.03.029		RETRATTORE DI FARABEUF SAGOMATO L=220 (70X35) (60X30)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BT405R		DIVARICAT. MIDDELDORPF, MEDIO, 20X22 MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	15-363-03		DIVARICAT. MIDDELDORPF,MEDIO,28X28MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	15-441-02		DIVARICAT. MIDDELDORPF GRANDE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	EL635R		SPECOLO VAGINALE DI DOYEN,90X45MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EL636R		SPECOLO VAGINALE DI DOYEN,120X45MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	LAWTON	20-0873		SPATOLA ADDOM. HABERER, MALLEABILE, CON.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN905R	TUBO REDON CH.14 LEGG.CRV.PUNTA COLT.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	BM905R		SONDA SCHMIEDEN P.GOZZO 8/185MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	20-845-21		AGO DESCHAMPS SMUSSO CRV.SIN.215MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	BM811R	AGO DESCHAMPS SMUSSO CRV.DES.215MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BC605R		FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STIER	H108-17015		FORBICI DISSEZ.LEXER SOTTILE RET.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	BC592R		FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
1	AESULAP	BC606R		FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BC607R		FORBICI DISS.METZENBAUM CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BC615R		FORBICI DISS.NELSON-METZENBAUM CRV.230MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BC616R		FORBICI DISS.NELSON-METZENBAUM CRV.250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BC648R		FORBICI POTTS-DE MARTEL ANGOL.45 185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
4	AESULAP	BH118R		PINZA MOSQUITO HALSTED RET.1X2D.125MM	0	0	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
1	MEDICON	15.42.12		PINZA MOSQUITO HALSTED RET.1X2D.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	13-321-12		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
5	AESULAP	BH111R		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	3	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
4	AESULAP	BH131R		PINZA EMOST.PROVIDENCE-HOSP.CRV.140MM	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-410-16		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BH642R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	BH642R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MARTIN	13-414-16		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	BF122R		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	EA040R	PINZA A DENTI COLLIN MORSI FENESTRATI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	LEIBINGER	NON PRESENTE	FB930R	PINZA SECONDO DUVAL 230MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MARTIN	13-935-20		PINZA P.TELO E TESSUTO 195MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
7	AESULAP	BH167R		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	2	0	1	0	0	4	4	0	0	0	0
1	LEIBINGER	NON PRESENTE	BH167R	PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
6	MARTIN	13-429-22		PINZA EMOSTATICA ROBERTS CRV.215MM	0	0	2	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0
4	AESULAP	BJ026R		PINZA EMOST.OVERHOLT-GEISSEND.#6 226MM	0	0	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	BJ080R		PINCE EMOST.OVERHOLT FINE #0 215MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BJ055R		PINCE EMOST.MIXTER 228MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BJ045R		PINZA EMOST.RUMEL #5 241MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	EA203R		PINZA INTEST.ATR.KOCHER CUR.220MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	EA207R		PINZA INTEST.ATR.KOCHER CUR.280MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	EA095R		PINZA ATR.ALLIS 7,0MM 200MM	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	30-150-20		PINZA INTESTINALE ALLIS-THOMS 6X7D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	SIMAL	NON PRESENTE	BH239R	PINZA BENGOLEA CRV.1X2D.245MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
3	AESULAP	BF426R		PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-921-16		PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	M.E.S.A.	S24-26426		DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STIER	S24-26424		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR 242MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BM077R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR 206MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM077R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR 206MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BM022R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO-SEELEY	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM022R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO-SEELEY	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	BM066R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	AESULAP	BM035R		DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 180MM	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	STIER	H114-12313		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BV528R		RETRATTORE SOLO P.DIVARIC.ADDOMIN.BV545	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BV558R		VALVE LATERALI,PAIO,59X80MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BV369R		VALVA CENTRALE PER BV345, 74X82 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	56-231-11		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	56-231-18		ROUND BOWLS D 187 X 85 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

CONTAINER D

PESO 14,5 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

128					2	1	14	0	20	0	3	88	69	6	0	0	13
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JN444	VASCHETTA P.CONT.1/1 PERF.ALTEZZA:187MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK489	1/1-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BB084R		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BB075R		MANICO P.BISTURI N.3L 211MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD029R		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 160MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BD030R		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 180MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	AESCU LAP	FB400R		PINZA ATR.MORSO 2MM 150MM	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	FB402R		PINZA ATR.MORSO 2MM 200MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	AESCU LAP	FB404R		PINZA ATR.MORSO 2,0MM 240MM	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	12-420-20		PINZETTA DISSEZIONE MOD.RUSSO 200MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BD537R		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.145MM	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD662R		PINZETTA DISSEZ.GERALD RET.1X2D.175MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BD560R		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.180MM	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD671R		PINZETTA DISSEZIONE WAUGH 1X2D.200MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD672R		PINZETTA DISSEZIONE WAUGH 1X2D.250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	CROMA	CRM.06.03.012		RETRATTORE DI FARABEUF L=180 (50X15) (40X12)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	CROMA	CRM.06.03.009		RETRATTORE DI FARABEUF SAGOMATO L=200 (55X27) (47X20)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	CROMA	CRM.06.03.029		RETRATTORE DI FARABEUF SAGOMATO L=220 (70X35) (60X30)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	BT405R		DIVARICAT. MIDDELDORPF, MEDIO, 20X22 MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BT406R		DIVARICAT. MIDDELDORPF,MEDIO,28X28MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	15-441-01		DIVARICAT. MIDDELDORPF GARNDE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT758R	SPATOLA ADDOM. HABERER, MALLEABILE, CON.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	EL635R		SPECOLO VAGINALE DI DOYEN,90X45MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EL636R	SPECOLO VAGINALE DI DOYEN,120X45MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN905R	TUBO REDON CH.14 LEGG.CRV.PUNTA COLT.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	13.32.19		SONDA SCHMIEDEN P.GOZZO 8/185MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BM810R		AGO DESCHAMPS SMUSSO CRV.SIN.215MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	20-846-21		AGO DESCHAMPS SMUSSO CRV.DES.215MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	BC605R		FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC570R	FORBICI MAYO-STILLE RET.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC592R	FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
1	AESULAP	BC606R		FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BC607R		FORBICI DISS.METZENBAUM CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BC615R		FORBICI DISS.NELSON-METZENBAUM CRV.230MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BC616R		FORBICI DISS.NELSON-METZENBAUM CRV.250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC649R	FORBICI POTTS-DE MARTEL ANGOL.60 185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
5	AESULAP	BH118R		PINZA MOSQUITO HALSTED RET.1X2D.125MM	0	0	3	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
4	AESULAP	BH131R		PINZA EMOST.PROVIDENCE-HOSP.CRV.140MM	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-311-12		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 040-021-12		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH111R	PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BH442R		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MARTIN	13-321-12		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
1	AESULAP	BH644R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
3	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH176R	PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	1
2	AESULAP	BF122R		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	EA040R		PINZA A DENTI COLLIN MORSI FENESTRATI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDIVAL	NON PRESENTE	EA040R	PINZA A DENTI COLLIN MORSI FENESTRATI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-935-20		PINZA P.TELO E TESSUTO 195MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STIER	NON PRESENTE	BF452R	PINZA P.TELO E TESSUTO 195MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
6	AESULAP	BH167R		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	2	0	1	0	0	3	3	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH167R	PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	13-375-16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MARTIN	13-429-22		PINZA EMOSTATICA ROBERTS CRV.215MM	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0
4	AESULAP	BJ026R		PINZA EMOST.OVERHOLT-GEISSEND.#6 226MM	0	0	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
1	AESULAP	BJ055R		PINCE EMOST.MIXTER 228MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BJ045R		PINZA EMOST.RUMEL #5 241MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BJ080R		PINCE EMOST.OVERHOLT FINE #0 215MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BJ044R		PINZA EMOST.RUMEL #4 241MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	EA203R		PINZA INTEST.ATR.KOCHER CUR.220MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	EA207R		PINZA INTEST.ATR.KOCHER CUR.280MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
3	AESULAP	EA095R		PINZA ATR.ALLIS 7,0MM 200MM	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MARTIN	13-393-20		PINZA BENGOLEA CRV.1X2D.245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-393-26		PINZA BENGOLEA CRV.1X2D.245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
3	AESULAP	BF426R		PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF426R	PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BM042R		DUROGRIP PORTAGHI WANGENSTEEN 275MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	LEIBINGER	36-06592		DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 230MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM077R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR 206MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM067R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	BM022R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO-SEELEY	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	AESULAP	BM066R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	AESULAP	BM025R		DUROGRIP PORTAGHI P.VASI SOTTILE 180MM	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
				SPILLA CON BACKHAUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	1
1	AESULAP	BV369R		VALVA CENTRALE PER BV345, 74X82 MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BV528R		RETRATTORE SOLO P.DIVARIC.ADDOMIN.BV545	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BV558R		VALVE LATERALI,PAIO,59X80MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	56-231-11		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	56-231-18		ROUND BOWLS D 187 X 85 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

CONTAINER E

PESO 14,5 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

126					0	0	25	0	8	3	6	84	70	2	1	0	11
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JN444	VASCHETTA P.CONT.1/1 PERF.ALTEZZA:187MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK489	1/1-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BB084R		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	10-133-31		MANICO P.BISTURI N.3L 211MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	BD049R		PINZETTA ANAT.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BD030R		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 180MM	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESCU LAP	FB400R		PINZA ATR.MORSO 2MM 150MM	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	FB402R		PINZA ATR.MORSO 2MM 200MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	AESCU LAP	FB404R		PINZA ATR.MORSO 2,0MM 240MM	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD537R		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.145MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD660R		PINZETTA DISSEZIONE GILLIES 1X2D.155MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 11000-14		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD557R		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD671R		PINZETTA DISSEZIONE WAUGH 1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD672R		PINZETTA DISSEZIONE WAUGH 1X2D.250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	CROMA	CRM.06.03.012		RETRATTORE DI FARABEUF L=180 (50X15) (40X12)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	CROMA	CRM.06.03.009		RETRATTORE DI FARABEUF SAGOMATO L=200 (55X27) (47X20)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	CROMA	CRM.06.03.029		RETRATTORE DI FARABEUF SAGOMATO L=220 (70X35) (60X30)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT405R	DIVARICAT. MIDDELDORPF, MEDIO, 20X22 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	BT406R		DIVARICAT. MIDDELDORPF,MEDIO,28X28MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	15-441-02		DIVARICAT. MIDDELDORPF GRANDE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EL635R		SPECOLO VAGINALE DI DOYEN,90X45MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	EL636R		SPECOLO VAGINALE DI DOYEN,120X45MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT762R	SPATOLA ADDOM.MALLEAB.LUNG.330X40MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN905R	TUBO REDON CH.14 LEGG.CRV.PUNTA COLT.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	BM905R		SONDA SCHMIEDEN P.GOZZO 8/185MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM810R	AGO DESCHAMPS SMUSSO CRV.SIN.215MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM811R	AGO DESCHAMPS SMUSSO CRV.DES.215MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	BC605R		FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	11-170-14		FORBICI MAYO RET.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BC581R		FORBICI STILLE CRV.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC592R	FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BC606R		FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	LEIBINGER	37-12331		FORBICI DISS.METZENBAUM CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BC615R		FORBICI DISS.NELSON-METZENBAUM CRV.230MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BC616R		FORBICI DISS.NELSON-METZENBAUM CRV.250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BC657R		FORBICI SECONDO DE'BAKEY 60 155MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	TEKNO	NON PRESENTE	BC649R	FORBICI POTTS-DE MARTEL ANGOL.60 185MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
5	AESULAP	BH118R		PINZA MOSQUITO HALSTED RET.1X2D.125MM	0	0	3	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
4	AESULAP	BH131R		PINZA EMOST.PROVIDENCE-HOSP.CRV.140MM	0	0	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BH111R		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MARTIN	13-321-12		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED CRV.125MM	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	STIER	S12-22112		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MARTIN	13-410-16		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
3	AESULAP	BH642R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BH642R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	BF122R		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ELECTA	NON PRESENTE	EA036R	PINZA INTESTINALE LOCKWOOS 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDIVAL	6520-18		PINZA A DENTI COLLIN MORSI FENESTRATI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	CEATEC	AC 935.20		PINZA P.TELO E TESSUTO 195MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
6	AESULAP	BH167R		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	3	0	0	3	3	0	0	0	0
1	MARTIN	13-375-16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH167R	PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
6	MARTIN	13-429-22		PINZA EMOSTATICA ROBERTS CRV.215MM	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0
3	AESULAP	BJ026R		PINZA EMOST.OVERHOLT-GEISSEND.#6 226MM	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
1	AESULAP	BJ080R		PINCE EMOST.OVERHOLT FINE #0 215MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BJ055R		PINCE EMOST.MIXTER 228MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BJ044R		PINZA EMOST.RUMEL #4 241MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	EA203R		PINZA INTEST.ATR.KOCHER CUR.220MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	EA207R		PINZA INTEST.ATR.KOCHER CUR.280MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	AESULAP	EA095R		PINZA ATR.ALLIS 7,0MM 200MM	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
3	AESULAP	BF426R		PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	45.80.15		PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-393-20		PINZA BENGOLEA CRV.1X2D.245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-393-26		PINZA BENGOLEA CRV.1X2D.245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	LAWTON	08-0102		DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	M.E.S.A.	S24-26426		DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM077R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR 206MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	AESULAP	BM066R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	AESULAP	BM022R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO-SEELEY	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	BM025R		DUROGRIP PORTAGHI P.VASI SOTTILE 180MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	AESULAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BV369R	VALVA CENTRALE PER BV345, 74X82 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	BV528R		RETRATTORE SOLO P.DIVARIC.ADDOMIN.BV545	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BV558R		VALVE LATERALI,PAIO,59X80MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG521R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,063 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	CBM	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	56-231-18		ROUND BOWLS D 187 X 85 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

DIVARICATORE LUMINOSO

PESO 3,5 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

8					0	0	0	0	5	0	0	3	2	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR3020		MARTIN - CONTAINER 1/2 UNITA' CON COPERCHIO, H.80MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCULAP	BT800R		IMPUGNATURA FIBRE OTTICHE P.BT801-BT820R	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	BT801R		VARIO-VALVA 55X14MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	BT807R		VARIO-VALVA 75X18MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	BT809R		VARIO-VALVA 75X26MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	BT814R		VARIO-VALVA 95X26MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	BT813R		VARIO-VALVA 95X22MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCULAP	BT820R		VARIO-VALVA 115X30MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

COMPLEMENTARE MAMMELLA

PESO 5,5 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

13					7	0	0	0	0	0	0	6	1	1	1	0	3
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK741		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:120MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JP011		PRIMELINE, 3/4 COPERCHIO, ROSSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GHOTO	SCALDA OTTICHE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	AA805R		REGOLO ACCIAIO SCALA MILLE POL.300MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	50251 MR		RETRATTORE CON SPATOLA 30X140MM E DUE CANALI ASPIRATORI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	50251 LG		RETRATTORE OTTICO CON SPATOLA 25X200MM, PER SISTEMA HOPKINS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BT800R		IMPUGNATURA FIBRE OTTICHE P.BT801-BT820R	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BT820R		VARIO-VALVA 115X30MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	ULSS10	PR3039		CANNULA DI ASPIRAZIONE CON ATTACCO LUER-LOCK D.4MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	39301 B	VASSOIO P.1 OTTICA FINO A 340MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	STORZ	26003 BA		OTTICA GRANDANG.D: 10 MM,30 GRADI,330 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	495 NE		CAVO P.LUCE, FIBRA VETRO, D:4,8MM 3,5 M	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

COMPLEMENTARE EMORROIDI

PESO 4 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

14					0	1	0	0	4	1	1	7	3	0	0	1	3
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR3020		MARTIN - CONTAINER 1/2 UNITA' CON COPERCHIO, H.80MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	AESCU LAP	EA800R		ANOSCOPIO DI CZERNY	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	AESCU LAP	EL441R		SPECOLO VAGINALE KRISTELLER,70X27MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	EL442R		SPECOLO VAGINALE KRISTELLER,75X30MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN904R	TUBO REDON CH.12 LEGG.CRV.PUNTA COLT.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN905R	TUBO REDON CH.14 LEGG.CRV.PUNTA COLT.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	FK634R		CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	23-280-02		CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
1	AESCU LAP	BJ012R		PINZA EMOST.BABY-MIXTER 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR3021		STILLE - DISSETTORE PER VIE BILIARI E COLECISTECTOMIA, MOLTO CURVO, L.210MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BM022R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO-SEELEY	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

EMORROIDI 1

PESO 4 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

34					6	0	0	0	7	1	1	19	7	8	0	0	4
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCU LAP	JK341		VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:120MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JP021		PRIMELINE 1/2 COPERCHIO ROSSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD050R		PINZETTA ANAT.180MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	06.00.25		PINZETTA P.MEDICAZ.ANAT.250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	FB402R		PINZA ATR.MORSO 2MM 200MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	12-301-14		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	BD537R		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	OM208R	ABBASSA-LINGUA DI BRUENINGS, MM190	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	BC605R		FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	11-170-14		FORBICI MAYO RET.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BC592R		FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	LAWTON	05-0461		FORBICI MAYO CRV.SULLA PUNTA 170MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	BH166R		PINZA EMOST.CRILE RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-414-16		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BJ055R		PINCE EMOST.MIXTER 228MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
4	AESCU LAP	BH167R		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	2	0	0	2	1	1	0	0	0
1	AESCU LAP	BM077R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR 206MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM077R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR 206MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM035R	DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	BF122R		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BJ326R	PINZA PERITONEO FAURE 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	13-429-22		PINZA EMOSTATICA ROBERTS CRV.215MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BF466R		PINZA P.CARTA BOTONUTA 135MM	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LAWTON	99-7999		AGO CANNULA BOTTONUTA, D.1,5 L.50MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN116R	SONDA BOTTONUTA D:1,5/160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN090R	SONDA BOTTON.DOPPIA TEST.D:3/190MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	BN004R		SONDA SCANALATA 145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

EMORROIDI 2

PESO 4 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

34					6	1	3	0	5	1	1	17	8	3	0	0	6
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCU LAP	JK341		VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:120MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JP021		PRIMELINE 1/2 COPERCHIO ROSSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	12-100-16		PINZETTA ANAT.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	9040-25		PINZETTA P.MEDICAZ.ANAT.250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	FB402R		PINZA ATR.MORSO 2MM 200MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	WALGER	NON PRESENTE	BD559R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD662R		PINZETTA DISSEZ.GERALD RET.1X2D.175MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	OM208R	ABBASSA-LINGUA DI BRUENINGS, MM190	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	BC605R		FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STIER	H108-17015		FORBICI DISSEZ.LEXER SOTTILE RET.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BC591R		FORBICI LEXER P DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	BC284W		DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	13-410-16		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BH176R		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BJ055R	PINCE EMOST.MIXTER 228MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
4	AESCU LAP	BH167R		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	2	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	20-642-20		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM067R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	PILLING	35-4961		DUROGRIP PORTAGHI P.VASI SOTTILE 180MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BF122R		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-719-23		PINZA ISTERECTOMIA WERTHEIM 235MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	13-429-22		PINZA EMOSTATICA ROBERTS CRV.215MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STIER	H114-12313		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	09.79.76		AGO CANNULA BOTTONUTO, D.2 L.80MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN116R	SONDA BOTTONUTA D:1,5/160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STIER	NON PRESENTE	BN134R	SONDA BOTTONUTA D:2/145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	16-175-14		SONDA SCANALATA DOYEN CRV.145MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

EMORROIDI 3

PESO 4 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

33					9	1	2	0	3	0	5	13	2	5	0	0	6
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK341		VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:120MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JP021		PRIMELINE 1/2 COPERCHIO ROSSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	12-146-15		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDICON	06.00.25		PINZETTA P.MEDICAZ.ANAT.250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCLAP	FB402R		PINZA ATR.MORSO 2MM 200MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BD662R		PINZETTA DISSEZ.GERALD RET.1X2D.175MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	06.05.16		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	OM208R	ABBASSA-LINGUA DI BRUENINGS, MM190	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	BC605R		FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	11-170-14		FORBICI MAYO RET.140MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCLAP	BC592R		FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	13-410-18		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.185MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BH644R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
4	AESCLAP	BH167R		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BJ104R	PINCE EMOST.GEMINI 230MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	AESCLAP	BM077R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR 206MM	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM025R	DUROGRIP PORTAGHI P.VASI SOTTILE 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	14-352-20		PINZA PORT.TAMP.FOERSTER-BALLENGER 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BJ326R	PINZA PERITONEO FAURE 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-429-22		PINZA EMOSTATICA ROBERTS CRV.215MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN136R	SONDA BOTTONUTA D:2/160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	BN006R	SONDA SCANALATA 160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CROMA	CRM.09.05.009		AGO BOTTONUTO Ø 1,2X100	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

EMORROIDI 4

PESO 4 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

34					8	1	3	0	3	1	1	17	4	8	0	1	4
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK341		VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:120MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JP021		PRIMELINE 1/2 COPERCHIO ROSSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD029R	PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	12-120-20		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDICON	06.00.25		PINZETTA P.MEDICAZ.ANAT.250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCLAP	BD662R		PINZETTA DISSEZ.GERALD RET.1X2D.175MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BD549R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	OM208R	ABBASSA-LINGUA DI BRUENINGS, MM190	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	BC605R		FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BC925R	SUPERCUT FORBICI MAYO CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDICON	03.57.86		FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	11-170-14		FORBICI MAYO RET.140MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH166R	PINZA EMOST.CRILE RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BH176R	PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
4	AESCLAP	BH167R		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BJ055R		PINCE EMOST.MIXTER 228MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	AESCLAP	BM077R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR 206MM	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	10.20.68		DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	BF122R		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-719-23		PINZA ISTERECTOMIA WERTHEIM 235MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-429-22		PINZA EMOSTATICA ROBERTS CRV.215MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN136R	SONDA BOTTONUTA D:2/160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN004R	SONDA SCANALATA 145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	CROMA	CRM.09.05.011		AGO BOTTONUTO Ø 1,2X150	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
1	MARTIN	56-231-11		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

EMY 1

PESO 10,5 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

96					2	0	14	0	11	2	12	55	40	4	1	0	10
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JN442	VASCHETTA P.CONT.1/1 PERF.ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK489	1/1-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SWANN MORTON	BS 2982		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BB084R	MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	SWANN MORTON	BS 2982 D		MANICO P.BISTURI N.3L 211MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	LEIBINGER	31-09800		PINZA ATR.MORSO 2MM 150MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	LEIBINGER	31-09805		PINZA ATR.MORSO 2MM 200MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	LEIBINGER	31-09810		PINZA ATR.MORSO 2,0MM 240MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MARTIN	24-388-30		PINZA ATR.MORSO 2MM 300MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD549R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC242R	DUROTIP FORBICI MAYO RET.170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC590R	FORBICI DISSEZ.LEXER SOTTILE RET.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	11-181-17		FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCLAP	BC607R		FORBICI DISS.METZENBAUM CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 8371-23		DUROTIP FORBICI METZENBAUM CRV.230MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	BC281W		DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.280MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LAWTON	05-0657		THOREK SCISSORS STRONGLY CURVED 255 MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN905R	TUBO REDON CH.14 LEGG.CRV.PUNTA COLT.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	LEIBINGER	36-06596		DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 305MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BM042R		DUROGRIP PORTAGHI WANGENSTEEN 275MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	10.22.72		DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 230MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM077R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR 206MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM067R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	LEIBINGER	36-06590		DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 180MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM066R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
4	LAWTON	06-0807		PINCE EMOST.OVERHOLT FINE #6 300MM	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
8	LAWTON	06-0281		PINZA BENGOLEA CRV.245MM	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	MEDICON	15.73.16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	4	4	3	0	1	0	0
6	MEDICON	15.51.14		PINZA EMOST.PROVIDENCE-HOSP.CRV.140MM	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	LINK	20-2243		PINZA RETTALE LLOYDS-DAVIS 315MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINK	20-2275		PINZA RETTALE LLOYDS-DAVIS, CURVA A DX, L.280MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	EA155R		PINZA INTEST.DI KOCHER CURVA 220MM	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	EA157R		PINZA INTEST.DI KOCHER CURVA 280MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
4	LAWTON	10-0138		PINZA P.INTESTINO ALLIS 5X6DENTI 255MM	0	0	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
4	AESULAP	EA017R		PINZA INTESTINALE ALLIS DELICATA MM190	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0
1	AUTO SUTURE	USSC ASP 50		PINZA DONATI "TIPO BORSA DI TABACCO" 235 MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF059R	PINZA MAIER P.POLIPI C.CREM.CRV.265MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MACRI	NON PRESENTE	BF122R	PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	LEIBINGER	32-01396		PINCE EMOST.GEMINI 280MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	LEIBINGER	32-01388		PINCE EMOST.GEMINI 230MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-485-23		PINCE EMOST.MIXTER 228MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	116.11.20		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.225MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH449R	PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.225MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	BJ326R		PINZA PERITONEO FAURE 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	16.83.22		PINZA PERITONEO FAURE 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
4	MEDICON	15.72.66		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0
3	AESULAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MICRO FRANCE	CEV 392D20		PINZA ISOLATA BIPOLARE CON RACCORDO PER LAVAGGIO, L.210MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GK194	CAVO BIPOL.VALLEYLAB/EURONORM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

FERRI PICCOLI 1

PESO 4 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

42					2	1	2	0	0	3	8	26	18	0	1	0	7
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JN340	VASCHETTA P.CONT.1/2 PERF.ALTEZZA:90MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK389	1/2-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	10-137-07		MANICO P.BISTURI NO.7 162MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	BT020R		DIVARICATORE FARABEUF, DOPPIO,SERIE DI 2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	TEKNO	TK 16933-17		DIVARICATORE DI LUKENS 170 MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MICRO FRANCE	M 832		PINZETTA ADSON P.DISSEZ.120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	12-250-12		DUROGRIP PINZETTA ADSON 120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	WALGER	NON PRESENTE	BD559R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MEDICON	06.21.12		PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0
1	LAWTON	99-7999		AGO CANNULA BOTTONUTA, D.1,5 L.50MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	101-8163	SUPERCUT FORBICI BABY METZ.CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	101-8125		FORBICE PECK-JOSEPH SMUSSA 150MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 8282-17		FORBICI MAYO-STILLE RET.170MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC575R	FORBICI MAYO-STILLE CRV.170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	BH120R		PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH120R	PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	BH110R	PINZA EMOST.HALSTED RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH110R	PINZA EMOST.HALSTED RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	13-414-14		PINZA EMOST.KOCHER RET.1X2D.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-414-18		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	BH207R	PINZA EMOST.HEISS LEGG.CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-317-18		PINZA EMOST.HALSTED CRV.185MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	LEIBINGER	NON PRESENTE	BH167R	PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BH111R	PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-321-12		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH111R	PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	MEDICON	NON PRESENTE	BH151R	PINZA EMOST.BABY-CRILE CRV.1X2D.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	WALGER	NON PRESENTE	BH151R	PINZA EMOST.BABY-CRILE CRV.1X2D.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-421-14		PINZA EMOST.BABY-ADSON 140MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	BF300R	PINZA ARTERIE CHAPUT PICC.2X3D.125MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	EA016R	PINZA INTESTINALE ALLIS 5X6 DENTI MM155	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM065R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 051-080-16		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

FERRI PICCOLI 2

PESO 4 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

41					2	1	3	0	4	0	5	26	18	2	1	0	5
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR3020		MARTIN - CONTAINER 1/2 UNITA' CON COPERCHIO, H.80MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BB073R	MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BD222R		PINZETTA ADSON SCANALATURA TRASVER.120MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STIER	NON PRESENTE	BD222R	PINZETTA ADSON SCANALATURA TRASVER.120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	12-100-16		PINZETTA ANAT.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	TEKNO	TK 11200-12		PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	STIER	S10-27015		PINZETTA DISSEZIONE SEMKEN 1X2D.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT020R	DIVARICATORE FARABEUF, DOPPIO,SERIE DI 2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	TEKNO	TK 16933-17		DIVARICATORE DI LUKENS 170 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	TEKNO	17083-17		DIVARICATORE DI LUKENS 170 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	02.41.12		FORBICI P.STRABISMO 115MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BC605R		FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BC592R		FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 8282-17		FORBICI MAYO-STILLE RET.170MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CROMA	CRM.09.05.009		AGO BOTTONUTO Ø 1,2X100	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	MARTIN	13-320-12		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED RET.125MM	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	15.46.12		PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BH120R		PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	16.10.18		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	MARTIN	13-317-18		PINZA EMOST.HALSTED CRV.185MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LEIBINGER	NON PRESENTE	BH167R	PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH167R	PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
4	STIER	S12-22112		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	1	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
2	MEDICON	15.47.12		PINZA MOSQUITO HALSTED CRV.1X2D.125MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	17.06.14		PINZA EMOST.BABY-MIXTER 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	BF299R	PINZA DA PRESA POIRIER 2X3D.127MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	EA092R	PINZA ATR.ALLIS 6,2MM 155MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 051-080-16		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM016R	DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	BF452R		PINZA P.TELO E TESSUTO 195MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	JG521R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,063 LITRI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

LAPAROSCOPIA 1

PESO 8 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

65					26	0	4	0	8	0	0	27	21	2	0	0	4
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCU LAP	JK444		VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:187MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JP001		PRIMELINE, 1/1 COPERCHIO, ROSSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	PO950R		MANICO SENZA BLOCCO,ISOL.CON ATTACCO-HF	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	PM973R		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	PO736R		INS.PINZA DA PRESA FINE FINES.5/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	PO958R		NUOVA IMPUGNATURA SENZA STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	PM973R		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	PO736R		INS.PINZA DA PRESA FINE FINES.5/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33121		IMPUGNATURA SENZA STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33310 ML		INSERTO PINZA MARYLAND 5/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	GK372R		IMPUGNATURA ELETTRODO MONOP.,GK383 GK386	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	GK370P		TUBO ESTERNO ELETTRODO MONOP,D:5MM,L:350	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	GK384R		ELETTRODO MONOP.C.PUNTA TAGLIENTE SOLO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MICRO FRANCE	CEV 1059-10B		MANICO SENZA BLOCCO ACCAIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MICRO FRANCE	CEV 649-10B		TUBO ESTERNO 10MM ACCAIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MICRO FRANCE	CEV 651-1		INSERTO PER PINZA LAPAROSCOPICA OVERHOLT	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MICRO FRANCE	CEV 136		PINZA BIPOLARE LAPARO 310MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	MICRO FRANCE	CEV 405		PINZA DA PRESA FENESTRATA DENTI FINI, MORSO 20 MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GHOTO	SCALDA OTTICHE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STORZ	495 NE		CAVO P.LUCE, FIBRA VETRO, D:4,8MM 3,5 M	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0007		TUBO IN GOMMA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27500		RACCORDO LUER-LOCK PER TUBO, MASCHIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	GK245		CAVO ELETTRODI,3,5M PER SPINA A BANANA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GK183	CAVO BIPOL.2 SPINE BAN.SPINA EURO PIATTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				SECONDO RIPIANO DIVISO DA UN TELINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FB400R		PINZA ATR.MORSO 2MM 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BD537R		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.145MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BD660R		PINZETTA DISSEZIONE GILLIES 1X2D.155MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STIER	H110-12618		PINZA A DENTI WAUGH 1X2D.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT020R	DIVARICATORE FARABEUF, DOPPIO,SERIE DI 2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	CROMA	CRM.06.03.012		RETRATTORE DI FARABEUF L=180 (50X15) (40X12)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	CROMA	CRM.06.03.049		COPPIA RETRATTORE AD "S" DI HASSON 200X10 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STIER	H108-17015		FORBICI DISSEZ.LEXER SOTTILE RET.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BC592R		FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BC607R		FORBICI DISS.METZENBAUM CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	31-204-20		PINZA CALCOLI BILIARI BLAKE RETTA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	31-205-20		PINZA ALCOLI BILIARI BLAKE CURVA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
				SPILLA CON BACKHAUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	AESULAP	BH167R		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	1	0	2	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MARTIN	13-375-16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	15.72.66		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MARTIN	13-935-20		PINZA P.TELO E TESSUTO 195MM	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM067R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BF122R		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEDICON	15.59.15		PINZA EMOS.LERICHE CRV.1X2D.150MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	AESULAP	BH119R		PINZA MOSQUITO HALSTED CRV.1X2D.125MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH121R	PINZA MOSQUITO HALSTED CRV.1X2D.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SIMAL	NON PRESENTE	BF433R	PINZA CHAMP BACKHAUS 135MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	BF433R		PINZA CHAMP BACKHAUS 135MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
4	AESULAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	1	0	1	0	0	2	2	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	56-231-11		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JF432R		VASSOIO P.2 OTTICA FINO A 340MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26003 BA		OTTICA GRANDANG.D: 10 MM,30 GRADI,330 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

LAPAROSCOPIA 2

PESO 9 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

65					20	1	2	0	4	1	4	33	27	2	0	0	4
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCU LAP	JK444		VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:187MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JP001		PRIMELINE, 1/1 COPERCHIO, ROSSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MICRO FRANCE	CEV 136		PINZA BIPOLARE LAPARO 310MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MICRO FRANCE	CEV 405		PINZA DA PRESA FENESTRATA DENTI FINI, MORSO 20 MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	ULSS10	PR3043		PINZA LAPAROSCOPICA DA PRESA, COCCODRILLO 2X3 DENTI, D.10, L.330MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	GK373R		MANICO CON TUBO INTERNO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	GK370P		TUBO ESTERNO ELETTRODO MONOP,D:5MM,L:350	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	GK384R		ELETTRODO MONOP.C.PUNTA TAGLIENTE SOLO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MICRO FRANCE	CEV 1059-10B		MANICO SENZA BLOCCO ACCAIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MICRO FRANCE	CEV 649-10B		TUBO ESTERNO 10MM ACCAIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MICRO FRANCE	CEV 651-1		INSERTO PER PINZA LAPAROSCOPICA OVERHOLT	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	PO950R		MANICO SENZA BLOCCO,ISOL.CON ATTACCO-HF	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	PM973R		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	PO608R		INSERTO PINZA MARYLAND 5/310MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	PO958R		NUOVA IMPUGNATURA SENZA STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	PM973R		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	PO736R		INS.PINZA DA PRESA FINE FINES.5/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	PO950R		MANICO SENZA BLOCCO,ISOL.CON ATTACCO-HF	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	PM973R		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	PO736R		INS.PINZA DA PRESA FINE FINES.5/310MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	495 NE		CAVO P.LUCE, FIBRA VETRO, D:4,8MM 3,5 M	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GHOTO	SCALDA OTTICHE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GK183	CAVO BIPOL.2 SPINE BAN.SPINA EURO PIATTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GK245	CAVO ELETTRODI,3,5M PER SPINA A BANANA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	H0	SECONDO RIPIANO DIVISO DA UN TELINO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FB400R		PINZA ATR.MORSO 2MM 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	BD537R		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
1	STIER	H110-12618		PINZA A DENTI WAUGH 1X2D.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BT020R		DIVARICATORE FARABEUF, DOPPIO,SERIE DI 2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CROMA	CRM.06.03.012		RETRATTORE DI FARABEUF L=180 (50X15) (40X12)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	CROMA	CRM.06.03.049		COPPIA RETRATTORE AD "S" DI HASSON 200X10 MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	11-170-14		FORBICI MAYO RET.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 8283-17		FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BC607R		FORBICI DISS.METZENBAUM CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	31-205-20		PINZA ALCOLI BILIARI BLAKE CURVA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	51.40.21		PINZA ALCOLI BILIARI BLAKE CURVA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
5	AESULAP	BH167R		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	1	0	0	4	4	0	0	0	0
1	MARTIN	13-375-16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-414-18		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-935-20		PINZA P.TELO E TESSUTO 195MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM066R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BF122R		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MEDICON	15.59.15		PINZA EMOS.LERICHE CRV.1X2D.150MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	AESULAP	BH119R		PINZA MOSQUITO HALSTED CRV.1X2D.125MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MEDIVAL	3600-13		PINZA CHAMP BACKHAUS 135MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	17.55.13		PINZA CHAMP BACKHAUS 135MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	AESULAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
3	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	1
1	CBM	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	UPL	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	39301 B		VASSOIO P.1 OTTICA FINO A 340MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26003 BA		OTTICA GRANDANG.D: 10 MM,30 GRADI,330 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

LAPAROSCOPIA 3
PESO 10 KG

S.O. CHIRURGIA
KIT VAPORE

67					24	1	5	0	4	0	1	32	24	3	0	0	5
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JN444	VASCHETTA P.CONT.1/1 PERF.ALTEZZA:187MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	JK485		1/1-COPERCHIO BASIS, ROSSO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	JK475A		SOVRACOPERCH.P/CONT.BASE 1/1 ALLU ROSSO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	PL414R		DUROGRIP PORTAGHI AUTORIENTAB.5/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MICRO FRANCE	CEV 136		PINZA BIPOLARE LAPARO 310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MICRO FRANCE	CEV 405		PINZA DA PRESA FENESTRATA DENTI FINI, MORSO 20 MM	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MICRO FRANCE	CEV 1059-10B		MANICO SENZA BLOCCO ACCAIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MICRO FRANCE	CEV 649-10B		TUBO ESTERNO 10MM ACCAIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MICRO FRANCE	CEV 651-1		INSERTO PER PINZA LAPAROSCOPICA OVERHOLT	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33123		IMPUGNATURA CON STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33500		TUBO ESTERNO 5/10MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33510 DU		INSERTO PINZA DA PRESA 10/370MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	PO950R		MANICO SENZA BLOCCO,ISOL.CON ATTACCO-HF	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	PM973R		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	PO736R		INS.PINZA DA PRESA FINE FINES.5/310MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	PO950R		MANICO SENZA BLOCCO,ISOL.CON ATTACCO-HF	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	PM973R		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	PO736R		INS.PINZA DA PRESA FINE FINES.5/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCU LAP	GK372R		IMPUGNATURA ELETTRODO MONOP.,GK383 GK386	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	GK370P		TUBO ESTERNO ELETTRODO MONOP,D:5MM,L:350	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	GK384R		ELETTRODO MONOP.C.PUNTA TAGLIENTE SOLO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	GK246		CAVO COLL.VALLEYLAB,SPINA 8MM,PRESA 4MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GK183	CAVO BIPOL.2 SPINE BAN.SPINA EURO PIATTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	495 NE		CAVO P.LUCE, FIBRA VETRO, D:4,8MM 3,5 M	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0007		TUBO IN GOMMA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27502		RACCORDO CON RUBINETTO LUER-LOCK	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GHOTO	SCALDA OTTICHE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	H0	SECONDO RIPIANO DIVISO DA UN TELINO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	FB400R		PINZA ATR.MORSO 2MM 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BD559R		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	STIER	H110-12618		PINZA A DENTI WAUGH 1X2D.180MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BT020R		DIVARICATORE FARABEUF, DOPPIO,SERIE DI 2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CROMA	CRM.06.03.012		RETRATTORE DI FARABEUF L=180 (50X15) (40X12)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	CROMA	CRM.06.03.049		COPPIA RETRATTORE AD "S" DI HASSON 200X10 MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	STIER	H108-17015		FORBICI DISSEZ.LEXER SOTTILE RET.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BC591R		FORBICI LEXER P DISSEZ.CRV.165MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BC606R	FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
5	AESCU LAP	BH167R		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	2	0	0	3	3	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BH642R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	STIER	NON PRESENTE	BF452R	PINZA P.TELO E TESSUTO 195MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MEDICON	10.18.70		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	TEKNO	NON PRESENTE	19.50.20	PINZA DA MEDICAZIONE FOERSTER, L.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BH119R		PINZA MOSQUITO HALSTED CRV.1X2D.125MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BH151R		PINZA EMOST.BABY-CRILE CRV.1X2D.140MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STIER	H114-12313		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF433R	PINZA CHAMP BACKHAUS 135MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	CBM	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	JF432R		VASSOIO P.2 OTTICA FINO A 340MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26003 BA		OTTICA GRANDANG.D: 10 MM,30 GRADI,330 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

LAPAROSCOPIA 4 MINI-INVASIVA
PESO 5 KG

S.O. CHIRURGIA
KIT VAPORE

21					19	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK441		VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:120MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JP001		PRIMELINE, 1/1 COPERCHIO, ROSSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26167 M		PORTAGHI LIMA, IMPUGNATURA ASSIALE CON STOP, L.300MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26167 H		RUBINETTO A DUE VIE CON ATTACCO LUER LOOK	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26167 LH		ASPIRATORE/IRRIGATORE PER 26167 H, L.300MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33121		IMPUGNATURA SENZA STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	30710 ON		PINZA DA PRESA ATRAUMATICA FENESTRATA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33121		IMPUGNATURA SENZA STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	30710 ON		PINZA DA PRESA ATRAUMATICA FENESTRATA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33121		IMPUGNATURA SENZA STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	30710 K		INSERTO PINZA FENESTRATA, GANASCE MOBILI, 3,5MM, L.300MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33121		IMPUGNATURA SENZA STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	30710 MD		INSERTO PINZA KELLY, D.3,5, L.300MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33121		IMPUGNATURA SENZA STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	30710 MW		FORBICI DA DISSEZIONE CURVE, LAME DENTATE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	495 ND		CAVO LUCE A FIBRE OTTICHE, D.3,5MM L.300 CM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	30117 L1		TAPPO PER TROCAR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	30117 G2		CANULA CON ATTACCO LEUR LOCK PER INSUFLAZIONI D.3,9MM L.75MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	30117 AM		MANDRINO PER TROCAR, PUNTA SMUSSA, D.3,5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STORZ	30117 C1		CONO PER TROVAR DA 3,9MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

LAPAROSCOPIA COMPLEMENTARE

PESO 7,5 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

27					14	3	3	0	0	1	0	6	3	1	1	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR3040		MARTIN - CONTAINER 1 UNITA' CON COPERCHIO, H.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	AA805R		REGOLO ACCIAIO SCALA MILLE POL.300MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MICRO FRANCE	CEV 425		RETRATTORE DA FEGATO LAPARO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	30623 F		RETRATTORE A DITA, 5 LAMELLE 4MM L.450MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26175 R		AGO IPODERMICO, D:5MM,330MM,ATTACCO LL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STORZ	26596 CL		STRUMENTO PER NODULO, 5/310MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SNOWDENPENCER	89-6112		RETRATTORE ARTICOLATO LAPARO TRIANGOLARE 80MM L.360MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26169 DO		MICRO BISTURI DI BERCI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	PL414R		DUROGRIP PORTAGHI AUTORIENTAB.5/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SNOWDENPENCER	89-0502		PINZA DA PRESA ARTICOLATA FINO A 90°, D.5, L.340MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MICRO FRANCE	CEV 500-A5		PORTAGHI LAPARO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MICRO FRANCE	CEV 500-A10		PORTAGHI PER LAPAROSCOPIA D.10MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MICRO FRANCE	CEV 560		PINZA PER CLAMP VASCOLARE L.510MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MICRO FRANCE	CEV 431-65		PINZA DI PRESA INTESTINI CON CREMAGL. 400 MM ; TUBO EST. 10 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR3041		56 001 07 - PINZA PER CALCOLI, L.350MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR3042		GORE - AGO PER SUTURE, IMPUGNATURA DORATA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DAVOL	A5542900		CANNULA PER ASPIRAZIONE, CAMICIA+AGO, D.5, L.330MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CONMED	1-1010		IMPUGNATURA DETACHATIP, CON STOP	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CONMED	2-1008		PINZA DA PRESA FENESTRATA, DETACHATIP, D.5, L.330MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33121		IMPUGNATURA SENZA STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	34310 MB		INSERTO PINZA DA BIOPSIA 5/310MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MICRO FRANCE	CEV 565		CLIP VASCOLARE 65MM MORSO 28MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0
1	STORZ	277		CAVO MONOPOLARE PER RESETTORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GYRUS	3999		CAVO BIPOLARE, 3,5 M	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

DRENAGGIO TORACICO
PESO 3,5 KG

S.O. CHIRURGIA
KIT VAPORE

17					3	0	0	0	4	1	0	9	7	1	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCU LAP	JK344		VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:187MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JK369		1/2-COPERCHIO VARIO, ARGENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JK355A		SOVRACOPERCH.P/CONT.VARIO 1/2 ALLU ROSSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	10-130-03		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ELCON	140-325		PINZETTA ANAT.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BD547R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	BC566R		FORBICI MAYO-NOBLE RET.170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC592R	FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STILLE	NON PRESENTE	BJ326R	PINZA PERITONEO FAURE 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDIVAL	3000-18		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM067R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH199R	PINZA EMOSTATICA NISSEN CRV.185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
3	AESCU LAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

TORACE E MEDIASTINOSCOPIO

S.O. CHIRURGIA

PESO 11 KG

KIT VAPORE

29					2	3	3	0	10	1	2	8	2	1	0	0	5
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JN444	VASCHETTA P.CONT.1/1 PERF.ALTEZZA:187MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK489	1/1-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	BT241R		DIVARICAT. VOLKMANN, 1 DENTE SMUSSO,LAR.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CHIRBO	12413-03		DIVARICAT. MIDDELDORF EXTRA LARGE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BT561R		DIVARIC. INTRA-ADDOMINALE, 300 MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FK402R		RASCHIATORE DI DOYEN, PER ADULTI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FK403R		RASCHIATORE DI DOYEN, PER ADULTI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FK341R		RASPIATORE FARABEUFG CRV.LG.12,5MM 140MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FK381R		RASCHIATORE DI SEMB, 192 MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	FK382R	RASCHIATORE DI SEMB, 231 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	FH192R		BISTURI RESEZIONE DI LANGENBECK, PUNT.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FR118R	ALESATORE, 150MM, C. 2 SCANELLATURE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	FO130R		RIAVVICINATORE OSSA FERGUSSON 205MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FB892R		COSTOTOMO DI BRUNNER, MM 340	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FB835R		DIVARICAT. COSTALE DI HAIGHT, P. BAMBINI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	PILLING	NON PRESENTE	FB805R	DIVARICAT.COSTALE DI FINOCHIETTO-BURFORD	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	PILLING	NON PRESENTE	FB806R	VALVA, PAIO, PER FB 805, 45 X 64 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	PILLING	NON PRESENTE	FB807R	VALVA, PAIO, PER FB 805, 75 X 64 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	WOLF	8783.411		VIDEOMEDIASTINOSCOPIO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	WOLF	8280.22		PINZA DA BIOPSIA 270MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	WOLF	8291.102		ASPIRATORE HF, ISOLATO, D.4MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FB950R		PINZA SECONDO PRICE-THOMAS, 225MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SIMAL	0434013		PINZA DA MEDICAZIONE AD ANELLI FOERSTER-BALLANGER, L.200MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	AESULAP	BJ086R		PINCE EMOST.OVERHOLT FINE #6 225MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	EA062R		PINZA ATR.INTESTINALE 230MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	56-231-18		ROUND BOWLS D 187 X 85 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

VARICI 1D E ERNIA

PESO 6 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

77					6	0	19	0	13	1	3	35	26	2	0	0	7
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCU LAP	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JP011		PRIMELINE, 3/4 COPERCHIO, ROSSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	10-130-03		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD049R		PINZETTA ANAT.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	AESCU LAP	FB400R		PINZA ATR.MORSO 2MM 150MM	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	FB402R		PINZA ATR.MORSO 2MM 200MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 020-702-20		PINZA ATR.MORSO 2MM 200MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BD537R		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.145MM	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	12-301-16		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BD597R		PINZETTA DISSEZIONE 4X5D.145MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT020R	DIVARICATORE FARABEU F, DOPPIO,SERIE DI 2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	CROMA	CRM.06.03.040		RETRATTORE DI FARABEU F L=170 (45X15) (30X12)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	CROMA	CRM.06.03.009		RETRATTORE DI FARABEU F SAGOMATO L=200 (55X27) (47X20)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	15-361-03		DIVARICAT. MIDDELDORPF,MEDIO,28X28MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DIMEDA	18.344.26		DIVARICAT. MIDDELDORPF,MEDIO,28X28MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BV075R	DIVARICAT. WEITLANER, CHIUSURA LT, SMUS.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	BC605R		FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BC590R		FORBICI DISSEZ.LEXER SOTTILE RET.165MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC592R	FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STIER	SRS277		FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BC657R		FORBICI SECONDO DE'BAKEY 60 155MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SIMAL	0434013		PINZA DA MEDICAZIONE AD ANELLI FOERSTER-BALLANGER, L.200MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10	AESULAP	BH167R		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	2	0	2	0	0	6	6	0	0	0	0
2	AESULAP	BH201R		PINZA EMOSTATICA ADSON CRV.185MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BJ012R		PINZA EMOST.BABY-MIXTER 180MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BJ011R		PINZA EMOST.BABY-MIXTER 140MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STIER	S24-21418		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BM066R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BM077R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR 206MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BH176R	PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	16.50.20		PINZA EMOST.HEISS RET.200MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-935-20		PINZA P.TELO E TESSUTO 195MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
5	AESULAP	BH111R		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	3	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 040-021-12		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
4	MARTIN	13-321-12		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	1	0	0	3	3	0	0	0	0
1	AESULAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	FB568R		PINZA BABY PER IMP. MULTIPLO,CURVA 60GR.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	AESULAP	FB466R		PINZA DE BAKEY VASI PERIF., CURVA 180MM	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STIER	NON PRESENTE	FB737R	PINZA ATRAUMAT.DI COOLEY,CURVA,195MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CROMA	CRM.09.05.012		AGO BOTTONUTO Ø 1,5X80	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CROMA	CRM.09.05.011		AGO BOTTONUTO Ø 1,2X150	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FB120R		SPATOLA DOPPIA SECONDO VARADY, 180MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FB121R		ESTRATTORE VARADY,FIG.1,180MM LUNGO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FB122R		ESTRATTORE VARADY, FIG.2,180MM LUNGO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FB125R	MICRO-FLEBODISETTORE DI VARADY, 170MM	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FB126R	MINI-FLEBODISETTORE DI VARADY, 170 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR3023		FILO GUIDA PER VARICI FLESSIBILE, D.4 + D.5, L.100 CM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG524R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 1,0 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

VARICI 2 ED ERNIA

PESO 6 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

74					6	0	14	0	24	1	3	26	17	4	0	0	5
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCU LAP	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JP011		PRIMELINE, 3/4 COPERCHIO, ROSSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	10-130-03		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	12-100-16		PINZETTA ANAT.160MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	FB400R		PINZA ATR.MORSO 2MM 150MM	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	FB402R		PINZA ATR.MORSO 2MM 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 020-702-20		PINZA ATR.MORSO 2MM 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BD597R		PINZETTA DISSEZIONE 4X5D.145MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BD537R		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.145MM	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BT020R		DIVARICATORE FARABEU F, DOPPIO,SERIE DI 2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CROMA	CRM.06.03.040		RETRATTORE DI FARABEU F L=170 (45X15) (30X12)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	CROMA	CRM.06.03.019		RETRATTORE DI FARABEU F L=210 (65X20) (40X20)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	DIMEDA	18.344.26		DIVARICAT. MIDDELDORPF,MEDIO,28X28MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT406R	DIVARICAT. MIDDELDORPF,MEDIO,28X28MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	BV075R		DIVARICAT. WEITLANER, CHIUSURA LT, SMUS.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 8333-14		FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	11-170-14		FORBICI MAYO RET.140MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BC591R		FORBICI LEXER P DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BC606R		FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	55.15.46		FORBICI POTTS-DE MARTEL ANGOL.60° 185MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SIMAL	0434013		PINZA DA MEDICAZIONE AD ANELLI FOERSTER-BALLANGER, L.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
10	AESULAP	BH167R		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	4	0	4	0	0	2	2	0	0	0	0
2	AESULAP	BH201R		PINZA EMOSTATICA ADSON CRV.185MM	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BJ011R		PINZA EMOST.BABY-MIXTER 140MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BJ012R		PINZA EMOST.BABY-MIXTER 180MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LAWTON	08-0186		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM066R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BM067R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	15.72.66		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	13-380-18		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF452R	PINZA P.TELO E TESSUTO 195MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
				SPILLA CON BACKHAUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
5	AESULAP	BH111R		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	4	0	0	1	1	0	0	0	0
5	MARTIN	13-321-12		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	4	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	FB568R		PINZA BABY PER IMP. MULTIPLO,CURVA 60GR.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STIER	NON PRESENTE	FB737R	PINZA ATRAUMAT.DI COOLEY,CURVA,195MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3	AESULAP	FB466R		PINZA DE BAKEY VASI PERIF., CURVA 180MM	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CROMA	CRM.09.05.001		AGO BOTTONUTO Ø 0,8X80	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	CROMA	CRM.09.05.021		AGO BOTTONUTO Ø 2X120	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FB120R		SPATOLA DOPPIA SECONDO VARADY, 180MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FB121R		ESTRATTORE VARADY,FIG.1,180MM LUNGO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FB122R		ESTRATTORE VARADY, FIG.2,180MM LUNGO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FB125R	MICRO-FLEBODISETTORE DI VARADY, 170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FB126R	MINI-FLEBODISETTORE DI VARADY, 170 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR3023		FILO GUIDA PER VARICI FLESSIBILE, D.4 + D.5, L.100 CM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	56-230-12		BACINELLA, 11,1X7,2X5,6CM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG524R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 1,0 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

VARICI 3 ED ERNIA

PESO 6 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

71					11	1	8	0	19	0	3	29	24	0	0	0	5
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCU LAP	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JP011		PRIMELINE, 3/4 COPERCHIO, ROSSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	10-130-03		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD027R		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 145MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDIVAL	4000-16		PINZETTA ANAT.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	FB400R		PINZA ATR.MORSO 2MM 150MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	FB402R		PINZA ATR.MORSO 2MM 200MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BD537R		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.145MM	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BD597R		PINZETTA DISSEZIONE 4X5D.145MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BT020R		DIVARICATORE FARABEU F, DOPPIO,SERIE DI 2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CROMA	CRM.06.03.040		RETRATTORE DI FARABEU F L=170 (45X15) (30X12)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	CROMA	CRM.06.03.009		RETRATTORE DI FARABEU F SAGOMATO L=200 (55X27) (47X20)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BV075R		DIVARICAT. WEITLANER, CHIUSURA LT, SMUS.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BC605R		FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BT406R		DIVARICAT. MIDDEL DORPF,MEDIO,28X28MM	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STIER	H108-17015		FORBICI DISSEZ.LEXER SOTTILE RET.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BC284W		DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	04.33.18		FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BC657R		FORBICI SECONDO DE'BAKEY 60 155MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SIMAL	0434013		PINZA DA MEDICAZIONE AD ANELLI FOERSTER-BALLANGER, L.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
8	AESCU LAP	BH167R		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	3	0	2	0	0	3	3	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	TEKNO	TK 12059-16		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STIER	S12-26316		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BJ011R		PINZA EMOST.BABY-MIXTER 140MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BH201R		PINZA EMOSTATICA ADSON CRV.185MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BJ012R		PINZA EMOST.BABY-MIXTER 180MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	20-642-16		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	10.20.68		DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BM067R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-414-16		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-935-20		PINZA P.TELO E TESSUTO 195MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MACRI	NON PRESENTE	BF452R	PINZA P.TELO E TESSUTO 195MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
7	MARTIN	13-321-12		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED CRV.125MM	0	0	2	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0
1	MARTIN	13-311-12		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH111R	PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	AESULAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	AESULAP	FB466R		PINZA DE BAKEY VASI PERIF., CURVA 180MM	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CROMA	CRM.09.05.011		AGO BOTTONUTO Ø 1,2X150	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CROMA	CRM.09.05.021		AGO BOTTONUTO Ø 2X120	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FB121R		ESTRATTORE VARADY,FIG.1,180MM LUNGO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FB122R		ESTRATTORE VARADY, FIG.2,180MM LUNGO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FB126R	MINI-FLEBODISETTORE DI VARADY, 170 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FB125R	MICRO-FLEBODISETTORE DI VARADY, 170MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	ULSS10	PR3023		FILO GUIDA PER VARICI FLESSIBILE, D.4 + D.5, L.100 CM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	56-231-11		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

VARICI 4 ED ERNIA

PESO 7 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

68					9	2	14	0	14	2	2	25	16	5	0	0	4
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	CBM	NON PRESENTE	JN344	VASCHETTA P.CONT.1/2 PERF.ALTEZZA:187MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	JK389	1/2-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	FB400R		PINZA ATR.MORSO 2MM 150MM	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	FB402R		PINZA ATR.MORSO 2MM 200MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD537R		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.145MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 11000-14		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BD597R		PINZETTA DISSEZIONE 4X5D.145MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BT020R		DIVARICATORE FARABEUF, DOPPIO,SERIE DI 2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CROMA	CRM.06.03.009		RETRATTORE DI FARABEUF SAGOMATO L=200 (55X27) (47X20)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	CROMA	CRM.06.03.040		RETRATTORE DI FARABEUF L=170 (45X15) (30X12)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT405R	DIVARICAT. MIDDELDORPF, MEDIO, 20X22 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT406R	DIVARICAT. MIDDELDORPF,MEDIO,28X28MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	BV075R		DIVARICAT. WEITLANER, CHIUSURA LT, SMUS.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BC605R		FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	TEKNO	TK 8282-17		FORBICI MAYO-STILLE RET.170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	11-181-17		FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	BC606R		FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	SIMAL	0434013		PINZA AD ANELLI PER MEDICAZIONE FOERSTER, L.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
10	AESCU LAP	BH167R		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	2	0	7	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BH201R		PINZA EMOSTATICA ADSON CRV.185MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BJ011R		PINZA EMOST.BABY-MIXTER 140MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BJ012R		PINZA EMOST.BABY-MIXTER 180MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	BM077R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR 206MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BM066R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM035R	DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH176R	PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	13-410-16		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BF452R		PINZA P.TELO E TESSUTO 195MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STIER	NON PRESENTE	BF452R	PINZA P.TELO E TESSUTO 195MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
9	AESULAP	BH111R		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	2	0	4	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
1	MEDICON	15.45.12		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
3	AESULAP	FB466R		PINZA DE BAKEY VASI PERIF., CURVA 180MM	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR3023		FILO GUIDA PER VARICI FLESSIBILE, D.4 + D.5, L.100 CM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CROMA	CRM.09.05.011		AGO BOTTONUTO Ø 1,2X150	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CROMA	CRM.09.05.012		AGO BOTTONUTO Ø 1,5X80	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FB121R		ESTRATTORE VARADY,FIG.1,180MM LUNGO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FB122R		ESTRATTORE VARADY, FIG.2,180MM LUNGO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FB125R	MICRO-FLEBODISETTORE DI VARADY, 170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FB126R	MINI-FLEBODISETTORE DI VARADY, 170 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	56-231-11		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG524R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 1,0 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

VARICI 5 ED ERNIA
PESO 5 KG

S.O. CHIRURGIA
KIT VAPORE

66					6	2	18	0	14	2	2	22	15	2	0	0	5
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	JK342		VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JP021		PRIMELINE 1/2 COPERCHIO ROSSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BD027R		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 145MM	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	FB402R		PINZA ATR.MORSO 2MM 200MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BD537R		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.145MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BD597R		PINZETTA DISSEZIONE 4X5D.145MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BT020R		DIVARICATORE FARABEUF, DOPPIO,SERIE DI 2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	22.10.15		DIVARICATORE FARABEUF, GRANDE,SERIE DI 2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	CROMA	CRM.06.03.009		RETRATTORE DI FARABEUF SAGOMATO L=200 (55X27) (47X20)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BT406R	DIVARICAT. MIDDELDORPF,MEDIO,28X28MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BV075R		DIVARICAT. WEITLANER, CHIUSURA LT, SMUS.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BC605R		FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	11-140-14		FORBICI CHIR.DEAVER RET.SM/AC 145MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BC592R		FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BC606R		FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BC657R		FORBICI SECONDO DE'BAKEY 60 155MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SIMAL	0434013		PINZA AD ANELLI PER MEDICAZIONE FOERSTER, L.200MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10	AESULAP	BH167R		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	2	0	5	0	0	3	3	0	0	0	0
2	AESULAP	BH201R		PINZA EMOSTATICA ADSON CRV.185MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BJ013R		PINZA EMOST.BABY-ADSON 140MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BJ012R		PINZA EMOST.BABY-MIXTER 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM067R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BM066R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BM033R		DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BH642R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	BF452R		PINZA P.TELO E TESSUTO 195MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
10	AESULAP	BH111R		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	7	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
2	AESULAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	AESULAP	FB466R		PINZA DE BAKEY VASI PERIF., CURVA 180MM	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CROMA	CRM.09.05.012		AGO BOTTONUTO Ø 1,5X80	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FB122R	ESTRATTORE VARADY, FIG.2,180MM LUNGO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FB125R	MICRO-FLEBODISETTORE DI VARADY, 170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FB126R	MINI-FLEBODISETTORE DI VARADY, 170 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR3023		FILO GUIDA PER VARICI FLESSIBILE, D.4 + D.5, L.100 CM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	56-231-08		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	56-231-11		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

T.E.A. 1

S.O. CHIRURGIA

PESO 3 KG

KIT VAPORE

21					9	0	3	0	1	1	0	7	5	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	JK341		VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:120MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JP021		PRIMELINE 1/2 COPERCHIO ROSSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	OL160R		ELEVATORE P.SETTO NAS.DI HALLE, 180MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STIER	SRS277		FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BC263R		DUROTIP FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	GEISTER	26-4102.SC		FORBICE SUPERCUT DIETHR.POTTS FINI 45° ANGOL.180MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GEISTER	03-0502		PORTAGHI DI YASARGIL, P.MICROCH, E VASI	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BJ011R		PINZA EMOST.BABY-MIXTER 140MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BJ012R		PINZA EMOST.BABY-MIXTER 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	EA016R		PINZA INTESTINALE ALLIS 5X6 DENTI MM155	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
1	CROMA	CRM.09.05.012		AGO BOTTONUTO Ø 1,5X80	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASANUS	GF 2658		PINZA ATRAUMATICA, COOLEY, 140 MM, CURVA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ASANUS	GF 2659		PINZA ATRAUMATICA, COOLEY, 140 MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	GEISTER	23-0752		PINZA ATRAUMAT. DI COOLEY,40GRD.,120 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FB704R	PINZA ATRAUMAT. DI COOLEY,40GRD.,120 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ASANUS	GF 2580		PINZA ATRAUM.COOLEY, MORSO DERRA,115 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FB708R	PINZA ATRAUM.COOLEY, MORSO DERRA,115 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	GEISTER	23-0911		PINZA VASCOLARE MORSO COOLEY, DX, L.130MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCANLAN	3003-628		PINZA ATRAUMATICA,BULLDOG COOLEY,110MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCANLAN	3003-630		PINZA ATRAUMATICA P. CAROTIDE PICCOLA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

T.E.A. 2 COMPL. F.A.V

PESO 3,5 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

33					10	0	4	0	3	4	2	10	8	1	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR3020		MARTIN - CONTAINER 1/2 UNITA' CON COPERCHIO, H.80MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	OL160R		ELEVATORE P.SETTO NAS.DI HALLE, 180MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	OL165R		MR-ELEVATORE FREER,TAGLIENTE/SMUSSO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GEISTER	26-0103		DUROTIP FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STIER	SRS277		FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	BC663R		FORBICI DIETHRICH-HEGEMANN 45 180MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	GEISTER	26-4102		FORBICI DIETHRICH-HEGEMANN 45, SUPERCUT 180MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM002R	DUROGRIP PORTAGHI CASTROVIEJO 0,2/145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ASANUS	NH8016F		PORTAGHI IN TITANIO, CON ARRESTO, L.185MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEDICON	50.92.16		PINZA INTEST. DI ALLIS, 4X5 DENTI, MM155	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	09.79.76		AGO CANNULA BOTTONUTO, D.2 L.80MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	GEISTER	23-0752		PINZA ATRAUMAT. DI COOLEY,40GRD.,120 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FB582R	MINI-PINZA ATR.NEONAT.MOLTO ANGOLATA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FB593R	MINI-PINZA ATRAUMAT.P.NEONATOLOGIA,CURVA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	GEISTER	23-0911		PINZA VASCOLARE MORSO COOLEY, DX, L.130MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	GEISTER	22-5852		MINI-PINZA VASCOLARE DE BAKEY, 60°, MORSO 25MM, L.105MM IN TITANIO	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	GEISTER	22-5800		PINZA VASCOLARE PER CATORIDE, DE BAKEY, SX, L.110MM IN TITANIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GEISTER	22-5801		PINZA VASCOLARE PER CATORIDE, DE BAKEY, DX, L.110MM IN TITANIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	LEIBINGER	02-14810		MICROPINZA ATR. BULLDOG, 60 MM, RETTA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	LEIBINGER	02-14830		MICROPINZA ATR. BULLDOG, 55 MM, ANGOL.	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCLAP	FB420R		PINZA BULLDOG ATR.,DE BAKEY,RET.,25/80MM	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	AESULAP	FB421R		PINZA BULLDOG ATR.,DE BAKEY,CUR.,23/78MM	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FE013K		CLIP P.VENA S/MUELLER, ANGOLATA, F=0,5N	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	FE023K		CLIP P.ARTERIE S/MUELLER, ANGOLATA, F=0,8N	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FE010K		CLIP P.VENA S/MUELLER RETTA, F=0,5N	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FE020K		CLIP P.ARTERIE S/MUELLER, RETTA, F=0,8N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

FISTOLA ARTERO VENOSA 1

PESO 4,5 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

61					11	1	7	0	17	1	2	22	10	5	1	0	6
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK740	VASCHETTA PER CONTAINER 3/4 ALTEZZA:90MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	JK789		3/4-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SWANN MORTON	BS 2982		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	AESCU LAP	BD220R		PINZETTA ADSON P.DISSEZ.120MM	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BD301R		PINZETTA P.SCHEGGE RET.90MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD049R		PINZETTA ANAT.160MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD579R		PINZETTA DISSEZIONE 2X3D.160MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	FM005R		PINZA MICRO C.ANELLO D.MUELLER 110MM	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0
1	AESCU LAP	BT020R		DIVARICATORE FARABEUF, DOPPIO,SERIE DI 2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	BV104R		DIVARICAT.WEITLANER 13CM,3X4D.21MM,SMUS.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BV075R		DIVARICAT. WEITLANER, CHIUSURA LT, SMUS.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BC605R		FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	11-140-14		FORBICI CHIR.DEAVER RET.SM/AC 145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BC117R		FORBICI IRIDECTOMIA E LEGATURE 110MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BM002R		DUROGRIP PORTAGHI CASTROVIEJO 0,2/145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	AESCU LAP	BH105R		PINZA EMOST.BABY-MOSQUITO CRV.100MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
5	AESCU LAP	BH111R		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	4	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MARTIN	13-321-12		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED CRV.125MM	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 040-021-12		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BH167R		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESCU LAP	FB445R		PINZA ATRAUMATICA PEAN, CURVA, MM 155	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	BJ013R		PINZA EMOST.BABY-ADSON 140MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BM033R		DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 165MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BM065R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 150MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BF122R		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	15.10.16		MICROPINZA ATR. BULLDOG, 60 MM, RETTA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FB366R		MICROPINZA ATR. BULLDOG, 60 MM, RETTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	15.11.12		MICROPINZA ATR. BULLDOG, 50 MM, ANGOL.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FB367R		MICROPINZA ATR. BULLDOG, 55 MM, ANGOL.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FB331R	PINZA BULLDOGG,MINI,CURVA,45MM LUNGA	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FB330R	PINZA BULLDOGG MINI RETTA 45MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CROMA	CRM.09.05.011		AGO BOTTONUTO Ø 1,2X150	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	CROMA	CRM.09.05.008		AGO BOTTONUTO D.1,2 X 80MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CEATEC	CV 492.05		DILATATORE SECONDO DE BAKEY, 19CM, 0,5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FB161R		DILAT. SECONDO DE BAKEY,19CM, 1,0MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	24-492-15		DILAT. SECONDO DEBAKEY, 19CM, 1,5 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	24-492-20		DILAT. SECONDO DE BAKEY, 19CM, 2,0 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	24-492-25		DILAT. SECONDO DE BAKEY, 19CM, 2,5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	24-492-30		DILAT. SECONDO DE BAKEY, 19CM, 3,0 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	24-492-35		DILAT. SECONDO DE BAKEY,19CM, 3,5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CEATEC	CV 492.40		DILAT. SECONDO DE BAKEY,19CM, 4,0MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	56-231-08		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	56-231-11		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LAWTON	07-1134		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

FISTOLA ARTERO VENOSA 2

PESO 4 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

64					10	1	31	0	5	0	0	17	4	0	1	2	10
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK740	VASCHETTA PER CONTAINER 3/4 ALTEZZA:90MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK789	3/4-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	AESCU LAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BD031R		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 200MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BD220R		PINZETTA ADSON P.DISSEZ.120MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD049R		PINZETTA ANAT.160MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD579R		PINZETTA DISSEZIONE 2X3D.160MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	FM005R		PINZA MICRO C.ANELLO D.MUELLER 110MM	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1	AESCU LAP	BT020R		DIVARICATORE FARABEUF, DOPPIO,SERIE DI 2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BV104R		DIVARICAT.WEITLANER 13CM,3X4D.21MM,SMUS.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BV075R		DIVARICAT. WEITLANER, CHIUSURA LT, SMUS.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BC117R		FORBICI IRIDECTOMIA E LEGATURE 110MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BC605R		FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	03.06.15		FORBICI CHIR.RET.SM/AC 150MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BM001R		DUROGRIP PORTAGHI CASTROVIE.LISCIO 145MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	AESCU LAP	BH105R		PINZA EMOST.BABY-MOSQUITO CRV.100MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	AESCU LAP	BH111R		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BH167R		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	FB445R		PINZA ATRAUMATICA PEAN, CURVA, MM 155	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BJ013R		PINZA EMOST.BABY-ADSON 140MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BM065R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 150MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BM035R		DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	BF122R		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CROMA	CRM.09.05.013		AGO BOTTONUTO Ø 1,5X100	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
1	CROMA	CRM.09.05.011		AGO BOTTONUTO Ø 1,2X150	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	15.10.16		MICROPINZA ATR. BULLDOG, 60 MM, RETTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FB366R		MICROPINZA ATR. BULLDOG, 60 MM, RETTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	15.11.12		MICROPINZA ATR. BULLDOG, 50 MM, ANGOL.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FB367R		MICROPINZA ATR. BULLDOG, 55 MM, ANGOL.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FB330R	PINZA BULLDOGG MINI RETTA 45MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FB331R	PINZA BULLDOGG,MINI,CURVA,45MM LUNGA	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	24-492-10		DILAT. SECONDO DE BAKEY,19CM, 1,0MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	24-492-15		DILAT. SECONDO DEBAKEY, 19CM, 1,5 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	24-492-20		DILAT. SECONDO DE BAKEY, 19CM, 2,0 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	24-492-25		DILAT. SECONDO DE BAKEY, 19CM, 2,5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	24-492-30		DILAT. SECONDO DE BAKEY, 19CM, 3,0MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	24-492-35		DILAT. SECONDO DE BAKEY,19CM, 3,5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	24-492-40		DILAT. SECONDO DE BAKEY,19CM, 4,0MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	24-492-45		DILAT. SECONDO DEBAKEY, 19CM, 4,5 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	24-492-50		DILAT. SECONDO DEBAKEY, 19CM, 5,0 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	24-492-70		DILAT. SECONDO DEBAKEY, 19CM, 7,0 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	24-492-90		DILAT. SECONDO DEBAKEY, 19CM, 9,0 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	MARTIN	56-231-14		VASCHETTA DA LABORATORIO, 1,0 LITRI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

VASCOLARE 1

PESO 5,5 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

45					3	0	1	0	29	0	4	8	4	1	0	0	3
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCU LAP	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JP011		PRIMELINE, 3/4 COPERCHIO, ROSSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PILLING	34-2984		PINZA ATR.RETTA 300MM 2,8MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OG165R	RASPATORE LEMPERT, STRETTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	BV112R		DIVARICATORE DI MAYO-ADAMS A 2 VALVE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BV207R		DIVARICATORE WEITLANER SMUSSO 3X4D.240MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BV271R	DIVARICATORE BECKMANN-ADSON,SEMI-ACUTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	15-777-32		DIVARICATORE ADSON P. LAMIN.SEMI-ACUTOM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	GF929R		CANNULA ASPIRAZ. DI FERGUSSON, CHARR. 10	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-461-05		PINZA EMOST.RUMEL #4 241MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	BM055R		DUROGRIP PORTAGHI RYDER SOTTILE 155MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BM065R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 150MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BM025R		DUROGRIP PORTAGHI P.VASI SOTTILE 180MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BM056R		DUROGRIP PORTAGHI RYDER SOTTILE 175MM	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BM057R		DUROGRIP PORTAGHI RYDER SOTTILE 210MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BM027R		DUROGRIP PORTAGHI P.VASI SOTTILE 230MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BF493R		SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	FB552R		PINZA ATRAUM.BABY PER COARTAZIONE, RETTA	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESCU LAP	FB446R		CLAMP VASCOL.DE BAKEY-BAINBRIDGE,150 MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	AESCU LAP	FB466R		PINZA DE BAKEY VASI PERIF., CURVA 180MM	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PILLING	35-3535		PINZA DE BAKEY VASI PERIF., CURVA 180MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PILLING	35-3631		PINZA DE BAKEY PER ANEURISMA, 265MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	AESULAP	FB534R		PINZA ATRAUMAT. DEBAKEY-PEAN,280MM,RETTE	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	FB513R		CLAMP VASCOL.DE BAKEY 60 100/135/305MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	FB568R		PINZA BABY PER IMP. MULTIPLO,CURVA 60GR.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	FB557R		PINZA PER LEGATURA, PICCOLA, MOLTO CURVA	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	FB567R		PINZA BABY PER IMP. MULTIPLO, CURVA ANG.	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	FB500R		CLAMP VASCOL.DE'BAKEY,MORSO 38MM,220MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	FB465R		PINZA DE BAKEY VASI PERIF., A S, 200MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	PILLING	35-3664		CLAMP VASCOL.DE BAKEY MORSO 54/99/270MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PILLING	NON PRESENTE	FB503R	CLAMP VASCOL.DE'BAKEY,MORSO 58MM,270MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CROMA	CRM.09.05.011		AGO BOTTONUTO Ø 1,2X150	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

VASCOLARE 2

PESO 5,5 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

44					2	1	0	0	29	0	3	9	4	2	0	0	3
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCU LAP	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JP011		PRIMELINE, 3/4 COPERCHIO, ROSSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PILLING	34-2984		PINZA ATR.RETTA 300MM 2,8MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OG165R	RASPATORE LEMPERT, STRETTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	BV112R		DIVARICATORE DI MAYO-ADAMS A 2 VALVE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	15-776-31		DIVARICATORE P. TIROTOMIA DI BECKMANN	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BV273R		DIVARICATORE ADSON P. LAMIN.SEMI-ACUTOM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	GF930R		CANNULA ASPIRAZ. DI FERGUSSON, CHARR. 12	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-461-05		PINZA EMOST.RUMEL #4 241MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	BM065R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 150MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BM025R		DUROGRIP PORTAGHI P.VASI SOTTILE 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	PILLING	35-4900		DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 180MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BM056R		DUROGRIP PORTAGHI RYDER SOTTILE 175MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BM016R		DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 145MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BM057R		DUROGRIP PORTAGHI RYDER SOTTILE 210MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PILLING	35-4902		DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 230MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	AESCU LAP	FB552R		PINZA ATRAUM.BABY PER COARTAZIONE, RETTA	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	FB446R		CLAMP VASCOL.DE BAKEY-BAINBRIDGE,150 MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	AESCU LAP	FB466R		PINZA DE BAKEY VASI PERIF., CURVA 180MM	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PILLING	35-3535		PINZA DE BAKEY VASI PERIF., CURVA 180MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	AESCU LAP	FB455R		PINZA DE BAKEY-GLOVER COARTAZ., 225 MM	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	AESULAP	FB475R		PINZA DE BAKEY PER ANEURISMA, 300MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	FB568R		PINZA BABY PER IMP. MULTIPLO,CURVA 60GR.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	FB563R		PINZA PER ANASTOMOSI BABY-BACK,CURV.ANG.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	FB567R		PINZA BABY PER IMP. MULTIPLO, CURVA ANG.	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	FB500R		CLAMP VASCOL.DE'BAKEY,MORSO 38MM,220MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	AESULAP	FB476R		PINZA DE BAKEY PER ANEURISMA, 255MM	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	FB463R		PINZA ATRAUMAT.DEBASEY,160MM,MORSO CURVO	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CROMA	CRM.09.05.008		AGO BOTTONUTO D.1,2 X 80MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

VASCOLARE 3 COMPLEMENTARE

PESO 7,5 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

68					22	1	24	0	7	0	1	13	2	1	0	0	10
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	55-602-04-04		VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:187MM MANIGLIA ROSSA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	55-442-00		PRIMELINE, 1/1 COPERCHIO, ANTRACITE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FB400R		PINZA ATR.MORSO 2MM 150MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	FB404R		PINZA ATR.MORSO 2,0MM 240MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	FB416R		PINZA ATR.RETTA 240MM 2,8MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	FB415R		PINZA ATR.RETTA 200MM 2,8MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	FB417R		PINZA ATR.RETTA 300MM 2,8MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	OL165R		MR-ELEVATORE FREER, TAGLIENTE/SMUSSO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FF301R		DISETTORE TOENNIS, 240MM, SPATOLA 3+4 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BT080R		UNCINO PER NERVI CRILE,90°,6MM,200MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PILLING	PG355175		UNCINO PER NERVI CUSHING,90°,6MM,280MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CROMA	CRM.04.03.010		SPINGIFILO CURVO MM 300	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BV075R		DIVARICAT. WEITLANER, CHIUSURA LT, SMUS.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR3030		IMPUGNATURA PER TUNNELIZZATORE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR3031		CACCIAVITE PER TUNNELIZZATORE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR3032		ASTA PER TUNNELIZZATORE L.350MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR3033		ASTA PER TUNNELIZZATORE L.450MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR3034		ASTA PER TUNNELIZZATORE L.550MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR3035		TESTA PER TUNNELIZZATORE D.8MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR3036		TESTA PER TUNNELIZZATORE D.11MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR3037		TESTA PER TUNNELIZZATORE D.14MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR3038		TESTA PER TUNNELIZZATORE D.16MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	CROMA	CRM.09.05.011		AGO BOTTONUTO Ø 1,2X150	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	FB119R		MANICO PER SONDE FB108-FB117	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	FB108R		SONDA SENZA MANICO DIAM. MM 2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	FB109R		SONDA SENZA MANICO DIAM. MM 3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	FB110R		SONDA SENZA MANICO DIAM. MM 4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	FB112R		SONDA SENZA MANICO DIAM. MM 6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	FB113R		SONDA SENZA MANICO DIAM. MM 7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	FB114R		SONDA SENZA MANICO DIAM. MM 8,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	FB115R		SONDA SENZA MANICO DIAM. MM 10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	FB116R		SONDA SENZA MANICO DIAM. MM 12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	FB117R		SONDA SENZA MANICO DIAM. 14 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BC261R		DUROTIP FORBICI P.LEGAT.METZB.CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BC271R		DUROTIP FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC271R	DUROTIP FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BC265R		DUROTIP FORBICI DISS.METZB.CRV.200MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BC287R		DUROTIP FORBICI METZENBAUM CRV.230MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GEISTER	26-6203.SC		FORBICI METZENBAUM SUPERCUT, L.230MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	55.15.46		FORBICI POTTS-DE MARTEL ANGOL.60 185MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BJ067R		PINCE EMOST.O'SHAUGNESSY 220MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FB602R	PINZA SECONDO SATINSKY 265MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	PILLING	35-3631		PINZA DE BAKEY PER ANEURISMA, 265MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LEIBINGER	02-08461		PINZA DE BAKEY-GLOVER COARTAZ., 225 MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PILLING	35-4836		PINZA ATRAUMATA DI COOLEY,CURVA,180 MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	24-431-17		PINZA PER ANASTOMOSI BABY-BACK,CURV.ANG.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	FB475R		PINZA DE BAKEY PER ANEURISMA, 300MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	FB476R		PINZA DE BAKEY PER ANEURISMA, 255MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	FB481R		PINZA DE BAKEY PER ANEURISMA, MM 270	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	FB736R		PINZA ATRAUMAT.DI COOLEY,CURVA,185MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	FB713R		PINZA ATRAUMATA DI COOLEY,CURVA,180MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	AESULAP	FB755R		PINZA ATRAUMATICA,COOLEY,ANGOLATA 170MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BH201R		PINZA EMOSTATICA ADSON CRV.185MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PILLING	35-4960		DUROGRIP PORTAGHI BABY-CRILE-WOOD 150MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PILLING	35-4962		DUROGRIP PORTAGHI P.VASI SOTTILE 200MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

TUNNELLIZZATORE

PESO 7 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

19					7	0	1	0	1	1	0	9	0	0	0	0	9
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	JN446		VASCHETTA P.CONT.1/1 PERF.ALTEZZA:247MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JK485		1/1-COPERCHIO BASIS, ROSSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JK475A		SOVRACOPERCH.P/CONT.BASE 1/1 ALLU ROSSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CODMAN	80-8000		TUNNELLIZZATORE VASCOLARE DE BAKEY MALLEABILE, D.15 L.530MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR3051		GORE TUNNELER - CAMICIA PER TUNNELLIZZATORE 500X12,5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR3052		GORE TUNNELER - CAMICIA PER TUNNELLIZZATORE 500X10MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR3053		GORE TUNNELER - TUNNELLIZZATORE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR3054		GORE TUNNELER - CAMICIA PER TUNNELLIZZATORE MOLTO CURVA 250X11,5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR3055		GORE TUNNELER - CAMICIA PER TUNNELLIZZATORE MOLTO CURVA 250X10MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR3056		GORE TUNNELER - TUNNELIZZATORE MOLTO CURVO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR3057		GORE TUNNELER - PUNTA PER TUNNELLIZZATORE ACUTA D.11,5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR3058		GORE TUNNELER - PUNTA PER TUNNELLIZZATORE ACUTA D.10MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR3059		GORE TUNNELER - PUNTA PER TUNNELLIZZATORE SMUSSA D.10MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FB119R		MANICO PER SONDE FB108-FB117	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FB112R		SONDA SENZA MANICO DIAM. MM 6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FB113R		SONDA SENZA MANICO DIAM. MM 7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FB114R		SONDA SENZA MANICO DIAM. MM 8,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FB115R		SONDA SENZA MANICO DIAM. MM 10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FB116R		SONDA SENZA MANICO DIAM. MM 12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

VIE BILIARI 1

PESO 3 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

21					4	0	0	0	3	0	13	1	0	1	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	55-600-01-04		CONTAINER 1/2 UNITA', H.85MM, MANIGLIA ROSSA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	55-440-00-04		COPERCHIO MICROSTOP DA 1/2 UNITA'	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR3022		CROMA - COPPIA FARABEUF 145 (8X25)(6X22) MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	18-430-20		TREQUARTI COMPOSTO DA PUNTALE E CAMICIA CON 2 RUBINETTI	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	EF051R		PINZA PER CALCOLI RENALI RANDALL	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	EF053R		PINZA PER CALCOLI RENALI RANDALL	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	EF052R	PINZA PER CALCOLI RENALI RANDALL	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	EF054R	PINZA PER CALCOLI RENALI RANDALL	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	31-217-22		PINZA PER CALCOLI BILIARI MIXTER MORSO LISCIO L.220MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	51.43.02		PINZA CALCOLI BILIARI DESJARDINSMM 225	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN104R	SONDA BOTTONUTA D:1/145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	CROMA	CRM.09.05.009		AGO BOTTONUTO Ø 1,2X100	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	EB064R	DILATATORE OLIVARE P. COLEDOCO, MM 4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	EB065R	DILATATORE OLIVARE P. COLEDOCO, MM 5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	EB066R	DILATATORE OLIVARE P. COLEDOCO, MM 6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	EB067R	DILATATORE OLIVARE P. COLEDOCO, MM 7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	EB068R	DILATATORE OLIVARE P. COLEDOCO, MM 8	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	EB069R	DILATATORE OLIVARE P. COLEDOCO, MM 9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	EB070R	DILATATORE OLIVARE P. COLEDOCO, MM 10	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	EB071R	DILATATORE OLIVARE P. COLEDOCO, MM 11	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

VIE BILIARI 2

PESO 3 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

20					4	2	0	0	0	0	4	10	2	7	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	55-600-01-04		CONTAINER 1/2 UNITA', H.85MM, MANIGLIA ROSSA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	55-440-00-04		COPERCHIO MICROSTOP DA 1/2 UNITA'	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR3022		CROMA - COPPIA FARABEUF 145 (8X25)(6X22) MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	18-432-20		TREQUARTI COMPOSTO DA PUNTALE E CAMICIA CON 2 RUBINETTI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	31-204-20		PINZA CALCOLI BILIARI BLAKE RETTA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	31-217-22		PINZA PER CALCOLI BILIARI MIXTER MORSO LISCIO L.220MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	51.58.01		PINZA PER CALCOLI RENALI RANDALL	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	51.58.03		PINZA PER CALCOLI RENALI RANDALL	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	EF053R	PINZA PER CALCOLI RENALI RANDALL	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	EF054R	PINZA PER CALCOLI RENALI RANDALL	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN104R	SONDA BOTTONUTA D:1/145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	CROMA	CRM.09.05.017		AGO BOTTONUTO Ø 1,8X100	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	31-170-03		DILATATORE OLIVARE PER COLEDOCO, MM 3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EB064R	DILATATORE OLIVARE P. COLEDOCO, MM 4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	31-170-05		DILATATORE OLIVARE P. COLEDOCO, MM 5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	31-170-06		DILATATORE OLIVARE P. COLEDOCO, MM 6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	31-170-07		DILATATORE OLIVARE P. COLEDOCO, MM 7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDICON	51.05.08		DILATATORE OLIVARE P. COLEDOCO, MM 8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	31-170-08		DILATATORE OLIVARE P. COLEDOCO, MM 8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

EMY 2

PESO 7 KG

S.O. CHIRURGIA

KIT VAPORE

22					6	2	3	0	2	0	0	9	1	2	0	0	6
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JP011		PRIMELINE, 3/4 COPERCHIO, ROSSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LAWTON	20-0431		DIVARICATORE FARABEUF, DOPPIO,SERIE DI 2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CROMA	CRM.06.03.029		RETRATTORE DI FARABEUF SAGOMATO L=220 (70X35) (60X30)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	LAWTON	20-0626		DIVARICAT. MIDDELDORPF,MEDIO,28X28MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 17181-02		RETRATTORE MIDDELDORPF 50X500MM 255MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LAWTON	20-0629		RETRATTORE MIDDELDORPF 70X55, L.280MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LAWTON	20-0873		SPATOLA ADDOM. HABERER, MALLEABILE, CON.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BT713R		VALVA DI ROCHARD, GRANDE, MM 120	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BT711R		VALVA DI ROCHARD, PICCOLA, MM 90	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BT710R		DISPOSITIVO DI FISSAGGIO DI ROCHARD	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BT672R		GANCIO PELVIS, ST.MARKS, 174X60MM, 330MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BT674R		GANCIO PELVIS, ST.MARKS, 178X60MM, 330MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BV369R	VALVA CENTRALE PER BV345, 74X82 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BV528R	RETRATTORE SOLO P.DIVARIC.ADDOMIN.BV545	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BV558R	VALVE LATERALI,PAIO,59X80MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG521R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,063 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG524R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 1,0 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

CESTO PER AMPUTAZIONE

PESO 5 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

18					6	0	1	0	0	0	3	8	5	1	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JN342	VASCHETTA P.CONT.1/2 PERF.ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK389	1/2-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	01.70.20		BISTURI AMPUTAZIONE, LUNG. TAGLIO MM 190	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	FK511R		LIMA PER OSSA,MEZZA-TONDA,A BAION. CM 24	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	FK325R		RASPATORE, CURVO, LAMA TONDO, 14,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FO455R	PINZA SGORBIA MEAD, CURVA IN PUNTA,MM165	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	ULSS10	PR3046		PINZA DA PRESA MUSEUX, DENTI A 15MM, SMONBABILE, L.250MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	AESCU LAP	FH220R		RETRATTORE DI PERCY, MANICI AMOVIBILI	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FH480R	IMPUGNATURA UNCINO SEGA IN ACCIAIO INT	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEDICON	57.64.02		IMPUGNATURA UNCINO SEGA IN ACCIAIO INT	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	FH407		SEGA ACCIAIO INTREC.OLIVECRONA 700MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	AESCU LAP	FH413		SEGA ACCIAIO INTREC.GIGLI 6-FILI 300MM	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

DIVARICATORE DI PARK 1

S.O. CHIRURGIA

PESO 0,1 KG

SET VAPORE

4					2	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCULAP	BV581R		DIVARICATORE SOLO,P.RETRATTORE BV585	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCULAP	BV583R		PAIO DI VALVE SOLE, 70MM PROF.P.BV585R	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	BV584R		PAIO DI VALVE SOLE, 93MM PROF.P.BV585R	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	BV582R		VALVA CENTRALE,P.DIVARICATORE BV585R	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

DIVARICATORE DI PARK 2

PESO 0,1 KG

S.O. CHIRURGIA

SET VAPORE

4					0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	3
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STIER	NON PRESENTE	BV581R	DIVARICATORE SOLO,P.RETRATTORE BV585	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BV582R	VALVA CENTRALE,P.DIVARICATORE BV585R	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BV583R	PAIO DI VALVE SOLE, 70MM PROF.P.BV585R	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BV584R	PAIO DI VALVE SOLE, 93MM PROF.P.BV585R	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

DIVARICATORE AUTOSTATICO

PESO 0,1 KG

S.O. CHIRURGIA

SET VAPORE

9					1	0	1	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MESA	201020		DIVARICATORE SOLO, BABY-COLLIN	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ULSS10	PR1052		VALVA SOLA 49X23MM	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
1	ULSS10	PR1053		VALVA SOLA 53X23MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR1054		VALVA SOLA 58X23MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR1055		VALVA SOLA 64X23MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MESA	201021		VALVA SOLA 69X23MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	201021	VALVA SOLA 69X23MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

FORBICI VLS 1

PESO 0,1 KG

S.O. CHIRURGIA

SET VAPORE

3					3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	33121		IMPUGNATURA SENZA STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	34310 MA		INSERTO FORB.METZENB.DUROTIP 5/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

FORBICI VLS 2

PESO 0,1 KG

S.O. CHIRURGIA

SET VAPORE

3					0	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	30525		NUOVA IMPUGNATURA SENZA STOP	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	31512		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	31519 MT		INSERTO FORBICE RETTA L.10MM D.5MM L.TOT.310MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

OTTICA 30° 5MM 1

S.O. CHIRURGIA

PESO 0,1 KG

SET VAPORE

3					3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	39301 B		VASSOIO P.1 OTTICA FINO A 340MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26046 BA		OTTICA GRANDANG.D: 5,0MM,30 GRADI,310 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	723750 E		PROTECTION TUBE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

OTTICA 30° 5MM 2

S.O. CHIRURGIA

PESO 0,1 KG

SET VAPORE

2					1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	39301 B		VASSOIO P.1 OTTICA FINO A 340MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26046 BA		OTTICA GRANDANG.D: 5,0MM,30 GRADI,310 MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

OTTICA 0° 10MM 1

S.O. CHIRURGIA

PESO 0,1 KG

SET VAPORE

2					2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	39301 B		VASSOIO P.1 OTTICA FINO A 340MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26003 AA		OTTICA GRANDANG.D: 10 MM, 0 GRADI,330 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

OTTICA 30° 10MM 1

S.O. CHIRURGIA

PESO 0,1 KG

SET VAPORE

2					2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STERISAFE	E42		VASCHETTA PORTAOTTICA CON COPERCHIO E CESTINO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26003 BA		OTTICA GRANDANG.D: 10 MM,30 GRADI,330 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

SPECIALITA'	CODICE CDC
S.O. GINECOLOGIA	422006

Q.TA'	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1508	306	75	70	7	48	68	165	769	418	140	19	18	174

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

CESAREO 1

PESO 8 KG

S.O. GINECOLOGIA

KIT VAPORE

54					2	1	1	0	1	2	2	45	35	5	1	1	3
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK444		VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:187MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK489	1/1-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	JK479A		SOVRACOPERCHIO P/CONT.BASE 1/1 ALLU ARG.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	SWANN MORTON	NON PRESENTE	BB073R	MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	CHIRON	NON PRESENTE	BB084R	MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MEDICON	06.00.16		PINZETTA ANAT.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	AESCLAP	BD660R		PINZETTA DISSEZIONE GILLIES 1X2D.155MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	12-301-16		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	WALGER	NON PRESENTE	BD549R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	BD755R	PINZETTA A DENTI MOD.RUSSO 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	07.15.15		PINZETTA A DENTI MOD.RUSSO 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	32-597-26		CURETTE DOPPIA ZIGRINATA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	CRM.06.03.010	RETRATTORE DI FARABEUF SAGOMATO L=220 (80X35) (65X30)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	15-363-03		DIVARICAT. MIDDELDORPF,MEDIO,28X28MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
1	CHIRBO	12413-02		DIVARICAT. MIDDELDORPF GRANDE 52 X 50 MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	15-453-03		DIVARICAT. ADDOM. FRITSCH, LARG. MM 60	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	15-452-05		DIVARIC. ADDOM. FRITSCH, VALVA 64X85 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	11-170-14		FORBICI MAYO RET.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	BC592R		FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC592R	FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC575R	FORBICI MAYO-STILLE CRV.170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	BC592R		FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	MARTIN	13-317-18		PINZA EMOST.HALSTED CRV.185MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
4	AESCLAP	BF122R		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF122R	PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF122R	PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	AESCLAP	BH472R		PINZA EMOSTATICA PEAN RET.260MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STIER	H112-31026		PINZA BOZEMANN PER MEDICAZIONI RETTA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH472R	PINZA EMOSTATICA PEAN RET.260MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BH450R	PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
3	MARTIN	13-414-18		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BH216R	PINZA EMOST.HEISS RET.1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-410-16		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	LEIBINGER	82-01104		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	HEJESTRAND	NON PRESENTE	BH442R	PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BH442R	PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	HEJESTRAND	NON PRESENTE	BH642R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BH642R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	20-642-18		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM067R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	MARTIN	56-231-11		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

CESAREO 2

PESO 65 KG

S.O. GINECOLOGIA

KIT VAPORE

53					5	0	0	0	0	1	3	44	36	8	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCU LAP	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JP012		PRIMELINE, 3/4 COPERCHIO, BLU	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BB073R	MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SWANN MORTON	NON PRESENTE	BB084R	MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDIVAL	4000-16		PINZETTA ANAT.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD049R		PINZETTA ANAT.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STIER	S10-27015		PINZETTA DISSEZIONE SEMKEN 1X2D.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	12-301-16		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	WALGER	NON PRESENTE	BD549R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	BD755R		PINZETTA A DENTI MOD.RUSSO 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	DIMEDA	10.256.15		PINZETTA A DENTI MOD.RUSSO 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	CROMA	NON PRESENTE	CRM.06.03.010	RETRATTORE DI FARABEU F SAGOMATO L=220 (80X35) (65X30)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT406R	DIVARICAT. MIDDELDORPF,MEDIO,28X28MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	LAWTON	20-0628		DIVARICAT. MIDDELDORPF GRANDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BT656R		DIVARICAT. ADDOM. FRITSCH, LARG. MM 50	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	15-452-05		DIVARIC. ADDOM. FRITSCH, VALVA 64X85 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	32-597-26	CURETTE DOPPIA ZIGRINATA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BC591R		FORBICI LEXER P DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	BC592R		FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	BC575R	FORBICI MAYO-STILLE CRV.170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STILLE	101-8085-17		FORBICE STILLE-MAYO SUPERCUT, RETTA 170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC284R	DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MARTIN	13-317-18		PINZA EMOST.HALSTED CRV.185MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
5	AESCU LAP	BF122R		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF122R	PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	14-101-22		PINZA AESCU LAP P.MEDICAZIONI CRV.220MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	BF063R	PINZA ULRICH-AESCU LAP P.MEDICA.CRV.265MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 15121-25		PINZA ULRICH-AESCU LAP P.MEDICA.CRV.265MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	BF057R	PINZA MAIER P.POLIP I S.CREM.CRV.265MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-410-18		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BH444R		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDIVAL	3000-18		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BH444R	PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BH442R		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
4	AESCU LAP	BH644R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BH642R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BH642R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH642R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BM077R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR 206MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BM066R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	PROFESIONAL	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	LAWTON	07-1134		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LAWTON	07-1133		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

CESAREO 3

PESO 6,5 KG

S.O. GINECOLOGIA

KIT VAPORE

53					3	0	4	0	0	4	7	35	24	8	0	0	3
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JP012		PRIMELINE, 3/4 COPERCHIO, BLU	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDICON	01.28.04		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	REDA	11102-14		DISSECTING FORCEPS, 145 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	06.00.14		PINZETTA ANAT.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	MARTIN	12-420-15		PINZETTA A DENTI MOD.RUSSO 150MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	AESCLAP	BD537R		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	12-301-16		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	WALGER	NON PRESENTE	BD549R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AT ECON	70.567.26		CURETTE DOPPIA ZIGRINATA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	CRM.06.03.010	RETRATTORE DI FARABEUF SAGOMATO L=220 (80X35) (65X30)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	BT406R		DIVARICAT. MIDDELDORPF,MEDIO,28X28MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	LAWTON	20-0628		DIVARICAT. MIDDELDORPF GRANDE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	15-452-03		DIVARICAT. ADDOM. FRITSCH, LARG. MM 60	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	15-452-05		DIVARIC. ADDOM. FRITSCH, VALVA 64X85 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	11-170-14		FORBICI MAYO RET.140MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	101-8087-17	SUPERCUT FORBICI MAYO CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC575R	FORBICI MAYO-STILLE CRV.170MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	101-8087-17	SUPERCUT FORBICI MAYO CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESCLAP	BH201R		PINZA EMOSTATICA ADSON CRV.185MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	BF122R		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF122R	PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	ZEPF	16-1700-25		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	14-352-25		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	STILLE	NON PRESENTE	BH216R	PINZA EMOST.HEISS RET.1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	AESULAP	BF452R		PINZA P.TELO E TESSUTO 195MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
3	AESULAP	BH642R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0
4	AESULAP	BH644R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	0	0	0	0	0	1	0	3	3	0	0	0	0
1	MARTIN	13-410-16		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BH442R	PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	HEJESTRAND	NON PRESENTE	BH442R	PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	STILLE	NON PRESENTE	BH442R	PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	AESULAP	BM077R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR 206MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM067R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	BM022R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO-SEELEY	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	56-231-11		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

CESTO 1

PESO 10 KG

S.O. GINECOLOGIA

KIT VAPORE

105					11	8	8	2	1	7	12	56	35	2	2	0	17
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JP012		PRIMELINE, 3/4 COPERCHIO, BLU	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BB073R	MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	BB084R		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD049R	PINZETTA ANAT.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD050R	PINZETTA ANAT.180MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	STILLE	NON PRESENTE	BD052R	PINZETTA P.MEDICAZ.ANAT.250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	07.15.15		PINZETTA A DENTI MOD.RUSSO 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BD755R	PINZETTA A DENTI MOD.RUSSO 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	REDA	11120-14		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD559R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	BD561R		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD561R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BD542R	PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.250MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BD660R		PINZETTA DISSEZIONE GILLIES 1X2D.155MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN905R	TUBO REDON CH.14 LEGG.CRV.PUNTA COLT.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AT ECON	70.567.26		CURETTE DOPPIA ZIGRINATA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BG920	VALVA INFERIRORE PER RASCHIAMENTO, LEGGERMENTE CONCAVA, 28X70MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	CRM.06.03.010	RETRATTORE DI FARABEUF SAGOMATO L=220 (80X35) (65X30)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	NON PRESENTE	BT406R	DIVARICAT. MIDDELDORPF,MEDIO,28X28MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	15-441-02		DIVARICAT. MIDDELDORPF GRANDE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	15-453-03		DIVARICAT. ADDOM. FRITSCH, LARG. MM 60	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	BT758R		SPATOLA ADDOM. HABERER, MALLEABILE, CON.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BC267W		DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.230MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BC708R		FORBICI UTERINE SIMS CRV.210MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BC592R		FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BC275R		DUROTIP FORBICI METZENBAUM CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	BC284W		DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	11-170-14		FORBICI MAYO RET.140MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BV369R		VALVA CENTRALE PER BV345, 74X82 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BV528R		RETRATTORE SOLO P.DIVARIC.ADDOMIN.BV545	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BV555R		VALVE LATERALI,PAIO,48X59MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BV558R		VALVE LATERALI,PAIO,59X80MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	52.44.75		PINZA A DENTI SCHROEDER 250MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EO110R	PINZA A DENTI SCHROEDER 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	AESULAP	EO080R		PINZA BOZEMANN PER MEDICAZIONI RETTA	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	STIER	H112-31026		PINZA EMOSTATICA PEAN RET.240MM	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BJ055R	PINCE EMOST.MIXTER 228MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-451-23		PINCE EMOST.GEMINI 230MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
4	SIMAL	02.321.23		PINZA EMOST. BENGOLEA CRV.225MM	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0
4	ZEPF	12-5705-23		PINZA ISTERECTOMIA HOLZBACH 225MM	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH449R	PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.225MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MARTIN	13-393-20		PINZA BENGOLEA CRV.1X2D.245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-393-26		PINZA BENGOLEA CRV.1X2D.245MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BM068R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 235MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BM037R		DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	PILLING	15-2724		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM067R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM066R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	LEIBINGER	82-01104		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	13-410-16		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MEDICON	15.70.16		PINZA EMOST.RANKIN RET.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	WALGER	NON PRESENTE	BH442R	PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH444R	PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	MEDICON	16.22.18		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
3	MARTIN	13-414-16		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0
2	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BH642R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0
1	WALGER	NON PRESENTE	BH642R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BH176R	PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
4	AESULAP	BH644R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BF122R		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ZEPF	16-1700-25		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ELECTA	NON PRESENTE	BF122R	PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BF452R		PINZA P.TELO E TESSUTO 195MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	HEBU	780		PINZA P.TELO E TESSUTO 195MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF491R	CLAMP P.STERILIZZAZIONE BUNT 105MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	13-921-16		PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF426R	PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	BH645R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.185MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH108R	PINZA EMOST.MICRO-HALSTED RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	BH108R		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED RET.125MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH118R	PINZA MOSQUITO HALSTED RET.1X2D.125MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2	AESULAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STIER	H114-12313		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	MARTIN	56-231-11		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	56-231-12		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

CESTO 2

PESO 10,5 KG

S.O. GINECOLOGIA

KIT VAPORE

104					10	7	11	1	4	6	22	43	24	5	1	0	13
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JN742		VASCHETTA P.CONT.3/4 PERF.ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ R212-150		3/4-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	NON PRESENTE	JK779A	SOVRACOPERCHIO P/CONT.BASE 3/4 ALLU ARG.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SWANN MORTON	BS 2982		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	LAWTON	904-1055 RF		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD047R	PINZETTA ANAT.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	12-100-16		PINZETTA ANAT.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	BD051R		PINZETTA ANAT.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BD051R	PINZETTA ANAT.200MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD052R	PINZETTA P.MEDICAZ.ANAT.250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	DIMEDA	10.256.15		PINZETTA A DENTI MOD.RUSSO 150MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	07.14.14		PINZETTA A DENTI MOD.RUSSO 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCLAP	BD537R		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	STIER	H110-12618		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.180MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	12-301-16		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BD561R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	LEIBINGER	31-19222		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN905R	TUBO REDON CH.14 LEGG.CRV.PUNTA COLT.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AT ECON	70.567.26		CURETTE DOPPIA ZIGRINATA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	BT763R		SPATOLA ADDOM.MALLEAB.LUNG.330X50MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BG920	VALVA INFERIRORE PER RASCHIAMENTO, LEGGERMENTE CONCAVA, 28X70MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	CRM.06.03.010	RETRATTORE DI FARABEUF SAGOMATO L=220 (80X35) (65X30)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT406R	DIVARICAT. MIDDELDORPF,MEDIO,28X28MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	15-441-02		DIVARICAT. MIDDELDORPF GRANDE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BT657R		DIVARICAT. ADDOM. FRITSCH, LARG. MM 60	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BC267W		DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.230MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BC708R		FORBICI UTERINE SIMS CRV.210MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BC607R		FORBICI DISS.METZENBAUM CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STIER	NON PRESENTE	BC271R	DUROTIP FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 8283-17		FORBICI MAYO-STILLE CRV.170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BC591R		FORBICI LEXER P DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STIER	H108-17015		FORBICI MAYO RET.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BV369R		VALVA CENTRALE PER BV345, 74X82 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BV528R		RETRATTORE SOLO P.DIVARIC.ADDOMIN.BV545	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BV558R		VALVE LATERALI,PAIO,59X80MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	13-410-16		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BH442R	PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BH442R	PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH442R	PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BH442R	PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	BH444R		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.185MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
3	MARTIN	13-414-16		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BH642R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	16.12.16		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BH642R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BH642R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	BH644R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STIER	H112-32018		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH646R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	AESULAP	BF122R		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BF122R	PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
3	ZEPF	16-1700-25		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BF452R		PINZA P.TELO E TESSUTO 195MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STIER	NON PRESENTE	BF452R	PINZA P.TELO E TESSUTO 195MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	32-628-25		PINZA A DENTI BRAUN 250MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EO110R	PINZA A DENTI SCHROEDER 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	AESULAP	EO080R		PINZA BOZEMANN PER MEDICAZIONI RETTA	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STIER	H112-31026		PINZA EMOSTATICA PEAN RET.240MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BH470R	PINZA EMOSTATICA PEAN RET.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	BJ055R		PINCE EMOST.MIXTER 228MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
2	MEDICON	16.51.20		PINZA EMOST.HEISS LEGG.CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	BH207R	PINZA EMOST.HEISS LEGG.CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-429-22		PINZA EMOSTATICA ROBERTS CRV.250MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ZEPF	12-5705-23		PINZA ISTERECTOMIA HOLZBACH 225MM	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH449R	PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.225MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STIER	H112-31126		PINZA EMOSTATICA PEAN CRV.260MM	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-393-26		PINZA BENGOLEA CRV.1X2D.245MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-393-20		PINZA BENGOLEA CRV.1X2D.245MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BM078R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR 242MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BM037R		DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 250MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM067R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 051-080-20		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BM066R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF491R	CLAMP P.STERILIZZAZIONE BUNT 105MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	45.80.15		PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	MARTIN	13-921-16		PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BH108R		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED RET.125MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH108R	PINZA EMOST.MICRO-HALSTED RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	NON PRESENTE	BH118R	PINZA MOSQUITO HALSTED RET.1X2D.125MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AMPLIMED	NON PRESENTE	BH118R	PINZA MOSQUITO HALSTED RET.1X2D.125MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BH645R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.185MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PROFESIONAL	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	56-231-11		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

CESTO 3

PESO 10 KG

S.O. GINECOLOGIA

KIT VAPORE

103					9	8	6	0	1	1	6	72	40	14	0	0	18
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JN742		VASCHETTA P.CONT.3/4 PERF.ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ R212-150		3/4-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	NON PRESENTE	JK779A	SOVRACOPERCHIO P/CONT.BASE 3/4 ALLU ARG.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BB084R		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN907R	TUBO REDON CH.18 LEGG.CRV.PUNTA COLT.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	12-100-16		PINZETTA ANAT.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD049R	PINZETTA ANAT.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	LEIBINGER	31-19022		PINZETTA ANAT.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD051R	PINZETTA ANAT.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	NON PRESENTE	BD052R	PINZETTA P.MEDICAZ.ANAT.250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD755R	PINZETTA A DENTI MOD.RUSSO 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	BD760R		PINZETTA DISSEZIONE MOD.RUSSO 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	BD660R		PINZETTA DISSEZIONE GILLIES 1X2D.155MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	AESCLAP	BD557R		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEDICON	06.05.20		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
1	AESCLAP	BD671R		PINZETTA DISSEZIONE WAUGH 1X2D.200MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AT ECON	70.567.26		CURETTE DOPPIA ZIGRINATA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BT758R		SPATOLA ADDOM. HABERER, MALLEABILE, CON.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CROMA	NON PRESENTE	CRM.06.03.010	RETRATTORE DI FARABEUF SAGOMATO L=220 (80X35) (65X30)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BG920	VALVA INFERIRORE PER RASCHIAMENTO, LEGGERMENTE CONCAVA, 20 X 70 MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT657R	DIVARICAT. ADDOM. FRITSCH, LARG. MM 60	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	15-363-03		DIVARICAT. MIDDELDORPF,MEDIO,28X28MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	LAWTON	20-0628		DIVARICAT. MIDDELDORPF GRANDE 52 X 50 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BV528R	RETRATTORE SOLO P.DIVARIC.ADDOMIN.BV545	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BV369R	VALVA CENTRALE PER BV345, 74X82 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BV558R	VALVE LATERALI,PAIO,59X80MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BV555R	VALVE LATERALI,PAIO,48X59MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	BC591R		FORBICI LEXER P DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 8283-17		FORBICI MAYO-STILLE CRV.170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	11-170-14		FORBICI MAYO RET.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BC271R		DUROTIP FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	BC607R		FORBICI DISS.METZENBAUM CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC589R	FORBICI MAYO P.DISSEZ.CRV.210MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	BC267W		DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.230MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	BF493R		SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
3	MARTIN	13-410-16		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MARTIN	13-410-18		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.185MM	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH442R	PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH642R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	13-414-16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
3	MEDICON	NON PRESENTE	BH642R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0
1	AESULAP	BH642R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BH642R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
3	MARTIN	13-414-18		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	0	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MARTIN	13-414-18		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BF122R		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ZEPF	16-1700-25		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ELECTA	NON PRESENTE	BF122R	PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BF122R		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-935-20		PINZA P.TELO E TESSUTO 195MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	STIER	NON PRESENTE	BF452R	PINZA P.TELO E TESSUTO 195MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BF493R		SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	EO108R		PINZA A DENTI BRAUN 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	EO108R	PINZA A DENTI BRAUN 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	EO080R		PINZA BOZEMANN PER MEDICAZIONI RETTA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STIER	H112-31026		PINZA BOZEMANN PER MEDICAZIONI RETTA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
4	MARTIN	13-391-26		PINZA BENGOLEA CRV.245MM	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0
2	MARTIN	13-483-22		PINCE EMOST.O'SHAUGNESSY 220MM	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
4	ZEPF	12-5705-23		PINZA ISTERECTOMIA HOLZBACH 225MM	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-393-20		PINZA BENGOLEA CRV.1X2D.245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-393-26		PINZA BENGOLEA CRV.1X2D.245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BH449R	PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.225MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	16.11.24		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM037R	DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM068R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 235MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	AESULAP	BM077R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR 206MM	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM019R	DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	STIER	H112-31126		PINZA EMOSTATICA PEAN CRV.260MM	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2	AESULAP	BH645R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.185MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-322-12		PINZA MOSQUITO HALSTED RET.1X2D.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH120R	PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	SKIDMORE	NON PRESENTE	BH110R	PINZA EMOST.HALSTED RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	WOLKS	NON PRESENTE	BF426R	PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MARTIN	56-231-11		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

CESTO 4

PESO 10 KG

S.O. GINECOLOGIA

KIT VAPORE

97					7	3	2	0	4	2	16	63	35	12	4	0	12
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ R212-150		3/4-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	NON PRESENTE	JK779A	SOVRACOPERCHIO P/CONT.BASE 3/4 ALLU ARG.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BB084R		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	12-124-16		PINZETTA P.FILO TIPO OCHSNER 160MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LEIBINGER	31-19022		PINZETTA ANAT.200MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BD051R	PINZETTA ANAT.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDICON	06.00.25		PINZETTA P.MEDICAZ.ANAT.250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BD660R	PINZETTA DISSEZIONE GILLIES 1X2D.155MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SERVICE MED	NON PRESENTE	BD557R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	BD559R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCLAP	BD561R		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDICON	06.05.20		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.200MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BD672R	PINZETTA DISSEZIONE WAUGH 1X2D.250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	32-597-26		CURETTE DOPPIA ZIGRINATA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BT761R		SPATOLA ADDOM.MALLEAB.LUNG.330X30MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	CRM.06.03.010	RETRATTORE DI FARABEUF SAGOMATO L=220 (80X35) (65X30)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BG920	VAL.VA INFERIORE PER RASCHIAMENTO, LEGGERMENTE CONCAVA, 28 X 70MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT657R	DIVARICAT. ADDOM. FRITSCH, LARG. MM 60	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	15-441-01		DIVARICAT. MIDDELDORPF GARNDE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT406R	DIVARICAT. MIDDELDORPF,MEDIO,28X28MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BV528R	RETRATTORE SOLO P.DIVARIC.ADDOMIN.BV545	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BV369R	VALVA CENTRALE PER BV345, 74X82 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BV555R	VALVE LATERALI,PAIO,48X59MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BV558R	VALVE LATERALI,PAIO,59X80MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	11-170-14		FORBICI MAYO RET.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	M.E.S.A.	NON PRESENTE	BC592R	FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCUAP	BC606R		FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC589R	FORBICI MAYO P.DISSEZ.CRV.210MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC615R	FORBICI DISS.NELSON-METZENBAUM CRV.230MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	LEIBINGER	82-01104		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCUAP	BH166R		PINZA EMOST.CRILE RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	WALGER	NON PRESENTE	BH166R	PINZA EMOST.CRILE RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SIMAL	02.530.16		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
3	AESCUAP	BH644R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
1	MEDIVAL	3010-18		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	TEKNO	12078-16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MARTIN	13-414-16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BH176R	PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH176R	PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCUAP	BF122R		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	WALGER	NON PRESENTE	BF122R	PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0
2	MEDICON	19.50.24		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF122R	PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH217R	PINZA EMOST.HEISS CRV.1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	AESCUAP	EO108R		PINZA A DENTI BRAUN 250MM	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
2	AESCUAP	BH472R		PINZA EMOSTATICA PEAN RET.260MM	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
2	MARTIN	13-581-22		PINCE EMOST.GEMINI 230MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	AESCUAP	BH229R		PINZA BENGOLEA CRV.245MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	MARTIN	13-391-26		PINZA BENGOLEA CRV.245MM	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
4	MARTIN	13-719-23		PINZA ISTERECTOMIA WERTHEIM 235MM	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0
2	TEKNO	TK 15121-25		PINZA ULRICH-AESULAP P.MEDICA.CRV.265MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BF063R	PINZA ULRICH-AESULAP P.MEDICA.CRV.265MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-393-20		PINZA BENGOLEA CRV.1X2D.245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BH239R	PINZA BENGOLEA CRV.1X2D.245MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM030R	DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 270MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	BM027R		DUROGRIP PORTAGHI P.VASI SOTTILE 230MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM067R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	20-642-20		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	WOLKS	NON PRESENTE	BF426R	PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BF426R	PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	BH110R	PINZA EMOST.HALSTED RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BH110R	PINZA EMOST.HALSTED RET.125MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BH120R	PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH120R	PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	AESULAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	MARTIN	56-231-12		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BH645R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.185MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

CISTOSCOPIA CESTO 3

PESO 5,5 KG

S.O. GINECOLOGIA

KIT VAPORE

32					16	2	2	0	0	2	2	8	6	2	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK741		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:120MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK788		3/4-COPERCHIO BASIS, ORO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK778A		SOVRACOPERCHIO P/CONT.BASE 3/4 ALLU ORO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BD049R		PINZETTA ANAT.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC573R	FORBICI MAYO-STILLE CRV.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	13-311-12		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH338R	PINZA EMOST.SPENCER-WELLS RET.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	27050 E		RESETTORE MOVIMENTO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 SL		CAMICIA PER RESETTORE 8MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26050 T		DOPPIO UNCINO CURVO "FREDDO"	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26050 R		UNCINO RETTO "FREDDO"	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26050 U		UNCINO CURVO "FREDDO"	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STORZ	26050 G		ELETTRODO LACCIO RESECTOSCOPIO EJ270R	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26050 J		ELETTRODO CURVO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26050 M		ELETTRODO RETTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 L		UNCINO CURVO "CALDO"	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 NK		ELETTRODO A PALLINA 5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27026 EF		PARTE OPERATIVA CISTOSCOPIO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	27021 O		OTTURATORE D.4 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	27026 B		INTRODUTTORE CISTOSCOPIO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27026 BO		INTRODUTTORE COSTOSCOPIO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	277		CAVO MONOPOLARE PER RESETTORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	277		CAVO MONOPOLARE PER RESETTORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27502		RACCORDO LUER-LOCK CON RUBINETTO PER TUBO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	27500		RACCORDO LUER-LOCK PER TUBO, CONO ESTERNO D. 9MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	495 ND		CAVO A FIBRE OTTICHE D. 3,5MM L. 3,0M	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	39301 BS		VASSOIO PORTA OTTICHE CON COPERCHIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 XA		CAMICIA PER RESETTORE 5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27005 AA		OTTICA GRANDANG.D: 4,0MM, 0 GRADI,300 MM COD. COLORE VERDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	723750 E		PROTECTION TUBE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

COMPLEMENTARE dr DI LAZZARO
PESO 11,5 KG

S.O. GINECOLOGIA
KIT VAPORE

45					2	1	5	0	3	4	9	21	14	4	1	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JN444	VASCHETTA P.CONT.1/1 PERF.ALTEZZA:187MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK489	1/1-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	FB402R		PINZA ATR.MORSO 2MM 200MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD561R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	12-100-30		PINZETTA ANAT.300MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BD726R	PINZETTA DISS.STILLE-BARRAYA 3X4D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BD726R	PINZETTA DISS.STILLE-BARRAYA 3X4D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD727R		PINZETTA DISS.STILLE-BARRAYA 4X5D.250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDICON	06.83.95		PINZETTA DISS.STILLE-BARRAYA 4X5D.250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BT201R		UNCINO CUSHING,25 CM,TERMINALE 13X18 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BV610R	DIVARICATORE ADDOMINALE DI BALFOUR	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	BV608R		DIVARICATORE ADDOMINALE DI BALFOUR	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BV609R		VALVA MEDIA PER BV608, 62X76MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BV610R		DIVARICATORE ADDOMINALE DI BALFOUR	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	24.50.56		RETRATTORE SOLO DIVARIC.ADDOM.BV535/536	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	15-441-02		DIVARICAT. MIDDELDORPF GRANDE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	CRM.06.07.010	PALETTA DI PESTALOZZA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	BC607R		FORBICI DISS.METZENBAUM CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	KERNA	TQ 010-100-17		FORBICI MAYO RET.170MM	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	AESCU LAP	BH644R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BH216R	PINZA EMOST.HEISS RET.1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	REDA	13320-20		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH216R	PINZA EMOST.HEISS RET.1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	BJ026R		PINZA EMOST.OVERHOLT-GEISSEND.#6 226MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BH229R		PINZA BENGOLEA CRV.245MM	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
2	MARTIN	13-391-26		PINZA BENGOLEA CRV.245MM	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
2	MARTIN	13-429-22		PINZA EMOSTATICA ROBERTS CRV.250MM	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BJ055R		PINCE EMOST.MIXTER 228MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-581-22		PINCE EMOST.GEMINI 230MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	STILLE	NON PRESENTE	BH651R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.240MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MARTIN	30-170-20		PINZA INTESTINALE LOCKWOOS 200MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STIER	NON PRESENTE	EA037R	PINZA INTESTINALE PENNINGTON 200MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BM100R	DUROGRIP PORTAGHI WERTHEIM 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	MARTIN	20-659-24		DUROGRIP PORTAGHI WERTHEIM 240MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	M.E.S.A.	NON PRESENTE	BJ501R	PINZA EISTERECTOMIA PHANEUF 205MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

COMPLEMENTARE GINECOLOGIA

PESO 13,5 KG

S.O. GINECOLOGIA

KIT VAPORE

48					1	1	0	0	13	0	0	33	17	9	1	0	6
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR3060		MARTIN - CONTAINER 1 U.S. CON COPERCHIO, H.195MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	EL707R		SPECOLO VAGINALE DI BREISKY,100X35MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	EL698R		SPECOLO VAGINALE DI BREISKY,130X40MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
3	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EL705R	SPECOLO VAGINALE DI BREISKY,100X30MM	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EL444R	SPECOLO VAGINALE KRISTELLER,110X18MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	MEDICON	52.24.13		SPECOLO VAGINALE KRISTELLER,90X36MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EL870R		DIVARICAT. VAGINALE MARTIN,105X27MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	ULSS10	PR3061		RETRATTORE DOYEN, 30X120MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EL633R	SPECOLO VAGINALE DI DOYEN,120X35MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	EL629R		SPECOLO VAGINALE DI DOYEN,112X45MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EL738R		SPECOLO VAGINALE DI AU VARD,75X42-40MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT761R	SPATOLA ADDOM.MALLEAB.LUNG.330X30MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	ET221R	FORCIPE SIMPSON-BRAUN 350MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BV522R		RETRATTORE SOLO P.DIVARIC.ADDOMIN.BV531	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BV361R		VALVA CENTRALE PER DIVARICAT. ADDOMINALE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BV551R		VALVE LATERALI,PAIO,37X62MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	EO433R		TIRA-FIBROMA DI DOYEN	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	LEIBINGER	37-12181		FORBICI UTERINE SIMS CRV.230MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BC616R		FORBICI DISS.NELSON-METZENBAUM CRV.250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	BM096R		DUROGRIP PORTAGHI STRATTE 230MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ZE PPELIN	160 78.240		PINZA PER ISTERECTOMIA LAINZ ANGOLATA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ZE PPELIN	16178GY		PINZA PER ISTERECTOMIA LAINZ ANGOLATA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EA030R	PINZA INTESTINALE BABCOCK MM 155	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	EO150R		PINZA SCHROEDER 1X2 DENTI RETTA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	FB934R		PINZA SECONDO BABCOCK 220MM	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	BJ075R		PINZA P.LEGATURE SEC.KIEBACK 235MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BJ091R		PINCE EMOST.OVERHOLT FINE #1 297MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BJ520R		PINZA ISTERECTOMIA HEANEY 205MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	AESULAP	BJ521R		PINZA ISTERECTOMIA HEANEY 245MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	EM131R		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 1,5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	32-400-02		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEDICON	16.11.22		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.225MM	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PILLING	35-4836		PINZA ATRAUMATA DI COOLEY,CURVA,180 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	FB506R	PINZA ATRAUMAT. DEBAKEY-SATINSKY,235MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	24-425-26		CLAMP VASCOL.DE'BAKEY,MORSO 58MM,270MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LEIBINGER	02-08600		PINZA DE BAKEY PER ANEURISMA, 255MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	24-435-27		PINZA ATRAUMAT. DEBAKEY-PEAN 260MM,CURVA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	495 NCS	CAVO P.LUCE, FIBRA VETRO, D:4,8MM 2,5 M	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0007		TUBO IN GOMMA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	27500	RACCORDO LUER-LOCK PER TUBO, CONO ESTERNO D. 9MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26176 LA		CAVO BIPOLARE PER COAGULATORE, 3,5 M	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	GK245		CAVO ELETTRODI,3,5M PER SPINA A BANANA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GYRUS	3999		CAVO PER COAGULATORE, 3,5 M	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	H0	TELINO UTILIZZATO COME CESTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	10-130-03		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	12-301-16		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD579R	PINZETTA DISSEZIONE 2X3D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EO012R	ISTEROMETRO SIMS GRAD.MALLE.D:4/330MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BT020R		DIVARICATORE FARABEUF, DOPPIO,SERIE DI 2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BG924	VALVA INFERIORE PER RASCHIAMENTO, CONCAVA 40 X 80 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BG922	VALVA SUPERIORE PER RASCHIAMENTO, LEGGERMENTE CONCAVA, 36 X 80MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
1	AESULAP	BC592R		FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
				SPILLA CON BACKHAUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BF433R		PINZA CHAMP BACKHAUS 135MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	MARTIN	13-375-16		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	1	3	3	0	0	0	0
1	MARTIN	32-628-25		PINZA A DENTI BRAUN 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EO108R	PINZA A DENTI BRAUN 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ZEPF	16-1700-25		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BH642R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH642R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM077R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR 206MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MARTIN	13-935-20		PINZA P.TELO E TESSUTO 195MM	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
1	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BH139R	PINZA EMOSTATICA DANDY CRV.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BF433R		PINZA CHAMP BACKHAUS 135MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
3	AESULAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM133R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 3,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM104R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM134R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 4,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM105R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM135R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 5,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCLAP	EM106R		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM136R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 6,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM107R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	ALKER MEDICALE	GHOTO		SCALDA OTTICHE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	56-231-11		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	39301 B	VASSOIO P.1 OTTICA FINO A 340MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STORZ	26003 AA		OTTICA GRANDANG.D: 10 MM, 0 GRADI,330 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

VIDEOLAPARO 2

PESO 9 KG

S.O. GINECOLOGIA

KIT VAPORE

71					19	6	7	0	2	2	7	28	12	6	2	0	8
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK442		VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JP002		PRIMELINE, 1/1 COPERCHIO, BLU	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	COOPER SURGICAL	UMH600		MANIPOLATORE UTERINO RUMI COOPER SURGICAL	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DAVOL	5542900		CANNULA PER ASPIRAZIONE, CAMICIA + AGO, D.5,L.330MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DAVOL	5539700		SONDA IDRODISSEZIONE CON FORI DI IRRIGAZIONE, D.10, L.330MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26173 SRN		CONTRA-PORTAGHI RETTO CON ARRESTO D. 5MM 360MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	MICRO FRANCE	CEV 405		PINZA DA PRESA FENESTRATA DENTI FINI, MORSO 20 MM	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MICRO FRANCE	CM 112		PINZA LAPARO. MORSO COBRA 4X2 DENTI, MONOPOLARE, CON CREMAGLIERA, 350MM	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33121		IMPUGNATURA SENZA STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	34310 MA		INSERTO FORB.METZENB.DUROTIP 5/310MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33133		NUOVA IMPUGNATURA CON STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33310 MG		INSERTO PINZA PRESA 2X4DENTI 5/310MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	38121		MANIGLIA ANELLO ISOL.SZ.BLOCC.C.RACC.HF	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	38300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	38310 ON		INSERTO PINZA PRESA FINESTRATA 5/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	GK370P		TUBO ESTERNO ELETTRODO MONOP,D:5MM,L:350	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	GK373R		MANICO CON TUBO INTERNO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	GK384R		ELETTRODO MONOP.C.PUNTA TAGLIENTE SOLO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4055		ENDOMED - SPINGIFILI 415MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4056		AGO MONOPOLARE LUNGO ISOLATO, PER EXTRAUTERINA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR0007		TUBO IN GOMMA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	27281	RACCORDO CON OLIVA PER TUBO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	495 NE		CAVO P.LUCE, FIBRA VETRO, D:4,8MM 3,5 M	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GYRUS	3999		CAVO PER COAGULATORE, 3,5 M	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	GK246		CAVO COLL.VALLEYLAB,SPINA 8MM,PRESA 4MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26176 LA		CAVO BIPOLARE PER COAGULATORE, 3,5 M	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	H0	TELINO UTILIZZATO COME CESTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDIVAL	4100-16		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD559R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	BC592R		FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT020R	DIVARICATORE FARABEUF, DOPPIO,SERIE DI 2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	32-583-32		ISTEROMETRO DI SIMS GRADUATO D:4/330MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	EL579R		SPECOLO VAGINALE DI JACKSON,102X38MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BG924	VALVA INFERIORE PER RASCHIAMENTO, CONCAVA 40 X 80 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
4	AESULAP	BH167R		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	19.50.20	PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
2	MARTIN	13-414-16		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	20-642-20		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	EO110R		PINZA A DENTI SCHROEDER 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EO108R	PINZA A DENTI BRAUN 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	BF452R		PINZA P.TELO E TESSUTO 195MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF452R	PINZA P.TELO E TESSUTO 195MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BH139R		PINZA EMOSTATICA DANDY CRV.140MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	13-915-13		PINZA CHAMP BACKHAUS 135MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF433R	PINZA CHAMP BACKHAUS 135MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	AESULAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	STIER	H114-12313		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM133R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 3,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 180-350-04		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM134R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 4,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	32-400-05		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	EM135R		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 5,5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM106R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM136R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 6,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	EM107R		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ALKER MEDICALE	GHOTO		SCALDA OTTICHE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	39301 B		VASSOIO P.1 OTTICA FINO A 340MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26003 AA		OTTICA GRANDANG.D: 10 MM, 0 GRADI,330 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	56-231-11		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

VIDEOLAPARO 3

PESO 9,5 KG

S.O. GINECOLOGIA

KIT VAPORE

59					17	5	1	0	1	4	6	25	15	7	0	0	3
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	H0	MANCA UNA PINZA MICRO FRANCE CEV405	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK444		VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:187MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK489		1/1-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK476A	SOVRACOPERCHIO P/CONT.BASE 1/1 ALLU BLU	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	COOPER SURGICAL	UMH600		MANIPOLATORE UTERINO RUMI COOPER SURGICAL	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	DAVOL	A5542900		CANNULA PER ASPIRAZIONE, CAMICIA + AGO, D.5,L.330MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DAVOL	5539700		SONDA IDRODISSEZIONE CON FORI DI IRRIGAZIONE, D.10, L.330MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MICRO FRANCE	CEV 405		PINZA DA PRESA FENESTRATA DENTI FINI, MORSO 20 MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	MICRO FRANCE	CM 112		PINZA LAPARO. MORSO COBRA 4X2 DENTI, MONOPOLARE, CON CREMAGLIERA, 350MM	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33122		IMPUGNATURA CON STOP MANHES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33310 ON		INS.PINZA DA PRESA FINE FINES.5/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33133		NUOVA IMPUGNATURA CON STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33310 MG		INSERTO PINZA PRESA 2X4DENTI 5/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	38121		MANIGLIA ANELLO ISOL.SZ.BLOCC.C.RACC.HF	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	38310 KF		INSERTO PINZA PRESA FINESTRATA 5/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	GK370P		TUBO ESTERNO ELETTRODO MONOP,D:5MM,L:350	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	GK373R		MANICO CON TUBO INTERNO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	GK384R		ELETTRODO MONOP.C.PUNTA TAGLIENTE SOLO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26176 LA		CAVO BIPOLARE PER COAGULATORE, 3,5 M	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GYRUS	3999		CAVO PER COAGULATORE, 3,5 M	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GK245	CAVO ELETTRODI,3,5M PER SPINA A BANANA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0007		TUBO IN GOMMA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27500		RACCORDO LUER-LOCK PER TUBO, CONO ESTERNO D. 9MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RFQ	NON PRESENTE	495 NCS	CAVO P.LUCE, FIBRA VETRO, D:4,8MM 2,5 M	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	H0	TELINO UTILIZZATO COME CESTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BD557R		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	12-301-16		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	CROMA	NON PRESENTE	BT020R	DIVARICATORE FARABEUF, DOPPIO,SERIE DI 2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BG922	VALVA SUPERIORE PER RASCHIAMENTO, LEGGERMENTE CONCAVA 36 X 80 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BG924	VALVA INFERIORE PER RASCHIAMENTO, CONCAVA 40 X 80 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STILLE	101-8086-15		FORBICI STILLE CRV.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	ALKER MEDICALE	GHOTO		SCALDA OTTICHE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
4	MARTIN	13-375-16		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0
1	MARTIN	13-384-16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	13-414-16		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM067R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	EO108R		PINZA A DENTI BRAUN 250MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	MARTIN	13-935-20		PINZA P.TELO E TESSUTO 195MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BH139R	PINZA EMOSTATICA DANDY CRV.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	MEDICON	17.55.13		PINZA CHAMP BACKHAUS 135MM	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BF122R	PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF431R	VASSOIO P.1 OTTICA FINO A 340MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STORZ	26003 AA		OTTICA GRANDANG.D: 10 MM, 0 GRADI,330 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

COMPLEMENTARE VLS 1

PESO 10 KG

S.O. GINECOLOGIA

KIT VAPORE

47					31	1	6	0	0	0	1	8	4	3	1	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK444	VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:187MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK489	1/1-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STORZ	26175 BA		STRUMENTO PER IL FISSAGGIO DI MIOMI, PUNTA SPIRALE 10MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26175 B		TIRA-FIBROMA, 5/310MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26775 B		ELETTRODO DI COAGULAZIONE MANGESHIKAR CILINDRICO D. 5MM 360MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26775 R		ELETTRODO DI COAGULAZIONE SFERICO MANGESHIKAR D. 5MM 360MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4083		ADVANCED SURGICAL - SPINGIFILO A SPIRALE PICCOLA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	BEI	7800-1100		PORTAGHI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	26173 KL		DUROGRIP-PORTAGHI,CUR.A SINIS.,D:5/310MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	26173 KC		DUROGRIP PORTAGHI CURVO DX D:5/310MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	91.76.76		PINZA DA PRESA, MANICO CON CREMAGLIERA, 380MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	WECK	113699		PINZA MIOMI,DENT.2X2,10MM,LG.380MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33121		IMPUGNATURA SENZA STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STORZ	33310 MD		INSERTO PINZA MARYLAND 5/310MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33123		NUOVA IMPUGNATURA CON STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33310 ML		INSERTO PINZA MARYLAND 5/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33122		IMPUGNATURA CON STOP MANHES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	33310 K		INSERTO PINZA DA PRESA 5/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33122		IMPUGNATURA CON STOP MANHES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33310 KW		INSERTO PINZA DA PRESA MATKOWITZ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33122		IMPUGNATURA CON STOP MANHES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33310 UM		INSERTO PINZA DA PRESA PER OVAIE, GANASCE MOBILI, DENTATA D. 5MM 360MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26713030		MOTORE AD ALBERO CAVO, PER LAMA ROTOCUT	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26713036		IMPUGNATURA LAPAROSCOPICA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26713151		TROCAR CON PUNTA OBLIQUA D. 15MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26713142		OTTURATORE PUNTA CONICA D. 15MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STORZ	26713150		LAMA PER MORCELLATORE 15MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26713153		VALVOLA MOTORE NERA, 15 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STORZ	26713034		VALVOLA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26713035		IMPUGNATURA A 90°	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	STORZ	26713038		PIASTRA DISTALE	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	TECAES MEDICAL	SPG03XL		PROTESI THOMPSON D. 54MM XL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	TECAES MEDICAL	SPG03XL		PROTESI THOMPSON D. 46MM XL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26006 M		CAVO COLL.VALLEYLAB,SPINA 8MM,PRESA 4MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ETHICON	HARMONIC		MOTORE ULTRACISION	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ETHICON	TEST TIP		PUNTA TEST	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

COMPLEMENTARE VLS 2

PESO 5 KG

S.O. GINECOLOGIA

KIT VAPORE

22					20	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JP012		PRIMELINE, 3/4 COPERCHIO, BLU	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26173 KL		DUROGRIP-PORTAGHI,CUR.A SINIS.,D:5/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26173 KC		DUROGRIP PORTAGHI CURVO DX D:5/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26175 BA		STRUMENTO PER IL FISSAGGIO DI MIOMI, PUNTA SPIRALE 10MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26775 B		ELETTRODO DI COAGULAZIONE CILINDRICO MANGESHIKAR D. 5MM 360MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26775 R		ELETTRODO DI COAGULAZIONE SFERICO MANGESHIKAR D. 5MM 360MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26168 KB		ASTA DEL MANIPOLATORE UTERINO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26168 KA		IMPUGNATURA A "T", MANIPOLATORE UTERINO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26168 KG		ATTACCO A SPIRALE PICCOLO, D. 15MM, MANIPOLATORE UTE.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26168 KF		ATTACCO A SPIRALE GRANDE, D. 20MM, MANIPOLATORE UTE.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26168 KR		CHIAVE PER ATTACCO A SPIRALE, MANIPOLATORE UTE.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26168 KS		INSERTO 60MM, MANIPOLATORE UTE.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26168 KM		INSERTO 80MM, MANIOOLATORE UTE.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	NON PRESENTE	26168 KL	INSERTO 100MM, MANIPOLATORE UTE.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STORZ	26168 KE		CAMPANA PER CERVICE PICCOLA, 32X38MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26168 KD		CAMPANA PER CERVICE MEDIA, 32X40MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26168 KC		CAMPANA PER CERVICE GRANDE, 32X47MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTO COMPOSTO DA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33132		NUOVA IMPUGNATURA CON STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	33310 UM		INSERTO PINZA DA PRESA PER OVAIE, GANASCE MOBILI, DENTATA D. 5MM 360MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26006 M		CAVO COLL.VALLEYLAB,SPINA 8MM,PRESA 4MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AUTOSTATICO PER SALA PARTO

PESO 4,5 KG

S.O. GINECOLOGIA

KIT VAPORE

4					0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JN344	VASCHETTA P.CONT.1/2 PERF.ALTEZZA:187MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK389	1/2-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BV524R	RETRATTORE SOLO DIVARIC.ADDOM.BV535/536	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BV554R	VALVE LATERALI,PAIO,61X80MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

CESAREO PER SALA PARTO

PESO 6 KG

S.O. GINECOLOGIA

KIT VAPORE

44					7	0	6	4	2	1	5	19	11	2	2	0	4
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JN342	VASCHETTA P.CONT.1/2 PERF.ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK389	1/2-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 003-003-00		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	TONTARRA	003-004-00		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BD537R	PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	WALGER	NON PRESENTE	BD559R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD579R	PINZETTA DISSEZIONE 2X3D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	AESCU LAP	BD755R		PINZETTA A DENTI MOD.RUSSO 150MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AT ECON	70.567.26		CURETTE DOPPIA ZIGRINATA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STIER	H108-17115		FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC590R	FORBICI DISSEZ.LEXER SOTTILE RET.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	CROMA	CRM.06.03.010		RETRATTORE DI FARABEUF SAGOMATO L=220 (80X35) (65X30)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT406R	DIVARICAT. MIDDELDORPF,MEDIO,28X28MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	BV609R		VALVA MEDIA PER BV608, 62X76MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	STIER	H112-31026		PINZA EMOSTATICA PEAN RET.240MM	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	WALGER	NON PRESENTE	BF122R	PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF122R	PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	STIER	H112-32124		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.240MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	AESCU LAP	BF122R		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH642R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	BH644R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH644R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	STIER	H112-32018		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-414-16		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BH642R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	STIER	S12-26216		PINZA EMOST.RANKIN RET.160MM	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BH166R	PINZA EMOST.CRILE RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
2	LEIBINGER	NON PRESENTE	BH166R	PINZA EMOST.CRILE RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM068R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 235MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM067R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PICCOLI INTERVENTI 1
PESO 7 KG

S.O. GINECOLOGIA**KIT VAPORE**

68					4	1	0	0	0	4	18	41	23	6	0	0	12
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JN342	VASCHETTA P.CONT.1/2 PERF.ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK389	1/2-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	PARAGON	BS 2982		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	LAWTON	NON PRESENTE	BB077R	MANICO P.BISTURI NO.7 162MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	10-133-31		MANICO P.BISTURI N.3L 211MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	10-133-35		MANICO BISTURI NO.3 INCLIN.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	BD029R	PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD049R	PINZETTA ANAT.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	102-9040-25		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BD760R		PINZETTA DISSEZIONE MOD.RUSSO 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	BD559R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDICON	06.05.16		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BD671R		PINZETTA DISSEZIONE WAUGH 1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD561R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	CRM.06.03.008	RETRATTORE DI FARABEUF L=160 (35X10) (20X6)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	GUARDUCCI	NON PRESENTE	BG920	VALVA INFERIORE PER RASCIAMENTO, LEGGERMENTE CONCAVA 28 X 70MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BG922	VALVA SUPERIORE PER RASCHIAMENTO, LEGERMENTE CONCAVA, 36 X 80MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BG924	VALVA INFERIORE PER RASCHIAMENTO, CONCAVA 40 X 80 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	BC605R		FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	LEIBINGER	37-10751		DUROTIP FORBICI P.LEGAT.METZB.CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BC606R	FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	AESULAP	BC591R		FORBICI LEXER P DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MEDICON	03.06.16		FORBICI CHIR.RET.SM/AC 165MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF056R	PINZA MAIER P.POLIPI S.CREM.RET.265MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	MEDICON	52.44.55		PINZA A DENTI BRAUN 250MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	AESULAP	BF122R		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	14-352-25		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MEDICON	19.50.24		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MEDICON	16.51.20		PINZA EMOST.HEISS LEGG.CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH207R	PINZA EMOST.HEISS LEGG.CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STIER	H124-18420		PORTAGHI HEGAR-MAYO 200MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM017R	DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	13-921-16		PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	45.80.15		PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
4	MEDICON	50.03.19		PINZA ATR.ALLIS 7,0MM 200MM	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
4	SIMAL	NON PRESENTE	30-142-15	PINZA P.AFFERRARE BOYS-ALLIS MM 155	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH110R	PINZA EMOST.HALSTED RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	AESULAP	BH110R		PINZA EMOST.HALSTED RET.125MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BH642R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	13-414-16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	16.12.16		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH642R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
1	STORZ	535412		PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	FISCHER	NON PRESENTE	BH202R	PINZA EMOST. HALSTED RET.185MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-312-12		PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH120R	PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	MARTIN	56-231-11		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PICCOLI INTERVENTI 2

S.O. GINECOLOGIA

PESO 4 KG

KIT VAPORE

26					5	2	0	0	0	0	4	15	7	4	1	0	3
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JN342	VASCHETTA P.CONT.1/2 PERF.ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK389	1/2-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BB077R	MANICO P.BISTURI NO.7 162MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD049R	PINZETTA ANAT.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	REDA	11122-15		PINZETTA DISSEZIONE GILLIES 1X2D.155MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	12-301-18		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.180MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BC606R		FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCLAP	BC581R		FORBICI STILLE CRV.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	BC605R		FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
5	MARTIN	13-322-12		PINZA MOSQUITO HALSTED RET.1X2D.125MM	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
4	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EA016R	PINZA INTESTINALE ALLIS 5X6 DENTI MM155	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM013R	DUROGRIP PORTAGHI BABY-CRILE-WOOD 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM066R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	BH644R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	56-231-08		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	56-231-11		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

RESETTORE ENDOSCOPICO 2

PESO 5,5 KG

S.O. GINECOLOGIA

KIT VAPORE

25					18	1	0	0	0	2	2	2	1	1	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JN742		VASCHETTA P.CONT.3/4 PERF.ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK788		3/4-COPERCHIO BASIS, ORO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK776A		SOVRACOPERCHIO P/CONT.BASE 3/4 ALLU BLU	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BD030R		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 180MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC575R	FORBICI MAYO-STILLE CRV.170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STIER	NON PRESENTE	EL014R	SPECOLO VAGINALE COLLIN,100/90 X 32 MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 E		RESETTORE MOVIMENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27049 BO		OTTURATORE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	27050 SL		CAMICIA PER RESETTORE 8MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 R		ELETTRODO PER RESETTORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26050 T		DOPPIO UNCINO CURVO "FREDDO"	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26050 U		UNCINO CURVO "FREDDO"	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STORZ	26050 G		ELETTRODO LACCIO RESECTOSCOPIO EJ270R	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 L		UNCINO CURVO "CALDO"	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26050 J		ELETTRODO CURVO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26050 M		ELETTRODO RETTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 NK		ELETTRODO A PALLINA 5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	277		CAVO MONOPOLARE PER RESETTORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	277	CAVO MONOPOLARE PER RESETTORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RFQ	NON PRESENTE	495 NA	CAVO P.LUCE, FIBRA VETRO, D:4,8MM 2,5 M	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pagina 206 di 524

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	39301 B		VASSOIO P.1 OTTICA FINO A 340MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 XA		CAMICIA PER RESETTORE 5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27005 AA		OTTICA GRANDANG.D: 4,0MM, 0 GRADI,300 MM COD. COLORE VERDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	723750 E		PROTECTION TUBE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

RESETTORE ENDOSCOPICO 1

PESO 5,5 KG

S.O. GINECOLOGIA

KIT VAPORE

24					17	1	1	0	0	4	0	1	0	1	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK788		3/4-COPERCHIO BASIS, ORO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK778A		SOVRACOPERCHIO P/CONT.BASE 3/4 ALLU ORO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BD030R		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 180MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BC284R	DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STIER	NON PRESENTE	EL015R	SPECOLO VAGINALE COLLIN, SMONT., MEDIO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 E		RESETTORE MOVIMENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 XA		CAMICIA PER RESETTORE 5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27049 BO		OTTURATORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 SL		CAMICIA PER RESETTORE 8MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26050 U		UNCINO CURVO "FREDDO"	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26050 R		UNCINO RETTO "FREDDO"	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STORZ	26050 G		ELETTRODO LACCIO RESECTOSCOPIO EJ270R	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26050 J		ELETTRODO CURVO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26050 M		ELETTRODO RETTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 NK		ELETTRODO A PALLINA 5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27050 L		UNCINO CURVO "CALDO"	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	277		CAVO MONOPOLARE PER RESETTORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	277		CAVO MONOPOLARE PER RESETTORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pagina 208 di 524

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	RFQ	NON PRESENTE	495 NA	CAVO P.LUCE, FIBRA VETRO, D:4,8MM 2,5 M	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	39301 B		VASSOIO P.1 OTTICA FINO A 340MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27005 AA		OTTICA GRANDANG.D: 4,0MM, 0 GRADI,300 MM COD. COLORE VERDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	723750 E		PROTECTION TUBE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

REVISIONE 1

PESO 5 KG

S.O. GINECOLOGIA

KIT VAPORE

40					13	1	2	0	0	4	4	16	7	3	0	0	6
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK344		VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:187MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SAMO	NON PRESENTE	JK387	1/2-COPERCHIO BASIS, VERDE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK376A		SOVRACOPERCHIO P/CONT.BASE 1/2 ALLU BLU	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ELCON	140-328		PINZETTA ANAT.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EO010R	ISTEROMETRO DI SIMS GRADUATO D:4/330MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCLAP	ER221R		CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#1 8,5MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	ER222R		CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#2 10,5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	ER223R	CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#3 12,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	ER325R	CURET.UTER.RECAMIER SM/RIG.#5 15,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BG922	VALVA SUPERIORE PER RASCHIAMENTO, LEGGERMENTE CONCAVA 36 X 80 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BG924	VALVA INFERIORE PER RASCHIAMENTO, CONCAVA 40 X 80 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	EM132R		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 2,5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM103R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM133R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 3,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	32-400-04		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	32-401-04		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 4,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	32-400-05		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	32-401-05		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 5,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 180-350-06		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	32-401-06		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 6,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	32-400-07		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	32-401-07		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 7,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	32-400-08		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	32-401-08		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 8,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	32-400-09		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	32-401-09		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 9,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	EM110R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	32-401-10		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE MM 10,5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	EM111R		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 11	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	32-401-11		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE MM 11,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM112R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	MARTIN	32-628-25		PINZA A DENTI BRAUN 250MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	19.14.26		PINZA MAIER P.POLIP S.CREM.RET.265MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF122R	PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	14-352-25		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	STIER	H112-31026		PINZA BOZEMANN PER MEDICAZIONI RETTA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	CBM	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

REVISIONE 2

PESO 5 KG

S.O. GINECOLOGIA

KIT VAPORE

40					0	9	1	0	1	1	4	24	10	5	0	2	7
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCU LAP	JK340		VASCHETTA PER CONTAINER 1/2 ALTEZZA:90MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JK399 AUF JK339		1/2-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JK376A		SOVRACOPERCHIO P/CONT.BASE 1/2 ALLU BLU	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SAMO	NON PRESENTE	BD051R	PINZETTA ANAT.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EO012R	ISTEROMETRO SIMS GRAD.MALLE.D:4/330MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
1	AESCU LAP	ER221R		CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#1 8,5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	ER222R		CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#2 10,5MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	ER223R		CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#3 12,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	ER325R	CURET.UTER.RECAMIER SM/RIG.#5 15,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	EL579R		SPECOLO VAGINALE DI JACKSON,102X38MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BG924	VALVA INFERIORE PER RASCHIAMENTO, CONCAVA 40 X 80 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
1	AESCU LAP	EM132R		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 2,5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EM103R		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	KERNA	TQ 180-351.03		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 3,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM104R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM134R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 4,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM105R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	EM135R		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 5,5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EM106R		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EM136R		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 6,5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EM107R		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EM137R		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 7,5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EM108R		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	EM138R		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 8,5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	EM109R		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 9	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM139R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM110R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM140R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE MM 10,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM111R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM141R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE MM 11,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM112R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	AESCLAP	EO108R		PINZA A DENTI BRAUN 250MM	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BF056R	PINZA MAIER P.POLIP S.CREM.RET.265MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	BF118R		PINZA P.TAMPONI RAMPLEY 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	WALGER	NON PRESENTE	BF122R	PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STIER	NON PRESENTE	BH448R	PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.225MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	56-231-11		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

REVISIONE 3

PESO 5 KG

S.O. GINECOLOGIA

KIT VAPORE

39					2	2	0	0	2	2	3	28	7	4	1	5	11
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	JK344		VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:187MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JP022		PRIMELINE, 1/2 COPERCHIO, BLU	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LEIBINGER	31-19022		PINZETTA ANAT.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EO012R	ISTEROMETRO SIMS GRAD.MALLE.D:4/330MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	ER221R		CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#1 8,5MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	ER222R		CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#2 10,5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	ER223R	CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#3 12,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	ER325R	CURET.UTER.RECAMIER SM/RIG.#5 15,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BG922	VALVA SUPERIORE PER RASCHIAMENTO, LEGGERMENTE CONCAVA 36 X 80 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BG924	VALVA INFERIORE PER RASCHIAMENTO, CONCAVA 40 X 80 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
1	AESULAP	EM132R		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 2,5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 180-350-03		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM133R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 3,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM104R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	KERNA	180-351-04		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 4,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM105R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM135R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 5,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM106R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM136R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 6,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM107R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	52.31.07		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 7,5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM108R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM138R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 8,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM109R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM139R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM110R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM140R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE MM 10,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	KERNA	TQ 180-350-11		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 11	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM141R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE MM 11,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
1	AESULAP	EM112R		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 12	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	WALGER	NON PRESENTE	EO108R	PINZA A DENTI BRAUN 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	AESULAP	EO108R		PINZA A DENTI BRAUN 250MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF056R	PINZA MAIER P.POLIPI S.CREM.RET.265MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	BF118R		PINZA P.TAMPONI RAMPLEY 250MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BF122R		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	BH448R	PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.225MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	56-231-11		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

REVISIONE 4

PESO 5 KG

S.O. GINECOLOGIA

KIT VAPORE

39					4	2	1	0	0	2	3	27	7	5	0	2	13
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCU LAP	JK344		VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:187MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JK397 AUF JK339		1/2-COPERCHIO BASIS, VERDE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JK376A		SOVRACOPERCHIO P/CONT.BASE 1/2 ALLU BLU	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD051R		PINZETTA ANAT.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	32-584-32		ISTEROMETRO SIMS GRAD.MALLE.D:4/330MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
1	AESCU LAP	ER221R		CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#1 8,5MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	ER222R		CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#2 10,5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	ER223R	CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#3 12,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	ER325R	CURET.UTER.RECAMIER SM/RIG.#5 15,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EL579R	SPECOLO VAGINALE DI JACKSON,102X38MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BG924	VALVA INFERIORE PER RASCHIAMENTO, CONCAVA 40 X 80 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
1	AESCU LAP	EM132R		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 2,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	32-400-03		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EM133R		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 3,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM104R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	32-401-04		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 4,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EM105R		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM135R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 5,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM106R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM136R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 6,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM107R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM137R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 7,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM108R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	EM138R		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 8,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM109R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM139R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM110R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM140R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE MM 10,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM111R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCLAP	EM141R		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE MM 11,5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM112R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	EO108R	PINZA A DENTI BRAUN 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EO108R	PINZA A DENTI BRAUN 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	14-222-27		PINZA MAIER P.POLIPI C.CREM.RET.265MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	AESCLAP	BF122R		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 12081-22		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.225MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

REVISIONE 5

PESO 5 KG

S.O. GINECOLOGIA

KIT VAPORE

39					13	5	0	0	0	3	2	16	4	5	1	1	5
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK344		VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:187MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JP022		PRIMELINE, 1/2 COPERCHIO, BLU	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BD051R		PINZETTA ANAT.200MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EO012R	ISTEROMETRO SIMS GRAD.MALLE.D:4/330MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCLAP	ER221R		CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#1 8,5MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	ER222R		CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#2 10,5MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	ER223R	CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#3 12,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	ER325R		CURET.UTER.RECAMIER SM/RIG.#5 15,0MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BG922	VALVA SUPERIORE PER RASCHIAMENTO, LEGGERMENTE CONCAVA 36 X 80 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BG924	VALVA INFERIORE PER RASCHIAMENTO, CONCAVA 40 X 80MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	32-400-02		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	32-400-03		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM133R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 3,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM104R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	EM134R		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 4,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCLAP	EM105R		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	32-401-05		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 5,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	32-400-06		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	32-401-06		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 6,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	32-400-07		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	32-401-07		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 7,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	32-400-08		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	32-401-08		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 8,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	32-400-09		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	32-401-09		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 9,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	32-400-10		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	EM140R		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE MM 10,5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM111R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	KERNA	TQ 180-351-11		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE MM 11,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 180-350-12		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	AESULAP	EO108R		PINZA A DENTI BRAUN 250MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF056R	PINZA MAIER P.POLIP S.CREM.RET.265MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	BF122R		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF122R	PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BH648R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.225MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	56-231-11		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

REVISIONE 6

PESO 5 KG

S.O. GINECOLOGIA

KIT VAPORE

39					11	1	1	0	2	1	2	21	8	5	0	0	8
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JN344		VASCHETTA P.CONT.1/2 PERF.ALTEZZA:187MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JP022		PRIMELINE, 1/2 COPERCHIO, BLU	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BD051R		PINZETTA ANAT.200MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 180-527-29		ISTEROMETRO DI MARTIN GRADUATO D:4/290MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	ER221R		CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#1 8,5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	ER222R		CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#2 10,5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	ER223R	CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#3 12,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	ER325R	CURET.UTER.RECAMIER SM/RIG.#5 15,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EL579R	SPECOLO VAGINALE DI JACKSON,102X38MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BG924	VALVA INFERIORE PER RASCHIAMENTO, CONCAVA 40 X 80 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCLAP	EM132R		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 2,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 180-350-03		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	EM133R		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 3,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	32-400-04		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM134R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 4,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM105R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	KERNA	TQ -180-351-05		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 5,5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM106R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM136R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 6,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM107R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM137R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 7,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM108R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM138R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 8,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	KERNA	TQ 180-350-09		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ -180-351-09		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 9,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM110R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	EM140R		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE MM 10,5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	32-400-11		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	32-401-11		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE MM 11,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	32-400-12		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCLAP	EO108R		PINZA A DENTI BRAUN 250MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EO108R	PINZA A DENTI BRAUN 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	14-222-27		PINZA MAIER P.POLIPI C.CREM.RET.265MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCLAP	BF122R		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BJ501R	PINZA EISTERECTOMIA PHANEUF 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	56-231-11		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

REVISIONE 7

PESO 5,5 KG

S.O. GINECOLOGIA

KIT VAPORE

39					5	1	2	0	7	1	7	16	6	1	0	3	6
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK342	VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK389	1/2-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD050R	PINZETTA ANAT.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	32-584-32		ISTEROMETRO SIMS GRAD.MALLE.D:4/330MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
1	AESULAP	ER221R		CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#1 8,5MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	ER222R		CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#2 10,5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	ER223R		CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#3 12,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	ER325R		CURET.UTER.RECAMIER SM/RIG.#5 15,0MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	EL578R	SPECOLO VAGINALE DI JACKSON,89X38MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BG924	VALVA INFERIORE PER RASCHIAMENTO, CONCAVA 40 X 80MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	32-401-02		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 2,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM103R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	32-401-03		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 3,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM104R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM134R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 4,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM105R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	EM135R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 5,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM106R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM136R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 6,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM107R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 7	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM137R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 7,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
1	AESULAP	EM108R		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	EM138R		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 8,5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	EM109R		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 9	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	EM139R		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 9,5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	EM110R		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	32-401-10		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE MM 10,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	32-400-10		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	EM141R		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE MM 11,5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	32-400-12		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-410-24		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.240MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BF118R		PINZA P.TAMPONI RAMPLEY 250MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BF122R		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	14-222-27		PINZA MAIER P.POLIP C.CREM.RET.265MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	EO108R		PINZA A DENTI BRAUN 250MM	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	56-231-11		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

REVISIONE 8

PESO 5,5 KG

S.O. GINECOLOGIA

KIT VAPORE

39					3	1	2	0	2	1	9	21	7	3	0	2	9
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK342	VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK389	1/2-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	06.00.20		PINZETTA ANAT.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 180-527-29		ISTEROMETRO DI MARTIN GRADUATO D:4/290MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	ER221R		CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#1 8,5MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	ER222R		CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#2 10,5MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	ER223R		CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#3 12,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	ER325R		CURET.UTER.RECAMIER SM/RIG.#5 15,0MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EL578R	SPECOLO VAGINALE DI JACKSON,89X38MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BG924	VALVA INFERIORE PER RASCHIAMENTO, CONCAVA 40 X 80MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	32-401-02		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 2,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EM103R		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM133R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 3,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	NON PRESENTE	EM104R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	EM134R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 4,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM105R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM135R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 5,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM106R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	EM136R		DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 6,5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM107R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM137R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 7,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM108R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM138R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 8,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM109R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM139R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE, MM 9,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	KERNA	TQ 180-350-10		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM140R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE MM 10,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	EM111R		DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 11	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	EM141R	DILAT. UTERINO HEGAR, SEMPLICE MM 11,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDIVAL	NON PRESENTE	EM112R	DILAT. UTERINO DI HEGAR, SEMPLICE, MM 12	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 15121-22		PINZA AESULAP P.MEDICAZIONI CRV.220MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BF118R		PINZA P.TAMPONI RAMPLEY 250MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BF122R		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF056R	PINZA MAIER P.POLIP S.CREM.RET.265MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	EO108R		PINZA A DENTI BRAUN 250MM	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

FORBICI VLS MONOPOLARI 1

S.O. GINECOLOGIA

PESO 0,1 KG

SET VAPORE

3					2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AB MEDICA	NON PRESENTE	PO958R	NUOVA IMPUGNATURA SENZA STOP	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AB MEDICA	13 R 1		TUBO ESTERNO 10/10MM,PSTRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AB MEDICA	13 M 11		INSERTO FORBICI METZENBAUM 10/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

FORBICI VLS MONOPOLARI 2

PESO 0,1 KG

S.O. GINECOLOGIA

SET VAPORE

3					2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AB MEDICA	NON PRESENTE	PO958R	NUOVA IMPUGNATURA SENZA STOP	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AB MEDICA	13 R 1		TUBO ESTERNO 10/10MM,PSTRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AB MEDICA	13 M 11		INSERTO FORBICI METZENBAUM 10/310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PINZA VLS BIPOLARE 1

PESO 0,1 KG

S.O. GINECOLOGIA

SET VAPORE

3					3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	38121		MANIGLIA ANELLO ISOL.SZ.BLOCC.C.RACC.HF	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	38300		TUBO ESTERNO 5/5MM,P.STRUMENTI LG.310MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	38310 MD		INSERTO PINZA DA PRESA SEC. KELLY, BIPOL., 5MM L.360MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

KOH CUP 1

PESO 0,1 KG

S.O. GINECOLOGIA

SET VAPORE

4					3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR1056		SCATOLA PORTASTRUMENTI FORATA CON COPERCHIO, 100X120X80MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	COOPER SURGICAL	KCS-30		KOH CUP 30MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	COOPER SURGICAL	KCS-35		KOH CUP 35MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	COOPER SURGICAL	KCS-40		KOH CUP 40MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

OTTICA 30° 4MM +ISTEROSCOPIO 1

S.O. GINECOLOGIA

PESO 0,1 KG

SET VAPORE

4					1	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	39301 BS		VASSOIO PORTA OTTICHE CON COPERCHIO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27005 BA		OTTICA GRANDANG.D: 4,0MM,30 GRADI,302 MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	723750 E		PROTECTION TUBE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26163 V		CAMICIA ESTERNA PER OTTICA 4MM, CON RUBINETTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

OTTICA 30° 4MM +ISTEROSCOPIO 2

S.O. GINECOLOGIA

PESO 0,1 KG

SET VAPORE

4					3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	39301 B		VASSOIO P.1 OTTICA FINO A 340MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27005 BA		OTTICA GRANDANG.D: 4,0MM,30 GRADI,302 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	723750 E		PROTECTION TUBE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26163 V		CAMICIA ESTERNA PER OTTICA 4MM, CON RUBINETTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

OTTICA 30° 4MM +ISTEROSCOPIO 3

S.O. GINECOLOGIA

PESO 0,1 KG

SET VAPORE

4					4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STORZ	39301 B		VASSOIO P.1 OTTICA FINO A 340MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	27005 BA		OTTICA GRANDANG.D: 4,0MM,30 GRADI,302 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	723750 E		PROTECTION TUBE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26163 V		CAMICIA ESTERNA PER OTTICA 4MM, CON RUBINETTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

OTTICA 0° 5MM 2

S.O. GINECOLOGIA

PESO 0,1 KG

SET VAPORE

5					4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	OLYMPUS	WA05990A		VASSOIO PORTA OTTICHE 440X80X30MM CON COPERCHIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	39301 BS		VASSOIO PORTA OTTICHE CON COPERCHIO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26046 AA		OTTICA GRANDANG.D: 5,0MM, 0 GRADI,310 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	OLYMPUS	WA50372B		OTTICA GRANDANG.D: 5,0MM, 0 GRADI,310 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	723750 E		PROTECTION TUBE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

MANIPOLATORE UTERINO
PESO 2,5 KG

S.O. GINECOLOGIA
PACCO VAPORE

13					12	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JF222R	1/1 CESTELLO PERFORATO 540X253X56MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26168 DA		MANICO PER MANIPOLATORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26168 DB		MANICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26168 DC		BLOCCO VALVA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26168 DD		SET GUARNIZIONI IN SILICONE, 3 MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26168 DE		GUAINA PER MANIPOLATORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26168 DF		INSERTO OPERATIVO, CONICO CON FILO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26168 DG		INSERTO OPERATIVO, CONICO CON FILO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26168 DH		INSERTO OPERATIVO, CONICO CON FILO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26168 DI		INSERTO OPERATIVO CONICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26168 DK		VALVA ANATOMICA, CORTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26168 DM		VALVA ANATOMICA MEDIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	26168 DL		VALVA ANATOMICA GRANDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

SPECIALITA'	CODICE CDC
S.O. O.R.L.	420902

Q.TA'	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
205	11	15	10	1	10	9	45	104	42	20	3	0	39

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PICCOLI INTERVENTI 1
PESO 5 KG

S.O. O.R.L.
KIT VAPORE

48					3	1	-1	1	1	1	8	34	20	8	1	0	5
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JN342	VASCHETTA P.CONT.1/2 PERF.ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK389	1/2-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	NON PRESENTE	JF112R	1/2 CESTELLO PERFORATO 243X253X56MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BB073R	MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	BB084R	MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OL165R	MR-ELEVATORE FREER,TAGLIENTE/SMUSSO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	HERZBERG	NON PRESENTE	RU 4002-16	DUROGRIP PINZETTA 2MM L.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	WALGER	NON PRESENTE	BD878R	PINZETTA LUCAE BAION.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD537R		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	BD587R		PINZETTA DISSEZIONE 3X4D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	BD589R	PINZETTA DISSEZIONE 3X4D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT020R	DIVARICATORE FARABEUF, DOPPIO,SERIE DI 2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	BT902R		DIVARICAT.,MODIF.MANNERFELT,1DENTE,ACUTO	0	1	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BT118R		UNCINO, MODELLO FINE, 3 DENTI SMUSSI	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	15-242-02		DIVARICAT. KOCHER, SEMI-ACUTO, 2 DENTI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	STORZ U.S.A.	NON PRESENTE	203417	CANNULA DI ASPIRAZIONE BARON CON FORO INTERRUETTORE SUZIONE, 1,7MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	203730		ASPIRATORE D. 3MM L.OPER. 110MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STORZ	203720		ASPIRATORE D. 2MM L.OPER. 110MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	JAKOBI	17 0221		DIVARICATORE AUTOSTATICO ALM, 4X4 DENTI 6MM, ACUTO 100MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	RICHARDS	55-0160		DIVARICATORE DI WULLSTEIN, 130MM,ACUTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	AESCU LAP	BV075R		DIVARICAT. WEITLANER, CHIUSURA LT, SMUS.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	02.21.12		FORBICI OFTALMOLOGIA E LEGAT.120MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	11-363-14		DUROTIP FORBICI P.LEGAT.METZB.CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	11-170-14		FORBICI MAYO RET.140MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STIER	H108-17115		FORBICI STILLE CRV.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	13-385-16		PINZA EMOST.CRILE CRV.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BH155R	PINZA EMOST.CRILE CRV.1X2D.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH155R	PINZA EMOST.CRILE CRV.1X2D.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	BJ013R		PINZA EMOST.BABY-ADSON 140MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH111R	PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MEDICON	15.41.12		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
5	AESULAP	BH111R		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	1	1	3	3	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BF300R	PINZA ARTERIE CHAPUT PICC.2X3D.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	EA016R		PINZA INTESTINALE ALLIS 5X6 DENTI MM155	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	BM200R		PORTAGHI CONVERSE 129MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM013R	DUROGRIP PORTAGHI BABY-CRILE-WOOD 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ELCON	200-170		DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STIER	H114-12313		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SIMAL	02.321.23		PINZA P.ARTERIE DUNHILL CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

PICCOLI INTERVENTI 2

PESO 5 KG

S.O. O.R.L.

KIT VAPORE

43					0	4	2	0	4	3	13	17	5	1	0	0	11
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR2053		CONTAINER 1/2US CON COPERCHIO H.135MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF112R	1/2 CESTELLO PERFORATO 243X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	BB084R		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	01.27.03		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STORZ	426516		PINZETTA JANSEN BAION.160MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD537R		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD597R		PINZETTA DISSEZIONE 4X5D.145MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BD597R		PINZETTA DISSEZIONE 4X5D.145MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HERZBERG	NON PRESENTE	RU 4002-16	DUROGRIP PINZETTA 145MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	11-327-14		FORBICI DI METZENBAUM, CURVE, MM 145	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	101-8115		FORBICE LAME 35MM ACUTE L.145MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BC581R		FORBICI STILLE CRV.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STIER	H108-17015		FORBICI MAYO RET.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BT020R		DIVARICATORE FARABEUF, DOPPIO,SERIE DI 2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BT118R		UNCINO, MODELLO FINE, 3 DENTI SMUSSI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BT128R		DIVARIC. FERITE E TRACHEA,SMUSSO 3 DENTI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	N 1132		DISSETTORE LEGG. CURVO 4MM L.160MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BT902R		DIVARICAT.,MODIF.MANNERFELT,1DENTE,ACUTO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AMPLIMED	NON PRESENTE	BV067R	DIVARICAT.,WEITLANER,3X4DENTI,SEMI-ACUTO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BV077R	DIVARICATORE DI WULLSTEIN, CM 13,SMUSSI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	203740	ASPIRATORE D. 4MM L.110MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	203720	ASPIRATORE D. 2MM L.OPER. 110MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STORZ	203417		CANNULA DI ASPIRAZIONE BARRON, 2MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	BH111R		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	LEIBINGER	82-01007		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	13-321-12		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BH111R	PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	15.47.12		PINZA MOSQUITO HALSTED CRV.1X2D.125MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH111R	PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	MD465R	PINZA ARTERIALE COLLER CURVA 143MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	BJ013R		PINZA EMOST.BABY-ADSON 140MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	EA015R		PINZA INTEST. DI ALLIS, 4X5 DENTI, MM155	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BF300R	PINZA ARTERIE CHAPUT PICC.2X3D.125MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-410-18		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.185MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM013R	DUROGRIP PORTAGHI BABY-CRILE-WOOD 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	TEKNO	TK 20503-14		DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-391-26		PINZA BENGOLEA CRV.245MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG521R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,063 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

TONSILLE ADENOIDI 2

PESO 3,5 KG

S.O. O.R.L.

KIT VAPORE

24					6	0	0	0	1	0	3	14	6	1	0	0	7
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	JK340		VASCHETTA PER CONTAINER 1/2 ALTEZZA:90MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JP024		PRIMELINE, 1/2 COPERCHIO, OCRA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LAWTON	NON PRESENTE	BB075R	MANICO P.BISTURI N.3L 211MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	38-212-10		STAFFA SOLA, PER OM 110	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OM103R	ABASSA-LINGUA SOLO MC'IVOR 25X75MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OM102R	ABASSA-LINGUA SOLO MC'IVOR 25X62MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OM104R	STAFFA SOLA, PER OM 100	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	OM471R		COLTELLO DI BARNHILL PER VEG.ADENOIDI #1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	OM473R		COLTELLO DI BARNHILL PER VEG.ADENOIDI #3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	OM474R		COLTELLO DI BARNHILL PER VEG.ADENOIDI #4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	OM617R		PINZA DI BLOHMKE P.AFFER.LE TONSILLE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MOVI	NON PRESENTE	OM668R	SEPARATORE E SCOLLATORE DI HENKE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	18-529-35	CANNULA ASPIRAZIONE LUER, L.OP. 110MM D.3,5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	ULSS10	PR4017		ASPIRATORE D.8MM 170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BH126R	PINZA P.ARTERIE CAIRNS CRV.LAT.150MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH961R	PINZA EMOST.TONSILLE SCHNIDT CRV.185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SERVICE MED	NON PRESENTE	BH963R	PINZA EMOST.TONSILLE SCHNIDT CRV.185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	CHIMO	SRS 277		FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BC592R	FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	VALLEYLAB	E 700176		PINZA COAGUL.ISOL.OP.155MM PUNTE ANGOLATE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GK183	CAVO BIPOL.2 SPINE BAN.SPINA EURO PIATTA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	LAWTON	07-1132		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

COMPLEMENTARE TONSILLE

PESO 5,5 KG

S.O. O.R.L.

KIT VAPORE

30					0	1	9	0	1	0	5	14	1	3	1	0	9
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR2053		CONTAINER 1/2US CON COPERCHIO H.135MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	NON PRESENTE	JF112R	1/2 CESTELLO PERFORATO 243X253X56MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	744201		ABBASSA-LINGUA DI RUSSEL-DAVIS, 67X29MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	744202		ABBASSA-LINGUA DI RUSSEL-DAVIS, 75X33MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	744203		ABBASSA-LINGUA DI RUSSEL-DAVIS, 85X38MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	744204		ABBASSA-LINGUA DI RUSSEL-DAVIS, 92X40MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	744205		ABBASSA-LINGUA DI RUSSEL-DAVIS, 100X46MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	744500		STAFFA CON 2 SUPPORTI SCORREVOLI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	OM061R		APRI-BOCCA DI WHITEHEAD, MM110	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	72.07.33		APRI-BOCCA DI WHITEHEAD, MM130	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	72.01.25		ABBASSA-LINGUA DI HARTMANN, MM150	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	OM235R		ABBASSA-LINGUA DE TOBOLD, MM160	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OM111R	ABASSA-LINGUA SOLO, PER OM 116, 19X25MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OM208R	ABBASSA-LINGUA DI BRUENINGS, MM190	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	OM637R		SEPARATORE DI NAGER PER TONSILLE, MM230	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	37-755-02		COLTELLO DI BECKMANN, FIG.1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	OM205R		ABBASSA-LINGUA DI BUCHWALD, MM180	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD032R	PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	BT185R		DIVARICATORE DI CUSHING, 14 X 18 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	OM472R		COLTELLO DI BARNHILL PER VEG.ADENOIDI #2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OM523R	COLTELLO ANUL.CLAIR-THOMPSON, FIG.3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	13-451-23		PINCE EMOST.GEMINI 230MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM026R	DUROGRIP PORTAGHI P.VASI SOTTILE 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM100R	DUROGRIP PORTAGHI WERTHEIM 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	OM617R		PINZA DI BLOHMKE P.AFFER.LE TONSILLE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	OM700R		FORBICI DI DEAN, PER TONSILLE, MM170	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR3062		ASPIRATORE NERO CON COAGULAZIONE, D.4,5 L.UTILE 150, L.TOT 240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OM253R	DIVARICAT.GUANCE DE STERNBERG 136MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

TRACHEOSTOMIA 2

PESO 5 KG

S.O. O.R.L.

KIT VAPORE

50					2	9	0	0	3	2	15	19	8	5	1	0	5
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK340		VASCHETTA PER CONTAINER 1/2 ALTEZZA:90MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK386		1/2-COPERCHIO BASIS, BLU	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK379A		SOVRACOPERCHIO P/CONT.BASE 1/2 ACCIAIO LEGATO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JG113R	PANIERE 1/2 F.SENZA PIEDINI 243X253X64MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	AESCLAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BD049R		PINZETTA ANAT.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD164R	DUROGRIP PINZETTA 145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	12-301-16		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BD549R		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BD589R	PINZETTA DISSEZIONE 3X4D.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	07.30.16		PINZETTA JANSEN BAION.160MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BT118R		UNCINO, MODELLO FINE, 3 DENTI SMUSSI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	15-181-02		DIVARICATORI,DUE DENTI,SMUSSI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	BM811R	AGO DESCHAMPS SMUSSO CRV.DES.215MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BT020R		DIVARICATORE FARABEU, DOPPIO,SERIE DI 2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	CROMA	CRM.06.03.044		RETRATTORE DI FARABEU L=175 (57X13) (35X10)	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
2	CROMA	CRM.06.03.014		RETRATTORE DI FARABEU L=160 (45X13) (35X10)	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	66.08.07		SPECOLO NASALE DI KILLIAN, CM 14	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	18-529-30	CANNULA ASPIRAZIONE LUER, L.OP. 110MM D.3,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	18-529-35	CANNULA ASPIRAZIONE LUER, L.OP. 110MM D.3,5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	18-529-45	CANNULA ASPIRAZIONE LUER, L.OP. 130MM D.4,5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	18-569-21	CANNULA ASPIRAZIONE NUBOER L.OP. 210MM D.6,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	37-309-02		PINZA NASALE HARTMANN, FIG.2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	11-184-16		FORBICI MAYO RET.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC261R	DUROTIP FORBICI P.LEGAT.METZB.CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	11-181-15		FORBICI STILLE CRV.150MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BC581R		FORBICI STILLE CRV.150MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	MARTIN	13-375-16		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	BH642R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BH642R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BH119R		PINZA MOSQUITO HALSTED CRV.1X2D.125MM	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BH131R		PINZA EMOST.PROVIDENCE-HOSP.CRV.140MM	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BH111R		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MARTIN	13-321-12		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED CRV.125MM	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BJ013R		PINZA EMOST.BABY-ADSON 140MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	17.30.14		PINZA ARTERIE CHAPUT PICC.2X3D.125MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF300R	PINZA ARTERIE CHAPUT PICC.2X3D.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	BJ326R		PINZA PERITONEO FAURE 205MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM035R	DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM100R	DUROGRIP PORTAGHI WERTHEIM 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	56-231-08		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

FRATTURA OSSA NASALI 1

S.O. O.R.L.

PESO 0,1 KG

SET VAPORE

5					0	0	0	0	0	2	1	2	0	1	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	STIER	NON PRESENTE	BD880R	PINZETTA JANSEN BAION.160MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	BC592R		FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	18-529-30	CANNULA ASPIRAZIONE LUER, L.OP. 110MM D.3,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCULAP	OK093R		SPECOLO NASALE DI KILLIAN, CM 14	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

FRATTURA OSSA NASALI 2

S.O. O.R.L.

PESO 0,1 KG

SET VAPORE

5					0	0	0	0	0	1	0	4	2	1	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	TEKNO	TK 11607-16		PINZETTA JANSEN BAION.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STIER	H108-17115		FORBICI STILLE CRV.150MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	18-529-35	CANNULA ASPIRAZIONE LUER, L.OP. 110MM D.3,5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	TEKNO	TK 50813-02		SPECOLO NASALE DI KILLIAN, CM 14	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

SPECIALITA'	CODICE CDC
S.O. ORTOPEDIA	420902

Q.TA'	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2975	1226	433	92	0	126	87	240	771	319	177	15	0	260

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

BASETTA 1

PESO 8,5 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

74					1	1	4	0	2	5	8	53	34	9	1	0	9
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCU LAP	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JP013		PRIMELINE, 3/4 COPERCHIO, VERDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	10-130-03		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 003-003-00		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PARAGON	NON PRESENTE	BB084R	MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	10-133-31		MANICO P.BISTURI N.3L 211MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN904R	TUBO REDON CH.12 LEGG.CRV.PUNTA COLT.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	AESCU LAP	BD029R		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	SIMAL	0128020		PINZETTA COOLEY 200MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD597R		PINZETTA DISSEZIONE 4X5D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	BD660R		PINZETTA DISSEZIONE GILLIES 1X2D.155MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	BD557R		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	BD559R		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD560R		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.180MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD662R		PINZETTA DISSEZ.GERALD RET.1X2D.175MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	12-392-18		PINZA A DENTI WAUGH 1X2D.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	HELJESTRAND	NON PRESENTE	BD541R	PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD561R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	FK632R		CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 00	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK612R	CURETTA TAGLIENTE DI BRUNS, FIG 00	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	FK633R		CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	FK635R		CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	FK636R		CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MEDICON	29.51.54		CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	399.360		RASPATORE, CURVO, LAMA TONDO, 6,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	FK323R		RASPATORE, CURVO, LAMA RETTA, 13,0MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	NON PRESENTE	399.37	RASPATORE, RETTA, LAMA TONDO, 14,0MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK325R	RASPATORE, CURVO, LAMA TONDO, 14,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT022R	DIVARICATORE COLLIN, DOPPIO, SERIE DI 2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SIMAL	NON PRESENTE	23.21.18	DIVARICATORE DI KOCHER, 40X18MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	0425007	DIVARICATORE TIPO KOCHER, 55X25MM IMPUGNATURA PER DITA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	0425009	DIVARICATORE TIPO KOCHER, 85X30MM IMPUGNATURA PER DITA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	IOR	0437001		MARTELLO IN METALLO D:28MM 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	SYNTHES	399.43		MARTELLO DI HEATH	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	LX171R		PINZA PIATTA PER FILI, MORSO ZIGRINATO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	22-523-23		TRONCHESE PER FILI MAX 3MM, L.230MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	11-170-14		FORBICI MAYO RET.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 8283-17		FORBICI MAYO-STILLE CRV.170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCLAP	BC284W		DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	BC271R		DUROTIP FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ELCON	121-231		DUROTIP FORBICI DISS.METZB.CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
3	MARTIN	13-322-12		PINZA MOSQUITO HALSTED RET.1X2D.125MM	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	1	0	0
1	MARTIN	13-322-12		PINZA MOSQUITO HALSTED RET.1X2D.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	MEDICON	NON PRESENTE	BH120R	PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	20-642-20		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	BM066R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	BM067R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM016R	DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BJ122R	PINCE EMOST.O'SHAUGNESSY 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	BH644R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3	STIER	H112-32018		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	13-319-18		PINZA EMOST.HALSTED 1X2D.CRV.185MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH442R	PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	MARTIN	13-317-18		PINZA EMOST.HALSTED CRV.185MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	STIER	H112-32124		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.240MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	STIER	NON PRESENTE	BH651R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	MARTIN	56-231-11		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

BASETTA 2

PESO 8 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

74					5	1	3	0	1	9	12	43	22	12	1	0	8
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JP013		PRIMELINE, 3/4 COPERCHIO, VERDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BB084R		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	10-133-31		MANICO P.BISTURI N.3L 211MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN903R	TUBO REDON CH.10 LEGG.CRV.PUNTA COLT.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN904R	TUBO REDON CH.12 LEGG.CRV.PUNTA COLT.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD246R	PINZETTA P.DISSEZIONE BROPHY 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD047R	PINZETTA ANAT.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	BD597R		PINZETTA DISSEZIONE 4X5D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BD660R		PINZETTA DISSEZIONE GILLIES 1X2D.155MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	BD557R		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BD539R		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	BD559R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STIER	H110-12618		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.180MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BD561R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD561R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BD671R		PINZETTA DISSEZIONE WAUGH 1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	FK632R		CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 00	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	FK633R		CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FK634R		CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	FK635R		CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FK636R		CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK637R	CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK321R	RASPATORE, CURVO, LAMA TONDO, 6,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	FK324R		RASPATORE, RETTA, LAMA TONDO, 14,0MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FK325R		RASPATORE, CURVO, LAMA TONDO, 14,0MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FK323R		RASPATORE, CURVO, LAMA RETTA, 13,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	22.10.15		DIVARICATORE FARABEUF, GRANDE,SERIE DI 2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	SIMAL	NON PRESENTE	23.08.55	DIVARICATORE DI LANGENBECK,55X20MM,220MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	IOR	0425007		DIVARICATORE TIPO KOCHER, 55X25MM IMPUGNATURA PER DITA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	0425009	DIVARICATORE TIPO KOCHER, 85X30MM IMPUGNATURA PER DITA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	LX171R		PINZA PIATTA PER FILI, MORSO ZIGRINATO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	22-523-23		TRONCHESE PER FILI MAX 3MM, L.230MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	0437001	MARTELLO IN METALLO D:28MM 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	399.430	MARTELLO DI HEATH	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 8023-16		FORBICI CHIR.RET.SM/SM 165MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STIER	H108-17115		FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BC592R		FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BC271R		DUROTIP FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STIER	NON PRESENTE	BC265R	DUROTIP FORBICI DISS.METZB.CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
3	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH120R	PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
1	MARTIN	13-312-12		PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MARTIN	13-322-12		PINZA MOSQUITO HALSTED RET.1X2D.125MM	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	BM066R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM067R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM077R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR 206MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM016R	DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BJ016R	PINZA PREPARAZ.FORMA A S CRV.210MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	BH644R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BH642R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STIER	H112-32018		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-319-18		PINZA EMOST.HALSTED 1X2D.CRV.185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	13-410-18		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.185MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-317-18		PINZA EMOST.HALSTED CRV.185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH203R	PINZA EMOST.HALSTED CRV.185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
3	STIER	NON PRESENTE	BH649R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.225MM	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0
2	AESCLAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STIER	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	56-231-11		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

Basetta 3

S.O. ORTOPEDIA

PESO 11 KG

KIT VAPORE

75					3	1	1	0	0	9	11	50	19	26	2	0	3
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JN442	VASCHETTA P.CONT.1/1 PERF.ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK489	1/1-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	AESULAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	AESULAP	BB084R		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	10-133-31		MANICO P.BISTURI N.3L 211MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN904R	TUBO REDON CH.12 LEGG.CRV.PUNTA COLT.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN924R	TUBO REDON CH.12 LEGG.CRV.PUNTA LANC.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	BD029R		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	SIMAL	0128020		PINZETTA COOLEY 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BD597R		PINZETTA DISSEZIONE 4X5D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	BD667R	PINZETTA DISSEZIONE SEMKEN 1X2D.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	BD662R		PINZETTA DISSEZ.GERALD RET.1X2D.175MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BD559R		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	LAWTON	NON PRESENTE	BD559R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BD561R		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.200MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	WALGER	NON PRESENTE	BD561R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	BD671R		PINZETTA DISSEZIONE WAUGH 1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BD541R	PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK630R	CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 0000	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	FK633R		CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK634R	CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	FK635R		CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK636R	CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK637R	CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK321R	RASPATORE, CURVO, LAMA TONDO, 6,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	FK324R		RASPATORE, RETTA, LAMA TONDO, 14,0MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FK325R		RASPATORE, CURVO, LAMA TONDO, 14,0MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK323R	RASPATORE, CURVO, LAMA RETTA, 13,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	15-665-02		DIVARICATORE FARABEUF, GRANDE,SERIE DI 2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	SIMAL	NON PRESENTE	BT326R	DIVARICATORE DI LANGENBECK,40X13MM,210MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
1	IOR	0425007		DIVARICATORE TIPO KOCHER, 55X25MM IMPUGNATURA PER DITA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	IOR	0425009		DIVARICATORE TIPO KOCHER, 85X30MM IMPUGNATURA PER DITA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	IOR	0437001		MARTELLO IN METALLO D:28MM 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	SYNTHESES	399.430		MARTELLO DI HEATH	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	LX171R		PINZA PIATTA PER FILI, MORSO ZIGRINATO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	22-523-23		TRONCHESE PER FILI MAX 3MM, L.230MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	STIER	H108-17015		FORBICI DISSEZ.LEXER SOTTILE RET.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BC592R		FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	BC284W		DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BC606R		FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STIER	NON PRESENTE	BC265R	DUROTIP FORBICI DISS.METZB.CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	BH120R		PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BH120R	PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH120R	PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
3	MARTIN	13-322-12		PINZA MOSQUITO HALSTED RET.1X2D.125MM	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	1	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	NON PRESENTE	BM013R	DUROGRIP PORTAGHI BABY-CRILE-WOOD 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	LAWTON	08-0186		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BM066R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM067R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BJ021R	PINZA EMOST.OVERHOLT-GEISSEND.#1 209MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	BH644R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDIVAL	NON PRESENTE	BH644R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BH642R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	MARTIN	13-319-18		PINZA EMOST.HALSTED 1X2D.CRV.185MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH442R	PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	13-317-18		PINZA EMOST.HALSTED CRV.185MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH203R	PINZA EMOST.HALSTED CRV.185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
3	STIER	NON PRESENTE	BH649R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.225MM	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	STIER	H114-12313		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	CBM	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	56-231-11		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LAWTON	07-1133		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

BASETTA 4

PESO 8,5 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

75					5	0	3	0	1	5	13	48	26	13	1	0	8
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JP013		PRIMELINE, 3/4 COPERCHIO, VERDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BB084R		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	AESULAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BB075R		MANICO P.BISTURI N.3L 211MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN904R	TUBO REDON CH.12 LEGG.CRV.PUNTA COLT.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	TEKNO	TK 6501-12		TUBO REDON CH.12 FORT.CRV.PUNTA COLT.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	06.00.16		PINZETTA ANAT.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BD250R	PINZETTA COOLEY 200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	BD597R		PINZETTA DISSEZIONE 4X5D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD660R	PINZETTA DISSEZIONE GILLIES 1X2D.155MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	TEKNO	TK 11000-14		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	WALGER	NON PRESENTE	BD547R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDICON	06.05.16		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BD561R		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.200MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BD561R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	102-9252-20		PINZETTA DISSEZIONE WAUGH 1X2D.200MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK631R	CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 000	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	FK633R		CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	FK634R	CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	FK635R		CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FK636R		CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	29.51.54		CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	FK321R		RASPATORE, CURVO, LAMA TONDO, 6,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SYNTHES	399.31		RASPATORE, RETTA, LAMA TONDO, 14,0MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FK325R		RASPATORE, CURVO, LAMA TONDO, 14,0MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK323R	RASPATORE, CURVO, LAMA RETTA, 13,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT022R	DIVARICATORE COLLIN, DOPPIO, SERIE DI 2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	SIMAL	NON PRESENTE	BT323R	DIVARICATORE DI LANGENBECK,28X16MM,210MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	IOR	0425008		DIVARICATORE TIPO KOCHER, 55X15MM IMPUGNATURA PER DITA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	IOR	0425007		DIVARICATORE TIPO KOCHER, 55X25MM CON IMPUGNATURA PER DITA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT372R	DIVARICATORE DI KOCHER, 75X30MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	IOR	0437001		MARTELLO IN METALLO D:28MM 250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	399.430	MARTELLO DI HEATH	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	LX171R		PINZA PIATTA PER FILI, MORSO ZIGRINATO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	22-523-23	TRONCHESE PER FILI MAX 3MM, L.230MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STIER	H108-17015		FORBICI DISSEZ.LEXER SOTTILE RET.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STIER	S08-17115		FORBICI LEXER P DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BC592R		FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC606R	FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC265R	DUROTIP FORBICI DISS.METZB.CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	BH120R		PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	BH120R	PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH120R	PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
3	MARTIN	13-322-12		PINZA MOSQUITO HALSTED RET.1X2D.125MM	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	ELCON	200-210		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BM066R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM067R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BJ016R	PINZA PREPARAZ.FORMA A S CRV.210MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
3	AESULAP	BH644R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-414-18		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	13-319-18		PINZA EMOST.HALSTED 1X2D.CRV.185MM	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-410-18		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.185MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	13-317-18		PINZA EMOST.HALSTED CRV.185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH203R	PINZA EMOST.HALSTED CRV.185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	STIER	NON PRESENTE	BH649R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.225MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BH649R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.225MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3	PROFESIONAL	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	MARTIN	56-231-11		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

BASETTA 5

PESO 8 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

69					8	3	5	0	1	7	3	42	19	13	1	0	9
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCU LAP	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JP013		PRIMELINE, 3/4 COPERCHIO, VERDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	01.27.03		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BB073R	MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	BB084R		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LAWTON	NON PRESENTE	BB075R	MANICO P.BISTURI N.3L 211MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN903R	TUBO REDON CH.10 LEGG.CRV.PUNTA COLT.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BN904R	TUBO REDON CH.12 LEGG.CRV.PUNTA COLT.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	BD049R		PINZETTA ANAT.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	BD597R		PINZETTA DISSEZIONE 4X5D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	BD660R		PINZETTA DISSEZIONE GILLIES 1X2D.155MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD557R		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD559R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BD561R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	BD561R		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	BD671R		PINZETTA DISSEZIONE WAUGH 1X2D.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	FK630R		CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 0000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	FK632R		CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	FK633R	CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK633R	CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	NON PRESENTE	FK634R	CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	29.51.53		CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK321R	RASPATORE, CURVO, LAMA TONDO, 6,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	FK324R		RASPATORE, RETTA, LAMA TONDO, 14,0MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK325R	RASPATORE, CURVO, LAMA TONDO, 14,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	FK323R		RASPATORE, CURVO, LAMA RETTA, 13,0MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT021R	DIVARICATORE FARABEUF, GRANDE,SERIE DI 2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	CITIEFFE	NON PRESENTE	0425007	DIVARICATORE TIPO KOCHER, 55X25MM IMPUGNATURA PER DITA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	IOR	0425009		DIVARICATORE TIPO KOCHER, 85X30MM IMPUGNATURA PER DITA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	FL055R		MARTELLO IN METALLO 300GR.D:30MM 235MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	399.430	MARTELLO DI HEATH	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	LX171R	PINZA PIATTA PER FILI, MORSO ZIGRINATO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	22-523-23		TRONCHESE PER FILI MAX 3MM, L.230MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 8282-17		FORBICI MAYO-STILLE RET.170MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	11-931-17		DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BC284W		DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BC271R		DUROTIP FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	101-8175-20	SUPERCUT FORBICI METZENBAUM CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	BH118R		PINZA MOSQUITO HALSTED RET.1X2D.125MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BH120R	PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STORZ	535412		PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
3	MARTIN	13-322-12		PINZA MOSQUITO HALSTED RET.1X2D.125MM	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	BM065R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 150MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BM066R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BM077R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR 206MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BJ012R	PINZA EMOST.BABY-MIXTER 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
3	MARTIN	13-414-18		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0
1	STIER	H112-32018		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	13-319-18		PINZA EMOST.HALSTED 1X2D.CRV.185MM	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	16.10.18		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	BH961R		PINZA EMOST.TONSILLE SCHNIDT CRV.185MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 12081-22		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.225MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	STIER	NON PRESENTE	BH649R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.225MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	AESCLAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	MARTIN	56-231-11		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

CERCHIAGGIO
PESO 7 KG

S.O. ORTOPEDIA
KIT VAPORE

21					20	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ R212-150		3/4-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	NON PRESENTE	JK779A	SOVRACOPERCHIO P/CONT.BASE 3/4 ALLU ARG.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	391.105		AGO DESCHAMPS CRV DX 280 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	391.106		AGO DESCHAMPS CRV. SX 280 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	391.107		AGO DESCHAMPS CRV SX 300 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	391.108		AGO DESCHAMPS CRV. DX 300 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	391.104		GUIDA PER FILO GRANDE, MOLTO CURVA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	03.221.002		DISPOSITIVO DI CERCHIAGGIO SMALL D. 46MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	03.221.004		DISPOSITIVO DI CERCHIAGGIO LARGE D. 60MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	03.221.010		CERCHIAGGIO PASSANTE D. 46MM MINI INVASIVO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	03.221.011		CERCHIAGGIO PASSANTE D. 60MM MINI INVASIVO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	391.882		PINZA PREMENTE PER CAVI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	03.607.513		PINZA TAGLIENTE FRONTALMENTE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	391.201		TENDIFILO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	SYNTHES	391.884		STABILIZZATORE DI TENSIONE	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	SYNTHES	391.883		GUIDA CURVA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PICCOLE FRATTURE COMPLETO

PESO 6 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

51					2	1	8	0	8	2	8	22	12	0	0	0	10
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR2053		MARTIN: CONTAINER 1/2US CON COPERCHIO H.135MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	TONTARRA	003-003-00		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SWANN MORTON	BS 2982		MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LEIBINGER	31-09801		PINZA PER VASI ATR.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD511R		PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 11200-12		PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 11000-14		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD597R		PINZETTA DISSEZIONE 4X5D.145MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 8673-10		FORBICI P.STRABISMO 100MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BC177R		FORBICI JAMESON 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 8333-14		FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 8353-18		FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 8282-17		FORBICI MAYO-STILLE RET.170MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	03.57.67		DUROTIP FORBICI MAYO CRV.170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 17311-12		DIVARICATORE FARABEUF, DOPPIO,SERIE DI 2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	TEKNO	TK 17081-16		DIVARICATORE DI SENN-MILLER, DOPPIO	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BT354R		DIVARICATORE DI KOCHER-LANGENBECK,25X6MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE S	399.180		LEVA OSSA,PICC.PUNTA CORTA/STRETTA, 6MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 24551-06		LEVA OSSA,PICC.PUNTA CORTA/STRETTA, 6MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE S	399.360		RASPATORE, CURVO, LAMA TONDO, 6,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	FK323R		RASPATORE, CURVO, LAMA RETTA, 13,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK632R	CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 00	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	29.85.17		CURETTA DOPPIA VOLKMANN,TAGLIENTE,170MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	TEKNO	TK 24095-06		SGORBIA P.SEPTUM,LARGH.6 MM, 165MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 24095-08		SGORBIA P.SEPTUM,LARGH.8 MM, 165MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	33.51.15		PINZA TAGLIENTE FINE CURVA MM 150	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	23-799-12		PINZA SGORBIA LUER-FRIEDMANN,CURVA,MM146	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AMPLIMED	NON PRESENTE	FO412R	PINZA SGORBIA LUER, MOLTO CURVA, MM155	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SYNOS	000.00.246		PINZA PIATTA MORSO ZIGRINATO L.140MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HIT MEDICA	HMG 0917		TAGLIAFIL, 235MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2109		MARTELLO CON FORI D.6MM E D.8MM L.190MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SIMAL	0434013		PINZA PORT.TAMP. MORSO TRIANGOLARE SMUSSO L200MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH642R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SIMAL	0220116		PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BH111R	PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BH121R	PINZA MOSQUITO HALSTED CRV.1X2D.125MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	LAWTON	08-0183		HEGAR-MAYO NEEDLE HOLDER, 185 MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 20503-14		DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SYNTHES	399.09		PINZA OSSA CON CREMAGL.PICCOLA 145MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 24734-14		PINZA PER RIMETTERE A POSTO FRAMM.OSSO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FO115R		PINZA PER RIMETTERE A POSTO FRAMM.OSSO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BF426R		PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF426R	PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
3	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

PICCOLE FRATTURE
PESO 3,5 KG

S.O. ORTOPEDIA
KIT VAPORE

18					3	3	0	0	0	1	4	7	4	0	0	0	3
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCU LAP	JK342		VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JP023		PRIMELINE, 1/2 COPERCHIO, VERDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ELECTA	NON PRESENTE	BF426R	PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	BF426R	PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MEDICON	68.01.11		DIVARICAT.PARTI MOLLI 31X10 215MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE S	392.00		STRUM. P CURVARE FILI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	FO115R		PINZA PER RIMETTERE A POSTO FRAMM.OSSO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SYNTHE S	NON PRESENTE	FO115R	PINZA PER RIMETTERE A POSTO FRAMM.OSSO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESCU LAP	FO124R		PINZA OSSA CREMAGL.VITE 170MM PICCOLA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHE S	398.80		PINZA P.OSSA AUTOCENTRANTE 2,5/7/190MM	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINK	10-1550/02		PINZA SGORBIA CURVA MORSO 5MM 160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	FO450R		PINZA-SGORBIA DI LEMPERT, MM 200	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	ULSS10	PR4050		LEVA DI PUTTI ARGENTATA RUVIDA 130MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	ULSS10	PR4051		LEVA DI PUTTI ARGENTATA RUVIDA 95MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

GRANDI FRATTURE

PESO 4 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

15					6	1	1	0	0	2	2	3	3	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	JK342		VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JP023		PRIMELINE, 1/2 COPERCHIO, VERDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BF426R		PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	FO118R		PINZA P OSSA PER OSSA GRANDI 205MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	FO125R		PINZA OSSA CREMAGL.VITE 235MM GRANDE	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FO173R		PINZA P.OSSA AUTOCENTR.4,5/11,5/280MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	399.03		PINZA P.OSSA AUTOCENTRANTE 3,5/11/260MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FO470R		PINZA SGORBIA OLIVECRONA CURVA, MM205	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	IOR	0423015		DIVARICATORE DI PUTTI A DOPPIA LEVA, 180MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	IOR	0423016		DIVARICATORE DI PUTTI A DOPPIA LEVA, 220MM	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

DIVARICATORI

PESO 12,5 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

77					11	19	2	0	6	0	4	35	10	13	0	0	12
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JN442	VASCHETTA P.CONT.1/1 PERF.ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK489	1/1-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	SYNTHESES	314.070		CACCIAVITE SW2,5 L200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SYNTHESES	314.06		BOCCOLA A TENERE P.VITE D2,7/3,5/4,5MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	314.02/2062		CACCIAVITE ESAGONALE 2,5MM, L.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SYNTHESES	314.06		BOCCOLA A TENERE P.VITE D2,7/3,5/4,5MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	03.010.107		CACCIAVITE A STELLA D.4MM L.330 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	311.420		IMPUGNATURA IN LEGNO PORTAPUNTE A SCATTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	314.116		PUNTA PER CACCIAVITE A STELLA D.3MM L.100MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	03.010.110		CACCIAVITE CANULATO A STELLA 40 L.300MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	314.270		CACCIAVITE SW3,5 L200MM C.MOLLA A TENERE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	314.170		CACCIAVITE TESTA ESAGONALE 3,5MM SNODATA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PROTEK	75.00.37		METAL INSERT/EXTRACT DEVICE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	FK170R		LEVA HOHMANN OSSA, 10 MM LARG., 220MM	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	FK171R		LEVA P.OSSA,LARG.17MM, PUNTA CORTA FINE	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SYNTHESES	399.25		LEVA HOHMANN OSSA, 24 MM LARG., 260 MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	399.22		LEVA VERBRUGGE-MULLER PER OSSA MM 44	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHESES	399.28		LEVA PER OSSA DI HOHMANN, MM 260	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK176R	LEVA PER OSSA DI HOHMANN, MM 260	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK223R	MIOS RETRATT.D'ANCA 60; STANDARD PUNTA V	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	IOR	0423001		DIVARICATORE DI PUTTI A DOPPIA LEVA, 56MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	IOR	0423002		DIVARICATORE DI PUTTI A DOPPIA LEVA, 80MM	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	IOR	0423003		DIVARICATORE DI PUTTI A DOPPIA LEVA, 100MM	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	IOR	0423004		DIVARICATORE DI PUTTI A DOPPIA LEVA, 130MM	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	IOR	0423005		DIVARICATORE DI PUTTI A DOPPIA LEVA, 145MM	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	IOR	0423006		DIVARICATORE DI PUTTI A DOPPIA LEVA, 190MM	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	IOR	0423007		DIVARICATORE DI PUTTI A DOPPIA LEVA, 230MM	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	351.02		PERFORATORE, PER CHIODI 6-7 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	IOR	0442014		PERFORATORE DI PERTHES, MM 165	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
1	IOR	0442015		PERFORATORE DI PERTHES, MM 215	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	ULSS10	PR1060		IOR: PERFORATORE DI PERTHES RETTO 125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	ULSS10	PR1061		IOR: PERFORATORE DI PERTHES CURVO 145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	OSTEO	A 700645		RETRATTORE 50X150 MM L.290MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	68.01.02		DIVARICAT.PARTI MOLLI 42X11 215MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DO462R	DIVARICAT.PARTI MOLLI 42X11 215MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DO439R	DIVARICAT. P.GUANCIA D.DOCKHORN,55X14MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DO465R	DIVARICAT.PARTI MOLLI 80X16 215MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	0425009	DIVARICATORE TIPO KOCHER, 85X30MM IMPUGNATURA PER DITA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT224R	DIVARICATORE DI VOLKMANN A 4 DENTI ACUTI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BG 3055	DIVARICATORE DI PUTTI, L.250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT241R	DIVARICAT. VOLKMANN, 1 DENTE SMUSSO,LAR.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
3	SYNTHESES	399.00		PINZA PER FRAMMENTI OSSEI	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	1
1	SYNTHESES	311.440		IMPUGNATURA C.MANDRINO,ATTACCO RAPIDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	312.26		BOCCOLA PROT.TESS.P.FILETTATORE D3,5MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHESES	322.320		GUIDA FORAGGIO COMPL.P PLACCHE AUTOCOMP.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	312.29	BOCCOLA GUIDA DENTATA, D. 3,5 - 2,0 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	SYNTHESES	322.26		IMPUGNATURA PER GUIDA DI FORAGGIO	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
2	ULSS10	PR1062		INSERTO PER IMPUGNATURA GUIDA DI FORAGGIO, D.3,5MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	311.431		MANICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	511.773		CHIAVE DINAMOMETRICA 1,5NM CON ATTACCO RAPIDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.890		FRESA ATTACCO AO D.3,5 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	GC452R		PUNTA A CROCE PER CACCIIVITE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	GC455R		CACCIIVITE PER VITI CORTICALI 2,5MM SW	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	GC453R		PUNTA A CROCE PER CACCIIVITE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	GC454R		CACCIIVITE ASSE QUADRANG.P TERMIN.GB211	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	GC450R		PUNTA A TAGLIO PER CACCIIVITE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	314.150	GIRAVITE, ASSE AO, 3,5MM SW	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	332.050	FRESA DI TESTA PER INCAVO DEL FEMORE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	391.10		GUIDA DI FILO ASSIALE CRV.240MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	OSTEO	700020		CHIAVE TENDIFILO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR1063		AGO PASSAFILI CURVO, L.210MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG524R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 1,0 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

ORTOPEDIA MIX

PESO 5,5 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

17					3	4	0	0	0	0	4	6	3	3	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK340		VASCHETTA PER CONTAINER 1/2 ALTEZZA:90MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JP023		PRIMELINE, 1/2 COPERCHIO, VERDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BC774R		FORBICI DOYEN PARETE ADDOMIN.RET.180MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4052		CHIAVE INGLESE MISURE 10/11	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	IOR	NON PRESENTE	FK639R	CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK511R	LIMA PER OSSA,MEZZA-TONDA,A BAION. CM 24	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	REDA	NON PRESENTE	76.09.08	IMPATTATORE PER CAMBRE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	ORTHOMED	NON PRESENTE	76.09.46	INTRODUTTORE PER CAMBRE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ZIMMER	100-01		AFFERRA CAMBRE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ZIMMER	100-02		ESTRATTORE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	IOR	0437001		MARTELLO IN METALLO D:28MM 250MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ARTHREX	AR-1761		UNCINO PER CARTILAGINE ANGOLATO 20° L.260MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ARTHREX	AR-1763		UNCINO PER CARTILAGINE ANGOLATO 60° L.260MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SYNTHES	399.13		DIVARICAT.CORPO VERT. INGE,GRANDE,275MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CROMA	NON PRESENTE	CRM.12.01.018	LEVA DI HOHMANN COBRA 30 1 DENTE 330 MM.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	55-335-02		SCATOLA P.AGHI PERF.7 OMP.150X90X10MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0006		CAMBRE VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

PINZE DA RIDUZIONE E LUER

PESO 14,5 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

60					4	14	1	0	8	0	15	18	9	5	0	0	4
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JN442	VASCHETTA P.CONT.1/1 PERF.ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK489	1/1-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	SYNTHES	398.81		PINZA P.OSSA AUTOCENTR.235MM	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	398.820		PINZA P.OSSA AUTOCENTRANTE 3,5/11/260MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	398.83		PINZA P.OSSA AUTOCENTR.4,5/11,5/280MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	399.03		PINZA VERBRUGGE PER OSSA MEDIA 265MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	399.04		PINZA VERBRUGGE PER OSSA GRANDE 270MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	399.060		PINZA OSSA CREMAGL.VITE 170MM PICCOLA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	399.06		PINZA OSSA CREMAGL.VITE 150MM PICCOLA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FO125R		PINZA OSSA CREMAGL.VITE 235MM GRANDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	399.05		PINZA OSSA CREMAGL.VITE 235MM GRANDE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CROMA	NON PRESENTE	28.65.20	SCALPELLO DI LEXER, CM 22, LARG. MM 20	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	CROMA	NON PRESENTE	28.65.25	SCALPELLO DI LEXER, CM 22, LARG. MM 25	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	CROMA	NON PRESENTE	28.65.30	SCALPELLO DI LEXER, CM 22, LARG. MM 30	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR1059		CROMA: MUSEAUX L.230MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	SYNTHES	399.07		PINZA PER RIMETTERE A POSTO FRAMM.OSSO	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	399.08		PINZA P OSSA PER OSSA GRANDI 205MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	399.08		PINZA P OSSA PER OSSA GRANDI 205MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
4	AESULAP	BF433R		PINZA CHAMP BACKHAUS 135MM	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BF426R		PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	13-921-16		PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	FO130R		RIAVVICINATORE OSSA FERGUSON 205MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FO622R	PINZA TAGLIENTE LISTON RETTA 170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCU LAP	FO515R		HOHLMEISSELZANGE N.ZAUFAL-JANSEN, 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDICON	31.11.05		HOHLMEISSELZANGE N.ZAUFAL-JANSEN, 180MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	FO470R		PINZA SGORBIA OLIVECRONA CURVA, MM205	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FO430R	PINZA-SGORBIA DI JANSEN, MM 175	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	FO530R		PINZA SGORBIA STILLE, CURVA LATER.,MM230	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	LX179R		PINZA TOGLIERE VITI POTTE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	SYNTHE S	391.820		PINZA UNIVERSALE P. FILO DURO ROTONDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	LX165R		TAGLIA-BULLONI, CM 32	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	AA805R		REGOLO ACCIAIO SCALA MILLE POL.300MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE S	NON PRESENTE	LX175S	STRUM. P CURVARE FILI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	LINK	10-1645/04		STRUMENTO PER FRAMMENTI OSSO D:5MM 160MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINK	10-1645/06		STRUMENTO PER FRAMMENTI OSSO D:7MM 160MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINK	10-1645/09		STRUMENTO PER FRAMMENTI OSSO D:9MM 160MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	FL662R		OSTEOTOMO LAMBOTTE RET.50MM LG.245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	FL661R		OSTEOTOMO LAMBOTTE RET.44MM LG.245MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	FL660R		OSTEOTOMO LAMBOTTE RET.38MM LG.245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	FL659R		OSTEOTOMO LAMBOTTE RET.30MM LG.245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FL656R	OSTEOTOMO LAMBOTTE RET.20MM LG.245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	FL655R		OSTEOTOMO LAMBOTTE RET.18MM LG.245MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FL654R	OSTEOTOMO LAMBOTTE RET.15MM LG.245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	FL652R		OSTEOTOMO LAMBOTTE RET.10MM LG.245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FL651R	OSTEOTOMO LAMBOTTE RET.8MM LG.245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	30017		CHIAVE GRANDE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ZIMMER	01.00531.106		PUNTA SCALPELLO 6MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE S	NON PRESENTE	FL665R	MANICO P.CESELLI FL668-682	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SYNTHE S	399.560		LAMA CESELLI, 16MM LARGA, P.FL665	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	SYNTHE S	399.57		LAMA CESELLI,25MM LARGA,P.FL665	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SYNTHE S	399.550		LAMA CESELLI, 10MM LARGA, P.FL665	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE S	399.580		LAMA CESELLI, 5MM LARGA, P.FL665	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

POLSO

PESO 6 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

43					31	10	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SYNTHES	313.304		CACCIAVITE A STELLA D.3,5MM ATTACCO RAPIDO L.105MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JN342	VASCHETTA P.CONT.1/2 PERF.ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK399	1/2-COPERCHIO BASIS,P.CONT.75MM,ARGENTO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0002		PLACCHE VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	68.111.469		VA-LCP TWO-COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 INSTRUMENTS	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHES	68.000.119		STRUMENTO DI BLOCCO	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	03.111.630		IMPIANTO DI PROVA PER VA-LCP DESTRO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	03.111.631		IMPIANTO DI PROVA PER VA-LCP, SINISTRO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	03.111.730		IMPIANTO DI PROVA PER VA-LCP, DESTRO, 7 FORI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	03.111.731		IMPIANTO DI PROVA PER VA-LCP, SINISTRO, 7 FORI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	03.111.700		BLOCCHI DI GUIDA PER LA PIASTRA A DUE COLONNE, 7 FORI, DESTRO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	03.111.701		BLOCCHI DI GUIDA PER LA PIASTRA A DUE COLONNE, 7 FORI, SINISTRO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	03.111.600		BLOCCHI DI GUIDA PER LA PIASTRA A DUE COLONNE, 6 FORI, DESTRA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	03.111.601		BLOCCHI DI GUIDA PER LA PIASTRA A DUE COLONNE, 6 FORI, SINISTRO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	03.111.000		GUIDA PER PUNTE DA TRAPANO D. 1,8MM, CON SCALA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	03.110.023		GUIDA PER PUNTE D. 1,8MM, ANGOLO VARIABILE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	03.110.024		GUIDA PER PUNTE D. 1,8MM, ANGOLO VARIABILE, COASSIALE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	68.111.469.02		COPERCHIO PER VASSOIO STRUMENTI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	68.000.103		CESTINO PER VITI MINI FRAMMENTI, 1.5-2.0-2.4-2.7-3.5 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0001		VITI VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	68.111.442		COPERCHIO PER VASSOIO STRUMENTI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	68.111.460		CESTINO PER STRUMENTI LCP, MINI FRAMMENTI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	03.110.000		GUIDA PER PUNTE D. 1,8MM, ANGOLO VARIABILE E COASSIALE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SYNTHESE	323.202		PROTEGGI PUNTA 2,4/1,8 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESE	323.26		PROTEGGI PUNTA 2,7/2,0 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESE	313.300		MANICA PER TENERE COMBINATI CACCIATIVITI D.3,5MM E VITI D. 2,4 E 2,7MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESE	511.776		ATTACCO LIMITATORE 0,8 NM, CON ATTACCO RAPIDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESE	03.110.005		MANICO PER LIMITATORE DI COPPIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESE	319.005		PROFONDIMETRO PER VITI D. 2,0 E 2,4MM CAMPO DI MISURA 40MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHESE	323.029		MISURATORE PER PUNTA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHESE	323.033		GUIDA PERFORATORE FILETTATO, D. 2,0MM CON SCALA FINO A 30MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESE	311.420		IMPUGNATURA IN LEGNO PORTAPUNTE A SCATTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHESE	310.509		PUNTA TRAPANO DIAM. 1,8 MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHESE	310.534		PUNTA TRAPANO D. 2,0 MM L.110MM, CON ATTACCO RAPIDO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESE	314.467		CACCIAVITE A STELLA, 2,4MM CON ATTACCO RAPIDO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESE	314.453		CACCIAVITE A STELLA, 55MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESE	314.468		PORTAVITI A SCATTO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESE	68.000.102		COPERCHIO PER VASSOIO STRUMENTI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

POLSO EXTRA

PESO 6 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

43					32	9	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK344	VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:187MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK389	1/2-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0002		PLACCHE VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	68.111.469		VA-LCP TWO-COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 INSTRUMENTS	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	03.110.023		GUIDA PER PUNTE D. 1,8MM, ANGOLO VARIABILE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	03.110.024		GUIDA PER PUNTE D. 1,8MM, ANGOLO VARIABILE, COASSIALE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	03.111.600		BLOCCHI DI GUIDA PER LA PIASTRA A DUE COLONNE, 6 FORI, DESTRA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	03.111.601		BLOCCHI DI GUIDA PER LA PIASTRA A DUE COLONNE, 6 FORI, SINISTRO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	03.111.700		BLOCCHI DI GUIDA PER LA PIASTRA A DUE COLONNE, 7 FORI, DESTRO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	03.111.701		BLOCCHI DI GUIDA PER LA PIASTRA A DUE COLONNE, 7 FORI, SINISTRO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	03.111.630		IMPIANTO DI PROVA PER VA-LCP, DESTRO 6 FORI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	03.111.631		IMPIANTO DI PROVA PER VA-LCP, SINISTRO 6 FORI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	03.111.730		IMPIANTO DI PROVA PER VA-LCP, DESTRO, 7 FORI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	03.111.731		IMPIANTO DI PROVA PER VA-LCP, SINISTRO, 7 FORI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	03.111.000		GUIDA PER PUNTE DA TRAPANO D. 1,8MM, CON SCALA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHES	68.000.119		STRUMENTO DI BLOCCO	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	68.111.469.02		COPERCHIO PER VASSOIO STRUMENTI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	68.000.103		CESTINO PER VITI MINI FRAMMENTI, 1.5-2.0-2.4-2.7-3.5 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0001		VITI VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	68.111.442		COPERCHIO PER VASSOIO STRUMENTI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	68.111.460		CESTINO PER STRUMENTI LCP, MINI FRAMMENTI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	311.430		HANDLE WITH QUICK COUPLING, 110 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	314.468		PORTAVITI A SCATTO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SYNTHESES	03.110.000		GUIDA PER PUNTE D. 1,8MM, ANGOLO VARIABILE E COASSIALE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	323.202		PROTEGGI PUNTA 2,4/1,8 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	323.260		PROTEGGI PUNTA 2,7/2,0 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	511.776		ATTACCO LIMITATORE 0,8 NM, CON ATTACCO RAPIDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	03.110.005		MANICO PER LIMITATORE DI COPPIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	319.005		PROFONDIMETRO PER VITI D. 2,0 E 2,4MM CAMPO DI MISURA 40MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHESES	323.029		GUIDA PERFORATORE FILETTATO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHESES	323.033		GUIDA PERFORATORE FILETTATO, D. 2,0MM CON SCALA FINO A 30MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHESES	310.509		PUNTA TRAPANO DIAM. 1,8 MM L. 110MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHESES	310.534		PUNTA TRAPANO D. 2,0 MM L.110MM, CON ATTACCO RAPIDO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	314.467		CACCIAVITE A STELLA, 2,4MM CON ATTACCO RAPIDO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	314.304		CACCIAVITE A STELLA, SCANALATO, CON ATTACCO RAPIDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	314.453		CACCIAVITE A STELLA, 55MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	313.300		MANICA PER TENERE COMBINATI CACCIATIVITI D.3,5MM E VITI D. 2,4 E 2,7MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	68.000.102		COPERCHIO PER VASSOIO STRUMENTI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

RIDUZIONE BACINO E COLLINEARE

PESO 9 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

25					18	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JP013		PRIMELINE, 3/4 COPERCHIO, VERDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	314.291		MECCANISMO DI SCORRIMENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	398.228		PINZA PER RIDUZIONE PELVICA REGOLABILE 410 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	398.226		PINZA PER RIDUZIONE PELVICA REGOLABILE 390 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	398.880		PELVIS-REPOSITION FORCEPS 330MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	398.730		PELVIS-REPOSITION FORCEPS 400MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	398.860		PINZA PER RIDUZIONE PELVICA A SFERE LUNGHE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	398.750		PINZA PER RIDUZIONE PELVICA 260 MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	398.89		OSEOSTOTO 180 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	398.85		PINZA PER RIDUZIONE PELVICA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	398.84		PINZA PER RIDUZIONE PELVICA PICCOLO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	398.754		BRACCIO PERCUTANEA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	398.753		BRACCIO PELVICA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	398.752		BRACCIO HOHMANN-STYLE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	398.756		BRACCIO A UNCINO PER OSSO, 206MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	398.540		PUNTERUOLO A SFERA DA RIDUZIONE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	321.158		CHIAVE COMBINATA DA 8MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	398.759		CHIAVE COMBINATA DA 13MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	398.757		ATTACCO RIDUZIONE LCP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	398.758		ATTACCO RIDUZIONE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	SYNTHES	398.710		SUPPORT FOR REPOSITION FORCEPS	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

RIMOZIONI 1

PESO 6 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

40					27	3	0	0	1	0	2	7	2	2	0	0	3
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	55-630-02-04		VASCHETTA PER CONTAINER 1/2 ALTEZZA:90MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	55-440-00-04		1/2 COPERCHIO, GRIGIO CON SISTEMA MICROSTOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	DO713R	SGORBIA DI LUCAS, CM 16, MM 6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	SYNTHES	319.390		MC CALL SHARP HOOK	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	28.42.06		SGORBIA STILLE 6/160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	399.680		CESELLO P RIMUOVERE VITI ROTTE, 220 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4053		IOR - OSTEOTOMO SMITH-PETERSEN 5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ZIMMER	NON PRESENTE	28.71.09	SMITH-PETERSEN OSTEOTOME STR. 9MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	28.71.20	SMITH-PETERSEN OSTEOTOME STR. 20MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	LX183R		PINZA ESTRAZ.FILI, MOD. PFAU	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	398.650		PINZA TOGLIERE VITI ROTTE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	391.88		PINZA PER FILI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	393.105		MANICO A "T"	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	311.431		MANICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4054		CITIEFFE - CACCIAVITE A STELLA CON LEVA, 240MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	68.900.022		SCATOLA PER STRUMENTI MODULO D'ESTRAZIONE VITI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	309.450		MANICO PER FRESA 4.5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	309.470		VITE DIAM. 4,5 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHES	309.480		FRESA CAVA RICAMBIO P/309.450	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	309.490		BULLONE ESTRAZIONE PER VITI DIAM. 4,5 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHES	309.530		GUIDA PER FRESA DIAM. 5 MM	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	SYNTHES	03.900.042		ASSE GIRAVITE PUNTA A STELLA 4,0MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	314.150		GIRAVITE, ASSE AO, 3,5MM SW	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SYNTHESE	309.035		MANICO PER FRESA FORATA D. 3,5/ 4,0MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESE	309.370		BULLONE CAVO RICAMBIO P/FRESE CAVE P/30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHESE	309.038		FRESA CAVA-RICAMBIO P/ 309.035	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESE	309.039		BULLONE ESTRAZIONE PER VITI DIAM. 3,5 + 4 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESE	309.520		GUIDA PER FRESA DIAM. 2,5 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESE	309.521		ESTRATTORE VITI CONICO PER D. 3,5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESE	314.116		CACCIAVITE A STELLA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESE	314.030		GIRAVITE, ASSE AO, 2,5MM SW	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESE	311.440		IMPUGNATURA C.MANDRINO,ATTACCO RAPIDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESE	309.520		GUIDA PER FRESA DIAM. 2,5 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESE	309.004S		PUNTA DA TRAPANO IN CARBURO D.4MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESE	309.006S		PUNTA DA TRAPANO IN CARBURO D.6MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	309.504S	PUNTA DA TRAPANO AD ALTA VELOCITA' D. 3,5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	309.503S	PUNTA DA TRAPANO AD ALTA VELOCITA' D. 2,5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

RIMOZIONI 2

PESO 5 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

33					23	1	0	0	4	1	1	3	2	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	55-630-02-04		VASCHETTA PER CONTAINER 1/2 ALTEZZA:90MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	55-440-00-04		1/2 COPERCHIO, GRIGIO CON SISTEMA MICROSTOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	398.650		PINZA TOGLIERE VITI ROTTE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	391.880		PINZA PER FILI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	393.105		MANICO A "T"	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	27.92.38	SGORBIA BRUNINGS 8MM 160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	IOR	NON PRESENTE	28.71.12	SMITH-PETERSEN OSTEOTOME STR. 12MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR4066		OSTEOTOMO SMITH-PETERSEN 10MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR4065		IOR - OSTEOTOMO SMITH-PETERSEN 8MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SYNTHESES	68.900.022		SCATOLA PER STRUMENTI MODULO D'ESTRAZIONE VITI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	309.450		MANICO PER FRESA 4.5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	309.470		VITE DIAM. 4,5 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHESES	309.480		FRESA CAVA RICAMBIO P/309.450	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	309.490		BULLONE ESTRAZIONE PER VITI DIAM. 4,5 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHESES	309.530		GUIDA PER FRESA DIAM. 5 MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	03.900.042		ASSE GIRAVITE PUNTA A STELLA 4,0MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	314.150		GIRAVITE, ASSE AO, 3,5MM SW	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	309.035		MANICO PER FRESA FORATA D. 3,5/ 4,0MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	309.370		BULLONE CAVO RICAMBIO P/FRESE CAVE P/30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHESES	309.038		FRESA CAVA-RICAMBIO P/ 309.035	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	309.039		BULLONE ESTRAZIONE PER VITI DIAM. 3,5 + 4 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	309.520		GUIDA PER FRESA DIAM. 2,5 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	309.521		ESTRATTORE VITI CONICO PER D. 3,5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SYNTHESE	314.116		CACCIAVITE A STELLA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESE	314.030		GIRAVITE, ASSE AO, 2,5MM SW	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESE	311.44		IMPUGNATURA C.MANDRINO,ATTACCO RAPIDO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESE	309.004S		PUNTA DA TRAPANO IN CARBURO D.4MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESE	309.006S		PUNTA DA TRAPANO IN CARBURO D.6MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESE	309.503S		PUNTA DA TRAPANO AD ALTA VELOCITA' D. 2,5MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESE	309.504S		PUNTA DA TRAPANO AD ALTA VELOCITA' D. 3,5MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

FERRI PICCOLI INT 1

PESO 4 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

48					5	4	1	0	0	3	5	30	19	8	0	0	3
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	JK344		VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:187MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JP023		PRIMELINE, 1/2 COPERCHIO, VERDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BB077R	MANICO P.BISTURI NO.7 162MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SIMAL	0110012		PINZETTA ADSON P.DISSEZ.120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	BD029R		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	MEDICON	06.21.12		PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	AESULAP	BD547R		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STILLE	102-9028		PINZETTA DISSEZIONE GILLIES 1X2D.155MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	BN004R	SONDA SCANALATA 145MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	BN006R	SONDA SCANALATA 160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
4	AESULAP	BT008R		DIVARICATORE DI SENN-MILLER, DOPPIO	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	68.01.01		DIVARICAT.PARTI MOLLI 25X7MM 215MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	68.01.11		DIVARICAT.PARTI MOLLI 31X10 215MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FK632R		CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FO412R	PINZA SGORBIA LUER, MOLTO CURVA, MM155	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	MEDICON	02.20.11		FORBICI IRIDECTOMIA E LEGATURE 110MM	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	71-249-11		FORBICI DI COTTLE, P.NASO,MM105 CURVA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	101-8163	SUPERCUT FORBICI BABY METZ.CRV.115MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BC573R	FORBICI MAYO-STILLE CRV.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	BC605R		FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BC261R		DUROTIP FORBICI P.LEGAT.METZB.CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BC271R		DUROTIP FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	RUDOLF	RU 1331-18		FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	13-414-16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BH176R	PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BM013R		DUROGRIP PORTAGHI BABY-CRILE-WOOD 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM012R	DUROGRIP PORTAGHI HALSEY 130MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	BH131R		PINZA EMOST.PROVIDENCE-HOSP.CRV.140MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BH131R	PINZA EMOST.PROVIDENCE-HOSP.CRV.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BH110R	PINZA EMOST.HALSTED RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	10030-121		PINZA EMOST.HALSTED RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MEDICON	NON PRESENTE	BH151R	PINZA EMOST.BABY-CRILE CRV.1X2D.140MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	MARTIN	13-322-12		PINZA MOSQUITO HALSTED RET.1X2D.125MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	AESULAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GK183	CAVO BIPOL.2 SPINE BAN.SPINA EURO PIATTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	VALLEYLAB	E 700246		PINZA COAGUL. ISOLATA PUNTE ANGOLATE PIATTE 105MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	56-231-11		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG516R	BICCHIERE GRADUATO 0,25 LTR.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

FERRI PICCOLI INT 2

PESO 4 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

47					6	4	0	0	1	2	3	31	13	12	2	0	4
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	JK344		VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:187MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JP023		PRIMELINE, 1/2 COPERCHIO, VERDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	10-137-07		MANICO P.BISTURI NO.7 162MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	12-250-12		DUROGRIP PINZETTA ADSON 120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	BD220R	PINZETTA ADSON P.DISSEZ.120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDICON	06.21.12		PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD511R	PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	102-9027		PINZETTA DISSEZIONE MC'INDOE 1X2D.150MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	102-9028		PINZETTA DISSEZIONE GILLIES 1X2D.155MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	BN004R	SONDA SCANALATA 145MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	BN006R	SONDA SCANALATA 160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	20.05.08		DIVARICATORE SENN-MILLER PER BIMBI,ACUTO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	20.05.09		BABY-WUNDHAKEN N SENN-MILLER, SMUSS.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT007R	BABY-WUNDHAKEN N SENN-MILLER, SMUSS.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT008R	DIVARICATORE DI SENN-MILLER, DOPPIO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	68.01.01		DIVARICAT.PARTI MOLLI 25X7MM 215MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	68.01.11		DIVARICAT.PARTI MOLLI 31X10 215MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK632R	CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 00	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDICON	30.25.30		PINZA SGORBIA BLUMENTHAL, LEGGERM. CURVA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	STILLE	101-8163		SUPERCUT FORBICI BABY METZ.CRV.115MM	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
1	AESULAP	BC164R		FORBICI P.STRABISMO RO/RO 115MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	04.35.14		FORBICI METZENBAUM CRV.FINE 145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	BC261R		DUROTIP FORBICI P.LEGAT.METZB.CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	M.E.S.A.	NON PRESENTE	BC592R	FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	AESCLAP	BC271R		DUROTIP FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCLAP	BH642R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BH642R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM013R	DUROGRIP PORTAGHI BABY-CRILE-WOOD 150MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
2	AESCLAP	BH111R		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH131R	PINZA EMOST.PROVIDENCE-HOSP.CRV.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	15.71.14		PINZA EMOST.KELLY CRV.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH130R	PINZA EMOST.PROVIDENCE-HOSP.RET.140MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH110R	PINZA EMOST.HALSTED RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH120R	PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GK183	CAVO BIPOL.2 SPINE BAN.SPINA EURO PIATTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	VALLEYLAB	E 700246		PINZA COAGUL. ISOLATA PUNTE ANGOLATE PIATTE 105MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

FERRI PICCOLI INT 3

PESO 4,5 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

44					11	0	0	0	0	3	6	24	17	5	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	JK344		VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:187MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JP023		PRIMELINE, 1/2 COPERCHIO, VERDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BB073R	MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BB077R	MANICO P.BISTURI NO.7 162MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	BD217R	PINZETTA ANAT.MORSO 1,5MM 155MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BD559R		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	06.21.12		PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
3	AESULAP	BD511R		PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	BN004R	SONDA SCANALATA 145MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BN004R	SONDA SCANALATA 145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
4	AESULAP	BT008R		DIVARICATORE DI SENN-MILLER, DOPPIO	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK630R	CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 0000	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MICRO FRANCE	NON PRESENTE	FO500R	PINZA SGORBIA, MORSO MM 3, MM 155	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BC135R		FORBICI OFTALMOLOGIA E LEGAT.120MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC603R	FORBICI METZENBAUM CRV.FINE 145MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
1	AESULAP	BC605R		FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BC606R		FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STIER	H108-28520		DUROTIP FORBICI DISS.METZB.CRV.200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 8283-17		FORBICI MAYO-STILLE CRV.170MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	MARTIN	13-410-16		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	AESULAP	BM016R		DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM016R	DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	BH111R		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	15.71.14		PINZA EMOST.KELLY CRV.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BH120R	PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	BH118R		PINZA MOSQUITO HALSTED RET.1X2D.125MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCLAP	BH119R		PINZA MOSQUITO HALSTED CRV.1X2D.125MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	AESCLAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	PROFESIONAL	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GK183	CAVO BIPOL.2 SPINE BAN.SPINA EURO PIATTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	VALLEYLAB	E 700246		PINZA COAGUL. ISOLATA PUNTE ANGOLATE PIATTE 105MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GK183	CAVO BIPOL.2 SPINE BAN.SPINA EURO PIATTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	88.12.08		PINZA PER COAGULAZIONE BIPOLARE SMUSSA ANGOLATA L.110MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	56-231-11		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

FERRI PICCOLI 4
PESO 5 KG

S.O. ORTOPEDIA
KIT VAPORE

45					8	6	1	0	2	3	10	15	9	3	1	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK344		VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:187MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JP023		PRIMELINE, 1/2 COPERCHIO, VERDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	208000		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	12-184-08		PINZETTA SEMKIN FINE 150MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	AESCLAP	BD511R		PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BD668R	PINZETTA DISSEZ.SEMKEN 1X2D.0,8MM 125MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD539R	PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCLAP	BC605R		FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STILLE	101-8125		FORBICE DELICATA 150MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HERMANN	NON PRESENTE	BC605R	FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC587R	FORBICI MAYO P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCLAP	BC271R		DUROTIP FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC271R	DUROTIP FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESCLAP	BT354R		DIVARICATORE DI KOCHER-LANGENBECK,25X6MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	15-167-16		BABY-WUNDHAKEN N SENN-MILLER, SMUSS.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 17081-16		DIVARICATORE DI SENN-MILLER, DOPPIO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	SIMAL	NON PRESENTE	BN004R	SONDA SCANALATA 145MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
2	AESCLAP	BT008R		DIVARICATORE DI SENN-MILLER, DOPPIO	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	FK631R		CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FO432R	PINZA-SGORBIA DI JANSEN, MM 175	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF491R	CLAMP P.STERILIZZAZIONE BUNT 105MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH442R	PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	13-410-18		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.185MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM024R	DUROGRIP PORTAGHI WEBSTER 125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM013R	DUROGRIP PORTAGHI BABY-CRILE-WOOD 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BH111R		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 040-021-12		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	STORZ	535612		PINZA MOSQUITO HALSTED CRV.1X2D.125MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	13-322-12		PINZA MOSQUITO HALSTED RET.1X2D.125MM	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	56-231-11		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GK183	CAVO BIPOL.2 SPINE BAN.SPINA EURO PIATTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	88.12.06		PINZA PER COAGULAZIONE BIPOLARE SMURRA L.110MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GK183	CAVO BIPOL.2 SPINE BAN.SPINA EURO PIATTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	VALLEYLAB	E70 02 41		PINZA PER COAGULAZ. BIPOLARE SMUSSAL.110MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

FERRI PIC. URG 1
PESO 5 KG

S.O. ORTOPEDIA
KIT VAPORE

50					5	2	2	0	2	3	15	21	15	1	2	0	3
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCU LAP	JK341		VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:120MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JP023		PRIMELINE, 1/2 COPERCHIO, VERDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
1	PILLING	18-1220		PINZETTA ADSON SCANALATURA TRASVER.120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 11200-12		PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	REDA	11178-12		PINZETTA DISS.ADSON MORS.STRI.1X2D.120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD537R		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SIMAL	NON PRESENTE	BN004R	SONDA SCANALATA 145MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	AESCU LAP	FK113R		LEVA P.OSSA, STRETTA, CM 15,LARGA 4,5MM	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESCU LAP	BT008R		DIVARICATORE DI SENN-MILLER, DOPPIO	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 010-241-11		FORBICI IRIDECTOMIA E LEGATURE 110MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC110R	FORBICI IRIDECTOMIA E LEGATURE 110MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	GIMA	SRS277		FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BC605R		FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	STIER	S08-17115		FORBICI LEXER P DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ROSTFREI	NON PRESENTE	BF431R	PINZA CHAMP BACKHAUS 90MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF431R	PINZA CHAMP BACKHAUS 90MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	WALGER	NON PRESENTE	BF432R	PINZA CHAMP BACKHAUS 110MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	LINK	10-5122/10		OSTEOTOMO DI LAMBOTTE, MM 125,LARG.MM 10	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	LINK	10-5122/06		OSTEOTOMO DI LAMBOTTE, MM 125,LARG.MM 6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	LINK	NON PRESENTE	FK841R	CURETTA DOPPIA VOLKMANN,TAGLIENTE,145MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE S	392.00		STRUM. P CURVARE FILI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE S	399.360		RASPATORE, CURVO, LAMA TONDO, 6,0MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	LX183R		PINZA ESTRAZ.FILI, MOD. PFAU	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	22-523-02		PINZA TAGLIAFILI MAX 3MM L.190MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2096		MEDICON: PINZA TAGLIAFILI LAME25MM L.190MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCLAP	FO412R		PINZA SGORBIA LUER, MOLTO CURVA, MM155	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ZIMMER	155B-RB		MARTELLO IN METALLO 300GR.D:30MM 235MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	BL907R	SCATOLA P.AGHI 70X53X9MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	H0	PIOMBINI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM013R	DUROGRIP PORTAGHI BABY-CRILE-WOOD 150MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	MARTIN	13-320-12		PINZA EMOST.MICRO-HALSTED RET.125MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	STIER	NON PRESENTE	BH111R	PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BH121R		PINZA MOSQUITO HALSTED CRV.1X2D.125MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	NON PRESENTE	BH121R	PINZA MOSQUITO HALSTED CRV.1X2D.125MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AMPLIMED	NON PRESENTE	BH110R	PINZA EMOST.HALSTED RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH316R	PINZA EMOSTATICA PEAN RET.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	13-414-16		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	PROFESIONAL	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	VALLEYLAB	E 700246		PINZA COAGUL. ISOLATA PUNTE ANGOLATE PIATTE 105MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GK183	CAVO BIPOL.2 SPINE BAN.SPINA EURO PIATTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	56-231-11		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

FERRI PIC. URG. 2

PESO 5 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

52					11	5	3	0	2	3	13	15	7	3	1	0	4
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	JK341		VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:120MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JP023		PRIMELINE, 1/2 COPERCHIO, VERDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	TONTARRA	TO 003-003-00		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SWANN MORTON	NON PRESENTE	BB073R	MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	ROSTFREI	NON PRESENTE	BD305R	PINZETTA P.SCHEGGE RET.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	06.21.12		PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD511R	PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	02.41.12		FORBICI P.STRABISMO 115MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BC605R		FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC683R	FORBICI PREP.SEC.METZENBAUM CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	AESULAP	BT004R		UNCINO RAGNELL DOPPIO 5X3/14X6,3MM	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	TEKNO	TK 17081-16		DIVARICATORE DI SENN-MILLER, DOPPIO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	TEKNO	TK 24551-06		LEVA OSSA,PICC.PUNTA CORTA/STRETTA, 6MM	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SIMAL	NON PRESENTE	FK118R	LEVA OSSA,PICC.PUNTA CORTA/STRETTA, 8MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
3	AESULAP	BF431R		PINZA CHAMP BACKHAUS 90MM	0	0	0	0	1	0	0	2	1	1	0	0	0
1	MEDICON	30.25.30		PINZA SGORBIA BLUMENTHAL, LEGGERM. CURVA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	LX183R		PINZA ESTRAZ.FILI, MOD. PFAU	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ROSTFREI	10-1555/3		PINZA P FRAMMENTI OSSEI KAZANJIAN ANGOLATA L.155MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	391.93		TAGLIAFILI LATER.ARTICOL.DOPPIA, 235MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2054		PORTAFILI MANUALE L.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SIMAL	NON PRESENTE	BN004R	SONDA SCANALATA 145MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	LINK	10-1615		CURETTA DOPPIA MARTINI,TAGLIENTE,140MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MICRO FRANCE	NON PRESENTE	FL390R	SGORBIA DI LEXER LUNGA CM18 LARGA 4MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MICRO FRANCE	CP 304		SCALPELLO DI PARTSCH, CM 14, LARG. MM 7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	399.350		RASPATORY, 14MM BR., 200MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	392.00		STRUM. P CURVARE FILI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	CITIEFFE	NON PRESENTE	FL055R	MARTELLO IN METALLO 300GR.D:30MM 235MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	DUMONT	SSC-06137		SCATOLA P.AGHI 70X53X9MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2055		PIOMBINI QT. VARIABILE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM013R	DUROGRIP PORTAGHI BABY-CRILE-WOOD 150MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	KERNA	TQ 040-021-12		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BH443R		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-322-12		PINZA MOSQUITO HALSTED RET.1X2D.125MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	BH118R	PINZA MOSQUITO HALSTED RET.1X2D.125MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BH645R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.185MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	WECK	523120		DUROGRIP PINZA LEGAT.SOTTILE 150MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	56-231-11		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GK183	CAVO BIPOL.2 SPINE BAN.SPINA EURO PIATTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	VALLEYLAB	E70 02 46		PINZA COAGULAZ.BIPOLARE CURVA 110MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

ALLUCE VALGO 1
PESO 7 KG

S.O. ORTOPEDIA
KIT VAPORE

47					19	0	5	0	4	3	4	12	4	1	1	0	6
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	JK741		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:120MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JP013		PRIMELINE, 3/4 COPERCHIO, VERDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FL402R	SCALPELLO LEXER LUNGH.220MM LARGO 7MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	NON PRESENTE	BL907R	SCATOLA P.AGHI 70X53X9MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0001		VITI VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2087		SYNTHES: SUPPORTO ATTREZZATO PER VITI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR0001		VITI VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	55-400-23		SCATOLA FORATA IN ACCIAIO CON COPERCHIO 230X130X50MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BF431R		PINZA CHAMP BACKHAUS 90MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	BF432R		PINZA CHAMP BACKHAUS 110MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HIT MEDICA	RSB 202		BATTITORE FINALE PER CAMBRE 2MM L.110MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HIT MEDICA	RSB 203		BATTITORE FINALE PER CAMBRE L.110MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	HIT MEDICA	HMV 440-04		FRESA FORATA D. 3 MM	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HIT MEDICA	RSB 00101		MISURATORE DI PROFONDITA 60MM L.135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HIT MEDICA	HMV 411		CACCIAVITE ESAGONALE CANULATO D.1,8MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	HIT MEDICA	HMV 392		CACCIAVITE MANICO ORO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HIT MEDICA	RSB 205		ESPULSORE PER CAMBREL.100MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HIT MEDICA	RSB 201		GUIDA PER VITI DOPPIA D.2MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	310.930		MANDRINO JACOBS CON ATTACCO RAPIDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	310.932		CHIAVE PER MANDRINO PICCOLO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2088		GUIDA DA TAGLIO 1MM L.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	55-702-14		DISPENSER PER FILI KIRSCHNER. 160 MM, D.1MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	OSTEOMED	320-0013		PERFORATORE ELICOIDALE D.2MM L.30/90MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR2089		PERFORATORE D.2MM L.45/95MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	JF401R		CONTENITORE STERILIZZAZIONE STRUM.MICRO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	LS211R		PINZA PIEGAPLACCHE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	K MEDIC	KM 69-990		DIVARICATORE AUTOSTATICO VALVE ZIGRINATE 9X32 L.125MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	LS213R		PIEGAPLACCHE, 130 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	HIT MEDICA	RSB 462		MASCHIATORE CANULATO PER VITI L.190MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HIT MEDICA	RSB 464		MASCHIATORE GRADUATO PER VITI PUNTA RSB L.215MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HIT MEDICA	RSB 465		CACCIAVITE TRIANGOLARE 2MM L.190MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HIT MEDICA	HME 353-01		GUIDA GRADUATA PER FILO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	K MEDIC	KM 69-760		SCOLLATORE MCGLAMRY CURVO 11MM L.170MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	K MEDIC	KM 69-762		OSTEOTOMO CURVO MC. GLAMRY 13MM L.170MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2090		SCOLLAPERIOSTIO DOPPIO 12MM UNA RETTA UNA CURVA L.170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	FL650R		OSTEOTOMO LAMBOTTE RET.4MM LG.245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-581-22		PINCE EMOST.GEMINI 230MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	56-431-06	SCATOLA CON COPERCHIO D.100MM H.60MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	HIT MEDICA	HMV 416-1		CORPO COMPRESSORE GRADUATO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HIT MEDICA	HMV 416-4		BRACCIO PER CORPO COMPRESSORE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	HIT MEDICA	HMV 418		CAMICIA PER SISTEMA CANNULATO PER FILO GUIDA Ø1MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HIT MEDICA	HMV 416-6		RONDELLA D.INT.5MM D.EXT 20MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2091		VITE ZIGRINATA L.7/12,5MM D.12MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR2092		VITE ZIGRINATA L.5/10MM D.8MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR2093		HIT MEDICA: BOCCOLA D.8MM L.11MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0004		FILI DI KIRSCHNER VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

MICRO CHIRURGICA 1

PESO 4,5 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

25					0	0	0	0	12	0	5	8	2	0	1	0	5
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JN342	VASCHETTA P.CONT.1/2 PERF.ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK389	1/2-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2094		SCATOLA FORATA CON COPERCHIO PER STRUEMNTI MICRO 215X100X35MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	FD575R		APPROSSIMATORE COMPLETO CON CHIAVE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	FD636R		AGO SOLO,CORTO,P.FD635 APPROSSIM. NERVI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FD611R	APPROSSIMAT. BIEMER-MUELLER,9,0MM,RETTO	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	LINK	10-1962/12		PORTAGHI PIATTO MICROCH., RETTO 9MM, L.150 MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JAKOBI	36 2124		MICROFORBICE ZIGRINATA ACUTA LAME 18MM L.140MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JAKOBI	36 0712		MICROFORBICE A MOLLA ACUTA LAME 12MM L.175MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FD622R	MICI CLIP VASCOLARE RETTA 8X2MM L.25MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	NON PRESENTE	55-400-23	SCATOLA FORATA IN ACCIAIO CON COPERCHIO 230X130X50MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	JANACH	J 3090		PINZA CHIRURGICA DA CUTE 1X2 DENTI	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0
1	MORIA	537-MC222		PINZA SERRAFILI PIANI LISCI LEGGERA L.110MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2095		MORIA: PINZA SERRAFILI PIANI LISCI L.130MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	JAKOBI	50 4705		MICRO FORBICE LAME MOLTO CURVE 12MM L.105MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JAKOBI	50 4601		MICRO FORBICE CURVA SMUSSA LAME 20MM L.110MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SIMAL	1876012		MICRO FORBICE TITANIO RETTA ACUTA LAME10MM L.120MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JAKOBI	36 2151		MICRO FORBICEACUTA CURVA LAME 6MM L.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	JAKOBI	36 0733		MICROFORBICI FINI 45J ANGOL.165MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JAKOBI	36 211		MICROFORB.MOLLA,CURVE,ACUTA/ACUTA,180MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JAKOBI	50 3760		PORTAGHI MICRO, PIANI LISCI RETTO, DELICATO 140MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINK	10-2071/1		PORTAGHI MICRO RETTO, PIANI LISCI, DELICATO 140MM,	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	JAKOBI	50-3683		PORTAGHI MICRO CON CREMAGLIERA, PIANI LISCI CURVO L.125MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

MODULO DELLA MANO LCP 1.5
PESO 4 KG

S.O. ORTOPEDIA
KIT VAPORE

14					7	4	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR0001		VITI VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK340	VASCHETTA PER CONTAINER 1/2 ALTEZZA:90MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	CBM	NON PRESENTE	JK389	1/2-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	319.003		PROFONDIMETRO PER VITI D. 1,3 E 1,5MM CAMPO DI MISURA 25MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	311.01		MANICO CON INNESTO RAPIDO L.100MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	682.486		SCATOLA ATTREZZATA PER LCP MANO 1.5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0002		PLACCHE VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.880		MINI-FRESA, D. 1,1 MM, 50 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.110		PERFORATORE SPIR.ASSE AO, D.1,1MM, 60 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	314.667.001		PUNTA CACCIAVITE A CROCE LCP 1.5 CON ATTACCO RAPIDO L.66MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHESES	314.667		MANICOTTO DA PRESA PER LCP 1.5 L.38MM (3 PEZZI)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	312.140		GUIDA DI FORAGGIO, PICCOLA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	682.487		COPERCHIO PER SCATOLA LCP MANO 1.5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

MODILO MANO LCP 2.0

PESO 4 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

18					13	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR3020		MARTIN - CONTAINER 1/2 UNITA' CON COPERCHIO, H.80MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	60.110.002		PORTA STRUMENTI ATTREZZATA PER LCP MANO 2.0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	319.005		PROFONDIMETRO PER VITI D. 2,0 E 2,4MM CAMPO DI MISURA 40MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	311.012		MANICO C.MANDRINO P.ATTACCO DENTALE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0001		VITI VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0002		PLACCHE VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	310.880		MINI-FRESA, D. 1,1 MM, 50 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	513.140		PERFORATORE SPIR.D.2,0 MM,RACCORDO ANGOL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	310.160		TWIST DRILL,D:1,5MM,L:110/85MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHES	314.676.001		PUNTA PER CACCIAVITE STARDRIVE 2.0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	323.200		GIUDA DOPPIA PER VITI 1,5 E 2MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	323.034		GUIDA TRAPANO LCP 2.0, CON LA SCALA, PER PUNTE ELICOIDALI Ø 1,5 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHES	314.676		MANICOTTO DA PRESA PER CACCIAVITE STARDRIVE 2.0 L.66MM (3 PEZZI)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHES	329.921		ASTA FILETTATA PER LCP	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	60.110.008		COPERCHIO PER LCP MANO 2.0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

MODULO DELLA MANO 2 - 2.4
PESO 5 KG

S.O. ORTOPEDIA
KIT VAPORE

18					9	8	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	Aesculap	JP013		PRIMELINE, 3/4 COPERCHIO, VERDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JK741		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:120MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	313.96		CACCIAVITE A CROCE 2,4MM L.195MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHES	319.006		MISURATORE PROFONDITA' NERO	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	323.202		PROTEGGI PUNTA 2,4/1,8 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SYNTHES	312.220		GUDA DI FORAGGIO 1.5/2 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	OSTEOMED	320-0022		GUIDA PER VITI 2.4 3.0MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	313.97		MANICOTTO DA PRESA PER VITI 2,4MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	304.579		SCATOAL ATTREZZATA PER VITI E PLACCHE MODULO MANO 2,4MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0001		VITI VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0002		PLACCHE VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	304.578		SCATOAL ATTREZZATA PER VITI E PLACCHE MODULO MANO 2,0MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0001		VITI VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0002		PLACCHE VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	310.150		PERFORATORE SPIRALE,ASSE AO D.1,5MM,85MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	310.509		PUNTA TRAPANO DIAM. 1,8 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	310.534		PUNTA TRAPANO D. 2,0 MM L.110MM, CON ATTACCO RAPIDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

VITI DISK
PESO 4,5 KG

S.O. ORTOPEDIA
KIT VAPORE

35					4	23	0	0	1	0	2	5	0	0	0	0	5
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JN342	VASCHETTA P.CONT.1/2 PERF.ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK389	1/2-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR3080		OSTEOMED - CONTENITORE DISPENCER VISIDISK 1,2 2,0 2,4 3,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	FB031R	ASTUCCIO METALLO PERFORATO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	H0	MATERIALE PER DITO A MARTELLO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR3048		CBM - SCATOLA CON COPERCHIO FORATI, 95X50X21 MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	OSTEOMED	220-0022		CACCIAVITE PER VITI DA 1,2MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	OSTEOMED	320-0007		PUNTA PER INSERIMENTO A MOTORE, D.1MM	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	OSTEOMED	320-0010		PUNTA PER INSERIMENTO A MOTORE, D.1,3MM	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	OSTEOMED	320-0016		PUNTA PER INSERIMENTO MANUALE, D.2,0MM	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	OSTEOMED	220-0021		CACCIAVITE PER VITI DA 2/2,4MM	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	OSTEOMED	320-0018		PUNTA PER INSERIMENTO MANUALE, D.2,4MM	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	OSTEOMED	320-0012		PUNTA PER INSERIMENTO A MOTORE, D.1,8MM	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	OSTEOMED	220-0023		CACCIAVITE PER VITI DA 2,4/3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	OSTEOMED	320-0013		PUNTA PER INSERIMENTO A MOTORE, D.2MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	OSTEOMED	320-0019		PUNTA PER INSERIMENTO MANUALE, D.3MM	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR3081		MARTIN - SCATOLA FORATA PORTASTRUMENTI, 200X100X45MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	OSTEOMED	220-0027		PINZA ANATOMICA ANGOLATA, DELICATA, CON ARRESTO, L.155MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	OSTEOMED	220-0019		IMPUGNATURA AD INNESTO RAPIDO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	OSTEOMED	320-0024		SVASATORE PER VITI DA 2,0 2,4 3,0 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	OSTEOMED	320-0020		PROTETTORE CENTRAPUNTE, 1,2/2,0MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	323.202		PROTEGGI PUNTA 2,4/1,8 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	OSTEOMED	320-0040		FERMO PER RIMOZIONE VITI, 1,2 2,0 2,4 3,0 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SYNTHESES	532.011		MANDRINO J-LATCH PER COLIBRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	OSTEOMED	220-0039		MISURATORE DI PROFONDITA', MICRO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR3082		STRUMENTO PER DITO A MARTELLLO NERO/BLU	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR3083		STRUMENTO PER DITO A MARTELLLO VERDE/BIANCO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

CHIR MANO NAVA

PESO 7,5 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

64					5	3	3	0	7	2	2	42	17	14	0	0	11
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR3079		CBM - CONTAINER 1/2 UNITA', FONDO PERFORATO, H.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF112R	1/2 CESTELLO PERFORATO 243X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	M.E.S.A.	NON PRESENTE	BB073R	MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	TEKNO	TK 11200-12		PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 003-003-00		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCU LAP	BD660R		PINZETTA DISSEZIONE GILLIES 1X2D.155MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD539R	PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	CROMA	CRM.06.03.021		RETRATTORE DI FARABEUF L=160 (28X9) (23X6)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT021R	DIVARICATORE FARABEUF, GRANDE,SERIE DI 2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	TEKNO	TK 17081-16		DIVARICATORE DI SENN-MILLER, DOPPIO	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHE S	399.45		LEVA P FRAMMENTI OSSEI 2/15/125MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
2	MEDICON	68.01.11		DIVARICAT.PARTI MOLLI 31X10 215MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STIER	NON PRESENTE	FK117R	LEVA OSSA,PICC.PUNTA CORTA/STRETTA, 6MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MEDICON	29.85.17		CURETTA DOPPIA VOLKMANN,TAGLIENTE,170MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	STIER	10-3362		CURETTA DOPPIA WILLIGER,TAGLIENTE,145MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STIER	NON PRESENTE	FL104R	OSTEOTOMO DI LAMBOTTE, MM 125,LARG.MM 8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MICRO FRANCE	M 815 B		SCALPELLO P.SETTO NAS.FREER 4/160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	OL316R	SCALPELLO SETTO NAS.FREER 6/150MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE S	399.360		RASPATORE, CURVO, LAMA TONDO, 6,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	CODMAN	65-1030		RASPATORIO ADSON,RETTO 8MMLARGO,COLT.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE S	399.33		RASPATORE, CURVO, LAMA RETTA, 13,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCU LAP	DL028R		ELEVAT.RAD.HYLIN CURVO SINISTRA 3,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MOVI	NON PRESENTE	OM314R	RASPAT.PER PALATO,CURV.A SINISTRA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	DG250R		TENAGLIA ANATOMICA P. MOLARI SUP., N.67	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DG252R	TENAGLIA ANATOMICA P. MOLARI SUP., N.67A	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SYNTHESES	391.82		PINZA PIEGA FILI 160MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNOS	000.00.275		MARTELLO MAN. HARTPR., TESTA D:30MM,200GR	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	FO411R		PINZA SGORBIA LUER LEGGERM.CURVA 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FO453R	PINZA-SGORBIA DI BEYER, MM 175	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	SYNTHESES	398.95		PINZA RIPOSIZIONE 95MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	TEKNO	TK 24734-14		PINZA PER RIMETTERE A POSTO FRAMM.OSSO	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHESES	399.09		PINZA OSSA CON CREMAGL.PICCOLA 145MM	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHESES	398.79		PINZA P.OSSA AUTOCENTRANTE 3/3/145MM	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	NON PRESENTE	399.06	PINZA OSSA CREMAGL.VITE 150MM PICCOLA	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STIER	NON PRESENTE	BC177R	FORBICI JAMESON 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC605R	FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	TEKNO	8289-17		DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STIER	SRS277		FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STIER	NON PRESENTE	BH448R	PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.225MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 20503-14		DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM032R	DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH642R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	AESULAP	BH120R		PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH120R	PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	BH131R		PINZA EMOST.PROVIDENCE-HOSP.CRV.140MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	15.71.14		PINZA EMOST.KELLY CRV.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	LEIBINGER	32-01386		PINCE EMOST.GEMINI 180MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEDICON	17.54.16		PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

MICROMOTORE 1

PESO 3,5 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

17					10	4	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR3020		MARTIN - CONTAINER 1/2 UNITA' CON COPERCHIO, H.80MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SYNTHESES	512.10		MANIPOLO MOTORE AD ARIA, MINI DRILL	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	512.700		MANDRINO PER SEGA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	512.430		PORTAFILI DA 0,6 A 1,6 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	512.22		MANDRINO PER FRESE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR3047		SYNTHESES - RACCORDO PER OLEARE IL CORPO MOTORE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR3048		CBM - SCATOLA CON COPERCHIO FORATI, 95X50X21 MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	513.050		PUNTA ELICOIDALE,1,5 X 38 MM,ASSE ANGOL.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	SYNTHESES	513.080		PERFORATORE SPIR.D.1,5 MM,RACCORDO ANGOL	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	03.114.007		PERFORATORE D.1,1, L.75MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHESES	317.861		PERFORATORE D.1,8 L.80MM, ID.VIOLA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0003		FRESE VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0008		LAME PER SEGA VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	512.150		TUBO AD ARIA COMPRESSA PER MOTORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

MICROMOTORE 2

PESO 4,5 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

15					7	5	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	CBM	NON PRESENTE	JK340	VASCHETTA PER CONTAINER 1/2 ALTEZZA:90MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	JK389	1/2-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	512.103		TUBO PER ARIA COMPRESSA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	512.101		MOTORE MICRO DRIVE PLUS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	512.220		MANDRINO O/R PER PUNTE CON ATTACCO RAPIDO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	512.700		MANDRINO PER SEGA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR3048		CBM - SCATOLA CON COPERCHIO FORATI, 95X50X21 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	SYNTHES	513.080		PERFORATORE SPIR.D.1,5 MM,RACCORDO ANGOL	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	03.114.007		PERFORATORE D.1,1, L.75MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHES	317.861		PERFORATORE D.1,8 L.80MM, ID.VIOLA	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	513.190		PERFORATORE D. 2,7 L.67MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0003		FRESE VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0008		LAME PER SEGA VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

MOTORE COLIBRÌ GRANDE

PESO 12 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

31					23	6	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JN444	VASCHETTA P.CONT.1/1 PERF.ALTEZZA:187MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	JK488		1/1-COPERCHIO BASIS, ORO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK477A		SOVRACOPERCH.P/CONT.BASE 1/1 ALLU VERDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	68.001.600		CESTO CON ALLOGGIAMENTI MOTORE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	05.001.201		MOTORE TRS MODULAR DRIVE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	05.001.227		COPERCHIO PER MOTORE TRS MODULAR DRIVE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHE	05.001.203		INTRODUTTORE BATTERIA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	05.001.212		LANCIAFILI 1,0-4,0MM PER TRS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	05.001.218		MANDRINO HUDSON CON INNESTO RAPIDO PER TRS MODULAR DRIVE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	05.001.220		MANDRINO TRINKLE CON INNESTO RAPIDO PER TRS MODULAR DRIVE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	05.001.214		MANDRINO AO/ASIF CON INNESTO RAPIDO PER TRS MODULAR DRIVE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	05.001.205		AO/ASIF DRILL PER TRS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	05.001.210		ATTACCO PER FRESA LIMA PER TRS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	05.001.225		ATTACCO "RECIPROCATING SAW" PER TRS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	05.001.206		ATTACCO MANDRINO JACOBS PER TRS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	05.001.222		ATTACCO PER FRESA ZIMMER PER TRS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	05.001.224		ATTACCO "SAGITTAL SAW" PER TRS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	05.001.229		CHIAVE PER FISSAGGIO LAME	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	510.191		CHIAVE DI SERRAGGIO "T" PER MANDRINI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0008		LAME PER SEGA VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	310.190		PERFORATORE SPIR.,ASSE AO,D.2,0MM,100MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SYNTHESES	310.21		PUNTA A SPIRALE,2,0MM D.125/95MM ASSE AO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.250		PERFORAT.SPIRALE,ASSE AO D. 2,5MM,110MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.310		PERFORATORE SPIR.ASSE AO, D.3,2MM,145 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.35		PERFORATORE SPIR.,ASSE AO,D.3,5MM,110 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.44		PERFORATORE SPIR.,ASSE AO D. 4,5MM,145MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.230		PERFORATORE SPIRALE DIAM. 2,5 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.020		PERFORATORE SPR.ASSE AO, D.3,2MM L.225MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.37		PERFORATORE SPIR.ASSE AO, D.3,5MM,195 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.48		PERFORATORE SPIR.ASSE AO, D.4,5MM,200 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

MOTORE ELETTRICO CONMED
PESO 7,5 KG

S.O. ORTOPEDIA
KIT VAPORE

28					17	7	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	3
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JN344	VASCHETTA P.CONT.1/2 PERF.ALTEZZA:187MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK389	1/2-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	LINVATEC	PRO6125		SEGA OSCILLANTE POWERPRO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINVATEC	PRO6100		POWERPRO ELECTRIC II MODULAR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINVATEC	PRO6045		RECIPROCATING SAW	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINVATEC	PRO6128		LANCIAFILI DA 0,7 A 1,6 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINVATEC	PRO6132		LANCIAFILI DA 2 A 3,2 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINVATEC	PRO6047		ZIMMER/HUDSON REAMER 5:1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINVATEC	PRO6040		LARGE AO/ASIF REAMER 5:1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINVATEC	PRO2030		MANDRINO JACOBS 4MM + CHIAVE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINVATEC	PRO2041		MANDRINO JACOBS 6,5MM + CHIAVE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINVATEC	PRO2038		MANDRINO AO DRILL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CONMED	MC5067		CAVO PER MOTORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	393.830		PUNTA DA TRAPANO D.1,5 L.60MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.190		PERFORATORE SPIR.,ASSE AO,D.2,0MM,100MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.21		PUNTA A SPIRALE,2,0MM D.125/95MM ASSE AO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.250		PERFORAT.SPIRALE,ASSE AO D. 2,5MM,110MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.310		PERFORATORE SPIR.ASSE AO, D.3,2MM,145 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.290		PERFORATORE SPIR.ASSE AO, D.3,2MM,195 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.35		PERFORATORE SPIR.,ASSE AO,D.3,5MM,110 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.37		PERFORATORE SPIR.ASSE AO, D.3,5MM,195 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.48		PERFORATORE SPIR.ASSE AO, D.4,5MM,200 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	310.48	PERFORATORE SPIR.ASSE AO, D.4,5MM,200 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SYNTHESES	310.600		PERFORATORE SPIRALE D. 6MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	HALL	5071-124		LAMA PER SEGA 25 X 120MM	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	HALL	5071-144		LAMA PER SEGA 25 X 115MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HALL	5071-572		LAMA PER SEGA 95 X 19MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

MOTORE POWER DRIVE SYNTHES
PESO 7 KG

S.O. ORTOPEDIA
KIT VAPORE

25					17	1	2	0	1	0	0	4	2	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JN344	VASCHETTA P.CONT.1/2 PERF.ALTEZZA:187MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK389	1/2-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SYNTHES	530.100		MOTORE POWER DRIVE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHES	530.280		PORTA BATTERIA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	530.250		INSERITORE BATTERIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	511.801		ACCESSORIO SEGA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	511.791		LANCIAFILI D.0,6-3,2MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	511.785		ADATTATORE DI RIDUZIONE, A INNESTO RAPIDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	511.782		ADATTATORE HUDSON	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	511.760		GRANDE ATTACCO RAPIDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHES	511.750		ATTACCO RAPIDO PER PUNTE DA TRAPANO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHES	511.730		MANDRINO JACOBS D. 0/6,5 MM+ CHIAVE	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHES	510.190		CHIAVE DI SERRAGGIO "T" PER MANDRINI	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	SYNTHES	519.210		LAMA SEGA PER SYNTHES 71X27X1,00MM	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	310.230		PERFORATORE SPIRALE DIAM. 2,5 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	310.290		PERFORATORE SPIR.ASSE AO, D.3,2MM,195 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	310.37		PERFORATORE SPIR.ASSE AO, D.3,5MM,195 MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	310.310		PERFORATORE SPIR.ASSE AO, D.3,2MM,145 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	310.48		PERFORATORE SPIR.ASSE AO, D.4,5MM,200 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

MOTORI 5 STRYKER

PESO 6,5 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

44					15	18	1	0	5	1	2	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK344	VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:187MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SAMO	NON PRESENTE	JK389	1/2-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK377A	SOVRACOPERCH.P/CONT.BASE 1/2 ALLU VERDE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STRYKER	4205		TRAPANO AD ACCUMULAT. SYSTEM 5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STRYKER	4208		TIPO ACCULAN II SEGA PER GINOCCHIO A PISTOLA SYSTEM 5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STRYKER	NON PRESENTE	4103-126	MANDRINO P.FILI FINO DA 0,79 A 3,2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	STRYKER	4103-235		ADATTATORE HUDSON	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STRYKER	4103-210		MANDRINO RAPIDO TARGON	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STRYKER	4103-110		MANDRINO RAPIDO PER ASSI AO (SYNTHESES)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STRYKER	4103-131		MANDRINO JACOBS CON CHIAVE DI SERRAGGIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STRYKER	2108-145		LAMA PER SEGA 9 X 0,64 X 24 L.TOT 86MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STRYKER	2108-131		LAMA PER SEGA SAGITTALE 17,5 X 0,64 X 47,5 L.TOT 86MM	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STRYKER	2108-175		LAMA PER SEGA 9,5 X 0,64 X 60,5 X L.TOT 63MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STRYKER	2108-140		SEGA 31 X 0,64 X 63 DENTI 6,3MM	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STRYKER	4125-064-075		LAMA DOPPIO TAGLIO 0,64 X 25 X 75 MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STRYKER	2108-382		LAMA DENTI ROBUSTI PER SEGA 18,5 X 1.24 X 83,5 X 47 MM	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STRYKER	4125-089-090		LAMA DOPPIO TAGLIO 0.89 X 25 X 90 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STRYKER	4125-127-100		SEGA 25 X 100 X 1,27 MM	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STRYKER	2108-218		LAMA PER SEGA 25 X 1,24 X 98,5 X 47 MM	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.15		PERFORATORE SPIRALE,ASSE AO D.1,5MM,85MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHESES	310.110		PERFORATORE SPIR.ASSE AO, D.1,1MM, 60 MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SYNTHESES	310.156		PERFORATORE SPIR.ASSE AO D.1,5MM L.110MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.21		PUNTA A SPIRALE,2,0MM D.125/95MM ASSE AO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.19		PERFORATORE SPIR.,ASSE AO,D.2,0MM,100MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.250		PERFORAT.SPIRALE,ASSE AO D. 2,5MM,110MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.280		PERFORATORE SPIR.ASSE AO,D.2,7MM,100 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.26		PERFORATORE SPIR.ASSE AO,D.2,7MM,100 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.310		PERFORATORE SPIR.ASSE AO, D.3,2MM,145 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.35		PERFORATORE SPIR.,ASSE AO,D.3,5MM,110 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.440		PERFORATORE SPIR.,ASSE AO D. 4,5MM,145MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.230		PERFORATORE SPIRALE DIAM. 2,5 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.020		PERFORATORE SPR.ASSE AO, D.3,2MM L.225MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.370		PERFORATORE SPIR.ASSE AO, D.3,5MM,195 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.48		PERFORATORE SPIR.ASSE AO, D.4,5MM,200 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHESES	310.600		PERFORATORE SPIRALE D. 6MM	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

MOTORE COLIBRÌ 1

PESO 4,5 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

29					19	7	0	0	1	0	0	2	2	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	H0	MANCA UNA CHIAVE SYNTHES 510.191	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	532.002		PORTABATTERIA PER MOTORE COLIBRÌ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	532.001		MOTORE COLIBRÌ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	532.004		INSERITORE BATTERIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	532.022		PASSAFILI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	532.021		SEGA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	532.013		ATTACCO RAPIDO PER PUNTE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	532.014		MANDRINO DI JACOBS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	510.191		CHIAVE DI SERRAGGIO "T" PER MANDRINI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	310.110		PERFORATORE SPIR.ASSE AO, D.1,1MM, 60 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	310.15		PERFORATORE SPIRALE,ASSE AO D.1,5MM,85MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	310.160		TWIST DRILL,D:1,5MM,L:110/85MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	310.190		PERFORATORE SPIR.,ASSE AO,D.2,0MM,100MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	310.21		PUNTA A SPIRALE,2,0MM D.125/95MM ASSE AO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	310.250		PERFORAT.SPIRALE,ASSE AO D. 2,5MM,110MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	310.230		PERFORATORE SPIRALE DIAM. 2,5 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	310.26		PERFORATORE SPIR.ASSE AO,D.2,7MM,100 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	310.280		PERFORATORE SPIR.ASSE AO,D.2,7MM,100 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	310.310		PERFORATORE SPIR.ASSE AO, D.3,2MM,145 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	310.020		PERFORATORE SPR.ASSE AO, D.3,2MM L.225MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	310.35		PERFORATORE SPIR.,ASSE AO,D.3,5MM,110 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	310.37		PERFORATORE SPIR.ASSE AO, D.3,5MM,195 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SYNTHESES	310.44		PERFORATORE SPIR.,ASSE AO D. 4,5MM,145MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.48		PERFORATORE SPIR.ASSE AO, D.4,5MM,200 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.60		PERFORATORE D. 6MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	532.041		LAMA PER SEGA 6MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	532.048		LAMA PER SEGA 10 X 30 X 0,4MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	532.063		LAMA PER SEGA 14 X 25 X 0,6MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	532.065		LAMA PER SEGA 14 X 50 X 0,6MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

MOTORE COLIBRÌ 2

PESO 4 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

30					23	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK340		VASCHETTA PER CONTAINER 1/2 ALTEZZA:90MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JP023		PRIMELINE, 1/2 COPERCHIO, VERDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	532.002		PORTABATTERIA PER MOTORE COLIBRÌ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	532.001		MOTORE COLIBRÌ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	532.004		INSERITORE BATTERIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	532.022		PASSAFILI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	532.021		SEGA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	532.014		MANDRINO DI JACOBS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	510.191		CHIAVE DI SERRAGGIO "T" PER MANDRINI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	05.001.250		INNESTO RAPIDO AO/ASIF PER PUNTE TRAPANO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	532.048		LAMA PER SEGA 10 X 30 X 0,4MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	532.045		LAMA PER SEGA 8 X 20 X 0,4MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	532.063		LAMA PER SEGA 14 X 25 X 0,6MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	532.065		LAMA PER SEGA 14 X 50 X 0,6MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	310.110		PERFORATORE SPIR.ASSE AO, D.1,1MM, 60 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	310.15		PERFORATORE SPIRALE,ASSE AO D.1,5MM,85MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	310.160		TWIST DRILL,D:1,5MM,L:110/85MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	310.21		PUNTA A SPIRALE,2,0MM D.125/95MM ASSE AO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	310.534		PUNTA TRAPANO D. 2,0 MM L.110MM, CON ATTACCO RAPIDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	310.250		PERFORAT.SPIRALE,ASSE AO D. 2,5MM,110MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	310.280		PERFORATORE SPIR.ASSE AO,D.2,7MM,100 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SYNTHESES	310.26		PERFORATORE SPIR.ASSE AO,D.2,7MM,100 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.310		PERFORATORE SPIR.ASSE AO, D.3,2MM,145 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.35		PERFORATORE SPIR.,ASSE AO,D.3,5MM,110 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.230		PERFORATORE SPIRALE DIAM. 2,5 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.29		PERFORATORE SPIR.ASSE AO, D.3,2MM,195 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.370		PERFORATORE SPIR.ASSE AO, D.3,5MM,195 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.44		PERFORATORE SPIR.,ASSE AO D. 4,5MM,145MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.48		PERFORATORE SPIR.ASSE AO, D.4,5MM,200 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.600		PERFORATORE SPIRALE D. 6MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

MOTORE COLIBRÌ 3
PESO 4 KG

S.O. ORTOPEDIA
KIT VAPORE

26					14	9	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK340		VASCHETTA PER CONTAINER 1/2 ALTEZZA:90MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JP023		PRIMELINE, 1/2 COPERCHIO, VERDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	532.032		PORTA BATTERIA PICCOLA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	532.132		PORTA BATTERIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	532.004		INSERITORE BATTERIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	532.104		SCUDO PER INSERIMENTO ASETTICO BATTERIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	532.022		INNESTO RAPIDO FILI DI KIRSCHNER DA 0,6 A 3,2MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	532.017		INNESTO RAPIDO AO/ASIF PER ALESATURA ENDOMIDOLLARE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	532.018		INNESTO RAPIDO HUDSON PER ALESATURA ANDOMIDOLLARE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	532.014		MANDRINO DI JACOBS + CHIAVE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	532.013		ATTACCO RAPIDO PER PUNTE AO/ASIF	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	310.11		PERFORATORE SPIR.ASSE AO, D.1,1MM, 60 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	310.156		PERFORATORE SPIR.ASSE AO D.1,5MM L.110MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	310.19		PERFORATORE SPIR.,ASSE AO,D.2,0MM,100MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	310.21		PUNTA A SPIRALE,2,0MM D.125/95MM ASSE AO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	310.250		PERFORAT.SPIRALE,ASSE AO D. 2,5MM,110MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	310.26		PERFORATORE SPIR.ASSE AO,D.2,7MM,100 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	310.280		PERFORATORE SPIR.ASSE AO,D.2,7MM,100 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	310.310		PERFORATORE SPIR.ASSE AO, D.3,2MM,145 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	310.35		PERFORATORE SPIR.,ASSE AO,D.3,5MM,110 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	310.44		PERFORATORE SPIR.,ASSE AO D. 4,5MM,145MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	310.230		PERFORATORE SPIRALE DIAM. 2,5 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SYNTHESES	310.290		PERFORATORE SPIR.ASSE AO, D.3,2MM,195 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.37		PERFORATORE SPIR.ASSE AO, D.3,5MM,195 MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.48		PERFORATORE SPIR.ASSE AO, D.4,5MM,200 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.600		PERFORATORE SPIRALE D. 6MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

MOTORE COLIBRÌ 4

PESO 5,5 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

33					21	9	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	NON PRESENTE	JN342	VASCHETTA P.CONT.1/2 PERF.ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK389	1/2-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	532.002		PORTABATTERIA PER MOTORE COLIBRÌ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	532.132		PORTA BATTERIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	532.001		MOTORE COLIBRÌ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	532.004		INSERITORE BATTERIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	532.104		SCUDO PER INSERIMENTO ASETTICO BATTERIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	532.022		LANCIAFILÌ 0,6 A 3,2MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	532.021		SEGA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	05.001.251		ADATTATORE PER VITI CON INNESTO RAPIDO AO/ASIF	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	05.001.250		INNESTO RAPIDO AO/ASIF PER PUNTE TRAPANO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	05.001.253		MANDRINO JACOBS A CHIAVE, CAPACITA' DI FISSAGGIO FINO A D. 7,3MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	510.191		CHIAVE DI SERRAGGIO "T" PER MANDRINI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	532.042		LAMA PER SEGA 10MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	532.048		LAMA PER SEGA 10 X 30 X 0,4MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	532.063		LAMA PER SEGA 14 X 25 X 0,6MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	532.065		LAMA PER SEGA 14 X 50 X 0,6MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.11		PERFORATORE SPIR.ASSE AO, D.1,1MM, 60 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.15		PERFORATORE SPIRALE,ASSE AO D.1,5MM,85MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.156		PERFORATORE SPIR.ASSE AO D.1,5MM L.110MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.19		PERFORATORE SPIR.,ASSE AO,D.2,0MM,100MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SYNTHESES	310.21		PUNTA A SPIRALE,2,0MM D.125/95MM ASSE AO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.250		PERFORAT.SPIRALE,ASSE AO D. 2,5MM,110MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.26		PERFORATORE SPIR.ASSE AO,D.2,7MM,100 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.280		PERFORATORE SPIR.ASSE AO,D.2,7MM,100 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.310		PERFORATORE SPIR.ASSE AO, D.3,2MM,145 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.35		PERFORATORE SPIR.,ASSE AO,D.3,5MM,110 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.44		PERFORATORE SPIR.,ASSE AO D. 4,5MM,145MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.230		PERFORATORE SPIRALE DIAM. 2,5 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.020		PERFORATORE SPR.ASSE AO, D.3,2MM L.225MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.37		PERFORATORE SPIR.ASSE AO, D.3,5MM,195 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.48		PERFORATORE SPIR.ASSE AO, D.4,5MM,200 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.60		PERFORATORE D. 6MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

KUNTCHE

CHIODI FEMORE

PESO 11,5 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

56					50	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	55-602-03-04		VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:135MM COLORE ROSSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	55-442-00-04		PRIMELINE, 1/1 COPERCHIO, GRIGIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SYNTHE	274.110		CHIODO UNIVERSALE FEMORALE IN ACCIAIO, D.11MM L.360MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	274.120		CHIODO UNIVERSALE FEMORALE IN ACCIAIO, D.11MM L.380MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	274.130		CHIODO UNIVERSALE FEMORALE IN ACCIAIO, D.11MM L.400MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	274.140		CHIODO UNIVERSALE FEMORALE IN ACCIAIO, D.11MM L.420MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	274.150		CHIODO UNIVERSALE FEMORALE IN ACCIAIO, D.11MM L.440MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	274.160		CHIODO UNIVERSALE FEMORALE IN ACCIAIO, D.11MM L.460MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	274.170		CHIODO UNIVERSALE FEMORALE IN ACCIAIO, D.11MM L.480MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SYNTHE	274.210		CHIODO UNIVERSALE FEMORALE IN ACCIAIO, D.12MM L.360MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	274.220		CHIODO UNIVERSALE FEMORALE IN ACCIAIO, D.12MM L.380MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	274.230		CHIODO UNIVERSALE FEMORALE IN ACCIAIO, D.12MM L.400MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	274.240		CHIODO UNIVERSALE FEMORALE IN ACCIAIO, D.12MM L.420MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	274.250		CHIODO UNIVERSALE FEMORALE IN ACCIAIO, D.12MM L.440MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	274.260		CHIODO UNIVERSALE FEMORALE IN ACCIAIO, D.12MM L.460MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	274.270		CHIODO UNIVERSALE FEMORALE IN ACCIAIO, D.12MM L.480MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SYNTHE	274.310		CHIODO UNIVERSALE FEMORALE IN ACCIAIO, D.13MM L.360MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	274.320		CHIODO UNIVERSALE FEMORALE IN ACCIAIO, D.13MM L.380MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	274.330		CHIODO UNIVERSALE FEMORALE IN ACCIAIO, D.13MM L.400MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	274.340		CHIODO UNIVERSALE FEMORALE IN ACCIAIO, D.13MM L.420MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SYNTHESES	274.350		CHIODO UNIVERSALE FEMORALE IN ACCIAIO, D.13MM L.440MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	274.360		CHIODO UNIVERSALE FEMORALE IN ACCIAIO, D.13MM L.460MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	274.370		CHIODO UNIVERSALE FEMORALE IN ACCIAIO, D.13MM L.480MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SYNTHESES	274.410		CHIODO UNIVERSALE FEMORALE IN ACCIAIO, D.14MM L.360MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	274.420		CHIODO UNIVERSALE FEMORALE IN ACCIAIO, D.14MM L.380MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	274.430		CHIODO UNIVERSALE FEMORALE IN ACCIAIO, D.14MM L.400MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	274.440		CHIODO UNIVERSALE FEMORALE IN ACCIAIO, D.14MM L.420MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	274.450		CHIODO UNIVERSALE FEMORALE IN ACCIAIO, D.14MM L.440MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	274.460		CHIODO UNIVERSALE FEMORALE IN ACCIAIO, D.14MM L.460MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	274.470		CHIODO UNIVERSALE FEMORALE IN ACCIAIO, D.14MM L.480MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SYNTHESES	274.510		CHIODO UNIVERSALE FEMORALE IN ACCIAIO, D.15MM L.360MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	274.520		CHIODO UNIVERSALE FEMORALE IN ACCIAIO, D.15MM L.380MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	274.530		CHIODO UNIVERSALE FEMORALE IN ACCIAIO, D.15MM L.400MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	274.540		CHIODO UNIVERSALE FEMORALE IN ACCIAIO, D.15MM L.420MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	274.550		CHIODO UNIVERSALE FEMORALE IN ACCIAIO, D.15MM L.440MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	274.560		CHIODO UNIVERSALE FEMORALE IN ACCIAIO, D.15MM L.460MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	274.570		CHIODO UNIVERSALE FEMORALE IN ACCIAIO, D.15MM L.480MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	274.610		CHIODO UNIVERSALE FEMORALE IN ACCIAIO, D.16MM L.360MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	274.620		CHIODO UNIVERSALE FEMORALE IN ACCIAIO, D.16MM L.380MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	274.630		CHIODO UNIVERSALE FEMORALE IN ACCIAIO, D.16MM L.400MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	274.640		CHIODO UNIVERSALE FEMORALE IN ACCIAIO, D.16MM L.420MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	274.650		CHIODO UNIVERSALE FEMORALE IN ACCIAIO, D.16MM L.440MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	274.660		CHIODO UNIVERSALE FEMORALE IN ACCIAIO, D.16MM L.460MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	274.670		CHIODO UNIVERSALE FEMORALE IN ACCIAIO, D.16MM L.480MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SYNTHESES	274.710		CHIODO UNIVERSALE FEMORALE IN ACCIAIO, D.17MM L.360MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	274.720		CHIODO UNIVERSALE FEMORALE IN ACCIAIO, D.17MM L.380MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	274.730		CHIODO UNIVERSALE FEMORALE IN ACCIAIO, D.17MM L.400MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	274.740		CHIODO UNIVERSALE FEMORALE IN ACCIAIO, D.17MM L.420MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SYNTHESES	274.750		CHIODO UNIVERSALE FEMORALE IN ACCIAIO, D.17MM L.440MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

KUNTCHE

CHIODI

GAMBA

PESO

7

KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

47					43	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK740		VASCHETTA PER CONTAINER 3/4 ALTEZZA:90MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JP013		PRIMELINE, 3/4 COPERCHIO, VERDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BV074R	DIVARICAT. WEITLANER, CHIUSURA LT, SMUS.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SYNTHE	355.410		IMPUGNATURA ANGOLATA 9 - 14 PER TIBIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	355.440		BULLONE CONICO FILETTATO 9 - 14 PER TIBIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	355.470		DADO DI FISSAGGIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	355.160		INTRODUTTORE DI CHIODI DA GAMBA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	355.180		TESTA D'IMPATTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SYNTHE	250.250		CHIODO UNIVERSALE TIBIALE, ACCIAIO D.10MM L.255MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	250.270		CHIODO UNIVERSALE TIBIALE, ACCIAIO D.10MM L.270MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	250.280		CHIODO UNIVERSALE TIBIALE, ACCIAIO D.10MM L.285MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	250.300		CHIODO UNIVERSALE TIBIALE, ACCIAIO D.10MM L.300MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SYNTHE	250.340		CHIODO UNIVERSALE TIBIALE, ACCIAIO D.10MM L.345MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	250.360		CHIODO UNIVERSALE TIBIALE, ACCIAIO D.10MM L.360MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	250.380		CHIODO UNIVERSALE TIBIALE, ACCIAIO D.10MM L.380MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	250.400		CHIODO UNIVERSALE TIBIALE, ACCIAIO D.10MM L.400MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	250.420		CHIODO UNIVERSALE TIBIALE, ACCIAIO D.10MM L.420MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SYNTHE	251.280		CHIODO UNIVERSALE TIBIALE, ACCIAIO D.11MM L.285MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	251.300		CHIODO UNIVERSALE TIBIALE, ACCIAIO D.11MM L.300MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	251.310		CHIODO UNIVERSALE TIBIALE, ACCIAIO D.11MM L.315MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SYNTHES	251.330		CHIODO UNIVERSALE TIBIALE, ACCIAIO D.11MM L.330MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	251.340		CHIODO UNIVERSALE TIBIALE, ACCIAIO D.11MM L.345MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	251.360		CHIODO UNIVERSALE TIBIALE, ACCIAIO D.11MM L.360MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	251.380		CHIODO UNIVERSALE TIBIALE, ACCIAIO D.11MM L.380MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	251.400		CHIODO UNIVERSALE TIBIALE, ACCIAIO D.11MM L.400MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	251.420		CHIODO UNIVERSALE TIBIALE, ACCIAIO D.11MM L.420MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	252.300		CHIODO UNIVERSALE TIBIALE, ACCIAIO D.12MM L.300MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	252.310		CHIODO UNIVERSALE TIBIALE, ACCIAIO D.12MM L.315MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	252.330		CHIODO UNIVERSALE TIBIALE, ACCIAIO D.12MM L.330MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	252.340		CHIODO UNIVERSALE TIBIALE, ACCIAIO D.12MM L.345MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	252.360		CHIODO UNIVERSALE TIBIALE, ACCIAIO D.12MM L.360MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	252.380		CHIODO UNIVERSALE TIBIALE, ACCIAIO D.12MM L.380MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	252.400		CHIODO UNIVERSALE TIBIALE, ACCIAIO D.12MM L.400MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	252.420		CHIODO UNIVERSALE TIBIALE, ACCIAIO D.12MM L.420MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	253.300		CHIODO UNIVERSALE TIBIALE, ACCIAIO D.13MM L.300MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	253.310		CHIODO UNIVERSALE TIBIALE, ACCIAIO D.13MM L.315MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	253.330		CHIODO UNIVERSALE TIBIALE, ACCIAIO D.13MM L.330MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	253.340		CHIODO UNIVERSALE TIBIALE, ACCIAIO D.13MM L.345MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	253.360		CHIODO UNIVERSALE TIBIALE, ACCIAIO D.13MM L.360MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	253.380		CHIODO UNIVERSALE TIBIALE, ACCIAIO D.13MM L.380MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	253.400		CHIODO UNIVERSALE TIBIALE, ACCIAIO D.13MM L.400MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	253.420		CHIODO UNIVERSALE TIBIALE, ACCIAIO D.13MM L.420MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

COMPL. KUNTCHER 1

S.O. ORTOPEDIA

PESO 8 KG

KIT VAPORE

26					5	13	0	0	1	0	3	4	1	1	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SYNTHES	351.92		ESTRATTORE DI CEMENTO C.FILETTO D 6MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2073		CONTAINER CON COPERCHIO 480X190X200MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SYNTHES	351.05		PROTEGGI TESSUTO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	355.25		MASSA BATTENTE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2074		SYNTHES: PUNTA FORATA CON SCANALATURA ELICOIDALE MIS. 8-10MM L.100MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	355.70	GUIDA PER VITI 8MM L.95MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	SYNTHES	351.93		ESTRATTORE DI CEMENTO C.FILETTO D7MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	351.94		ESTRATTORE DI CEMENTO C.FILETTO D 8MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	351.950		UNCINO ESTRATTORE DI CENEMTO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	355.15		CHIAVE PER VITI, TESTA ESAGONALE CON MANICO A T	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	355.71		GUIDA PER VITI L. 105MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	355.73		GUIDA PER VITI D.3,2MM L.130MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	314.280		HOLDING SLEEVE, LARGE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	314.270		CACCIAVITE SW3,5 L200MM C.MOLLA A TENERE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	355.53		BULLONE CONICO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	355.540		PUNTA FORATA CON SCANALATURA ELICOIDALE D.14M M L.140MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	USAG	285		CHIAVE DA 11	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SYNTHES	NON PRESENTE	355.280	MANICO FLESSIBILE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	352.040		ALBERO RIGIDO X ALESATORI LUN. 495 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	355.570		BULLONE FISSAGGIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	355.58		BULLONE FISSAGGIO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	355.49		IMPUGNATURA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SYNTHESES	355.50		IMPUGNATURA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	355.01		TUBO MIDOLLARE D.9MM L.430MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2075		CHIAVE 4MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	352.085		ALESATORE D. 8,5 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

KUNTCHESTRUMENTARIO GENERALE

PESO 11,5 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

66					24	17	3	0	0	4	5	13	4	0	0	0	9
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	KH002R	PERFORATORE PER FEMORE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK444	VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:187MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	357.22	GUIDA PER MASSA BATTENTE L.450MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCU LAP	JK487		1/1-COPERCHIO BASIS, VERDE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JK477A		SOVRACOPERCH.P/CONT.BASE 1/1 ALLU VERDE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHE S	310.020		PERFORATORE SPR.ASSE AO, D.3,2MM L.225MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE S	355.160		ESTRATTORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHE S	355.900		PERFORATORE D.4,5MM 40/220MM	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE S	NON PRESENTE	KH049S	PROTEGGI TESSUTO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE S	NON PRESENTE	KH099R	GUIDA P.KUENTSCHE R CHIODI INTRAMIDOLLARI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHE S	355.01		TUBO MIDOLLARE D.9MM L.430MM	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	BETA	42		CHIAVE A FORCHETTA N°11	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SYNTHE S	351.01		PERFORATORE PER FEMORE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE S	351.02		PERFORATORE, PER CHIODI 6-7 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE S	351.782		HOLDING FORCEPS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE S	NON PRESENTE	314.19	CACCIAVITE PUNTA ESAGONALE L.245MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE S	355.280		MANICO FLESSIBILE FILETTATO D.10MM L.170MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2056		PERFORATORE MANUALE D.6MM L.440MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR2057		PERFORATORE MANUALE D.7MM L.440MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR2058		PERFORATORE MANUALE D.8MM L.440MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR2059		PERFORATORE MANUALE D.9MM L.440MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SYNTHE S	393.100		MANICO T L160MM MANDR.3 GAN.FINO A D6,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE S	355.790		MISURATORE DI VITI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SYNTHESE	355.71		GUIDA PER VITI L. 105MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESE	355.70		GUIDA PER VITI 8MM L.95MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESE	355.73		GUIDA PER VITI D.3,2MM L.130MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESE	355.660		FISSATORE PER FEMORE L.145MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	357.22	GUIDA PER MASSA BATTENTE L.450MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR2060		MASSA BATTENTE D.55MM L.85MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR2061		SYNTHESE: CHIAVE PER VITI, TESTA ESAGONALE CON MANICO A T	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2062		SYNTHESE: FERMA CHiodo CON VITE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESE	352.040		ALBERO RIGIDO X ALESATORI LUN. 495 MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESE	355.49		IMPUGNATURA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESE	355.50		IMPUGNATURA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESE	351.783		VASCHETTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESE	355.54		BULLONE CONICO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESE	355.530		PUNTA FORATA CON SCANALATURA ELICOIDALE L.125MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESE	321.17		BULLONE DI FISSAGGIO PER TENDITORE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESE	355.58		BULLONE FISSAGGIO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESE	355.57		BULLONE FISSAGGIO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESE	671.274		SCATOLA PORTA VITI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0001		VITI VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESE	352.050		INSERTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESE	352.055		INSERTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESE	675.504		SUPPORTO IN PLASTICA PER ALESATORI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESE	352.085		ALESATORE D. 8,5 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESE	352.090		ALESATORE D. 9 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESE	352.095		ALESATORE D. 9,5 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESE	352.100		ALESATORE D. 10 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SYNTHESE	352.105		ALESATORE D. 10,5 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESE	352.110		ALESATORE D. 11 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SYNTHESE	352.115		ALESATORE 11,5 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESE	352.120		ALESATORE D. 12 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SYNTHESES	352.125		ALESATORE D. 12,5 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	352.130		ALESATORE 13 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	352.135		ALESATORE 13,5 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	352.140		ALESATORE D. 14 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SYNTHESES	352.145		ALESATORE D. 14,5 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	352.150		ALESATORE D. 15 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	352.155		ALESATORE D. 15,5 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	352.160		ALESATORE D. 16 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	352.165		ALESATORE D. 16,5 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	352.170		ALESATORE D. 17 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

DCS-DHS CESTO 1

PESO 5 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

22					21	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR3079		CBM - CONTAINER 1/2 UNITA', FONDO PERFORATO, H.150MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	338.470		DCS REAMER, FRESA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	338.110		DHS REAMER, FRESA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	338.080		DHS DCS MANICO A "T"	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	338.010		GUIDA ANGOLATA DHS/DCS, 135°	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	338.020		GUIDA ANGOLATA DHS, 140°	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	338.030		GUIDA ANGOLATA DHS, 145°	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	338.420		GUIDA PER FILO DCS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	323.460		GUIDA PER VITI M. 3,2-4,5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	338.050		MISURATORE DI PROFONDITA' PER DCS/DHS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHES	338.120		DADO DI FISSAGGIO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	338.140		IMPATTATORE PLACCHE INTRATROCANTERICHE DCS/DHS CON PUNTA IN PLASTICA BIANCA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	338.060		IMPUGNATURA A T,PER ESTRAZ. DI VITI DHS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	338.170		FILETTATORE PER DHS/DCS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHES	338.100		PERFORATORE ELICOIDALE, 8MM 245MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	338.180		BUSSOLA D.CENTRAGGIO CORTA PER DCS/DHS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	338.190		BUSSOLA CENTRAGGIO LUNGA PER DHS/DCS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	338.220		PORTAVITE LUNGO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	338.200		PORTAVITE CORTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	338.210		BOCCOLA DI GUIDA DHS/DCS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

DISTRATTORE 1

PESO 5,5 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

35					28	4	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCULAP	JK740		VASCHETTA PER CONTAINER 3/4 ALTEZZA:90MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	JP013		PRIMELINE, 3/4 COPERCHIO, VERDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	394.400		ASTA LUNGA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	394.410		ASTA CORTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	SYNTHESES	394.420		RONDELLE	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHESES	394.460		INSERITORI LUNGHI	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHESES	394.450		INSERITORI CORTI	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	321.160		CHIAVE N°11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	394.430		DISTANZIALE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SYNTHESES	394.440		DISTANZIALE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2081		SLITTA DI SERRAGGIO CON DADO FILETTATO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SYNTHESES	393.790		CAMICIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	393.830		CAMICIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	393.10		MANDRINO UNIVERSALE CON IMPUGNATURA A T. L.145MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHESES	310.370		PERFORATORE SPIR.ASSE AO, D.3,5MM,195 MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	394.160		PUNTALE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	321.170		BULLONE DI FISSAGGIO PER TENDITORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2082		FERMO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	SYNTHESES	294.550		VITE SCHANZ,5,0MM,170MM, PUNTA TREQUARTI	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	SYNTHESES	294.560		VITE SCHANZ,5,0MM,200MM, PUNTA TREQUARTI	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
4	SYNTHESES	294.540		VITE SCHANZ ,5MM DIAM., 150 MM LUNG.	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

ORTHOFIX BACINO

PESO 12,5 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

95					64	12	0	0	8	1	0	10	0	2	0	0	8
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JN444	VASCHETTA P.CONT.1/1 PERF.ALTEZZA:187MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	JK489		1/1-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK479A		SOVRACOPERCHIO P/CONT.BASE 1/1 ALLU ARG.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	10085		CORPO FISSATORE LUNGO, 3 BARRE, 2 PERNI, 2 ECCENTRICI, 2 BUSSOLE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ORTHOFIX	10054		MORSETTI A VITI INDIPENDENTI, BARRA CON SNODO E 2 CURSORI PER MORSETTO	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	ORTHOFIX	10089		PERNO DI BLOCCAGGIO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR3064		DYNAFIX - CORPO SNODATO PER FISSATORE ESTERNO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR3065		DYNAFIX - CORPO SNODATO PER FISSATORE ESTERNO, TRIPLO SNODO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CITIEFFE	ST.A.R.90F4 PELVIS		CORPO SNODATO PER FISSATORE ESTERNO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	CITIEFFE	F4-2500		MORSETTO BLU PER FISSATORE ST.A.R.90	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ORTHOFIX	92015		MORSETTO ARANCIO PER VITE FISSATORE ESTERNO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	92011		MORSETTO DOPPIO, ARANCIO, PER BARRA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	11106		RIDUTTORE D.4MM LUNG.50MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	11104		GUIDA PER PERFORATORE LUNG. 40MM D. 4,8 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	11116		GUIDA PER PERFORATORE LUNG. 80MM D. 3,2 MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	11105		GUIDA PER PERFORATORE LUNG. 80MM D. 4,8 MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ORTHOFIX	11102		GUIDA PER VITI FICHER MEDIE LUNG. 60MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ORTHOFIX	11103		GUIDA PER VITI FICHER GRANDI LUNG. 100MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ORTHOFIX	10017		CHIAVE ESAGONALE POLIEDRICA 6 MM	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	11129		TREQUARTI CONICO D.6MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	ORTHOFIX	11000		CHIAVE A "T" PER L'APPLICAZIONE DELLE VITI	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ORTHOFIX	92350		BARRA RADIOTRASPARENTE, L.350MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
3	STRYKER	5029-8-620		ASTA IN ALLUMINIO 200MM D. 8MM	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STRYKER	5029-8-625		ASTA IN ALLUMINIO 250MM D. 8MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STRYKER	5029-8-630		ASTA IN ALLUMINIO 300MM D.8MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STRYKER	5029-8-640		ASTA IN ALLUMINIO 400MM D.8MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR3066		ASTA IN ACCIAIO PER FISSATORE ESTERNO, D.8 L.250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR3067		ASTA IN ACCIAIO PER FISSATORE ESTERNO, D.8 L.300MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ORTHOFIX	10170		VITE CORTICALE AUTOPERFORANTE L. TOT 150MM L. FILO 40MM D.6-5MM	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ORTHOFIX	10173		VITE CORTICALE AUTOPERFO. L.TOT 220MM L.FILO 50MM D.6-5MM	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR3068		SCATOLA PORTASTRUMENTI, 300X120X60MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ORTHOFIX	10011		CHIAVE ESAGONALE 8 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR3069		CHIAVE A "T" PER DADI QUADRATI DA 7MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
10	STRYKER	4920-1-020		ARTICOLAZIONE PER ASTE DI CONNESSIONE BLU/GRIGIO	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	STRYKER	4920-1-010		ARTICOLAZIONE PER ASTE DI CONNESSIONE BLU/BLU	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	STRYKER	4920-2-020		MORSETTO UNIVERSALE IBRIDDO	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4	STRYKER	4920-2-140		ASTA DI RACCORDO ANGOLATA 30°	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR3070		CHIAVETTA A SPINA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
11	STRYKER	4920-2-120		ASTA DI RACCORDO DRITTA IN ACCIAIO	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR3071		CHIAVE ESAGONALE DA 8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR3072		ST9117 - CHIAVE INGLESE DA 10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

FISSATORI ESTERNI CARBONIO
PESO 7,5 KG

S.O. ORTOPEDIA
KIT VAPORE

61					61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK444		VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:187MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK469		1/1-COPERCHIO VARIO, ARGENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK457A		SOVRACOPERCH.P/CONT.VARIO 1/1 ALLU VERDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHE	394.880		BARRA IN CARBONIO PER FISSATORE ESTERNO, D.11 L.450MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHE	394.870		BARRA IN CARBONIO PER FISSATORE ESTERNO, D.11 L.400MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHE	394.860		BARRA IN CARBONIO PER FISSATORE ESTERNO, D.11 L.350MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHE	394.850		BARRA IN CARBONIO PER FISSATORE ESTERNO, D.11 L.300MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHE	394.840		BARRA IN CARBONIO PER FISSATORE ESTERNO, D.11 L.250MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHE	393.920		BARRA IN ACCIAIO PER FISSATORE ESTERNO DA CONNESSIONE, D.5 L.200MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	393.100		MANICO T L160MM MANDR.3 GAN.FINO A D6,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	393.103		ADATTATORE A MOTORE PORTA FICHES, D.5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	390.002		MORSETTO A "T" CON BARRA DA 6 FICHES PER FISSATORE ESTERNO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	390.004		MORSETTO A "T" CON BARRA DA 4 FICHES PER FISSATORE ESTERNO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHE	390.005		MORSETTO PER FISSATORE ESTERNO BARRA/FICHES	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHE	390.007		MORSETTO PER FISSATORE ESTERNO BARRA/BARRA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	SYNTHE	390.008		MORSETTO PER FISSATORE ESTERNO BARRA/FICHES	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	SYNTHE	494.782		VITE AUTOFILETTANTE PER FISSATORE ESTERNO, D.5 L.100 FIL.30MM	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	SYNTHE	494.783		VITE AUTOFILETTANTE PER FISSATORE ESTERNO, D.5 L.125 FIL.40MM	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	SYNTHE	494.784		VITE AUTOFILETTANTE PER FISSATORE ESTERNO, D.5 L.150 FIL.60M	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	SYNTHESES	494.785		VITE AUTOFILETTANTE PER FISSATORE ESTERNO, D.5 L.175 FIL.60MM	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	SYNTHESES	494.787		VITE AUTOFILETTANTE PER FISSATORE ESTERNO, D.5 L.200 FIL.80MM	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	SYNTHESES	494.788		VITE AUTOFILETTANTE PER FISSATORE ESTERNO, D.5 L.250 FIL.80MM	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

ORTHOFIX PENNIG E MINIPENNIG

PESO 4,5 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

77					62	11	1	0	0	0	0	3	0	1	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR3063		CBM - CONTAINER 1/2 UNITA', FONDO PERFORATO, H.95MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	ORTHOFIX	37020		MODULO LUNGO FISSATORE PENNIG PER POLSO, MORSETTO, ECCENTRICO E BUSSOLA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ORTHOFIX	13520		FERMAPUNTE CON IMPUGNATURA	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ORTHOFIX	37010		MODULO CORTO FISSATORE PENNIG PER POLSO, MORSETTO, ECCENTRICO E BUSSOLA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	13540		TREQUARTI CONICO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	13530		GUIDA PER PUNTE D.2,7MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ORTHOFIX	10012		CHIAVE ESAGONALE A 3 MM	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	13570		CHIAVE BRUGOLA A "T" 3MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	M210		CHIAVE A "T" PER VITI OSSEE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ORTHOFIX	37030		DOPPIO SNODO SFERICO PENNIG	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ORTHOFIX	M410		MORSETTI AD "L", COPPIA SX E DX	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	M411		COPPIA DI CLAMP STANDARD PER PENNIG MINIFIXATOR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	M403		CORPO PER MINIFISSATORE STANDARD, L.TOT.72MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	M402		CORPO PER MINIFISSATORE CORTO, L.TOT.62MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.250		PERFORAT.SPIRALE,ASSE AO D. 2,5MM,110MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.190		PERFORATORE SPIR.,ASSE AO,D.2,0MM,100MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR3048		CBM - SCATOLA CON COPERCHIO FORATI, 95X50X21 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ORTHOFIX	37004		ECCENTRICO FISSATORE PENNIG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ORTHOFIX	37005		BUSSOLA FISSATORE PENNIG	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ORTHOFIX	M412		DADO COMPRESSORE/DISTRATTORE PER PENNIG MINIFIXATOR	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	394.071		CORPO FISSATORE PER GOMITO BAMBINO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	BETA	42		CHIAVE A FORCHETTA N°7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	395.967		CENTRATORE GUIDAVITE D.4MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	314.270		CACCIAVITE SW3,5 L200MM C.MOLLA A TENERE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHESES	395.782		BARRA IN CARBONIO PER FISSATORE ESTERNO, D.8 L.200MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHESES	395.784		BARRA IN CARBONIO PER FISSATORE ESTERNO, D.8 L.220MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHESES	395.786		BARRA IN CARBONIO PER FISSATORE ESTERNO, D.8 L.240MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SYNTHESES	390.051		MORSETTO DORATO PER FISSATORE ESTERNO	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ORTHOFIX	35100		VITE D.3,2MM LUNGH.70MM, LUNGH. OP. 20MM	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ORTHOFIX	35156		VITE DA CORTICALE, D.4, D.PERFORATORE 2MM, L.70MM	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ORTHOFIX	M420		FILO PER PENNIG, L.70MM, FILETTO 15MM, D.1,6MM, CONF.DA 4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ORTHOFIX	35101		VITE D.3,2MM LUNGH. 80MM, LUNGH. OP. 35MM	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SYNTHESES	494.769		VITI OSSEE PER FISSATORE, D.4.0/2.5MM	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SYNTHESES	494.771		VITE OSSEA PER FISSATORE, D.4/3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

ORTOFIX 1

PESO 11,5 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

91					7	69	0	0	1	0	5	9	1	1	0	0	7
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	30017	CHIAVE GRANDE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ORTHOFIX	31002		CORPO CENTRALE F.A.D PICCOLO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCU LAP	JP013		PRIMELINE, 3/4 COPERCHIO, VERDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2076		VASCHETTA PORTA VITI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR0001		VITI VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ORTHOFIX	10130		CHIAVE AD ASTA D.6MM L.50MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	90002		CORPO FISSATORE STD	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	90003		CORPO FISSATORE LUNGO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	90029		CORPO FISSATORE SHORT	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	10043		METAPHYSEAL CLAMP	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	90046		MORSETTO PER CAVIGLIA RADIOTRASPARENTE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ORTHOFIX	90038		MORSETTI DOPPI	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ORTHOFIX	90007		MORSETTO A "T"	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ORTHOFIX	90006		MORSETTO RETTO	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ORTHOFIX	31006		MORSETTO RETTO	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	31002		CORPO CENTRALE F.A.D PICCOLO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	80074		MORSETTO PER VITE SINGOLA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	E00		TENDITORE DI FILO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	B02		CORPO LUNGO FISSATORE ESTERNO 175MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ORTHOFIX	11200/009		PINZE DA RIDUZIONE TENDI MORSETTO L.340MM	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BL941R	SCATOLA P.AGHI PERF.7 OMP.150X90X10MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
6	ORTHOFIX	31005		BUSSOLA	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
6	ORTHOFIX	30004		ECCENTRICO D.7MM L.26MM	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	54-1142		RONDELLA DI SPAZIATURA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ULSS10	PR2077		ORTHOFIX: BUSSOLA 18MM	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JN092	CONTAINER DENTALE 313X190X46MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
6	ULSS10	PR2078		ORTHOFIX: ECCENTRICO D.9MM L.36MM	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ORTHOFIX	11103		GUIDA PER VITI FICHER GRANDI LUNG. 100MM	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ORTHOFIX	11102		GUIDA PER VITI FICHER MEDIE LUNG. 60MM	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	11104		GUIDA PER PERFORATORE LUNG. 40MM D. 4,8 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	11106		RIDUTTORE D.4MM LUNG.50MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	11105		GUIDA PER PERFORATORE LUNG. 80MM D. 4,8 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	11116		GUIDA PER PERFORATORE LUNG. 80MM D. 3,2 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	11006		FERMO PER PERFORATORE D. 3,2 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2079		ORTHOFIX FERMO PER PERFORATORE D. 4,8 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	10012		CHIAVE ESAGONALE A 3 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	30017		CHIAVE GRANDE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	1100408	TRE QUARTI CONICO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	BETA	55		CHIAVE INGLESE 10/11	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	11144		GUIDA PER FILI DI KIRSCHNER D.2MM L.75MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	11145		GUIDA PER FILI DI KIRSCHNER D.2MM L.115MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	11000		CHIAVE A "T" PER L'APPLICAZIONE DELLE VITI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	11000	CHIAVE A "T" PER L'APPLICAZIONE DELLE VITI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	ORTHOFIX	10017		CHIAVE ESAGONALE POLIEDRICA 6 MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	10009	COMPRESSORE DISTRATTORE LUNGO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	10039	BARRA STABILIZZATRICE D.6MM L.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ORTHOFIX	1100101		PERFORATORE 2 SFAC. D. 4,8MM LUN. 18MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.48		PERFORATORE SPIR.ASSE AO, D.4,5MM,200 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	1100701		PERFORATORE 2 SFAC. 4.4,8MM L.60/280MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	1100201		PERFORATORE 2 SFACETTATURE D. 4,8MM 240MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

ORTHOFIX 2

PESO 8,5 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

117					67	43	0	0	0	0	1	6	2	0	0	0	4
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ORTHOFIX	B02		CORPO LUNGO FISSATORE ESTERNO 175MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	11144		GUIDA PER FILI DI KIRSCHNER D.2MM L.75MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	90007		MORSETTO A "T"	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JK740		VASCHETTA PER CONTAINER 3/4 ALTEZZA:90MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JP013		PRIMELINE, 3/4 COPERCHIO, VERDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	90003		CORPO FISSATORE LUNGO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	90002		CORPO FISSATORE STD	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	90029		CORPO FISSATORE SHORT	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ORTHOFIX	90006		MORSETTO RETTO	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3	ORTHOFIX	31006		MORSETTO RETTO	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	10043		METAPHYSEAL CLAMP	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ORTHOFIX	31006		MORSETTO RETTO	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF112R	1/2 CESTELLO PERFORATO 243X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ORTHOFIX	1100701		FERFORATORE 2 SFAC. 4.4,8MM L.60/280MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.020		PERFORATORE SPR.ASSE AO, D.3,2MM L.225MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.48		PERFORATORE SPIR.ASSE AO, D.4,5MM,200 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	11004	TREQUARTI CONICO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SYNTHESES	310.020		PERFORATORE SPR.ASSE AO, D.3,2MM L.225MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.48		PERFORATORE SPIR.ASSE AO, D.4,5MM,200 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	1100701		FERFORATORE 2 SFAC. 4.4,8MM L.60/280MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	11116		GUIDA PER PERFORATORE LUNG. 80MM D. 3,2 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	11106		RIDUTTORE D.4MM LUNG.50MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	11105		GUIDA PER PERFORATORE LUNG. 80MM D. 4,8 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ORTHOFIX	11104		GUIDA PER PERFORATORE LUNG. 40MM D. 4,8 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ORTHOFIX	11103		GUIDA PER VITI FICHER GRANDI LUNG. 100MM	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	11145		GUIDA PER FILI DI KIRSCHNER D.2MM L.115MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ORTHOFIX	11102		GUIDA PER VITI FICHER MEDIE LUNG. 60MM	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ORTHOFIX	10017		CHIAVE ESAGONALE POLIEDRICA 6 MM	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ORTHOFIX	11000		CHIAVE A "T" PER L'APPLICAZIONE DELLE VITI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	11000	CHIAVE A "T" PER L'APPLICAZIONE DELLE VITI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ORTHOFIX	10128		VITE PER OSSO, L.60MM, L.TOT.150MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				MAZZETTO CON:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ORTHOFIX	10100		VITE CORTICALE L. TOT 110MM L. FILO 40MM D.5,5MM	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				MAZZETTO CON:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ORTHOFIX	10101		VITE CORTICALE 50/110MM D.5,5MM	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				MAZZETTO CON:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ORTHOFIX	10114		VITE CORTICALE L. TOT 130MM L. FILO 40MM D.5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				MAZZETTO CON:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ORTHOFIX	10164		VITE CORTICALE L. TOT 120MM L. FILO 40MM D.5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				MAZZETTO CON:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ORTHOFIX	10111		VITE CORTICALE L. TOT 150MM L. FILO 60MM D.5,5MM	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				MAZZETTO CON:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ORTHOFIX	10103		VITE CORTICALE L. TOT 180MM L. FILO 50MM D.5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				MAZZETTO CON:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ORTHOFIX	10195		VITE AUTOFILETANTE D.4MM L.40/120MM	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				MAZZETTO CON:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ORTHOFIX	10120		VITE PER OSSO, L.60MM, L.TOT.130MM	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				MAZZETTO CON:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ORTHOFIX	10165		VITE CORTICALE L. TOT 150MM L. FILO 40MM D.5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				MAZZETTO CON:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ORTHOFIX	10127		VITE PER OSSO, L.50MM, L.TOT.140MM D.5,5MM	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BL941R	SCATOLA P.AGHI PERF.7 OMP.150X90X10MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
3	ORTHOFIX	10130		CHIAVE AD ASTA D.6MM L.50MM	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ORTHOFIX	30004		ECCENTRICO D.7MM L.26MM	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ORTHOFIX	31005		BUSSOLA	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
4	ULSS10	PR2077		ORTHOFIX: BUSSOLA 18MM	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ULSS10	PR2078		ORTHOFIX: ECCENTRICO D.9MM L.36MM	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

CESTO PLACCHE

PESO 11 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

23					6	2	0	0	5	0	2	8	2	3	0	0	3
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JP013		PRIMELINE, 3/4 COPERCHIO, VERDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINK	72-1145 2		PINZA FERMAPLACCHE CON GUIDA PER PUNTE, MIS.2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINK	72-1145 3		PINZA FERMAPLACCHE CON GUIDA PER PUNTE, MIS.3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINK	72-1143 2		PINZA PIEGAPLACCHE, MIS.2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	LINK	72-1143 3		PINZA PIEGAPLACCHE, MIS.3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ARGO	A1026-1		PIEGAPLACCHE PER PLACCHE IN TITANIO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	329.240		PIEGAPLACCHE CON TESTINE INTERCAMBIABILI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SYNTHES	329.250		TESTINA/INCUDINE PER PIEGAPLACHE 22MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	329.260		TESTINA/INCUDINE PER PIEGAPLACCHE 30MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR3073		SYNTHES - CENTRAPUNTE PER PLACCHE, A BANDIERA TRIANGOLARE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	ULSS10	PR3074		SYNTHES - CENTRAPUNTE CORTO, D.3,2MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR3075		SYNTHES - CENTRAPUNTE LUNGO, D.3,2MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR3076		SYNTHES - CHIAVE, ASTINA ANGOLATA D.4,5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR3077		CHIODO ENDER, MIS.25	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	ULSS10	PR3078		CHIODO STAIMANN	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SYNTHES	399.17		PINZA P CAVIGLIA 210MM C.2 PUNTE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	399.15		PINZA PIEGAPLACCHE PER PERONE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MICRO FRANCE	M 816 A		PINZA VERBRUGGE PER OSSA MOLTO PICCOLA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	321.10		PERNO DI FISSAGGIO PICCOLO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	321.120		DISPOSITIVO DI TENSIONAMENTO, ARTICOLATO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	321.150		CHIAVE PER TENDITORE PER APRIRE E CHIUDERE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR0002		PLACCHE VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PLACCHE LISS

PESO 12,5 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

55					46	7	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	CBM	NON PRESENTE	JN444	VASCHETTA P.CONT.1/1 PERF.ALTEZZA:187MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	JK489	1/1-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	671.283		VASSOIO PER STRUMENTI, 505X215X70MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	324.012		GUIDA PER FEMORE DISTALE, DX	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	324.011		GUIDA PER FEMORE DISTALE, SX	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	SYNTHES	324.019		STOPPER PER GUIDE	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0002		PLACCHE VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	671.273		VASSOIO PER STRUMENTI, 370X215X40MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	324.052		CACCIAVITE ESAGONALE, D.3,5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	324.050		PUNTA ESAGONALE PER CACCIAVITE, D.3,5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	324.027		TROCAR PUNTA CONICA, ACUTA, D.5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	324.055		TROCAR PUNTA SMUSSA, CANULATO D.2MM, D.TOT 5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHES	324.022		CAMICIA GUIDA PER TROCAR, D.5MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	324.044		STABILIZZATORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	324.043		FISSATORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	321.170		CHIAVE PIN, D.4,5 L.120MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	324.037		MISURATORE PER FILI DI KIRSCHNER	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	SYNTHES	292.699		FILI DI KIRSCHNER, D.2 L.180, PUNTA FILETTATA	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	671.272		VASSOIO PER STRUMENTI, 355X190X30MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	324.033		STRUMENTO PER TRAZIONE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	324.053		CANNULA CON PUNTERUOLO FILETTATO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHES	310.423		PERFORATORE D.4,4, L.280MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	324.007		GUIDA PER PUNTE, D.4,3MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SYNTHESES	324.048		CENTRAPUNTE PER FORI 3-13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHESES	324.034		CENTRAPUNTE PER FILI DI KIRSCHNER DA 2MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHESES	324.056		X-RAY CALIBRATOR, 50MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PLACCHE DCS-DHS 1 E VITI

PESO 13 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

27					17	2	0	0	2	0	3	3	2	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	JK444		VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:187MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JK469		1/1-COPERCHIO VARIO, ARGENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JK457A		SOVRACOPERCH.P/CONT.VARIO 1/1 ALLU VERDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	LP036D		SUPPORTO PER VITI MALLEOLARI, CORTICALI E DA SPONGIOSA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0001		VITI VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JF112R	1/2 CESTELLO PERFORATO 243X253X56MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0002		PLACCHE VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JF111R		1/2 CESTELLO PERFORATO 243X253X36MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	319.97		PINZA AFFERRAVITI	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	312.45		CENTRAPUNTE D. 4,5 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	312.65		BOCCOLA PROT.TESS.P.FILETTATORE D6,5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SYNTHESES	312.26		BOCCOLA PROT.TESS.P.FILETTATORE D3,5MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	314.280		HOLDING SLEEVE, LARGE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	319.05		MISURATORE DI VITE L225MM P.D4,5/6,5MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	314.270		CACCIAVITE SW3,5 L200MM C.MOLLA A TENERE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	311.440		IMPUGNATURA C.MANDRINO,ATTACCO RAPIDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	311.45		FILETTATORE,ASSE AO,D.4,5MM,130MM LARGO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	311.470		FILETTATORE,ASSE QUADR.D4,5MM,MOLTO L.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	314.15		PUNTA PER CACCIAVITE ESAGONALE AD INNESTO RAPIDO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SYNTHESES	312.32		GUIDA DI FORAGGIO P.PERFOR. 3,2MM DIAM.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
5	SYNTHESES	338.00		FILO X GUIDA, FILETTO,230MM,CONF./10 PE	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0001		VITI VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0002		PLACCHE VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

TITANIO A

PESO 10,5 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

35					18	3	3	0	3	0	0	8	2	0	0	0	6
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JN446	VASCHETTA P.CONT.1/1 PERF.ALTEZZA:247MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	JK469		1/1-COPERCHIO VARIO, ARGENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK457A		SOVRACOPERCH.P/CONT.VARIO 1/1 ALLU VERDE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	682.800		SUPPORTO ATTREZZATO PER VITI 340X240X120 MM + COPERCHIO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0001		VITI VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	319.970		PINZETTA A TENERE DI VITE AUTOTEN.90MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHE	329.081		LEVA PIEGA PLACCHE	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SYNTHE	314.29		CACCIACITE PER VITI 3,5/4,0 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	314.080		HOLDING SLEEVE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	314.463		CACCIAVITE A CROCE CANULATO L.190MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	314.200		SCREWDRIVER FOR SCREWS 4,5 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	314.31		HOLDING SLEEVE, 90 MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2108		INTRODUTTORE DA GAMBO L.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF112R	1/2 CESTELLO PERFORATO 243X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR0002		PLACCHE VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0001		VITI VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	309.521		ESTRATTORE VITI CONICO PER D. 3,5MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2106		PERFORATORE D.2,5MM L.20/60MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	03.122.056		GUIDA PHILOS, CON SUPPORTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	03.122.053		MANICOTTO PER GUIDA DI INSERIMENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SYNTHESES	03.122.054		GUIDA PUNTE 5.0/2.9, PER NO. 03.122.053	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	03.122.055		MANICA DI CENTRAGGIO PER FILO DI KIRSCHNER 1.6 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHESES	323.027		CENTRA PUNTE 2.8/3.5 MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	314.080		HOLDING SLEEVE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	314.03		GIRAVITE, ASSE AO, 2,5MM SW	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	SYNTHESES	310.284		PERFORATORE SPIRALE + MISURATORE	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	312.280		GUIDA DI FORAGGIO 3,5/2,5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	LS097R	BOCCOLA DI PERF.A INSER.DE3,5MM P.D2,7MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	LS076S	GUIDA DI FORAGGIO P.PERFOR. 3,2MM DIAM.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SYNTHESES	314.070		CACCIAVITE SW2,5 L200MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	314.090		MANICOTTO DA PRESA PER VITI 3,4 E 4,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	319.010		MISURATORE DI VITI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

TITANIO B

PESO 12,5 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

32					17	4	3	0	2	2	0	4	0	0	0	0	4
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	Aesculap	JK446		VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:247MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	682.800		SUPPORTO ATTREZZATO PER VITI 340X240X120 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Aesculap	JK489		1/1-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	JK477A		SOVRACOPERCH.P/CONT.BASE 1/1 ALLU VERDE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	319.970		PINZETTA A TENERE DI VITE AUTOTEN.90MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0001		VITI VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JF112R	1/2 CESTELLO PERFORATO 243X253X56MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	SYNTHES	329.040		LEVA A CURVARE/CONTORN.140MM P.PL.PICC.	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	314.200		SCREWDRIVER FOR SCREWS 4,5 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	314.31		HOLDING SLEEVE, 90 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	314.29		CACCIACITE PER VITI 3,5/4,0 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	314.080		HOLDING SLEEVE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0002		PLACCHE VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2107		0449-028: CENTRA PUNTE 2,5MM 3,5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR0001		VITI VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	03.122.056		GUIDA PHILOS, CON SUPPORTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	03.122.53		MANICOTTO ESTERNO 6.0/5.0, PER GUIDA PHILOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	03.122.054		GUIDA PUNTE 5.0/2.9, PER NO. 03.122.053	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	309.521		ESTRATTORE VITI CONICO PER D. 3,5MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2106		PERFORATORE D.2,5MM L.20/60MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	LS128R	BOCCOLA NEUTRA P FORAGGIO, COMPL.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SYNTHESES	314.091		MANICOTTO DA PRESA PER VITI DI BLOCCAGGIO LCP 3,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHESES	323.027		CENTRA PUNTE 2.8/3.5 MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHESES	310.284		PERFORATORE SPIRALE + MISURATORE	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	314.030		GIRAVITE, ASSE AO, 2,5MM SW	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	323.360		CENTRAPUNTE UNIVERSALE 3,5 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	314.070		CACCIAVITE SW2,5 L200MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	319.010		MISURATORE DI VITI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	314.09		MANICOTTO DA PRESA PER VITI DI BLOCCAGGIO LCP 3,5 4,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

CESTO TITANIO C

PESO 12,5 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

34					14	5	1	0	1	2	3	8	0	0	0	0	8
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK444		VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:187MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	311.45		FILETTATORE,ASSE AO,D.4,5MM,130MM LARGO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK487		1/1-COPERCHIO BASIS, VERDE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK477A	SOVRACOPERCH.P/CONT.BASE 1/1 ALLU VERDE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR2083		VASCHETTA ATTREZZATA PORTA VITI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR0001		VITI VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JF112R	1/2 CESTELLO PERFORATO 243X253X56MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	LS200C	LEVA A CURVARE/CONTORN.250MM P.PL.STAND.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	ULSS10	PR0002		PLACCHE VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	309.530		GUIDA PER FRESA DIAM. 5 MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GC320R	PERFORATORE SPIR.,ASSE AO,D.3,5MM,110 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0001		VITI VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0001		VITI VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2084		CENTRAPUNTE CON AMNICO ANGOLO REGOLABILE, 7 PUNTE A CERCHIO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	HIT MEDICA	HMV 200-010		CACCIAVITE ESAGONALE FORATO 5MM L.200MM MANICO T	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHE	314.281		MANICOTTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHE	323.042		CEBTRA PUNTE 4.5/5.0 MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHE	310.430		PERFORATORE SPIRALE + MISURATORE	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SYNTHESES	324.052		CACCIAVITE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	323.500		GUIDA PERFORAZ. PER PLACCHE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	LS077S	PROTETTORE D.TESSUTO, D.4,5MM, COMPLETO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	LS076S	GUIDA DI FORAGGIO P.PERFOR. 3,2MM DIAM.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SYNTHESES	319.100		MISURATORE DI VITE L225MM P.D4,5/6,5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.99		ALESATORE A MANO A 4 SFACETTATURE MANICO A T	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	311.440		IMPUGNATURA C.MANDRINO,ATTACCO RAPIDO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	314.28		HOLDING SLEEVE, LARGE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	314.27		BRUGOLA CON MANICO PROTEX	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	314.152		GIRAVITE, ASSE AO, 3.5 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	311.460		FILETTATORE,ASSE AO,D.4,5MM,130MM LARGO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	312.65		BOCCOLA PROT.TESS.P.FILETTATORE D6,5MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2085		SYNTHESES: ALESATORE GRADUATO MANICO T D. 6MM L.270MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

CESTO TITANIO D

PESO 12,5 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

27					15	3	0	0	0	0	2	7	3	0	0	0	4
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK446	VASCHETTA P.CONTAINER 1/1 ALTEZZA:247MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	JK469		1/1-COPERCHIO VARIO, ARGENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK457A		SOVRACOPERCH.P/CONT.VARIO 1/1 ALLU VERDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHES	308.720		SUPPORTO PER VITI CON COPERCHIO, 230X230X115MM	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0001		VITI VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR3044		SYNTHES - VASCHETTA FORATA, 290X11X55MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0002		PLACCHE VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	311.660		PERFORATORE GRADUATO, D.6,5, FILO 30MM, L.200MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR3045		OBL - GUIDA PER PERFORATORE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HIT MEDICA	HMV 200-010		CACCIAVITE ESAGONALE FORATO 5MM L.200MM MANICO T	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	324.052		CACCIAVITE ESAGONALE D.3,5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHES	323.042		CENTRA PUNTE 4.5/5.0 MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHES	310.430		PERFORATORE SPIRALE + MISURATORE	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	311.45		FILETTATORE,ASSE AO,D.4,5MM,130MM LARGO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	311.460		FILETTATORE,ASSE AO,D.4,5MM,130MM LARGO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	314.152		GIRAVITE, ASSE AO, 3,5 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	323.460		GUIDA PER VITI M. 3,2-4,5MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	323.500		GUIDA PERFORAZ. PER PLACCHE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	314.270		CACCIAVITE SW3,5 L200MM C.MOLLA A TENERE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SYNTHESES	314.280		HOLDING SLEEVE, LARGE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	311.44		IMPUGNATURA C.MANDRINO,ATTACCO RAPIDO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	310.99		ALESATORE A MANO A 4 SFACETTATURE MANICO A T	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	312.300		CENTRAPUNTE D.2,5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SYNTHESES	319.04		MISURATORE DI PROFONDITA'	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

CESTO VITI 8

PESO 5 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

5					2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR2053		MARTIN: CONTAINER 1/2US CON COPERCHIO H.135MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2076		VASCHETTA PORTA VITI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR0001		VITI VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	OSTEO	A 700503		CACCIAVITE A CROCE 7,0MM 190MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR0001		VITI VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

TRONCHESONE

PESO 7,5 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

20					13	1	1	0	0	1	2	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK440		VASCHETTA PER CONTAINER 1/1 ALTEZZA:90MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JK489		1/1-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK479A	SOVRACOPERCHIO P/CONT.BASE 1/1 ALLU ARG.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	LX164R		PINZA TAGLIENTE,P.CHIODI E FILI,470MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	HIT MEDICA	HSN 0255		MANICO T L120MM MANDRINO FINO A D.7MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	LX202S	MANICO T L100MM MANDR.3 GAN.FINO A D6,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	TEKNO	TK 24734-14		PINZA PER RIMETTERE A POSTO FRAMM.OSSO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHES	475.915		CHIODO TEN PER OMERO D. 1,5MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHES	475.920		CHIODO TEN PER OMERO D.2MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHES	475.925		CHIODO TEN PER OMERO D.2,5MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHES	475.930		CHIODO TEN PER OMERO D.3MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHES	475.935		CHIODO TEN PER OMERO D.3,5MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SYNTHES	475.940		CHIODO TEN PER OMERO D.4MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2110		CHIODI STEINMANN MISURE 3-4-5-6-7-8 L.400MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

BASE PER PROTESI 1

PESO 11 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

46					7	2	8	0	5	0	8	16	5	3	0	0	8
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JN444	VASCHETTA P.CONT.1/1 PERF.ALTEZZA:187MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	JK469		1/1-COPERCHIO VARIO, ARGENTO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JK457A		SOVRACOPERCH.P/CONT.VARIO 1/1 ALLU VERDE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	NON PRESENTE	JF212R	1/1 CESTELLO PERFORATO 485X253X56MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	45.80.15		PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	399.980		PINZA P OSSA PER OSSA GRANDI 205MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	LAWTON	NON PRESENTE	BF426R	PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SYNTHES	398.52		DIVARICATORE DI KOCHER, A 1 DENTE SMUSSO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FO442R		PINZA-SGORBIA DI JANSEN, MM 180	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FO470R		PINZA SGORBIA OLIVECRONA CURVA, MM205	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 24602-17		PINZA SGORBIA DI LUER, RETTA, MM 175	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	FO463R	PINZA SGORBIA DI LUER, CURVA, MM 180	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SYNTHES	399.10		DIVARICATORE AUTOSTATICO MM 210	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2071		OSSIVORA RETTA 10X6MM L.220MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FR120R	PERFORATORE QUADRANG.MAN.ALLUMINIO 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	ZIMMER	75.04.56 C		ASTA DI INTRODUZIONE PER PLUG MIDOLLARE L.320MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	OL429R		RASPA DUROGRIP 9/10,52/62 DENTI	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	FK171R		LEVA P.OSSA,LARG.17MM, PUNTA CORTA FINE	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	399.200		LEVA OSSA, 8 MM LARG., 220 MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	NON PRESENTE	FK185R	LEVA OSSA, 8 MM LARG., 220 MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	68.01.02		DIVARICAT.PARTI MOLLI 42X11 215MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	DO439R		DIVARICAT. P.GUANCIA D.DOCKHORN,55X14MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT325R	DIVARICATORE DI LANGENBECK,40X10MM,210MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	CEATEC	KD 569.04		ELEVATORE SMILLIE 52X13MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OL221R	UNCINO HAJEK	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	LINK	68-1765		DIVARICATORE DA GINOCCHIO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2072		LEVA A SCUDO BIFORCUTA 60X70MM L.260MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDICON	35.21.25		PINZA P.MENISCO BIRCHER-GANSKE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FO808R		PINZA PER MENISCO BIRCHER-GANSKE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ 193-417-18		RASPATORE, CURVO, LAMA RETTA, 6,0MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FL420R	CESELLO P RIMUOVERE VITI ROTTE, 220 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	ND125R	SGORBIA DI WAGNER, RETTA, 15 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	FL654R		OSTEOTOMO LAMBOTTE RET.15MM LG.245MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	FL658R		OSTEOTOMO LAMBOTTE RET.25MM LG.245MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	MB679R	OSTEOTOMO HIBBS RETTO 19MM L.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	ND105R	SCALPELLO DI LEXER, CURVO, LARGH. MM 16	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ZIMMER	100-03		BATTITORE L.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	ZIMMER	75.11.00		STRUM.D'IMPATTAZ.P.PROTESI/TESTE D'ANCA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ZIMMER	78.00.38 B		TESTA IN PLASTICA PER BATTITORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ZIMMER	75.04.57-100A		TAPPO PROVA MIS. 10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ZIMMER	75.04.57-120A		TAPPO PROVA MIS. 12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ZIMMER	75.04.57-140A		TAPPO PROVA MIS. 14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ZIMMER	75.04.57-160A		TAPPO PROVA MIS. 16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	L & T	NON PRESENTE	JG524R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 1,0 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

PROTESI ANCA 1

PESO 10 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

44					9	5	2	0	7	0	9	12	5	0	0	0	7
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK742	VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	JP013		PRIMELINE, 3/4 COPERCHIO, VERDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	AA846R		CALIBRO SEC.NONIUS MISURA 150MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PROTEK	75.00.42		FORBICI RESANO CRV.SUL PIANO 250MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2063		PINZA EMOST.HEISS CRV.1X2D.230MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	PROTEK	75.00.43		PINZA WELLER PER MENISCO 200MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BF122R		PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF122R	PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	BT465R		DIVARICATORE DI CASPAR, 67X17MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AMPLIMED	NON PRESENTE	BT243R	DIVARICATORE DI VOLKMANN, 3 DENTI ACUTI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	LEPINE	NON PRESENTE	BT224R	DIVARICATORE DI VOLKMANN A 4 DENTI ACUTI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	LAWTON	52-0496		DIVAR.DI BECKM.-ADSON 4 X 4 44 MM 310 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2064		DIVARICAT. VOLKMANN, 1 DENTE SMUSSO, 7X42MM L.260MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	FL658R		OSTEOTOMO LAMBOTTE RET.25MM LG.245MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	MD615	ADSON CRANIAL RONGEUR STR 203MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	FK173R		LEVA HOHMANN OSSA, 34 MM LARG., 285 MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	FK171R		LEVA P.OSSA,LARG.17MM, PUNTA CORTA FINE	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FK174R		LEVA VERBRUGGE-MULLER PER OSSA MM 44	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PROTEK	75.22.07		LEVA OSSA, 22 MM LARG., 300 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PROTEK	75.26.05		BONE LEVER, 26MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PROTEK	75.00.06		ASTA ALLUNGABILE PER DIVARICATORE L.360/640MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PROTEK	75.00.07		WEIGHT	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ZIMMER	75.04.56 C		ASTA DI INTRODUZIONE PER PLUG MIDOLLARE L.320MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	FK666R		CUCCHIAIO TAGLIENTE,MAN.HARTPR.27CM,F.00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FK668R		CUCCHIAIO TAGLIENTE,MAN.HARTPR. 27CM,F.1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	FK670R		CUCCHIAIO TAGLIENTE,MAN.HARTPR.270MM,F.2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FK672R		CUCCHIAIO TAGLIENTE,MAN.HARTPR.270MM,F.3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2065		CURETTA TAGLIENTE 21X10MM L.270MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR2066		CURETTA TAGLIENTE 22X12MM L.270MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	PROTEK	75.27.34		CUCCHIAIO TAGLIENTE 37X30MM 325MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	PROTEK	75.13.89		CURETTE GROSSA DENTELLATO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2067		OSTEOTOMO 20MM L.255MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ZIMMER	75.25.36 D		CUCCHIAIO ELEVATORE 320MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	399.62		SGORBIA SPONGIOSA,10MM LARGM.,RETTA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	PROTEK	75.00.36		PUNTERUOLO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	ND105R		SCALPELLO DI LEXER, CURVO, LARGH. MM 16	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2068		BATTITORE PER TESTINA D.25MM L.185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	PROTEK	75.00.21		PERFORAT.P.ESTRAZIONE DI TESTA FEMORALE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ZIMMER	75.04.57-100A		TAPPO PROVA MIS. 10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ZIMMER	75.04.57-120A		TAPPO PROVA MIS. 12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ZIMMER	75.04.57-140A		TAPPO PROVA MIS. 14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ZIMMER	75.04.57-160A		TAPPO PROVA MIS. 16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PROTESI ANCA 2

PESO 9 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

47					5	5	3	0	4	0	11	19	6	1	0	0	12
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	Aesculap	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	JP013		PRIMELINE, 3/4 COPERCHIO, VERDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	AA846R		CALIBRO SEC.NONIUS MISURA 150MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCULAP	FK173R		LEVA HOHMANN OSSA, 34 MM LARG., 285 MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	AESCULAP	FK171R		LEVA P.OSSA,LARG.17MM, PUNTA CORTA FINE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SYNTHES	399.210		BONE LEVER, 18MM BR., 235MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PROTEK	75.22.07		LEVA OSSA, 22 MM LARG., 300 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	NON PRESENTE	FK174R	LEVA VERBRUGGE-MULLER PER OSSA MM 44	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	14-352-20		PINZA PORT.TAMP.FOERSTER-BALLENGER 180MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BF122R	PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.240MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	PROTEK	75.00.43		PINZA WELLER PER MENISCO 200MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	PROTEK	75.00.42		FORBICI RESANO CRV.SUL PIANO 250MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AMPLIMED	NON PRESENTE	BT243R	DIVARICATORE DI VOLKMANN, 3 DENTI ACUTI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	CROMA	NON PRESENTE	BT224R	DIVARICATORE DI VOLKMANN A 4 DENTI ACUTI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2064		DIVARICAT. VOLKMANN, 1 DENTE SMUSSO,LAR.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	Aesculap	BT465R		DIVARICATORE DI CASPAR, 67X17MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LAWTON	52-0496		DIVAR.DI BECKM.-ADSON 4 X 4 44 MM 310 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2071		OSSIVORA RETTA 10X6MM L.220MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCULAP	FL655R		OSTEOTOMO LAMBOTTE RET.18MM LG.245MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	FL656R		OSTEOTOMO LAMBOTTE RET.20MM LG.245MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	FL658R		OSTEOTOMO LAMBOTTE RET.25MM LG.245MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	FK666R		CUCCHIAIO TAGLIENTE,MAN.HARTPR.27CM,F.00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	FK670R		CUCCHIAIO TAGLIENTE,MAN.HARTPR.270MM,F.2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCULAP	FK672R		CUCCHIAIO TAGLIENTE,MAN.HARTPR.270MM,F.3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	ER105R	CURETTA UTERINA SIMON, TAGLIENTE, RIGIDA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	75.27.34		CUCCHIAIO TAGLIENTE 38X28MM L.235MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	FK668R		CUCCHIAIO TAGLIENTE,MAN.HARTPR. 27CM,F.1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PROTEK	75.13.89		CURETTE GROSSA DENTELLATO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK672R	CUCCHIAIO TAGLIENTE,MAN.HARTPR.270MM,F.3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR2097		PROTEK: PERIOSTOTOMO WAGNER, 310MM, LARG.25MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	399.62		SGORBIA SPONGIOSA,10MM LARGM.,RETTA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	ND125R	SGORBIA DI WAGNER, RETTA, 15 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	PROTEK	75.00.21		PERFORAT.P.ESTRAZIONE DI TESTA FEMORALE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2098		D 2927-01: INTRODUTTORE DA GAMBO L.250MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ZIMMER	75.26.05/A		RETRATTORE FEMORALE 260MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PROTEK	75.16.12		FLAT CHISEL, CURVED, 16MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ALLO PRO	5950 D10		MANICO FILETATTO PER MISURAZIONE ED INSERIMENTO TAPPI L.420MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SULZERMEDICA	75.01.38 A		MANICO FILETTATO PER BATTITORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ZIMMER	75.11.00		STRUM.D'IMPATTAZ.P.PROTESI/TESTE D'ANCA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2099		TAPPO DI PROVA MIS. 2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR2100		TAPPO DI PROVA MIS. 2,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR2101		TAPPO DI PROVA MIS. 3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR2102		TAPPO DI PROVA MIS. 3,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR2103		TAPPO DI PROVA MIS. 4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR2104		TAPPO DI PROVA MIS. 5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR2105		TAPPO DI PROVA MIS. 6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PROTESI D'ANCA VIA ANTERIORE 1

S.O. ORTOPEDIA

PESO 11 KG

KIT VAPORE

3					1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK742	VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	JP013		PRIMELINE, 3/4 COPERCHIO, VERDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LEPINE	16 106 458		DIVARICATORE D.HARVEY JACKSON, SMUSSO 320MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTARIO IN COMODATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

PROTESI D'ANCA VIA ANTERIORE 2

PESO 11 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

4					0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	3
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JN442	VASCHETTA P.CONT.1/1 PERF.ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	NON PRESENTE	JK469	1/1-COPERCHIO VARIO, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR2069		RASPATORE, COBBS, LARGA 19MM, 320MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR2070		RASPATORE, COBBS, LARGA 13MM, 320MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

CESTO ARTROSCOPIA 1

PESO 6 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

30					14	1	0	0	5	0	1	9	2	3	0	0	4
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	JK741		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:120MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JP013		PRIMELINE, 3/4 COPERCHIO, VERDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BB077R	MANICO P.BISTURI NO.7 162MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	BD559R		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	11-181-17		FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STRYKER	747-031-550		TUBO TREQUARTI,MET.LISCIO,D:5.8 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STRYKER	747-031-510		TROCAR SMUSSO 5.8 MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STRYKER	747-031-520		TROCAR ACUTO 5,8MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	012014		DUCKBILL BASKET PUNCH 1.5MM UPBITE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	012045		DUCKLING UPBITER CURVA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	28171 CB		BASKET PER ARTROSCOPIA 3,4MM 30°SX SILCUT PUNCH	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	28171 DB		BASKET PER ARTROSCOPIA 3,4MM 30°DX SILCUT PUNCH	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	WOLF	8403.001		PINZA DA PRESA PER MENISCO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	010001		UNCINO PALPATORE GRADUATO 3MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	ACUFEX	010246		MENISCOTOMO LAMA A CODA DI RONDINE 3MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	010344		MENISCOTOMO CON LAMA ROTONDA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
				SPILLA CON BACKHAUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BM016R		DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	13-375-13		PINZA EMOSTATICHE PEAN CRV.130MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	BH645R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.185MM	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 12081-22		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.225MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STIER	H114-12313		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	56-231-11		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CONMED	LG1050		CAVO CONDUTTORE DI LUCE A FIBRE OTTICHE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CONMED	D4200		MANIPOLO SHAVER AD ALTA VELOCITA' ERGO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JF320R		VASSOIO ENDOSC. C.RACK SILIC.,275X80X40	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STRYKER	502-477-031		OTTICA 30° 4MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

CESTO ARTROSCOPIA 2

PESO 6 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

33					16	0	2	0	4	0	1	10	3	5	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	JN742		VASCHETTA P.CONT.3/4 PERF.ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JP013		PRIMELINE, 3/4 COPERCHIO, VERDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDICON	06.05.18		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	BC592R		FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STRYKER	747-031-550		TUBO TREQUARTI,MET.LISCIO,D:5.8 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STRYKER	747-031-511		OTTURATORE SMUSSO 5,8MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STRYKER	747-031-520		OTTURATORE ACUTO 5,8MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	7207200		BASKET PER ARTROSCOPIA OVAL UPBITER	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	012045		DUCKLING UPBITER CURVA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	012201		POSTERIOR UPBITER	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	012041		PUNCH 1,3 MM CURVA DX	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	012040		PUNCH 1,3X8MM CURVO SX D. 4MM L.OP.120MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	REMA	19-00019		PINZA DA MENISCO RETTA 1X2D. L.OP.100MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	010001		UNCINO PALPATORE 3MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	ACUFEX	010246		MENISCOTOMO LAMA A CODA DI RONDINE 3MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	010367		MENISCOTOMO CON LAMA ROTONDA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM016R	DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BH645R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.185MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STILLE	NON PRESENTE	BH645R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	15.51.14		PINZA EMOST.PROVIDENCE-HOSP.CRV.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
3	AESULAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	TEKNO	TK 12081-22		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.225MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	56-231-11		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CONMED	LG1050		CAVO CONDUTTORE DI LUCE A FIBRE OTTICHE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CONMED	D4200		MANIPOLO SHAVER AD ALTA VELOCITA' ERGO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	39501 A1		CESTINO IN RETE METALLICA 290X60X55	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STRYKER	502-477-031		OTTICA 30° 4MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	723750 B		PROTECTION TUBE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

CESTO ARTROSCOPIA 3

PESO 6 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

32					15	1	2	0	1	0	4	9	1	3	0	0	5
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK741		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:120MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JP013		PRIMELINE, 3/4 COPERCHIO, VERDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD549R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC581R	FORBICI STILLE CRV.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STRYKER	747-031-550		TUBO TREQUARTI,MET.LISCIO,D:5.8 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STRYKER	747-031-511		OTTURATORE SMUSSO 5,8MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STRYKER	747-031-520		TROCAR ACUTO 5,8MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	012014		DUCKBILL BASKET PUNCH 1.5MM UPBITE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	28171 DB		BASKET PER ARTROSCOPIA 3,4MM 30°DX SILCUT PUNCH	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	28171 CB		BASKET PER ARTROSCOPIA 3,4MM 30°SX SILCUT PUNCH	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	28171 EB		BASKET PER ARTROSCOPIA 3,4MM 90°SX SILCUT PUNCH	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	28171 FB		BASKET PER ARTROSCOPIA 3,4MM 90°DX SILCUT PUNCH	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	28171 GB		BASKET PER ARTROSCOPIA 3,4MM UPSWEPT SILCUT PUNCH	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	RU 3160-19		PINZA TENDINI BRAND RET.185MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	010001		UNCINO PALPATORE 3MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	ACUFEX	010246		MENISCOTOMO LAMA A CODA DI RONDINE 3MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	010341		MENISCOTOMO A LAMA ROTONDA, 5MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	STIER	S24-21418		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH111R	PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
2	MEDICON	16.13.18		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.185MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	TEKNO	TK 12081-18		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.185MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	56-231-11		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CONMED	LG1050		CAVO CONDUTTORE DI LUCE A FIBRE OTTICHE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CONMED	D4200		MANIPOLO SHAVER AD ALTA VELOCITA' ERGO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	39301 A		VASSIO OTTICA PER ARTROSCOPIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STRYKER	502-477-031		OTTICA 30° 4MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

STRUMENTARIO LEGAMENTO 1

PESO 11 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

40					9	4	0	0	0	5	8	14	0	4	1	0	9
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KERNA	TQ R212-150		3/4-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JK757A	SOVRACOPERCH.P/CONT.VARIO 3/4 ALLU VERDE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	BS2982	BB084R	MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	TEKNO	NON PRESENTE	BB073R	MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	BD662R		PINZETTA DISSEZ.GERALD RET.1X2D.175MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD539R	PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	CROMA	NON PRESENTE	CRM.06.03.026	RETRATTORE DI FARABEUF L=155 (40X14) (30X10)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	CRM.06.03.035	RETRATTORE DI FARABEUF L=200 (40X18) (35X15)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BT356R		DIVARICATORE DI KOCHER-LANGENBECK,35X8MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC937R	SUPERCUT FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC273R	DUROTIP FORBI.DISS.TOENNIS-ADSON 175MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	NON PRESENTE	BC587R	FORBICI MAYO P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	AESULAP	BT239R		DIVARICATORE DI KOCHER, A 1 DENTE SMUSSO	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	LX171R		PINZA PIATTA PER FILI, MORSO ZIGRINATO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	31.07.05		PINZA SGORBIA DI RUSKIN, MM 190	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHESES	399.420		MALLET, 500 G, 230 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	ER102R		CURETTA UTERINA SIMON, TAGLIENTE, RIGIDA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				STRUMENTARIO IN COMODATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF491R	CLAMP P.STERILIZZAZIONE BUNT 105MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	STIER	S12-26216		PINZA EMOST.CRILE RET.160MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-410-16		PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BH645R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.185MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	BM241R		PORTAGHI MAYO-HEGAR 160MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BF464R		PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BH201R		PINZA EMOSTATICA ADSON CRV.185MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF058R	PINZA MAIER P.POLIPI C.CREM.RET.265MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	AESULAP	BH118R		PINZA MOSQUITO HALSTED RET.1X2D.125MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	13-322-12		PINZA MOSQUITO HALSTED RET.1X2D.125MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	535412		PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BL907R	SCATOLA P.AGHI 70X53X9MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR0006		CAMBRE VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
3	ULSS10	PR2086		CILINDRI PER CACCIIVITE D.5MM L.16MM	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	56-231-12		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

SPALLA ARTROSCOPICA 1

PESO 5 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

31					20	0	3	0	0	2	1	5	1	0	0	0	4
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK740		VASCHETTA PER CONTAINER 3/4 ALTEZZA:90MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JP013		PRIMELINE, 3/4 COPERCHIO, VERDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	06.07.16		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.160MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	203.51.64		FORBICE MAYO SUPERCUT PLUS, CURVA, L.140MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	28131 CR		CAMICIA HIGH-FLOW PER ARTROSCOPIO, D.5,5MM L.OPERATIVA 135MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	28130 BC		OTTURATORE CONICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SMITH & NEPHEW	72201180		PINZA DA PRESA PER ARTROSCOPIA ALIGATOR LOCKING	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	28270 P		BASKET ARTHROFORCE RETTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SMITH & NEPHEW	7209494		PINZA PER ARTROSCOPIA LOW PROFILE SUTURE VERTICAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SMITH & NEPHEW	7209499		PINZA PER ARTROSCOPIA ARTHROPIERCE 35°UP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SMITH & NEPHEW	7209498		PINZA PER ARTROSCOPIA ARTHROPIERCE 45° SX	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SMITH & NEPHEW	7209497		PINZA PER ARTROSCOPIA ARTHROPIERCE 45°DX	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CONMED	GU1009		TAGLIAFIL A GHIGLIOTTINA KATANA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SMITH & NEPHEW	72201177		UNCINO ELITE PREMIUM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SMITH & NEPHEW	7209134		UNCINO PALPATORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CONCEPT	2220		ASTA D.3,2MM 260MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DYONICS	3801		ASTA DOPPIA PUNTA D.4,2MM 330MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINVATEC	C 6112		SPINGINODO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	BH118R		PINZA MOSQUITO HALSTED RET.1X2D.125MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BH645R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.185MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH118R	PINZA MOSQUITO HALSTED RET.1X2D.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BM241R		PORTAGHI MAYO-HEGAR 160MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM016R	DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	CONMED	LG1050		CAVO CONDUTTORE DI LUCE A FIBRE OTTICHE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	STORZ	39301 AS		CONTENITORE PER 2 OTTICHE, 310X80X30 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	28731 BWA		OTTICA 30°	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

SPALLA ARTROSCOPICA 2

PESO 5 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

33					22	0	4	0	1	1	1	4	1	1	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK740		VASCHETTA PER CONTAINER 3/4 ALTEZZA:90MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JP013		PRIMELINE, 3/4 COPERCHIO, VERDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BB073R		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	06.07.16		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.160MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	BC592R		FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	STORZ	28128 R		CAMICIA HIGH-FLOW PER ARTOSCOPIO, D.6MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	28128 RO		OTTURATORE CONICO, D.4MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MITEK	214603		GRASPER PENETRATING DX	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MITEK	214602		GRASPER PENETRATING SX	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SMITH & NEPHEW	7209148		GRASPER PENETRATING RETTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	012045		DUCKLING UPBITER CURVA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	28270 P		BASKET ARTHROFORCE RETTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SMITH & NEPHEW	72202065		TAGLIAFILI SIDE LOADING SUTURE CUTTER	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINVATEC	GU1002		PINZA DA PRESA PER ARTROSCOPIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINVATEC	GU1003		PINZA DA PRESA PER ARTROSCOPIA MORSO PIATTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINVATEC	21.1001		SONDA A GANCIO,PROF.5MM, TOT. 230MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINVATEC	C6105		CROCHET	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINVATEC	C6112		SPINGINODO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CONCEPT	2220		ASTA D.3,2MM 260MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DYONICS	3801		ASTA DOPPIA PUNTA D.4,2MM 330MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	AESCLAP	BH645R		PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.185MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	AESCLAP	BH118R		PINZA MOSQUITO HALSTED RET.1X2D.125MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	20-642-18		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	LAWTON	08-0065		DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 145MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	CONMED	LG1050		CAVO CONDUTTORE DI LUCE A FIBRE OTTICHE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	39301 A		VASSIO OTTICA PER ARTROSCOPIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	28731 BWA		OTTICA 30°	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	723750 B		PROTECTION TUBE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

SPALLA ARTROSCOPICA 3

S.O. ORTOPEDIA

PESO 5 KG

KIT VAPORE

18					17	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	JP013		PRIMELINE, 3/4 COPERCHIO, VERDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SMITH & NEPHEW	72200829		CANNULA DIAGNOSTICA PER ARTROSCOPIA D.6MM 2 VIE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DYONICS	4356		MANDRINO PER CANNULA SMUSSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SMITH & NEPHEW	7209152		PASSAFILO PER ARTROSCOPIA RETTO 20° GRIGIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SMITH & NEPHEW	7209155		PASSAFILO PER ARTROSCOPIA SX 45° ROSSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SMITH & NEPHEW	7209156		PASSAFILO PER ARTROSCOPIA SX 45° ROSSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MITEK	214624		SCOLLATESSUTO ARTROSCOPICO TAGLIENTE DOWN L.300MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	28179 KP		SPINGINODO PER ARTROSCOPIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SMITH & NEPHEW	7209145		UNCINETTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACUFEX	012045		DUCKLING UPBITER CURVA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SMITH & NEPHEW	7209492		TAGLIAFILI SLIDING SUTURE CUTTER	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MITEK	214626		MANIPOLO PER SUTURE ANELLI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SMITH & NEPHEW	7209142		PINZA DA PRESA PER ARTROSCOPIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CONMED	LG1050		CAVO CONDUTTORE DI LUCE A FIBRE OTTICHE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	STORZ	39501 A1		CESTINO IN RETE METALLICA 290X60X55	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SMITH & NEPHEW	72202087		OTTICA PER ARTROSCOPIA 30° 4MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	723750 B	PROTECTION TUBE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

COMPL.SPALLA ARTROSCOPICA

PESO 5,5 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

31					23	2	1	0	1	0	1	3	0	3	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	JK342		VASCHETTA P.CONTAINER 1/2 ALTEZZA:135MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCLAP	JK399 AUF JK339		1/2-COPERCHIO BASIS, ARGENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESCLAP	JK377A		SOVRACOPERCH.P/CONT.BASE 1/2 ALLU VERDE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	SHUTT	1.1002		PINZA B-SCOOP RETTA, D.3,4 L.130MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SHUTT	11.1002		PINZA DA PRESA COCCODRILLO, D.3,4 L.130MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ATLANTECH	12-7006		DUCKBILL BASKER MORSO RETTO 4MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ATLANTECH	12-7007		DUCKBILL BASKER MORSO IN ALTO 4MM 15°	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SMITH & NEPHEW	7211020		SUTURATRICE ELITE PASS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CONMED	C6350		MANICO BLU PER AGHI HOOK	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CONMED	C6360		AGO 45° DX	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	CONMED	C6361		AGO 45° SX	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CONMED	C6369		AGO RETTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CONMED	C6370		AGO HOOK CURVO 20MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINVATEC	C6114		PUNZONE OSSEO, MINI-REVO PUNCH	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINVATEC	C6107		PUNZONE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINVATEC	C6124		CANNULA GUIDA PER RIMOZIONE MINIREVO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	T.A.G.	214615		SPINGINODO, MANICO AD ANELLO NERO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINVATEC	C6125		CACCIAVITE PER RIMOZIONE MINIREVO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINVATEC	C6127		CACCIAVITE PER RIMOZIONE STELO REVO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CONMED	25.50014		RASPA DORATA CURVA IN AVANTI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	TONTARRA	191-220-20		MARTELLO, 130 GRAMMI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CONMED	PFT-00M		UNIVERSAL CROSS FT BROACHING PUNCH, 4.5, 5.5, 6.5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	CONMED	PFT-55MC		5,5 MM CROSS FT BROACHING PUNCH	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CONMED	TFT-55MC		5,5 CROSS FT TAP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CONMED	Y-BP28		2,8 MM BROACHING PUNCH	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINVATEC	C6128		MASCHIATORE PER MINI-REVO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CONMED	C7385		INTRODUTTORE - OTTURATORE BLU	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CONMED	C7395		INTRODUTTORE - OTTURATORE GIALLO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINVATEC	C6102B		CACCIAVITE REVO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINVATEC	C6110A		CACCIAVITE MINI-REVO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

SPALLA OPEN

PESO 7 KG

S.O. ORTOPEDIA

KIT VAPORE

37					17	4	8	0	1	0	0	7	4	1	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	JK742		VASCHETTA P.CONTAINER 3/4 ALTEZZA:135MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	JP013		PRIMELINE, 3/4 COPERCHIO, VERDE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BV500R	DIVARICATORE DI GOSSET	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	LINK	64-4161/02		RETRATTORE AUTOSTATICO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	LINK	64-4161/04		VALVA MEDIA	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	LINK	64-4161/03		VALVA PICCOLA	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	LINK	64-4161/05		VALVA GRANDE	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINK	64-4159/15		DIVARICATORE DI GELPI DE BAKEY 170MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINK	64-4160/15		KOELBEL RETRACTOR 190MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINK	64-4160/16		DIVARICATORE DI GELPI 175MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINK	64-4160/17		DIVARICATORE DI GELPI,175 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BT655R		DIVARICATORE ADDOM. FRITSCH, LARG. MM40	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BT656R		DIVARICAT. ADDOM. FRITSCH, LARG. MM 50	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINK	64-4165		DIVARICATORE DI FUKUDA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINK	64-4160/11		LEVA PER TESTA OMERI, L.180MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	LINK	64-4160/32		DIVARICATORE PER GLENOIDE LUNG.270MM LARG. PUNTA 15MM DENTATA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	LINK	64-4160/33		DIVARICATORE PER GLENOIDE LUNG.270MM LARG. PUNTE 11MM	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ULSS10	PR1057		DIVARICATORE PER GLENOIDE LUNG.330MM LARG.PUNTE 18MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR1058		DIVARICATORE A DUE PUNTE LUNG.290MM LARG.PUNTE 30MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MITEK	212093		PORTA ANCORETTE GII	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MITEK	211093		TROCAR PER ANCORETTA D.2,4 L.180MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINVATEC	C6107		REVO BONE PUNCH, 2MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LINVATEC	C6142		SUPER REVO DRIVER	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	LINVATEC	C6102B		CACCIAVITE REVO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK638R	CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SYNTHES	319.010		MISURATORE DI VITI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FK324R		RASPATORE, RETTA, LAMA TONDO, 14,0MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	IOR	0418004		RASPATORE DI LAMBOTTE, MM 20	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SYNTHES	532.023		MANDRINO PER SEGA, ATTACCO RAPIDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IN BUSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SYNTHES	03.000.342		LAMA PER SEGA, 105°, 12X9,5X,4MM L.70MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

SPECIALITA'	CODICE CDC
-------------	------------

ODONTOSTOMATOLOGIA

Q.TA'	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2317	512	260	144	2	254	75	244	852	203	88	6	15	540

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 1 - MANIPOLO DRITTO LUCIDATURA

PESO

0,1

KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

3					1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR7018		KRUGG: SCATOLA CON COPERCHIO 110X60X70	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR7019		SUPPORTO INTERNO 72 SPAZI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR0003		FRESE VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 1 - FRESE CONTRANGOLO FRESE LUCIDATURA

PESO

0,1

KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

3					1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR7018		KRUGG: SCATOLA CON COPERCHIO 110X60X70	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR7019		SUPPORTO INTERNO 72 SPAZI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR0003		FRESE VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 1 - TURBINA

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

3					1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR7018		KRUGG: SCATOLA CON COPERCHIO 110X60X70	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR7019		SUPPORTO INTERNO 72 SPAZI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR0003		FRESE VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

AMB. 1 - SET CURE CONSERVATIVE

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

37					11	14	2	0	5	0	0	5	0	0	0	0	5
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	ASA DENTAL	1700-1		ESCAVATORI	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ASA DENTAL	1700-3		ESCAVATORE, VERSIONE FINE, # 2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	1709-33L		ESCAVATORE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	NON PRESENTE	NON PRESENTE	1700-1	ESCAVATORI	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
1	SCHWEICKHARD T	3476/17		ESCAVATORE WHITE, N. 17	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	3475-19		ESCAVATORE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MARTIN	44-277-02		OTTURATORE HEIDEMANN	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	3902-1		OTTURATORE, CONTRANGOLO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	3902-2		OTTURATORE, CONTRANGOLO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	3902-3		OTTURATORE, CONTRANGOLO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	1200-3		OTTURATORE DOPPIO A PALLINA 2/1,8 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	1200-4		OTTURATORE,COASSIALE DOPPIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	1201-1		OTTURATORE DOPPIO DIAM.1,0-1,3MM L.165MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	1600-1		OTURATORE DOPPIO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	1101-2		OTTURATORE HEIDEMANN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	1101-3		OTTURATORE HEIDEMANN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ASA DENTAL	1102-1		OTTURATORE HEIDEMANN	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	1102-2		OTTURATORE, CONTRANGOLO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	1102-3		SPATOLE HEIDEMANN CON MANICO TONDO ANATOMICO FIG.3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	1210-3		STRUMENTO PER OTTURAZIONI PLASTICHE FIG.3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DE006R	OTTURATORE, COASSIALE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SCHWEICKHARD T	3901-13		SPATOLA RIGIDA, C. IMP. ERGONOMICA, VERDE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	MT27H		COLTELLO BLACK PER BORDO GENGIVE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	CD89/92		STRUMENTO DA INTAGLIO SEC. BLACK	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	MV 1709-33L		OTURATORE DOPPIO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	CVHL3S		STRUMENTO P. OTTURAZ. HOLLENBACK, 1/2,L7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	PLGH2		STRUMENTO P. OTTURAZ. HOLLENBACK, FIG. 2	0	1	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 1 - SET CURE 1

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

6					2	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	43-035-05		PINZE DENTI LONDON-COLLEGE STRI.150MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	EXS6A		SONDA DENTALE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	2101		MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA080R	MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	HENRY SCHEIN	900-0749		SPECCHIETTO D.24MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA024R	SPECCHIO BOCCA, INGRANDEN. DIAM. 22 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 1 - SET CURE 2

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

6					3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	43-035-05		PINZE DENTI LONDON-COLLEGE STRI.150MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	3007/8		SONDA DENTALE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ASA DENTAL	2101		MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	HENRY SCHEIN	900-0749		SPECCHIETTO D.24MM	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 1 - SET CURE 3

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

6					0	2	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	3
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCULAP	DA230R		PINZE PER DENTI, LISCIE, MM 150	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	3007/11		SONDA DENTALE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA080R	MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA024R	SPECCHIO BOCCA, INGRANDEN. DIAM. 22 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	HENRY SCHEIN	900-0749		SPECCHIETTO D.24MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 1 - SET CURE 4

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

6					2	1	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESCLAP	DA230R		PINZE PER DENTI, LISCIE, MM 150	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	3007/10		SONDA DENTALE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	2101		MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	2100		MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA024R	SPECCHIO BOCCA, INGRANDEN. DIAM. 22 MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 1 - SET CURE 5

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

6					2	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ASA DENTAL	0601-3		PINZE PER DENTI, STRIATE MM 160	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	ASA DENTAL	0700-6		SONDA DENTALE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KRUGG	NON PRESENTE	DA074R	MANICO P.SPECCHI P.Bocca,INOSSIDABILE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA080R	MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA024R	SPECCHIO BOCCA, INGRANDEN. DIAM. 22 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	HENRY SCHEIN	900-0749		SPECCHIETTO D.24MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 1 - SET CURE 6

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

6					3	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	43-031-02		PINZE PER DENTI, MM 150	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	3007/23		SONDA DENTALE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	2100		MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA074R	MANICO P.SPECCHI P.Bocca,INOSSIDABILE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA024R	SPECCHIO BOCCA, INGRANDEN. DIAM. 22 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	HENRY SCHEIN	900-0749		SPECCHIETTO D.24MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 1 - SET CURE 7

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

6					2	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	3
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA230R	PINZE PER DENTI, LISCIE, MM 150	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ASA DENTAL	0700-6		SONDA DENTALE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	GERHO	S2102-ING		MANICO P.SPECCHI P.Bocca,INOSSIDABILE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	2101		MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA024R	SPECCHIO BOCCA, INGRANDEN. DIAM. 22 MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 1 - SET CURE 8

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

6					2	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	KRUGG	NON PRESENTE	DA230R	PINZE PER DENTI, LISCIE, MM 150	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	3007/16		SONDA DENTALE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	HU-FRIEDY	NON PRESENTE	DA080R	MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
2	HENRY SCHEIN	900-0749		SPECCHIETTO D.24MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 1 - SET CURE 9

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

6					3	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	KRUGG	NON PRESENTE	DA230R	PINZE PER DENTI, LISCIE, MM 150	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	3007/8		SONDA DENTALE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	2101		MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	2100		MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA024R	SPECCHIO BOCCA, INGRANDEN. DIAM. 22 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	HENRY SCHEIN	900-0749		SPECCHIETTO D.24MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 1 - SET CURE 10

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

6					4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA230R	PINZE PER DENTI, LISCIE, MM 150	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	ASA DENTAL	0700-6		SONDA DENTALE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA076R	MANICO PER SPECCHIETTO LARINGEO,134 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ASA DENTAL	2100		MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	HENRY SCHEIN	900-0749		SPECCHIETTO D.24MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 1 - FRESE CONTRANGOLO

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

3					1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR7018		KRUGG: SCATOLA CON COPERCHIO 110X60X70	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR7019		SUPPORTO INTERNO 72 SPAZI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR0003		FRESE VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 2 - SET CURE COMPLETO

ODONTOSTOMATOLOGIA

PESO 0,1 KG

SET VAPORE

60					28	15	9	0	4	0	1	3	2	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ASA DENTAL	1201-2		OTTURATORE DOPPIO ZIGRINATO FIG.2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DF084R	CONDENS.PIATTI PER APPLIC.COMP.IN CAVITA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	ASA DENTAL	1203-2		OTTURATORI DOPPIO MOD. FIAMMA FIG.2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ASA DENTAL	1203-3		OTURATORE DOPPIO MOD. FIAMMA FIG.3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	3451-77		SCOLLATORE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ASA DENTAL	1200-5		OTURATORE DOPPIO FIG.5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	1200-4		OTTURATORE,COASSIALE DOPPIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ASA DENTAL	1200-3		OTTURATORE DOPPIO A PALLINA 2/1,8 MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	1200-2	DE108R	OTTURATORE, CONTRANGOLO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	1200-1	DE107R	OTTURATORE, CONTRANGOLO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SCHWEICKHARD T	3902-30	DE126R	OTTURATORE, CONTRANGOLO	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	3902-1	DE108R	OTTURATORE, CONTRANGOLO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	2910/0		OTURATORE DOPPIO ZIGRINATO 1,5MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	PLG1/2	DE622R	OTTURATORE PER AMALGAMA DI BLACK	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	PLG1/2	DE622R	OTTURATORE PER AMALGAMA DI BLACK	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	3902-19		OTURATORE PER AMALGAMA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SUTER	NON PRESENTE	DE674R	STRUMENTO P. OTTURAZ. HOLLENBACK, FIG. 4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	1200-2	DE108R	OTTURATORE, CONTRANGOLO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	1204-1	DF021R	OTTURATORE DOPPIO N. 21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	1204-2	DF021R	OTTURATORE DOPPIO N. 21	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ASA DENTAL	1700-1		ESCAVATORI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	3462-49	DC271R	ESCAVATORE DOPPIO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	3462-45	DC279R	ESCAVATORE DOPPIO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	1600-2		CLEOIDI-DISCOIDI FIG.2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	3462-47	DC275R	ESCAVATORE DOPPIO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	1700-3	DC252R	ESCAVATORE, VERSIONE FINE, # 2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	1601-1		STRUMENTI DA SMALTO BLACK 26 FIG.1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	1700-1		ESCAVATORI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	1203-3		OTURATORE DOPPIO MOD. FIAMMA FIG.3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	1700-0		ESCAVATORI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ASA DENTAL	1101-1	DE420R	OTTURATORE HEIDEMANN	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	1101-2	DE421R	OTTURATORE HEIDEMANN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	1101-3	DE422R	OTTURATORE HEIDEMANN	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ASA DENTAL	1102-1	DE420R	OTTURATORE HEIDEMANN	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	1102-2	DE135R	OTTURATORE, CONTRANGOLO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	SG13/14	DB386R	CURETTE GRACEY 13/14,MAN.ERG.,BLU SCURO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ASA DENTAL	1102-3		SPATOLE HEIDEMANN CON MANICO TONDO ANATOMICO FIG.3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	4430	DE424R	OTTURATORE HOLLENBACH	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	4090	DE422R	OTTURATORE HEIDEMANN	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	3902/18		OTURATORE DOPPIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	MARTIN	44-277-02	DE422R	OTTURATORE HEIDEMANN	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 2 - SET SONIC FLEX

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

2					1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	KAVO	SONIC FLEX 2003		SONIC FLEX	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR7017		SUPPORTO PER SONIC FLEX	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 2 - SET FRESE CONTRANGOLI

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

3					1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR7018		KRUGG: SCATOLA CON COPERCHIO 110X60X70	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR7019		SUPPORTO INTERNO 72 SPAZI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR0003		FRESE VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 2 - SET FRESE TURBINE

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

3					1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR7018		KRUGG: SCATOLA CON COPERCHIO 110X60X70	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR7019		SUPPORTO INTERNO 72 SPAZI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR0003		FRESE VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 2 - SET LUCIDATURA

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

2					1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR7018		KRUGG: SCATOLA CON COPERCHIO 110X60X70	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR7019		SUPPORTO INTERNO 72 SPAZI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				STRUMENTI PER LUCIDATURA VARI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 2 - TIRANERVI LENTULI 1

ODONTOSTOMATOLOGIA

PESO 0,1 KG

SET VAPORE

2					1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR7008		SCATOLA CON COPERCHIO 100X50X50MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR7019		SUPPORTO INTERNO 72 SPAZI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				LENTULI TURANERVI VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 2 - TIRANERVI LENTULI 2

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

2					1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR7008		SCATOLA CON COPERCHIO 100X50X50MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR7019		SUPPORTO INTERNO 72 SPAZI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				LENTULI TIRANERVI VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 2 - TIRANERVI SPINGIPASTA

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

2					1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR7008		SCATOLA CON COPERCHIO 100X50X50MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR7019		SUPPORTO INTERNO 72 SPAZI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				TIRANERVI SPINGIPASTA VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 2 - HEDSTROEM 8-40

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

2					1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR7008		SCATOLA CON COPERCHIO 100X50X50MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR7019		SUPPORTO INTERNO 72 SPAZI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				HEDSTROEM 8-40	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 2 - HEDSTROEM 45-80

PESO

0,1

KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

2					1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR7008		SCATOLA CON COPERCHIO 100X50X50MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR7019		SUPPORTO INTERNO 72 SPAZI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				HEDSTROEM VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 2 - HEDSTROEM 31MM

PESO

0,1

KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

2					1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR7008		SCATOLA CON COPERCHIO 100X50X50MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR7019		SUPPORTO INTERNO 72 SPAZI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				HEDSTROEM VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 2 - SET REAMERS 8-40

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

2					1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR7008		SCATOLA CON COPERCHIO 100X50X50MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR7019		SUPPORTO INTERNO 72 SPAZI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				REAMERS VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 2 - SET REAMERS 45-80

PESO

0,1

KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

2					1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR7008		SCATOLA CON COPERCHIO 100X50X50MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR7019		SUPPORTO INTERNO 72 SPAZI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				REAMERS VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 2 - SET REAMERS 31MM

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

2					1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR7008		SCATOLA CON COPERCHIO 100X50X50MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR7019		SUPPORTO INTERNO 72 SPAZI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				REAMERS VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 2 - K FILE 8-40

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

2					1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR7008		SCATOLA CON COPERCHIO 100X50X50MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR7019		SUPPORTO INTERNO 72 SPAZI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				K FILE VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 2 - K FILE 45-80

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

2					1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR7008		SCATOLA CON COPERCHIO 100X50X50MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR7019		SUPPORTO INTERNO 72 SPAZI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				K FILE VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 2 - K FILE 31MM

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

2					1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR7008		SCATOLA CON COPERCHIO 100X50X50MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR7019		SUPPORTO INTERNO 72 SPAZI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				K FILE VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 2 - SET SPECCHIETTI 1

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

6					1	1	0	0	1	0	0	3	1	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	HU-FRIEDY	EXS6A	DA406R	SONDA DENTALE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KRUGG	NON PRESENTE	DA243R	PINZE DENTI, LONDON-COLLEGE, STRIATE 150	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	DA080R	DA080R	MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA014R	SPECCHIO PER BOCCA,D:22MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA076R	MANICO PER SPECCHIETTO LARINGEO,134 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	HENRY SCHEIN	900-0749	DA076R	MANICO PER SPECCHIETTO LARINGEO,134 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 2 - SET SPECCHIETTI 2

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

6					3	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ASA DENTAL	0700-6	DA406R	SONDA DENTALE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCULAP	DA230R	DA230R	PINZE PER DENTI, LISCIE, MM 150	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA076R	MANICO PER SPECCHIETTO LARINGEO,134 MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2	HENRY SCHEIN	900-0749	DA076R	MANICO PER SPECCHIETTO LARINGEO,134 MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 2 - SET SPECCHIETTI 3

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

6					2	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	DEPELER	NON PRESENTE	DA230R	PINZE PER DENTI, LISCIE, MM 150	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	EXS9	DA410R	SONDA DENTALE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KRUGG	NON PRESENTE	DA076R	MANICO PER SPECCHIETTO LARINGEO,134 MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	HENRY SCHEIN	900-0749	DA076R	MANICO PER SPECCHIETTO LARINGEO,134 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA080R	MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	INLINE	NON PRESENTE	DA015R	SPECCHIO PER BOCCA,D:24MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

AMB. 2 - SET SPECCHIETTI 4

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

6					3	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	HU-FRIEDY	EXS9	DA410R	SONDA DENTALE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KRUGG	NON PRESENTE	DA230R	PINZE PER DENTI, LISCIE, MM 150	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	2100	DA080R	MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HENRY SCHEIN	900-0749	DA076R	MANICO PER SPECCHIETTO LARINGEO,134 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA080R	MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA015R	SPECCHIO PER BOCCA,D:24MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 2 - SET SPECCHIETTI 5

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

6					0	2	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SCHWEICKHARD T	3007-16	DA402R	SONDA DENTALE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA230R	PINZE PER DENTI, LISCIE, MM 150	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	KRUGG	NON PRESENTE	DA076R	MANICO PER SPECCHIETTO LARINGEO,134 MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA015R	SPECCHIO PER BOCCA,D:24MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	DA080R	DA080R	MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA015R	SPECCHIO PER BOCCA,D:24MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 2 - SET SPECCHIETTI 6

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

6					2	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	3
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA406R	SONDA DENTALE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	DA230R	DA230R	PINZE PER DENTI, LISCIE, MM 150	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA080R	MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2	HENRY SCHEIN	900-0749	DA076R	MANICO PER SPECCHIETTO LARINGEO,134 MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 2 - SET SPECCHIETTI 7

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

6					0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	3
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA406R	SONDA DENTALE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	KRUGG	NON PRESENTE	DA230R	PINZE PER DENTI, LISCIE, MM 150	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA076R	MANICO PER SPECCHIETTO LARINGEO,134 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	FALCON	NON PRESENTE	DA015R	SPECCHIO PER BOCCA,D:24MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA076R	MANICO PER SPECCHIETTO LARINGEO,134 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	HR	NON PRESENTE	DA015R	SPECCHIO PER BOCCA,D:24MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 2 - SET SPECCHIETTI 8

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

6					1	1	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SCHWEICKHARD T	3013-16		SONDA DENTALE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	43-031-03	DA241R	PINZE DENTI LONDON-COLLEGE STRI.150MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	DA080R	DA080R	MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KRUGG	NON PRESENTE	DA014R	SPECCHIO PER BOCCA,D:22MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA076R	MANICO PER SPECCHIETTO LARINGEO,134 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	HENRY SCHEIN	900-0749	DA076R	MANICO PER SPECCHIETTO LARINGEO,134 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 3 - SET CURE COMPLETO

ODONTOSTOMATOLOGIA

PESO 0,1 KG

SET VAPORE

58					25	15	3	0	4	1	2	8	2	4	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SCHWERT	3902-3		OTTURATORE DOPPIO A PALLINA 3,0MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWERT	3462-47		ESCAVATORE DOPPIO 1,5MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SCHWERT	3462-49		ESCAVATORE DOPPIO 1,2MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	CVW18		WILAND CARVER 8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ASA DENTAL	1601-1		STRUMENTI DA SMALTO BLACK 26 FIG.1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	1601-2		STRUMENTI DA SMALTO BLACK 27 FIG.2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	1601-4		STRUMENTI DA SMALTO BLACK/29 FIG.4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	HU-FRIEDY	CD89/92		STRUMENTO DA INTAGLIO SEC. BLACK	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ASA DENTAL	1102-1		OTTURATORE HEIDEMANN	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	1102-2		OTTURATORE, CONTRANGOLO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MARTIN	44-277-02		OTTURATORE HEIDEMANN	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	0	0	0
1	SCHWERT	4090		OTTURATORE HEIDEMANN	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	ASA DENTAL	1101-2		OTTURATORE HEIDEMANN	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DE421R	OTTURATORE HEIDEMANN	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ASA DENTAL	1200-4		OTTURATORE,COASSIALE DOPPIO 2,5-3,0 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ASA DENTAL	1200-3		OTTURATORE DOPPIO A PALLINA 2/1,8 MM	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ASA DENTAL	1200-2		OTTURATORE, CONTRANGOLO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KRUGG	BUR1		OTTURATORE, CONTRANGOLO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWERT	3902/1		OTTURATORE A PALLINA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SCHWERT	3902-0		OTTURATORE DOPPIO A PALLINA	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWERT	3902/2		OTTURATORE DOPPIO A PALLINA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	1700-2		ESCAVATORE, VERSIONE FINE, # 2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	ASA DENTAL	1700-1		ESCAVATORE, VERSIONE FINE, # 1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
5	ASA DENTAL	1700-0		ESCAVATORE, VERSIONE FINE, # 0	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ASA DENTAL	1700-3		ESCAVATORE, VERSIONE FINE, # 3	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	SCHWERT	3476/19		ESCAVATORE DOPPIO 1,8MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	1201-1		OTTURATORE DOPPIO DIAM.1,0-1,3MM L.165MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	1203-2		OTTURATORE, CONTRANGOLO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	1203-1		OTTURATORE, CONTRANGOLO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	PLGH1		OTTURATORE PER AMALGAMA DI BLACK	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	1202-2		OTTURATORE PER AMALGAMA DI BLACK	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWERT	3910-1		OTTURATORE PER AMALGAMA DI BLACK	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWERT	4122		COMPOSITE STRUM. MODELL.PER C.IMP.ERGON.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ADI	PKT 3		STRUM. PER MODELLARE COMPOSITO, N. 1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DE303R	OTTURATORE,COASSIALE,DOPPIO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 3 - SET MANIPOLO

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

2					2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	KAVO	2003L		MANIPOLO SONICFLEX MASTER SERIES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KAVO	1.000.4887		CHIAVE DINAMOMETRICA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 3 - SET GATES CORTI E LUNGI

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

3					1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR6001		SCATOLA PORTA PUNTE 120X70X70MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR6002		SUPPORTO PER 72 PUNTE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR6003		PUNTE TRAPANO VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 3 - SET CONTRANGOLO

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

3					1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR6001		SCATOLA PORTA PUNTE 120X70X70MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR6002		SUPPORTO PER 72 PUNTE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR6004		FRESE PER CONTRANGOLO VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 3 - SET FRESE CONTRANGOLO LUCIDATURA SUMAI

PESO

0,1

KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

3					1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR6001		SCATOLA PORTA PUNTE 120X70X70MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR6002		SUPPORTO PER 72 PUNTE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR6005		FRESE CONTRANGOLO LUCIDATURA VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 3 - SET FRESE TURBINA

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

3					1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR6001		SCATOLA PORTA PUNTE 120X70X70MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR6002		SUPPORTO PER 72 PUNTE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR6006		FRESE TURBINA VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 3 - SET BASE 1

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

6					2	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ASA DENTAL	0700-6		SONDA DENTALE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MARTIN	43-035-05		PINZE DENTI LONDON-COLLEGE STRI.150MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA074R	MANICO P.SPECCHI P.Bocca,INOSSIDABILE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	HENRY SCHEIN	5FS		SPECCHIO PER BOCCA, SURFACE, D. 24MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	2101		MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KRUGG	NON PRESENTE	DA026R	SPECCHIO PER BOCCA, SURFACE, D. 22MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 3 - SET BASE 2

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

6					3	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ASA DENTAL	0700-6		SONDA DENTALE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DEVE	2292		PINZE DENTI, LONDON-COLLEGE, STRIATE 150	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	ASA DENTAL	2101		MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	HENRY SCHEIN	5FS		SPECCHIO PER BOCCA, SURFACE, D. 24MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA027R	SPECCHIO PER BOCCA, SURFACE, D. 24MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 3 - SET BASE 3

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

6					1	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	4
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA408R	SONDA DENTALE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	KRUGG	NON PRESENTE	DA251R	PINZE DENTI, LONDON-COLLEGE, STRIATE 150	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA074R	MANICO P.SPECCHI P.Bocca,INOSSIDABILE	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	HENRY SCHEIN	5FS		SPECCHIO PER BOCCA, SURFACE, D. 24MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA027R	SPECCHIO PER BOCCA, SURFACE, D. 24MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	------------------	-------------	----	----------	------	-------------	------------	------	------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 3 - SET BASE 4

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

6					3	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	HU-FRIEDY	EXS6A		SONDA DENTALE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KRUGG	NON PRESENTE	DA251R	PINZE DENTI, LONDON-COLLEGE, STRIATE 150	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA074R	MANICO P.SPECCHI P.Bocca,INOSSIDABILE	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1
2	HENRY SCHEIN	5FS		SPECCHIO PER BOCCA, SURFACE, D. 24MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 3 - SET BASE 5

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

6					2	0	0	0	0	1	0	3	1	1	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ASA DENTAL	0700-6		SONDA DENTALE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	ASA DENTAL	0601-2		PINZE DENTI LONDON-COLLEGE STRI.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	ASA DENTAL	2101		MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA027R	SPECCHIO PER BOCCA, SURFACE, D. 24MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	KRUGG	NON PRESENTE	DA026R	SPECCHIO PER BOCCA, SURFACE, D. 22MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 3 - SET BASE 6

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

6					1	0	0	0	0	0	1	4	1	1	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ASA DENTAL	0700-6		SONDA DENTALE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	43-035-05		PINZE DENTI LONDON-COLLEGE STRI.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	2102		MANICO P.SPECCHI P.Bocca,INOSSIDABILE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	HENRY SCHEIN	5FS		SPECCHIO PER BOCCA, SURFACE, D. 24MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA080R	MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA027R	SPECCHIO PER BOCCA, SURFACE, D. 24MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 3 - SET BASE 7

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

6					3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ASA DENTAL	0700-6		SONDA DENTALE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	0601-2		PINZE DENTI LONDON-COLLEGE STRI.150MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA080R	MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	HENRY SCHEIN	5FS		SPECCHIO PER BOCCA, SURFACE, D. 24MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA080R	MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA027R	SPECCHIO PER BOCCA, SURFACE, D. 24MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 3 - SET BASE 8

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

6					3	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ASA DENTAL	0700-6		SONDA DENTALE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NEW ULROS	1031		PINZE DENTI LONDON-COLLEGE,150MM,STRIATA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	DA080R		MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	HENRY SCHEIN	5FS		SPECCHIO PER BOCCA, SURFACE, D. 24MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	2101		MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA027R	SPECCHIO PER BOCCA, SURFACE, D. 24MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 3 - SET BASE 9

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

6					3	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA408R	SONDA DENTALE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	KRUGG	NON PRESENTE	DA225R	PINZE PER DENTI, STRIATE MM 160	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	KRUGG	NON PRESENTE	DA080R	MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	HENRY SCHEIN	5FS		SPECCHIO PER BOCCA, SURFACE, D. 24MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	MH0175E		MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HENRY SCHEIN	5FS		SPECCHIO PER BOCCA, SURFACE, D. 24MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 3 - SET BASE 10

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

6					2	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA408R	SONDA DENTALE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ASA DENTAL	0601-3		PINZE PER DENTI, STRIATE MM 160	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	DA080R		MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	HENRY SCHEIN	5FS		SPECCHIO PER BOCCA, SURFACE, D. 24MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	MH0175E		MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA027R	SPECCHIO PER BOCCA, SURFACE, D. 24MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 3 - SET BASE 11

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

6					3	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	HU-FRIEDY	EXS8		SONDA DENTALE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	0601-2		PINZE DENTI LONDON-COLLEGE STRI.150MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	MH0175E		MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HENRY SCHEIN	5FS		SPECCHIO PER BOCCA, SURFACE, D. 24MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GERHO	S2102-ING		MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HENRY SCHEIN	5FS		SPECCHIO PER BOCCA, SURFACE, D. 24MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 3 - SET LENTULI TIRANERVI

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

3					1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR7008		SCATOLA CON COPERCHIO 100X50X50MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR6002		SUPPORTO PER 72 PUNTE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR7010		LENTULI TIRANERVI VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 3 - SET REAMERS COMPLETA

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

7					0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR6009		SCATOLA PORTA STRUMENTI 100X200X50MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
5	ULSS10	PR6002		SUPPORTO PER 72 PUNTE	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5
1	ULSS10	PR6010		REAMERS VARIE MISURE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 3 - SET HEDSTROEM COMPLETA

PESO

0,1

KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

7					1	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR6009		SCATOLA PORTA STRUMENTI 100X200X50MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR6011		SUPPORTO PER 12 STRUMENTI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
4	ULSS10	PR6002		SUPPORTO PER 72 PUNTE	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
1	ULSS10	PR7009		HEDSTROEM VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 3 - SET K FILE 25MM 1

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

3					1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR7012		K FILE 25MM VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR6002		SUPPORTO PER 72 PUNTE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR7008		SCATOLA CON COPERCHIO 100X50X50MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 3 - SET K FILE 25MM 2

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

3					1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR7008		SCATOLA CON COPERCHIO 100X50X50MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR6002		SUPPORTO PER 72 PUNTE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR7012		K FILE 25MM VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 3 - SET K FILE 31MM

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

3					1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR7008		SCATOLA CON COPERCHIO 100X50X50MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR6002		SUPPORTO PER 72 PUNTE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR7011		K FILE 31MM VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 3 - SET HEDTROEM

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

3					1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR7008		SCATOLA CON COPERCHIO 100X50X50MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR6002		SUPPORTO PER 72 PUNTE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR7009		HEDSTREOM VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 4 - K FILE 25MM 8-40

PESO

0,1

KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

2					1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR7008		SCATOLA CON COPERCHIO 100X50X50MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR7019		SUPPORTO INTERNO 72 SPAZI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				K FILE 25MM 8-40	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 4 - K FILE 31MM 8-80

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

2					1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR7008		SCATOLA CON COPERCHIO 100X50X50MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR7019		SUPPORTO INTERNO 72 SPAZI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				K FILE 31MM 8-80	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 4 - K FILE 25MM 45-80

ODONTOSTOMATOLOGIA

PESO 0,1 KG

SET VAPORE

2					1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR7008		SCATOLA CON COPERCHIO 100X50X50MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR7019		SUPPORTO INTERNO 72 SPAZI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				K FILE 25MM 45-80	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 4 - HEDSTROEM 25MM 8-40 1

PESO

0,1

KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

2					1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR7008		SCATOLA CON COPERCHIO 100X50X50MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR7019		SUPPORTO INTERNO 72 SPAZI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				HEDSTROEM 25MM 8-40	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 4 - HEDSTROEM 25MM 8-40 2

PESO

0,1

KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

2					1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR7008		SCATOLA CON COPERCHIO 100X50X50MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR7019		SUPPORTO INTERNO 72 SPAZI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				HEDSTROEM 25MM 8-40	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 4 - HEDSTROEM 25MM 45-80 1

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

2					1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR7008		SCATOLA CON COPERCHIO 100X50X50MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR7019		SUPPORTO INTERNO 72 SPAZI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				HEDSTROEM 25MM 45-80	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 4 - HEDSTROEM 25MM 45-80 2

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

2					1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR7008		SCATOLA CON COPERCHIO 100X50X50MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR7019		SUPPORTO INTERNO 72 SPAZI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				HEDSTROEM 25MM 45-80	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 4 - HEDSTROEM 31MM 8-50

PESO

0,1

KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

2					1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR7008		SCATOLA CON COPERCHIO 100X50X50MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR7019		SUPPORTO INTERNO 72 SPAZI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				HEDSTROEM 31MM 8-50	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 4 - REAMERS 25MM 8-40

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

2					1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR7008		SCATOLA CON COPERCHIO 100X50X50MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR7019		SUPPORTO INTERNO 72 SPAZI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				REAMERS 25MM 8-40	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 4 - REAMERS 25MM 45-80

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

2					1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR7008		SCATOLA CON COPERCHIO 100X50X50MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR7019		SUPPORTO INTERNO 72 SPAZI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				REAMERS 25MM 45-80	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 4 - REAMERS 31MM 8-50

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

2					1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR7008		SCATOLA CON COPERCHIO 100X50X50MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR7019		SUPPORTO INTERNO 72 SPAZI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				REAMERS 31MM 8-50	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 4 - TIRANERVI SPINGIPASTA

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

3					1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR7008		SCATOLA CON COPERCHIO 100X50X50MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR7019		SUPPORTO INTERNO 72 SPAZI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR7045		TIRANERVI E SPINGIPASTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 4 - FRESE CHIRURGICHE MANIPOLO DRITTO

PESO

0,1

KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

3					1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR7018		KRUGG: SCATOLA CON COPERCHIO 110X60X70	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR7019		SUPPORTO INTERNO 72 SPAZI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR0003		FRESE VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 4 - CONTRANGOLO CHIRURGICHE

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

3					1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR7018		KRUGG: SCATOLA CON COPERCHIO 110X60X70	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR7019		SUPPORTO INTERNO 72 SPAZI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR0003		FRESE VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 4 - CAROTATRICI

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

3					1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR7018		KRUGG: SCATOLA CON COPERCHIO 110X60X70	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR7019		SUPPORTO INTERNO 72 SPAZI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR0003		FRESE VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 4 - FRESE TURBINA

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

3					1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR7018		KRUGG: SCATOLA CON COPERCHIO 110X60X70	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR7019		SUPPORTO INTERNO 72 SPAZI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR0003		FRESE VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 4 - FRESE CONTRANGOLO CONSERVATIVA

PESO

0,1

KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

3					1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR7018		KRUGG: SCATOLA CON COPERCHIO 110X60X70	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR7019		SUPPORTO INTERNO 72 SPAZI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR0003		FRESE VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 4 - MANIPOLO DRITTO CHIRURGICO

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

3					1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR7018		KRUGG: SCATOLA CON COPERCHIO 110X60X70	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR7019		SUPPORTO INTERNO 72 SPAZI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR0003		FRESE VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 4 - FRESE TURBINA CHIRURGICA

PESO

0,1

KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

3					1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR7018		KRUGG: SCATOLA CON COPERCHIO 110X60X70	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR7019		SUPPORTO INTERNO 72 SPAZI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR0003		FRESE VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 4 - MANIPOLO DRITTO LUCIDATURA

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

3					1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR7018		KRUGG: SCATOLA CON COPERCHIO 110X60X70	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR7019		SUPPORTO INTERNO 72 SPAZI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR0003		FRESE VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 4 - FRESE CONTRANGOLO LUCIDATURA

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

3					1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR7018		KRUGG: SCATOLA CON COPERCHIO 110X60X70	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR7019		SUPPORTO INTERNO 72 SPAZI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR0003		FRESE VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 4 - FRESE TURBINA

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

6					1	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	4
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ULSS10	PR7034		KRUGG: SCATOLA CON COPERCHIO 185X115X70	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
4	ULSS10	PR7019		SUPPORTO INTERNO 72 SPAZI	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
1	ULSS10	PR0003		FRESE VARIE MISURE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 5 - SET

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

6					2	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	2
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	KRUGG	NON PRESENTE	DA241R	PINZE DENTI LONDON-COLLEGE STRI.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA416R	SONDA DENTALE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	HENRY SCHEIN	900-0749		SPECCHIETTO D.24MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GERHO	S2102-ING		MANICO P.SPECCHI P.Bocca,INOSSIDABILE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA074R	MANICO P.SPECCHI P.Bocca,INOSSIDABILE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 5 - SET

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

6					4	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	43-031-03		PINZE DENTI LONDON-COLLEGE STRI.150MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	0701-23		SONDA DENTALE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	ASA DENTAL	2101		MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA074R	MANICO P.SPECCHI P.Bocca,INOSSIDABILE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	HENRY SCHEIN	900-0749		SPECCHIETTO D.24MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 5 - SET

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

6					2	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	KRUGG	NON PRESENTE	DA241R	PINZE DENTI LONDON-COLLEGE STRI.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA416R	SONDA DENTALE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA080R	MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2	HENRY SCHEIN	900-0749		SPECCHIETTO D.24MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 5 - SET

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

6					3	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	1
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	43-035-05		PINZE DENTI LONDON-COLLEGE STRI.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
								0									
1	ASA DENTAL	0700-6		SONDA DENTALE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	2102-IN		MANICO P.SPECCHI P.Bocca,INOSSIDABILE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	KRUGG	NON PRESENTE	DA074R	MANICO P.SPECCHI P.Bocca,INOSSIDABILE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	HENRY SCHEIN	900-0749		SPECCHIETTO D.24MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 5 - SET

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

6					5	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	HU-FRIEDY	DP2		PINZE DENTI LONDON-COLLEGE STRI.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	3007/23		SONDA DENTALE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ASA DENTAL	2101		MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	HENRY SCHEIN	900-0749		SPECCHIETTO D.24MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD

SPECIALITA'

AMB. 5 - BUSTONE

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

SET VAPORE

71					18	18	9	0	8	8	0	10	3	3	1	0	3
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	SCHWEICKHARD T	3902-0		OTTURATORE, CONTRANGOLO	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
8	SCHWEICKHARD T	3902-1		OTTURATORE, CONTRANGOLO	0	5	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
5	SCHWEICKHARD T	3902-2		OTTURATORE, CONTRANGOLO	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ASA DENTAL	1200-1		OTTURATORE, CONTRANGOLO	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	ASA DENTAL	1200-2		OTTURATORE, CONTRANGOLO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DE107R	OTTURATORE, CONTRANGOLO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
3	ASA DENTAL	1200-3		OTTURATORE DOPPIO A PALLINA 2/1,8 MM	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	KRUGG	NON PRESENTE	DE107R	OTTURATORE, CONTRANGOLO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
10	ASA DENTAL	1102-1		OTTURATORE HEIDEMANN	6	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ASA DENTAL	1101-1		OTTURATORE HEIDEMANN	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
3	KRUGG	NON PRESENTE	DE420R	OTTURATORE HEIDEMANN	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DE420R	OTTURATORE HEIDEMANN	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SCHWEICKHARD T	3902-1		OTTURATORE, CONTRANGOLO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	1200-1		OTTURATORE, CONTRANGOLO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ASA DENTAL	1700-0		ESCAVATORE, VERSIONE FINE, # 0	1	1	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
5	ASA DENTAL	1700-1		ESCAVATORE, VERSIONE FINE, # 1	2	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	0	0
6	ASA DENTAL	1700-2		ESCAVATORE, VERSIONE FINE, # 2	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ASA DENTAL	1700-3		ESCAVATORE, VERSIONE FINE, # 2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
3	HU-FRIEDY	CVWI 8		WILAND CARVER #8	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	3452-77		COLTELLO BLACK PER BORDO GENGIVE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ASA DENTAL	1603-1		STRUMENTO PER SMALTO #1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	3902/130		OTTURATORE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	3902-19		OTURATORE PER AMALGAMA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	4430		OTTURATORE HOLLENBACH	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	3452-89		STRUMENTO DA INTAGLIO SEC. BLACK	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DF022R	OTTURATORE DOPPIO N. 213	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

AMB. 1 - IMBUSTATO SINGOLO

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

BUSTA VAPORE

382					27	33	31	0	37	15	51	188	61	4	0	3	120
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
4	ASA DENTAL	0480-1		SPRITZE 'ASPIRA-PLUS', 1,8 ML	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	3	0
3	DEPPELER	M23		SCALER (M23) MANICO ERGONOMICO,BLU	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	718-13/14	DB391R	SCALER (M23) MANICO ERGONOMICO,BLU	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	ASA DENTAL	0903-2		SPATOLA PER CEMENTO, DOPPIA, FIG.2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	4342-1		SPATOLA PER CEMENTO, DOPPIA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	4342/3		SPATOLA PER CEMENTO, DOPPIA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	SG13/14		CURETTE GRACEY 13/14,MAN.ERG.,BLU SCURO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DF161R	SPATOLA PER CEMENTO, DOPPIA	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
1	DEPPELER	DH 34		CURETTE GRACEY 13/14,MAN.ERG.,BLU SCURO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ASA DENTAL	1300		APPLICATORE DI TINTURE ORBAN LOOP	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	1300	PINZA UNIVERSALE P. FILO DURO ROTONDO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
4	SIRONA	T1 LINE H40		TURBINA	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	W & H	943 A		TURBINA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NSK	TI-MAX TI-25		CONTRANGOLO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NSK	TI-MAX TI-25L		CONTRANGOLO	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	BIEN AIR	1600382		CONTRANGOLO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SIRONA	T1 LINE C40L		TURBINA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KAVO	2061 CHC		CONTRANGOLO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ULSS10	PR7005		PUNTALE LAMPADA	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2	AESULAP	BH110R		PINZA EMOST.HALSTED RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	AESULAP	BM235R		PORTAGHI HEGAR-MAYO 150MM	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
2	ZEFFIRO	ZFV001#17		FORBICI IRIDECTOMIA E LEGATURE 115MM	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	HU-FRIEDY	S18		FORBICI IRIDECTOMIA E LEGATURE 110MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	DO251R		FORBICI PER GENGIVE, MM 130	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	0702L-12		SONDA MILLIMETRICA PUNTA COLORATA CP-12"LASER S	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	EXS9		SONDA DENTALE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	HU-FRIEDY	PCP 10		PARADONTOMETRO N. PCP10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	HU-FRIEDY	PCP12		PARADONTOMETRO NO.PCP11,LUNGO 150 MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	DEPPELER	DH3		CURETTE (M 23A) MANICO ERGONOMICO, VERDE	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DEPPELER	DH 34		CURETTE GRACEY 13/14,MAN.ERG.,BLU SCURO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	SG5/6		CURETTE DI GRACEY 5/6,MAN.ERGON.,GIALLO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ULSS10	PR7007		PINNACLE: CATENELLE PORTA BAVAGLIO	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
6	ULSS10	PR7022		CATTANI: ASPIRATORE	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
9	ULSS10	PR7026		F6: CAMICIA CON PULSANTI	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	9
2	LEONE	P1602-00		POSIZIONATORE PER ATTACCHI 3 E 3,5MM	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	LEONE	P1601-00		POSIZIONATORE PER ATTACCHI 2 E 2,5MM	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	LEONE	P1603-00		POSIZIONATORE PER ATTACCHI 4 E 4,5MM	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	LEONE	P1605-00		POSIZIONATORE PER ATTACCHI 5 E 5,5MM	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	DENTRONIX	D220		PINZETTA PER STAFFA PUNTE SOTTILI	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RISA	NON PRESENTE	100 S.S.	PINZA PER ATATCCHI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6	ETM	100 S.S.		PINZA PER ATATCCHI	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DENTRONIX	226		PINZA PER ATATCCHI	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR7035		TOMY: ALTIMETRO A CROCE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR7035		TOMY: ALTIMETRO A CROCE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	AD120R		COMPASSO AMPIEZZA MISURA 0-150MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	3100-1		PULITORE ABBOTT AD UNCINO GRANDE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	LEONE	P1576-00		DIREZIONATORE DI LEGATURE ED ARCHI	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
13	NON PRESENTE	NON PRESENTE	P1576-00	DIREZIONATORE DI LEGATURE ED ARCHI	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	13
2	DENTRONIX	PF 15		STRUMENTO DI UTILITÀ	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DENTRONIX	MF 15		STRUMENTO DI UTILITÀ	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	RISA	4700		STRUMENTO DI UTILITÀ	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDESY	673 D		STRUMENTO DI UTILITÀ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ASA DENTAL	0500-1		PINZA EMOST.HALSTED RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	DENTRONIX	D32H		PINZA EMOST.HALSTED RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	AESULAP	BH144R		PINZA EMOST.CRILE RET.140MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BH424R		PINZA EMOST.PEAN RET.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BH425R		PINZA EMOSTATICA PEAN CRV.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	KRUGG	NON PRESENTE	BH425R	PINZA EMOSTATICA PEAN CRV.140MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH110R	PINZA EMOST.HALSTED RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH110R	PINZA EMOST.HALSTED RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	MARTIN	20-674-17		DUROGRIP PORTAGHI MATHIEU SOTTILE 173MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
5	KRUGG	5050070		PORTA-AGHI MATHIEU DIRITTO 170MM	0	0	2	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH111R	PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
1	MEDICON	11.20.64		DUROGRIP PORTAGHI MATHIEU 139MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	REDA	25450-14		DUROGRIP PORTAGHI MATHIEU 139MM	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	0430-14		PORTAGHI MATHIEU 140MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	2054		PORTAGHI MATHIEU 170MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	2052		PORTAGHI MATHIEU 140MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DENTRONIX	216		PORTAGHI MATHIEU 140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM360R	PORTAGHI MATHIEU 140MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	ETM	2222		POSIZIONATORE ORTOSMAIL IN ALLUMINIO L. 165MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	811-001	ORTO SMAIL PER INSERIMENTO BANDA IN CORONA DENTALE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
9	3M	811-001		ORTO SMAIL PER INSERIMENTO BANDA IN CORONA DENTALE	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	DENTRONIX	E347SI		PINZA TOGLI BANDE CON PIATTELLO INTERCAMBIABILE	0	0	3	0	0	0	2	4	4	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	P1922-00	PINZA TOGLI BANDE POSTERIORE LUNGA CON PIATTELLO INTERCAMBIABILE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	3M	804-121		ORTOSMAIL CON PUNTE SOTTILI ZIGRINATE RETTA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ETM	110		ORTOSMAIL CON PUNTE SOTTILI ZIGRINATE RETTA	0	0	0	0	2	0	0	3	3	0	0	0	0
2	RM0	I-110		ORTOSMAIL CON PUNTE SOTTILI ZIGRINATE RETTA	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	3M	804-139		TRONCESE PER FILI CON PUNTE AL TUNGSTENO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	678-101		PINZA TAGLIAFILDI DISTALE, 120MM, DUROTIP	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ULSS10	PR7030		APRIBOCCA IN PLASTICA GRANDI	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
3	ULSS10	PR7031		APRIBOCCA IN PLASTICA PICCOLI	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
7	ULSS10	PR7037		APRIBOCCA GRANDI CON MANICO	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
5	ULSS10	PR7036		APRIBOCCA PICCOLI CON MANICO	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5
1	DENTAURUM	000-001		PUNTA DI NANCE A GRADINI PER FORMARE ANSE CHIUSE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	DENTAURUM	003-201		PINZA DI ADERER A TRE PUNTE MEDIE	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
1	DENTRONIX	344		PINZA DI ADERER A TRE PUNTE FINI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	DENTRONIX	E104		PINZA DI TWEED BECCHI PIATTI AFFUSOLATI PER MODELLAZIONE ANSE	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	P1903-00	PINZA DI YOUNG PER FILI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	LEONE	P1911-00		PINZA PER GRIPPARE GANCI CHIRURGICI E STOP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DP501R	PINZA UNIVERSALE P. FILO DURO ROT. STAN.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DP134R	PINZA PER FILI	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	1325300	PINZA REYNOLDS A BECCO DI PAPPAGALLO PER MODELLARE BANDE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ETM	203		PINZA MC KELLOPS CONCAVA CONVESSA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	DENTRONIX	139		PINZA DI ADAMS BECCO D'UCCELLO PIRAMIDALI CON TUNGSTENO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DP360R	PIEGA-FILI E BARRE DI WALDSACHS	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	DENTRONIX	E266		PINZA PER FORMARE FILI DA LEGATURE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DP501R	PINZA UNIVERSALE P. FILO DURO ROT. STAN.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	KRUGG	NON PRESENTE	DP501R	PINZA UNIVERSALE P. FILO DURO ROT. STAN.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	P1073-00	PINZA DI NANCE A GRADINI PER FORMARE ANSE CURVE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	P1902-00	PINZA DI TWEED PER FORMARE LOOPS	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	P1903-00	PINZA DI YOUNG PER FILI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	DENTRONIX	344		PINZA DI ADERER A TRE PUNTE FINI	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DENTAURUM	003-139		PINZA PER FILI	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DP134R	PINZA PER FILI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ORTHODONTICS	100-165P		PINZA DI NANCE PER FORMARE GANCI DI ADAMS	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	DENTRONIX	E211P		PINZA MC KELLOPS CONCAVA CONVESSA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	DENTRONIX	NON PRESENTE	P1075-01	PINZA DI ADERER A TRE PUNTE FINI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	P1034-00	PINZA A TRE BECCHI TONDI PIEGADISGIUNTORI ED ESPANSORI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	DENTAURUM	003-202		PINZA DI ADERER A TRE PUNTE MEDIE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LEONE	P1919-00		TRONCHESINO MINIATURA PER LEGATURE MAX 0,36MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	678-109		TRONCHESINO PER LEGATURE ANGOLATO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	DENTRONIX	E201S		TRONCHESINO PER LEGATURE	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	3M	804-139		TRONCESE PER FILI CON PUNTE AL TUNGSTENO	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
1	3M	900-753		TRONCHESINO PER LEGATURE MAX 0,36MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	DENTRONIX	E210T		PINZA DI TWEED PER ARCHI RETTANGOLARI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	P1905-00	PINZA DI TWEED PER ARCHI RETTANGOLARI	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	3M	804-145		PINZA DI TWEED PER ARCHI RETTANGOLARI	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3M	804-123		PINZA DI TWEED PER ARCHI RETTANGOLARI	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	P1905-00	PINZA DI TWEED PER ARCHI RETTANGOLARI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	LEONE	P1916-00		TRONCHESINO DISTALE CON TRATTENUTA DEL FILO	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
3	HU-FRIEDY	678-101		PINZA TAGLIAFILDI DISTALE, 120MM, DUROTIP	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	DENTRONIX	E200		PINZA TAGLIAFILDI DISTALE CON TRATTENUTA DEL FILO	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
5	3M	900-756		PINZA TAGLIAFILDI DISTALE, 120 MM	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	DENTRONIX	E200S		PINZA TAGLIAFILDI DISTALE CON TRATTENUTA DEL FILO	0	0	4	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DP542R	PINZA TAGLIAFILDI DISTALE, 120MM, DUROTIP	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ETM	2222		POSIZIONATORE ORTOSMAIL IN ALLUMINIO L. 165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	LEONE	P1141-00		PINZA SEPARAZ.LEGAT.GOMMA TESTA SFERICA	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DF406R	PINZA SEPARAZ.LEGAT.GOMMA TESTA SFERICA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ETM	9M58		PINZA PER SEPARAZIONE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	LEONE	P1001-01		SPINGI BANDE CON PUNTA CURVA, COPI REGOBAILI	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	P1001-01	SPINGI BANDE CON PUNTA CURVA, COPI REGOBAILI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DF406R	PINZA SEPARAZ.LEGAT.GOMMA TESTA SFERICA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	4924		ASTA CON BATTITORE, LEVACORONE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	4924-1		UNCINO LEVACORONE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	SCHWEICKHARD T	4952		PINZA PER APPLICARE CORONE DI MERSHON	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR7038		UNCINO LEVACORONE DOPPIO CON BATTENTE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	ULSS10	PR7039		DINAMOMETRO	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
4	ULSS10	PR7040		TORRETTA PER ARCHI	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
2	ULSS10	PR7028		SPATOLE IN PLASTICA	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2	ULSS10	PR7041		3M: PINZA PER CONVERTIBILI PER TUBI E ATTACCHI	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR7042		INVECTA: STRUMENTO DOPPIO CON SONDA E FORCHETTA DOPPIA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	2100		MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	2101		MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA080R	MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	KRUGG	NON PRESENTE	DA080R	MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA080R	MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
5	HENRY SCHEIN	900-0749		SPECCHIETTO D.24MM	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ULSS10	PR7028		SPATOLE IN PLASTICA	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5
1	ASA DENTAL	NON PRESENTE	PR7028	SPATOLE IN PLASTICA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	MEDESY	3551 T		FORBICE PER FILI ZIGRINATA	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
3	KRUGG	NON PRESENTE	DS103R	COLTELLO FAHNENSTOCK PER CERA 180MM	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DS103R	COLTELLO FAHNENSTOCK PER CERA 180MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DS103R	COLTELLO FAHNENSTOCK PER CERA 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ASA DENTAL	5400-1		SPATOLA ALGINATO-GESEO N. 1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	NON PRESENTE	NON PRESENTE	5400-1	SPATOLA ALGINATO-GESEO N. 1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
1	SCHWEICKHARD T	4570		SPATOLA LICHTENSTEIN PER GESEO, 170 MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DS060R	COLTELLO GRITMANN, CON APRIMUFFOLA	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	SCHWEICKHARD T	4565		SPATOLA PER GESSI E ALGIN., 220 MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DS015R	SPATOLA PER GESSI E ALGIN., 220 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	ASA DENTAL	5110		MODELLATORE ZAHLE	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
5	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DR201R	PORTAIMPRONTE JESCOFORM, MASC.SUP.OB. 1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5
4	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DR081R	PORTAIMPRONTE, MASCELL. INF. UB 1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
3	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DR202R	PORTAIMPRONTE JESCOFORM, MASC.SUP.OB. 2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
4	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DR082R	PORTAIMPRONTE, MASCELL. INF. UB 2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
3	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DR203R	PORTAIMPRONTE JESCOFORM, MASC.SUP.OB. 3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
3	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DR083R	PORTAIMPRONTE, MASCELL. INF. UB 3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
4	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DR221R	PORTAIMPRONTE JESCOFORM, MASC.SUP.OP 1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
4	ASA DENTAL	NON PRESENTE	DR201R	PORTAIMPRONTE JESCOFORM, MASC.SUP.OB. 1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
5	ASA DENTAL	NON PRESENTE	DR250R	PORTAIMPRONTE JESCOFORM, MASC.INF. UB 0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
5	ASA DENTAL	NON PRESENTE	DR203R	PORTAIMPRONTE JESCOFORM, MASC.SUP.OB. 3	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
2	ASA DENTAL	NON PRESENTE	DR204R	PORTAIMPRONTE JESCOFORM, MASC.SUP.OB. 4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
5	ASA DENTAL	NON PRESENTE	DR082R	PORTAIMPRONTE, MASCELL. INF. UB 2	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
5	ASA DENTAL	NON PRESENTE	DR084R	PORTAIMPRONTE, MASCELL. INF. UB 4	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
3	ASA DENTAL	NON PRESENTE	DR231R	PORTAIMPRONTE JESCOFORM, MASC.SUP. OU 1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
4	ASA DENTAL	NON PRESENTE	DR271R	PORTAIMPRONTE JESCOFORM, MASC.INF. UU 1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH110R	PINZA EMOST.HALSTED RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	3007/16		SONDA DENTALE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	ULSS10	PR7043		SPECCHIO QUADRATO	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2	ULSS10	PR7044		SPECCHIO A S	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NEW ULROS	10931		SPATOLA PER CEMENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	0700-16		SONDA DENTALE FIG.16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	0700-16	SONDA DENTALE FIG.16	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
4	ASA DENTAL	1300		APPLICATORE DI TINTURE ORBAN LOOP	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	1300	APPLICATORE DI TINTURE ORBAN LOOP	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	HU-FRIEDY	EXS9		SONDA DENTALE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	TOFFLEMIR	NON PRESENTE	DF359R	TENDIMATRICI TOFFLEMIRE SEN., ARROT.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3	TOFFLEMIR	DF355R		TENDIMATRICI TOFFLEMIRE UNIVERSALE	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DF354R	PORTA-MATRICI,P.MATRICI FINO A 6MM LARG.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
3	PATTERSON	168-5155		AUTOMATE® III DISPOSITIVO DI SERRAGGIO	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
1	KAVO	24CN		CONTRANGOLO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	PATTERSON	044-8738		FORBICE SNIPPER ISOLATA CON PROTEZIONE	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1	W & H	956 A		CONTRANGOLO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	BIEN AIR	209.40.11		CONTRANGOLO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	BIEN AIR	1600384		CONTRANGOLO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MICRO-MEGA	40E		CONTRANGOLO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	W & H	956 A		CONTRANGOLO	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KAVO	20CN		TURBINA INTRA-MATIC	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KAVO	29C		CONTRANGOLO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	BIEN AIR	1600384		CONTRANGOLO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	BIEN AIR	1600382		CONTRANGOLO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ALEGRA	WE-56A		CONTRANGOLO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	BIEN AIR	1600382		CONTRANGOLO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NSK	TI-MAX X600BLED		CONTRANGOLO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SIRONA	T1 LINE		TURBINA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SIRONA	T1 LINE C40L		TURBINA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NSK	TI-MAX TI-25		CONTRANGOLO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NSK	TI-MAX TI-25L		CONTRANGOLO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KAVO	20C		CONTRANGOLO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	BIEN AIR	1600384		CONTRANGOLO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	W & H	WA-56 LT		CONTRANGOLO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	BIEN AIR	109.34.04		MANIPOLO CONTRANGOLO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SIRONA	T1 LINE C40L		TURBINA	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NSK	TI-MAX TI-25		CONTRANGOLO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	BIEN AIR	1600384		CONTRANGOLO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIEN AIR	1600384		CONTRANGOLO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ULSS10	PR7014		NUPRO: CONTENITORE PER PASTA	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
4	ULSS10	PR7015		NUPRO: BARRIERA PER PASTA	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
1	HANEL GHM	062002		PINZETTA PER CARTA DA ARTICOLAZIONE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ASA DENTAL	0670		PINZETTA PER CARTA DA ARTICOLAZIONE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	PCP12		PARADONTOMETRO NO.PCP11,LUNGO 150 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	DENTATUS	NLK		PERNO ENDOCANALARE	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	PCP 10		PARADONTOMETRO N. PCP10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MAILLEFER	NON PRESENTE	A0184	DR. P. GULDNER ENDO-M-BLOC	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	DENTSPLY	A0338		TWIN BLOC	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ULSS10	PR7004		DENTSPLY: MISURATORE	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
3	DENTSPLY	A 268P		CLEAN STAND	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	EXCGL2		ESCAVATORE DOPPIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	RCP 40		PARADONTOMETRO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	HU-FRIEDY	RCSD 11S		SONDA DENTALE	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	HU-FRIEDY	RCPS 11		SONDA DENTALE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	2902-3		OTTURATORE, COASSIALE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DEVE	NON PRESENTE	DA411R	SONDA DENTALE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	HAWE	NEOS		SIRINGA PER CEMENTO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	AC5201		PISTOLA P AMALGAMA DOPPIA DI JVVORY	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	AC5101		PISTOLA PER AMALGAMA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR7005		PUNTALE LAMPADA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
7	ASA DENTAL	0480-1		SPRITZE 'ASPIRA-PLUS', 1,8 ML	1	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6	0
3	ASA DENTAL	0481-07		PISTOLA	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DG118R	TENAGLIA ANATOMICA P. MOLARI SUP., N.18	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	DEVE	500-18		TENAGLIA ANATOMICA P. MOLARI SUP., N.18	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	DG118R		TENAGLIA ANATOMICA P. MOLARI SUP., N.18	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MARTIN	40-017-00		TENAGLIA ANATOMICA MOLARI SUP., N. 17	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	DG117R		TENAGLIA ANATOMICA MOLARI SUP., N. 17	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DG117R	TENAGLIA ANATOMICA MOLARI SUP., N. 17	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	DEVE	500-17		TENAGLIA ANATOMICA MOLARI SUP., N. 17	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	DG006R		TENAGLIA ANATOMICA P. INCISIVI SUP., N.1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DG006R	TENAGLIA ANATOMICA P. INCISIVI SUP., N.1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DG320R	TENAGLIA ANATOMICA P. RADICI SUP., N.30	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	40-051-03		TENAGLIA ANATOMICA KAISER P. RADICI SUP.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SCHWEICKHARD T	NON PRESENTE	DG250R	TENAGLIA ANATOMICA P. MOLARI SUP., N.67	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	DEVE	500/67		TENAGLIA ANATOMICA P. MOLARI SUP., N.67	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DG118R	TENAGLIA ANATOMICA P. MOLARI SUP., N.18	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	DG118R		TENAGLIA ANATOMICA P. MOLARI SUP., N.18	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	NON PRESENTE	DG117R	TENAGLIA ANATOMICA MOLARI SUP., N. 17	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	DG117R		TENAGLIA ANATOMICA MOLARI SUP., N. 17	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	NON PRESENTE	DG006R	TENAGLIA ANATOMICA P. INCISIVI SUP., N.1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	200/17K		TENAGLIA ANATOMICA MOLARI SUP., N. 17	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	DK101R		TENAGLIA KLEIN PER BAMBINI, INCIS. SUP.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DEVE	561		TENAGLIA KLEIN PER BAMBINI, INCIS. SUP.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	DL062R		LEVA DI WHITE, DESTRA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	DG733R		TENAGLIA ANATOMICA RADICI INFER., N.33	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
3	SCHWEICKHARD T	NON PRESENTE	DG733R	TENAGLIA ANATOMICA RADICI INFER., N.33	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	40-033-01		TENAGLIA PER RADICI INFER.NO.33 A	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	40-633-09		TENAGLIA PER BAMBINI RADICI INFERIORI	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DEVE	500-33		TENAGLIA ANATOMICA RADICI INFER., N.33	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	DG522R		TENAGLIA ANATOMICA MOLARI INFER., N. 22	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DG522R	TENAGLIA ANATOMICA MOLARI INFER., N. 22	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	DEVE	500-13		TENAGLIA ANATOMICA INCISIVI INFER. N.13	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	NON PRESENTE	DG413R	TENAGLIA ANATOMICA INCISIVI INFER. N.13	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	DG555R		TENAGLIA ANATOMICA MOLARI INFER., N. 73	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	DG413R		TENAGLIA ANATOMICA INCISIVI INFER. N.13	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	NON PRESENTE	DG573R	TENAGLIA ANATOMICA MOLARI INFER. N.86C	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	DEVE	566		TENAGLIA KLEIN PER BAMBINI, MOLARI INF.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DEVE	565		TENAGLIA KLEIN PER BAMBINI, RADICI INF.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	DG413R		TENAGLIA ANATOMICA INCISIVI INFER. N.13	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	NON PRESENTE	DG573R	TENAGLIA ANATOMICA MOLARI INFER. N.86C	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	DG659R		TENAGLIA ANATOMICA MOLARI INFER. N.79	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	DI675R		TENAGLIA PHYSICK, MOD. AMERICANO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DG660R	TENAGLIA ANATOMICA MOLARI INFER. N.79 A	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	DEVE	500-79		TENAGLIA ANATOMICA MOLARI INFER. N.79 A	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	DL421R		LEVA DI BARRY	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	DL422R		LEVA DI BARRY	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	370		LEVA DI BARRY	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DL422R	LEVA DI BARRY	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	0201-2		LEVA DI FLOHR	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	0205-4B		ELEVAT.RAD.HYLIN CURVO DESTRA 3,0MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	782-3		LEVA DI HEIDBRINK	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	814-4		LEVA DI HEIDBRINK	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	790-12		ELEVAT.RAD.HYLIN CURVO DESTRA 3,0MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	790-18		LEVA DI BEIN A PUNTA SQUADR., 3 MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	DL032R		LEVA DI BEIN A PUNTA ARROT., 2 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	0200-2		LEVA DI WHITE, DESTRA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DL034R	ELEVATORE RADICI BEIN A PUNTA ARROT.4MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MEDICON	321.01.11		ELEVAT.RAD.HYLIN DIRITTO 4,5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	620-2		LEVA DI BEIN A PUNTA ARROT., 2 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	620-3		ELEVATORE RADICI BEIN A PUNTA ARROT.3MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	640-1		ELEVAT.RAD.HYLIN DIRITTO 4,5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ASA DENTAL	NON PRESENTE	DL034R	ELEVATORE RADICI BEIN A PUNTA ARROT.4MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	E301		LEVA DI FLOHR, A CUCCHIAIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	HU-FRIEDY	A304W		ELEVATORE RADICI BEIN A PUNTA ARROT.4MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Aesculap	FO409R		PINZA SGORBIA LUER-FRIEDMANN,CURVA,MM146	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	432		PINZA SGORBIA BLUMENTHAL, LEGGERM. CURVA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
3	ULSS10	PR7020		MARTELLETTO	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
1	AESULAP	DA230R		PINZE PER DENTI, LISCIE, MM 150	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	3007-16		SONDA DENTALE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	0700-6		SONDA DENTALE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OM085R	SPECCHIO LARINGEO MAN. ESAG. FIG.5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	HU-FRIEDY	S18		FORBICI IRIDECTOMIA E LEGATURE 110MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC020R	FORBICI P.PREPARAZIONE FINE RET.115MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	BH425R		PINZA EMOSTATICA PEAN CRV.140MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH111R	PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BM235R		PORTAGHI HEGAR-MAYO 150MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM235R	PORTAGHI HEGAR-MAYO 150MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	LEIBINGER	82-06102		PORTAGHI HEGAR-MAYO 150MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3	HU-FRIEDY	NH5038		DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 145MM	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
1	GERHO	MH16TC		DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	HU-FRIEDY	NH5038		DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 145MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	NH5052		DUROGRIP PORTAGHI BABY-CRILE-WOOD 150MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	NH5034		DUROGRIP PORTAGHI BAUMGARTNER 145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BM065R		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BM016R		DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 145MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	MV 1851-PR3		SPATOLA DOPPIA (RASCHIATORE)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	HU-FRIEDY	PPR3S		RASPATORE (PR3 / 24G)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDICON	26.37.07		RASPATORE E ELEVATORE DI MOLT MM 180	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	1400		RASPATORE E ELEVATORE DI MOLT MM 180	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	NON PRESENTE	DO543R	RASPATORE E ELEVATORE DI MOLT MM 180	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	ASA DENTAL	2000-4		CURETTA ACUTA DOPPIA, HEMINGWAY, FIG. 4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ASA DENTAL	2000-3		CURETTA ACUTA DOPPIA, HEMINGWAY, FIG. 3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	29.84.03		CURETTA ACUTA DOPPIA, HEMINGWAY, FIG. 3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	DO655R		CURETTA DOPPIA DI HEMINGWAY 170MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	NON PRESENTE	DO655R	CURETTA DOPPIA DI HEMINGWAY 170MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DO655R	CURETTA DOPPIA DI HEMINGWAY 170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	HU-FRIEDY	CM12		CURETTA ACUTA DOPPIA, HEMINGWAY, FIG. 4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	DO609R		CURETTA DOPPIA DI LUCAS, MM 185	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
4	ASA DENTAL	1807-08		STRUMENTI PARODONTOLOGIA GRACEY FIG.7/8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	N5		STRUMENTI PARODONTOLOGIA GRACEY FIG.7/8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	3376-1		RASCHIETTO UNIV.GOLDMANN-FOX(GF1)GRIGIO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	718-13/14	1807-08	STRUMENTI PARODONTOLOGIA GRACEY FIG.7/8	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	ASA DENTAL	1700-2		ESCAVATORE, VERSIONE FINE, # 1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ASA DENTAL	1807-08		STRUMENTI PARODONTOLOGIA GRACEY FIG.7/8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	1807-12		CURETTE DI GRACEY 11/14,MAN. ERG.,VIOLA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	1807-08MF		STRUMENTI PARODONTOLOGIA GRACEY FIG.7/8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	SG9/10		CURETTE DI GRACEY 9/10,MAN.ERGON.,BLU	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DEPPELER	M 23 A		SCALER (M23) MANICO ERGONOMICO,BLU	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DEPPELER	M23		SCALER (M23) MANICO ERGONOMICO,BLU	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DEPPELER	DH2		RASCHIETTO A FALCE,DOPP.MAN.ERGON.CELES.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	SAS11/12		CUR. MINI-GRACEY 11/12,MANNICO ERG.VIOLA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	SG13/14		CURETTE GRACEY 13/14,MAN.ERG.,BLU SCURO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CBM	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3	ULSS10	PR7021		PIETRA POROSA	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
1	ULSS10	PR7007		PINNACLE: CATENELLE PORTA BAVAGLIO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6	ULSS10	PR7022		CATTANI: ASPIRATORE	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP.NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	--------------	-------	---	---	----	----	---

SPECIALITÀ

ODONTOSTOMATOLOGIA

BUSTA VAPORE

218					55	32	7	1	15	12	34	63	21	15	1	0	26
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
3	ASA DENTAL	3030		PINZA BREWER PER UNCINI	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ULSS10	PR6007		GANCIO PER LABBRO	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
3	DENTALPORT	ZX 6950-05		PINZE PER FILE	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	IVORY	NON PRESENTE	DF404R	PINZA BREWER PER UNCINI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	3033		PINZA PERFORATR.KOFFERDAM DI IVORY 160MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	DL427R		LEVA DI BARRY	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	42-533-23		LEVA DI BARRY	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	IVORY	12A		UNCINI PER DIGA, MOLARI DX SUP, SX INF	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWERT	840/323		LEVA DI BARRY	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	IVORY	13A		UNCINO PER DIGA, MOLARI INF SX	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SCHWERT	782/3		LEVA DI FLOHR	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	IVORY	2A		UNCINO PER DIGA PER PREMOLARI CON COLLETTO LUNGO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWERT	782/2		LEVA DI FLOHR	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	56-231-11		VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR7001		TELAIO PER DIGA 100X100MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ASA DENTAL	0234-3		ELEVAT.RAD.HYLIN CURVO DESTRA 3,0MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PATTERSON	378-7694		MONTATURA PER DIGA 6" IN PLASTICA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	DL033R		ELEVATORE RADICI BEIN A PUNTA ARROT.3MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	DL034R		ELEVATORE RADICI BEIN A PUNTA ARROT.4MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	0903-3		SPATOLA PER CEMENTO, DOPPIA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	4342-3		SPATOLA PER CEMENTO, DOPPIA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	DL062R		LEVA DI WHITE, DESTRA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SCHWERT	642		ELEVATORE RADICI CURVO LARGH.5,0MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NEW ULROS	2113		SPATOLA PER CEMENTO, DOPPIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWERT	620/4		ELEVATORE RADICI, DIRITTO, LARGH. 4,0 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	ULSS10	PR7002		MANICO PER PENNELLINO DA SIGILLATURE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
8	ASA DENTAL	1300		APPLICATORE DI TINTURE ORBAN LOOPVL.120MM	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	321.01.11		ELEVAT.RAD.HYLIN DIRITTO 4,5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	KAVO	1.000.4983		SONICFLEX 2003	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWERT	640/1		ELEVAT.RAD.HYLIN DIRITTO 4,5MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
3	NON PRESENTE	NON PRESENTE	168-5155	AUTOMATE® III DISPOSITIVO DI SERRAGGIO	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
1	SCHWERT	723		LEVA DI COLEMAN	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	044-8738	SNIPPER	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	AESULAP	DK170R		TENAGLIA KLEIN PER BAMBINI, RADICI INF.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	DG522R		TENAGLIA ANATOMICA MOLARI INFER., N. 22	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	SIRONA	T1 LINE C 40 L		MANIPOLO DRITTO CON UN FORO SPRAY	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KAVO	20CN		TURBINA INTRA-MATIC	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	DG733R		TENAGLIA ANATOMICA RADICI INFER., N.33	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	40-079-01		TENAGLIA ANATOMICA MOLARI INFER. N.79 A	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	W & H	956 A		CONTRANGOLO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWERT	100/79A		TENAGLIA ANATOMICA MOLARI INFER. N.79 A	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	PR7003	MANIPOLO DRITTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SCHWERT	NON PRESENTE	DG573R	TENAGLIA ANATOMICA MOLARI INFER. N.86C	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NSK	TI-MAX X600BLED		TURBINA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	BIEN AIR	1600382		TURBINA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWERT	NON PRESENTE	DG522R	TENAGLIA ANATOMICA MOLARI INFER., N. 22	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	BIEN AIR	1600384		CONTRANGOLO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWERT	NON PRESENTE	DG733R	TENAGLIA ANATOMICA RADICI INFER., N.33	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	DEVE	500-73		TENAGLIA ANATOMICA MOLARI INFER., N. 73	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	BIEN AIR	109.34.04		MANIPOLO CONTRANGOLO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	0702L-12		SONDA MILLIMETRICA PUNTA COLORATA CP-12"LASER S."	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	PCP10		SONDA DENTALE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DEVE	500-51A		TENAGLIA ANATOMICA P. RADICI SUP. N. 51A	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	HU-FRIEDY	PCP12		PARADONTOMETRO NO.PCP11,LUNGO 150 MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DENTSPLY	A 0338		TWIN-BLOC	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	DEVE	500-79A		TENAGLIA ANATOMICA MOLARI INFER. N.79 A	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DEVE	500-13		TENAGLIA ANATOMICA INCISIVI INFER. N.13	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR7004		DENTSPLY: MISURATORE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	DEVE	500-79		TENAGLIA ANATOMICA MOLARI INFER. N.79	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MAILLEFER	NON PRESENTE	A 0184	ENDO-M-BLOC	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	DG117R		TENAGLIA ANATOMICA MOLARI SUP., N. 17	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DENTSPLY	A 268P		SUPPORTO PULITO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	DG330R		TENAGLIA ANATOMICA P. RADICI SUP., N.76	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	DG250R		TENAGLIA ANATOMICA P. MOLARI SUP., N.67	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	A 268P	SUPPORTO PULITO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	DH755R		PINZA ANATOMICA DI BUECHS, NO.51AL	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	40-018-00		TENAGLIA ANATOMICA P. MOLARI SUP., N.18	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SCHWEICKHARD T	NON PRESENTE	DF346R	PORTA-MATRICI PER NASTRI FINO A 5 MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	40-067-00		TENAGLIA ANATOMICA P. MOLARI SUP., N.67	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	NON PRESENTE	DF354R	PORTA-MATRICI,P.MATRICI FINO A 6MM LARG.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3	SCHWEICKHARD T	NON PRESENTE	DF348R	PORTA-MATRICI PER NASTRI FINO A 7 MM	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DF346R	PORTA-MATRICI PER NASTRI FINO A 5 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	40-018-00		TENAGLIA ANATOMICA P. MOLARI SUP., N.18	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DF354R	PORTA-MATRICI,P.MATRICI FINO A 6MM LARG.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	MARTIN	40-018-00		TENAGLIA ANATOMICA P. MOLARI SUP., N.18	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	0802L-3		OTURATORE PER CANALARI VERTICAL CONDENSER N.3"LASER S.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	NON PRESENTE	0802L-3	OTURATORE PER CANALARI VERTICAL CONDENSER N.3"LASER S.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
3	DEVE	500-17		TENAGLIA ANATOMICA BUECHS, N. 17	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	DEVE	500-2		TENAGLIA ANATOMICA P. INCISIVI SUP., N.2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	RCP10		OTURATORE PER CANALARI VERTICAL CONDENSER N.3"LASER S.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DEVE	562		PINZA ESTRAZIONE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KRUGG	PLG2		PARADONTOMETRO LUNGO 150 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWERT	NON PRESENTE	DG107R	TENAGLIA ANATOMICA PREMOLARI SUP, N. 7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	KRUGG	PLG3		PARADONTOMETRO LUNGO 150 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWERT	NON PRESENTE	DG320R	TENAGLIA ANATOMICA P. RADICI SUP., N.30	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	KRUGG	PLG4		PARADONTOMETRO LUNGO 150 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWERT	NON PRESENTE	DG331R	TENAGLIA ANATOMICA P. RADICI SUP., N.76N	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	KRUGG	PLG9		PARADONTOMETRO LUNGO 150 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWERT	NON PRESENTE	DG006R	TENAGLIA ANATOMICA P. INCISIVI SUP., N.1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	RCP30		PLUGGER PER CANALI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	RCP60		PLUGGER PER CANALI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWERT	NON PRESENTE	DG117R	TENAGLIA ANATOMICA MOLARI SUP., N. 17	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	DEVE	1405-8A		SONDA DENTALE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	SCHWERT	200/1K		TENAGLIA ANATOMICA P. INCISIVI SUP., N.1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DG118R	TENAGLIA ANATOMICA P. MOLARI SUP., N.18	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	HU-FRIEDY	PCP12		PARADONTOMETRO NO.PCP11,LUNGO 150 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DG351R	TENAGLIA ANATOMICA P. RADICI SUP. N. 51	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	DB770R		SONDA PERIODONTALE, DI FOX, DOPPIA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DG305R	TENAGLIA ANATOMICA P. RADICI SUP., N.29	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	KRUGG	PLG8		PARADONTOMETRO LUNGO 150 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
5	ASA DENTAL	0480-1		SPRITZE 'ASPIRA-PLUS', 1,8 ML	2	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0
2	ASA DENTAL	1200-3		OTTURATORE DOPPIO A PALLINA 2/1,8 MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
2	ASA DENTAL	0481-7		SIRINGA INTRALIGAMENTALE	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	1200-4		OTTURATORE,COASSIALE DOPPIO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	0481-7	SIRINGA INTRALIGAMENTALE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ASA DENTAL	1200-5		OTTURATORI DOPPI FIG.5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	SCHWEICKHARD T	3902-2		OTTURATORE, CONTRANGOLO	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
3	ASA DENTAL	0700-6		SONDA DENTALE	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0
1	AESCLAP	DB775R		SONDA PERIODONTALE, WILLIAMS-FOX, DOPPIA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	10-130-03		MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KERR	20812		LUCE PER GUIDA CURVA D.13MM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA406R	SONDA DENTALE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	HU-FRIEDY	S18		FORBICI IRIDECTOMIA E LEGATURE 110MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	43-035-05		PINZE DENTI LONDON-COLLEGE STRI.150MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	KRUGG	NON PRESENTE	DA074R	MANICO P.SPECCHI P.Bocca,INOSSIDABILE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	KRUGG	NON PRESENTE	BH145R	PINZA EMOST.CRILE CRV.140MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	0540-2		PINZA EMOST.CRILE CRV.140MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OM087R	SPECCHIO LARINGEO MAN. ESAG. FIG.7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	BM235R		PORTAGHI HEGAR-MAYO 150MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	2000-2		CURETTA ACUTA DOPPIA, HEMINGWAY, FIG. 2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	2000-1		CURETTA ACUTA DOPPIA, HEMINGWAY, FIG. 1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	LEIBINGER	82-06102		PORTAGHI HEGAR-MAYO 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
3	ASA DENTAL	2000-3		CURETTA ACUTA DOPPIA, HEMINGWAY, FIG. 3	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	GERHO	MH16TC		DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 150MM	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	DO655R		CURETTA DOPPIA DI HEMINGWAY 170MM	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	NH5034		DUROGRIP PORTAGHI BAUMGARTNER 145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	NH5038		DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	DO656R		CURETTA DOPPIA DI HEMINGWAY 170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
4	ASA DENTAL	1807-08		STRUMENTO PER PARODONTOLOGIA GRACEY FIG.7/8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	SG13/14		CURETTE GRACEY 13/14,MAN.ERG.,BLU SCURO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	DO609R		CURETTA DOPPIA DI LUCAS, MM 185	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	DO673R		CURETTA ACUTA DOPPIA, HEMINGWAY, FIG. 3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	DEPPELER	NON PRESENTE	DB385R	CURETTE DI GRACEY 11/12,MAN. ERG.,VIOLA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	29.84.01		CURETTA ACUTA DOPPIA, HEMINGWAY, FIG. 1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DEPPELER	NON PRESENTE	DB387R	CURETTE DI GRACEY 15/16,MAN.ERGON.,NERO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	29.84.02		CURETTA ACUTA DOPPIA, HEMINGWAY, FIG. 2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	DB534R		PULITORE DENTALE GOLDMAN-FOX,F.GF4,170MM	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	29.84.03		CURETTA ACUTA DOPPIA, HEMINGWAY, FIG. 3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	1807-08MF		CURETTE GRACEY TIPO MF FIG. 7/8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	DEPPELER	NON PRESENTE	DB384R	CURETTE DI GRACEY 9/10,MAN.ERGON.,BLU	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
3	SCHWERT	1363-1		CURETTA ACUTA DOPPIA, HEMINGWAY, FIG. 1	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	0	0	0
1	SCHWERT	1362-2		CURETTA ACUTA DOPPIA, HEMINGWAY, FIG. 2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	CATTANI	21		CANULA CHIRURGICA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR7006		CANULA DI ASPIRAZIONE CHIRURGICA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
6	CATTANI	20		INTERCETTATORE DI NEBULIZZAZIONE E DI SPRUZZI	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWERT	1361-2		CURETTA ACUTA DOPPIA, HEMINGWAY 3,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
2	ULSS10	PR7007		PINNACLE: CATENELLE PORTA BAVAGLIO	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	CBM	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	P9		RASPATORE E ELEVATORE DI MOLT MM 180	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	CM11		CURETTA DOPPIA DI MILLER 170MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ULSS10	PR6008		CATTANI - RACCORDO PER ASPIRAZIONE CON STOP	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	2305-D	STRUMENTO PER CORONE COMPLETO DI MARTELLETTI LEVACORONE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ASA DENTAL	1203-2		OTTURATORI DOPPIO MOD. FIAMMA FIG.2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	1200-2		OTTURATORE, CONTRANGOLO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	1207-2		OTTURATORE, CONTRANGOLO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ASA DENTAL	1200-4		OTTURATORE,COASSIALE DOPPIO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	1200-5		OTURATORE DOPPIO FIG.5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	44-361-04		OTTURATORE, CONTRANGOLO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	3902-1		OTTURATORE, CONTRANGOLO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	SCHWEICKHARD T	3902-2		OTTURATORE, CONTRANGOLO	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	SCHWEICKHARD T	3902-3		OTTURATORE, CONTRANGOLO	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	3907-2		OTTURATORE, COASSIALE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ASA DENTAL	1300		APPLICATORE DI TINTURE ORBAN LOOP	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ASA DENTAL	0700-6		SONDA DENTALE	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AFDA	NON PRESENTE	DA406R	SONDA DENTALE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	NON PRESENTE	DA406R	SONDA DENTALE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FK661R		CUCCHIAIO TAGLIENTE UFFENORDE, CURVO DX	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FK660R		CUCCHIAIO TAGLIENTE UFFENORDE, CURVO SX	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FK633R		CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK632R	CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 00	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	AESULAP	FK634R		CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	23-304-30		CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 000	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	TEKNO	24460-02		CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN, FIG 2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SCHWEICKHARD T	1322/2		CURETTA TAGLIENTE DI KERPEL 145MM	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	23-371-22		CURETTA ACUTA DOPPIA, HEMINGWAY, FIG. 2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	2000-1		CURETTA ACUTA DOPPIA, HEMINGWAY, FIG. 1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	2000-2		CURETTA ACUTA DOPPIA, HEMINGWAY, FIG. 2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	2001-88		SPATOLA DOPPIA TAGLIENTE 4,5-4MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ASA DENTAL	2000-3		CURETTA ACUTA DOPPIA, HEMINGWAY, FIG. 3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MEDICON	29.84.01		CURETTA ACUTA DOPPIA, HEMINGWAY, FIG. 1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	CM11		CURETTA ACUTA DOPPIA, HEMINGWAY, FIG. 3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	DO609R		CURETTA DOPPIA DI LUCAS, MM 185	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	DO650R		CURETTA DOPPIA, MM 160	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	DO655R		CURETTA DOPPIA DI HEMINGWAY 170MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DO655R	CURETTA DOPPIA DI HEMINGWAY 170MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
3	AESULAP	DO656R		CURETTA DOPPIA DI HEMINGWAY 170MM	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FK801R		CURETTA DOPPIA MARTINI,TAGLIENTE,140MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	DO673R		CURETTA ACUTA DOPPIA, HEMINGWAY, FIG. 3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	DO674R		CURETTA ACUTA DOPPIA, HEMINGWAY, FIG. 4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	HI-TECH	1361-2		CURETTA DOPPIA FIG. 2	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	SCHWEICKHARD T	1363-1		CURETTA ACUTA DOPPIA, HEMINGWAY, FIG. 2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SCHWEICKHARD T	NON PRESENTE	DO672R	CURETTA ACUTA DOPPIA, HEMINGWAY, FIG. 2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DO672R	CURETTA ACUTA DOPPIA, HEMINGWAY, FIG. 2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	0903-1		SPATOLA PER CEMENTO, DOPPIA, FIG.1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ASA DENTAL	0903-2		SPATOLA PER CEMENTO, DOPPIA, FIG.2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	0903-4		SPATOLA PER CEMENTO, DOPPIA, FIG.4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	NON PRESENTE	NON PRESENTE	0903-2	SPATOLA PER CEMENTO, DOPPIA, FIG.2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
4	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DF355R	PORTAMATRICE, MODELLO UNIVERSALE	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
1	SCHWEICKHARD T	NON PRESENTE	DF351R	PORTA-MATRICI NYSTROEM, N. II	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DF356R	NASTRI PER MATRICI,ASSORTITI,PAK/12PEZZI	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2	HU-FRIEDY	S14 SC		FORBICE A S LAME 20MM L.120MM	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	0670		PINZETTA PER CARTA DA ARTICOLAZIONE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ASA DENTAL	0671		PINZETTA PER CARTA DA ARTICOLAZIONE CURVA	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	DENTSPLY	A 268P		CLEAN STAND	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR7005		PUNTALE LAMPADA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	DENTSPLY	A 0327		MINI ENDO BLOCK	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	PREMIER	9006102		PERIOWISE PROBE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR7021		PIETRA POROSA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	BH177R		PINZA EMOST.CRILE CRV.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BH425R		PINZA EMOSTATICA PEAN CRV.140MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BH111R		PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	BH115R		PINZA MOSQUITO 1X2D.CRV.100MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BH619R		PINZA ROCHESTER-OCHSN.CRV.1X2D.140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	BH618R		PINZA ROCHESTER-OCHSN.RET.1X2D.140MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	AESULAP	BH141R		PINZA EMOST.BABY-CRILE CRV.140MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	ASA DENTAL	0540-2		PINZA EMOSTATICHE PEAN CRV.140MM	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
4	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BH111R	PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
1	REDA	NON PRESENTE	BH110R	PINZA EMOST.HALSTED RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
4	KRUGG	NON PRESENTE	BH111R	PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
4	KRUGG	NON PRESENTE	BH145R	PINZA EMOST.CRILE CRV.140MM	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
2	ASA DENTAL	0300-2		FORBICI FINE CURVA .120MM	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
2	ZEFFIRO	ZFV002#18		FORBICI P.STRABISMO 115MM	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
1	KRUGG	NON PRESENTE	BC164R	FORBICI P.STRABISMO RO/RO 115MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	S18		FORBICI IRIDECTOMIA E LEGATURE 110MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
6	ASA DENTAL	0480-1		SPRITZE 'ASPIRA-PLUS', 1,8 ML	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6	0
4	AESULAP	OM230R		ABBASSA-LINGUA DI HARTMANN, MM150	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
3	AESULAP	BT020R		DIVARICATORE FARABEUF, DOPPIO,SERIE DI 2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0
3	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT020R	DIVARICATORE FARABEUF, DOPPIO,SERIE DI 2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
1	AESULAP	BT021R		DIVARICATORE FARABEUF, GRANDE,SERIE DI 2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT021R	DIVARICATORE FARABEUF, GRANDE,SERIE DI 2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
1	AESULAP	BT311R		DIVARICATORE DI LANGENBECK,30X10MM,230MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BT315R		DIVARICATORE DI LANGENBECK,40X10MM,230MM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
2	SCHWEICKHARD T	1930		DIVARICATORE DI LANGENBECK,40X10MM,230MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
3	AESULAP	BT361R		DIVARICAT. DI KOCHER-LANGENBECK,55X11MM	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BT358R		DIVARICAT. DI KOCHER-LANGENBECK,35X15MM	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BT364R		DIVARICAT. DI KOCHER-LANGENBECK,80X12MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BT459R		DIVARICAT. KOCHER, MOD. GRANDE, 36X20 MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BT359R	DIVARICAT. DI KOCHER-LANGENBECK,41X11MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	AESULAP	BH176R		PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BM235R		PORTAGHI HEGAR-MAYO 150MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	LEIBINGER	82-06102		PORTAGHI HEGAR-MAYO 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	0415-15TC		DUROGRIP PORTAGHI BABY-CRILE-WOOD 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
3	GERHO	MH16TC		DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 165MM	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0
1	KRUGG	NON PRESENTE	BM063R	DUROGRIP PORTAGI DE'BAKEY 165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	HU-FRIEDY	NH5034		DUROGRIP PORTAGHI BAUMGARTNER 145MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	NH5038		DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 145MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	NH5024		DUROGRIP PORTAGHI 0,2/180MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	NH5021M		DUROGRIP PORTAGHI L.145MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	NON PRESENTE	BM055R	DUROGRIP PORTAGHI RYDER SOTTILE 155MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM063R	DUROGRIP PORTAGI DE'BAKEY 165MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM219R	PORTAGHI CRILE-MURRAY 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM002R	DUROGRIP PORTAGHI CASTROVIEJO 0,2/145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
3	ASA DENTAL	0601-2		PINZE DENTI LONDON-COLLEGE STRI.150MM	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0
2	AESULAP	BD510R		PINZETTA DISSEZ.MICRO-ADSON 1X2D.120MM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	DP2		PINZE DENTI LONDON-COLLEGE STRI.150MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KRUGG	NON PRESENTE	DP2	PINZE DENTI LONDON-COLLEGE STRI.150MM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1	DEVE	2292		PINZE DENTI LONDON-COLLEGE STRI.150MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9	KRUGG	NON PRESENTE	BD557R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	5	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0
1	JESCO	ZS 114		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	DA230R		PINZE PER DENTI, LISCIE, MM 150	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	BD557R		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BD559R		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BD537R		PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.145MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	12-301-13		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.130MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	06.21.12		PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	43-035-05		PINZE DENTI LONDON-COLLEGE STRI.150MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	SP20		PINZETTE PER SUTURE PER TESSUTI E MEMBR.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUDOLF	4110-14		PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	TEKNO	TK 10500-15		PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 145MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD043R	PINZETTA ANAT.115MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	CHIMO	SRS 301		PINZETTA ANAT.145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
2	MACRI	NON PRESENTE	BD050R	PINZETTA ANAT.180MM	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DP2	PINZE DENTI LONDON-COLLEGE STRI.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BD520R	PINZETTA DISSEZ.MICRO-ADSON 1X2D.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	AC468R	SPECCHIO LARINGEO #000 D:6MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	AC469R	SPECCHIO LARINGEO #00 D:8MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	AC475R	SPECCHIO LARINGEO #5 D:20MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	AESULAP	DA080R		MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
6	HENRY SCHEIN	900-0749		SPECCHIETTO D.24MM	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA080R	MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	0	0	0	0	0	0	0	15	0	1	0	0	14
1	AESULAP	DA080R		MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ASA DENTAL	2101		MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	2102		MANICO P.SPECCHI P.BOCCA,INOSSIDABILE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
4	HU-FRIEDY	MH24		MANICO P.SPECCHI P.BOCCA,INOSSIDABILE	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA014R	SPECCHIO PER BOCCA,D:22MM	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	23
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
3	CBM	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
3	CBM	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0
5	ASA DENTAL	MV 1851-PR3		SPATOLA DOPPIA (RASCHIATORE)	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	KRUGG	NON PRESENTE	MV 1851-PR3	SPATOLA DOPPIA (RASCHIATORE)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	26.37.07		RASPATORE E ELEVATORE DI MOLT MM 180	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
3	MEDICON	26.37.03		RASPATORE E ELEVATORE DI MOLT MM 180	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0
4	HU-FRIEDY	PPR3S		RASPATORE (PR3 / 24G)	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	PPR3		RASPATORE (PR3 / 24G)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
5	HU-FRIEDY	P9		RASPATORE E ELEVATORE DI MOLT MM 180	1	0	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	FO409R		PINZA SGORBIA LUER-FRIEDMANN,CURVA,MM146	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	0103-20		PINZA SGORBIA LUER LEGGERM.CURVA 150MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	0103-10		HOHLMEISSELZANGE N.ZAUFAL-JANSEN, 150MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	R1		PINZA SGORBIA LUER, MOLTO CURVA, MM155	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FO514R	PINZA SGORBIA DI BEYER, MM 180	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	DL421R		LEVA DI BARRY	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	DL422R		LEVA DI BARRY	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	DL428R		LEVA DI BARRY	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	42-533-20		LEVA DI BARRY	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	42-533-22		LEVA DI BARRY	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SCHWEICKHARD T	840/320		LEVA DI BARRY	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	840/321		LEVA DI BARRY	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	840/323		LEVA DI BARRY	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DL422R	LEVA DI BARRY	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DL422R	LEVA DI BARRY	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DL428R	LEVA DI BARRY	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	AESULAP	DL033R		ELEVATORE RADICI BEIN A PUNTA ARROT.3MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	AESULAP	DL034R		ELEVATORE RADICI BEIN A PUNTA ARROT.4MM	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	0201-1		LEVA DI FLOHR	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ASA DENTAL	NON PRESENTE	DL034R	ELEVATORE RADICI BEIN A PUNTA ARROT.4MM	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	MEDICON	321.00.50		ELEVATORE RADICI BEIN A PUNTA ARROT.3MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	325.13.01		LEVA DI FLOHR, A CUCCHIAIO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	HU-FRIEDY	E304W		ELEVATORE RADICI, DIRITTO, LARGH. 2,5 MM	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
6	HU-FRIEDY	E301		LEVA DI FLOHR, A CUCCHIAIO	3	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	620/1A		ELEVATORE RADICI BEIN A PUNTA ARROT.3MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	620/2		LEVA DI BEIN A PUNTA ARROT., 2 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	620/3		ELEVATORE RADICI BEIN A PUNTA ARROT.3MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	620/4		ELEVATORE RADICI BEIN A PUNTA ARROT.4MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	DL069R		LEVE P. ESTRAZIONE DENTI DEL GIUD.SUPER.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	0234-4		LEVA PER RADICI HYLIN FIG. 4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	DL241R		ELEVATORE P.RADICI HEIDBRINK #1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	EHB1		LEVA DI HEIDBRINK	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	EHB2		LEVA DI HEIDBRINK	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	EHB3		LEVA DI HEIDBRINK	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	NON PRESENTE	DL050R	LEVA DI COLEMAN	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	782-2		LEVA DI HEIDBRINK	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ULSS10	PR7023		AESULAP: LEVA PER RADICI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	DG005R		TENAGLIA ANATOMICA P. INCISIVI SUP., N.2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DG005R	TENAGLIA ANATOMICA P. INCISIVI SUP., N.2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DG025R	TENAGLIA ANATOMICA P. INCISIVI SUP., N.3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	REICODENT	500-41		PINZA PER DENTI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	500-41	PINZA PER DENTI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DG320R	TENAGLIA ANATOMICA P. RADICI SUP., N.30	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	DG305R		TENAGLIA ANATOMICA P. RADICI SUP., N.29	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	DG005R		TENAGLIA ANATOMICA P. INCISIVI SUP., N.2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	DG006R		TENAGLIA ANATOMICA P. INCISIVI SUP., N.1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	200/1K		TENAGLIA ANATOMICA P. INCISIVI SUP., N.1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DG006R	TENAGLIA ANATOMICA P. INCISIVI SUP., N.1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	MARTIN	40-001-00		TENAGLIA ANATOMICA P. INCISIVI SUP., N.1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	DEVE	500-49		PINZA DENTALE FIG. 49	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	DEVE	500-1		TENAGLIA ANATOMICA P. INCISIVI SUP., N.1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	0311		TENAGLIA TOMES, MOD. AMERIC. PER RADICI	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	DG500R		TENAGLIA ANATOMICA PREMOLARI INFER. N.8	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	DG650R		TENAGLIA ANATOMICA MOLARI INFER. N.21	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	40-079-01		TENAGLIA ANATOMICA MOLARI INFER. N.79 A	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	FO412R		PINZA SGORBIA LUER, MOLTO CURVA, MM155	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DEVE	500-79		TENAGLIA ANATOMICA MOLARI INFER. N.79 A	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DG659R	TENAGLIA ANATOMICA MOLARI INFER. N.79	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2	HU-FRIEDY	0111		TENAGLIA TOMES, MOD. AMERIC. PER RADICI	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	DH755R		PINZA ANATOMICA DI BUECHS, NO.51AL	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DG351R	TENAGLIA ANATOMICA P. RADICI SUP. N. 51	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	MARTIN	40-051-00		TENAGLIA ANATOMICA P. RADICI SUP. N. 51	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SCHWEICKHARD T	NON PRESENTE	DG351R	TENAGLIA ANATOMICA P. RADICI SUP. N. 51	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
2	DEVE	500-51A		TENAGLIA ANATOMICA P. RADICI SUP. N. 51A	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	40-051-01		TENAGLIA ANATOMICA P. RADICI SUP. N. 51A	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	0130-22 1/2L		PINZE ESTRAZIONE M.ANATOMICO N.22 MOLARI INFERIORI SX	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	0130-22 1/2R		PINZE ESTRAZIONE M.ANATOMICO N.22 MOLARI INFERIORI DX	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	40-422-05		TENAGLIA DI ROUTURIER P. MILARI INFER.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SCHWEICKHARD T	228R		TENAGLIA DI ROUTURIER P. MOLARI INFER.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	40-622-09		TENAGLIA GRAY PER BAMBINI, MOLARI INF.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Aesculap	DG522R		TENAGLIA ANATOMICA MOLARI INFER., N. 22	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DG522R	TENAGLIA ANATOMICA MOLARI INFER., N. 22	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	DEVE	500-22		TENAGLIA ANATOMICA MOLARI INFER., N. 22	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	NON PRESENTE	DG522R	TENAGLIA ANATOMICA MOLARI INFER., N. 22	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	DEVE	500-22		TENAGLIA ANATOMICA MOLARI INFER., N. 22	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	DH713R		TENAGLIA ANATOMICA BUECHS NO.13	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DG413R	TENAGLIA ANATOMICA INCISIVI INFER. N.13	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
3	AESCLAP	DG413R		TENAGLIA ANATOMICA INCISIVI INFER. N.13	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
1	DEVE	500-13		TENAGLIA ANATOMICA INCISIVI INFER. N.13	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	40-013-00		TENAGLIA ANATOMICA INCISIVI INFER. N.13	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	40-033-00		TENAGLIA ANATOMICA RADICI INFER., N.33	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DG733R	TENAGLIA ANATOMICA RADICI INFER., N.33	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	DEVE	500-33		TENAGLIA ANATOMICA RADICI INFER., N.33	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DG732R	TENAGLIA PER RADICI INFER.NO.33 A	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DG732R	TENAGLIA PER RADICI INFER.NO.33 A	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESCLAP	DG733R		TENAGLIA ANATOMICA RADICI INFER., N.33	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	100/33A		TENAGLIA PER RADICI INFER.NO.33 A	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	100/33C		TENAGLIA ANATOMICA DI FEINER	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESCLAP	DG727R		TENAGLIA ANATOMICA DI KAISER	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	40-638-00		TENAGLIA PER BAMBINI, PER DENTI INCISIVI E CANINI, FIG.38	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DG404R	TENAGLIA ANATOMICA INCISIVI INFER. N.4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	DEVE	500-73		TENAGLIA ANATOMICA MOLARI INFER., N. 73	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	DG330R		TENAGLIA ANATOMICA P. RADICI SUP., N.76	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DEVE	500-76		TENAGLIA ANATOMICA P. RADICI SUP., N.76	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	DG107R		TENAGLIA ANATOMICA PREMOLARI SUP, N. 7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	NON PRESENTE	DG107R	TENAGLIA ANATOMICA PREMOLARI SUP, N. 7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	MARTIN	40-007-00		TENAGLIA ANATOMICA PREMOLARI SUP, N. 7	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SCHWEICKHARD T	NON PRESENTE	DG107R	TENAGLIA ANATOMICA PREMOLARI SUP., N. 7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DG107R	TENAGLIA ANATOMICA PREMOLARI SUP., N. 7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	DG252R		TENAGLIA ANATOMICA P. MOLARI SUP., N.67A	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DEVE	500-67A		TENAGLIA ANATOMICA P. MOLARI SUP., N.67A	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DEVE	500-67		TENAGLIA ANATOMICA P. MOLARI SUP., N.67	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	DG117R		TENAGLIA ANATOMICA MOLARI SUP., N. 17	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DG117R	TENAGLIA ANATOMICA MOLARI SUP., N. 17	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2	MARTIN	40-017-00		TENAGLIA ANATOMICA MOLARI SUP., N. 17	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	NON PRESENTE	DG117R	TENAGLIA ANATOMICA MOLARI SUP., N. 17	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	NON PRESENTE	DG117R	TENAGLIA ANATOMICA MOLARI SUP., N. 17	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	40-018-00		TENAGLIA ANATOMICA P. MOLARI SUP., N.18	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	DEVE	500-18		TENAGLIA ANATOMICA P. MOLARI SUP., N.18	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
5	AESULAP	DG118R		TENAGLIA ANATOMICA P. MOLARI SUP., N.18	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	DG130R		TENAGLIA ANATOMICA P. MOLARI SUP., N.18A	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	NON PRESENTE	DG130R	TENAGLIA ANATOMICA P. MOLARI SUP., N.18A	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DG006R	TENAGLIA ANATOMICA P. INCISIVI SUP., N.1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	AESULAP	DG320R		TENAGLIA ANATOMICA P. RADICI SUP., N.30	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	DG340R		TENAGLIA ANATOMICA KAISER P. RADICI SUP.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DG005R	TENAGLIA ANATOMICA P. INCISIVI SUP., N.2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DG404R	TENAGLIA ANATOMICA INCISIVI INFER. N.4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
3	HU-FRIEDY	FX 7E		PINZA PER DENTI	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ULSS10	PR7024		PORTAIMPRONTE	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
1	KAVO	10 CHC		TURBINA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MICRO-MEGA	46E		TURBINA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	W & H	943 A		TURBINA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	W & H	943 A		TURBINA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	W & H	HA-43 A		TURBINA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SIRONA	T1 LINE H40		TURBINA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ULSS10	PR7025		104 23 07: TURBINA	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
1	KAVO	10 C		TURBINA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
3	W & H	956 A		CONTRANGOLO	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	BIEN AIR	1600382		CONTRANGOLO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	BIEN AIR	109.34.07		CONTRANGOLO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	BIEN AIR	109.34.07		CONTRANGOLO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	BIEN AIR	109.34.04		MANIPOLO CONTRANGOLO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	BIEN AIR	133.27.01		CONTRANGOLO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	SIRONA	T1 LINE C40L		TURBINA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ULSS10	PR7007		PINNACLE: CATENELLE PORTA BAVAGLIO	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
4	ULSS10	PR7022		CATTANI: ASPIRATORE	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
3	ULSS10	PR7026		F6: CAMICIA CON PULSANTI	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
3	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DR723R	PORTAIMPRONTE, MASC. SUP. SX.INF. DESTRO	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DR733R	PORTAIMPRONTE, MASC. SUP. DX.INF. SX.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DR101R	PORTAIMPRONTE JESCOFORM, MASC.SUP.OB. 1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DR102R	PORTAIMPRONTE JESCOFORM, MASC.SUP.OB. 2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DR031R	PORTAIMPRONTE, MASC.INF. UB 1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DR201R	PORTAIMPRONTE JESCOFORM, MASC.SUP.OB. 1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DR201R	PORTAIMPRONTE JESCOFORM, MASC.SUP.OB. 1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DR202R	PORTAIMPRONTE JESCOFORM, MASC.SUP.OB. 2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DR272R	PORTAIMPRONTE JESCOFORM, MASC.INF. UU 2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
3	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DR082R	PORTAIMPRONTE, MASCELL. INF. UB 2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DR083R	PORTAIMPRONTE, MASCELL. INF. UB 3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
5	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DR083R	PORTAIMPRONTE, MASCELL. INF. UB 3	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5
4	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DR233R	PORTAIMPRONTE JESCOFORM, MASC.SUP. OU 3	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DR082R	PORTAIMPRONTE, MASCELL. INF. UB 2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DR232R	PORTAIMPRONTE JESCOFORM, MASC.SUP. OU 2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DR233R	PORTAIMPRONTE JESCOFORM, MASC.SUP. OU 3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	ASA DENTAL	2305-D		MARTELLETTI DOPPI LEVACORONE CON N.3 PUNTE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	2305-D	MARTELLETTI DOPPI LEVACORONE CON N.3 PUNTE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SCHWEICKHARD T	5600		PINZA UNIVERSALE P. FILO DURO ROT. STAN.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DP501R	PINZA UNIVERSALE P. FILO DURO ROT. STAN.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DP520R	PINZA PER FILI, TAGLIO FRONTALE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	CBM	NON PRESENTE	JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,016 LITRI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6	ULSS10	PR7027		TRAPEZI IN LEGNO 55X25MM	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6
3	ULSS10	PR7028		SPATOLE IN PLASTICA	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
2	AESULAP	OM002R		PROTETTORE DI DITO DI LANGENBECK	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	2555		CALIBRO DA BOCCA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	2555	CALIBRO DA BOCCA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDESY	4575		MARTELLETTO TOGLI CORONA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	2320		ESTRATTORE PER PROTESI DENTALI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	CICAS	NON PRESENTE	2320	ESTRATTORE PER PROTESI DENTALI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
4	KRUGG	NON PRESENTE	DS060R	COLTELLO GRITMANN, CON APRIMUFFOLA	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DS103R	COLTELLO FAHNENSTOCK PER CERA 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DS110R	COLTELLO PER CERA, CON CUCCHIAIO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DS103R	COLTELLO FAHNENSTOCK PER CERA 180MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
3	ULSS10	PR7030		APRIBOCCA IN PLASTICA GRANDI	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
3	ULSS10	PR7031		APRIBOCCA IN PLASTICA PICCOLI	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
2	HU-FRIEDY	FS3/4S		LIMA SUGARM.FS3/4S DPP.PUNTE.DX/SX.CURVA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ULSS10	PR7032		STRUMENTO PER LINGUA IN PLASTICA	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2	HU-FRIEDY	FS1/2S		LIMA SUGARM.FS1/2S DPP.PUNTE.DX/SX.CURVA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AESULAP	OM205R		ABBASSA-LINGUA DI BUCHWALD, MM180	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	CBM	NON PRESENTE	OM205R	ABBASSA-LINGUA DI BUCHWALD, MM180	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	OM202R	ABBASSA-LINGUA, MM 145	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	ULSS10	PR7033		SET SPECCHI (8 PZ)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
3	ASA DENTAL	0903-4		SPATOLA PER CEMENTO, DOPPIA, FIG.4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	SCHWEICKHARD T	4342-3		SPATOLA PER CEMENTO, DOPPIA	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ASA DENTAL	5600-2		FORBICE PER CORONE CURVA	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SCHWEICKHARD T	NON PRESENTE	BT118R	UNCINO, MODELLO FINE, 3 DENTI SMUSSI	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	OM315R		RASPAT.PER PALATO, CURV.A DESTRA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	AC5202		PISTOLA P AMALGAMA DOPPIA DI JIVORY	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BD993R		PINZETTA P.SCHEGGE STIEGLITZ CRV.140MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	OF442R		PINZA POLIPI AURIC.HARTM.-WULLSTEIN	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	CRCH2		CORONA DI RIMOZIONE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	HU-FRIEDY	CRCH1		RIMOZIONE CORONE RETTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	DB939R		BISTURI PER GINGIVECTOMIA, DOPPIO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	HU-FRIEDY	KGF9		BISTURI PER GINGIVECTOMIA, DOPPIO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	HU-FRIEDY	SCK6		SCALER DI CRANE-CAPLAN(CK6)MAN.ERG.,VERD	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ASA DENTAL	1800-1		STRUMENTI PER PARODONTOLOGIA OCHSENBEIN FIG.1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ASA DENTAL	1800-2		STRUMENTI PER PARODONTOLOGIA OCHSENBEIN FIG.2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	C01		STRUMENTI PER PARODONTOLOGIA OCHSENBEIN FIG.1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	C02		ASA DENTAL	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	DB938R		BISTURI PER GINGIVECTOMIA, DOPPIO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	3396		BISTURI PER GINGIVECTOMIA, DOPPIO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DB938R	BISTURI PER GINGIVECTOMIA, DOPPIO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SCHWEICKHARD T	3393-1		BISTURI PER GINGIVECTOMIA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	3100-33		BISTURI PER GINGIVECTOMIA CURVO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	3100-34		BISTURI PER GINGIVECTOMIA CURVO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	NON PRESENTE	NON PRESENTE	GF353R	CANNULA ASPIR.FERGUSSON D:3,0MM LL:110MM	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	----	-------------	------	----------------	---------------	------	---------------	-------	---	---	----	----	---

DESCRIZIONE SET STANDARD	SPECIALITA'
--------------------------	-------------

AMB. 5 - IMBUSTATO SINGOLO

PESO 0,1 KG

ODONTOSTOMATOLOGIA

BUSTA VAPORE

201					65	27	3	0	31	1	12	62	25	19	0	0	18
Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	MEDICON	29.84.02		CURETTA ACUTA DOPPIA, HEMINGWAY, FIG. 2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESCLAP	DO674R		CURETTA ACUTA DOPPIA, HEMINGWAY, FIG. 4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	2000-2		CURETTA ACUTA DOPPIA, HEMINGWAY, FIG. 2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	NON PRESENTE	DC230R	ESCAVATORE WHITE, N. 20	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	FK800R	CURETTA DOPPIA MARTINI,TAGLIENTE,140MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SCHWEICKHARD T	1361-2		CURETTA ACUTA DOPPIA, HEMINGWAY, FIG. 3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	NON PRESENTE	DO672R	CURETTA ACUTA DOPPIA, HEMINGWAY, FIG. 2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	HU-FRIEDY	PPR3S		RASPATORE (PR3 / 24G)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	NON PRESENTE	DH755R	PINZA ANATOMICA DI BUECHS, NO.51AL	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	NON PRESENTE	DG006R	TENAGLIA ANATOMICA P. INCISIVI SUP., N.1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	NON PRESENTE	DG117R	TENAGLIA ANATOMICA MOLARI SUP., N. 17	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DG252R	TENAGLIA ANATOMICA P. MOLARI SUP., N.67A	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SCHWEICKHARD T	NON PRESENTE	DG331R	TENAGLIA ANATOMICA P. RADICI SUP., N.76N	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	DG006R		TENAGLIA ANATOMICA P. INCISIVI SUP., N.1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	40-051-03		TENAGLIA ANATOMICA KAISER P. RADICI SUP.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	200/17K		TENAGLIA ANATOMICA MOLARI SUP., N. 17	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DG005R	TENAGLIA ANATOMICA P. INCISIVI SUP., N.2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MARTIN	40-017-00		TENAGLIA ANATOMICA MOLARI SUP., N. 17	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DEVE	500-7		TENAGLIA ANATOMICA PREMOLARI SUP, N. 7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SCHWEICKHARD T	NON PRESENTE	DG118R	TENAGLIA ANATOMICA P. MOLARI SUP., N.18	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	DG117R		TENAGLIA ANATOMICA MOLARI SUP., N. 17	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	DG117R		TENAGLIA ANATOMICA MOLARI SUP., N. 17	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	DG118R		TENAGLIA ANATOMICA P. MOLARI SUP., N.18	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	NON PRESENTE	DG118R	TENAGLIA ANATOMICA P. MOLARI SUP., N.18	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DH718R	TENAGLIA ANATOMICA BUECHS, N. 18	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	DEVE	500-17		TENAGLIA ANATOMICA MOLARI SUP., N. 17	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DEVE	500-7		TENAGLIA ANATOMICA PREMOLARI SUP, N. 7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	40-121-00		TENAGLIA DI FELSCH P. MOLARI SUP., N.121	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	DG107R		TENAGLIA ANATOMICA PREMOLARI SUP, N. 7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	DG330R		TENAGLIA ANATOMICA P. RADICI SUP., N.76	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	DG107R		TENAGLIA ANATOMICA PREMOLARI SUP, N. 7	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	MARTIN	40-001-00		TENAGLIA ANATOMICA P. INCISIVI SUP., N.1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	DG351R		TENAGLIA ANATOMICA P. RADICI SUP. N. 51	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	200/18K		TENAGLIA ANATOMICA P. MOLARI SUP., N.18	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DEVE	500-2		TENAGLIA ANATOMICA P. INCISIVI SUP., N.2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	40-067-00		TENAGLIA ANATOMICA P. MOLARI SUP., N.67	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	DEVE	500-18		TENAGLIA ANATOMICA P. MOLARI SUP., N.18	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	100/51C		PINZA ANATOMICA DI BUECHS, NO.51AL	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	DG118R		TENAGLIA ANATOMICA P. MOLARI SUP., N.18	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	200/18K		TENAGLIA ANATOMICA P. MOLARI SUP., N.18	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	40-076-07		TENAGLIA ANATOMICA P. RADICI SUP., N.30	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DEVE	500/67		TENAGLIA ANATOMICA P. MOLARI SUP., N.67	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	DEVE	500/67		TENAGLIA ANATOMICA P. MOLARI SUP., N.67	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DG250R	TENAGLIA ANATOMICA P. MOLARI SUP., N.67	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DG250R	TENAGLIA ANATOMICA P. MOLARI SUP., N.67	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	DG320R		TENAGLIA ANATOMICA P. RADICI SUP., N.30	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DG320R	TENAGLIA ANATOMICA P. RADICI SUP., N.30	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DG117R	TENAGLIA ANATOMICA MOLARI SUP., N. 17	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SCHWEICKHARD T	NON PRESENTE	DH751R	TENAGLIA ANATOMICA BUECHS, N. 51	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	NON PRESENTE	DG117R	TENAGLIA ANATOMICA MOLARI SUP., N. 17	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	AESULAP	DG570R		TENAGLIA ANATOMICA MOLARI INFER. N.86	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	41-005-00		TENAGLIA PHYSICK, MOD. AMERICANO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	DG733R		TENAGLIA ANATOMICA RADICI INFER., N.33	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	DH713R		TENAGLIA ANATOMICA BUECHS NO.13	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	DG522R		TENAGLIA ANATOMICA MOLARI INFER., N. 22	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	40-022-00		TENAGLIA ANATOMICA MOLARI INFER., N. 22	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	40-033-01		TENAGLIA PER RADICI INFER.NO.33 A	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	DEVE	500-33		TENAGLIA ANATOMICA RADICI INFER., N.33	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	200/33K		TENAGLIA ANATOMICA RADICI INFER., N.33	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	100/33C		TENAGLIA ANATOMICA DI FEINER	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DG659R	TENAGLIA ANATOMICA MOLARI INFER. N.79	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DG733R	TENAGLIA ANATOMICA RADICI INFER., N.33	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	SCHWEICKHARD T	NON PRESENTE	DG573R	TENAGLIA ANATOMICA MOLARI INFER. N.86C	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	40-022-00		TENAGLIA ANATOMICA MOLARI INFER., N. 22	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	40-086-01		TENAGLIA ANATOMICA MOLARI INFER. N.86	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	DG727R		TENAGLIA ANATOMICA DI KAISER	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	DG733R		TENAGLIA ANATOMICA RADICI INFER., N.33	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DG522R	TENAGLIA ANATOMICA MOLARI INFER., N. 22	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DG522R	TENAGLIA ANATOMICA MOLARI INFER., N. 22	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	NON PRESENTE	DG413R	TENAGLIA ANATOMICA INCISIVI INFER. N.13	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	NON PRESENTE	DG573R	TENAGLIA ANATOMICA MOLARI INFER. N.86C	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	100/79A		TENAGLIA ANATOMICA MOLARI INFER. N.79 A	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	200/22K		TENAGLIA ANATOMICA MOLARI INFER., N. 22	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DG413R	TENAGLIA ANATOMICA INCISIVI INFER. N.13	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	MEDICON	325.13.01		LEVA DI FLOHR, A CUCCHIAIO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SCHWEICKHARD T	620/2		LEVA DI BEIN A PUNTA ARROT., 2 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	321.00.50		ELEVATORE RADICI BEIN A PUNTA ARROT.3MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	620/2		LEVA DI BEIN A PUNTA ARROT., 2 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	620/3		ELEVATORE RADICI BEIN A PUNTA ARROT.3MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	ASA DENTAL	0201-3		ELEVAT.RAD.HYLIN CURVO SINISTRA 3,0MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	640/1		ELEVAT.RAD.HYLIN DIRITTO 4,5MM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	642		ELEVATORE RADICI CURVO LARGH.5,0MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	640/2		ELEVAT.RAD.HYLIN DIRITTO 3,0MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	640/1		ELEVAT.RAD.HYLIN DIRITTO 4,5MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	620/2		LEVA DI BEIN A PUNTA ARROT., 2 MM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	620/A2		LEVA DI FLOHR	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	E301		LEVA DI FLOHR, A CUCCHIAIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MARTIN	42-533-21		LEVA DI BARRY	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	840/322		LEVA DI BARRY	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	840/322		LEVA DI BARRY	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	NON PRESENTE	DL428R	LEVA DI BARRY	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	MEDICON	NON PRESENTE	DL421R	LEVA DI BARRY	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	ZEFFIRO	ZFV002		FORBICI IRIDECTOMIA E LEGATURE 115MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	ZEFFIRO	ZFV002		FORBICI IRIDECTOMIA E LEGATURE 115MM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BC165R		FORBICI P.STRABISMO 115MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	HU-FRIEDY	S17		FORBICI IRIDECTOMIA E LEGATURE 110MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BC157R	FORBICI JOSEPH 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	REDA	13220-12		PINZA EMOST.HALSTED RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	BECK & CO	500-231		PINZA EMOST.HALSTED RET.125MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	KRUGG	NON PRESENTE	BH135R	PINZA EMOST.KELLY CRV.140MM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	AESULAP	BM016R		DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 145MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	AESULAP	BM110R		DUROGRIP PINZA LEGAT.SOTTILE 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BM218R		PORTAGHI CRILE-WOOD FINO 150MM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	NH5038		DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 145MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDICON	10.20.65		DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	AESULAP	BM235R		PORTAGHI HEGAR-MAYO 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	BM235R	PORTAGHI HEGAR-MAYO 150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	KRUGG	PLG N2		PARADONTOMETRO GRADUATO, MIS.2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KRUGG	PLG N4		PARADONTOMETRO GRADUATO, MIS.4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KRUGG	PLG N3		PARADONTOMETRO GRADUATO, MIS.3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KRUGG	PLG N8		PARADONTOMETRO GRADUATO, MIS.8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KRUGG	PLG N9		PARADONTOMETRO GRADUATO, MIS.9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KRUGG	PLG N.8-1/2		PARADONTOMETRO GRADUATO, MIS.8-1/2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	RCP 10/2		PARADONTOMETRO GRADUATO, MIS.10-1/2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	0802-3		PARADONTOMETRO GRADUATO, MIS.3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	RCP 8		PARADONTOMETRO GRADUATO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	RCP 50		PARADONTOMETRO GRADUATO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	RCSD 11S		SONDA DENTALE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	3007-23		SONDA DENTALE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	1200-3		OTTURATORE DOPPIO A PALLINA 2/1,8 MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	3902-3		OTTURATORE DOPPIO A PALLINA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	1700-4		ESCAVATORE, VERSIONE FINE, # 3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DE007R	OTTURATORE, COASSIALE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DE101R	OTTURATORE DOPPIO A CILINDRO, ANGOLATO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO, 0,4 LITRI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	ASA DENTAL	0903-1		SPATOLA PER CEMENTO, DOPPIA, FIG.1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SCHWEICKHARD T	4342-1		SPATOLA PER CEMENTO, DOPPIA	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ASA DENTAL	1300		APPLICATORE DI TINTURE ORBAN LOOP	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	0601-2		PINZE DENTI LONDON-COLLEGE STRI.150MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA241R	PINZE DENTI LONDON-COLLEGE STRI.150MM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA416R	SONDA DENTALE	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	ASA DENTAL	2102-IN		MANICO P.SPECCHI P.Bocca,INOSSIDABILE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	ASA DENTAL	2101		MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	AESCLAP	DA080R		MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	HU-FRIEDY	MH0175E		MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DA080R	MANICO PER SPECCHIO PER BOCCA	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
5	HENRY SCHEIN	900-0749		SPECCHIETTO D.24MM	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	HU-FRIEDY	SG9/10		CURETTE DI GRACEY 9/10,MAN.ERGON.,BLU	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ASA DENTAL	MV1807-08		CURETTE DI GRACEY 7/8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	HU-FRIEDY	SG13/14		CURETTE GRACEY 13/14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	DEPELER	M 23 A		SCALER PER DETARTRASI (M23)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	1807-12		CURETTE DI GRACEY 12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	HU-FRIEDY	SG11/12		CURETTE DI GRACEY 11/12,MAN. ERG.,VIOLO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	HU-FRIEDY	SG3/4		CURETTE DI GRACEY 3/4,MAN.ERGON.,NERO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	PCP12		PARADONTOMETRO NO.PCP11,LUNGO 150 MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	DEPELER	M23		SCALER (M23)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SCHWEICKHARD T	3377-1		CURETTA DOPPIA DI GRACEY, FIG. 1/2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	SG9/10		CURETTE DI GRACEY 9/10,MAN.ERGON.,BLU	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	HU-FRIEDY	S6		FORBICI IRIDECTOMIA E LEGATURE 110MM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	HANEL GHM	062002		PINZETTA PER CARTA DA ARTICOLAZIONE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	DEPELER	M23		SCALER (M23)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	IVORY	57225		PINZA FORADIGA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ASA DENTAL	3030		PINZA PER UNCINO PER DIGA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MEDESY	5551		PINZA BREWER PER UNCINI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MILTEX	NON PRESENTE	3030	PINZA PER UNCINO PER DIGA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
6	IVORY	NON PRESENTE	3030	PINZA PER UNCINO PER DIGA	0	0	0	0	3	0	0	3	3	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	3033		PINZA PERFORATR.KOFFERDAM DI IVORY 160MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ASA DENTAL	0480-1		SPRITZE 'ASPIRA-PLUS', 1,8 ML	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	ASA DENTAL	3033		PINZA PERFORATR.KOFFERDAM DI IVORY 160MM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ASA DENTAL	3030		PINZA PER UNCINO PER DIGA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	SIRONA	T1 LINE		TURBINA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	BIEN AIR	109.34.04		MANIPOLO CONTRANGOLO	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Q.TA'	FABBRICANTE	CODICE	COD. SOSTITUTIVO	DESCRIZIONE	OK	OK NO CE	SUP.	SUP. SCRITT	SUP. NO CE	RIP.	RIP. NO CE	SOST.	P	M	CR	CO	A
1	SIEMENS	NON PRESENTE	T1 LINE	TURBINA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	BIEN AIR	1600382		CONTRANGOLO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	W & H	956 A		CONTRANGOLO	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
1	INTRAMATIC	20CN		CONTRANGOLO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0