



REGIONE DEL VENETO  
AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10  
"VENETO ORIENTALE"

Sede Direzionale:  
Piazza De Gasperi, n.5 - 30027 San Donà di Piave (VE) Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02799490277

Data 15 aprile 2014

Prot. 22930

**AVVISO**

**(Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni)**

Questa Amministrazione ha in programma di procedere, all'affidamento della seguente fornitura:

**Fornitura di un sistema analitico completamente automatico per il dosaggio dei test coagulativi speciali e il monitoraggio della terapia anticoagulante di recente introduzione (specificato nell'elenco seguente con quantità previste) per il Laboratorio di San Donà di Piave e un software per la gestione dei pazienti in Terapia Anticoagulante Orale (T.A.O.), per l'u.o.c. laboratorio di patologia clinica dell' Unità Locale Socio Sanitaria n. 10 "Veneto Orientale", per il periodo di 36 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi:**

ANALITA	QUANTITÀ ANNUA
APCR	2.062
LAC (test e test di conferma)	1.264
Fattori II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII e Von Willebrand	1.330
Anti-Xa per il dosaggio delle Eparine e Nuovi anticoagulanti orali	532
Dosaggio Inibitori diretti della Trombina (Dabigatran, altri fornire elenco) con metodo cromo genico	532
Dosaggio quantitativo dei monomeri della fibrina	333
<b>I seguenti test sono auspicabili per la fornitura:</b>	
Test per la misura della generazione della trombina	333

La fornitura dovrà essere comprensiva di:

Caratteristiche del sistema:

- Il sistema dovrà: essere di ultima generazione, consentire il caricamento random e in continuo dei tubi primari del campione, con possibilità di caricare provette di diverse dimensioni sia con tappo o senza contemporaneamente. Cadenza analitica nel mix dei test non inferiore ai 90 test/ora. Tracciabilità completa sia dei campioni che dei consumabili e reagenti tramite bar-code. Carry over (Trascinamento) dei campioni e reagenti il più ridotto possibile con l'utilizzo di almeno tre aghi campionatori con tre pozzetti di lavaggio indipendenti. Utilizzo di cuvetta singola.

Dipartimento Risorse Finanziarie  
**Unità Operativa Complessa Risorse Materiali e Patrimoniali**

Dirigente dott. Giuseppe Benzon  
Referente istruttoria: dott Gian Marco Rizzetto

e-mail:  
[ufficio.approvvigionamenti@ulss10.veneto.it](mailto:ufficio.approvvigionamenti@ulss10.veneto.it)  
[GianMarco.Rizzetto@ulss10.veneto.it](mailto:GianMarco.Rizzetto@ulss10.veneto.it)  
Tel. 0421228144  
Tel. 0421228130  
Fax 0421228122

[www.ulss10.veneto.it](http://www.ulss10.veneto.it)

- Software esperto per la gestione automatica dei campioni con regole esperte a supporto della diagnosi clinica.
- Il fattore VIII dovrà essere coagulativo e normalizzato al VW come da indicazioni CLSI.
- Indicare per ogni singolo analita (Fattori) relativamente alla calibrazione: durata, n. di punti in cui viene eseguita e n. di curve per ogni singola metodica e relativa linearità .
- Produzione di scarichi liquidi e solidi la più contenuta possibile(indicare reflui per 1000 test e reflui durante 24 h di standby)
- Interfacciamento al sistema informatico
- Caratteristiche del software per la gestione della T.A.O.:
  - o Il programma deve essere installato su server aziendale ed avere la possibilità di avere accessi sia via rete che via web.
  - o Installazione del software su client decentrati attualmente in uso nel dipartimento di laboratorio.
  - o Collegamento al LIS dipartimentale per acquisizione risultati INR.
  - o Software con algoritmo per pianificare la dose anticoagulante e stabilire tempi di follow-up.
  - o Possibilità di trasmettere la terapia in via informatica (mail/fax).
  - o Possibilità di compilare impegnative.
  - o Corso formativo per il personale utilizzatore nel laboratorio.
  - o Possibilità di avere circa 40 accessi web (medici di base).
  - o Servizio di manutenzione del software.

L'importo annuo a base d'asta della fornitura è di circa €46.800,00 oltre i.v.a.

Le ditte interessate potranno presentare, entro il giorno **28 aprile 2014**, a mezzo servizio postale, oppure mediante p.e.c. [protocollo.ulss10@pecveneto.it](mailto:protocollo.ulss10@pecveneto.it), richiesta di essere, eventualmente, invitate in caso di gara, indicando, oltre alla denominazione esatta della ditta, i recapiti a cui inviare la lettera d'invito (indirizzo, n. di telefono, n. di fax , e-mail e pec).

La Richiesta dovrà essere corredata, possibilmente, dalla documentazione tecnica dei prodotti che la ditta intende offrire.

Il presente avviso costituisce indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo l'azienda unità locale socio sanitaria n. 10 "Veneto Orientale", la quale si riserva sia la facoltà di avviare o meno la procedura di gara, sia di invitare o meno le ditte richiedenti.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Per informazioni e/o chiarimenti

Indirizzo e-mail: [GianMarco.Rizzetto@ulss10.veneto.it](mailto:GianMarco.Rizzetto@ulss10.veneto.it)

Recapito telefonico Dott. Gian Marco Rizzetto 0421/228130

F.to IL DIRIGENTE  
U.O.C. Risorse Materiali e Patrimoniali  
Dott. Giuseppe Benzon