

FORNITURA IN SERVICE, IN UNICO LOTTO, DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER ISTOCHIMICA, IMMMUNOISTOCHICA, RELATIVI REAGENTI E SISTEMA DI TRACCIABILITA' INTEGRATO PER L'U.O.S.D. DI ANATOMIA PATOLOGICA DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 4 "VENETO ORIENTALE".

**NUMERO GARA SIMOG: 7794522** 

CIG: 8336736C2C

**ID SINTEL 129183852** 

### **CHIARIMENTO N. 1**

### Quesito n. 1

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ART.4 KITS DIAGNOTICI E REAGENTI

In riferimento all'offerta dei reagenti (base d'asta prevista 68500 euro) si chiede di confermare che possono essere forniti i prezzi per i kit di rivelazione e gli anticorpi. Saranno offerti costo zero i reagenti ausiliari, i buffer, e il materiale di consumo necessari per l'esecuzione dei test richiesti dal capitolato"

# Risposta al quesito n. 1

Si veda l'art. 17 "CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA" e l'allegato 3 al Disciplinare di gara.

# Quesito n. 2

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ART.3 QUANTITÀ DELLA FORNITURA FABBISOGNO ANNUO PRESUNTO

In riferimento alle determinazioni di istochimica previsti 3000 test/anno si chiede di confermare che la richiesta sia dell'intero catalogo dei kit coloranti"

# Risposta al quesito n. 2

Si conferma che la ditta deve offrire tutti i kit di colorazione istochimica presenti nell'intero proprio catalogo di kit coloranti.

# Quesito n. 3

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ART. 3 QUANTITÀ DELLA FORNITURA FABBISOGNO ANNUO PRESUNTO

Unità Operativa Complessa Provveditorato Economato Gestione della Logistica

Direttore: dott.ssa Maria Zanandrea

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Giulia Zorzetti 0421228213

provveditorato.economato@aulss4.veneto.it

PEC: : protocollo.aulss4@pecveneto.it

Sede Direzionale: piazza De Gasperi n. 5 – 30027 San Donà di Piave (VE)

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02799490277

In riferimento ai test immunoistochimici ad elevato valore clinico diagnostico previsti 750 test/anno si chiede di specificare il tipo di test e il relativo fabbisogno annuo da considerare per l'offerta;

### Risposta al quesito n. 3

I test ad elevato valore clinico diagnostico richiesti sono:

- p16/ink4A: 300 test/anno

- Her2: 450 test/anno

### Quesito n. 4

#### DISCIPLINARE DI GARA ART.16 PUNTO 16.1.D

"In riferimento ai lavori impiantistici necessari all'installazione del sistema di tracciabilità si chiede di confermare che l'installazione di prese elettriche e di rete LAN necessarie per collegare PC e accessori siano considerati costi non a carico dell'aggiudicataria della fornitura. L'eventuale necessità di tali prese elettriche e LAN sarà definito durante il sopralluogo"

### Risposta al quesito n. 4

Si rinvia all'art. 7 del capitolato speciale d'appalto, ove prevede, tra l'altro: "La consegna, <u>l'installazione</u>, <u>l'interfacciamento ed il collaudo delle attrezzature</u> <u>dovrà essere effettuata a cura ed a carico della ditta aggiudicataria</u>". Nel progetto di gara dovranno essere indicate il n. di prese elettriche e di Lan i cui costi saranno poi a carico di questa Azienda ULSS.

#### Quesito n. 5

"In riferimento a quanto previsto a pagina 30 del disciplinare di gara, punto 6 "Etichette dei prodotti offerti", poiché le etichette dei nostri prodotti rispettano tutti gli stessi standard, si chiede di confermare la possibilità di riprodurre a titolo esemplificativo una sola etichetta corredata della dichiarazione della ditta partecipante che le etichette di prodotti analoghi dello stesso produttore offerti in gara presentano le stesse caratteristiche standard"

#### Risposta al quesito n. 5

Si conferma.

### Quesito n. 6

"IN RELAZIONE ALLA RICHIESTA DI "SCHEDA DI SICUREZZA DEI REFLUI PRODOTTI" RIPORTATI ALL'ART. 12 DEL CAPITOLATO SPECIALE

Premesso che il termine scheda di sicurezza non è applicabile alla categoria dei reflui, in quanto i reflui prodotti dagli strumenti dipendono dal mix dei test eseguiti, si chiede di confermare che si tratta di un refuso e che in alternativa possa essere fornito un certificato di analisi dei reflui di un laboratorio con caratteristiche simili in termini di carico di lavoro e di mix di test eseguiti"

### Risposta al quesito n. 6

Si conferma che può essere fornito il certificato di analisi dei reflui di un laboratorio con caratteristiche simili in termini di carico di lavoro e di mix di test eseguiti.

### Quesito n. 7

"Si chiede di precisare se l'importo della fideiussione debba essere calcolato su importo annuale come indicato a pagina 12, oppure sull'importo complessivo della fornitura ossia Eur 499.440,00"

# Risposta al quesito n. 7

Si rinvia all'art. 10 del disciplinare di gara.

# Quesito n. 8

"Si chiede di confermare quale sia "l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze", in quanto a pagina 4 del disciplinare di gara è pari a Eur 51,64, mentre a pagina 6, sono a pari a Eur 0,00".

# Risposta al quesito n. 8

Si conferma che l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a Eur 51,64.

San Donà di Piave (VE), 1 ottobre 2020

II R.U.P.

Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato gestione della logistica dott.ssa Maria Zanandrea