

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI ANALIZZATORI PORTATILI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER L'ESECUZIONE DI TEST IN POINT OF CARE (P.O.C.T.) PER I FABBISOGNI DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 4 "VENETO ORIENTALE"

NUMERO GARA SIMOG 7869377

CIG 842566785C

ID SINTEL 132782739

VERBALE SEDUTA DEL 02.03.2021 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Oggi 02 marzo 2021, alle ore 12.00, si riunisce presso la sede direzionale, Piazza De Gasperi n. 5, San Donà di Piave (VE), la commissione giudicatrice nominata con deliberazione del commissario n. 149 del 19 febbraio 2021 e così composta:

Presidente	Dott. Celio Lazzarini	Dirigente Medico, Direttore Laboratorio Patologia Clinica
Componente	Dott.ssa Vania Barbui	C.P.S. -Tecnico sanitario di laboratorio con incarico di coordinamento presso Laboratorio di Patologia Clinica - Portogruaro
Componente	Dott.ssa Ariella Visentin	C.P.S. -Tecnico sanitario di laboratorio presso Laboratorio di Patologia Clinica - Portogruaro

I componenti della commissione giudicatrice dichiarano di accettare l'incarico.

Il Presidente e i componenti la Commissione dichiarano di aver già provveduto a rendere i *curricula vitae* e apposite dichiarazioni, ai sensi del DPR 445/2000, attestanti l'insussistenza di cause di astensione, incompatibilità o conflitto di interessi fra loro stessi e i partecipanti alla procedura in questione, in conformità a quanto previsto dall'art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., agli atti dell'U.O.C. Provveditorato, economato e Gestione della Logistica.

Il Presidente, verificata la regolare composizione della commissione, dichiara aperta la seduta.

Viene data lettura del disciplinare di gara, in particolare, dell'art. 15 "CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA" e dell'art. 17.1 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica".

La Commissione prende atto che in data odierna si è proceduto, ai sensi dell'art. 18 del disciplinare di gara, mediante le credenziali del RUP, all'apertura delle buste telematiche "BUSTA B – OFFERTA TECNICA" e al download della documentazione tecnica presentata dalla ditta offerente Abbott S.r.l..

Ai sensi di quanto previsto dal succitato disciplinare di gara, la ditta Abbott S.r.l. ha presentato completa e regolare documentazione, e pertanto la commissione di gara procede alla disamina della documentazione relativa all'offerta tecnica presentata, al fine di effettuare le relative valutazioni e attribuzioni dei punteggi di qualità previsti dalla documentazione di gara sopra citata.

Si formulano i seguenti giudizi:

ABBOTT S.R.L.

A) Progetto generale: adattabilità del progetto alle esigenze dell'U.L.S.S. n. 4, sia con riferimento ai centri stagionali (Caorle, Bibione, Jesolo, Cavallino Tre Porti), sia alle esigenze dei centri ospedalieri

Punteggio massimo assegnabile 25/70

La commissione, letta la documentazione, assegna **punti: 25**, in quanto l'offerta progetta il sistema in maniera puntuale e funzionale.

Il punteggio **sub totale** conseguito dalla ditta per l'elemento " *Progetto generale*" è **25/70**

B) Middleware. Punteggio: 4/70.

> **Sub criterio: disponibilità di un sistema in grado di gestire le scorte di magazzino con riordino automatico.**

Punteggio assegnabile: 2 sì 0 no

La commissione, letta la documentazione, **assegna punti 2**, in quanto in quanto l'offerta risponde al requisito richiesto.

Sub criterio: connettività e gestione dei risultati via web

Punteggio assegnabile: 2 sì 0 no

La commissione, letta la documentazione, **assegna punti 2**, in quanto in quanto l'offerta risponde al requisito richiesto.

Il punteggio sub totale conseguito dalla ditta per l'elemento " <i>Middleware</i> " è 4/70 .
--

C) Chimica clinica. Punteggio massimo assegnabile 13/70

> **Sub criterio: tempo richiesto per esecuzione del ciclo analitico, della immissione del campione dalla stampa dei risultati**

Punteggio massimo assegnabile: 2

La commissione, letta la documentazione, **assegna punti 2**, in quanto l'offerta propone un TAT compatibile con le esigenze.

> **Sub criterio: possibilità di lavorare da sangue intero da tubo primario con lettura bar code**

Punteggio assegnabile: 2 sì 0 no

La commissione, letta la documentazione, **assegna punti 2**, in quanto l'offerta consente di lavorare su SI.

> **Sub criterio: semplicità d'uso. Saranno valutate tutte le operazioni manuali che devono essere svolte a carico dell'Operatore di Reparto e gli eventuali help on line**

Punteggio massimo assegnabile: 3

La commissione, letta la documentazione, **assegna punti 3**, in quanto le operazioni manuali sono ridotte al minimo.

> **Sub criterio: numero e tipologia di parametri aggiuntivi eseguibili sullo stesso analizzatore**

Punteggio massimo assegnabile: 2

La commissione, letta la documentazione, **assegna punti 1**, in quanto l'offerta presuppone l'acquisto di ulteriori pannelli.

> **Sub criterio: possibilità di lavorare per profili al fine di promuovere la appropriatezza**

Punteggio assegnabile: 2 sì 0 no

La commissione, letta la documentazione, **assegna punti 2**, in quanto l'offerta corrisponde alla richiesta.

> **Sub criterio: possibilità di diluizione automatica dei campioni**

Punteggio assegnabile: 1 sì 0 no

La commissione, letta la documentazione, **assegna punti 1**, in quanto l'offerta presuppone la diluizione automatica.

> **Sub criterio: possibilità di processare campioni in sequenza senza dover attendere la fine degli esami del campione precedente**

Punteggio assegnabile: 1 sì 0 no

La commissione, letta la documentazione, **assegna punti 1**, in quanto l'offerta prevede la possibilità di lavorare in sequenza.

Il punteggio sub totale conseguito dalla ditta per l'elemento " <i>Chimica clinica</i> " è 12/70 .
--

D) Ematologia. Punteggio massimo assegnabile 5/70

> Sub criterio: tempo richiesto per esecuzione del ciclo analitico e la visualizzazione dei risultati

Punteggio assegnabile: 1

La commissione, letta la documentazione, **assegna punti 1**, in quanto l'offerta è rispondente alla richiesta.

> Sub criterio: semplicità d'uso. Saranno valutate tutte le operazioni manuali che devono essere svolte a carico dell'Operatore di Reparto e gli eventuali help on line

Punteggio massimo assegnabile: 2

La commissione, letta la documentazione, **assegna punti 2**, in quanto l'offerta risponde alla richiesta di semplicità d'uso.

> Sub criterio: gestione semplice di reagenti e consumabili (modalità di conservazione d'uso di tutti i reattivi) capacità di utilizzare diverse modalità di campionamento (es. sangue capillare)

Punteggio massimo assegnabile: 2

La commissione, letta la documentazione, **assegna punti 2**, in quanto l'offerta risponde alla richiesta.

Il punteggio sub totale conseguito dalla ditta per l'elemento " <i>Chimica clinica</i> " è 5/70 .

E) Emogas. Punteggio massimo assegnabile 10/70

> Sub criterio: semplicità d'uso. Saranno valutate tutte le operazioni manuali che devono essere svolte a carico dell'Operatore di Reparto

Punteggio massimo assegnabile: 4

La commissione, letta la documentazione, **assegna punti 4**, in quanto l'offerta presuppone la semplicità d'uso richiesta.

> Sub criterio: possibilità di utilizzare cartucce monotest per la riduzione degli sprechi nelle varie sedi

Punteggio assegnabile: 2 sì 0 no

La commissione, letta la documentazione, **assegna punti 2**, in quanto l'offerta si basa sull'utilizzo di cartucce monotest.

> Sub criterio: numero e tipologia di parametri aggiuntivi eseguibili sullo stesso analizzatore

Punteggio assegnabile: 2

La commissione, letta la documentazione, **assegna punti 1**, in quanto l'offerta presuppone l'acquisto di ulteriori pannelli.

> Sub criterio: ridotto ingombro strumentale e possibile portabilità

Punteggio assegnabile: 2 sì 0 no

La commissione, letta la documentazione, **assegna punti 2**, in quanto l'offerta risponde al requisito richiesto.

Il punteggio sub totale conseguito dalla ditta per l'elemento " <i>Emogas</i> " è 9/70 .
--

F) POCT immunometria. Punteggio massimo assegnabile 10/70

> Sub criterio: ridotto ingombro strumentale e possibile portabilità

Punteggio massimo assegnabile: 5

La commissione, letta la documentazione, **assegna punti 5**, in quanto l'offerta risponde al requisitorichiesto

> Sub criterio: semplicità d'uso. Saranno valutate tutte le operazioni manuali che devono essere svolte a carico dell'Operatore di Reparto

Punteggio assegnabile: 1

La commissione, letta la documentazione, **assegna punti 1**, in quanto l'offerta risponde al requisito richiesto

> **Sub criterio: possibile integrazione dei parametri immunometrici in strumentazione già oggetto di offerta per altri parametri**

Punteggio massimo assegnabile: 4

La commissione, letta la documentazione, assegna punti 4, in quanto l'offerta risponde al requisito richiesto.

Il punteggio sub totale conseguito dalla ditta per l'elemento "POCT immunometria" è 10/70.

G) Formazione. Formazione di base per avvio sistema e mantenimento competenze e abilità

Punteggio assegnabile 1/70

Il punteggio sub totale conseguito dalla ditta per l'elemento "Formazione" è 1/70.

H) Assistenza tecnica

Punteggio massimo assegnabile 2/70

> **Sub criterio: tempo di intervento garantito per le richieste urgenti anche durante i giorni festivi**

Punteggio assegnabile: 1

La commissione, letta la documentazione, assegna punti 1, in quanto l'offerta risponde ai requisiti richiesti.

> **Sub criterio: disponibilità e copertura oraria di un servizio di supporto specialistico (24/7)**

Punteggio assegnabile: 1 sì 0 no



La commissione, letta la documentazione, assegna punti 1, in quanto l'offerta risponde ai requisiti richiesti.

Il punteggio sub totale conseguito dalla ditta per l'elemento "Assistenza tecnica" è 2/70.

Il punteggio complessivo di qualità conseguito dalla ditta Abbott s.r.l. è 68/70

La seduta si chiude alle ore 13:30

Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente	Dott. Celio Lazzarini	
Componente	Dott.ssa Vania Barbui	
Componente	Dott.ssa Ariella Visentin	