



REGIONE DEL VENETO
AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10
"VENETO ORIENTALE"

Sede Direzionale:

Piazza De Gasperi, n.5 - 30027 San Donà di Piave (VE) Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02799490277

Data 08/11/2012

Prot. n. 67994

All.:

Spett.le Ditta

OGGETTO: procedura ristretta per la fornitura, in un unico lotto, del servizio di nutrizione enterale per pazienti domiciliari o ospitati presso i centri di servizio residenziali o ricoverati presso i presidi ospedalieri dell'Azienda U.L.S.S. n. 10 "Veneto Orientale". Chiarimenti.

Con riferimento alla procedura in oggetto, si forniscono i chiarimenti richiesti da alcune ditte concorrenti, in merito ad aspetti tecnici del capitolato speciale di gara:

1° Quesito: "All'art. 2 comma 2, richiedete che le nutripompe devono garantire una accuratezza volumetrica non inferiore o superiore al 5% del valore programmato. Per evitare di restringere la partecipazione è possibile che il valore diventi "non inferiore o superiore al 7% programmato"? La differenza è minima (circa 30 ml su trattamenti infusionali di 1.500 ml al giorno) e impatta poco sul paziente, ma rischia di escludere aziende che hanno prodotto nutripompe con tecnologie di ultima generazione".

Si precisa che il suddetto requisito tecnico è indicativo e preferenziale in sede di valutazione qualitativa, ma non vincolante, pertanto, si ammette che la nutripompa abbia "una accuratezza volumetrica" non inferiore o superiore al 7% del valore programmato.

2° Quesito: "All'art. 2 comma 2, richiedete che le nutripompe siano "impermeabili". Per evitare equivoci: è sufficiente che l'apparecchiatura abbia un grado di protezione dall'infiltrazione di liquidi IPX4 (protezione contro gli spruzzi d'acqua)"?

Si, è sufficiente che l'apparecchiatura abbia un grado di protezione dall'infiltrazione di liquidi IPX4 (protezione contro gli spruzzi d'acqua).

3° Quesito: "All'art. 2 comma 3b, richiedete che dovranno essere forniti "sacche/contenitori sterili monouso non di vetro, da 1.000 ml e da 1.500 ml, compatibile con il deflussore". La domanda: è possibile presentare un deflussore con sacca integrata, compatibile con le nutripompe o a caduta? Lo segnaliamo per evitare il rischio di restringere la concorrenza e quindi identificare una sola azienda, senza che ci sia un reale vantaggio per il paziente".

Si precisa che è possibile presentare un deflussore con sacca integrata compatibile con le nutripompe o a caduta solo nel caso di "procedura di idratazione del paziente", fermo restando che per

Dipartimento Risorse Finanziarie

Unità Operativa Complessa Risorse Materiali e Patrimoniali

U.O.S. Provveditorato

Dirigente:dott. Giuseppe Benzon

Referente istruttoria:dott.ssa Federica Mazzardis

e-mail: federica.mazzardis@ulss10.veneto.it

Tel. 0421228144

Tel. 0421228125

Fax 0421228122

www.ulss10.veneto.it

la "procedura di nutrizione" si rende necessario fornire un "deflussore separato", compatibile con le sacche.

4° Quesito: *"Poiché nel capitolato speciale all'art. 2 punto 1, si fa riferimento a "contenitori non di vetro", si chiede di specificare e confermare che tale caratteristica non sia ritenuta condizione di ammissione dell'offerta, considerato peraltro che molti formati da 500 ml presenti sul mercato, ivi incluso presso codesto Ente, risultano essere in vetro".*

Si evidenzia che detta caratteristica non è condizione di ammissione dell'offerta, in quanto quest'ultima dovrà essere espressa in "litro di prodotto". Altra questione è la confezione, infatti la ditta aggiudicataria dovrà fornire, per motivi di sicurezza, il prodotto in contenitori non di vetro. Da un'attenta lettura del capitolato non emerge che la stazione appaltante abbia richiesto contenitori da 500 ml. Si evidenzia altresì, che la fornitura di contenitori in vetro costituirà inadempimento contrattuale.

5° Quesito: *"All'art. 2 punto 3, si fa riferimento ai deflussori "del tipo a baionetta", si chiede di specificare e confermare che tale caratteristica non sia ritenuta condizione di ammissione dell'offerta e che, al contrario, siano richiesti deflussori di tipo universale in conformità alla norma tecnica UNI EN 1615-2001".*

Si segnala che sono ammissibili anche deflussori di "tipo universale", in conformità alla norma tecnica citata.

Si segnala altresì che nel medesimo articolo, il requisito tecnico riguardante la "lunghezza" dei deflussori è indicativo e preferenziale in sede di valutazione qualitativa, ma non vincolante, in quanto sono ammessi anche deflussori (sia a caduta che per nutripompa) di lunghezza inferiore ai 2 metri indicati.

6° Quesito: *"All'art. 3 punto 1, si prevede che "per il caso di pazienti che necessitassero di una dieta enterale non compresa nella tabella n. 2, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura della miscela prescritta, quotando la stessa ad un prezzo non superiore al valore medio dei prezzi unitari aggiudicati in gara", si chiede di confermare che le eventuali diete non comprese in tabella 2 devono comunque far parte del listino dei prodotti della ditta aggiudicataria".*

Si ribadisce che la ditta aggiudicataria dovrà fornire tutte le diete prescritte, indipendentemente dal listino aziendale.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente U.O.C.
Risorse Materiali e Patrimoniali
F.to dott. Giuseppe Benzon