PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 2 SISTEMI LASER PER L'U.O.C. OCULISTICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN DONA' DI PIAVE, AZIENDA U.L.S.S. N. 4 "VENETO ORIENTALE"
NUMERO GARA: 8204093 - CIG LOTTO 1: 8814580586 - CIG LOTTO 2: 88146016DA

Riscontro alla richiesta di chiarimento nr. 2.

CHIARIMENTO NR. 2

A seguito delle richieste di chiarimento pervenute, in merito alla procedura in esame, si provvede a riscontrare i seguenti punti:

Domanda nr. 1): *"...il questionario chiede l'eventuale estensione del servizio di assistenza tecnica oltre i 48 mesi richiesti; è sufficiente confermare la disponibilità o deve essere presentata anche una quotazione? Eventualmente per quanto tempo post 48 mesi richiesti? ..."*

Risposta: Il servizio di assistenza oltre i 48 mesi richiesti dovrà essere indicato in questionario ed il costo di tutto il periodo oltre i 48 mesi dovrà essere ricompresso nel prezzo e quindi rientrare nella base d'asta. Non verranno valutati periodi successivi ai 48 mesi, quotati a parte.

Domanda nr. 2): *"...il questionario del lotto n. 2 è uguale a quello del Lotto n. 1; si richiede l'invio del questionario corretto..."*

Risposta: Con riferimento al presente quesito si trasmettono entrambi i questionari corretti.

Domanda nr. 3): *"...relativamente al lotto n. 1 laser retinico, cosa si intende con OFFSET richiesto nel questionario tecnico?..."*

Risposta: Con riferimento al presente quesito di comunica che trattasi di refuso.

Domanda nr. 4): *".....relativamente al lotto n. 2* lo strumento con le caratteristiche da voi richiesto è formato da un unico codice in quanto strumento combinato e compatto; il numero di registrazione al Ministero della Salute è unico. Non è pertanto per noi possibile slittare il prezzo di laser e Lampada a fessura bensì possiamo riportare le due voci relative al laser combinato e al tavolo elettrico"

Risposta: L'offerta dovrà essere proposta per singolo accessorio che abbia una registrazione al Ministero della Salute.

Domanda nr. 5): *"...lotto n. 2: YAG, Energia regolabile da 0.3 a 10mj per singolo impulso. Secondo la nostra esperienza 0.3 mj è una selezione di energia troppo bassa e mai realmente utilizzata. Si chiede di restringere il range minimo di erogazione dell'energia a 0.5 – 10mj..."*

Risposta: Il range di erogazione è indicativo tenuto conto delle necessità del servizio. Spettano alla Commissione Giudicatrice la verifica e la valutazione della soluzione proposta.

Domanda nr. 6): *"...lotto n. 2: SLT, energia regolabile a step di 0,1 mJ. Il ns. laser eroga energia da 0.2 a 2.6 mj con 33 step selezionabili garantendo massima flessibilità e precisione sulle energie più utilizzate, garantendo massima flessibilità e precisione sulle energie più utilizzate, ma*

non a step di 0.1 mj su tutta la banda di energia emessa. Si chiede se questa caratteristica sia vincolante ai fini della partecipazione della gara…"

Risposta: con riferimento al presente quesito si rimanda a quanto indicato al punto precedente.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO
GESTIONE DELLA LOGISTICA
- dott.ssa Maria Zanandrea –