



REGIONE DEL VENETO
AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10
"VENETO ORIENTALE"

Sede Direzioneale:
Piazza De Gasperi, n.5 - 30027 San Donà di Piave (VE) Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02799490277

Data, 05/12/2013

Prot. n. 427321

All.:

Spett.le Ditta

OGGETTO: gara a procedura ristretta per la fornitura, suddivisa in due lotti, del servizio di ossigenoterapia domiciliare e residenziale, per un periodo di due anni, eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio. Richiesta chiarimenti.

Con riferimento alla procedura in oggetto, si forniscono i chiarimenti richiesti da alcune ditte concorrenti, in merito ad aspetti tecnici del capitolato speciale e del disciplinare di gara:

1° Quesito: " Art. 2 del disciplinare di gara - Modalità di partecipazione" Sezione relativa al progetto: si fa riferimento al metro cubo sia per l'ossigeno in forma liquida che gassoso con riferimento alla compressione di 200 bar; questo enunciato supporterebbe la prescrizione che l'offerta deve essere inevitabilmente chiesta a metro cubo. Ci permettiamo di segnalare che le quotazioni per unità posologica dei farmaci e le modalità di acquisto degli stessi non sono coincidenti. Come per ogni farmaco, anche l'acquisto di ossigeno avviene secondo le modalità di confezionamento a seconda della taglia di confezione richiesta e non per singola unità di principio attivo. Ne deriva quindi che la modalità di acquisto deve essere espressa per confezione presente nel dossier AIFA. Richiediamo altresì per quale motivo venga sottolineata l'importanza di essere allineati ad una modalità di prezzo ex factory, modalità che nelle condizioni economiche poste a base d'asta questo allineamento venga totalmente omesso.

Si precisa che nella determinazione degli importi posti a base d'asta, euro 600.000,00 (i.v.a. esclusa) per il lotto n. 1 ed euro 100.000,00 (i.v.a. esclusa) per il lotto n. 2, si è tenuto conto di un costo al mc. di ossigeno liquido e gassoso inferiore al "prezzo ex factory".

2° Quesito: "All'art. 8 del disciplinare di gara - Criteri di aggiudicazione", nei criteri di valutazione qualitativa del progetto tecnico viene indicato al secondo parametro "il piano di gestione delle emergenze/primo soccorso. Si ritiene che sia una caratteristica tipica del LOTTO 2, pertanto si richiede di precisare come possa essere sviluppato nello specifico contesto del LOTTO 1".

3° Quesito: "Nell'art. 8 del disciplinare viene riportata un'unica tabella inerente i punteggi tecnici per il lotto 1 ed il lotto 2. Ci preme sottolineare che alcune richieste riguardanti la relazione progettuale non sono applicabili al lotto n. 2. Ad esempio, viene richiesto di "predisporre un piano di primo soccorso", che a nostro avviso non è applicabile al lotto 2, in quanto queste residenze sono adeguatamente strutturate per erogare le prestazioni primarie di primo soccorso. Inoltre, in un'altra

Dipartimento Risorse Finanziarie

Unità Operativa Complessa Risorse Materiali e Patrimoniali

U.O.S. Provveditorato

Dirigente: dott. Giuseppe Benzon

Referente istruttoria: dott.ssa Federica Mazzardis

e-mail: federica.mazzardis@ulss10.veneto.it

Tel. 0421228144

Tel. 0421228125

Fax 0421228122

www.ulss10.veneto.it

sezione progettuale viene richiesto di presentare un passaggio sulla formazione al paziente ed ai familiari, che non è necessaria all'interno di un luogo di cura, in quanto il personale infermieristico è formato ed abilitato all'utilizzo dei dispositivi per l'erogazione dell'ossigenoterapia. Chiediamo, pertanto, di prevedere delle richieste differenziate per i 2 lotti e rivedere l'attribuzione del punteggio tecnico".

Per il 2° e il 3° quesito, si precisa che per il lotto n. 2 la valutazione del progetto verrà effettuata con riferimento alla sola voce "Gestione delle emergenze".

Si precisa, altresì, che in merito alla voce "Formazione del personale pazienti/familiari", per il lotto n. 1 si intende pazienti/familiari e caregiver, per il lotto n. 2 si intende formazione del personale della struttura residenziale.

L'attribuzione del punteggio tecnico, pertanto, non sarà oggetto di modifica.

4° Quesito: "Capitolato speciale-art. 9-pagina 17: si fa riferimento alla capacità delle bombole per ossigeno gassoso riportate in 20 litri e 30 litri. Si richiede conferma che tali capacità siano riferite specificatamente per il LOTTO 2, mentre per il LOTTO 1 si possano prevedere taglie di bombole comprese tra i 5-20 litri.

Schema di offerta LOTTO 1 e LOTTO 2: si fa riferimento alla quotazione del concentratore comprensivo di bombola di riserva. Si intende sottolineare la necessità di quotare separatamente la bombola di riserva in quanto farmaco; pertanto si chiede di apportare le dovute modifiche".

Si conferma che tali capacità, 20 litri e 30 litri, sono specificatamente riferite al lotto n. 2, per il lotto n. 1 è possibile prevedere taglie di bombole comprese fra i 5 e 20 litri.

Per quando riguarda la quotazione della bombola di riserva per il concentratore, si espone quanto segue:

"La quotazione nello schema di offerta con voce dedicata non trova applicazione, in quanto in via teorica la bombola non dovrebbe mai essere utilizzata se gli apparecchi forniti sono perfettamente funzionali, salvo qualunque evenienza straordinaria non altrimenti prevedibile. La disponibilità della bombola di riserva, parte integrante dell'oggetto dell'appalto (art. 1 del capitolato speciale) è da considerarsi inclusa nel costo del servizio stesso (artt. 2 e 5 del capitolato speciale, rispettivamente per il lotto n. 1 e n. 2), come alternativa al pronto intervento di manutenzione.

Il consumo della stessa dovrà essere fatturato, esclusivamente in caso di effettivo utilizzo con attestazione dell'intervento avvenuto entro la tempistica prevista dal capitolato speciale.

-Per il lotto 1 si propone di formulare un'offerta per una bombola indicativamente di 7 litri. Si rimanda a quanto sopra per il dimensionamento delle bombole effettivamente necessarie in ogni singolo paziente, precisando che il costo di servizio correlato alla fornitura di tale farmaco è da intendersi pari a zero in quanto già incluso nel costo del noleggio del concentratore/servizio di fornitura ossigeno liquido. Tale importo non sarà oggetto del computo previsto nello schema di offerta in quanto non soggetto ad un consumo routinario, ma esclusivamente eccezionale. Si precisa che l'offerta dovrà essere allineata ai valori di mercato e alle scontistiche riservate al Sistema Sanitario Nazionale.

-Per il lotto 2 il costo dell'ossigeno gassoso di riserva è da intendersi pari a quello destinato alla terapia cronica già dettagliato nello schema di offerta. La fornitura della bombola di riserva avverrà senza alcun costo di servizio aggiuntivo a quello previsto per il noleggio del concentratore/fornitura di ossigeno liquido.

Si rileva inoltre che pur essendo la fornitura di ossigeno liquido con bombola di ossigeno gassoso di riserva già oggetto del precedente appalto, non si è mai verificato il ricorso a tale modalità di erogazione di emergenza".

5° Quesito: "All'art. 2 del disciplinare di gara, è prevista, al punto 1), la dichiarazione sostitutiva. Si chiede di confermare che alla lettera a) si intenda "....vengano inviate alla stazione appaltante e nonvengano inviate dalla stazione appaltante....".

Si precisa quanto segue: ".....vengano inviate alla stazione appaltante al seguente".

6° Quesito: *"All'art. 4 del disciplinare di gara, sono riportati i requisiti di capacità tecnico professionale richiesti per la partecipazione alla gara. Si chiede di confermare che, avendoli già presentati in fase di domanda di partecipazione, non debbano essere nuovamente inseriti nella documentazione di gara.*

Si evidenzia che all'art. 2 del disciplinare di gara "Modalità di partecipazione", punto "Busta A", la suddetta documentazione non è stata richiesta. La documentazione in argomento dovrà essere prodotta, a seguito del sorteggio effettuato in seduta pubblica (art. 48 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) e in fase di aggiudicazione definitiva della gara.

7° Quesito: *"All'art. 9 del capitolato speciale, paragrafo "Unità Base per ossigeno liquido", è richiesta la fornitura di una bombola di ossigeno gassoso come riserva. Si chiede di confermare che tale richiesta sia un refuso.*

Non trattasi di un refuso, è espressamente richiesta dal capitolato di gara una bombola di ossigeno gassoso come riserva.

8° Quesito: *Si chiede di meglio specificare, per ciascun lotto, la suddivisione dei dispositivi richiesti. Infatti all'art. 9 del capitolato speciale, paragrafo "Bombole per ossigeno gassoso", la capacità delle bombole indicata pare faccia riferimento solo al lotto n. 2, anche se l'utilizzo di bombole è previsto anche nel lotto n. 1 con capacità differenti da quelle riportate. Si chiede pertanto di indicare la capacità delle bombole riguardanti il lotto n. 1.*

Si precisa quanto segue: "il dimensionamento della bombola è direttamente dipendente dal consumo orario del paziente comunicato alla ditta aggiudicataria al momento dell'attivazione della fornitura personalizzata. Si precisa, altresì, che il termine delle 12 ore è coerente con lo svolgimento del servizio di manutenzione in caso di emergenza dettagliato ai punti 7 dell'Art. 3 (lotto1) e dell'Art. 6 (lotto2) del Capitolato Speciale: *"L'intervento dovrà essere effettuato entro [...] 12 ore in condizioni di urgenza, salvo eventuali condizioni migliorative da esprimere in sede di predisposizione del "progetto tecnico" di cui all'art. 2 del disciplinare di gara".*

9° Quesito: *all'art. 3 del capitolato speciale viene richiesto di "garantire, in caso di necessità, la messa a disposizione di un manuale in lingua straniera adeguato alle esigenze dell'utente o del caregiver". In considerazione del fatto che i produttori forniscono i manuali tradotti in lingue (comunitarie e non), si chiede di fornire maggiori dettagli sulla Vostra richiesta.*

I manuali dovranno essere comprensibili sia al caregiver che al paziente, nella lingua a lui più consona essendo la finalità ultima di questo requisito garantire l'erogazione in sicurezza del servizio.

Distinti saluti.



Il Dirigente U.O.C.
Risorse Materiali e Patrimoniali
F.to dott. Giuseppe Benzon